

Appel d'offres relatif à la fourniture de consommables et de solutions de substitutions pour hémodiltration et échanges plasmatiques, avec mise à disposition des générateurs, au CHRU de Tours

Procédure n°2024-PH-090

➤ **Lot 1 : Consommables et solutions de substitutions pour hémodiltration et échanges plasmatiques, avec mise à disposition de 16 générateurs**

Hypothèse : 600 séances par an, soit 3 000 séances sur la durée totale du marché (5 ans), réparties comme suit :

- *Hémodiltration* : 450 séances par an (350 séances avec anticoagulation citrate et 100 séances avec anticoagulation héparine), soit 2 250 séances sur la durée totale du marché (5 ans)
- *Echanges plasmatiques* : 150 séances par an, soit 750 séances sur la durée totale du marché (5 ans)

Consommables et solutions de substitutions associés :

- **Kit hémodifltre avec set de lignes** permettant une anticoagulation héparine
Proposer différentes surfaces (environ 0,75 - 1,4 - 1,8 m²)
Proposer kit pédiatrique et néonatal (surfaces 0,2 – 0,6 – 0,9 m²)
- **Kit hémodifltre avec set de lignes** permettant une anticoagulation citrate
Proposer différentes surfaces (environ 0,75 - 1,4 - 1,8 m²)
- **Solution de citrate de sodium**
Poches pour anticoagulation locale du circuit
Préciser le nombre de poches nécessaires à la réalisation des séances prévues
- **Solution dialysat sans calcium**
Préciser le nombre de poches nécessaires à la réalisation des séances prévues
- **Poche de recueil ultrafiltrat**
Préciser le nombre de poches nécessaires à la réalisation des séances prévues
- **Kit pour échange plasmatique ligne + filtre**
Proposer kit pédiatrique
- **Poche bicompartimentée 4-5L : solution alcaline bicarbonate et solution acide glucose électrolytes**
Proposer différentes formules avec ou sans potassium, avec et sans phosphate
Préciser les modalités de recyclage des emballages
- **Recours catalogue**
Remise sur les prix publics d'achat pour tous les accessoires nécessaires à l'hémodiltration ou l'hémodialyse continue

Le fournisseur précisera pour chacune des techniques possibles les quantités de chaque consommable et de solutions nécessaires pour une séance de 72h.

Autres précisions :

Le candidat joindra à sa réponse un descriptif complet :

- des différents éléments matériels, des fonctionnalités et logiciels proposés dans l'offre (documentations commerciale et technique, mode d'emploi, marquage CE),
- des contraintes d'installation.

➤ **Lot 2 : Consommables pour échanges plasmatiques, avec mise à disposition de 3 générateurs**

Hypothèse : échanges plasmatiques avec 200 séances par an, soit 1 000 séances sur la durée totale du marché (5 ans)

Consommables associés :

- **Kit pour échange plasmatique ligne + filtre**
Proposer kit pédiatrique
- **Recours catalogue**
Remise sur les prix publics d'achat pour tous les accessoires nécessaires à l'hémofiltration ou l'hémodialyse continue

Le fournisseur précisera pour chacune des techniques possibles les quantités de chaque consommable nécessaire pour une séance de 72h.

Autres précisions :

Le candidat joindra à sa réponse un descriptif complet :

- des différents éléments matériels, des fonctionnalités et logiciels proposés dans l'offre (documentations commerciale et technique, mode d'emploi, marquage CE),
- des contraintes d'installation.