

Sélection : Tous les produits

Classe : DMS &amp; IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
1	<p><b>DISPOSITIF P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE AVEC SYSTEME EXPANSION A BALLONNET</b>  <b>Dispositifs de spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion du corps vertébral par ballonnets, indiqués dans les Fractures Tassement Vertébrales non soulagées par un traitement médicamenteux incluant :</b>            - les systèmes d'expansion à ballonnet            - les DMS nécessaires pour la procédure : trocars d'accès osseux, canule osseuse, canules d'injection de ciment +/- dispositif pour la réalisation de biopsie osseuse.</p> <p><b>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :</b>            1- Spécifications techniques de chaque élément notamment matériaux constitutifs et dimensions, ainsi que gamme de tailles des systèmes d'expansion disponible            2- Proposer le prix unitaire de chaque élément séparé et le prix total pour traiter un étage vertébral            3- Proposer un prix unitaire pour les différents accessoires utilisables en complément dont ceux pour traiter 1 ou plusieurs étages supplémentaires            4- Proposer un prix pour des kits permettant l'injection du ciment ou substitut osseux à distance des rayonnements ionisants</p> <p><b>Présentation unitaire stérile</b>  <b>Préciser le conditionnement</b></p> <p><b>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des dispositifs pour spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion à ballonnet.</b></p> <p><b>Les dispositifs pour spondyloplastie devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie.</b></p>		60	30	240
1	<b>DMS expansion à ballonnet</b> <b>Classe : DMS &amp; IMPLANTS NEUROCHIRURGIE</b>	Unité	40	20	160
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		40	20	160
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0
2	<b>DMS p/une procédure de spondyloplastie transcutanée</b> <b>Classe : DMS &amp; IMPLANTS NEUROCHIRURGIE</b>	Unité	20	10	80
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		20	10	80
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0

Sélection : Tous les produits

Classe : DMS &amp; IMPLANTS OPHTALMOLOGIE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
2	<b>GAZ POUR TAMPONNEMENT</b> Gaz pour tamponnement post-opératoire pour chirurgie vitréo-rétinienne. Gaz souhaité : – C2F6 – C3F8 – SF6  Préciser : – la composition du gaz (pur ou mélange) – les dispositifs nécessaires à l'utilisation – le conditionnement  Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).		400	200	1 600
1	<b>GAZ POUR TAMPONNEMENT</b> Classe : DMS & IMPLANTS OPHTALMOLOGIE	Unité	400	200	1 600
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		400	200	1 600
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0
3	<b>INJECTEUR POUR GREFFON DE CORNEE TECHNIQUE DMEK</b> Dispositif permettant l'insertion des greffons de cornée par technique DMEK.  Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile  Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).		100	50	400
1	<b>INJECTEUR POUR GREFFON DE CORNEE TECHNIQUE DMEK</b> Classe : DMS & IMPLANTS OPHTALMOLOGIE	Unité	100	50	400
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		100	50	400
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0