

APPEL D'OFFRES 25-06C
ANNEXE 3 DU DCE - DESCRIPTIF TECHNIQUE DES LOTS
LIGATURES, SUTURES, AGRAFEUSES, et APPLICATEURS DE CLIPS POUR CHIRURGIE OUVERTE et COELIOSCOPIQUE, ACCESSOIRES POUR COELIOSCOPIE, TROCARTS, COLLES CUTANÉES et LACS SUSPENSEURS

Pour tous les lots			
<p>Le dispositif devra être à usage unique et conditionné sous protecteur individuel (de stérilité si le descriptif le précise)</p> <p>Le candidat fournira le MARQUAGE CE valide au sens du règlement européen (UE) n° 2023/607 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023, modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ainsi que toutes les déclarations CE de conformité s'y rattachant (ou selon ancienne directive DM (MDD) si concerné par périmètre des clauses de prolongation du règlement (UE) n°203/607).</p> <p>Le candidat devra proposer une notice d'utilisation en Français</p>			
Critères de choix			
<p>- Performances techniques (30 %) : les offres seront appréciées en fonction de la qualité technique des dispositifs, selon la finalité du dispositif médical.</p> <p>- Adaptation à l'usage (30 %) : les offres seront appréciées en fonction des éléments suivants : étendue de gamme, maniabilité et recul technique d'utilisation selon la finalité du dispositif médical.</p> <p>- Développement durable (5 %)</p> <p>- Prix (35 %)</p>			
Les spécimens de référence			
<p>Il n'y a pas de spécimen de référence dans cette consultation, le fournisseur renseignera l'annexe cadre de réponses techniques (fiche EUROPHARMAT).</p> <p>Nous nous réservons la possibilité de solliciter l'ensemble des candidats ayant postulé sur un lot pour la fourniture de spécimens de référence, a posteriori de la réception des offres, par le biais d'une précision d'offre.</p>			
N° LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES
<p align="center">SUTURES ET LIGATURES POUR CHIRURGIE OUVERTE Les sutures imprégnées d'antiseptiques et/ou d'antibiotiques ne seront pas intégrées dans les marchés.</p>			
1	Sutures en soie hors sutures ophtalmiques	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures en soie hors sutures ophtalmiques Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	10 000
2 (= 3)	Sutures synthétiques résorbables monofils	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques * Résorbables * Monofils Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	300 000
3 (= 2)	Sutures synthétiques résorbables monofils	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques * Résorbables * Monofils Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	20 000
4 (= 5)	Sutures synthétiques résorbables tressées, (hors ophtalmologie) présentant une perte de résistance totale < 20 jours	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques (hors ophtalmologie) * Résorbables * Tressées * Présentant une perte de résistance totale < 20 jours Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	126 000
5 (= 4)	Sutures synthétiques résorbables tressées, (hors ophtalmologie) présentant une perte de résistance totale < 20 jours	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques (hors ophtalmologie) * Résorbables * Tressées * Présentant une perte de résistance totale < 20 jours Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	7 000
6 (= 7)	Sutures synthétiques résorbables tressées, brins et bobines (hors ophtalmologie) présentant une perte de résistance totale ≥ 20 jours	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques, brins et bobines (hors ophtalmologie) * Résorbables * Tressées * Présentant une perte de résistance totale ≥ 20 jours Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	660 000
7 (= 6)	Sutures synthétiques résorbables tressées, brins et bobines (hors ophtalmologie) présentant une perte de résistance totale ≥ 20 jours	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques, brins et bobines (hors ophtalmologie) * Résorbables * Tressées * Présentant une perte de résistance totale ≥ 20 jours Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	30 000
8	Sutures synthétiques non résorbables monofils pour fermeture cutanée	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques pour fermeture cutanée * Non résorbables * Monofils Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	209 000
9 (= 10)	Sutures synthétiques non résorbables tressées, brins et bobines avec fil enduit pour toutes chirurgies (avec et/ou sans pledgets)	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques, brins et bobines * Non résorbables * Tressées * Avec fil enduit pour toutes chirurgies (avec et/ou sans pledgets) Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, son enduction ou non, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau, la présence de pledgets.</p>	17 000
10 (= 9)	Sutures synthétiques non résorbables tressées, brins et bobines avec fil enduit pour toutes chirurgies (avec et/ou sans pledgets)	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques, brins et bobines * Non résorbables * Tressées * Avec fil enduit pour toutes chirurgies (avec et/ou sans pledgets) Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, son enduction ou non, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau, la présence de pledgets.</p>	17 000
11	Sutures synthétiques non résorbables tressées avec fil non enduit pour toutes chirurgies	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures synthétiques * Non résorbables * Tressées * Avec fil non enduit pour toutes chirurgies Dispositif médical à usage unique, stérile <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, son enduction ou non, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	220 000

12	Sutures en PTFE	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures en PTFE <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	1 200
13	Sutures pour cerclage de col présentées seules ou en kit	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures pour cerclage de col * Présentées seules ou en kit <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition du kit si proposé.</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	3 000
14	Sutures crantées résorbables et/ou non résorbables	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures crantées * Résorbables et/ou non résorbables <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, sa présentation : brins, bobines, la nature du crantage : uni ou bidirectionnel, le positionnement des crans sur le fil, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	14 000
AGRAFEUSES ET APPLICATEURS DE CLIPS POUR CHIRURGIE OUVERTE			
15 (= 16)	Agrafeuses cutanées non rechargeables à usage unique de plus de 25 agrafes + ôte-agraves à usage unique	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses cutanées * Non rechargeables de plus de 25 agrafes * Ôte-agraves à usage unique <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le type d'agrafeuses, la nature des agrafes : matériau, dimensions, forme, le nombre d'agrafes et leurs positionnements et le type d'ôte-agraves</p>	50 000 agrafeuses et 25 000 ôte-agraves
16 (= 15)	Agrafeuses cutanées non rechargeables à usage unique de plus de 25 agrafes + ôte-agraves à usage unique	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses cutanées * Non rechargeables de plus de 25 agrafes * Ôte-agraves à usage unique <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le type d'agrafeuses, la nature des agrafes : matériau, dimensions, forme, le nombre d'agrafes et leurs positionnements et le type d'ôte-agraves</p>	10 000 agrafeuses et 5 000 ôte-agraves
17 (= 18)	Agrafeuses circulaires coupantes à usage unique pour chirurgie ouverte	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses circulaires * Coupantes * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	700
18 (= 17)	Agrafeuses circulaires coupantes à usage unique pour chirurgie ouverte	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses circulaires * Coupantes * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	100
19 (= 20)	Agrafeuses linéaires rechargeables coupantes et/ou non coupantes à patient unique + chargeurs pour chirurgie ouverte	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires avec chargeurs * Coupantes et/ou non coupantes * Rechargeables à patient unique * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	4 000
20 (= 19)	Agrafeuses linéaires rechargeables coupantes et/ou non coupantes à patient unique + chargeurs pour chirurgie ouverte	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires avec chargeurs * Coupantes et/ou non coupantes * Rechargeables à patient unique * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	800
21	Agrafeuses linéaires courbes rechargeables coupantes à patient unique + chargeurs pour chirurgie ouverte	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires courbes * Coupantes * Rechargeables à patient unique * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	150
22 (= 23)	Applicateurs de clips non résorbables, chirurgie ouverte, non rechargeables à usage unique	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Applicateurs de clips * Non résorbables * Non rechargeables * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - la nature du clip : résorbable ou non, nombre et formes des clips, le matériau, les caractéristiques dimensionnelles 	18 000
23 (= 22)	Applicateurs de clips non résorbables, chirurgie ouverte, non rechargeables à usage unique	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Applicateurs de clips * Non résorbables * Non rechargeables * Pour chirurgie ouverte <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - la nature du clip : résorbable ou non, nombre et formes des clips, le matériau, les caractéristiques dimensionnelles 	3 000
DISPOSITIFS POUR COELOCHIRURGIE			
24	Sutures endoscopiques et applicateurs	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Sutures endoscopiques et applicateurs <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature du fil : monofil ou tressé, sa composition, sa couleur, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la perte de résistance, l'étendue de gamme : caractéristiques dimensionnelles : diamètres de fil et longueurs, le type d'aiguilles : formes, longueurs, matériau.</p>	8 000

25 (= 26)	Agrafeuses linéaires coupantes à patient unique + chargeurs pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires avec chargeurs à patient unique * Coupantes * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>4 500 agrafeuses 18 000 chargeurs</p>
26 (= 25)	Agrafeuses linéaires coupantes à patient unique + chargeurs pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires avec chargeurs à patient unique * Coupantes * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>1 500 agrafeuses 6 000 chargeurs</p>
27 (= 28)	Agrafeuses linéaires coupantes motorisées à patient unique + chargeurs pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires avec chargeurs à patient unique * Coupantes * Motorisées * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition d'un équipement médical associé si le fonctionnement de l'agrafeuse le nécessite.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non avec précision des actions faisant l'objet d'une motorisation, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>1 500 agrafeuses 7 500 chargeurs</p>
28 (= 27)	Agrafeuses linéaires coupantes motorisées à patient unique + chargeurs pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses linéaires avec chargeurs à patient unique * Coupantes * Motorisées * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition d'un équipement médical associé si le fonctionnement de l'agrafeuse le nécessite.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non avec précision des actions faisant l'objet d'une motorisation, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>500 agrafeuses 2 500 chargeurs</p>
29	Agrafeuses circulaires à usage unique pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses circulaires * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>400</p>
30 (= 31)	Agrafeuses circulaires avec motorisation, à usage unique pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses circulaires * Motorisées * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non avec précision des actions faisant l'objet d'une motorisation, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>400</p>
31 (= 30)	Agrafeuses circulaires avec motorisation, à usage unique pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses circulaires * Motorisées * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non avec précision des actions faisant l'objet d'une motorisation, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>200</p>
32	Embouts d'agrafeuses motorisées, linéaires et/ou circulaires, à usage unique pour coelochirurgie L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des poignées et batteries réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Embouts d'agrafeuses circulaires et/ou linéaires, à usage unique stérile * Motorisées * Pour coelochirurgie <p>* Mise à disposition des poignées d'agrafeuses * Mise à disposition des batteries réutilisables</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition d'un équipement médical associé si le fonctionnement de l'agrafeuse le nécessite.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses : linéaire ou circulaire, motorisée ou non avec précision des actions faisant l'objet d'une motorisation, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère coupant ou non, le caractère rechargeable ou non, la forme : l'articulation, la présence ou non d'une enclume, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe ouverte/fermée, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles, positionnement et nombre de rangées d'agrafes. 	<p>1 000</p>
33	Agrafeuses pour fixation de treillis rechargeables ou non pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses pour fixation de treillis * Rechargeables ou non * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère rechargeable ou non, les caractéristiques dimensionnelles, l'articulation ou non - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles. 	<p>800</p>
34	Agrafeuses articulées à usage unique pour fixation de treillis, rechargeables ou non pour coelochirurgie	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Agrafeuses pour fixation de treillis * Articulées * Rechargeables ou non * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'agrafeuses, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère rechargeable ou non, les caractéristiques dimensionnelles, l'articulation ou non - le type de chargeurs d'agrafes : préchargé, nombre d'agrafes, forme de l'agrafe, matériau, les caractéristiques dimensionnelles : hauteurs, tailles. 	<p>100</p>
35	Renforts des lignes d'agrafage	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Renforts des lignes d'agrafage <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature du renfort : sa composition, sa résorption : caractère résorbable ou non, le temps de résorption, la forme, les caractéristiques dimensionnelles, la compatibilité avec les agrafeuses avec précision du type d'agrafeuse</p>	<p>2 000</p>

36	Sonde gastrique avec enclume distale prémontée, à usage unique stérile et agrafeuse circulaire associée	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Sonde gastrique avec enclume distale prémontée * Agrafeuse circulaire associée <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature, la forme et les dimensions du dispositif et la compatibilité avec les agrafeuses circulaires.</p>	100
37	Pince à bourse usage unique stérile	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Pince à bourse <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la nature, la forme et les dimensions du dispositif</p>	400
38 (= 39)	Applicateurs de clips à usage unique et clips en titane pour coelochirurgie	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Applicateurs de clips * Clips en titane * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère rechargeable ou non, la forme : articulation, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - la nature du clip : résorbable ou non, nombre et formes des clips, le matériau, les caractéristiques dimensionnelles 	1 400
39 (= 38)	Applicateurs de clips à usage unique et clips en titane pour coelochirurgie	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Applicateurs de clips * Clips en titane * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips, son utilisation : chirurgie ouverte ou coelochirurgie, le caractère rechargeable ou non, la forme : articulation, les caractéristiques dimensionnelles : diamètres, longueurs, la présence d'indicateurs : visuels, sonores - la nature du clip : résorbable ou non, nombre et formes des clips, le matériau, les caractéristiques dimensionnelles 	200
40	Ciseaux à usage unique pour usage adulte pour coelochirurgie	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Ciseaux * Pour usage adulte * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le matériau, les caractéristiques dimensionnelles : longueur, diamètre, la forme de la poignée, de l'axe et des mors, l'utilisation : destinée à la coelioscopie ou à la chirurgie ouverte, pour l'adulte ou un usage pédiatrique</p>	3 000
41	Ciseaux à usage unique pour usage pédiatrique pour coelochirurgie	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Ciseaux * Pour usage pédiatrique * Pour coelochirurgie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le matériau, les caractéristiques dimensionnelles : longueur, diamètre, la forme de la poignée, de l'axe et des mors, l'utilisation : destinée à la coelioscopie ou à la chirurgie ouverte, pour l'adulte ou un usage pédiatrique</p>	500
42	Ciseaux munis d'une poignée réutilisable et de lames à usage unique pour coelochirurgie L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des poignées réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Ciseaux munis d'une poignée réutilisable * Lames à usage unique pour coelochirurgie <p>Le fournisseur devra préciser le matériau, les caractéristiques dimensionnelles : longueur, diamètre, la forme de la poignée, de l'axe, des lames et des mors, l'utilisation : destinée à la coelioscopie ou à la chirurgie ouverte, pour l'adulte ou un usage pédiatrique.</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des poignées réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.</p>	16 000
43	Aiguille à pneumopéritoine, usage unique, raccord standard	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aiguille à pneumopéritoine * Raccord standard <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles : longueur, diamètre et la forme du dispositif</p>	5 000
44 (= 45)	Trocarts à usage unique, avec lame et bouclier, chemises et réducteurs	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts, * Avec lame et bouclier * Avec chemises et réducteurs <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, le système de sécurisation de la lame, la présence ou non de réducteurs, de ballonnets, de lames, de valves d'étanchéité.</p>	28 000
45 (= 44)	Trocarts à usage unique, avec lame et bouclier, chemises et réducteurs	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts, * Avec lame et bouclier * Avec chemises et réducteurs <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, le système de sécurisation de la lame, la présence ou non de réducteurs, de ballonnets, de lames, de valves d'étanchéité.</p>	8 000
46 (= 47)	Trocarts à usage unique, sans lame coupante	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts * Sans lame coupante <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, le caractère non coupant, la présence ou non de réducteurs, de ballonnets, de lames, de valves d'étanchéité.</p>	9 000
47 (= 46)	Trocarts à usage unique, sans lame coupante	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts * Sans lame coupante <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, le caractère non coupant, la présence ou non de réducteurs, de ballonnets, de lames, de valves d'étanchéité.</p>	3 000
48 (= 49)	Trocarts à usage unique pour open laparoscopie avec ballonnet sans latex	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts pour open laparoscopie * Avec ballonnet * Sans latex <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, son utilisation, le caractère non coupant, la présence ou non de réducteurs, de ballonnets, de lames, de valves d'étanchéité.</p>	5 000
49 (= 48)	Trocarts à usage unique pour open laparoscopie avec ballonnet sans latex	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts pour open laparoscopie * Avec ballonnet * Sans latex <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, son utilisation, le caractère non coupant, la présence ou non de réducteurs, de ballonnets, de lames, de valves d'étanchéité.</p>	4 000
50 (= 51)	Trocarts thoraciques à usage unique	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts thoraciques à usage unique <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, son utilisation, le type de chemises.</p>	200
51 (= 50)	Trocarts thoraciques à usage unique	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts thoraciques à usage unique <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence ou non de latex), les caractéristiques dimensionnelles : diamètre et longueur, le type de pointes, son utilisation, le type de chemises.</p>	200
52	Trocarts "single port" pour abord de la cavité abdominale par coelioscopie, usage unique stérile	<p><u>Les candidats devront proposer dans leur offre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts "single port" * Pour abord de la cavité abdominale par coelioscopie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence de latex), la forme, le nombre de voies, les caractéristiques dimensionnelles, sa voie d'abord.</p>	300

53	Trocarts "single port" pour chirurgie transvaginale et pour chirurgie transanale, usage unique stérile	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts "single port" * Pour chirurgie transvaginale et/ou pour chirurgie transanale <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence de latex), la forme, le nombre de voies, les caractéristiques dimensionnelles, sa voie d'abord.</p>	200
54	Trocarts pour dilatation radiale usage unique stérile avec aiguilles d'accès associées	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts pour dilatation radiale * Avec aiguilles d'accès associées <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence de latex), la forme, les caractéristiques dimensionnelles des trocarts et des éléments associés.</p>	400
55	Trocarts à ballon de distension péritonéale à usage unique	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Trocarts à ballon de distension péritonéale <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence de latex), la forme, les caractéristiques dimensionnelles, le type de ballonnet.</p>	350
56	Dispositif pour coelochirurgie à accès manuel	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dispositif pour coelochirurgie à accès manuel <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition (dont présence de latex), la forme et les caractéristiques dimensionnelles du dispositif</p>	100
57	Système de fermeture des orifices de trocarts de coelioscopie, usage unique stérile	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Système de fermeture des orifices de trocarts de coelioscopie <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles et les éléments constitutifs du système.</p>	600
58 (= 59)	Tampon dissecteur usage unique stérile pour chirurgie laparoscopique	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampon dissecteur * Pour chirurgie laparoscopique <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles, la forme et l'utilisation du dispositif.</p>	600
59 (= 58)	Tampon dissecteur usage unique stérile pour chirurgie laparoscopique	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampon dissecteur * Pour chirurgie laparoscopique <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles, la forme et l'utilisation du dispositif.</p>	200
60	Ecarteurs de paroi atraumatique (type Alexis)	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ecarteurs de paroi * Atraumatique (type Alexis) <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le caractère atraumatique ou non, la composition, les caractéristiques dimensionnelles, la forme et le caractère rigide ou non du dispositif.</p>	10 000
61	Ecarteur de paroi avec tendeurs à usage unique stérile	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ecarteur de paroi * Avec tendeurs <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le caractère atraumatique ou non, la composition, les caractéristiques dimensionnelles, la forme et les éléments constitutifs du dispositif.</p>	500
62	Sacs à extraction à usage unique avec arceau de déploiement	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sacs à extraction * Avec arceau de déploiement <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles et la capacité des sacs, la forme, la présence d'arceau de déploiement et la compatibilité du dispositif avec les trocarts.</p>	3 000
63	Sacs à extraction largables à usage unique, sans arceau de déploiement	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sacs à extraction * Largables * Sans arceau de déploiement <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles et la capacité des sacs, la forme, l'absence d'arceau de déploiement et la compatibilité du dispositif avec les trocarts.</p>	14 000
64	Drains à usage unique pour coelochirurgie pour opacification des voies biliaires	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Drains * Pour coelochirurgie * Pour opacification des voies biliaires <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, les caractéristiques dimensionnelles, la forme, l'utilisation et les éléments constitutifs du dispositif.</p>	300
65 (= 66)	Dispositifs manuels à usage unique d'irrigation-lavage sans moteur et/ou sans piles, intégré	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dispositifs manuels d'irrigation-lavage * Sans moteur et/ou sans piles, intégré <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le matériel, la présence, le nombre et la position d'oeils sur la canule, les caractéristiques dimensionnelles, les éléments constitutifs du dispositif, l'ergonomie de la poignée, la motorisation ou non, le type de motorisation : moteur ou piles intégré, l'usage ou non dans le cadre de la chirurgie robotique et la non captivité à un équipement médical.</p>	9 000
66 (= 65)	Dispositifs manuels à usage unique d'irrigation-lavage sans moteur et/ou sans piles, intégré	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dispositifs manuels d'irrigation-lavage * Sans moteur et/ou sans piles, intégré <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser le matériel, la présence, le nombre et la position d'oeils sur la canule, les caractéristiques dimensionnelles, les éléments constitutifs du dispositif, l'ergonomie de la poignée, la motorisation ou non, le type de motorisation : moteur ou piles intégré, l'usage ou non dans le cadre de la chirurgie robotique et la non captivité à un équipement médical.</p>	6 000
67	Solution antitubée pour coelioscope	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Solution antitubée pour coelioscope <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition de la solution (dont la présence ou non d'alcool), la présentation de la solution et le volume du dispositif.</p>	10 000
CHIRURGIE OUVERTE ET COELIOCHIRURGIE : CONSOMMABLES POUR APPLICATEURS DE CLIPS avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables			
68	Chargeurs de clips titane pour applicateurs de clips réutilisables L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Chargeurs de clips * Titane * Pour applicateurs de clips réutilisables <p>Les chargeurs de clip sont des dispositifs médicaux à usage unique, stérile</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips : le caractère réutilisable ou non, le mode de fonctionnement, les caractéristiques dimensionnelles - la nature du clip : le matériel, le caractère résorbable ou non, les caractéristiques dimensionnelles, le nombre de clips par chargeurs et les indications de ligatures des vaisseaux. 	1 000
69	Barrettes de clips titane pour applicateurs de clips réutilisables L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Barrettes de clips * Titane * Pour applicateurs de clips réutilisables <p>Les barrettes de clips sont des dispositifs médicaux à usage unique, stérile</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips : le caractère réutilisable ou non, le mode de fonctionnement, les caractéristiques dimensionnelles - la nature du clip : le matériel, le caractère résorbable ou non, les caractéristiques dimensionnelles, le nombre de clips par barrettes et les indications de ligatures des vaisseaux. 	10 000

70	Barrettes de clips en polymère non résorbable pour applicateurs de clips réutilisables et/ou à usage unique L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Barrettes de clips * en polymère non résorbable * Pour applicateurs de clips réutilisables et/ou à usage unique <p>Les barrettes de clips sont des dispositifs médicaux à usage unique, stérile</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips : le caractère réutilisable ou non, le mode de fonctionnement, les caractéristiques dimensionnelles - la nature du clip : le matériau, le caractère résorbable ou non, les caractéristiques dimensionnelles, le nombre de clips par barrettes et les indications de ligatures des vaisseaux. 	25 000
71	Barrettes de clips en polymère résorbable pour applicateurs de clips réutilisables L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Barrettes de clips * en polymère résorbable * Pour applicateurs de clips réutilisables <p>Les barrettes de clips sont des dispositifs médicaux à usage unique, stérile</p> <p>L'offre de prix devra obligatoirement comporter une proposition avec mise à disposition des applicateurs de clips réutilisables en fonction des besoins des hôpitaux.</p> <p>Le fournisseur devra préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le type d'applicateur de clips : le caractère réutilisable ou non, le mode de fonctionnement, les caractéristiques dimensionnelles - la nature du clip : le matériau, le caractère résorbable ou non, les caractéristiques dimensionnelles, le nombre de clips par barrettes et les indications de ligatures des vaisseaux. 	1 000
COLLES CUTANÉES et LACS SUSPENSEURS			
72	Colles cutanées synthétiques	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Colles cutanées synthétiques <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition de la colle, la présence ou non de colorants et leurs natures, les indications (urgence ou chirurgie), les volumes et présentations, le temps nécessaire à la fermeture des plaies et le mode conservation.</p>	44 000
73	Lacs en coton	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lacs * en coton <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, l'induction ou non, la couleur et les caractéristiques dimensionnelles : longueur, diamètre du dispositif.</p>	15 000
74	Lacs pleins en silicone	<p>Les candidats devront proposer dans leur offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lacs pleins * en silicone <p>Dispositif médical à usage unique, stérile</p> <p>Le fournisseur devra préciser la composition, l'induction ou non, la couleur et les caractéristiques dimensionnelles : longueur, diamètre du dispositif.</p>	44 000