



N° de projet : 12289//IFTS1013
IT 0412-16788

Pages : 2 sur 2

Référence échantillon : Conduite en fibrociment

4. RESULTATS D'ANALYSE

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire ITGA-PRYSM, agréé par le Ministère de l'Environnement et accrédité COFRAC.

Préparation effectuée de façon à être représentative de l'échantillon.

Technique analytique : Microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) (Guide HSG248 – appendix 2), sans traitement thermique ou mécanique.

Date d'analyse : 22/10/2012

Paramètre	Type d'analyse	Résultats
Amiante	MOLP	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

N. SANCHEZ-TAULEIGNE

Directrice adjointe
Responsable du laboratoire
Responsable qualité

N° de fichier	Rédaction	Vérification	Validation
12289 IFTS conduite en fibrociment	D. AGIUS	D. AGIUS	N. SANCHEZ-TAULEIGNE