



CH de Barentin  
CH du Belvédère  
CH du Bois-Petit  
CH de Darnétal  
CH de Gournay-en-Bray  
CH de Neufchâtel-en-Bray  
**CHU de Rouen**  
CH du Rouvray  
CH d'Yvetot



CHU DE ROUEN ETABLISSEMENT SUPPORT DU  
« GHT ROUEN CŒUR DE SEINE »



PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT  
ARTICLES R.2124-1 A 2 ET R.2161-1 A 5  
DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
MARCHE PUBLIC DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  
(CCTP)

Fourniture de pièces détachées  
pour la réparation de matériel  
électrique médical  
« GHT Rouen Cœur de Seine »

## **Article premier. - Objet**

### **1.1. - Objet du marché public**

Le marché public a pour objet **la réparation de matériel électrique médical pour les établissements membres du GHT Rouen Cœur de Seine** ainsi que la prise en compte de travaux de réparation et de dépannages réalisés à la demande desdits établissements.

Les appareils faisant l'objet de cette réparation sont essentiellement les lits électriques et les lèves malade, ils sont répartis :

- Pour le CHU Rouen Normandie, sur les sites suivants :
  - ↳ Hôpital Charles Nicolle à Rouen ;
  - ↳ Hôpital de Bois Guillaume ;
  - ↳ Hôpital Saint Julien à Petit Quevilly ;
  - ↳ Hôpital annexe de Oissel ;
  - ↳ Maison de retraite Boucicaut à Mont Saint Aignan ;
- Pour tous les établissements membres du GHT Cœur de Seine (voir la liste des adresses en annexe n° 1 du CCAP).

### **1.2. - Dispositions particulières**

Les contraintes particulières aux prestations exécutées dans les établissements hospitaliers tenant entre autres à la nécessaire continuité de fonctionnement du service public et de la disponibilité difficile de certains appareils, sont censées être, connues du titulaire. Elles ne comportent d'autres conséquences que celles éventuellement prévues dans les modalités de règlement des prestations.

Le titulaire devra prendre en compte que les installations dont il a la maintenance assure notamment la continuité de soins portée aux patients dans les différents services des sites cités à l'article 1.1 de ce présent CCTP. Il devra donc prendre toutes dispositions pour intervenir dans des délais raisonnables.

## **Article 2. - Modalités d'exécution**

### **2.1. - Conditions générales d'exécution**

Le titulaire assurera les interventions nécessaires de remise en état du matériel électrique médical. Les prix indiqués couvrent tous les frais de main-d'œuvre, de déplacement et de séjour des techniciens du titulaire (si nécessaire).

Les opérations concernent une remise en état des matériels prévus au BPU. Pour chaque appareil, il sera tenu un dossier permettant d'y retrouver la date et la nature des changements qui auraient été apportés à l'équipement, la date et le résultat des dernières visites.

Le titulaire du présent marché public devra la reprise et le recyclage des matériels usagés avec le suivi du BSDI ainsi que la reprise et recyclage des D3E.

## **2.2. - Rapport de visite**

Toute intervention d'urgence fera l'objet de la rédaction d'une fiche de travail sur laquelle sera précisée la date de l'intervention, sa durée, la nature et le résultat de toutes les prestations et travaux effectués, la liste des pièces et organes remplacés ainsi que les observations éventuelles du technicien du titulaire sur le fonctionnement des équipements.

Cette fiche sera visée par le technicien du titulaire et par le responsable atelier de l'établissement concerné. Un exemplaire sera remis à chacun d'eux.

## **2.3. – Délai**

### **2.3.1. – Intervention standard**

Toute intervention standard devra être effectuée dans un délai de 24 heures du lundi au vendredi à compter de la réception de la demande d'intervention.

### **2.3.1. – Intervention d'urgence**

Toute intervention d'urgence devra être effectuée dans un délai de 4 heures du lundi au vendredi à compter de la réception de la demande d'intervention.