

---

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)**  
**RELATIF A LA FOURNITURE DE GAZ AZOTE,**  
**A LA LOCATION DE CUVE**  
**POUR L'ANSES – LABORATOIRES DE MAISONS-ALFORT**

## SOMMAIRE

<b>CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES .....</b>	<b>3</b>
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE .....	3
ARTICLE 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA CONSULTATION .....	3
ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE .....	3
<b>CHAPITRE 2. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS .....</b>	<b>5</b>
ARTICLE 4. DELAI DE MISE EN PLACE DU MATERIEL .....	5
ARTICLE 5. CONSIGNES D’ACCES AU SITE DE L’ANSES .....	5
ARTICLE 6. PLAN DE PREVENTION .....	5
ARTICLE 7. BONS DE COMMANDE.....	5
ARTICLE 8. INSTALLATION DE LA CUVE .....	5
ARTICLE 9. LIVRAISONS .....	6
9.1. Lieu .....	6
9.2. Conditions d’intervention .....	6
ARTICLE 10. EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, TRANSPORT .....	6
ARTICLE 11. SERVICE APRES-VENTE, MAINTENANCE .....	7
ARTICLE 12. GESTION DE FIN DE MARCHE .....	7
ARTICLE 13. SUIVI DE LA PRESTATION .....	7
<b>CHAPITRE 3. MODIFICATION PORTANT SUR UN ELEMENT CONSTITUTIF DES PRODUITS.....</b>	<b>8</b>

## CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1. OBJET DU MARCHÉ

Le marché a pour objet la fourniture d'azote liquide réfrigérée en vrac (N° CAS 007727-37-9, N° EINECS 231-783-9), ne contenant pas d'autres composants en impuretés qui pourraient modifier la classification du produit, la location et la maintenance d'un réservoir pour l'ANSES, site des laboratoires de Maisons-Alfort.

Le réservoir à mettre à disposition, doit être placé sur le côté du bâtiment PAGOT au voisinage des centrales de gaz existantes et de la cuve d'argon liquide (cf annexes 1 et 2).

Il doit pouvoir être connecté à un circuit de distribution à créer, à savoir un branchement permettant la distribution dans le bâtiment PAGOT.

Il doit pouvoir fournir une qualité d'azote gazeux d'une **pureté minimale de 99,999 %**

A titre d'information, les unités scientifiques consommeraient environ **81 000 L/ an (environ 55 000 m<sup>3</sup>/an)**. Ce montant est donné à titre indicatif et n'engage pas contractuellement l'ANSES.

La cuve sera équipée d'un indicateur de niveau d'azote liquide. Lors du remplissage de la cuve il ne devra pas y avoir de baisse de **pression de sortie**.

Celle-ci doit avoisiner les **13 bars** en toute circonstance.

Le marché comprend une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire : **la mise en œuvre de la télésurveillance**.

Le pouvoir adjudicateur décidera discrétionnairement de lever, ou de ne pas lever, cette prestation supplémentaire éventuelle, à la notification du marché à l'attributaire.

L'ANSES se réserve la possibilité, en cours de marché de commander la mise à disposition d'une autre cuve de taille équivalente sur un autre lieu du même site de Maisons-Alfort et pour desservir un autre bâtiment existant.

### Article 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA CONSULTATION

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt.

Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.

En cas de groupement, la forme souhaitée est un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.

### Article 3. DUREE DU MARCHÉ

Le marché démarre à compter du 8 mars 2025 pour une durée de 12mois.

Le marché est reconductible 3 fois par période de 12 mois dans la limite de 48 mois, par décision tacite du représentant de l'ANSES dans les trois (3) mois précédant l'échéance de la période initiale.

L'attributaire ne peut s'opposer à sa reconduction.

Quelles que soient les raisons ayant motivé la non reconduction, la validité du marché court jusqu'au terme de la période en cours. La non-reconduction ne donne droit à aucune indemnité.

## **Chapitre 2. CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS**

### **Article 4. DELAI DE MISE EN PLACE DU MATERIEL**

Dès la notification du marché au titulaire, il se mettra en contact avec l'ANSES afin d'organiser l'installation du nouveau matériel.

### **Article 5. CONSIGNES D'ACCES AU SITE DE L'ANSES**

Au plus tard 15 jours après la notification du marché, le titulaire devra fournir la liste nominative de son personnel autorisé à intervenir à l'ANSES, site des laboratoires de Maisons-Alfort, ainsi que les numéros d'immatriculation des véhicules autorisés.

Le personnel du titulaire ne peut intervenir et accéder que dans les zones où est positionné le matériel, ainsi que sur les chemins et voies d'accès.

Le personnel du titulaire devra observer les consignes de sécurité et les règles appliquées au personnel extérieur à l'ANSES et le plan de prévention.

Le responsable de l'ANSES ou son représentant peut demander à tout moment le remplacement du personnel d'intervention pour des motifs professionnels ou autres. Ce remplacement devra intervenir dans un délai de 15 jours, ce délai peut être réduit à 24 H si le motif provient d'un non-respect caractérisé des clauses du présent marché, ou en cas de faute grave caractérisée.

### **Article 6. PLAN DE PREVENTION**

Le titulaire du marché devra se soumettre à la mise en place d'un plan de prévention afin de mieux identifier les dangers encourus et de permettre de mieux appréhender les accidents toujours possibles lors des livraisons.

### **Article 7. BONS DE COMMANDE**

La notification de l'ordre de service de démarrage des prestations défini à l'article 1 et, le cas échéant les décisions de reconduction successives, valent ordre de service de démarrage pour la location annuelle du réservoir et son éventuelle télésurveillance (si PSE retenue) ainsi que pour la fourniture du gaz azote.

La fourniture du gaz azote, qui sera réalisée soit par télésurveillance (si PSE retenue), soit par des livraisons cadencées (cf article 9 ci-après), ne nécessite pas l'émissions de bons de commande.

### **Article 8. INSTALLATION DE LA CUVE**

**L'installation de la cuve est à la charge exclusive du titulaire, aucun frais ne pourra être réclamé à l'ANSES, concernant la livraison, l'installation, la mise en service de la cuve, objet de la location.**

Les matériels devront répondre à tous les règlements en vigueur concernant la protection des personnels utilisateurs. Ils seront conformes aux normes en vigueur applicables à ce type de matériels et seront marqués CE conformément à la directive européenne 93/42/CEE.

---

## **Article 9. LIVRAISONS**

---

### **9.1. LIEU**

---

**ANSES**

**ANSES, Laboratoires de Maisons-Alfort**

**14 rue Pierre et Marie Curie**

**94700 Maisons-Alfort**

---

### **9.2. CONDITIONS D'INTERVENTION**

---

Un bon de livraison sera émis à chaque remplissage de la cuve. Il sera daté et devra faire l'objet d'une signature du représentant de l'ANSES et du livreur.

Lors de la première mise en charge de la cuve, le titulaire fournira la fiche de données de sécurité de l'azote utilisé.

Les livraisons de gaz Azote s'effectueront autant que de besoin afin qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement et devront tenir compte des conditions d'accès afin d'adapter le tonnage du véhicule).

Cette continuité de service pourra être réalisée soit par télésurveillance (si PSE retenue) soit par des livraisons cadencées. Dans ce dernier cas, le titulaire pourra proposer une fréquence de remplissage, qui sera soumise à l'accord préalable de l'ANSES. Le titulaire peut se voir appliquer une pénalité par livraison arrivée en retard (cf. article 8).

En cas de défaillance du système de télésurveillance, dans le cas où celui-ci serait mis en place, le titulaire s'engage à livrer dans les 24 heures après réception de la demande émise par les services de l'ANSES. Cette demande se fait par tout moyen (appel téléphonique, fax, courrier, courrier électronique). Au-delà, le titulaire se voit appliquer une pénalité par livraison arrivée en retard (cf. CCAP).

La période de fermeture pour congés annuels ne sera pas neutralisée.

---

## **Article 10. EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, TRANSPORT**

---

L'emballage et le conditionnement doivent être conçus de manière à éviter toute détérioration en cours de stockage, transport ou manutention et tout risque d'ouverture accidentelle du

matériel, du produit ou d'altération du produit; à défaut, la responsabilité du titulaire serait engagée.

Conformément à l'article 20.3 du CCAG/FCS, les risques afférents au transport et à la livraison sont à la charge du titulaire.

---

#### **Article 11. SERVICE APRES-VENTE, MAINTENANCE**

---

**Le prix du service après-vente et de la maintenance préventive et curative est compris dans le prix de location de la cuve.**

Le titulaire doit contrôler régulièrement l'état du réservoir mis à la location.

Dans la mesure où le réservoir apparaîtrait défectueux, son état le rendant impropre à son utilisation normale, ou dans le cas d'une fuite constatée, le titulaire doit intervenir sous 24 heures et proposer un réservoir permettant le stockage normal en toute sécurité.

Après ce délai, et mise en demeure restée sans intervention sous 24 heures, le titulaire se voit appliquer une pénalité journalière dans les conditions définies au CCAP.

Par ailleurs, il sera fourni un manuel d'utilisation en français qui restera la propriété de l'ANSES. Ce manuel expliquera clairement les manœuvres de mise en route, d'utilisation, d'arrêt, ainsi que les interdictions (ou manœuvres à ne pas effectuer). Il sera mis à jour au fur et à mesure des modifications apportées à l'installation.

Le titulaire s'engage à livrer les éventuels rectificatifs et mises à jour sans suppléments de prix.

---

#### **Article 12. GESTION DE FIN DE MARCHE**

---

A partir de la date de fin de marché, le titulaire du marché reprend, dans les meilleurs délais, son matériel sans pouvoir prétendre à une indemnisation pour immobilisation de matériel au-delà de cette date.

En cas de retard dans la mise en route du nouveau marché, l'Anses pourra proposer au titulaire une prolongation du marché, aux conditions du marché échu pour éviter une interruption des prestations.

---

#### **Article 13. SUIVI DE LA PRESTATION**

---

Le titulaire doit désigner, en son sein, un responsable chargé de veiller à l'exécution du marché. Cette personne devra disposer d'une délégation suffisante permettant de mettre en œuvre sans délai toute mesure qui s'impose.

L'Anses pour sa part informera le titulaire des interlocuteurs en charge du suivi technique de la prestation (au sein du Laboratoire de Maisons-Alfort).

### **Chapitre 3. MODIFICATION PORTANT SUR UN ELEMENT CONSTITUTIF DES PRODUITS**

Le titulaire s'engage, sur la durée du marché, à fournir des produits conformes aux spécifications figurant dans son offre initiale.

Toutefois le titulaire pourra procéder à des modifications non substantielles desdits produits dans les conditions fixées ci-après : remplacement d'un produit par un autre sous réserve que ce dernier présente des caractéristiques équivalentes ou supérieures et que son prix net soit inchangé.

Dans ce cas, le titulaire du marché doit en informer l'ANSES dans les plus brefs délais en joignant les pièces justificatives suivantes : justification de l'équivalence ou de la supériorité des caractéristiques du nouveau produit et indication du prix net.

Ces modifications sont soumises à l'accord de l'ANSES qui transmet sa réponse au titulaire dans le mois suivant la réception de son courrier.