

FICHE DESCRIPTIVE LOT N°11

L/SL	Libellé	Unité	Ech.
11	DIAGNOSTIC DE CHLAMYDIA PSITTACI		
	Coffret comprenant un réactif permettant de neutraliser les IgG et d'éliminer les interférences dues aux facteurs rhumatoïdes et un contrôle positif et négatif pour les <i>Chlamydia psittaci</i> . Technique permettant de réaliser des tests au coup par coup et non en série Immunofluorescence ou test en CMIA unitaire. Les techniques en microplaque ne sont pas adaptées à notre volume d'analyse (450 tests par an).	Test	1 boîte
	Les puits de la lame sont enduits de corps élémentaires purifiés pour les <i>Chlamydia psittaci</i> .		
	La détection dans le prélèvement des IgM spécifiques de <i>Chlamydia psittaci</i> se fait à l'aide d'une IgM anti-humaine conjuguée à la FITC.		
	Pour les tests en immunofluorescence indirecte le réactif permet la recherche de réactions croisées avec <i>C. pneumoniae</i> et <i>C. trachomatis</i>		
	Le choix des tests reposera sur les études publiées dans la littérature ou les recommandations du CNR Chlamydia.		