

LOT N°12 – Milieux pour conservation des souches

Milieu de conservation de souches bactériennes à température ambiante

- Milieu de culture solide ou liquide permettant la conservation des microorganismes « courant » (e.g. *Entérobactérales*, *Pseudomonadacées*, *Staphylococci*, etc.) à température ambiante (2-30°C si possible)
- Milieu de culture solide ou liquide permettant la conservation de souches bactériennes à température ambiante (environ 2-30°C si possible)
- Présentation :
 - o Tube à bouchon vissé ou similaire,
 - o Autre support à fermeture adaptée
 - o Prestation supplémentaire éventuelle facultative (PSEF) : Accessoires (boîtes, supports) permettant un rangement et un stockage « organisé » des supports de conservation.
- Tube ou support
 - o De petite taille pour faciliter le stockage et le rangement
 - o Prêt à l'emploi, et pouvant être conservé si possible avant utilisation à température ambiante
 - o Ayant une zone pour étiquetage ou inscriptions manuelles
- Le milieu de conservation gélosé ou liquide doit être enrichie en substances nutritives pour permettre la survie des bactéries aérobies et si possible anaérobies pendant au moins un an
 - o Les durées de conservation des souches par grande familles de microorganismes devront être spécifiées, et si possible, le référentiel utilisé
- Praticabilité et utilisation : le fournisseur décrira les modalités pratiques d'utilisation du produit proposé
- Données bibliographiques : fournisseur joindra, si possible, les données bibliographiques illustrant les performances du support de conservation (poster congrès RICAI, ECCMID, articles, données internes etc.)
- Documentations
 - o Les documentations fournisseurs (notice produits, limitations, etc.) devront être **IMPERATIVEMENT fournies**
 - o Les fiches de stress pour la maîtrise du transport et du stockage devront être **IMPERATIVEMENT fournies**
- Marquage CE/IVD/IVDR/FDA si possible
- Utilisateurs : le fournisseur donnera la liste des laboratoires (nom, adresse, email) des laboratoires utilisateur du support de prélèvement.
- Présentation souhaitée : carton ou boîte d'au moins 20 tubes ou supports.
- Tests : Si le laboratoire en fait la demande dans le cadre de l'appel d'offre, la fourniture de 100 échantillons pour tests de performances et de praticabilité pourra être demandée.