

ANNEXE 3 – TABLEAU D’IDENTIFICATION DES LOCAUX PRESENTANT UN RISQUE PRIONS

Local	Intitulé	Unité de travail	Surface au sol				Surface au mur (hauteur inf à 1,5m)				Surface au mur (hauteur sup à 1,5m)				Surface plan de travail				Piétement				Surface au plafond				Actions complémentaires	
			m²	Niveau de contamination	Traitement oui/non	Type de traitement	m²	Niveau de contamination	Traitement oui/non	Type de traitement	m²	Niveau de contamination	Traitement oui/non	Type de traitement	m²	Niveau de contamination	Traitement oui/non	Type de traitement	Nombre	Niveau de contamination	Traitement oui/non	Type de traitement	m²	Niveau de contamination	Traitement oui/non	Type de traitement	Eviers	Retrait des filtres HEPA (extraction)
A329	Extractions des bactéries	MND	12,3	***	oui	Traitement usuel	10,73	***	oui	Traitement usuel	7,16	**	oui	Traitement simple	4,21	****	oui	Traitement maximal	4	**	oui	Traitement simple	12,3	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	-
A331	Clonage bactérien	MND	12,3	***	oui	Traitement usuel	12,5	***	oui	Traitement usuel	8,34	**	oui	Traitement simple	5,56	****	oui	Traitement maximal	5	**	oui	Traitement simple	12,3	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	-
A337	Biologie moléculaire	MND	31,9	***	oui	Traitement usuel	18,43	***	oui	Traitement usuel	12,29	**	oui	Traitement simple	18,22	****	oui	Traitement maximal	4	**	oui	Traitement simple	31,9	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	-
A332	Stockage froid	MND	11,2	**	oui	Traitement simple	9,6	***	oui	Traitement élémentaire	6,32	*	oui	Traitement élémentaire	0	***	oui	Sans objet	0	***	oui	Sans objet	11,2	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	-
A340	Laboratoire ATNC (L3-zone 1)	MND	17,2	***	oui	Traitement usuel	13,54	*	oui	Traitement usuel	9,03	**	oui	Traitement simple	5,2	***	oui	Traitement usuel	5	**	oui	Traitement simple	17,2	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	oui ( n=2)
A346	Laboratoire ATNC (L3-zone 2)	MND	33,2	***	oui	Traitement usuel	18,79	***	oui	Traitement usuel	12,53	**	oui	Traitement simple	11,5	***	oui	Traitement usuel	11	**	oui	Traitement simple	33,2	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	oui (n=2)
A347	Laboratoire ATNC (L3-zone 3)	MND	9,68	***	oui	Traitement usuel	9,42	***	oui	Traitement usuel	6,28	**	oui	Traitement simple	2,26	***	oui	Traitement usuel	4	**	oui	Traitement simple	9,68	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	oui (n=2)
A342	Sas matériel (L3)	MND	1,61	**	oui	Traitement simple	4,14	**	oui	Traitement simple	2,76	*	oui	Traitement élémentaire	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	1,61	*	oui	Traitement élémentaire	-	oui (n=1)
A345	Sas personnel 2 (L3)	MND	2,5	**	oui	Traitement simple	5,14	**	oui	Traitement simple	3,43	*	oui	Traitement élémentaire	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	2,5	*	oui	Traitement élémentaire	-	oui (n=1)
B305	Stockage échantillons ( L2-Histo)	MND	8,93	**	oui	Traitement simple	9,5	**	oui	Traitement simple	6,34	*	oui	Traitement élémentaire	2,62	****	oui	Traitement maximal	3	*	oui	Traitement élémentaire	8,93	*	oui	Traitement élémentaire	-	oui (n=1)
B306	Pièce laboratoire (L2-Histo)	MND	21,47	**	oui	Traitement simple	15,05	**	oui	Traitement simple	10,04	*	oui	Traitement élémentaire	10,38	****	oui	Traitement maximal	8	*	oui	Traitement élémentaire	21,47	*	oui	Traitement élémentaire	Traitement maximal	oui (n=2)
B307	Pièce automate (L2-Histo)	MND	8,2	**	oui	Traitement simple	11,53	**	oui	Traitement simple	5,73	*	oui	Traitement élémentaire	3	****	oui	Traitement maximal	3	*	oui	Traitement élémentaire	8,2	*	oui	Traitement élémentaire	Traitement maximal	oui (n=1)
B308	Pièce microtomie (L2-Histo)	MND	9,77	****	oui	Traitement maximal	9,43	****	oui	Traitement maximal	6,29	****	oui	Traitement maximal	4	****	oui	Traitement maximal	3	***	oui	Traitement usuel	9,77	**	oui	Traitement simple	-	oui (n=1)
B309	Sas pièce automate (L2-Histo)	MND	1,69	**	oui	Traitement simple	3,97	*	oui	Traitement élémentaire	2,65	*	oui	Traitement élémentaire	4	**	oui	Traitement simple	3	*	oui	Traitement élémentaire	1,69	*	oui	Traitement élémentaire	-	oui (n=1)
B310	Sas matériel 1 (L2-Histo)	MND	2,88	**	oui	Traitement simple	5,41	*	oui	Traitement élémentaire	3,61	*	oui	Traitement élémentaire	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	2,88	*	oui	Traitement élémentaire	-	oui (n=1)
B312	Sas personnel 2 (L2-histo)	MND	3,24	**	oui	Traitement simple	4,12	*	oui	Traitement élémentaire	2	*	oui	Traitement élémentaire	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	3,24	*	oui	Traitement élémentaire	-	oui (n=1)
A 212	Hébergement 4	PFEA	17,45	**	oui	Traitement simple	13,47	*	oui	Traitement simple	8,98	*	oui	Traitement élémentaire	1,14	**	oui	Traitement simple	2	*	oui	Traitement élémentaire	17,45	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A213	Expérimentation (prélèvements)	PFEA	9,3	***	oui	Traitement usuel	9,55	***	oui	Traitement usuel	6,37	**	oui	Traitement simple	1,95	****	oui	Traitement maximal	3	**	oui	Traitement simple	9,3	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A 214	Expérimentation (inoculation)	PFEA	9,3	***	oui	Traitement usuel	9,91	***	oui	Traitement usuel	6,61	**	oui	Traitement simple	3,15	****	oui	Traitement maximal	3	**	oui	Traitement simple	9,3	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A 229	Décontamination	PFEA	26,3	**	oui	Traitement simple	15,49	**	oui	Traitement simple	10,33	*	oui	Traitement élémentaire	0,9	**	oui	Traitement simple	1	*	oui	Traitement élémentaire	26,3	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A 211	Sas hébergement 4	PFEA	2	**	oui	Traitement simple	4,25	*	oui	Traitement élémentaire	2,84	*	oui	Traitement élémentaire	0	**	oui	Rien	0	*	oui	Sans objet	2	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A 215	Sas expérimentation	PFEA	3,25	**	oui	Traitement simple	5,8	*	oui	Traitement élémentaire	3,87	*	oui	Traitement élémentaire	0	**	oui	Rien	0	*	oui	Sans objet	3,25	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A209	Hébergement 5	PFEA	20,95	**	oui	Traitement simple	14,03	*	oui	Traitement élémentaire	9,3	*	oui	Traitement élémentaire	0,9	**	oui	Traitement simple	1	*	oui	Traitement élémentaire	20,95	*	oui	Traitement élémentaire	Dépose et élimination DASRI	non (en caisson - CTA)
A013 secteur 2	Station de traitement des effluents	Service technique	5,1	**	oui	Traitement simple	6,78	*	oui	Traitement élémentaire	4,52	Sans objet	non	Rien	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	5,1	sans objet	non	Rien	-	-
A013 secteur 3	Station de traitement des effluents	Service technique	8,94	***	oui	Traitement usuel	9,16	***	oui	Traitement usuel	31,09	***	oui	Traitement usuel	0	Sans objet	non	Rien	0	***	oui	Sans objet	8,94	sans objet	non	Rien	-	-
A013 secteur 1	Station de traitement des effluents	Service technique	15,54	**	oui	Traitement simple	12,3	*	oui	Traitement élémentaire	8,26	Sans objet	non	Rien	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	15,54	sans objet	non	Rien	-	-
A014	Sas de la station des effluents	Service technique	1,85	**	oui	Traitement simple	4,26	*	oui	Traitement élémentaire	2,84	Sans objet	non	Rien	0	Sans objet	non	Rien	0	*	oui	Sans objet	1,85	sans objet	non	Rien	-	-
A203	Echantillothèque	MND	88	**	oui	Traitement simple	28	Sans objet	non	Rien	40	Sans objet	non	Rien	0	Sans objet	non	Rien	0	Sans objet	non	Rien	88	Sans objet	non	Rien	-	-

Niveaux de contamination

\*\*\*\* : contact avéré ou possible avec des MRS → Contamination résiduelle probable

\*\*\* : Contact par portage fréquent ou possible → contamination accidentelle non exclue

\*\* : Contact par portage improbable ou rare<sup>(1)</sup> → contamination improbable

\* : Contact par portage impossible, hors acte malveillant<sup>(2)</sup> → non contaminé

Mode de traitement adapté au niveau de contamination supposé :

1- Traitement maximal : 2 nettoyages intensifs avec détergent, deux étapes de décontamination chimique de 1 heure à température ambiante (soude 2N puis javel à la concentration de 2% de chlore actif ou 20 000 ppm).

2. Traitement usuel : 1 nettoyage intensif avec détergent, une étape de décontamination chimique de 1 heure (soude 2N ou si possible javel à la concentration de 2% de chlore actif ou 20 000 ppm)

3- Traitement simple : 1 nettoyage intensif avec détergent, une étape de nettoyage intensif chimique (soude 2N ou si possible javel à la concentration de 2% de chlore actif ou 20 000 ppm)

4- Traitement élémentaire : 1 nettoyage simple avec détergent, une étape de nettoyage simple chimique (soude 2N ou si possible javel à la concentration de 2% de chlore actif ou 20 000 ppm)