

XEMBAL EMBALLAGES DE STERILISATION EN FEUILLES (Période du 01/03/2025 au 30/06/2026)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi	%	Nb spéc.
1		FEUILLES DE STERILISATION MATERIAUX NON TISSE Dispositif médical pour stérilisation VAPEUR et PEROXYDE HYDROGENE Basse température Présentation en interfoliage 2 couleurs non soudé Fournir: -documentation technique et commerciale complète -attestation de compatibilité stérilisation vapeur -attestation de compatibilité stérilisation peroxyde hydrogène (stérilisateur VPRO Max) -attestation de conformité normative, notamment les données validant l'efficacité de barrière antibactérienne des produits proposés -attestation de marquage CE, conformité RDM Proposer en PSE l'ensemble de la gamme correspondant à la définition du lot					
1	1	600 x 600 mm	Unité	22 800	68 400	0/300	3
1	2	750 x 750 mm	Unité	6 000	18 000	0/300	3
1	3	900 x 900 mm	Unité	13 600	40 800	0/300	3
1	4	1000 x 1000 mm	Unité	6 200	18 600	0/300	1
1	5	1200 x 1200 mm	Unité	13 700	41 100	0/300	1
1	6	1400 x 1400 mm	Unité	3 200	9 600	0/300	1
Total des quantités du lot n° 1				65 500	196 500		12

Nombre de lignes 6