

LOT 5.3 – ETIQUETTE 24 x 18 en rlx pour Syst GLIMS –

Utilisation :

Ces étiquettes sont collées sur des tubes en plastique ou verre

Elles doivent être résistantes au bain marie, température de -80° à +80°, passage en robotique et éventuellement en centrifugation.

CES ETIQUETTES SONT COLLEES SUR D'AUTRES ETIQUETTES ET DOIVENT AVOIR UN TAUX D'OPACITE SUFFISANT POUR QUE LEUR LECTURE NE SOIT PAS INTERFEREE PAR LES ELEMENTS DE L'ETIQUETTE DE DESSOUS.

Présentation

Rlx de 1 000 étiquettes

Mandrin de 76 mm

Largeur 28 mm

Espacement entre 2 étiquettes = 3 mm sans perforation

En roulement extérieur A1 (sortie pied en avant)

Format des étiquettes

Coincés arrondis

Etiquette larg 24 mm x haut 18 mm

Couleur

Etiquettes Blanches

Adhésif

VELIN PHARMCLOS PERMANENT, transfert thermique avec colle renforcée

Impression :

Aucune

Présentation

Marge droite et gauche = 1 mm

Machine utilisée :

Pour système GLIMS

Imprimante INTERMEC PF41

Qté annuelle par Ets du GHT :

CHU ST ETIENNE = 20 rlx de 1 000 étiquettes

