

LOT 23.1 – ETIQUETTE STERILISATION / SCHAERER

Utilisation :

Etiquette collée sur sachet d'instrumentation

Format du rouleau

63 mm de large

1 800 étiquettes

Présentation

1 étiquette sécable en 2 au 2/3

Avec code barre sur les 2 espaces

Et un témoin de stérilisation = bord latéral droit de 5 mm de couleur rose pâle qui vire au marron lors du passage en autoclave

Format des étiquettes

Coins arrondis

Etiquette larg 60 mm x haut 35 mm

Dont

1 étiquette larg 60 mm x haut 10 mm

1 étiquette larg 60 mm x haut 25 mm

Couleur

Etiquettes Blanches

Et rose pâle latéral droit

Adhésif :

Double encollage permanent

Matière :

Velin

Impression :

Inscription « marron stérilisé » en blanc dans la partie rose de l'étiquette 60 mm x 25 mm

Présentation

Marge gauche = 2 mm

Marge droite = 2 mm

Espacement entre les étiquettes 3 mm

Prédécoupé entre les étiquettes

Machine utilisée :

Etiquette utilisée avec le logiciel de l'autoclave SCHAERER

Qté annuelle par Ets du GHT :

CH GIER = 12 rouleaux de 1 800 étiquettes

