

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

*Etabli en application des articles L2113-10 (Allotissement),
L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5 (Appel d'offres ouvert)
R2162-2, R2162-13 et R2162-14 (Accord-cadre à bons de commande)
du Code de la commande publique*

Pouvoir adjudicateur :

**Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Pôle Pharmacie
En sa qualité d'Etablissement support du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique**

Etablissements parties bénéficiaires :

**Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Centre hospitalier Alphonse Guérin**

Objet du marché public :

**FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX D'ABORD CHIRURGICAL
NOMENCLATURE 1829**

Pour la période du 1^{er} Juin 2025 au 31 Mai 2026
Reconductible du 1^{er} Juin 2026 au 31 Mai 2027
Reconductible du 1^{er} Juin 2027 au 31 Mai 2028

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES	3
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC	3
ARTICLE 2. CONFORMITE A LA LEGISLATION, REGLEMENTATION ET NORMES EN VIGUEUR	4
2.1. Réglementation - normes générales	4
2.2. Réglementation - normes spécifiques : étiquetage notice.....	5
2.3. Conditions particulières de mise sur le marché et de distribution de certains dispositifs médicaux stérilisés à l'oxyde d'éthylène	5
2.4. Renseignements concernant les substances CMR et perturbateurs endocriniens	5
ARTICLE 3. SPECIFICITES TECHNIQUES	6
3.1. Mise à disposition d'équipements	6
3.2. Option de rachat.....	6
3.3. Maintenance des équipements mis à disposition.....	7
3.3.1 Dispositions générales	7
3.3.2 Modalités d'exécution des opérations de dépannage	7
3.3.3 Devoir de conseil	8
3.3.4 Sécurité des personnes et des biens	8
3.3.5 Confidentialité	8
CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES LOTS.....	9

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Le présent marché a pour objet la fourniture de : **Dispositifs Médicaux Stériles d'Abord Chirurgical**

Pour la période du :

1^{er} Juin 2025 au 31 Mai 2026
Reconductible du 1^{er} Juin 2026 au 31 Mai 2027
Reconductible du 1^{er} Juin 2027 au 31 Mai 2028

Le marché se présente sous forme de lots tels qu'ils sont énumérés ci-dessous :

- Lot 1 CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE
- Lot 2 BISTOURI ELECTRIQUE POUR GENERATEUR ERBE
- Lot 3 BISTOURI ELECTRIQUE
- Lot 4 BISTOURI ELECTRIQUE POUR GENERATEUR FORCE TRIAD
- Lot 5 BOITE COMPTE AIGUILLE
- Lot 6 DRAIN MULTIPERFORE POUR ANALGESIE
- Lot 7 DRAIN MULTITUBULAIRE
- Lot 8 DRAIN PERFORE
- Lot 9 ECARTEUR CHIRURGICAL
- Lot 10 GANT CHIRURGICAL LATEX NON POUDRE
- Lot 11 GANT CHIRURGICAL LATEX NON POUDRE A EXTREMITÉ RENFORCEE
- Lot 12 GANT CHIRURGICAL SYNTHETIQUE
- Lot 13 HOUSSE POUR SONDE GAMMA
- Lot 14 HOUSSE POUR MICROSCOPE
- Lot 15 LAC SUSPENSEUR COTON
- Lot 16 LAC SUSPENSEUR SILICONE
- Lot 17 SYSTEME DE LAVAGE HAUTE PRESSION
- Lot 18 SONDE DE PEZZER
- Lot 19 SONDE DE FOGARTY
- Lot 20 SONDE DE FOGARTY AVEC GUIDE
- Lot 21 TUBULURE D'ASPIRATION-IRRIGATION
- Lot 22 PATCH VASCULAIRE POLYESTER TRICOTE PAROI MINCE
- Lot 23 PROTHESE VASCULAIRE POLYESTER ENDUITE
- Lot 24 PROTHESE VASCULAIRE POLYESTER AVEC REVETEMENT ANTI-MICROBIEN
- Lot 25 PROTHESE VASCULAIRE DOUBLE COUCHE PTFE/POLYESTER
- Lot 26 VALVULOTOME
- Lot 27 PROTHESE AUTO-FIXANTE POUR HERNIE INGUINALE COELIOSCOPIE
- Lot 28 IMPLANT DE RENFORT PARIETAL HERNIE INGUINALE TECHNIQUE LICHTENSTEIN
- Lot 29 IMPLANT DE RENFORT PARIETAL BIOLOGIQUE
- Lot 30 PLAQUE POUR HERNIE OMBILICALE
- Lot 31 IMPLANT DE RENFORT PARIETAL INTRA PERITONEAL
- Lot 32 IMPLANT DE RENFORT PARIETAL EXTRA PERITONEAL
- Lot 33 IMPLANT DE RENFORT POUR CURE D'EVENTRATION
- Lot 34 TREILLIS RESORBABLE
- Lot 35 CALIBREUR POUR CHIRURGIE BARIATRIQUE
- Lot 36 CATHETER DE CHOLANGIOGRAPHIE
- Lot 37 CISEAUX POUR COELIOCHIRURGIE
- Lot 38 SAC A EXTRACTION POUR COELIOCHIRURGIE
- Lot 39 SAC A EXTRACTION COMPATIBLE POUR TROCART DE 5 ET 10MM
- Lot 40 SYSTEME DE FERMETURE POUR INCISION TROCART
- Lot 41 TROCART ET CHEMISE POUR COELIOCHIRURGIE 5MM
- Lot 42 TROCART ET CHEMISE POUR COELIOCHIRURGIE 11-12-15MM
- Lot 43 TROCART SOUPLE POUR INCISION UNIQUE
- Lot 44 PINCE POUR HEMORROIDES
- Lot 45 ECARTEUR DE PAROI
- Lot 46 CIRE DE HORSLEY

Lot 47	SUTURE ACIER
Lot 48	SUTURE POLYPROPYLENE MONOFIL
Lot 49	SUTURE POLYESTER ENDUIT SILICONE TRESSE
Lot 50	SUTURE POLYESTER ENDUIT TRESSE
Lot 51	SUTURE ET LIGATURE ENDUIT TRESSE ENDOCHIRURGIE
Lot 52	SUTURE SOIE NOIRE
Lot 53	LIGATURE SOIE NOIRE
Lot 54	SUTURE RESORBABLE TRESSEE RAPIDE
Lot 55	SUTURE RESORBABLE TRESSEE INTERMEDIAIRE
Lot 56	LIGATURE RESORBABLE TRESSEE INTERMEDIAIRE
Lot 57	SUTURE RESORBABLE TRESSEE INTERMEDIAIRE
Lot 58	SUTURE RESORBABLE MONOFIL RESORPTION SEMI-LONGUE
Lot 59	SUTURE RESORBABLE MONOFIL RESORPTION LONGUE
Lot 60	LIGATURE RESORBABLE MONOFIL BOUCLE
Lot 61	BOUCLE DE LIGATURE SYNTHETIQUE RESORBABLE A USAGE UNIQUE AVE SYSTEME D'APPLICATION POUR PROCEDURE ENDOSCOPIQUE
Lot 62	SUTURE POUR FERMETURE CHIRURGICALE SANS NŒUD
Lot 63	SUTURE POUR FERMETURE CHIRURGICALE SANS NŒUD
Lot 64	COMPRESSES CHIRURGICALES HEMOSTATIQUES A BASE DE CELLULOSE OXYDEE
Lot 65	AGRAFEUSE LINEAIRE DROITE LAPAROTOMIE
Lot 66	AGRAFEUSE LINEAIRE COUPANTE DROITE LAPAROTOMIE
Lot 67	AGRAFEUSE LINEAIRE COUPANTE COURBE LAPAROTOMIE
Lot 68	AGRAFEUSE LINEAIRE COUPANTE COELIOCHIRURGIE
Lot 69	AGRAFEUSE CIRCULAIRE COUPANTE
Lot 70	APPLICATEUR D'AGRAFES RESORBABLES POUR TREILLIS
Lot 71	APPLICATEUR DE CLIP POUR CHIRURGIE OUVERTE
Lot 72	CLIP DE LIGATURE EN TITANE
Lot 73	CLIP DE LIGATURE EN POLYMER
Lot 74	DISPOSITIF POUR TECHNIQUE D'ULTRASONS
Lot 75	PINCE POUR TECHNIQUE DE THERMOFUSION
Lot 76	AGRAFEUSE RECHARGEABLE POUR APONEVROSE ET FIXATION DE TREILLIS POUR TISSUS DURS
Lot 77	CHARGEUR POUR AGRAFEUSE RECHARGEABLE POUR APONEVROSE ET FIXATION DE TREILLIS POUR TISSUS DURS
Lot 78	PROTHESE MAMMAIRE RONDE
Lot 79	MARQUEUR POUR EXPLORATION DES VOIES DIGESTIVES
Lot 80	APPLICATEUR DE CLIP
Lot 81	DISPOSITIFS D'INSUFFLATION POUR PROCEDURE COELIOSCOPIQUE
Lot 82	DRAIN TROCART
Lot 83	FIBRE LASER KYSTE SACROCOCCYGIEN
Lot 84	TROCART POINTE MOUSSE

Chaque lot peut comprendre plusieurs articles et chaque article proposé doit correspondre aux caractéristiques techniques décrites. Toute différence par rapport à ces caractéristiques est dûment signalée par le Titulaire.

Les variantes doivent respecter les exigences minimales décrites (conformité à la désignation du produit). Elles ont pour objet d'améliorer la solution définie au CCTP et / ou d'en optimiser les coûts pour les Etablissements. Pour rappel, un complément de gamme (taille supplémentaire, accessoire ou conditionnement différent par exemple) ne correspond pas à une variante.

ARTICLE 2. CONFORMITE A LA LEGISLATION, REGLEMENTATION ET NORMES EN VIGUEUR

2.1. Réglementation - normes générales

La conformité est documentée par le Titulaire dans son offre.

Tout dispositif médical proposé doit être conforme aux directives communautaires suivantes :

- Règlement européen RDM 2017/745,
- Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux,
- Directive 90/385/CEE du 20 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux implantables.

Ainsi qu'aux textes réglementaires français qui transposent les textes communautaires :

- Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale,
- Décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux,
- Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux,
- Arrêté du 20 avril 2006 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R 5211-24 du code de la santé publique.

Remarque : les accessoires de dispositifs médicaux proposés par le Titulaire sont des dispositifs médicaux à part entière et sont conformes à la réglementation qui leur est applicable.

Les informations suivantes sont communiquées :

- Notice d'instruction du dispositif médical (sauf classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions),
- Conformité aux normes européennes spécifiques ou aux monographies de la Pharmacopée européenne qui s'appliquent au dispositif médical,
- Fiche technique de chaque dispositif médical proposé type Europharmat.

2.2. Réglementation - normes spécifiques : étiquetage notice

L'étiquetage doit être conforme à l'arrêté du 20 avril 2006.

Les notices ou instructions d'utilisation en langue française doivent permettre d'utiliser le dispositif en toute sécurité. Elles doivent aussi permettre au personnel médical de renseigner le patient sur les contre-indications et les précautions à prendre.

2.3. Conditions particulières de mise sur le marché et de distribution de certains dispositifs médicaux stérilisés à l'oxyde d'éthylène

La décision de police sanitaire ANSM du 10 septembre 2015 n'interdit pas la mise sur le marché des dispositifs médicaux stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Elle vise à informer les établissements de santé des quantités d'oxyde d'éthylène susceptibles d'être délivrés aux patients lors de l'utilisation de ces dispositifs médicaux. Cette information doit permettre aux acheteurs de guider leurs choix lorsque les dispositifs sont utilisés chez les nouveau-nés prématurés, nouveau-nés et nourrissons.

La décision s'applique aux dispositifs médicaux relevant de la directive 93/42 CEE et du règlement européen UE 2017/745, dans la mesure où ceux-ci sont :

- Utilisés dans les établissements de santé pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés, nouveau-nés et nourrissons,
- Stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- En contact direct ou indirect avec le corps du patient. Durant ce contact, ils exposent en effet le patient aux résidus de stérilisation qu'ils peuvent relarguer.

La décision demande aux fabricants des dispositifs médicaux concernés de transmettre aux établissements de santé, via leurs distributeurs le cas échéant, une donnée concernant les résidus d'oxyde d'éthylène issue de la stérilisation. En effet, seul le fabricant a accès à cette information qui est une des données présentes dans le dossier de marquage CE.

2.4. Renseignements concernant les substances CMR et perturbateurs endocriniens

Le Titulaire doit être en mesure de fournir la nature et la composition des matériaux constitutifs des dispositifs médicaux proposés. La liste et la quantité des substances CMR 1a et 1B ainsi que celle des perturbateurs endocriniens éventuellement présents dans le dispositif médical doit être accessible.

Tout dispositif médical destiné à être utilisé en néonatalogie, pédiatrie et dans les maternités ne doit pas contenir de perturbateur endocrinien sauf justification contraire.

ARTICLE 3. SPECIFICITES TECHNIQUES

Cet article concerne les lots suivants :

- **Lot 74 : Dispositif pour technique d'ultrasons**
- **Lot 75 : Pince utilisant la technique de thermofusion**
- **Lot 81 : Dispositif d'insufflation pour procédure cœlioscopique**
- **Lot 83 : Fibre laser kyste sacrococcygien**

3.1. Mise à disposition d'équipements

Lot 74 : Dispositif pour technique d'ultrasons

Dans le cadre de ce lot, le Titulaire s'engage à mettre à disposition du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes (établissement support), 4 générateurs d'ultrasons et 2 générateurs pour le Centre Hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel pour la durée du marché. La mise à disposition devra intervenir immédiatement à compter de la date de début de marché.

Lot 75 : Pince utilisant la technique de thermofusion

Dans le cadre de ce lot, le Titulaire s'engage à mettre à disposition du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes (établissement support) 5 générateurs de thermofusion et 1 générateur pour le Centre Hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel pour la durée du marché. La mise à disposition devra intervenir immédiatement à compter de la date de début de marché.

Lot 81 : Insufflateur pour dispositif cœlioscopique

Dans le cadre de ce lot, le Titulaire s'engage à mettre à disposition du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes (établissement support), 1 insufflateur pour la durée du marché. La mise à disposition devra intervenir immédiatement à compter de la date de début de marché.

Lot 83 : Fibre laser kyste sacrococcygien

Dans le cadre de ce lot, le Titulaire s'engage à mettre à disposition du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes (établissement support), 1 laser pour la durée du marché. La mise à disposition devra intervenir immédiatement à compter de la date de début de marché.

3.2. Option de rachat

Deux mois avant le terme de chaque période contractuelle (du 1^{er} juin au 31 mai), le **Titulaire transmet à l'Etablissement un document détaillant la valeur résiduelle comptable du/des équipements mis à disposition**. Cette évaluation doit être réalisée conformément aux méthodes d'amortissement standard.

Avant le 31 mai, l'Etablissement informe le Titulaire de son intention, qui peut être l'une des suivantes :

- La poursuite de la mise à disposition de l'équipement ;
- La levée de l'option d'achat sur l'équipement mis à disposition à un prix correspondant à la valeur résiduelle comptable de l'équipement
- La restitution de l'équipement en bon état de fonctionnement aux frais du Titulaire.

En cas de silence de l'Etablissement et de reconduction du marché, la poursuite de la mise à disposition est réputée demandée par l'Etablissement.

En cas de silence de l'Etablissement au terme du marché, la restitution de l'équipement au Titulaire est réputée demandée par l'Etablissement.

Ainsi, seule la levée de l'option d'achat par l'Etablissement doit être expresse. Les modalités précises de la procédure de rachat sont définies dans un avenant au marché, notifié avant son terme

3.3. Maintenance des équipements mis à disposition

3.3.1 Dispositions générales

Le Titulaire s'engage à assurer la maintenance préventive et curative des équipements mis à disposition. Cette maintenance doit répondre aux exigences suivantes :

- **Maintenance préventive** : le Titulaire doit effectuer les interventions nécessaires à la bonne conservation de l'équipement, conformément aux recommandations du fabricant et aux normes en vigueur, à des intervalles réguliers définis dans le plan de maintenance. L'objectif des visites préventives est de réduire le risque de pannes et de maintenir dans le temps les performances initiales du matériel.
Les prestations de maintenance préventive comprennent l'ensemble des tâches nécessaires à l'obtention des objectifs de résultats tels que : garantir la maintenabilité, la durabilité et les performances de fonctionnement des équipements dans le cadre des normes d'utilisation préconisées
- **Maintenance curative** : en cas de défaillance ou de panne du générateur, le Titulaire doit intervenir dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande d'intervention par l'Etablissement, afin de remettre l'équipement en état de fonctionnement optimal.

Les coûts relatifs à la maintenance **sont entièrement à la charge du Titulaire.**

Le Titulaire doit proposer une assistance téléphonique durant les jours ouvrés permettant à l'Etablissement de demander par téléphone à un interlocuteur qualifié, une marche à suivre pour utiliser l'équipement, aider à diagnostiquer une panne voire obtenir une conduite à tenir pour y remédier. Cette hotline doit être le point d'entrée unique pour tout signalement de dysfonctionnement.

Les personnes intervenantes doivent impérativement disposer des compétences nécessaires et être munies du matériel nécessaire dans les tâches qui leur incombent.

La durée des interventions doit être aussi réduite que possible. Elles sont effectuées de manière à causer le minimum de gêne dans le fonctionnement du service.

Le Titulaire informe les techniciens Biomédicaux avant d'effectuer toute intervention et avoir reçu un accord préalable.

3.3.2 Modalités d'exécution des opérations de dépannage

Les interventions curatives ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d'une défaillance.

En cas de défaillance ou de panne de l'équipement mis à disposition, le Titulaire doit intervenir dans un délai de 72 heures afin de remettre l'équipement en état de fonctionnement optimal ou de le remplacer par un matériel identique ou au moins équivalent.

Le technicien du Titulaire remet le matériel en fonctionnement. En cas d'impossibilité, il en rend compte immédiatement auprès du responsable technique de l'Etablissement et il lui indique la durée d'indisponibilité ou de mise à disposition d'un nouvel équipement dans un délai indiqué dans l'offre du Titulaire.

Il informe l'Etablissement de la liste des pièces remplacées ou réparées au cours des dépannages. Elles sont indiquées sur le rapport d'intervention transmis à l'Etablissement dans le délai défini par le Titulaire dans son offre, sous format numérique si possible.

Les interventions de dépannage sont réalisées du **lundi au vendredi de 8h à 17h sauf jours fériés.**

Les demandes d'intervention sont formulées par téléphone et/ou par mail et/ou télécopie. La procédure d'appel et de prise en charge est remise avec l'offre du Titulaire.

Le Titulaire ne peut pas être tenu responsable d'un retard dû à un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté (grèves, barrages, accidents...).

Le Titulaire s'engage à mettre en place une assistance par téléphone pendant la période de réception des appels.

3.3.3 Devoir de conseil

Le Titulaire s'engage à répondre aux éventuelles questions administratives ou techniques sur les équipements mis à disposition émanant de l'Etablissement et à désigner un interlocuteur unique pour ce faire.

3.3.4 Sécurité des personnes et des biens

Le personnel du Titulaire a libre accès aux équipements et aux sites sur lesquels il est amené à intervenir. Néanmoins, il doit adopter un comportement qui ne soit pas de nature à troubler la tranquillité et le bon fonctionnement des sites ou des équipements concernés.

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens lors de l'exécution de ses prestations.

Le Titulaire s'engage également à ne causer aucune dégradation, aucun accident et/ou incident aux matériels ou aux personnes durant les phases d'interventions.

3.3.5 Confidentialité

Le Titulaire est tenu par une obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle, sans aucune exclusion, relative à tous types d'informations qu'il est amené à connaître lors de l'exécution de ses prestations. Il s'y engage formellement et se porte garant de ses collaborateurs.

CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES LOTS

N° de lot	Libellé	Quantité estimative annuelle	
		CHBA	CHAG
1	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE Canule d'aspiration chirurgicale ou canule de Poole, canule flexible transparente avec contrôle digital, oeils latéraux, connectique universelle.	45	0
2	BISTOURI ELECTRIQUE POUR GENERATEUR ERBE Bistouri électrique à usage unique pour générateur Erbé ICC50.	50	0
3	BISTOURI ELECTRIQUE Bistouri électrique à usage unique, commande digitale à boutons, prise à 3 connexions.	3500	500
4	BISTOURI ELECTRIQUE POUR GENERATEUR FORCE TRIAD Bistouri électrique à usage unique pour générateur Force Triad, commande digitale à boutons et curseur, prise à 3 connexions, longueur cordon 4.50 m.	100	0
5	BOITE COMPTE AIGUILLE Boite compte aiguille, capacité maximale 30 aiguilles, deux côtés aimantées, rétracteur de lame.	1 800	0
6	DRAIN MULTIPERFORE POUR ANALGESIE Drain multiperforé pour analgésie post-opératoire, longueur de perforation 7.5 cm. Kit comprenant un cathéter, un tunnélisateur, une seringue et un connecteur.	10	0
7	DRAIN MULTITUBULAIRE Drain multitubulaire 4.5X40 cm.	85	20
8	DRAIN PERFORE Drain perforé en silicone avec marquage radio-opaque - Sous-lot 1 : Drain perforé diamètre CH30, longueur 50 cm - Sous-lot 2 : Drain perforé diamètre CH18, longueur 50 cm	20 20	0 0
9	ECARTEUR AUTOSTATIQUE Ecarteur autostatique - Sous-lot 1 : Ecarteur autostatique 14x14cm environ - Sous-lot 2 : Ecarteur autostatique 32x18cm environ	10 1	0 0
10	GANT CHIRURGICAL LATEX NON POUDRE Gant chirurgical latex non poudré - Sous-lot 1 : Taille 6 - Sous-lot 2 : Taille 6.5 - Sous-lot 3 : Taille 7 - Sous-lot 4 : Taille 7.5 - Sous-lot 5 : Taille 8 - Sous-lot 6 : Taille 8.5	5 500 34 400 27 300 34 300 22 200 1300	400 4000 4000 5000 5500 1000
11	GANT CHIRURGICAL LATEX NON POUDRE A EXTREMITÉ RENFORCEE Gant chirurgical latex non poudre à extrémité renforcée : - Sous-lot 1 : Taille 6 - Sous-lot 2 : Taille 6.5 - Sous-lot 3 : Taille 7 - Sous-lot 4 : Taille 7.5 - Sous-lot 5 : Taille 8 - Sous-lot 6 : Taille 8.5	700 3 150 2 300 2 600 4 700 840	0 0 0 0 0 0
12	GANT CHIRURGICAL SYNTHETIQUE Gant chirurgical synthétique : - Sous-lot 1 : Taille 6 - Sous-lot 2 : Taille 6.5 - Sous-lot 3 : Taille 7 - Sous-lot 4 : Taille 7.5 - Sous-lot 5 : Taille 8 - Sous-lot 6 : Taille 8.5 Prestations supplémentaires : sous gants colorés si présence au catalogue.	1800 6 000 7 000 5 200 950 420	200 1000 1000 1400 1000 100

13	HOUSSE POUR SONDE GAMMA Housse pour sonde gamma.	200	0
14	HOUSSE POUR MICROSCOPE Housse pour microscope Leica 70 mm M690 avec équipement latéral.	60	0
15	LAC SUSPENSEUR COTON Lac suspenseur en coton 4 mm, longueur 75 cm, couleur violet.	300	30
16	LAC SUSPENSEUR SILICONE Lac suspenseur silicone, conditionnement en paire, longueur 45cm environ : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : lacs petite largeur, blanc ou autre couleur - Sous-lot 2 : lacs grande largeur, bleu ou autre couleur - Sous-lot 3 : lacs petite largeur, jaune ou autre couleur. Quantité exprimée en paire de lacs	60 500 190	10 0 0
17	SYSTEME DE LAVAGE HAUTE PRESSION Système de lavage haute pression pour chirurgie orthopédique	50	0
18	SONDE DE PEZZER Sonde de Pezzer <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : CH20 - Sous-lot 2 : CH26 - Sous-lot 3 : CH28 - Sous-lot 4 : CH30 	5 0 0 5	0 1 1 0
19	SONDE DE FOGARTY Sonde de Fogarty pour embolectomie <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Sonde de Fogarty 2F - Sous-lot 2 : Sonde de Fogarty 3F - Sous-lot 3 : Sonde de Fogarty 4F - Sous-lot 4 : Sonde de Fogarty 5F - Sous-lot 5 : Sonde de Fogarty 6F 	5 20 35 10 5	0 0 0 0 0
20	SONDE DE FOGARTY AVEC GUIDE Sonde de Fogarty avec lumière interne pour guide <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Sonde de Fogarty 4F 80cm - Sous-lot 2 : Sonde de Fogarty 5F 80cm - Sous-lot 3 : Sonde de Fogarty 6F 80cm 	2 2 2	0 0 0
21	TUBULURE D'ASPIRATION-IRRIGATION Tubulure d'aspiration-irrigation pour intervention laparoscopique compatible avec les pompes AHTO.	50	0
22	PATCH VASCULAIRE POLYESTER TRICOTE PAROI MINCE Patch vasculaire polyester tricote enduit paroi mince: <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : patch paroi mince anatomique 8x75 mm - Sous-lot 2 : patch paroi mince rectangulaire 14x75 mm - Sous-lot 3 : patch paroi mince rectangulaire 20x120 mm. - Sous-lot 4 : patch paroi mince rectangulaire 8x75 mm Prestation supplémentaire : autres formes et tailles présentes au catalogue.	5 4 2 1	0 0 0 0
23	PROTHESE VASCULAIRE POLYESTER ENDUITE Prothèse vasculaire polyester enduite : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : prothèse vasculaire polyester tricoté bifurquée enduite collagène, diamètre 16x8 mm, longueur 50 cm - Sous-lot 2 : prothèse vasculaire polyester tricoté bifurquée enduite collagène, diamètre 18x9 mm, longueur 50 cm - Sous-lot 3 : prothèse vasculaire polyester tricoté bifurquée enduite collagène, diamètre 20x10 mm, longueur 50 cm - Sous-lot 4 : prothèse vasculaire polyester tricoté droite enduite collagène, annelée, diamètre 6 mm, longueur 70 cm - Sous-lot 5 : prothèse vasculaire polyester tricoté droite enduite collagène, diamètre 7 mm, longueur 40 cm - Sous-lot 6 : prothèse vasculaire polyester tricoté droite enduite collagène, diamètre 8 mm, longueur 40 cm Prestation supplémentaire : autres formes et tailles présentes au catalogue.	2 2 1 1 2 2	0 0 0 0 0 0

24	PROTHESE VASCULAIRE POLYESTER AVEC REVETEMENT ANTI-MICROBIEN Prothèse vasculaire polyester avec revêtement antimicrobien, droite et bifurquée. Toutes les dimensions présentes au catalogue doivent être proposées.	2	0
25	PROTHESE VASCULAIRE DOUBLE COUCHE PTFE/POLYESTER Prothèse vasculaire en PTFE/Polyester Toutes les dimensions présentes au catalogue doivent être proposées.	1	0
26	VALVULOTOME Valvulotome veineux à olive : - Sous-lot 1 : valvulotome diamètre 2 mm - Sous-lot 2 : valvulotome diamètre 2.5 mm - Sous-lot 3 : valvulotome diamètre 3 mm Prestation supplémentaire : autres diamètres présents au catalogue.	2 5 5	0 0 0
27	PROTHESE AUTO-FIXANTE POUR HERNIE INGUINALE COELIOSCOPIE Prothèse anatomique réversible auto-fixante prédécoupée en en polyester tridimensionnel et à mémoire de forme. - Sous-lot 1 : Prothèse 11x14cm - Sous-lot 2 : Prothèse 12x15cm Prestations supplémentaires : autres formes et tailles présentes au catalogue.	35 250	10 60
28	IMPLANT DE RENFORT PARIETAL HERNIE INGUINALE TECHNIQUE LICHENSTEIN Implant de renfort de paroi pour hernie inguinale par technique Lichtenstein : - Sous-lot 1 : implant fendu 6,5x13cm - Sous-lot 2 : implant fendu 9x13cm - Sous-lot 3 : implant non fendu 8x13cm Prestation supplémentaire : autres formes et tailles présentes au catalogue.	100 1 10	20 0 4
29	IMPLANT DE RENFORT PARIETAL BIOLOGIQUE Implant de renfort pariétal biologique, à base de collagène non réticulé. - Sous-lot 1 : Implant 10x[10-15]cm - Sous-lot 2 : Implant 6x[12-18]cm - Sous-lot 3 : Implant 8x[8-16]cm - Sous-lot 4 : Implant [18-20]x25cm - Sous-lot 5 : Implant [19-20]x[30-35]cm Prestation supplémentaire : autres formes et tailles présentes au catalogue.	3 1 1 1 1	2 0 0 0 0
30	PLAQUE POUR HERNIE OMBILICALE Patch pour hernie ombilicale en polypropylène et revêtement anti-adhérentiel : - Sous-lot 1 : patch diamètre 4 à 5cm environ - Sous-lot 2 : patch diamètre 6 à 7cm environ - Sous-lot 3 : patch diamètre 8 à 9cm environ. Prestation supplémentaire : autres références de plaques hernies du catalogue.	8 35 25	10 10 5
31	IMPLANT DE RENFORT PARIETAL INTRA PERITONEAL Implant de renfort intra pariétal bi-face non résorbable en polypropylène et ePTFE : - Sous-lot 1 : implant rond diamètre 11 à 12cm - Sous-lot 2 : implant elliptique 15x20cm - Sous-lot 3 : implant carré 20x[20-30]cm - Sous-lot 4 : Implant carré [25-30]x[30-35]cm environ Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	10 5 10 6	1 0 1 1
32	IMPLANT DE RENFORT PARIETAL EXTRA PERITONEAL Implant de renfort pariétal extra-péritonéal non résorbable en polypropylène : - Sous-lot 1 : Implant pariétal extra-péritonéal non résorbable carré 30x30cm environ. - Sous-lot 2 : Implant pariétal extra-péritonéal non résorbable rectangulaire 15x30cm environ. - Sous-lot 3 : Implant pariétal extra-péritonéal non résorbable carré 15x15cm environ Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	1 1 0	2 0 5

33	IMPLANT DE RENFORT POUR CURE D'ÉVENTRATION Implant de renfort pariétal pour cure d'éventration bi-face : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : implant rectangulaire avec fil 15x10cm environ - Sous-lot 2 : implant rectangulaire avec fil 20x15cm environ - Sous-lot 3 : implant rectangulaire avec fil 25x20cm environ - Sous-lot 4 : implant rectangulaire avec fil 30x20cm environ - Sous-lot 5 : implant rectangulaire avec fil 37x28cm environ. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	2 1 1 1 1	0 0 0 0 0
34	TREILLIS RESORBABLE Prothèse résorbable de renforcement tissulaire sous forme de treillis. Temps de résorption : 60 à 90 jours. <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : implant 34x26cm - Sous-lot 2 : implant 26x21cm - Sous-lot 3 : implant perisplénique 30x26cm 	10 15 2	0 0 0
35	SONDE DE CALIBRATION OROGASTRIQUE Sonde silicone D12,5mm avec ballonnet	65	0
36	CATHETER DE CHOLANGIOGRAPHIE Cathéter de cholangiographie à extrémité rigide avec introducteur percutané.	180	50
37	CISEAUX POUR COELIOCHIRURGIE Ciseaux pour coeliochirurgie à usage unique, compatible trocart 5 mm, longueur 30 cm environ. Prestation supplémentaire : autres longueurs de ciseaux.	1 600	150
38	SAC A EXTRACTION POUR COELIOCHIRURGIE Sac à extraction pour coeliochirurgie pour pièces opératoires, système largable, compatible trocart 10 ou 15 mm : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : sac de 800 ml - Sous-lot 2 : sac de 1200 ml. 	1 050 70	40 0
39	SAC A EXTRACTION COMPATIBLE POUR TROCARD DE 5 et 10MM Sac à extraction compatible avec trocart de 5 et 10 mm. <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : sac de 180ml compatible trocart de 5 mm - Sous-lot 2 : sac de 225ml compatible trocart de 10 mm. Toutes les dimensions présentes au catalogue doivent être proposées.	70 0	50 10
40	SYTEME DE FERMETURE POUR INCISION DE TROCARD Système de fermeture pour incision de trocart, à usage unique stérile, à extrémité crantée pour suture de taille de 2/0 à 0.	35	0
41	TROCARD ET CHEMISE POUR COELIOCHIRURGIE 5MM Trocart et chemise pour coeliochirurgie, diamètre 5 mm : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : 1 trocart pointe pyramidale, 2 chemises filetéés, diamètre 5 mm, longueur 100mm - Sous-lot 2 : 1 trocart à lame protégée, 1 chemise filetéée, diamètre 5 mm, longueur 55mm - Sous-lot 3 : 1 trocart pointe émoussée, diamètre 5 mm, longueur 100mm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	800 700 0	100 0 250
42	TROCARD ET CHEMISE POUR COELIOCHIRURGIE 11-12-15MM Trocart et chemise pour coeliochirurgie, diamètres 11, 12 et 15mm : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : 1 trocart atraumatique à visée optique, 1 chemise filetéée, diamètre 15mm, longueur 100mm - Sous-lot 2 : 1 trocart à lame protégée, 1 chemise filetéée, diamètre 12 mm, longueur 100mm - Sous-lot 3 : 1 trocart à lame protégée, 1 chemise filetéée, diamètre 12 mm, longueur 150mm - Sous-lot 4 : 1 trocart à lame protégée, 1 chemise filetéée, diamètre 11 mm, longueur 100 mm. - Sous-lot 5 : 1 trocart atraumatique à visée optique, 1 chemise filetéée, diamètre 12mm, longueur 100mm - Sous-lot 6 : 1 trocart atraumatique à visée optique, 1 chemise filetéée, diamètre 12mm, longueur 150mm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	1 70 1 480 1 1	0 0 6 100 0 0

43	TROCAR SOUPLE POUR INCISION UNIQUE Trocarts souples pour incision unique avec quatre accès. Diamètres 10 et 12 mm, trocars positionnables	15	0
44	PINCE POUR HEMORROIDES Pince pour hémorroïdopexie agrafée.	1	1
45	ECARTEUR DE PAROI <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : écarteurs de paroi pour coelioscopie 2-6cm environ - Sous-lot 2 : écarteurs de paroi pour laparoscopie 9-14cm environ - Sous-lot 3 : écarteurs de paroi pour laparoscopie 11-17cm environ - Sous-lot 4 : : écarteurs de paroi pour laparoscopie 17-25cm environ Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	300 95 110 60	12 20 0 5
46	CIRE DE HORSLEY Cire de Horsley stérile, contenance de 2.5g environ.	50	5
47	SUTURE ACIER Suture acier chirurgical inoxydable, décimale 8 (6), longueur 45 cm, aiguille tapercut 48mm courbure ½. Présentation par 5 brins environ.	2	0
48	SUTURE POLYPROPYLENE MONOFIL Suture chirurgicale polypropylène non résorbable monofil simple ou double aiguillée : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture Déc1 (5/0), 2 aiguilles rondes 26mm 1/2, fil coloré 75cm - Sous-lot 2 : Suture Déc2 (3/0), 2 aiguilles rondes 26 mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 3 : Suture Déc1.5 (4/0), 2 aiguilles rondes 26mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 4 : Suture Déc1 (5/0), 2 aiguilles rondes 17mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 5 : Suture Déc1 (5/0), 2 aiguilles rondes 13mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 6 : Suture Déc2 (3/0), 1 aiguille triangle 20mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 7 : Suture Déc1.5 (4/0), 2 aiguilles tapercut 26mm ½, fil coloré 120cm - Sous-lot 8 : Suture Déc0.5 (7/0), 2 aiguilles rondes 9.3mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 9 : Suture Déc1.5 (4/0), 1 aiguille tapercut 17mm ½, fil coloré 75cm. - Sous lot 10 : Suture Déc3 (2/0), 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 11 : Suture Déc0.7 (6/0), 2 aiguilles rondes 13mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 12 : Suture Déc0.7 (6/0), 2 aiguilles tapercut 13mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 13 : Suture Déc0.4 (8/0), 2 aiguilles rondes 8mm 3/8, fil coloré 60cm - Sous-lot 14 : Suture Déc0.7 (6/0), 2 aiguilles rondes 9.3mm 3/8, fil coloré 60cm - Sous-lot 15 : Suture Déc0.7 (6/0), 2 aiguilles tapercut 9.3mm 3/8, fil coloré 72cm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	36 72 90 220 180 50 150 36 40 400 110 40 36 200 100	0 0 0 0 0 0 0 0 10 150 0 0 0 0 0
49	SUTURE POLYESTER ENDUIT SILICONE TRESSE Suture chirurgicale composée d'une ou deux aiguilles et d'un fil tressé de polyester enduit de silicone : Suture Déc3 (2/0), 2 aiguilles tapercut 25mm ½, fil coloré 75cm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	150	0

50	SUTURE POLYESTER ENDUIT TRESSE Suture chirurgicale composée d'une aiguille et d'un fil tressé de polyester enduit : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture Déc7 (5), 1 aiguille triangle 48mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 2 : Suture Déc7 (5), 1 aiguille triangle 40mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 3 : Suture Déc3 (2/0), 1 aiguille triangle 26mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 4 : Suture Déc4 (1), 1 aiguille triangle 37mm 1/2, fil coloré 75cm - Sous-lot 5 : Suture Déc5 (2), 1 aiguille triangle 37mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 6 : Suture Déc5 (2), 1 aiguille triangle 35mm 3/8, fil coloré 75cm - Sous-lot 7 : Suture Déc3 (2/0), 1 aiguille triangle 51mm droite, fil coloré 75cm - Sous-lot 8 : Suture Déc4 (1), 1 aiguille triangle 51mm droite, fil coloré 75cm. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	150 25 1 450 1 600 200 40 15 1 700	0 0 0 0 0 0 0 0
51	SUTURE ET LIGATURE POLYESTER ENDUIT TRESSE ENDOCHIRURGIE Ligature et suture chirurgicale composée d'une ou deux aiguilles et d'un fil tressé de polyester enduit pour sutures endoscopiques : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Ligature Déc3 (2/0), fil coloré 250cm - Sous-lot 2 : Ligature Déc3.5 (0), fil coloré 250cm - Sous-lot 3 : Ligature Déc4 (1), fil coloré 250cm - Sous-lot 4 : Suture Déc3.5 (0), 1 aiguille tapercut 24mm courbure composite, fil coloré 110cm - Sous-lot 5 : Suture Déc4 (1), 2 aiguilles rondes 26mm ½, fil coloré 75cm. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	20 20 20 60 15	0 0 0 0 0
52	SUTURE SOIE NOIRE Suture chirurgicale composée d'un fil de soie tressé traité : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture Déc4 (1), 1 aiguille triangle 30mm 3/8, fil noir 75cm - Sous-lot 2 : Suture Déc0.7 (6/0), 1 aiguille tapercut 9.3mm 3/8, fil noir 45cm - Sous-lot 3 : Suture Déc2 (3/0), 1 aiguille triangle 24mm 3/8, fil noir 75cm - Sous-lot 4 : Suture Déc1 (5/0), 1 aiguille triangle 13mm 3/8, fil noir 75cm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	360 60 10 0	0 0 0 10
53	LIGATURE SOIE NOIRE Ligature chirurgicale composée d'un fil de soie tressé traité Déc4 (1), fil noir 250cm.	200	0
54	SUTURE RESORBABLE TRESSEE RAPIDE Suture chirurgicale composée d'une aiguille et d'un fil résorbable tressé traité. Temps de résistance : 7 à 14 jours environ. Temps de résorption : 40 jours environ : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture résorbable tressée rapide Déc3.5 (0), 1 aiguille triangle 30mm 3/8, fil incolore 90cm - Sous-lot 2 : Suture résorbable tressée rapide Déc2 (3/0), 1 aiguille triangle 20mm ½, fil incolore 75cm - Sous-lot 3 : Suture résorbable tressée rapide Déc1.5 (4/0), 1 aiguille tapercut 22mm ½, fil incolore 75cm - Sous-lot 4 : Suture résorbable tressée rapide Déc2 (3/0), 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil incolore 75cm - Sous-lot 5 : Suture résorbable tressée rapide Déc1,5 (4/0), 1 aiguille ronde noire 25mm 1/2, fil incolore 75cm - Sous-lot 6 : Suture résorbable tressée rapide Déc3 (2/0), 1 aiguille triangulaire 30mm 3/8, fil incolore 90cm. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	220 1 450 500 110 1300 1500	0 5 5 0 0 0
55	SUTURE RESORBABLE TRESSEE INTERMEDIAIRE Suture chirurgicale composée d'une aiguille et d'un fil résorbable tressé traité. Temps de résistance : 14 à 21 jours environ. Temps de résorption : 60 à 70 jours environ : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc4 (1) 1 aiguille triangle 48mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 2 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3 (2/0) 1 aiguille 	1 000 360	0 0

	ronde 37mm ½, fil coloré 75cm		
	- Sous-lot 3 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3 (2/0) 1 aiguille triangle 37mm ½, fil coloré 75cm	550	0
	- Sous-lot 4 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3.5 (0) 1 aiguille triangle 37mm ½, fil coloré 75cm	3 000	0
	- Sous-lot 5 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc4 (1) 1 aiguille triangle 37mm ½, fil coloré 75cm	580	0
	- Sous-lot 6 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3 (2/0) 1 aiguille triangle 24mm 3/8, fil coloré 75cm	110	0
	- Sous-lot 7 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc4 (1) 1 aiguille ronde 48mm ½, fil coloré 90cm	900	100
	- Sous-lot 8 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc4 (1) 1 aiguille ronde 37mm ½, fil coloré 90cm	1 200	0
	- Sous-lot 9 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc5 (2) 1 aiguille triangle 48mm ½, fil coloré 90cm	2 400	0
	- Sous-lot 10 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc2 (3/0) 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 75cm	1 900	0
	- Sous-lot 11 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3 (2/0) 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 75cm	1 500	0
	- Sous-lot 12 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc2 (3/0) 1 aiguille ronde 22mm ½, fil coloré 75cm	800	0
	- Sous-lot 13 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3 (2/0) 1 aiguille ronde 30mm ½, fil coloré 75cm	300	0
	- Sous-lot 14 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3.5 (0) 1 aiguille ronde 30mm ½, fil coloré 75cm	800	0
	- Sous-lot 15 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc1.5 (4/0) 1 aiguille ronde 17mm 3/8, fil coloré 75cm	350	0
	- Sous-lot 16 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc2 (3/0) 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil coloré 75cm	220	0
	- Sous-lot 17 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc2 (3/0) 1 aiguille triangle 24mm 3/8, fil coloré 75cm	200	0
	- Sous-lot 18 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3.5 (0) 1 aiguille triangle 30mm 3/8, fil coloré 90cm	80	0
	- Sous-lot 19 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc1 (5/0) 1 aiguille ronde 17mm ½, fil coloré 75cm	150	15
	- Sous-lot 20 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc2 (3/0) 1 aiguille ronde 17mm ½, fil coloré 75cm	180	10
	- Sous-lot 21 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc4 (1) 1 aiguille ronde 27mm 5/8, fil coloré 75cm	800	0
	- Sous-lot22 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3.5 (0) 1 aiguille ronde 27mm 5/8, fil coloré 75cm	1 400	0
	- Sous-lot 23: Suture résorbable tressée intermédiaire Déc2 (3/0) 1 aiguille triangle 24mm 3/8, fil incolore 75cm	200	0
	- Sous-lot 24 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc3 (2/0) 1 aiguille triangle 24mm ½, fil incolore 75cm	110	0
	- Sous-lot25 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc1.5 (4/0) 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil incolore 75cm	1 800	0
	- Sous-lot 26 : Suture résorbable tressée intermédiaire Déc1.5 (4/0) 1 aiguille triangle 13mm 3/8, fil incolore 45cm.	70	0
	Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.		
56	LIGATURE RESORBABLE TRESSEE INTERMEDIAIRE Ligature résorbable tressée intermédiaire traitée. Temps de résistance : 14 à 21 jours environ. Temps de résorption : 60 à 70 jours environ :		
	- Sous-lot 1 : Ligature résorbable tressée intermédiaire colorée, Déc4 (1), longueur 250cm	80	0
	- Sous-lot 2 : Ligature résorbable tressée intermédiaire colorée, Déc3.5 (0), longueur 250cm	160	0
	- Sous-lot 3 : Ligature résorbable tressée intermédiaire colorée, Déc3 (2/0), longueur 250cm	650	0
	- Sous-lot 4 : Ligature résorbable tressée intermédiaire colorée, Déc2 (3/0), longueur 250cm	40	0

	<ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 5 : Ligature résorbable tressée intermédiaire colorée, Déc1.5 (4/0), longueur 250cm. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	90	0
57	SUTURE RESORBABLE TRESSEE INTERMEDIAIRE Suture chirurgicale composée d'une aiguille et d'un fil résorbable tressé traité. Temps de résistance : 14 à 21 jours environ. Temps de résorption : 60 à 70 jours environ. Aiguille noire traitée laser : <ul style="list-style-type: none"> - Suture résorbable tressée intermédiaire Déc1.5 (4/0) 1 aiguille ronde 25mm ½, fil coloré 75cm. 	1 150	0
58	SUTURE RESORBABLE MONOFIL RESORPTION SEMI-LONGUE Suture chirurgicale composée d'une aiguille et d'un fil résorbable monofil. Temps de résistance : 21 à 28 jours environ. Temps de résorption : 90 à 120 jours environ : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture résorbable monofil long Déc2 (3/0), 1 aiguille ronde à pointe aplatie 26mm ½, fil coloré 70cm - Sous-lot 2 : Suture résorbable monofil long Déc1.5 (4/0), 1 aiguille triangle 16mm ½, fil incolore 70cm - Sous-lot 3 : Suture résorbable monofil long Déc1.5 (4/0), 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil incolore 70cm - Sous-lot 4 : Suture résorbable monofil long Déc2 (3/0), 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil incolore 70cm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	2 000 60 4 800 1 300	0 300 0 0
59	SUTURE RESORBABLE MONOFIL RESORPTION LONGUE Suture chirurgicale composée d'une aiguille et d'un fil résorbable monofil. Temps de résistance : 30 jours environ. Temps de résorption : 90 à 110 jours environ : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture résorbable monofil long Déc4 (1), 1 aiguille ronde 48mm ½, fil coloré 150cm - Sous-lot 2 : Suture résorbable monofil long Déc3.5 (0), 1 aiguille ronde 48mm ½, fil coloré 150cm - Sous-lot 3 : Suture résorbable monofil long Déc1.5 (4/0), 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 75cm - Sous-lot 4 : Suture résorbable monofil long Déc1 (5/0), 1 aiguille triangle 13mm 3/8, fil incolore 45 cm - Sous-lot 5 : Suture résorbable monofil long Déc1.5 (4/0), 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil incolore 75cm - Sous-lot 6 : Suture résorbable monofil long Déc2 (3/0), 1 aiguille triangle 19mm 3/8, fil incolore 75cm - Sous-lot 7 : Suture résorbable monofil long Déc1 (5/0), 1 aiguille ronde 17mm ½, fil coloré 75cm. - Sous-lot 8 : Suture résorbable monofil long Déc2 (3/0), 2 aiguilles rondes 26mm ½, fil coloré 90cm - Sous-lot 9 : Suture résorbable monofil long Déc3 (2/0), 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 75cm Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	400 250 180 50 130 2 000 260 80 480	0 0 0 0 0 0 0 0 0
60	LIGATURE RESORBABLE MONOFIL BOUCLE Ligature résorbable à résorption très longue d'un fil résorbable monofil en boucle. Temps de résistance : 90 jours environ. Temps de résorption : 180 à 200 jours. Ligature résorbable monofil boucle Déc3.5 (0), fil coloré 45cm. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	430	0
61	BOUCLE DE LIGATURE SYNTHETIQUE RESORBABLE A USAGE UNIQUE AVEC SYSTEME D'APPLICATION POUR PROCEDURE ENDOSCOPIQUE Boucle de ligature synthétique résorbable Déc 3.5 (0), longueur 53cm, couleur violet.	0	32
62	SUTURE POUR FERMETURE CHIRURGICALE SANS NŒUD Suture pour fermeture chirurgicale sans nœud résorbable et non résorbable, crantée. <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Suture crantée non résorbable Déc2 (3/0), 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 15cm - Sous-lot 2 : Suture crantée résorbable Déc2 (3/0), 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 15cm - Sous-lot 3 : Suture crantée résorbable Déc3 (2/0), 1 aiguille ronde 27mm 	130 300 0	0 10 100

	<p>½, fil coloré 15cm.</p> <p>Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.</p>		
63	<p>SUTURE POUR FERMETURE CHIRURGICALE SANS NŒUD</p> <p>Suture pour fermeture chirurgicale sans nœud résorbable crantée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boucle monofil résorbable Déc3 (2/0), 1 aiguille ronde 26mm ½, fil incolore 20cm - Boucle monofil résorbable Déc3 (2/0) 2 aiguilles ronde 17mm ½, fil incolore 16cm - Boucle monofil résorbable Déc3 (2/0) 2 aiguilles ronde 26mm ½, fil incolore 16cm - Boucle monofil résorbable Déc3 (2/0) 1 aiguille ronde 26mm ½, fil coloré 15cm <p>Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.</p>	<p>100</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>50</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
64	<p>COMPRESSES CHIRURGICALES HEMOSTATIQUES A BASE DE CELLULOSE OXYDEE</p> <p>Compresse chirurgicales hémostatiques à base de cellulose oxydée, toutes tailles, toutes densités et conformations.</p> <p>Prestation supplémentaire : autres références en format poudre du catalogue.</p>	1700	15
65	<p>AGRAFEUSE LINEAIRE DROITE LAPAROTOMIE</p> <p>Agrafeuse linéaire droite pour chirurgie ouverte et chargeurs associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : agrafeuse linéaire, agrafage 30mm de longueur, taille agrafe 2.5mm - Sous-lot 2 : agrafeuse linéaire, agrafage 60mm de longueur, taille agrafe 4.8mm - Sous-lot 3 : agrafeuse linéaire, agrafage 60mm de longueur, taille agrafe 3.5mm - Sous-lot 4 : chargeur pour agrafage 30mm de longueur, taille agrafe 2.5mm - Sous-lot 5 : chargeur pour agrafage 60mm de longueur, taille agrafe 4.8mm - Sous-lot 6 : chargeur pour agrafage 60mm de longueur, taille agrafe 3.5mm. 	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p>
66	<p>AGRAFEUSE LINEAIRE COUPANTE DROITE LAPAROTOMIE</p> <p>Agrafeuse linéaire coupante droite avec couteau pour chirurgie ouverte et chargeurs associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : agrafeuse linéaire coupante, agrafage 80mm de longueur, taille agrafe 3.8mm - Sous-lot 2 : agrafeuse linéaire coupante, agrafage 80mm de longueur, taille agrafe 4.8mm - Sous-lot 3 : chargeur pour agrafage 80mm de longueur, taille agrafe 4.8mm 	<p>25</p> <p>200</p> <p>300</p>	<p>5</p> <p>10</p> <p>10</p>
67	<p>AGRAFEUSE LINEAIRE COUPANTE COURBE LAPAROTOMIE</p> <p>Agrafeuse linéaire coupante pour chirurgie ouverte, courbe en forme d'enclume :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : agrafeuse linéaire courbe pour tissus épais - Sous-lot2 : agrafeuse linéaire courbe pour tissus standards. - Sous-lot 3 : chargeurs pour agrafeuse linéaire coupante courbe pour tissus épais 	<p>15</p> <p>3</p> <p>10</p>	<p>3</p> <p>0</p> <p>2</p>
68	<p>AGRAFEUSE LINEAIRE COUPANTE COELIOCHIRURGIE</p> <p>Agrafeuse linéaire coupante pour chirurgie coelioscopique, pour tissus fins, normaux et épais, agrafes en titane, agrafeuse rechargeable, Dimensions : longueur d'agrafage 45 et 60mm environ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : agrafeuse linéaire longueur 6cm environ - Sous-lot 2 : agrafeuse linéaire longueur 16cm environ - Sous-lot 3 : agrafeuse linéaire longueur 26cm environ - Sous-lot 5 : chargeur longueur 45mm, agrafe 2.5mm - Sous-lot 6 : chargeur longueur 45mm, agrafe 3.5mm - Sous-lot 7 : chargeur longueur 45mm, agrafe 4.1mm - Sous-lot 8 : chargeur longueur 60mm, agrafe 2.5mm - Sous-lot 9 : chargeur longueur 60mm, agrafe 3.5mm - Sous-lot 10 : chargeur longueur 60mm, agrafe 4.1mm. 	<p>3</p> <p>140</p> <p>6</p> <p>15</p> <p>70</p> <p>5</p> <p>100</p> <p>315</p> <p>20</p>	<p>0</p> <p>10</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>0</p>

	- Sous-lot 11 : chargeur longueur 30mm, agrafe 2.5mm. Prestation supplémentaire : autres références du catalogue.	40	0
69	AGRAFEUSE CIRCULAIRE COUPANTE Agrafeuse circulaire coupante pour anastomose, agrafes en titane de 4.8mm environ : - Sous-lot 1 : agrafeuse diamètre anastomose 25mm - Sous-lot 2 : agrafeuse diamètre anastomose 28mm - Sous-lot 3 : agrafeuse diamètre anastomose 31mm - Sous-lot 4 : agrafeuse diamètre anastomose 33mm.	2 50 40 5	3 6 3 0
70	APPLICATEUR D'AGRAFES RESORBABLES POUR TREILLIS Applicateur d'agrafes résorbables pour fixation de treillis par voie coelioscopique, chargeur de 15 à 30 agrafes.	60	10
71	APPLICATEUR DE CLIP POUR CHIRURGIE OUVERTE Applicateur de clips en titane pour chirurgie ouverte : - Sous-lot 1 : applicateur de clips taille large, 20 clips par applicateur environ - Sous-lot 2 : applicateur de clips taille moyenne, 20 à 30 clips par applicateur environ - Sous-lot 3 : applicateur de clips taille petite, 20 clips par applicateur environ.	30 340 65	0 5 10
72	CLIP DE LIGATURE EN TITANE Clip de ligature en titane, présentation sous forme de barrettes de 6 clips : - Sous-lot 1 : clips moyen/large - Sous-lot 2 : clips petit/moyen. NB : Mise à disposition gracieuse des applicateurs à usage multiple.	200 270	5 0
73	CLIP DE LIGATURE EN POLYMER Clip de ligature en polymère, fermeture par extrémité distale, présentation sous forme de barrettes de 6 clips : - Sous-lot 1 : clips pour vaisseaux entre 3 et 10mm - Sous-lot 2 : clips pour vaisseaux entre 5 et 13mm - Sous-lot 3 : clips pour vaisseaux entre 7 et 16mm. NB : Mise à disposition gracieuse des applicateurs à usage multiple.	1 300 300 200	20 80 15
74	DISPOSITIF POUR TECHNIQUE D'ULTRASONS Pince pour technique de dissection-coagulation par ultrasons : - Sous-lot 1 : pince à ciseaux courbes pour chirurgie de la thyroïde, longueur 9 cm environ - Sous-lot 2 : pince à ciseaux courbes pour laparotomie, longueur 17cm environ - Sous-lot 3 : pince pour coelioscopie diamètre 5mm, longueur 36cm environ - Sous-lot 4 : pince pour coelioscopie diamètre 5mm, longueur 45cm environ - Sous-lot 6 : pièce à main NB : Mise à disposition des générateurs	310 10 30 12 10	0 0 5 0 2
75	PINCE POUR TECHNIQUE DE THERMOFUSION Pince pour technique de dissection-coagulation par thermofusion : - Sous-lot 1 : pince pour laparotomie diamètre 5mm, longueur 23cm environ - Sous-lot 2 : pince pour laparotomie mors de 38 mm, longueur 20cm environ - Sous-lot 3 : pince pour coelioscopie diamètre 5mm, longueur 44cm environ - Sous-lot 4 : pince pour coelioscopie diamètre 5mm, longueur 37cm environ. NB : Mise à disposition des générateurs	60 130 10 200	10 20 0 25
76	AGRAFEUSE RECHARGEABLE POUR APONEVROSE ET FIXATION DE TREILLIS POUR TISSUS DURS	0	5
77	CHARGEUR POUR AGRAFEUSE RECHARGEABLE POUR APONEVROSE ET FIXATION DE TREILLIS POUR TISSUS DURS	0	10

78	PROTHESE MAMMAIRE RONDE Tous profils, tous volumes.	20	0
79	MARQUEUR POUR EXPLORATION DES VOIES DIGESTIVES Solution de bleu de méthylène pour le marquage chirurgicale	110	0
80	APPLICATEUR DE CLIP Applicateur de clip 9.1mm fermé en titane pour coelioscopie avec utilisation à travers tous les trocars d'un diamètre 5mm	1	0
81	DISPOSITIFS D'INSUFFLATION POUR PROCEDURE COELIOSCOPIQUE <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Trocart sans valve 3 orifices 12mm, longueur 100mm, pointe optique sans lame - Sous-lot 2 : Tubulure filtrée à trois voies Dispositifs permettant l'insufflation du dioxyde de carbone, l'aspiration des fumées et le contrôle de la pression abdominale. NB : Mise à disposition du générateur	24 24	0 0
82	DRAIN TROCART Trocart PVC/PU embout fermé <ul style="list-style-type: none"> - Sous-lot 1 : Drain trocart CH16 - Sous-lot 2 : Drain trocart CH20 - Sous-lot 3 : Drain trocart CH24 - Sous-lot 4 : Drain trocart CH28 - Sous-lot 5 : Drain trocart CH32 	35 5 20 10 20	0 0 0 0 0
83	FIBRE LASER KYSTE SACROCOCCYGIEN Fibre laser L2,6m D1,85mm pouvant combiner 2 longueurs d'onde 980nm et 1470nm. NB : Mise à disposition du générateur	70	0
84	TROCART POINTE MOUSSE Trocart pointe mousse 5,5mm pour chirurgie thoracique Chemise 50mm à pas de vis	4	0