



Les prescriptions du présent cahier des charges s'appliquent à la procédure négociée n° 24-11C IAP à l'exclusion de ce qui serait spécifique aux lots déjà attribués lors de l'appel d'offres n° 24-11C

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 24-11C

**DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES USAGE UNIQUE POUR ENDOSCOPIES
NOTAMMENT DIGESTIVES, BRONCHIQUES et UROLOGIQUES
ET
BRONCHOSCOPES A USAGE UNIQUE STERILES, URETEROSCOPES A USAGE
UNIQUE STERILES, VIDEOCHOLANGIOGASTROSCOPES A USAGE UNIQUE STERILES**

Marchés publics prenant effet au 1^{er} novembre 2024



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

ARTICLE I – DESCRIPTION DE LA PRESTATION	3
ARTICLE II – CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION.....	3
II.1 - CONDITIONS GENERALES.....	3
II.2 - CONDITIONNEMENT	3
II.3 - MODE D'ETIQUETAGE.....	4
II.4 - PEREMPTION.....	5
II.5 - EXIGENCES REGLEMENTAIRES	6
II.5.1 - EXIGENCES GENERALES	6
II.5.2 – EXIGENCES SPECIFIQUES	6
II.5.2.1 - CAS DES PRODUITS SOUS AUTORISATION OU AGREMENT	6
II.5.3 - CAS DES PRODUITS STERILES	6
II.5.4 – DISPOSITIFS MEDICAUX ET DEHP.....	6
II.5.5 – DISPOSITIFS MEDICAUX ET STERILISATION A L'OXYDE D'ETHYLENE.....	6
II.6 - SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE DU CANDIDAT	7
II.7 - PRESTATIONS ASSOCIEES	7
II.8 - VIGILANCES.....	7

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ARTICLE I – DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Le marché ou accord-cadre résultant de l'appel d'offres n° **24-11C**, a pour objet **la fourniture de :**

« DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES USAGE UNIQUE POUR ENDOSCOPIES NOTAMMENT DIGESTIVES, BRONCHIQUES et UROLOGIQUES ET BRONCHOSCOPES A USAGE UNIQUE STERILES, URETEROSCOPES A USAGE UNIQUE STERILES, VIDEOCHOLANGIOGASTROSCOPES A USAGE UNIQUE STERILES ».

Elle est destinée à l'ensemble des établissements de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, en livraison directe hôpitaux.

La consultation se décompose en **88 lots**.

Le **descriptif technique des lots figure en annexe n° 2 du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)**

Les critères d'attribution figurent dans l'article V.A du Règlement de Consultation.

ARTICLE II – CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION

II.1 - CONDITIONS GENERALES

Les produits livrés doivent répondre aux caractéristiques de l'offre proposée par le candidat lors de la consultation.

Aucune modification ne pourra être apportée au produit retenu sans accord préalable de l'AGEPS, quelle qu'en soit la nature, et notamment concernant :

- Les caractéristiques techniques
- Les numéros de référence
- L'étiquetage et le mode de stérilisation
- Les conditions quantitatives et qualitatives de conditionnement
- Le libellé, la référence commerciale, le fabricant et le lieu de production (même UDI) : un contrôle périodique sera réalisé par prélèvement sur les dispositifs médicaux livrés dans les hôpitaux de l'AP-HP.

En cas de non-conformité, l'AGEPS se réserve la possibilité de procéder à la résiliation du marché

II.2 - CONDITIONNEMENT

L'emballage de protection doit contenir la notice d'instructions (ou équivalent) liée au marquage CE. Elle est présente dans l'emballage de chaque dispositif de classe IIa, IIb et III. Elle mentionne, le cas échéant, les restrictions d'utilisation en combinaison avec un autre dispositif ou équipement.

Pour les dispositifs médicaux livrés non stériles, la notice indique la méthode de stérilisation ou de nettoyage/décontamination recommandée par le fabricant.

L'emballage et/ou l'étiquetage doit permettre de distinguer les dispositifs non stériles des dispositifs similaires vendus stériles.

L'étiquetage des dispositifs médicaux doit être conforme **au règlement européen (MDR) n°2017/745 et n° 2023/607** (ou à la directive européenne antérieure avec un renouvellement du marquage CE en cours), portant notamment sur les Phtalates dans les dispositifs médicaux, mais aussi sur l'ensemble de l'étiquetage.

Chaque unité protégée doit être étiquetée.

Le conditionnement doit répondre aux exigences de conservation des produits.

II.3 - MODE D'ETIQUETAGE

L'étiquetage et la notice d'utilisation devront être conformes notamment, à la loi n° 94-665 du 04 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et aux normes NF EN 1041 d'avril 1998, NF EN 556-1 de juillet 2004 et NF EN 980 d'avril 2004 et NF EN ISO 11607-1 de juillet 2006.

L'étiquetage extérieur de l'emballage de protection (et sur le système de barrière stérile pour les DMI) devra mentionner :

- le nom et l'adresse du fabricant,
- la désignation en clair du produit (dénomination commune),
- le numéro du lot de fabrication,
- le nombre d'unités d'emploi par unité protégée et éventuellement la taille et le code du produit,
- toutes mentions obligatoires imposées par la législation, notamment pharmaceutique et le MDR
- la date de péremption exprimée par l'année et le mois
- les conditions particulières de stockage et de manutention
- le cas échéant, les mentions « à usage unique », « stérile »
- le mode de stérilisation,
- les instructions particulières d'utilisation, les mises en garde et les précautions à prendre,
- le cas échéant, une mention indiquant que le dispositif incorpore une substance mentionnée à l'article R.5212-24 du CSP (MDS),
- le marquage CE.
- la référence commerciale du fabricant ou du mandataire qui commercialise le produit en Europe.

La présence d'un code compatible avec un système d'auto-identification du produit (code à barre ou autre) est fortement recommandée.

Afin d'optimiser la sécurité du circuit du dispositif médical, et en conformité avec les obligations réglementaires concernant la traçabilité sanitaire, un système de codification comportant un identifiant unique du dispositif médical est demandé en lien avec les « *recommandations GHTF du 4 novembre 2010 UDI Système* » et le « **Règlements Européens (MDR) n° 2017/745 et n° 2023/607** ». Cet identifiant pourra être complété par les informations portant sur la fabrication : lot/série, péremption. Le système de codification GTIN/EAN sera souhaité, sous forme d'un symbole lisible (code à barre ou Datamatrix) sur le conditionnement.

II.4 - PEREMPTION

La durée de validité des produits livrés devra être **supérieure à un (1) an**, sauf accord explicite de l'établissement destinataire ou contrainte spécifique.

II.5 - EXIGENCES REGLEMENTAIRES

II.5.1 - Exigences générales

Les produits doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur au premier jour du marché ou accord-cadre :

- marquage CE, selon **règlements européens (MDR) n° 2017/45 et n° 2023/607** relatif aux dispositifs Médicaux (ou à la directive européenne antérieure avec un renouvellement du marquage CE en cours),
- déclarations CE de conformité correspondantes, dans le respect de la transition 2021-2028 prévue entre « Directives européennes DM » et « Règlements européen DM »,
- monographies des Pharmacopées Française et Européenne, spécifications techniques établies par le GPME/SL, Code de la Santé Publique et conformité aux **normes françaises, européennes ou autres normes reconnues équivalentes**.

En cas d'apparition d'une nouvelle norme, celle-ci s'appliquera ipso facto aux produits livrés à compter de sa date d'effet. La référence aux normes doit être indiquée pour chaque produit.

En cas de modification de la réglementation portant sur un ou des produits figurant sur le marché, le titulaire devra se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, sous peine de voir les marchés portant sur ces fournitures résiliées.

Le titulaire doit disposer, pour la totalité des dispositifs médicaux, d'un marquage CE conforme et valide pendant toute la durée du marché.

Le titulaire, agissant en tant que sous-traitant au sens du Règlement Général sur la Protection des Données de l'UE (2016/679) (RGPD), s'engage à effectuer pour le compte de l'AP-HP les opérations de Traitement de Données personnelles dans le respect de l'annexe relative à la protection des données personnelles jointe au marché.

II.5.2 – Exigences spécifiques

II.5.2.1 - Cas des produits sous autorisation ou agrément : Sans objet

II.5.3 - Cas des produits stériles

Les articles à livrer stériles devront être conformes à la réglementation française et européenne en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée de validité, le conditionnement, les indications à porter sur les emballages : le mode de stérilisation, l'adresse de l'établissement de stérilisation, le numéro de lot de stérilisation, la date de stérilisation, la date limite d'utilisation, les mentions « Stérile » et « vérifier l'intégrité du système de barrière stérile avant usage », la notion d'usage unique ou non et, le cas échéant le nombre de stérilisations possibles.

II.5.4 – Dispositifs médicaux et DEHP

Pour les dispositifs médicaux à base de PVC et/ou d'autres plastiques, le titulaire doit disposer et fournir les informations relatives à la présence ou l'absence de DEHP, et en cas de présence de DEHP, indiquer le taux ou la concentration (m/m) de DEHP présent dans le dispositif et ce en lien avec **l'instruction DGS/PP3/DGOS/PF2/2015/224 du 17 juillet 2015** et **l'arrêté du 13 avril 2017** fixant les niveaux de concentration en DEHP au-dessus desquels l'utilisation de tubulures qui en comportent est interdite.

II.5.5 – Dispositifs médicaux et stérilisation à l’Oxyde d’Ethylène

Pour les dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthylène et utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons, le titulaire doit disposer et fournir la valeur résiduelle d’oxyde d’éthylène qu’il a défini comme seuil limite admissible et ce en lien avec **la décision de police sanitaire du 10 septembre 2015 et l’instruction DGS/PP3/DGOS/PF2/2015/311 du 16 octobre 2015**.

II.5.6 – Compatibilité des dispositifs médicaux

Dans le cadre de l’usage des sondes de coagulation Argon Plasma (lot 19), il est demandé au titulaire d’indiquer les données de compatibilité avec les générateurs de type ERBE.

Dans le cadre de l’usage des tubulures pour irrigation, insufflation (lots 64 à 68), il est demandé au titulaire d’indiquer les données de compatibilité avec les pompes notamment Fujinon, Olympus, Pentax.

Dans le cadre de l’usage des endoscopes à usage unique (lot 83 à 88), il est demandé au titulaire d’indiquer les données de compatibilité avec les moniteurs.

II.6 - SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE DU CANDIDAT

Le titulaire s'engage à signaler à l’AGEPS toute modification intervenant en cours de marché ou accord-cadre dans son système d'assurance qualité.

En cas d'évolution de la réglementation, le candidat est tenu de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions à compter de leur date d'effet.

II.7 - PRESTATIONS ASSOCIEES

Le titulaire du marché ou accord-cadre s’engage à **former les utilisateurs**, en cas de besoin, à l’emploi des produits proposés et à **assurer une information régulière** sur ceux-ci en cours de marché.

Il s’engage à ajuster ses moyens/outils de communication à un possible contexte de crise sanitaire, notamment en distanciel.

Le candidat s’engage, pour les lots qui incluent une mise à disposition d’équipement médical associé à se conformer à l’ensemble des règles prévues par le contrat type de mise à disposition d’équipement médical associé, qu’il devra par ailleurs compléter.

II.8 - VIGILANCES

En cas de matériovigilance, le fournisseur-titulaire s’engage à :

- reprendre, sur le site hospitalier déclarant, le/les dispositif (s) incriminé(s),
- expertiser le /les produit(s) défectueux,
- transmettre le rapport d’analyse de l’incident au déclarant du site hospitalier et aux experts de l’unité Evaluation et Achats des Dispositifs Médicaux (cf. §VII.B du règlement de consultation).

En cas de retrait de lots de dispositif médical et/ou d’information de sécurité, le fournisseur-titulaire s’engage à :

- informer, par courrier et sans délai, les experts de l’unité pharmaceutique « Evaluation et Achats des Dispositifs Médicaux » (cf. § VII.B du règlement de consultation) ainsi que les sites hospitaliers concernés,
- prendre à sa charge le rapatriement des dispositifs ou produits concernés depuis le lieu de stockage (sites hospitaliers).
- prendre à sa charge le rapatriement des dispositifs ou produits concernés depuis le lieu de stockage (sites hospitaliers ou Service Approvisionnement et Distribution).
- si possible, proposer une solution de remplacement ad hoc à l’AGEPS.