

- ✓ Nettoyage et détartrage des électrovannes et filtres eau chaude et eau froide.
- ✓ Vérification du fonctionnement et étanchéité des électrovannes.
- ✓ Nettoyage et contrôle du fonctionnement des flotteurs du réservoir.
- ✓ Contrôle des joints de tuyauterie.
- ✓ Détartrage et vérification du générateur. *Opération réalisée uniquement par une personne formée par ARCANIA.*
- ✓ Contrôle et détartrage des buses de nettoyage
- ✓ Vérification de l'état général et de la bonne étanchéité du joint de couvercle
- ✓ Contrôle de dosage du circuit détergent/détartrant (vérification de la circulation du produit dans le tuyau
- ✓ Contrôle et essais des organes de sécurités (pince-doigts, siphon bouché, anti-débordement)
- Opération réalisée uniquement par une personne formée par ARCANIA.*
- ✓ Vérification des capteurs de position (couvercle, verrouillage)
- ✓ Vérification du système de retournement (retournement automatique du support lors de l'ouverture et la fermeture du couvercle)
- ✓ Réglage de la bague tournante. Serrage de l'écrou de la bague tournante. *Opération réalisée uniquement par une personne formée par ARCANIA.*
- ✓ *Contrôle des serrages des guides urinaux, bouches et couvercle.*
- ✓ Nettoyage de la cuve et des tôles d'habillage
- ✓ Lancement d'un cycle de vérification de bon fonctionnement

Contenu de la visite préventive

- Nettoyage et détartrage électrovannes et filtres eau chaude et eau froide
- Vérification fonctionnement et étanchéité vannes électriques
- Nettoyage et contrôle fonctionnement flotteurs du réservoir
- Contrôle joints de tuyauterie
- Démontage, détartrage et vérification générateur, filtre et clapet + clapet plomberie. Si c'est colmaté, faire un détartrage de la plomberie.
- Contrôle et détartrage gicleurs
- Vérification état général et étanchéité joint de porte
- Contrôle dosage circuit détergent/détartrant
- Contrôle et essais sécurités (pince-doigts, siphon bouché, anti-débordement)
- Vérification capteurs de position (couvercle, pédale, verrouillage)
- Vérification système retournement
- Réglage bague tournante + serrage de l'écrou sur la plomberie
- Nettoyage cuve et habillage
- Essais
- Contrôle des serrages des guides urinaux, bouches et couvercle
- Graissage de l'axe du vérin
- Vérification du joint de silicone sur le couvercle du réservoir



Z.I de la Houssoye - rue Ambroise Paré - 59280 BOIS-GRENIER
Tel +33.3.20.10.36.90 - Fax +33.3.20.35.95.95 - www.sofinor.com
DOSSIER DE FORMATION – LAVE BASSINS

E 21.11.14

Page 120 / 140

CLINOX 3A ALB01 ALB02 ALB03 ALB04