

## Modification de détail du DCE

### CONSULTATION : AOO-25001

## PRESTATIONS GLOBALISEES POUR LA REALISATION DE SEANCES DE DIALYSE AU CHU DE NANTES

En page 11 du CCTP AOO-25001, l'article 3.1.7 est complété avec les dispositions suivantes, surlignées en jaune :

#### *3.1.7 Essais de matériel, présentation technique avant attribution*

Afin de juger de la bonne adaptation aux conditions d'exploitation et aux besoins, il sera demandé aux candidats de réaliser une présentation technique et clinique du générateur proposé. Dans cette présentation, le candidat fera un retour d'expérience sur la gestion du transfert de générateurs sur un autre site (transport, organisation, qualification).

Il sera demandé qu'un générateur (strictement identique à celui proposé dans l'offre) soit mis à disposition au sein du service d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu **et au sein du service de soins intensifs de néphrologie de Jean Monnet**, et ce pour une durée minimale de 15 jours.

Cet essai devra respecter les règles suivantes :

Une autorisation de mise à l'essai sera sollicitée auprès du service biomédical de l'établissement ;  
L'essai sera effectué sans engagement ;

Le candidat prendra en charge les consommables spécifiques nécessaires pour la durée de l'essai ainsi que les éventuelles interventions techniques sur le matériel ;

Le candidat prendra en charge **le prélèvement** et les analyses bactériologiques et d'entotoxines nécessaires à la qualification de la machine à l'essai pour des séances en HDF par un laboratoire agréé indépendant en amont du démarrage de la technique, **sur la base du tableau joint en annexe 6 « tableau prélèvements »** et selon la réglementation en vigueur et la norme NF EN 23500-2 à 5

[...]

Une version du CCTP modifiée en ce sens est jointe au présent document. Elle annule et remplace la version initiale.

Cf . « CCTP AOO-25001 Générateurs dialyse v2 »

\*\*\*\*\*