

25FCS008 - ANNEXE AU CCTP : Qualifications LOT 3 Opérations à réaliser impérativement lors de la qualification		LOT 3 DIONEX MAISONS-ALFORT (Sécurité Aliments) Unité ETNA ICS 5000+
Qualification opérationnelle standard des modules		
Pompes	justesse du débit, contrôle débit	0,2 - 1,0 -2,00 ml/min, 5 réplicats +-2%
	Précision débit	0,2 - 1,0 -2,00 ml/min, 5 réplicats +-2%
	linéarité du débit	oui de 0,2 à 2ml/mn
	Estimation du bruit de fond	OUI
Accessoire gradient basse pression	justesse du gradient basse pression (gradient voies A/B et C/D)	OUI
	Précision du gradient voies A/B et C/D. Proportionnalité du gradient / électrovannes	OUI
Injecteur automatique :	Répétabilité volume injecté	20 et 100 µl
	Réproductibilité volume injecté	20 et 100 µl, 10 injections
	Linéarité volume injecté	20 et 100 µl, 10 injections
	Stabilité de la température	5°C +/- 3°C
	Précision de la température	5°C +/- 3°C
	Justesse de la température	5°C
	Effet mémoire	OUI
Four colonne	Stabilité de la température	20 à 40°C
	Précision de la température	20 à 40°C