



29	CAPEUR DE TEMPERATURE PT100 Ø 2 mm	GAINE RIGIDE INOX CALORIFUGE	-	2
28	RACCORD FOUR THERMOCOUPLE	INOX	SS-200-1-2-1-NPT	2
26	RACCORD HYDRAULIQUE RAPIDE MÂLE G3/4	INOX	PARKER SPHN12-12RP	2
25	TUBE MAMELON MÂLE-MÂLE G 3/4 L 150	XCRNIMO17-12-2	KOK ZE 0000 DE 24003 014	2
24	ANNEAU DE LEVAGE CMU 90 KG	ACIER	-	2
23	ANNEAU DE LEVAGE CMU 75 KG	ACIER	-	2
22	ECROU H M10	ACIER	-	34
21	VIS CHC M10X80	ACIER	-	34
20	RONDELLE PLATE M10 X 32 mm	ACIER	-	34
19	VIS CHC M 4X12	INOX A2	-	12
18	TC SOUS CHAUFFANTS		Tc type 1 Cloisse 1 Pastille auto-adhésive	12
17	TC ECHANGEUR		Tc type 1 Cloisse 1 Pastille auto-adhésive	12
16	CONNECTEUR TRAVERSEE 16 POSITIONS	INOX	SLKD-14EGS-GCP AMPHENOL	2
15	CALORIFUGE COTE ECHANGEUR	MATELAS CALORIFUGE	KOK ZE 0000 DE 24003 013	1
14	CALORIFUGE COTE CHAUFFANT	MATELAS CALORIFUGE	KOK ZE 0000 DE 24003 012	1
13	TISSUS CHAUFFANT BAS	SILICONE	KOK ZE 0000 DE 24003 011	1
12	TISSUS CHAUFFANT HAUT	SILICONE	KOK ZE 0000 DE 24003 010	1
11	JOINT TORNIQUE	EPDM, DURITE 40	KOK ZE 0000 DE 24003 009	2
10	BOITIER CONNECTEUR AVEC TUBE	XCRNIMO17-12-2	KOK ZE 0000 DE 24003 008	1
9	FLUXMETRE EN PLAQUE L200	CUIVRE	KOK ZE 0000 DE 24003 007	1
8	FLUXMETRE EN PLAQUE L100	CUIVRE	KOK ZE 0000 DE 24003 007	2
6	JOINT BOITIER CONNECTEUR	EPDM, DURITE 40	KOK ZE 0000 DE 24003 006	1
5	BOITIER CONNECTEUR	XCRNIMO17-12-2	KOK ZE 0000 DE 24003 005	1
4	PLAQUE DE CONDENSATION	XCRNIMO17-12-2	KOK ZE 0000 DE 24003 004	1
3	INTERFACE DELTHERM	DELTHERM 68890	KOK ZE 0000 DE 24003 003	2
2	ECHANGEUR SUR PLAQUE	ASI 316 TÔLE D'ACIER INOXYDABLE [S5]	KOK ZE 0000 DE 24003 002	1
1	CHASSIS	ACIER	KOK ZE 0000 DE 24003 001	1
NO. ARTICLE	DESIGNATION	MATIERE	NUMERO PLAN FOURNISSEUR	QTY


[illegible]




12 thermocouples sous tissus chauffants




12 thermocouples sur échangeur



Trous de passage pour comparateurs en face des trous des tissus chauffants



DÉTAIL G
Echelle 5:4



Instrumentation qualification de parois

0	23-04-24	EMISSIION INITIALE	ETABL	VERIFIE	APPROUVE
INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	ETABL	VERIFIE	APPROUVE
MASSIF (kg)	70.486	INSTALLATION	QUALIFICATION KOKOMO	24003	
PASTIS					
QUALIFICATION PAROIS					
ASSEMBLAGE DES PAROIS REFROIDIES					
Echelle : 1:2					
IRSN/PSN-RES/SIPR		RAISON SOCIALE TITULAIRE	CE-CADARACHE - BP3 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX	REFERENCE CONSTRUCTEUR	
KOK 2E 0000 DE 24003 000					