

Sélection : Tous les produits

Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	AIGUILLE A BIOPSIE P/SYSTEME DE NEURONAVIGATION BRAINLAB Aiguille fenêtrée permettant de réaliser des biopsies cérébrales, compatible avec le système de neuronavigation VARIOGUIDE 1.0 BRAINLAB Caractéristiques souhaitées : – longueur : environ 23,5cm – diamètre : environ 1,8mm Préciser : – le matériau constitutif – les caractéristiques de l'aiguille Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les aiguilles à biopsie pour système de neuronavigation BRAINLAB devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie		50	25	200	2
1	AIGUILLE A BIOPSIE P/SYSTEME NEURONAVIGATION BRAINLAB	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les produits

Classe : DMS COELIOCHIRURGIE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
2	<p>LIGNE TUBULURE CHAUFFANTE A/FILTRE POUR INSUFFLATION CO2 Ligne insufflation chauffante avec Filtre hydrophobe pour insufflation de dioxyde de carbone (CO2) permettant l'obtention du pneumopéritoine en COELIOCHIRURGIE.</p> <p>Caractéristiques : – Les lignes d'insufflation devront être compatibles avec l'insufflateur ENDOFLATOR 50 du fournisseur KARL STORZ – raccord côté insufflateur 15/22 mm</p> <p>PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE</p> <p>Préciser pour le filtre : – la surface et la porosité – le pourcentage de filtration bactérienne et virale – le débit maximal de CO2 autorisé – les matériaux constitutifs du boîtier et du filtre</p> <p>Préciser pour chaque référence : – le type de connexion côté insufflateur</p> <p>Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>La ligne insufflation chauffante pour insufflation de CO2 devra avoir été présentée au service de Chirurgie Pédiatrique</p>		50	25	200	2
1	LIGNE TUBULURE CHAUFFANTE A/FILTRE POUR INSUFFLATION	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	<p>SYSTEME DE LAVAGE-ASPIRATION A USAGE UNIQUE SANS CANULE Système de lavage-aspiration ou aspirateur-irrigateur à usage unique, stérile, présenté SANS CANULE, permettant l'irrigation et l'aspiration contrôlées au cours des interventions de coeliochirurgie Le système à usage unique (pompe + poignée + tubulures) doit être connectable à une canule USAGE MULTIPLE RESTERILISABLE diamètre 10 mm</p> <p>Préciser : – la composition du système – les conditions de fonctionnement – les conditions de stérilisation et de mise à disposition des canules à usage multiple restérilissables, diamètre 10 mm – le conditionnement</p> <p>Présentation unitaire stérile</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les kits avec embout standard à usage unique et système à usage unique (pompe + poignée + tubulure)</p> <p>Le système de lavage aspiration à usage unique sans canule devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale.</p>		396	198	1 584	2
1	SYSTEME DE LAVAGE-ASPIRATION A USAGE UNIQUE SANS CANULE	Unité	396	198	1 584	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		336	168	1 344	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0

Sélection : Tous les produits

Classe : DMS COELIOCHIRURGIE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
2	PSEF : Proposer un prix pour les kits avec embout standard à usage unique et système à usage unique (pompe + poignée + tubulure)	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
4	TROCART A BALLONNET DE DISTENSION PRE-PERITONEALE Trocart à ballonnet diamètre 10 mm permettant de créer un espace pré-péritonéal par gonflage d'un ballonnet rond avec une poire de gonflage. Indication : PROSTATECTOMIE SOUS COELIOCHIRURGIE Préciser : – les éléments constitutifs du trocart – les matériaux utilisés – la gamme des tailles disponibles : diamètre et longueur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les trocars à ballonnet de distension pré--péritonial devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale.		20	10	80	2
1	TROCART A BALLONNET DE DISTENSION PRE-PERITONEALE	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les produits

Classe : PATCH ET PROTHESE VASCULAIRE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
5	FEUTRE DE REPARATION VASCULAIRE Feutre de PTFE destiné à renforcer les parois ventriculaires ou vasculaires fragilisées notamment par des anévrismes ou une menace de dissection aortique Préciser – les longueurs, largeurs et épaisseurs de la gamme disponible – les matériaux de fabrication Présentation unitaire stérile Le matériel devra avoir été présenté aux Equipes Chirurgicales concernées		150	75	600	0
1	FEUTRE DE REPARATION VASCULAIRE	Unité	150	75	600	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON		150	75	600	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0