

21/02/2025	Catalogue des besoins 25PAN1 2025	1 / 1
Sommaire		
DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE		1
DMS COELIOCHIRURGIE		2
PATCH ET PROTHESE VASCULAIRE		4
Nombre de lignes 3		

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

25PAN1 Procédure avec négociation "GHC CFC_CHUB_CAMSP_PAN25-1"_Avec pub suite 24-1, 25-1 et 25-4 inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
1		<p>AIGUILLE A BIOPSIE P/SYSTEME DE NEURONAVIGATION BRAINLAB Aiguille fenêtrée permettant de réaliser des biopsies cérébrales, compatible avec le système de neuronavigation VARIOGUIDE 1.0 BRAINLAB</p> <p>Caractéristiques souhaitées : - longueur : environ 23,5cm - diamètre : environ 1,8mm</p> <p>Préciser : - le matériau constitutif - les caractéristiques de l'aiguille</p> <p>Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les aiguilles à biopsie pour système de neuronavigation BRAINLAB devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie</p>					
1	1	AIGUILLE A BIOPSIE P/SYSTEME NEURONAVIGATION BRAINLAB	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 1				50	25	200	

Catalogue des besoins

Classe DMS COELIOCHIRURGIE

25PAN1 Procédure avec négociation "GHC CFC_CHUB_CAMSP_PAN25-1" Avec pub suite 24-1, 25-1 et 25-4 inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
2	LIGNE TUBULURE CHAUFFANTE A/FILTRE POUR INSUFFLATION CO2 Ligne insufflation chauffante avec Filtre hydrophobe pour insufflation de dioxyde de carbone (CO2) permettant l'obtention du pneumopéritoine en COELIOCHIRURGIE. Caractéristiques : - Les lignes d'insufflation devront être compatibles avec l'insufflateur ENDOFLATOR 50 du fournisseur KARL STORZ - raccord côté insufflateur 15/22 mm PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE Préciser pour le filtre : - la surface et la porosité - le pourcentage de filtration bactérienne et virale - le débit maximal de CO2 autorisé - les matériaux constitutifs du boîtier et du filtre Préciser pour chaque référence : - le type de connexion côté insufflateur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement La ligne insufflation chauffante pour insufflation de CO2 devra avoir été présentée au service de Chirurgie Pédiatrique						
	1	LIGNE TUBULURE CHAUFFANTE A/FILTRE POUR INSUFFLATION	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 2				50	25	200	
3	SYSTEME DE LAVAGE-ASPIRATION A USAGE UNIQUE SANS CANULE Système de lavage-aspiration ou aspirateur-irrigateur à usage unique, stérile, présenté SANS CANULE, permettant l'irrigation et l'aspiration contrôlées au cours des interventions de coelochirurgie Le système à usage unique (pompe + poignée + tubulures) doit être connectable à une canule USAGE MULTIPLE RESTERILISABLE diamètre 10 mm Préciser : - la composition du système - les conditions de fonctionnement - les conditions de stérilisation et de mise à disposition des canules à usage multiple restérilisables, diamètre 10 mm - le conditionnement Présentation unitaire stérile Prestation Supplémentaire Eventuelle facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les kits avec embout standard à usage unique et système à usage unique (pompe + poignée + tubulure) Le système de lavage aspiration à usage unique sans canule devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale.						
	1	SYSTEME DE LAVAGE-ASPIRATION A USAGE UNIQUE SANS CANULE	Unité	396	198	1 584	50/400
3	2	PSEF : Proposer un prix pour les kits avec embout standard à usage unique et système à usage unique (pompe + poignée + tubulure)	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 3				396	198	1 584	
4	TROCARD A BALLONNET DE DISTENSION PRE-PERITONEALE Trocart à ballonnet diamètre 10 mm permettant de créer un espace pré-péritonéal par gonflage d'un ballonnet rond avec une poire de gonflage. Indication : PROSTATECTOMIE SOUS COELIOCHIRURGIE Préciser : - les éléments constitutifs du trocart - les matériaux utilisés - la gamme des tailles disponibles : diamètre et longueur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les trocars à ballonnet de distension pré--péritonéal devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale.						
	1	TROCARD A BALLONNET DE DISTENSION PRE-PERITONEALE	Unité	20	10	80	50/400

21/02/2025

Catalogue des besoins
Classe DMS COELIOCHIRURGIE

25PAN1 Procédure avec négociation "GHC CFC_CHUB_CAMSP_PAN25-1"_Avec pub suite 24-1, 25-1 et 25-4 inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			4	20	10	80	

21/02/2025

Catalogue des besoins

Classe PATCH ET PROTHESE VASCULAIRE

25PAN1 Procédure avec négociation "GHC CFC_CHUB_CAMSP_PAN25-1"_Avec pub suite 24-1, 25-1 et 25-4 inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
5		FEUTRE DE REPARATION VASCULAIRE Feutre de PTFE destiné à renforcer les parois ventriculaires ou vasculaires fragilisées notamment par des anévrismes ou une menace de dissection aortique Préciser - les longueurs, largeurs et épaisseurs de la gamme disponible - les matériaux de fabrication Présentation unitaire stérile Le matériel devra avoir été présenté aux Equipes Chirurgicales concernées					
5	1	FEUTRE DE REPARATION VASCULAIRE	Unité	150	75	600	50/400
			Total des quantités du lot n° 5	150	75	600	
Nombre de lignes 6			Total général	666	333	2 664	