

27/02/2025	Catalogue des besoins 25PAN3DM 2025	1 / 1
Sommaire		
DMS ABORD CHIRURGICAL		1
DMS ABORD PARENTERAL		2
IMPLANTS ENDOSCOPIE DIGESTIVE		3
Nombre de lignes 3		

Catalogue des besoins
Classe DMS ABORD CHIRURGICAL

25PAN3DM Procédure Avec Négociation "GFC-DM_CHUB_CAMSP_PAN25-3"_Avec Pub_Suite AO DM241, 244 et AO25-3 Inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
1	CANULE D'ASPIRATION TYPE FRAZIER Canule d'aspiration type Frazier destinée à l'aspiration lors des interventions neurochirurgicales et ORL. PROPOSER TOUTE LA GAMME DISPONIBLE Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement. Les canules d'aspiration devront avoir été présentées, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie.						
	1	CANULE D'ASPIRATION TYPE FRAZIER	Unité	2 500	1 250	15 000	50/600
	Total des quantités du lot n°			1	2 500	1 250	15 000

27/02/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS ABORD PARENTERAL

25PAN3DM Procédure Avec Négociation "GFC-DM_CHUB_CAMSP_PAN25-3"_Avec Pub_Suite AO DM241, 244 et AO25-3 Inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
2		FILTRE STERILISANT 0,2 µm DIAM 25MM P/RADIOPHARMACIE Filtre stérile 0,2 µm avec évent diam 25 mm, sans phtalates et sans latex p/préparation stérile de médicaments radiopharmaceutiques (élution de galium). Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (dispositifs médicaux stériles) devront avoir été présentés à l'équipe de radiopharmacie					
	1	FILTRE STERILISANT 0,2 µm DIAM 25MM P/RADIOPHARMACIE	Unité	300	150	1 800	50/600
Total des quantités du lot n° 2				300	150	1 800	

27/02/2025

Catalogue des besoins

Classe IMPLANTS ENDOSCOPIE DIGESTIVE

25PAN3DM Procédure Avec Négociation "GFC-DM_CHUB_CAMSP_PAN25-3"_Avec Pub_Suite AO DM241, 244 et AO25-3 Inf

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
3		ENDOPROTHESE PANCREATIQUE METALLIQUE Endoprothèse pancréatique métallique TOTALEMENT COUVERTE , de diamètre minimum de 6 mm pouvant passer dans un canal d'endoscope de 2,8 mm de diamètre et présentée avec son système de pose. Préciser : - le matériau constitutif - le type de couverture - la gamme des tailles disponibles - le fil guide conseillé Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe médicale d'Endoscopie Digestive.					
3	1	ENDOPROTHESE PANCREATIQUE METALLIQUE	Unité	2	1	12	50/600
		Total des quantités du lot n° 3		2	1	12	
Nombre de lignes 3			Total général	2 802	1 401	16 812	