

	CHD-FE359	<b>MISE À DISPOSITION DE CONTENEURS POUR LA STÉRILISATION DES ANCILLAIRES EN DÉPOT</b>	Signature de l'approbateur
	Version E		Dr Cécilia HURLUPE, Floriane LEROUX
	Page 1/1		Pharmacien responsable de la stérilisation Le 22/03/2023, 22/03/2023

Marché :

Laboratoire : ..... Nom : .....

Nom de l'ancillaire : .....

**ANCILLAIRES :**

- Cf exigences CHD-FE 020
- Listing détaillé
- Photos

Oui ☐ Non ☐  
 Oui ☐ Non ☐  
 Oui ☐ Non ☐

**CARACTERISTIQUES DES CONTENEURS :**

- Conteneur en aluminium
- Conteneurs sans filtres de fond de cuve
- Conteneurs avec couvercle à filtres ronds
- Etiquettes d'identification des conteneurs
- Poids de 12 kg maximum (ancillaire + conteneur)

**CONTENEURS :**

- Nombre prévu :

- Conteneurs neufs
- Conteneurs ayant été maintenu (avec document preuve)
- Conteneurs gravés cuve/couvercle
- Paniers internes en métal
- Paniers internes en matière plastique

Oui ☐ Non ☐  
 Oui ☐ Non ☐  
 Oui ☐ Non ☐  
 Oui ☐ Non ☐  
 Oui ☐ Non ☐

**Signature (nom et qualité)**

Tampon du fournisseur

A ....., le .....

A retourner par courriel à [pharmacie@chd-vendee.fr](mailto:pharmacie@chd-vendee.fr) ou [sterilisation@chd-vendee.fr](mailto:sterilisation@chd-vendee.fr) ou [cecilia.hurlupe@ght85.fr](mailto:cecilia.hurlupe@ght85.fr) ou [floriane.leroux@ght85.fr](mailto:floriane.leroux@ght85.fr) ou [marie-charlotte.taupenot@ght85.fr](mailto:marie-charlotte.taupenot@ght85.fr)