

LOT 1 Trousse d'arthroscopie de genou

Dénomination	dimension	Quantité
Champ d'arthroscopie membre inférieur	302 x 230 cm	1
Lame de bistouri montée de 11		1
Compresse X ray	10 x10 cm	10
Gaine pour câble de caméra	15 x 250 cm	1
Bande Velpeau	15 cm	1
Bande adhésive	50 x 9 cm	1
Jersey	15 cm x 250 cm	1
Seringue 20cc		1
Tubulure d'aspiration	270 cm x diam 7mm	1
Casaque renforcée	150 cm	2
Aiguille rose (18G)		1
Couvre table renforcé	140 x 190 cm	2
Bande d'esmarkh	10 x 365 cm	1
Pansement sec		2
Cupule transparente	250 ml	2
Canule d'aspiration Yankauer CH16 16cm		1
Poignée de scialytique		1
Crayon dermographique		1

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

LOT 2 Trousse d'arthroscopie

Dénomination	dimension	Quantité
Champ arthroscopie avec poche	230x300cm	1
Couvre table	140x190cm	1

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2.

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2.

LOT 3 Trousse PTH voie antérieure

Dénomination	dimension	Quantité
Casaque renforcée	150 cm	3
Couvre table	140 x 190 cm	5
Champ d'isolation verticale avec aire à inciser et poche de recueil	320 x 125 cm	1
Poche à instruments		2
Bande adhésive	50 x 9 cm	2
Champ à inciser iodé	40 x 40 cm	1
Housse de protection avec élastique pour amplificateur de brillance	91 x 91 cm	1
Cupule transparente	250 ml	2
Boîte à aiguilles		1
Canule d'aspiration Yankauer CH24		1
Compresse X ray	45x45 cm	15
Bistouri électrique		1
Serviettes coton bleu	45 x 62.5	4
Poignée de scialytique		1
Tubulure d'aspiration	270 cm x diam 7mm	1
Champs	1 tête, 3 latéraux	4
Lame bistouri	N°23	2
Seringue SAP	60 cc	2
Seringue embout catheter	60 cc	1
Aiguille rose (18G)		1
Electrode longue lame bistouri 150mm		1
Sonde aspi trachéale	10 Fr	1
Crayon dermatographique		1

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2.

LOT 4 Trousse PTG

Dénomination	dimension	Quantité
Casaque renforcée	150 cm	3
Couvre table	140 x 190 cm	5
Champs d'arthroscopie	302 x 230 cm	1
Bande adhésive	50 x 9 cm	3
Champ à inciser iodé	70 x 45 cm	1
Bol à ciment + spatule		1
Cupule transparente	250 ml	2
Boite à aiguilles		1
Canule d'aspiration Yankauer CH24		1
Compresse X ray	45x45 cm	20
Bistouri électrique		1
Serviettes coton bleu	45 x 62.5	5
Poignée de scialytique		2
Tubulure d'aspiration	270 cm x diam 7mm	1
Champ fendu plastique adhésif	260 x 225 cm	1
Lame bistouri	N°23	2
Lame bistouri monté	N°23	2
Jersey	10 x 150	1
Manchon imperméable (stockinette)	112 x 30 cm	1
Seringue SAP	60 cc	2
Aiguille hypodermique rose (18G)		1
Champs d'approche	101 x 147 cm	1
Seringue embout cathéter	60 cc	1
Crayon dermatographique		2

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

LOT 5 Trousse PTH voie postérieure

Dénomination	dimension	Quantité
Casaque renforcée	150 cm	3
Couvre table	140 x 190 cm	5
Champs adhésif renforcé(tête)	300 x 183 cm	1
Champ fendu adhésif renforcé (pied)	196 x 277 cm	1
Champ fendu adhésif plastique	135 x 200 cm	1
Bande adhésive	50 x 9 cm	3
ioban	90 x 45 cm	1
Champs d'approche	101 x 147 cm	1
Cupule transparente	250 ml	2
Boite à aiguilles		1
Canule d'aspiration Yankauer ch24		1
Compresse X ray	45x45 cm	20
Bistouri électrique		1
Serviettes coton bleu	45 x 62.5	4
Poignée de scialytique		2
Tubulure d'aspiration	270 cm x diam 7mm	1
Lame bistouri	N°23	2
Aiguille hypodermique rose (18G)		1
Seringue SAP	60 cc	2
Jersey	15 x 250 cm	1
Manchon imperméable (stockinette)	112 x 30 cm	1
Seringue embout cathéter	60 cc	1
Poche à instruments		1
Electrode longue lame bistouri 150mm		1
Sonde aspi trachéale	10 Fr	1

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

LOT 6 Trousse Main pied

Dénomination	dimension	Quantité
Champ d'extrémité	221x326cm	1
Couvre table	140x90cm	1
Stockinette coton	7x90cm	1
Lame bistouri 15		1
Bande adhésive	50x9cm	1
Aiguille hypodermique 21G		1

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

LOT 7 Trousse césarienne

Dénomination	dimension	Quantité
Boite à aiguille		1
Canule Yankauer		1
Casaque renforcée		2
Champ de césarienne avec aire à inciser		1
Champ de table	150x190cm	1
Compresse de gaze ORX	10x20cm	20
Champ bébé	100x100	1
Essuie mains	35x60cm	1
Essuie main	25x20cm 6 plis	2
Housse mayo	145x80cm	1
Lame de bistouri	N°23	1
Tubulure	7mmx3m	1

Dispositif médical stérile à usage unique

Le fournisseur joindra à son offre:

- la documentation technique et commerciale
- le certificat de marquage CE des dispositifs proposés
- toute publication validant le mode opératoire et l'efficacité des dispositifs proposés
- Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2

PRECISER L'ABSENCE DE LATEX DANS CHAQUE REFERENCE PROPOSEE

Le fournisseur proposera en Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE) les autres références et tailles correspondant à la gamme de cet article.

Le fournisseur précisera les moyens mis en œuvre pour assurer la formation des équipes médicales et soignantes à l'utilisation des dispositifs proposés.

Une phase d'évaluation clinique est prévue avant les choix. Tout dispositif proposé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation clinique ne sera pas retenu.

Pour les champs et casaques/blouses, fournir les certificats attestant leur conformité aux normes 13795-1 et 13795-2