

CAHIER DES CHARGES

Objet : Rénovation des absorbants wedge de la grande chambre anéchoïde	Date : 17/01/2025
Affaire suivi par : Mathieu CAILLET	N / Réf : DRT-LETI-DSYS-STSF-LAPCI-25-01-000101

Validation : Christophe DELAVEAUD

Diffusion :

Fournisseur :

Chef de laboratoire concerné : Christophe DELAVEAUD

Sécurité (si nécessaire) : /

Correspondant sécurité LETI

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1 Contexte	3
1.1 <i>Présentation de l'unité</i>	3
1.2 <i>Description du cadre général</i>	3
2 Spécifications fonctionnelles	3
2.1 <i>Contrainte existante</i>	3
2.2 <i>Caractéristiques détaillées</i>	4
3 Sécurité	6
3.1 <i>Conformité CE</i>	6
4 Réception	7
5 Garanties	7

1 Contexte

1.1 Présentation de l'unité

Laboratoire du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Energies Alternatives), le LETI (Laboratoire d'Électronique et de Technologie de l'Information) est aujourd'hui l'un des plus importants laboratoires de R&D en Europe dans le domaine de l'électronique, de la micro-électronique et plus généralement des micro-technologies. Le LETI s'est développé autour de deux activités principales : les futures technologies pour l'industrie des semi-conducteurs, et la conception de systèmes électroniques avancés. Il a pour vocation d'aider les entreprises industrielles à accroître leur compétitivité à travers l'innovation technique et le transfert de son savoir-faire technologique.

1.2 Description du cadre général

Au sein du LETI/DSYS, le laboratoire LAPCI (Laboratoire Antenne Propagation et Couplage Inductif) conçoit et caractérise expérimentalement des dispositifs rayonnants dans une large gamme de fréquences. Dans le cadre des travaux de réfection de sa grande chambre anéchoïde, le LAPCI souhaite rénover une partie des absorbants, ceux de type Wedge (dièdres), présents sur deux murs verticaux. Ce document présente les spécifications nécessaires pour la prestation recherchée.

2 Spécifications fonctionnelles

2.1 Contrainte existante

La chambre anéchoïde actuelle est constituée d'une cage métallique blindée recouverte d'absorbants collés sur la cage. La zone concernée par la réfection doit rester le plus possible à l'identique de l'existant. La photo de la Figure 1 montre la zone d'absorbants Wedge à remplacer (entourée du trait rouge). Il y a 2 zones de ce type correspondant aux 2 murs verticaux de la chambre qui ont une hauteur de 12 m. Chaque zone contient environ 90 absorbants Wedges de dimensions 183 cm (longueur), 61 cm (largeur) et 122 cm (hauteur).




Figure 1 : Zone recouverte d'absorbants wedge

2.2 Caractéristiques détaillées

La prestation demandée concerne :

- L'enlèvement des absorbants actuels (décollage et retraitement)
- La fourniture de nouveaux absorbants wedge permettant de recouvrir la zone actuelle. Les études nécessaires et le transport doivent être inclus
- L'installation des nouveaux absorbants sur la cage métallique
- L'organisation des moyens et dispositifs nécessaires à la désinstallation/installation des absorbants
- La mesure de la réflectivité dans la zone tranquille avant et après installations des nouveaux wedges

La prestation devra répondre aux spécifications ci-dessous.

- Fréquence minimale d'utilisation des absorbants ≥ 100 MHz
- Dimensions d'un absorbant wedge: 183 cm (longueur), 61 cm (largeur) et 122 cm (hauteur) (ou équivalent)
- Poids pour un absorbant wedge de dimensions de 183 cm x 61 cm x 122 cm: \leq à 30 kg
- Réflectivité des absorbants wedge à incidence normale:
 - ≤ -18 dB dès 100 MHz,
 - ≤ -25 dB dès 200 MHz,
 - ≤ -30 dB dès 300 MHz,
 - ≤ -35 dB dès 400 MHz,
 - ≤ -40 dB dès 800 MHz,
 - ≤ -45 dB dès 1 GHz,
 - ≤ -50 dB pour des fréquences ≥ 2 GHz
- Installation sur la cage métallique : accroche de préférence mécanique ou colle néoprène
- Zone à recouvrir : voir Figure 2 et Figure 3. Une porte coulissante de 2,90 m de large et de 3,90 m de hauteur recouverte de wedge est présente sur l'un des 2 murs.
- Couleur : bleu (RAL à convenir)




Figure 2 : Mur du fond




Figure 3 : Mur côté porte

3 Sécurité

3.1 Conformité CE

L'équipement ou la prestation fournie devra respecter la réglementation en vigueur en France. Cette réglementation inclut les directives Européennes transposées en droit français.

En particulier les directives suivantes sont applicables, le cas échéant :

- Directive « compatibilité électromagnétique » 2004/108/CE
- Directive « basse tension » 2006/95/CE

L'équipement sera certifié CE, fera l'objet d'un « marquage CE » et sera accompagné d'une déclaration CE de conformité

Les différents risques (mécanique, électrique, thermique, gaz, chimique, rayonnement) devront être clairement indiqués par l'équipementier dans sa proposition et traités :

- en accord avec les prescriptions des directives applicables.
- Les armoires électriques auront un indice de protection IP2 et ne pourront être ouvertes qu'à l'aide d'un outil ou d'une clef.
- Panneaux de protection.
Les panneaux de protection (protecteurs) seront strictement conçus conformément à la directive basse tension.

4 Réception

L'installation et la mise en service seront faite par le prestataire.

5 Garanties

Garantie 1 an fournitures et main d'œuvre. Pendant la durée de la garantie, réparation à la charge du prestataire.

Le prestataire devra également proposer une extension de garantie à 3 ans fournitures et main d'œuvre.