

## **CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

### **QUALIFICATION OPERATIONNELLE DES EQUIPEMENTS DE STERILISATION**

## **1 – Objet**

Le présent CCTP régit les dispositions techniques des prestations de qualification opérationnelle des équipements de stérilisation pour les établissements suivants :

- Le CHU de Toulouse,
- L'IUCT,
- Le CH Comminges Pyrénées.

Pour ces établissements, le titulaire du marché procède à toutes les interventions nécessaires à la qualification opérationnelle des équipements identifiés à l'article 2 du présent CCTP.

Ces interventions incluent les déplacements sur site, tous prélèvements et relevés techniques et l'établissement des rapports et autres documents type comptes-rendus, suivi, etc, strictement nécessaires à l'objet du marché.


Il est attendu du titulaire qu'il opère dans une logique d'harmonisation de ces interventions pour chaque établissement, eu égard aux contraintes liées à l'exécution du marché.

Ces interventions et livrables respectent les normes réglementaires issues du droit français que le titulaire est réputé connaître.

En cas de modification de la réglementation en lien avec l'objet du marché, il en informera le pouvoir adjudicateur.

## **2 – Détail des équipements en fonction des sites**

Pour l'ensemble des établissements, les équipements concernés par le présent marché sont détaillés dans les inventaires en annexes du présent CCTP, récapitulés ci-dessous :



**Stérilisation centrale du Chapitre**

Désignation des équipements		Quantité
STEELCO	D1000 3S	2
STEELCO	LC80	1
STEELCO	TW3000/2	5
GETINGE	9128	2
GETINGE	HC6620 EDR2	8
STERIS	V-PRO	1
STERRAD	100NX AC	1
LABO ELECTRO FRANCE	SOUDEUSE SACHET TS47T	8

**Purpan**

Désignation des équipements		Quantité
COLUSSI	ML 60NE	1
COLUSSI	U 32 PE	1
GETINGE	46-4 SERIES	1
GETINGE	CLARO WD15	1
STEELCO	SCELLO DS 600-1D	1
STEELCO	DS600/1	1
STEELCO	DS610	1
STEELCO	DS500 DRS	2
STEELCO	DS610 1S	1
STEELCO	DS610 SL	2
STEELCO	DS500SCDL	1
STEELCO	VS6-A-001	1
STEELCO	VS12-A-006	1

**Rangueil**

Désignation des équipements		Quantité
COLUSSI	ML 60NE	3
GETINGE	46-2-SERIES	1
GETINGE	46-4 SERIES	1
STEELCO	DS500SCDL	1
STEELCO	VS 202038 L	1
W ET H FRANCE	TEON PLUS	1

**Hôtel-Dieu**


Désignation des équipements		Quantité
STEELCO	DS500SCL	1

***IUCT-O***

Désignation des équipements		Quantité
SYSTEC	AUTOCLAVE DX 65 (installation prévisionnelle 1 <sup>er</sup> trimestre 2025)	1

### CH Comminges Pyrénées (Saint Gaudens)

**Le Centre Hospitalier Commines Pyrénées**



## STERILISATION

<i>Bâtiments</i>	<i>Surface (m²)</i>	<i>Adresse</i>
M.C.O.	10 410	Avenue Simone Veil 31800 Saint-Gaudens Cedex 6

Désignation des équipements		Quantité
AUTOCLAVE A VAPEUR	COLUSSI MODELE U 63 PE	2
MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS	MIELE MODELE G 7826	2
THERMOSOUDEUSE	ATMB MODELE THERMO 2000	1
THERMOSOUDEUSE	LABO ELECTROFRANCE TS 4400 PCI	1

**Les 2 autoclaves vapeur et les 2 machines à laver les instruments seront remplacés courant 2<sup>ème</sup> semestre 2025**

Désignation des équipements		Quantité
AUTOCLAVE A VAPEUR	GETINGE LID AQUADIS 56A (réf constructeur 56A-001)	2
MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS	GETINGE GSS67132 (réf constructeur 67H132E)	2

### **3 – Exigences règlementaires et techniques**

Les normes de stérilisation à respecter pour l'exécution de ce marché sont les suivantes :

▪ ISO 17665
▪ ISO 15 883
▪ NF EN 868-5
▪ NF EN 554
▪ INSTRUCTION 449
▪ NF EN 285
▪ ISO 11140-3
▪ ISO 14937
▪ ISO 22441

Le titulaire veille lors de l'exécution du marché que les équipements listés ci-avant respectent les normes auxquels ils doivent répondre.

Le titulaire utilise une sonde de mesure de concentration de vH202 pour les requalifications opérationnelles sur tous les équipements basses températures (exemples : STERIS et STERRAD de la stérilisation centrale du Chapitre).

### **4 – Modalités d'exécution**

Au démarrage du marché, le titulaire et les représentants de chaque établissement établissent un planning annuel d'exécution du marché comprenant pour chaque site :

- Les dates de visite ;
- La durée d'exécution d'intervention ;
- Le nombre d'équipements concernés par année ;
- Le/les livrable(s) attendus ;
- Une date de restitution des éléments.

Le titulaire et le représentant de chaque établissement s'entendent pour chaque intervention sur les modalités d'intervention propres à chaque site (sécurité, hygiène, etc.) et sur le nombre de représentants du titulaire admis sur site pour réaliser ces interventions.