



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

GRILLE D'ÉVALUATION TECHNIQUE ÉTHYLOMÈTRE MOBILE

Exigence		Points MAX	Points attribués	Critères d'évaluation
Exigence 1.22 : Une meilleure compacité de la mallette de transport sera valorisée		20		Mesure de longueur ou volume équivalent strictement inférieur à 550X400X200 mm = 20 pts 550X400X200 mm ≤ Mesure de longueur ou volume équivalent ≤ 650X500X300 mm = 10 pts Mesure de longueur ou volume équivalent strictement supérieur à 650X500X300 mm = 1 pt
Exigence 1.20 : Le poids global de la mallette de transport intégrant tous les équipements (éthylomètre mobile, notice d'emploi, carnet de métrologie, accessoires d'alimentation électrique et 3 embouts buccaux de rechange) sera valorisé d'autant plus qu'il sera léger.		20		Poids strictement inférieur à 10 kg = 20 pts 10 kg ≤ poids ≤ 15 kg = 10 pts Poids strictement supérieur à 15 kg = 1 pt
Exigence 1.2 : L'étendue de mesure de l'appareil est à minima de 0,00 mg/l à 2,00 mg/l.		20		Satisfait à l'exigence = 20 points Ne satisfait pas à l'exigence = 1 point
Exigence 1.3 : Une plus faible durée de mise en route avant de pouvoir utiliser l'appareil sera valorisée.		40		Temps strictement inférieur à 5 min = 40 pts 5 min ≤ temps < 10 min = 30 pts 10 min ≤ temps ≤ 15 min = 20 pts temps strictement supérieur à 15 min = 1 pt
Exigence 1.4 : Lorsque le mode veille est activé, la plus faible durée pour passer en mode « mesure » sera valorisée.		20		Temps strictement inférieur à 3 min = 20 pts 3 min ≤ temps ≤ 8 min = 10 pts temps strictement supérieur à 8 min = 1 pt
Exigence 1.5 : Quelle que soit la concentration d'alcool, le plus faible temps de souffle validé par l'appareil sera valorisé. Cette durée démarre au début du souffle dans l'appareil et prend fin lors de l'affichage définitif du résultat à l'écran.	Pour une concentration d'alcool de 0,10 mg/l	20		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 20 pts 10 secondes ≤ temps ≤ 15 secondes = 10 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 0,20 mg/l	20		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 20 pts 10 secondes ≤ temps ≤ 15 secondes = 10 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 0,30 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes ≤ temps ≤ 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes =

	concentration d'alcool de 0,40 mg/l			30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 0,60 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 0,75 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 0,90 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 1,20 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 1,60 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
	Pour une concentration d'alcool de 2,00 mg/l	30		Temps strictement inférieur à 10 secondes = 30 pts 10 secondes \leq temps \leq 15 secondes = 15 pts temps strictement supérieur à 15 secondes = 1 pt
Exigence 1.16 : La maintenance de premier niveau (NTI 1), peut-être réalisée par les personnels techniques de la gendarmerie et de la police nationales.		30		Satisfait à l'exigence = 30 points Ne satisfait pas à l'exigence = 1 point
Total valeur technique		430		