

Sociétés : sociétés de maintenance biomédicale intervenantes pour les services biomédicaux du groupement

Lieu : sites de maintenance des établissements membres du groupement de commande

Horaires d'ouverture du service biomédical : 8h00 – 12h00 13h30 – 17h00

Technicien d'astreinte

en dehors des heures  
d'ouverture du biomédical

## ANALYSE DES RISQUES LIES AUX LOCAUX/EQUIPEMENTS LORS DE L'INTERVENTION

### RISQUES :

Radioactif	<input checked="" type="checkbox"/> en présence des sources de rayonnement ionisant
Electrique	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflammable	<input checked="" type="checkbox"/> lors de l'utilisation d'oxygène
Laser	<input checked="" type="checkbox"/> lors de l'intervention sur les lasers
Chaleur / vapeur	<input type="checkbox"/>
Azote ou gaz inerte	<input type="checkbox"/>
Biologique	<input checked="" type="checkbox"/> au contact des dispositifs médicaux souillés
Travail en hauteur (> à 3 mètres)	<input type="checkbox"/>
Matériel ou pièce en mouvement	<input checked="" type="checkbox"/> lors de la maintenance des centrifugeuses
Environnement	<input type="checkbox"/>
Autres : .....	<input type="checkbox"/>

### PRECAUTIONS A PRENDRE :

Port d'une dosimétrie, tablier et accessoires plombés (médecine nucléaire, radiothérapie, radiologie et au contact des sources de rayonnement ionisant)	<input type="checkbox"/> Dosimètre fourni par la société <input type="checkbox"/> Dosimètre fourni par le CHD
Consignation électrique	<input checked="" type="checkbox"/> veillez à l'absence d'éléments accessibles sous tension
Consignation fluide	<input type="checkbox"/>
Consignation mécanique	<input checked="" type="checkbox"/> lors des situations à risques qui le nécessitent
Tri / évacuation des déchets	<input checked="" type="checkbox"/>
Tenue de zone	<input type="checkbox"/>
Dispose d'une habilitation électrique armoires	<input checked="" type="checkbox"/> si intervention sur les organes de commande des électriques
Nettoyage et désinfection	<input checked="" type="checkbox"/> lors des situations à risques qui le nécessitent
Autres : .....	<input type="checkbox"/>

### PROTECTIONS INDIVIDUELLES :

Gants	<input checked="" type="checkbox"/>
Masque	<input checked="" type="checkbox"/> en zone classée et confinée
Lunettes	<input type="checkbox"/> port de lunettes de sécurité adaptées selon les préconisations d'usage (lunettes spécifiques pour laser)
Tenue de zone	<input checked="" type="checkbox"/> en zone classée et confinée
Vêtement couvrant	<input checked="" type="checkbox"/> blouse de protection lors de toutes interventions de maintenance
Autres .....	<input type="checkbox"/>

**PROTECTIONS PARTICULIERES COVID-19:** Appliquer les gestes barrières

**CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES**



- Dans le cas d'apparition de symptômes dans le courant de la journée prévenir obligatoirement et systématiquement le technicien référent de l'intervention.
- Port du masque lors de contacts interprofessionnels.
- Port de lunettes de protection (si nécessaire)
- Port de gants (si nécessaire)
- Respecter la distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre intervenant.
- Respecter les zones de confinements et préconisations spécifiques de chaque service.
- Nettoyage du matériel et des équipements de travail après utilisation (éviter le prêt de matériel).
- Utilisation des points d'eau prévu, se laver les mains régulièrement.
- Mettre consommable hygiène dans les poubelles à disposition

**AUTORISATION / FORMATIONS PARTICULIERES :**

	OUI	NON
Procédure d'évacuation incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> à appliquer selon les consignes et plans d'évacuation affichés dans les locaux d'interventions
Permis de feu journalier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> si nécessaire à solliciter obligatoirement auprès du service de sécurité incendie
Entrée enceinte close (zone confinée) concerné et	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> après autorisation formelle du cadre du service le port des tenues préconisées et mises à disposition

**RAPPEL DES COORDONEES DES SERVICES DE SECOURS**

- Standard : à partir d'un poste intérieur 9, à partir de l'extérieur : 02-51-53-51-53
- En cas d'incendie : à partir d'un poste intérieur 018 ou 71818
- Atelier biomédical : à partir d'un poste intérieur 2970 ou 2873, à partir de l'extérieur : 02-51-53-29-70 ou 02-51-53-28-73
- Technicien d'astreinte : à partir d'un poste intérieur 71751 ; à partir de l'extérieur : 06-76-85-55-12

Fait le : .....à.....

Nom de société : .....

Nom et Prénom : .....

Signature.

Représentant du CHFLC

Signature

**Paul BRIERE**  
Ingénieur Biomédical