

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
1		MICROCATHETER 2,8F / 2,6F 135 CM ET 2,9F / 2,1F 150 CM Notice technique: H6022314			
1	1	. Annexe technique: . INDICATION : désobstruction chronique coronaire Le cathéter permet d'aborder les branches épicaudiques ***** H6022314 – ADBAF Code(s) interne(s) CHU : 962280 / 995475 *****	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			1	5	0
2		CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET Notice technique: H6022314			
2	1	NON COMPLIANT MONORAIL Annexe technique: . Tailles : – Diamètres 4,5mm et 5mm / longueur 20mm – Diamètres 5,5mm et 6mm / longueurs 8, 12 et 15mm ***** H6022314 – ADAAA Code(s) interne(s) CHU : 963345 / 963346 / 963347 / 963517 / 963518 / 963519 / 964768 / 964769	Unité	50	0
Total des quantités du lot n°			2	50	0
3		CATHETER CORONAIRE A BALLONNET COAXIAL (OTW) COMPATIBLE GUIDE 0,014 Notice technique: H6022314			
3	1	– Annexe technique: . Ballonnet semi compliant tous diamètres à partir de 1.5mm et longueurs à partir de 8mm ***** H6022314 – ADAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	100	0
Total des quantités du lot n°			3	100	0
4		CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE BALLONNET ACTIF A ELUTION DE PACLITAXEL Notice technique: H6022616			
4	1	. Annexe technique: Indication : artériopathie oblitérante des membres inférieurs Préciser le code LPP ***** H6022616 – ADADA Code(s) interne(s) CHU : 952325 / 952328 / 952329 / 952330 / 952331 / 952332 / 952333 / 952334 / 952336 / 952337 / 952338 / 952432 / 952433 / 952436 / 981047 / 981048 / 981049 / 981050 / 981051 / 981052 / 981053 / 981054	Unité	110	0
Total des quantités du lot n°			4	110	0
5		CATHETER DE DILATATION PERIPHERIQUE BALLONNET ACTIF A ELUTION DE PACLITAXEL			

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
5	1	<p>LONGUEUR DU CATHETER PORTEUR 40 CM Annexe technique: Diamètres du ballon 4 à 12 mm</p> <p>Longueur du ballon 40 à 80 mm</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>Indications : traitement des lésions sténotiques, de novo et de réintervention (non stentées), de fistules artérioveineuses d'une longueur maximale de 10 cm, chez les patients hémodialysés.</p> <p>*****</p> <p>H6022616 – ADADA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			5	5	0
6	CATHETER DILATATION PERIPHERIQUE BALLONNET				
6	1	<p>MICROCHIRURGICAL Annexe technique: Toutes tailles dont diamètres 5, 6 et 7mm, longueur 20mm, longueur du cathéter porteur 90 cm</p> <p>Indications : angioplastie transluminale percutanée de lésions obstructives dans les voies périphériques et les fistules artérioveineuses.</p> <p>*****</p> <p>H6022314 – ADAAE Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	10	0
Total des quantités du lot n°			6	10	0
7	EXTENSION DE CATHETER GUIDE A ECHANGE RAPIDE "MOTHER AND CHILD" Notice technique: H6022314				
7	1	<p>6 A 8F Annexe technique: . – Longueur de segment de cathéter guide de 25 à 40 cm</p> <p>– Extension apportant un support supplémentaire au cathéter guide coronaire dans les CTO</p> <p>– Marqueur radio opaque à l'extrémité distale</p> <p>*****</p> <p>H6022314 – ADBAF Code(s) interne(s) CHU : 995478 / 995485 *****</p>	Unité	150	0
Total des quantités du lot n°			7	150	0
8	CATHETER THROMBOASPIRATION VOIES CORONAIRES Notice technique: H602234				
8	1	<p>CATHETER MONORAIL A ECHANGE RAPIDE Annexe technique: . Toutes tailles dont 6F et 7F Longueur approchée 140cm Présenté avec le(s) accessoire(s) de pose</p> <p>Indications : Extraction d'embols et de thrombus récents et mous dans les vaisseaux coronaires.</p> <p>*****</p> <p>H602234 – YABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962224 / 962225</p>	Unité	80	0
Total des quantités du lot n°			8	80	0
9	CATHETER POUR ECHOGRAPHIE ENDOCORONAIRE Notice technique: H6022314				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
9	1	TOUTES TAILLES Annexe technique: . COMPATIBLE GUIDE 0.014 ***** H6022314 – ADBCA Code interne CHU : 963333 / 964875 / 992910	Unité	300	0
9	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Echographe compatible avec les baies de cathétérisme fournisseur General Electric Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. – CHUSE : 2	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			9	302	0
10	INTRODUCTEUR A VALVE CATHETER 6F A 9F Notice technique: H602234				
10	1	LONGUEUR APPROCHEE DE LA GAINÉ 23CM Annexe technique: . ***** H602234 – AEABA Code(s) informatique(s) CHU :	Unité	580	3
Total des quantités du lot n°			10	580	3
11	CATHETER A BALLONNET POUR HYSTEROSALPINGOGRAPHIE Notice technique: H602234				
11	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 5F ET 7F Annexe technique: . Ballonnet sans latex ***** H602234 – AGAEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962157	Unité	6	0
Total des quantités du lot n°			11	6	0
12	CATHETER ANGIOGRAPHIE CARDIAQUE ARME Notice technique: H602234				
12	1	4F A 6F ABORD FEMORAL Annexe technique: . PRESENTATION UN CATHETER ARME TOUTES COURBURES ET LONGUEURS Y COMPRIS PIGTAIL ***** H602234 – AGAAA Code(s) informatique(s) CHU :	Unité	2 700	3
Total des quantités du lot n°			12	2 700	3
13	SYSTEME PERCUTANE RESORBABLE DE FERMETURE ARTERIELLE FEMORALE Notice technique: H6022314				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
13	1	<p>HEMOSTASE DU POINT DE PONCTION ARTERIEL Annexe technique: .</p> <p>TOUTES DIMENSIONS DONT 6F / 7F ET 8F</p> <p>L'OFFRE COMPREND L'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA POSE DU SYSTEME DE FERMETURE</p> <p>- Tous les composants du système doivent être résorbables</p> <p>***** H6022314 - ADJAA Code(s) interne(s) CHU : 960808 / 992483 / 995489 *****</p>	Unité	840	0
Total des quantités du lot n°			13	840	0
14	INJECTEUR SCANNER A POCHE FLOWSENS (GUERBET) POUR PRODUIT DE CONTRASTE + SERUM PHYSIOLOGIQUE Notice technique: H602234				
14	1	<p>RACCORD PATIENT USAGE UNIQUE POUR ADMINISTRATION MULTIPATIENT Annexe technique: ***** H602234 - AAVEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964590</p>	Unité	24 000	3
14	2	<p>SET JOURNALIER POUR ADMINISTRATION MULTIPATIENT Annexe technique: Le fournisseur précise le délai maximal d'utilisation. ***** H602234 - AAVEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964571 / 964585</p>	Unité	1 200	3
14	3	<p>COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot. Le fournisseur propose les consommables facultatifs (système monopatient). ***** H602234 - AAVEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 994955 / 994956 / 994794 / 994795</p>	Unité	0	0
14	4	<p>MISE A DISPOSITION D'UN INJECTEUR FLOWSENS Annexe technique: Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et à une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 5 injecteurs mobiles Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire : - Le fournisseur fait aussi une offre pour 4 injecteurs fixés au plafond et un mobile - Le fournisseur fait une proposition pour la fourniture et l'installation de la serrurerie et des bras pour fixer les 4 injecteurs au plafond Modèle des 4 scanners Siemens CHUSE : CONFIDENCE20 / SOMATOM FORCE / SOMATOM GO TOP - CPQ-379740-0 / SOMATOM X-CITE-CPQ-379735-0</p>	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			14	25 205	6
15	INJECTEUR SCANNER POUR PRODUIT DE CONTRASTE + SERUM PHYSIOLOGIQUE				
15	1	<p>RACCORD PATIENT USAGE UNIQUE POUR ADMINISTRATION MULTIPATIENT Annexe technique: ***** H602234 - AAVEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	24 000	3

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
15	2	<p>SET JOURNALIER POUR ADMINISTRATION MULTIPATIENT Annexe technique: Le fournisseur précise le délai maximal d'utilisation.</p> <p>*****</p> <p>H602234 – AAVEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	1 200	3
15	3	<p>COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.</p> <p>Le fournisseur propose les consommables facultatifs (système monopatient).</p> <p>*****</p> <p>H602234 – AAVEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	0	0
15	4	<p>MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: Le fournisseur fait une proposition pour l'achat et/ou la location et/ou la mise à disposition de l'équipement médical.</p> <p>Le fournisseur précise pour l'achat et la location de l'équipement les conditions de maintenance préventive et curative.</p> <p>Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et à une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical :</p> <p>Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 5 injecteurs mobiles</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire : – Le fournisseur fait aussi une offre pour 4 injecteurs fixés au plafond et un mobile – Le fournisseur fait une proposition pour la fourniture et l'installation de la serrurerie et des bras pour fixer les 4 injecteurs au plafond</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur précise s'il dispose d'injecteurs interopérables avec les modèles de scanners en place au CHUSE : Le fournisseur détaille dans son offre les fonctionnalités interopérables et précise les conditions commerciales.</p> <p>Modèle des 4 scanners Siemens CHUSE : CONFIDENCE20 / SOMATOM FORCE / SOMATOM GO TOP – CPQ-379740-0 / SOMATOM X-CITE-CPQ-379735-0</p>	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			15	25 205	6
16	INJECTEUR CORONAROGRAPHIE POUR PRODUIT DE CONTRASTE + SERUM PHYSIOLOGIQUE				
16	1	<p>KIT D'INJECTION PATIENT USAGE UNIQUE Annexe technique: Comprenant : – 1 collecteur automatisé de soluté physiologique – 1 tête de pression</p> <p>ou autre configuration</p> <p>*****</p> <p>H602234 – AAVEB Code(s) informatique(s) CHU :</p>	Unité	4 800	3

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
16	2	KIT COMMANDE USAGE UNIQUE Annexe technique: Pour contrôle du débit variable de l'injection du produit de contraste ou autre configuration ***** H602234 – AAVEB Code(s) informatique(s) CHU :	Unité	4 800	3
16	3	KIT SERINGUE MULTIUSAGE Annexe technique: Pour produit de contraste ou autre configuration ***** H602234 – AAVEB Code(s) informatique(s) CHU :	Unité	1 000	3
16	4	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: Le fournisseur propose une offre pour l'achat de l'équipement médical et/ou la location et/ou la mise à disposition (MAD) de cet équipement. Pour l'offre achat : le fournisseur fait une proposition pour la maintenance tous risques (préventive et curative) et la fourniture des pièces détachées Pour l'offre MAD : le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance tous risques (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : - 2 injecteurs - 2 chariots	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			16	10 602	9
17	CIMENT RADIOOPAQUE POUR VERTEBROPLASTIE Notice technique: H6022680 H602234				
17	1	HAUTE VISCOSITE Annexe technique: . INDICATION : Fixation de fractures pathologiques du corps vertébral ***** H6022680 – AHHAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 996605	Unité	125	0
17	2	VISCOSITE NORMALE Annexe technique: . INDICATION : Fixation de fractures pathologiques du corps vertébral ***** H6022680 – AHHAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 996707	Unité	125	0
17	3	MELANGEUR – INJECTEUR POUR VERTEBROPLASTIE Annexe technique: . Patient unique ***** H602234 – AHHAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 996604	Unité	30	0
Total des quantités du lot n°			17	280	0
18	SYSTÈME DE CYPHOPLASTIE PAR BALLONNETS				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
18	1	KIT FRACTURE Annexe technique: Comprenant : – aiguille d'accès – ostéo introducteur pour accéder au corps vertébral – ballonnets – seringue de gonflage – dispositif d'injection de ciment osseux Indications : traitement des fractures vertébrales symptomatiques non consolidées d'origine traumatique. Préciser le code LPP ***** H6022612 – AHHAC Code(s) informatique(s) au CHU : 994679 / 994680	Unité	3	0
18	2	CIMENT DE VERTEBROPLASTIE Annexe technique: ***** H6022612 – AHHAC Code(s) informatique(s) au CHU : 985542	Unité	3	0
18	3	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot. ***** H6022612 – AHHAC Code(s) informatique(s) au CHU :	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			18	6	0
19	DISPOSITIF DE RADIO-EMBOISATION POUR CURIETHERAPIE Code LPPR : 3452694 Notice technique: H6022440				
19	1	SIR-SPHERES Annexe technique: . Microsphères en résine, biocompatibles, de diamètre compris entre 20 et 60 microns et contenant de l'yttrium-90 LPP 3452694 technique de radiothérapie sélective interne (SIRT) INDICATION : – Métastases hépatiques du cancer colorectal en échappement thérapeutique – Traitement palliatif des carcinomes hépatocellulaires, de stade BCLC B/C, sans occlusion complète du tronc porte ***** H6022610 – H6022228 Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 978423 / 991899	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			19	5	0
20	DISPOSITIF DE RADIOTHERAPIE SELECTIVE INTERNE Code LPPR : 3452926 Notice technique: H6022440				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
20	1	<p>THERASPHERE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Microsphères en verre, biocompatibles, de diamètre compris entre 20 et 30 microns et contenant de l'yttrium-90</p> <p>LPP 3452926</p> <p>technique de radiothérapie sélective interne (SIRT)</p> <p>INDICATION</p> <p>Traitement palliatif des carcinomes hépatocellulaires, de stade BCLC B/C, avec thrombose portale, chez des patients ayant un état général conservé (score ECOG O-1), une fonction hépatique préservée (Child-Pugh A ou B) et non éligibles ou en échec au sorafénib.</p> <p>Métastases hépatiques du cancer colorectal en échappement thérapeutique.</p> <p>Première ligne de traitement palliatif des cholangiocarcinomes intrahépatiques (CCi) naïfs, non résécables au diagnostic ou lors d'une récurrence après résection, avec ou sans association à une chimiothérapie.</p> <p>*****</p> <p>H6022610 - H6022228 AHEBB</p> <p>code(s) informatique(s) CHU : 991489 / 991896</p> <p>*****</p>	Unité	25	0
Total des quantités du lot n°			20	25	0
21	SYSTEME DE DRAINAGE DE L'HUMEUR AQUEUSE Notice technique: H6022680				
21	1	<p>. Annexe technique: .</p> <p>COMPOSITION : Implant en polymère flexible et biocompatible disposant d'ailettes afin d'éviter la migration dans la chambre antérieure de l'œil.</p> <p>DIMENSIONS APPROCHEES : 8.5mm de longueur, diamètre externe 0.35mm, diamètre interne 70µm</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>INDICATION : Glaucome primitif à angle ouvert de stade modéré à sévère lorsque la pression intraoculaire reste incontrôlable sous traitement médical maximal toléré et/ou que la progression du glaucome exige une intervention chirurgicale</p> <p>*****</p> <p>H6022610 - NCDAB</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 991686</p>	Unité	31	0
Total des quantités du lot n°			21	31	0
22	MICROSPIRES D'EMBOLISATION D'ANEVRISME ARTERIEL Code LPPR : 3157914 Notice technique: H6022610 H6022680				
22	1	<p>A DETACHEMENT CONTROLE FORME SIMPLE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>SPIRE REVETUE D'UN POLYMERE HYDROGEL ET SPIRE "NUE"</p> <p>LPP GENERIQUE 3157914</p> <p>INDICATION : OCCLUSION DES ARTERES NEUROLOGIQUES</p> <p>*****</p> <p>H6022610 - AHEDA</p> <p>Code(s) interne(s) CHU : 954478 / 959650 / 959651 / 959657</p> <p>*****</p>	Unité	10	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
22	2	A DETACHEMENT CONTROLE FORME COMPLEXE Annexe technique: . SPIRE REVETUE D'UN POLYMERE HYDROGEL ET SPIRE "NUE" LPP GENERIQUE 3120578 INDICATION : OCCLUSION DES ARTERES NEUROLOGIQUES ***** H6022610 – AHEDA Code(s) interne(s) CHU : 959494 / 956495 / 956496 / 956499 / 956500 / 956501 / 956502 / 956503 / 959643 / 959644 / 959645 / 978718 / 978719 / 978720 / 978721 / 978722 / 978723 / 978724 / 978725 / 986662 / 986664 / 986665 / 986666 / 986668 / 986669 / 986671 / 986672 / 986680 *****	Unité	50	0
22	3	SYSTEME POUR DETACHEMENT Annexe technique: . ***** H6022680 – AHEDB Code(s) interne(s) CHU : 955543 *****	Unité	25	0
Total des quantités du lot n°			22	85	0
23	MICROSPIRES D'EMBOLISATION D'ANEVRISME ARTERIEL Notice technique: H6022610				
23	1	A DETACHEMENT ELECTRIQUE FORME SIMPLE Annexe technique: . LPP GENERIQUE 3162217 TOUS DIAMETRES, TOUTES LONGUEURS Poussoir de souplesse progressive Résistance à l'étirement de l'implant par système de filament polymère Indication : occlusion des artères neurologiques ***** H6022610 – AHECA code(s) interne(s) informatiques(s) : 995668 / 995669 / 995670 / 995671 / 995672 / 995673 / 995674 / 995675 / 995676 / 995677 / 995678 / 995679 / 995680 / 995681 / 995682 / 995683 / 995684 / 995687 / 995688 / 995689 / 995690 / 995691 / 995692 / 995693 / 995694 / 995695 / 995696 / 995697 / 995698 / 995699 / 995700	Unité	15	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
23	2	<p>A DETACHEMENT ELECTRIQUE FORME COMPLEXE Annexe technique: . LPP GENERIQUE 3121661</p> <p>TOUS DIAMETRES, TOUTES LONGUEURS</p> <p>Poussoir de souplesse progressive</p> <p>Résistance à l'étirement de l'implant par système de filament polymère</p> <p>Indication : occlusion des artères neurologiques</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – AHECA code(s) interne(s) informatiques(s) : 977325 / 977326 / 977327 / 977328 / 977339 / 991711 / 991712 / 991730 / 991731 / 991732 / 991733 / 991734 / 991735 / 995622 / 995623 / 995624 / 995625 / 995626 / 995627 / 995628 / 995629 / 995630 / 995631 / 995636 / 995637 / 995638 / 995639 / 995640 / 995641 / 994642 / 995644 / 995645 / 995646 / 995647 / 995648 / 995649 / 995650 / 995651 / 995652 / 995653 / 995654 / 995655 / 995656 / 995657 / 995658 / 995659 / 995660 / 995661 / 995662 / 995663 / 995664 / 995665 / 995666 / 995667</p>	Unité	80	0
23	3	<p>SYSTEME POUR DETACHEMENT Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – AHECA code(s) interne(s) informatiques(s) : 995701</p>	Unité	30	0

Total des quantités du lot n° 23 125 0

24	ENDOPROTHESE INTRACRANIENNE Notice technique: H602234				
24	1	<p>NITINOL AUTOEXPANSIBLE TOUTES TAILLES Annexe technique: . STRUCTURE A CELLULE FERMEE</p> <p>Avec système de mise en place</p> <p>INDICATION : aide à l'occlusion endovasculaire, par confinement de micro spires à libération contrôlée, d'anévrismes intracrâniens, rompus ou non rompus, à collet large (fusiformes, sacciformes ou disséquants) pour lesquels le traitement endovasculaire simple (micro spires seules) ou assisté par ballon est impossible</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – ADGCC Code(s) interne(s) CHU : 952446 / 952447 / 952448 / 952449 / 952450 / 955312 / 955472 / 955697 / 955699 / 955700</p> <p>H602234 – AHABA Code(s) interne(s) CHU : 994311 / 999188</p> <p>*****</p>	Unité	4	0

Total des quantités du lot n° 24 4 0

25	ENDOPROTHESE EMBOLISATION ARTERE DEVIATEUR DE FLUX SANGUIN INTRACRANIE Notice technique: H6022610				
----	---	--	--	--	--

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
25	1	<p>AUTO EXPANSIBLE A LARGAGE CONTROLE Annexe technique: . Endoprothèse en nitinol Toutes dimensions dont diamètres 2,25 mm à 3,25 mm, longueurs 10 à 25 mm. Pouvant être utilisée avec des micro cathéters de 0.017 INCH Présentée avec système d'insertion composé d'un guide d'insertion et d'un introducteur</p> <p>Préciser les codes LPP</p> <p>Indications: Prise en charge des anévrismes intracrâniens non rompus avec un risque de rupture spontanée supérieur au risque de la procédure et inaccessibles aux thérapeutiques actuelles ou traitement chirurgical.</p> <p>***** H6022610 – ADGCC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 977618 / 991575 / 991576 / 991577 / 991578 / 991579 / 991580 / 991581 / 991582 / 991583 / 991584 / 991585 / 995983 / 995984 / 997024 / 997025 / 997026 / *****</p>	Unité	10	0
25	2	<p>AUTO EXPANSIBLE A LARGAGE CONTROLE Annexe technique: . Endoprothèse en nitinol Toutes dimensions dont 3.5 mm à 4.75 mm, longueurs 15 à 30 mm. Présentée avec système d'insertion composé d'un guide d'insertion et d'un introducteur</p> <p>Préciser les codes LPP</p> <p>Indications: Prise en charge des anévrismes intracrâniens non rompus avec un risque de rupture spontanée supérieur au risque de la procédure et inaccessibles aux thérapeutiques actuelles ou traitement chirurgical.</p> <p>***** H6022610 – ADGCC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			25	12	0
26	MICROCATHETER 1.2F FLUX DEPENDANT A SOUPLESSE PROGRESSIVE LONGUEUR 165 CM Notice technique: H602234				
26	1	<p>. Annexe technique: . CATHETER RADIOOPAQUE AVEC BAGUE EN PLATINE A L'EXTREMITÉ DISTALE</p> <p>INDICATION : MAV neuroradiologie</p> <p>***** H602234 – AHABB Code(s) interne(s) CHU : 994079 *****</p>	Unité	20	0
Total des quantités du lot n°			26	20	0
27	MICROGUIDE DIAMETRE EXTERNE .014" PARTIE PROXIMALE / .012" PARTIE DISTALE Notice technique: H602234				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
27	1	<p>LONGUEUR 200 CM Annexe technique: . EXTREMITE RADIOOPAQUE SUR 3 ET 6 CM</p> <p>LA PARTIE PROXIMALE EST EN ACIER INOXYDABLE</p> <p>LA PARTIE DISTALE EST EN NITINOL AVEC : - REVETEMENT HYDROPHILE - SEGMENT DISTAL DE 14 MM MALLEABLE</p> <p>INDICATION : Neuroradiologie interventionnelle</p> <p>***** H602234 – AHDA Code(s) interne(s) CHU : 994703 / 994705 *****</p>	Unité	60	0
27	2	<p>EXTENSION DIAMETRE 0.014 – LONGUEUR 115 CM Annexe technique: .</p> <p>***** H602234 – AHDA Code(s) interne(s) CHU : 994704</p>	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			27	65	0
28	MICROGUIDE DIAMETRE EXTERNE .007" ET .008" LONGUEUR 210 CM ET 220 CM Notice technique: H602234				
28	1	<p>. Annexe technique: . GUIDE DROIT ET J</p> <p>LA PARTIE PROXIMALE EST EN ACIER INOXYDABLE</p> <p>LA PARTIE DISTALE EST EN NITINOL AVEC REVETEMENT HYDROPHILE</p> <p>***** H602234 – AHDA Code(s) interne(s) CHU : 964910 / 994080 / 994716 *****</p>	Unité	30	0
Total des quantités du lot n°			28	30	0
29	MICROGUIDE DIAMETRE 0.012 / 0.014 ET 0.016 LONGUEUR 200 CM Notice technique: H602234				
29	1	<p>. Annexe technique: . REJETEMENT HYDROPHILE</p> <p>- Flexibilité distale sur 25 et 35 cm - Angulation en J et double angulation 90 et 150° - Guide en nitinol avec marqueur radio opaque</p> <p>INDICATION : Neuroradiologie interventionnelle</p> <p>***** H602234 – AHDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960869 / 961955 / 961956</p>	Unité	120	0
Total des quantités du lot n°			29	120	0
30	CATHETER GUIDE ARME Notice technique: H602234				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
30	1	CATHETER GUIDE COMPLIANT 5F LONGUEUR 130CM Annexe technique: . FORME HEADHUNTER – SIMMONS – BERENSTEIN SOUPLESSE DISTALE REVETEMENT HYDROPHILE A L'EXTREMITÉ DISTALE INDICATION : neuroradiologie pour accès difficile et tortueux ***** H602234 – AHABA Code(s) interne(s) CHU : 961088 / 994943.	Unité	130	0
30	2	CATHETER GUIDE COMPLIANT Annexe technique: . – 6F Diamètre interne 088" droit longueurs 80 et 90 cm – souplesse distale 4 cm – présenté avec valve hémostatique et dilateur ***** H602234 – AHABA Code(s) interne(s) CHU : 994778 / 994729	Unité	160	0
			Total des quantités du lot n°	30	
				290	0
31	IMPLANT D'EMBOISATION LIQUIDE Notice technique: H6022680				
31	1	. Annexe technique: . COMPOSITION : – EVOH : ETHYLENE VINYL – DMSO : DIMETHYL SULFOXYDE – POUDRE DE TANTALE TROIS NIVEAUX DE VISCOSITE : 12, 18 ET 34 FOIS PLUS VISQUEUX QUE L'EAU INDICATION : embolisation de lésions au niveau du système vasculaire central et périphérique y compris les malformations artério veineuses et les tumeurs hypervascularisées ***** H6022610 – AHEIA code(s) informatique(s) CHU : 952087 / 995618	Unité	10	0
			Total des quantités du lot n°	31	
				10	0
32	CATHETER A BALLONNET POUR OCCLUSION TEMPORAIRE Notice technique: H602234				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
32	1	<p>DOUBLE LUMIERE Annexe technique: .</p> <p>Cathéter à ballonnet coaxial comprenant une lumière interne pour le passage d'un guide intravasculaire et une lumière externe pour le gonflage et le dégonflage du ballonnet</p> <p>Cathéter longueur 160 cm disponible en deux diamètres internes pour la lumière principale :</p> <p>– diamètre 0,41 mm (.017") longueur extrémité distale 3 et 7 mm Ballonnet diamètre 6 mm longueur 7/9/12/15 et 20 mm</p> <p>– diamètre 0,60 mm (.024") longueur extrémité distale 12 mm Ballonnet diamètre 6 mm longueur 20 mm</p> <p>INDICATIONS : Occlusion temporaire, contrôle du flux sanguins, vasospasmes neuroradiologie</p> <p>***** H602234 – ADHAA Code(s) interne(s) CHU : 962652 / 999191 / 999192 *****</p>	Unité	25	0
Total des quantités du lot n°			32	25	0
33	IMPLANT EXOVASCULAIRE DE LIGATURE INTERNE POUR ANEVRIзме Notice technique: H6022680				
33	1	<p>VASCULAIRE CEREBRAL DE TYPE "PINCE" Annexe technique: .</p> <p>– CLIPS DE YASARGIL STERILES PERMANENTS</p> <p>– Préciser la compatibilité IRM</p> <p>***** H6022680 – UDDAA Code(s) interne(s) CHU : 949549 / 949551 / 949552 / 949553 / 949559 / 949557 / 949560 / 949561 / 949562 / 949563 / 949564 / 949565 / 949566 / 949567 / 949568 / 949569 / 949570 / 949571 / 949572 / 949573 / 949574 / 949668 / 949670 / 953139 / 953247 / 954237 / 959710 / 978353 / 998838 / 998839 / 998840 / 998841 / 998842 / 998843 / 998846 / 998847 / 998848 / 998849 / 998850 *****</p>	Unité	30	0
33	2	<p>VASCULAIRE CEREBRAL DE TYPE "PINCE" Annexe technique: .</p> <p>– CLIPS DE YASARGIL STERILES TEMPORAIRES</p> <p>– Préciser la compatibilité IRM</p> <p>***** H6022680 – UDDBA Code(s) interne(s) CHU : 949535 / 949536 / 949537 / 953988 / 956654 / 998835 / 998836 / 998837 / 998844 / 998845 *****</p>	Unité	3	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
33	3	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			33	33	0
34	VALVE HYDROCEPHALIE PEDIATRIE PREREGLEE REGULATION Notice technique: H6022680				
34	1	<p>DEBIT + CATH VENTRICULAIRE ET PERITONEAL</p> <p>Annexe technique: .</p> <ul style="list-style-type: none"> – kit complet pour dérivation ventriculo péritonéale à débit freiné en orthostatisme – Valve de dimensions réduites avec mécanisme antisiphon pour un drainage régulier quelle que soit la position du patient – Compatibilité IRM – Accès par télémetrie à une mesure de pression intra crânienne <p>*****</p> <p>H6022680 – UDEAB</p> <p>Code(s) Informatique(s) CHU : 952349 / 952228 / 952350</p> <p>*****</p>	Unité	5	0
34	2	<p>CONNECTEUR ADAPTE POUR LES VALVES</p> <p>Annexe technique: Droit ou Y</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – UDEAB</p> <p>Code(s) Informatique(s) CHU : 952364 / 952363</p>	Unité	10	0
34	3	<p>COMPLEMENT GAMME : CATHETER, ACCESSOIRES DE POSE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – UDEAB</p> <p>Code(s) Informatique(s) CHU : 952363 / 952364</p> <p>*****</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			34	15	0
35	IMPLANT CRANIO MAXILLO FACIAL PLAQUE ALVEOLEE DE SURFACAGE Code LPPR : 3148306 Notice technique: H6022610				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
35	1	<p>SURFACE INFERIEURE OU EGALE A 4 CM² Annexe technique: .</p> <p>MATERIAU POLYETHYLENE POREUX BIO COMPATIBLE</p> <p>DIMENSIONS 20 X 20 MM AVEC UNE LANGUETTE</p> <p>DECOUPABLE</p> <p>INDICATION : REPARATION DU PLANCHER SELLAIRE SUITE A DES INTERVENTIONS TRANSPHENOIDALES</p> <p>LPP GENERIQUE ATTENDU : 3148306</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDJAA Code(s) interne(s) CHU : 959675 *****</p>	Unité	60	0
Total des quantités du lot n°			35	60	0
36	STIMULATION CEREbraLE PROFONDE Notice technique: H6022610 H6022680				
36	1	<p>NEUROSTIMULATEUR Annexe technique: .</p> <p>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose, propose un neurostimulateur rechargeable.</p> <p>Le fournisseur précise les codes LPP.</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDHEA Code(s) interne(s) CHU : FOURN 2 : 977528 / 981069 / 986221 Code(s) interne(s) CHU : FOURN 1 : 995553 *****</p>	Unité	12	0
36	2	<p>ELECTRODE Annexe technique: . Le fournisseur précise les codes LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDHEB Code(s) interne(s) CHU : FOURN 2 : 991927 / 991928 Code(s) interne(s) CHU : FOURN 1 : 995551 *****</p>	Unité	12	0
36	3	<p>EXTENSION Annexe technique: . Le fournisseur précise les codes LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – H6022680 – UDHEC Code(s) interne(s) CHU : FOURN 2 : 986224 / 986225 Code(s) interne(s) CHU : FOURN 1 : 995554 *****</p>	Unité	12	0
36	4	<p>TELECOMMANDE Annexe technique: . Le fournisseur précise les codes LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDHEC Code(s) interne(s) CHU : FOURN 2 : 977577 / 981070 Code(s) interne(s) CHU : FOURN 1 : 979390</p>	Unité	10	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
36	5	<p>CONSOMMABLES STERILES POUR 1 INTERVENTION Annexe technique: . FOURNITURE A TITRE GRACIEUX DES ACCESSOIRES (adaptateurs, tunnelisateur ...)</p> <p>Le fournisseur précise les consommables stériles à usage unique pour une intervention : pour chaque consommable, il indique la quantité nécessaire par intervention et note dans son offre le coût global en consommables par intervention. Il indique les conditions commerciales de fourniture de chaque consommable.</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – UDHEC – UDHED Code(s) interne(s) CHU : FOURN 2 : 952370 / 986236 / 995513 / 999316 / 999622 Code(s) interne(s) CHU : FOURN 1 : 906951 / 995547 / 995548 / 995549 / 995550 / 995619 / 998748</p> <p>ACCESSOIRES : Code(s) interne(s) CHU : FOURN 2 : 981071 / 991922 / 991987 / 991988 *****</p>	Unité	0	0
36	6	<p>MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . TABLETTES DE PROGRAMMATION</p> <p>Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical :</p> <p>Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p> <p>–CHUSE : 3</p>	Unité	3	0
Total des quantités du lot n°			36	49	0
37	<p>CHIRURGIE DU RACHIS Code LPPR : 3185394 Notice technique: H6022610</p>				
37	1	<p>CAGE INTERSOMATIQUE LOMBAIRE VERROUILLAGE PAR VIS STERILE Annexe technique: . IMPLANTS POUR FUSION (ARTHRODESE) INTERSOMATIQUE LOMBAIRE ANTERIEURE (ALIF)</p> <p>LPP générique 3185394</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDBBE Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 990825 / 906954 / 990862 / 999393 / 999394 / 999395 / 999396 / 999397 / 999398 / 999399 / 966331 / 966333 / 999301 / 999302 / 999303 / 999304 / 999305 / 999306 / 999307 / 999308 / 999309</p>	Unité	40	0
37	2	<p>IMPLANT D'ANCRAGE VIS DE BLOCAGE Annexe technique: . EN TITANE</p> <p>LPP générique 3137283</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDBBE Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 990826 / 959943 / 999311 / 999312 / 999313 / 999314 / 966326 / 990863</p>	Unité	120	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
37	3	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot</p> <p>Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent : - CHUSE : 2</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			37	162	0
38	CHIRURGIE DU RACHIS Code LPPR : 3177851 Notice technique: H6022610				
38	1	<p>CAGE INTERSOMATIQUE LOMBAIRE STERILE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>IMPLANT POUR FUSION (ARTHRODESE) INTERSOMATIQUE LOMBAIRE : CAGE A INSERTION ANTEROLATERALE (oblique lumbar interbody Fusion OLIF)</p> <p>LPP générique 3177851</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDBBC</p> <p>Code(s) informatique(s) CHU : 952245 / 952249 / 952460 / 952496 / 952497 / 952498 / 952499 / 952502 / 953659 / 953660 / 953661 / 953662 / 953664 / 953665 / 953666 / 953667 / 953668 / 953669 / 953670 / 953671 / 997306 / 997307 / 997308</p>	Unité	10	0
38	2	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot</p> <p>Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent : - CHUSE : 2</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			38	12	0
39	CHIRURGIE DU RACHIS Code LPPR : 3177851				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
39	1	<p>CAGE FACETTAIRE LOMBAIRE VERROUILLAGE PAR VIS STERILE</p> <p>Annexe technique: Indication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - canal lombaire étroit - syndromes facettaires <p>LPP générique 3177851</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDBBG</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 979246 / 981011 / 981580 / 981584 / 981597 / 981625</p>	Unité	80	0
39	2	<p>IMPLANT D'ANCRAGE VIS DE BLOCAGE</p> <p>Annexe technique: EN TITANE</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – UDBBG</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 981581</p>	Unité	80	0
39	3	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCIILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot</p> <p>Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Nombre ancillaires CHUSE : 2</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			39	162	0

40	IMPLANT DE DISQUE LOMBAIRE Notice technique: H6022610				
40	1	<p>PLATEAU SUPERIEUR TOUTES TAILLES</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur peut proposer un implant monobloc.</p> <p>Préciser les codes LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDBCA</p> <p>Code(s) Informatique(s) CHU : 9981107 / 981108 / 981109 / 981110 / 981111 / 981112 / 978554 / 979391 / 981142</p> <p>*****</p>	Unité	5	0
40	2	<p>PLATEAU INFERIEUR TOUTES TAILLES</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Préciser les codes LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – UDBCA</p> <p>Code(s) produit(s) CHU : 981114 / 981113 / 981115 / 981116 / 981117 / 981118</p> <p>*****</p>	Unité	5	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
40	3	INSERT MOBILE TOUTES TAILLES Annexe technique: . Préciser les codes LPP ***** H6022610 – UDBCA Code(s) produit(s) CHU : 981119 / 981120 / 981121 / 981122 / 981123 / 981124 *****	Unité	5	0
40	4	SYSTEME DE FIXATION Annexe technique: . Préciser les codes LPP ***** H6022610 – UDBCA Code(s) produit(s) CHU : 977975 / 987924 *****	Unité	5	0
40	5	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent	Unité	0	0

Total des quantités du lot n°	40	20	0
-------------------------------	----	----	---

41	IMPLANT ARTICULAIRE DOIGT BIPOLAIRE PROTHESE TOTALE NON METAL + ARTICULATION Code LPPR : 3122583				
41	1	. Annexe technique: . Implant de doigt bipolaire en silicone avec articulation pré angulée à 15° et 30° LPP générique attendu : 3122583 ***** H6022 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	8	0
41	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent : – HDG : 1	Unité	1	0

Total des quantités du lot n°	41	9	0
-------------------------------	----	---	---

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
42		IMPLANT ARTICULAIRE DOIGT METACARPIEN MODULAIRE			
42	1	TIGE TOUTES TAILLES ET LONGUEURS Annexe technique: . LPP générique attendu 3177800 ***** H6022 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	32	0
42	2	CUPULE TOUS DIAMETRES DONT 9 ET 10MM Annexe technique: . LPP générique attendu 3181232 ***** H6022 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	32	0
42	3	EMBASE AVEC TETE + COL Annexe technique: . DONT COL DROIT ET INCLINE LPP générique attendu 3186554 ***** H6022 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	32	0
42	4	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent : – HDG : 1	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			42	98	0
43		IMPLANT ARTICULAIRE DE POIGNET Code LPPR : 3109803			
43	1	IMPLANT RADIAL METALLIQUE OU MIXTE Annexe technique: . Implant comprenant une cupule radiale et un implant fileté (vis radiale) LPP générique attendu 3109803 ***** H6022 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	2	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
43	2	<p>IMPLANT CARPO-METACARPIEN Annexe technique: . AVEC TIGE ET SURFACE ARTICULAIRE</p> <p>Implant carpo-métacarpien comprenant une tête et un implant fileté (vis métacarpienne)</p> <p>LPP générique attendu 3130476</p> <p>*****</p> <p>H6022 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	3	0
43	3	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: .</p> <p>Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent : – HDG : 1</p>	Unité	1	0
Total des quantités du lot n°			43	6	0
44	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE Code LPPR : 3148281				
44	1	<p>TIGE SUR MESURE Annexe technique: Implants faits à partir des mesures du malade.</p> <p>Ils sont réalisés d'après les données du scanographe et/ou de clichés radiologiques du patient dans les cas particuliers suivants : – morphologie atypique (nanisme, gigantisme, dysplasie importante) ; – reconstruction osseuse étendue d'origine tumorale ; – grands fracas osseux (notamment lors de reprises importantes)</p> <p>LPP liste générique 3148281</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – RHAAG Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 995236 / 991725</p>	Unité	5	0
44	2	<p>IMPLANT SUR MESURE POUR RECONSTRUCTION DU BASSIN Annexe technique: Implant sur mesure, pour reconstruction du bassin.</p> <p>Il peut être pris en charge dans les cas particuliers suivants : – morphologie atypique (nanisme, gigantisme, dysplasie importante) ; – reconstruction osseuse étendue d'origine tumorale ; – grand fracas osseux (notamment lors de reprises importantes) ;</p> <p>Les implants sur mesure sont des implants faits à l'unité à partir des mesures du malade. Ils sont réalisés d'après les données du scanographe et/ou des clichés radiologiques du patient.</p> <p>LPP liste générique 3182697</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – RHDMA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	5	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
44	3	<p>COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Dont tête</p> <p>Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – RHCAA – RHCAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 959104 / 955769 / 987768</p>	Unité	0	0
44	4	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot</p> <p>Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire : dépôt</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire.</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			44	10	0

45	ESPACEUR TEMPORAIRE A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022680				
45	1	<p>GENOU TOUTES DIMENSIONS / DIAMETRES Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – REKAA Code(s) interne(s) CHU : 977504 / 977714 / 991634 *****</p>	Unité	33	0
45	2	<p>HANCHE TOUTES DIMENSIONS / DIAMETRES ET PROFILS Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – RHSAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 977716 / 977717 / 977719 / 977720 / 991626 / 977493 / 978259 / 978260 / 978261 /</p>	Unité	28	0
45	3	<p>EPAULE TOUTES DIMENSIONS / DIAMETRES Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – REKAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 979270</p>	Unité	4	0
Total des quantités du lot n°			45	65	0

46	RETEVEMENT ANTIBACTERIEN BIO RESORBABLE Notice technique: H6022680				
46	1	<p>KIT POUR LA PREPARATION ET L'ADMINISTRATION Annexe technique: . SOUS FORME D'HYDROGEL</p> <p>COMPOSITION : acide hyaluronique et acide polylactique</p> <p>Barrière protectrice pour la prévention des infections peri prothétiques en orthopédie</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – REMBA code(s) informatique(s) CHU : 952479</p>	Unité	21	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			46	21	0
47	ANCRAGE LIGAMENTAIRE OU TENDINEUX NON RESORBABLE Code LPPR : 3197753				
47	1	CHIRURGIE DE LA MAIN Annexe technique: . SYSTÈME PRECHARGE AVEC ANCILLAIRE DE PRE PERCAGE A USAGE UNIQUE Ancres tous diamètres dont 1.3 et 1.6mm LPP générique attendu 3197753 Système comprenant une ancre vissée préchargée INDICATION : Chirurgie orthopédique réinsertion de tissus mous aux os de la main ***** H6022 – Code(s) informatique(s) CHU :	Unité	10	0
Total des quantités du lot n°			47	10	0
48	IMPLANT TENDINEUX, PROTHETIQUE OU DE RENFORT, TEXTILE POUR RUPTURE DE LA COIFFE DES ROTATEURS Code LPPR : 3190857 Notice technique: H6022610				
48	1	ANCRE RESORBABLE PRECHARGE Annexe technique: . AVEC SUTURES NON RESORBABLES : FIL ET BANDELETTE LPP générique attendu 3190857 et 3124240 ***** H6022610 – REIAA Code(s) interne(s) CHU : 952016 / 952017 / 986989 / 981195 *****	Unité	257	0
48	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent – CHUSE : 1 ***** H6022610 – REIAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	4	0
Total des quantités du lot n°			48	261	0
49	KIT CARTOUCHE A CIMENT COMPATIBLE AVEC LE PISTOLET STRYKER MODELE 0 206 600 000 Notice technique: H6022680				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
49	1	<p>Annexe technique: .</p> <p>composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cartouche à ciment de 180 g - 1 entonnoir - 1 embout fémoral détachable <p>INDICATION : CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – RIAAB</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 952090</p>	Unité	52	1
Total des quantités du lot n°			49	52	1
50	IMPLANT ARTICULAIRE DE CHEVILLE PATEAU MOBILE Notice technique: H6022680 - H6022682				
50	1	<p>IMPLANT TIBIAL AVEC QUILLE TIBIALE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Implant non cimenté</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – RNAAA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 977791 / 978009 / 978210 / 978378 / 978728 / 978850 / 979574 / 979634 / 979809 / 980915 /</p>	Unité	5	0
50	2	<p>IMPLANT ASTRAGALIEN</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Implant non cimenté</p> <p>Prestation supplémentaire éventuelle facultative : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose également une gamme d'implant avec quille d'ancrage</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – RNAAA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 977790 / 978211 / 978253 / 978380 / 978729 / 978849 / 979573</p>	Unité	5	0
50	3	<p>IMPLANT INTERMEDIAIRE MOBILE : INSERT POLYETHYLENE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Préciser les codes LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – RNAAA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 977792 / 978010 / 978212 / 978254 / 978379 / 978730 / 978851 / 978761 / 979575 / 980914 / 980945</p>	Unité	5	0
50	4	<p>GUIDE DE COUPE PERSONNALISE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Réalisation de guide de coupe personnalisé à patient unique</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – RNAAA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 978727 / 979576 / 979631 / 980916 / 977795 / 978008 / 978209 / 978252 / 978377 / 978760 / 978848 / 978772 / 980944 /</p>	Unité	5	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
50	5	<p>LAME DE SCIE, BROCHE, FORET, ALESOIR TALAIRE...</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROHBP</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 996000 / 997496</p> <p>*****</p> <p>H6022258 – RNAAA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 977793 / 980913</p>	Unité	0	0
50	6	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			50	20	0
51	LIGAMENT ARTICULAIRE ARTIFICIEL - SYSTEME DE FIXATION OU SERTISSAGE Notice technique: H6022610				
51	1	<p>AGRAFES LIGAMENTAIRES STERILES</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>AVEC ET/OU SANS DENTS</p> <p>LPP générique attendu 3183633</p> <p>DIMENSIONS APPROCHEES :</p> <p>6x20 – 8x20 – 11x20 – 16x20 mm</p> <p>6x15 – 8x15 – 11x15 – 16x15 mm</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – REJAA</p> <p>codes informatiques CHU: 995609 / 995748 / 995749 / 995750</p>	Unité	110	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
51	2	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p> <p>– CHUSE : 1</p>	Unité	3	0
Total des quantités du lot n°			51	113	0
52	SYSTÈME DE CLIP PERCUTANE POUR VALVE TRICUSPIDE Notice technique: H6022610 H6022680 H6022258				
52	1	<p>SYSTEME DE MISE EN PLACE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>ASSOCIANT LE CLIP EN ALLIAGE DE NICKEL TITANE RECOUVERT DE POLYESTER, UN MANCHON ORIENTABLE ET UN CATHETER DE LARGAGE</p> <p>Réparation par voie percutanée de la valve tricuspide par rapprochement des feuillets de la valve</p> <p>INDICATION : patient présentant une contre indication chirurgicale avec insuffisance tricuspide sévère</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – OKAAL</p> <p>code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 980897 / 980898 / 980900 / 980901</p>	Unité	10	0
52	2	<p>CATHETER GUIDE ORIENTABLE AVEC DILATATEUR</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Cathéter guide orientable compatible avec le système de pose</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – OKAAM</p> <p>code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 980899</p>	Unité	10	0
52	3	<p>ACCESSOIRE DE POSE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur met à disposition à titre gracieux l'ensemble des accessoires nécessaires à la pose (stabilisateur, support élévateur, plateau de soutien etc...)</p> <p>Le fournisseur précise dans son offre si les accessoires sont à usage unique stérile. Dans le cas contraire le fournisseur stipule les méthodes de stérilisation recommandées pour chaque accessoire</p> <p>*****</p> <p>H6022258</p> <p>code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : *****</p>	Unité	15	0
Total des quantités du lot n°			52	35	0
53	VALVE CARDIAQUE DOUBLE AILETTE Notice technique: H6022680				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
53	1	<p>AORTIQUE 17-19-21-23-25-27-29-31 MM Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – OKAAA Code(s) informatique(s) CHU fournisseur 1 : 949338 / 994339 / 994340 / 949341 / 950617 / 950618 / 957966 Code(s) informatique(s) CHU fournisseur 2 : 953855 / 953856 / 953857 / 987936 / 987950 / 987966</p>	Unité	15	0
53	2	<p>MITRALE 19-21-23-25-27-29-31-33-35-37 MM Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – OKAAB Code(s) informatique(s) CHU Fournisseur 1 : 948504 / 948509 / 948510 / 948514 / 948570</p>	Unité	5	0
53	3	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" pendant la durée du marché</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire.</p> <p>*****</p> <p>H6022258 – OKAAG Code(s) informatique(s) CHU : 949708</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			53	20	0
54	IMPLANT VASCULAIRE PONTAGE TRICOTE POLYESTER IMPREGNE COLLAGENE Notice technique: H6022610 H6022680				
54	1	<p>TUBE 40 A 50 CM BIFURQUE Annexe technique: .</p> <p>TOUS DIAMETRES</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – OKBAC Code(s) interne(s) CHU : 977526 / 977483 / 977408 / 977482 / 977527 / 980937 / 981334</p>	Unité	68	0
54	2	<p>TUBE DROIT 30 A 40 CM Annexe technique: .</p> <p>TOUS DIAMETRES</p> <p>*****</p> <p>H6022680 – OKBAA Code(s) interne(s) CHU : 977523 / 977525</p> <p>*****</p>	Unité	21	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
54	3	TUBE DROIT 60 CM Annexe technique: . TOUS DIAMETRES ***** H6022680 – OKBAA Code(s) interne(s) CHU : 977524 / 978933 *****	Unité	10	0
Total des quantités du lot n°			54	99	0
55	IMPLANT VASCULAIRE PONTAGE TISSE POLYESTER IMPREGNE COLLAGENE Notice technique: H6022680				
55	1	TUBE 40 A 50 CM BIFURQUE Annexe technique: TOUS DIAMETRES ***** H6022680 – Code(s) interne(s) CHU :	Unité	2	0
55	2	TUBE DROIT LONGUEUR 15 A 30 CM Annexe technique: . TOUS DIAMETRES ***** H6022680 – OKBAB Code(s) interne(s) CHU : 977906 / 978934 / 991635 / 991636 / 991694 / 991891 / 991892 / 991893 *****	Unité	40	0
55	3	TUBE DROIT LONGUEUR 40 A 60 CM Annexe technique: . TOUS DIAMETRES ***** H6022680 – OKBAB Code(s) interne(s) CHU : 977578 / 978362 / 991692 / 991969 / 977414 / 977415 / 977416 / 977563 / 977725 *****	Unité	10	0
Total des quantités du lot n°			55	52	0
56	IMPLANT VASULAIRE POLYTETRAFLUOROETHYLENE POUR CANULATION PRECOCE EN HEMODIALYSE				
56	1	DIAMETRE DEGRESSIF TOUTES LONGUEURS Annexe technique: Dont 45 cm et diamètre dégressif 7 à 4 mm ***** H6022680 – OKBBA Code interne CHU :	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			56	5	0
57	IMPLANT PERICARDE POLYTETRAFLUORO ETHYLENE Notice technique: H6022680				
57	1	12 x 12 CM EPAISSEUR 0,1 MM Annexe technique: . LE FOURNISSEUR S'IL EN DISPOSE DANS SA GAMME PEUT AUSSI PROPOSER D'AUTRES DIMENSIONS ***** H6022680 – OKADA Code(s) interne(s) CHU : 942111 / 991295 *****	Unité	3	0
Total des quantités du lot n°			57	3	0
58	PATCH CARDIOVASCULAIRE POLYTETRAFLUOROETHYLENE Notice technique: H6022680				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
58	1	Dimensions approchées : 5x7,5cm – 10x10cm – 10x15cm – 15x15cm – Epaisseur 0,6 mm à 0,9 mm minimum Annexe technique: . ***** H6022680 – OKADB Code(s) Informatique(s) CHU : 948231 / 948234 H6022680 – OKADC Code(s) Informatique(s) CHU : 985968 / 985969 *****	Unité	2	0
58	2	Dimensions approchées : 10x10cm – 15x15cm Epaisseur 1,65 mm à 3 mm minimum Annexe technique: . ***** H6022680 – OKADC Code(s) Informatique(s) CHU : 940532 / 940566 / 977753	Unité	61	0
Total des quantités du lot n°			58	63	0
59	TAMPON CARDIOVASCULAIRE FEUTRE (PLEDGET) EN PTFE Notice technique: H6022680				
59	1	DIMENSIONS APPROCHEES 1,65X9,5X4,8 MM Annexe technique: Conditionnés en sachet de 10 – La quantité est exprimée en nombre de sachets de 10 – Le fournisseur propose un prix unitaire pour le sachet de 10 ***** H6022680 – OKADB Code(s) Informatique(s) CHU : 950172 =====	Unité	701	0
Total des quantités du lot n°			59	701	0
60	IMPLANT TESTICULAIRE SILICONE Notice technique: H6022610				
60	1	TOUTES TAILLES Annexe technique: . ***** H6022680 – MHBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	9	0
Total des quantités du lot n°			60	9	0
61	IMPLANT URETRAL EXPANSIBLE NICKEL-TITANE Notice technique: H6022610				
61	1	LONGUEUR 30 A 70 MM Annexe technique: . Diamètre avant expansion : 24 CH Diamètre après expansion : 44 CH pour cystoscope rigide INDICATION : sténose récidivante de l'urètre bulbaire et prostatique LPP liste générique : 3187068 ***** H6022610 – MHDAA Code(s) informatique(s) CHU : 958931 / 958932 / 959974 / 986028 / 986546 / 958933 / 941026 / 957749 / 959108 / 958407 / 959147 *****	Unité	13	0
Total des quantités du lot n°			61	13	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
62		TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT Notice technique: H6022680			
62	1	<p>COMPOSITION ET PRESENTATION Annexe technique: . KIT CONTENANT : - 2 SERINGUES DE 1 ML DE GEL BIOCOMPATIBLE</p> <p>- LE KIT COMPREND TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA POSE. LE FOURNISSEUR LES LISTE DANS SON OFFRE.</p> <p>***** H6022680 - MHACA Code(s) informatique(s) CHU : 996601</p>	Unité	170	0
62	2	<p>MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL SI NECESSAIRE Annexe technique: . URETROSCOPE</p> <p>Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent : - CHUSE : 3 urétroscopes</p> <p>Le fournisseur précise les conditions de remplacement de l'équipement médical défectueux.</p>	Unité	8	0
Total des quantités du lot n°			62	178	0
63		TUTEUR URETERAL SIMPLE CROSSE Notice technique: H6022680			
63	1	<p>DUREE IMPLANTATION JUSQU'A 6 MOIS Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT CHARRIERE 4,8 - 6 ET 7 - LONGUEUR APPROCHEE 90 CM</p> <p>***** H6022680 - MHCEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 959364 / 986286 / 986319 *****</p>	Unité	89	3
Total des quantités du lot n°			63	89	3
64		TUTEUR URETERAL MAGNETIQUE DOUBLE CROSSE Notice technique: H6022680			
64	1	<p>DUREE IMPLANTATION JUSQU'À 6 MOIS Annexe technique: . 4.8CH Toutes longueurs</p> <p>INDICATION : Pédiatrie</p> <p>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec un kit incluant tuteur, guide et positionneur (poussoir).</p> <p>***** H6022680 - MHDCA Code(s) informatique(s) CHU : 978856 / 978857</p>	Unité	10	1

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
64	2	DUREE IMPLANTATION JUSQU'À 6 MOIS Annexe technique: 6CH et 7CH Toutes longueurs PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec un kit incluant tuteur, guide et positionneur (poussoir). ***** H6022680 – MHDCA Code(s) informatique(s) CHU : 981396	Unité	70	1
64	3	DISPOSITION MAGNETIQUE DE RETRAIT TUTEUR URETERAL Annexe technique: . H6022680 – MHDCA Code(s) informatique(s) CHU : 991285 / 981397	Unité	80	0
Total des quantités du lot n°			64	160	2
65	AIGUILLE APPLICATRICE DE CLIP MAGNETIQUE POUR LOCALISATION TUMEUR MAMMAIRE				
65	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: Aiguille avec clip magnétique ***** H6022680 – EAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	50	0
65	2	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.	Unité	0	0
65	3	FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: Lecteur portable et sonde permettant la localisation précise du clip. Le fournisseur précise dans son offre les prix consentis et les conditions pour : – l'achat de l'équipement : le fournisseur précise les conditions de maintenance – la mise à disposition de l'équipement : Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (prévention et curative) à titre gracieux de l'équipement médical. Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. – la location	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			65	52	0
66	IMPLANT ANNULAIRE AJUSTABLE Notice technique: H6022680				
66	1	POUR GASTROPLASTIE Annexe technique: . ***** H6022680 – DFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985216 *****	Unité	2	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
66	2	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot</p> <p>Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent</p> <p>*****</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			66	2	0
67	IMPLANT D'APPOSITION BILIOPANCREATIQUE LUMINAL Notice technique: H6022610				
67	1	<p>PRECHARGE DANS SON SYSTEME DE POSE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>ET MUNI D'UNE FONCTION D'ELECTROCAUTERISATION</p> <p>– Endoprothèse métallique en nitinol auto expansible recouverte de silicone pour drainage transluminal</p> <p>– Tous diamètres dont 10 et 15 mm</p> <p>– Toutes longueurs dont 10 mm</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>INDICATION : drainage endoscopique transgastrique ou transduodéal d'un pseudo-kyste (pancréatique) ou d'une nécrose organisée dont la quantité de liquide est supérieure ou égale à 70% ou des voies biliaires.</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – DEDBB</p> <p>code(s) informatique(s) CHU : 952099 / 977560 / 997132 / 995179</p>	Unité	70	0
Total des quantités du lot n°			67	70	0
68	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE BILIAIRE EXPANSIBLE NU EN NITINOL Code LPPR : 3146572 Notice technique: H6022610				
68	1	<p>VOIE PERCUTANEE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Toutes tailles dont diamètres 8, 10 et 12 mm</p> <p>INDICATION : traitement des voies biliaires</p> <p>LPP liste générique 3146572</p> <p>*****</p> <p>H6022610 – DEDBD</p> <p>Code(s) informatique(s) CHU : 951690 / 951730 / 951733 / 951734 / 951735 / 997296 / 997297</p> <p>*****</p>	Unité	50	0
Total des quantités du lot n°			68	50	0
69	ENDOPROTHESE OESOPHAGIENNE AUTO-EXPANSIBLE COUVERTE Notice technique: H6022610				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
69	1	<p>POUR TRAITEMENT HEMORRAGIES AIGUES OESOPHAGIENNES Annexe technique: . Implant fourni avec système de pose – Pose par voie endoscopique</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>INDICATION : Traitement d'urgence des hémorragies aiguës abondantes, incontrôlées et réfractaires liées à la rupture de varices œsophagiennes du patient cirrhotique. L'hémorragie est qualifiée de réfractaire en cas d'échec du traitement médical conventionnel (pharmacologique et endoscopique).</p> <p>***** H6022610 – DDACA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 977732</p> <p>***** H6022228 – DDACA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962406</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			69	2	0
70	IMPLANT TRICOTE OU NON TRICOTE AVEC REVETEMENT ANTI ADHERENCE Notice technique: H6022680				
70	1	<p>POUR STOMIES Annexe technique: . Toutes dimensions dont 15cm Indications : traitement des hernies parastomales</p> <p>***** H6022680 – DFCBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 991281 / 991729</p> <p>*****</p>	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			70	5	0
71	IMPLANT EXPANSION Notice technique: H6022680				
71	1	<p>TOUTES FORMES ET TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: .</p> <p>***** H6022680 – TBACA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : *****</p>	Unité	3	0
Total des quantités du lot n°			71	3	0
72	IMPLANT DENTAIRE ZYGOMATIQUE TITANE VISSE Notice technique: H6022680				
72	1	<p>TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: .</p> <p>***** H6022680 – TABAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 997033 / 997034 / 996134 / 979679 / 979680 / 997049 / 997050 *****</p>	Unité	5	0
72	2	<p>VIS OU PILIERS DE CICATRISATION TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: .</p> <p>***** H6022680 – TABAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 996159 / 997528 *****</p>	Unité	5	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
72	3	PILIER SERVANT A LA CONSTRUCTION DE LA PROTHESE Annexe technique: . ***** H6022680 – TABAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 996141 / 981372 *****	Unité	5	0
72	4	ACCESSOIRES DONT FRAISE Annexe technique: Le fournisseur propose tous les accessoires nécessaires à la pose de l'implant dentaire zygomatique (foret, perceuses, etc...) ***** H6022680 – TABAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 987803 / 987804 / 987805 / 987806 / 987808 / 996141 / 997528 / 997529 / 997530 / 980859 / 980849 / 980848 *****	Unité	15	0
72	5	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose pendant la durée totale du marché : TROUSSES DE CHIRURGIE Renouvellement à titre gracieux de forets et tarauds sur la durée totale du marché Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire et de stock pour reconstitution des boîtes. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage. Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire : – CHUSE : 1	Unité	1	0

Total des quantités du lot n°	72	31	0
-------------------------------	----	----	---

73	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE SPECIAL DEFECT OSSEUX ET CRETE ALVEOLAIRE ETROITE				
73	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . Implant dentaire minimisant le recours à une greffe osseuse avant implantation ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	5	0
73	2	COIFFE DE CICATRISATION Annexe technique: ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	5	0
73	3	PILIER Annexe technique: ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 981598 / 981599	Unité	5	0
73	4	TRANSFERT IMPLANT Annexe technique: Pièce servant à la prise d'empreinte au fauteuil ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	5	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
73	5	ANALOGUE Annexe technique: Pièce de prothèse répliquant la position de l'implant dans le platre ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	5	0
73	6	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.	Unité	0	0
73	7	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" pendant la durée du marché Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Nombre de jeux ancillaires attendu par établissement du GHT Loire.	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			73	25	0
74	FEUILLE SILICONE Notice technique: H6022680				
74	1	50 x 50 x 0,5 mm Annexe technique: . ***** H6022680 – SBEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 959317 *****	Unité	20	0
74	2	50 x 50 x 0,25mm Annexe technique: . ***** H6022680 – SBEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 986313 *****	Unité	32	0
74	3	70MM x 90 MM EPAISSEUR 0.5MM Annexe technique: . ***** H6022680 – SBEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985138 *****	Unité	70	0
Total des quantités du lot n°			74	122	0
75	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE TRACHEOBRONCHIQUE STERILE Code LPPR : 3173445 Notice technique: H6022610 H6022680				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
75	1	BRANCHE DROITE + CARENO BRONCHIQUE TTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE LPP générique attendu 3173445 ***** H6022610 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957832 / 957833 / 957834 / 995187 *****	Unité	5	0
75	2	TRACHEE DROITE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE LPP générique attendu : 3173445 ***** H6022610 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957835 / 957836 / 957837 / 957838 *****	Unité	5	0
75	3	STENOSE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE ***** H6022680 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957840 / 957841 / 957842 / 986732 *****	Unité	3	0
75	4	CARENE TOTALE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE ***** H6022680 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957839 / 957843 / 958015 / 959692 / 986571 / 997438 / 998832 / *****	Unité	10	0

Total des quantités du lot n°	75	23	0
-------------------------------	----	----	---

76	SONDE DE STIMULATION MYOCARDIQUE Notice technique: H6022610				
76	1	EPICARDIQUE Annexe technique: . – bipolaire – Longueur 25 à 60 cm – A fixation par vis – Pour stimulation cardiaque droite ou gauche Préciser le code LPP ***** H6022610 – PCCFA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 995190 / 997130 *****	Unité	3	0

Total des quantités du lot n°	76	3	0
-------------------------------	----	---	---

77	POINTE RONDE 3/8 CERCLE DEC 0.2 / 10.0 Notice technique: H602210				
----	--	--	--	--	--

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
77	1	CORPS AIGUILLE 100 A 150 MICRONS – LONGUEUR 5 MM Annexe technique: . FIL 15 CM Monofil résorbable coloré RESISTANCE : temps de résistance 5 semaines – Minimum de résistance 40 % à 3 semaines ***** H602210 – KMABA Code(s) interne(s) CHU : 962063 *****	Unité	40	3
Total des quantités du lot n°			77	40	3
78	POINTE RONDE 1/2 CERCLE DEC 1,5 - 26 MM 2 AIG Notice technique: H602210				
78	1	1 PLEDGET 3 X 7 X 1,5MM – 90CM Annexe technique: . Monofil vasculaire coloré ***** H602210 – KMBBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962062	Unité	500	3
Total des quantités du lot n°			78	500	3
79	POINTE RONDE 1/2 CERCLE Notice technique: H602210				
79	1	DEC 3 – 22 MM – 2 AIG 150 CM Annexe technique: . Monofil vasculaire coloré ***** H602210 – KMBBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960519	Unité	100	3
Total des quantités du lot n°			79	100	3
80	POINTE TAPERCUT 1/2 CERCLE DEC 1,5 - 17 MM 2 AIG Notice technique: H602210				
80	1	1 PLEDGET 3 X 6 X 1,5MM – 90CM Annexe technique: . Monofil vasculaire coloré ***** H602210 – KMBBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962060	Unité	400	3
Total des quantités du lot n°			80	400	3
81	DISPOSITIF STERILE POUR RECUPERATION ET/OU Notice technique: H602210				
81	1	COMPTAGE AIGUILLES A SUTURER AU BLOC OPERATOIRE Annexe technique: . – dimensions approchées 14cmX 8cm – 1 face adhésive ***** H602210 – KMDAA Code(s) interne(s) CHU : 910478 *****	Unité	1 190	3
Total des quantités du lot n°			81	1 190	3
82	AGRAFAGE CIRCULAIRE COUPANT Notice technique: H602212				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
82	1	DIAMETRE EXTERNE APPROCHE 21 A 33 MM Annexe technique: . Agrafe titane Suture circulaire pour anastomose en chirurgie digestive Proposition supplémentaire éventuelle facultative : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un système d'agrafage qui dispose d'une enclume basculante. ***** H602212 – KRAAA Code(s) informatique(s) CHU : 910427 / 910428 / 910430 / 967575 / 967504 / 967621 *****	Unité	155	0
Total des quantités du lot n°			82	155	0
83	AGRAFAGE LINEAIRE COUPANT 5MM POUR MICRO COELIOCHIRURGIE PEDIATRIQUE Notice technique: H602212				
83	1	AGRAFEUSE USAGE UNIQUE COMPATIBLE TROCART 5 MM Annexe technique: . MORS 25 MM ROTATION 360° LONGUEUR AGRAFAGE 19 MM AGRAFES EN TITANE INDICATIONS : résection, transsection et création d'anastomose au cours de micro coeliocirurgies pédiatriques ***** H602212 – KRBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 966472	Unité	6	0
83	2	CHARGEUR SUPPLEMENTAIRE A USAGE UNIQUE Annexe technique: . ***** H602212 – KRBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 966490	Unité	12	0
Total des quantités du lot n°			83	18	0
84	PROTHESE DE COMPLEMENT SUR MESURE EN SILICONE POUR PECTUS EXCAVATUM Notice technique: H6022682				
84	1	– Annexe technique: . Prothèse stérile ***** H6022680 – ROCBB Code(s) informatique(s) CHU : 990842 *****	Unité	5	0
Total des quantités du lot n°			84	5	0
85	THERMOABLATION DES TISSUS TUMORAUX PAR MICRO-ONDES Notice technique: H602234				
85	1	APPLICATEURS A USAGE UNIQUE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT LONGUEURS APPROCHEES 15, 20 ET 30 CM ***** H602234 – XABAA Code(s) interne(s) CHU : 963878 / 963879 / 994964 *****	Unité	70	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
85	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. - CHUSE : 1	Unité	1	0
Total des quantités du lot n°			85	71	0
86	ABLATION DES TISSUS TUMORAUX PAR ELECTROPORATION Notice technique: H602234				
86	1	ELECTRODES TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . Le fournisseur fait une proposition pour tous les dispositifs nécessaires à la réalisation de l'acte : électrodes, espaceurs, ... ***** H602234 - XADAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961835 / 961834 / 961836 *****	Unité	15	0
86	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : générateur d'électroporation Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			86	15	0
87	IMPLANT EXOVASCULAIRE DE FERMETURE DE L'APPENDICE AURICULAIRE GAUCHE Notice technique: H6022610 - H6022680				
87	1	SYSTÈME DE POSE PRECHARGE PAR VOIE TRANSCUTANEE Annexe technique: . TOUTES TAILLES Système non résorbable composé de deux disques articulés autour d'une jonction centrale, de structure auto expansible A base de nitinol et muni d'une membrane perméable en polyester sur sa partie proximale destinée à servir de tamis pour empêcher la migration d'éventuels thrombus intra-auriculaires Indication Prévention des événements thromboemboliques chez les patients en fibrillation atriale non valvulaire à haut risque thromboembolique avec un score CHA2DS2-VASc supérieur ou égal à 2 et 3 et une contre-indication à un traitement anticoagulant au long cours (validée par un comité pluridisciplinaire). ***** H6022610 - PDAAA Code(s) Informatique(s) CHU : 979814 / 979815 / 980939 / 981002 / 981585	Unité	20	0
87	2	SYSTEME DE POSE TOUTES TAILLES Annexe technique: . H6022680 Code(s) Informatique(s) CHU : 979816 / 979817	Unité	20	0
Total des quantités du lot n°			87	40	0
88	DISPOSITIF DE RECONSTRUCTION SUR MESURE EN CHIRURGIE MAXILLO FACIALE PAR LAMBEAU DE FIBULA Notice technique: H6022612 H6022682				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
88	1	<p>GUIDE DE COUPE PERSONNALISE Annexe technique: . Comprenant le forfait de traitement des données patient scanner</p> <p>INDICATIONS : reconstruction / Traumatologie en chirurgie maxillo-faciale *****</p> <p>Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type standard en listant les différents éléments</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>*****</p> <p>H6022258 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU : 991653 / 991654 / 997235 / 999900 / 999530 / 979532 / 980928</p>	Unité	3	0
88	2	<p>PLAQUE CONSTRUCTION PARTIELLE MANDIBULE NON DROITE Annexe technique: . IMPLANT EN TITANE MODELISE SUR MESURE EN 3 D</p> <p>LPP générique : 3115169</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU : 997198 / 979522</p>	Unité	3	0
88	3	<p>VIS FILETEE TETE AUTO PREHENSIVE OU AUTORETENTIVE Annexe technique: . Toutes tailles (diamètre longueur)</p> <p>LPP générique : 3108910</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU : 997199 / 997200 / 996133 / 999924 / 995273 / 977746 / 981361 / 981362 / 991650 / 991651 / 991652</p>	Unité	35	0
88	4	<p>VIS MICRO, MINI OU MAXI AUTOFOREUSE OU A AILETTES Annexe technique: . LPP générique 3199522</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU : 978349 / 978350 / 978351 / 978352 / 978535 /</p>	Unité	5	0
88	5	<p>COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.</p> <p>Préciser le code LPP</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – Code(s) interne(s) CHU :</p>	Unité	0	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
88	6	<p>MISE A DISPOSITION DE L 'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			88	46	0
89	PLANCHER ORBITAIRE SUR MESURE EN TITANE POREUX Notice technique: H6022682				
89	1	<p>Comprenant le forfait de traitement des données patient scanner</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>INDICATIONS : Reconstruction / Traumatologie en chirurgie maxillo faciale</p> <p>Implant modelisé sur mesure en 3D *****</p> <p>Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type standard en listant les différents éléments</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU : 999529 *****</p>	Unité	2	0
89	2	<p>VIS FILETEE TETE AUTOPREHENSIVE OU AUTORETENTIVE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>TOUTES TAILLES (DIAMETRES, LONGUEURS)</p> <p>LPP GENERIQUE : 3108910</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU :</p>	Unité	2	0
89	3	<p>COMPLEMENT DE GAMME</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROFBA Code(s) interne(s) CHU : 980928</p>	Unité	0	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
89	4	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p>	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			89	4	0
90	CHIRURGIE DORSO LOMBAIRE POSTERIEURE Notice technique: H6022612				
90	1	<p>IMPLANT D'ANCRAGE RACHIS</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>VIS PEDICULAIRE</p> <p>LPP générique attendu : 3137283</p> <p>Fourniture à titre gracieux pour chaque vis achetée de l'écrou de verrouillage correspondant (tous diamètres)</p> <p>Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans tous les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des dimensions et des caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles</p> <p>Le fournisseur précise dans son offre pour chaque sous lot si nécessaire, le coût d'un montage type « standard » en listant les différents éléments et références commerciales concernées</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROEAI</p> <p>code(s) informatique(s) CHU : 990673 / 990674 / 990675 / 990685 / 990792 / 990793 / 990794 / 990795 / 990803 / 990804 / 990805 / 990806 / 990807 / 990808 / 990809 / 990810 / 990811 / 995491 / 995492 / 995493 / 995497 / 995498 / 995499 / 995500 / 995501 / 995502 / 995503 / 995504 / 999986 / 999987 / 999988 / 999989 / 999990 / 999991</p> <p>*****</p>	Unité	500	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
90	2	<p>TIGE, RACHIS Annexe technique: . IMPLANT D'UNION LONGITUDIALE</p> <p>LPP générique attendu : 3111556</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROEAI code(s) informatique(s) CHU : 990676 / 990686 / 990788 / 990789 / 990790 / 990791 / 990796 / 990797 / 990798 / 990799 / 990800 / 990801 / 990802 / 990813 / 977491 / 977492</p> <p>*****</p>	Unité	160	0
90	3	<p>CIMENT AVEC MELANGEUR Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROEAI code(s) informatique(s) CHU : 990670</p> <p>*****</p>	Unité	60	0
90	4	<p>CANULES D'INJECTION DE CIMENT Annexe technique: .</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROEAI code(s) informatique(s) CHU : 990677</p> <p>*****</p>	Unité	360	0
90	5	<p>ANCILLAIRE A USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" pendant la durée du marché</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. - CHUSE : 1</p> <p>*****</p> <p>H6022612 – ROEAI code(s) informatique(s) CHU : 990671 / 990672</p> <p>*****</p>	Unité	1	0
Total des quantités du lot n°			90	1 081	0
91	<p>IMPLANT DU RACHIS DE REMPLACEMENT OU DE RENFORT Notice technique: H6022610 H6022612 H6022682</p>				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
91	1	<p>IMPLANT D'UNION LONGITUDINALE, CONNECTEUR Annexe technique: . LPP générique 3188560</p> <p>TOUTES DIMENSIONS</p> <p>INDICATION : CHIRURGIE DE LA COLONNE VERTEBRALE (SCOLIOSE, CYPHOSE, SPONDYLOLISTHESIS...) CHIRURGIE DEGENERATIVE DU RACHIS, TRAUMATIQUE ET TUMORALE.</p> <p>*****</p> <p>FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 754984 / 754986 / 755938 / 978509 / 988454 / 988455 / 988456 / 997038</p> <p>H6022682 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 753594 / 753595 / 753596 / 754987 / 978428 / 978429 / 978505 / 986907 / 990859 / 997008 / 997009 / 997010 / 997042 / 997043 /</p> <p>FOURNISSEUR 2 : H6022612 – RODAB code(s) interne(s) CHU : 977451</p> <p>*****</p>	Unité	25	0
91	2	<p>IMPLANT D'ANCRAGE, VIS PEDICULAIRE Annexe technique: . LPP générique 3137283</p> <p>FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 754027 / 754028 / 754799 / 754888 / 754889 / 754921 / 754983 / 754988 / 754989 / 754990 / 755231 / 755232 / 755676 / 755768 / 755770 / 755772 / 755860 / 756080 / 756083 / 756152 / 978420 / 978433 / 978506 / 978511 / 978512 / 978513 / 978517 / 978518 / 978519 / 978520 / 978521 / 978430 / 978457 / 978522 / 978523 / 978524 / 978525 / 978527 / 978528 / 978530 / 988387 / 988388 / 988389 / 988390 / 988394 / 988398 / 988399 / 988403 / 988404 / 988415 / 988416 / 988418 / 988419 / 988420 / 988421 / 988422 / 988425 / 988440 / 988441 / 988442 / 997015 / 997016 / 997017</p> <p>*****</p> <p>FOURNISSEUR 2 : H6022612 – RODAB code(s) interne(s) CHU : 963231 / 991275 / 991276 / 995055 / 995056 / 995079 / 995080 / 995090 / 995097 / 995098 / 995276 / 995277 / 995290 / 995291 / 995476 / 995526 / 995527 / 995577 / 995785 / 996568 / 996570 / 996571 / 996641 / 996642 / 996643 /</p>	Unité	300	0
91	3	<p>IMPLANT D'ANCRAGE, VIS SPECIFIQUE SIMPLE Annexe technique: . LPP générique 3198764</p> <p>*****</p> <p>FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 991874</p> <p>FOURNISSEUR 2 : H6022612 – RODAB code(s) interne(s) CHU :</p>	Unité	12	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
91	4	IMPLANT D'APPUI SACRE Annexe technique: . LPP générique 3188441 ***** FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 754991 / 755670 ***** FOURNISSEUR 2 : H6022612 – RODAB code(s) interne(s) CHU : 979350 / 979351 / 995077 / 995274 / 995275 //////////////////////////////////	Unité	8	0
91	5	CROCHET, PINCE-CROCHET Annexe technique: . LPP générique 3181752 ***** FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 754030 / 754033 / 754801 / 988374 / 988496 / 988497 / 995913 / 995914 / 995915 / 995916 / 995917 / 995918 / 995919 / 995920 / 995921 / 995922 / 995923 / 995924 / 995925 / 995926 / 995927 / 995928 / 981590 FOURNISSEUR 2 : H6022612 –RODAB code(s) interne(s) CHU : 991499 / 991500 / 991501 / 991502 / 991503 / 991504 / 991505 / 991506 / 991507 / 991508 / 991509 / 991510 / 991511 / 991512 / 991513 / 991514 / 991518	Unité	150	0
91	6	IMPLANT D'UNION LONGITUDINALE, TIGE Annexe technique: . LPP générique 3111556 ***** FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 755939 / 978431 / 978504 / 978507 / 978508 / 978515 / 978516 / 978526 / 978529 / 988377 / 988461 / 988475 / 988486 / 988487 / 988488 / 988489 / 988490 / 988491 / 988492 / 988493 / 996644 ***** FOURNISSEUR 2 : H6022612 – RODAB code(s) interne(s) CHU : 979397 / 991277 / 991278 / 991299 / 991656 / 995054 / 995206 / 996827 / 996885 //////////////////////////////////	Unité	100	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
91	7	IMPLANT D'UNION TRANSVERSALE Annexe technique: . LPP générique 3133032 ***** FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 990550 / 990551 / 997013 / 997014 / 997501 ***** FOURNISSEUR 2 : H6022612 – RODAB code(s) interne(s) CHU : 991846 / 991847 / 991875 //////////////////////////////////	Unité	70	0
91	8	LIGAMENT ARTICULAIRE ARTIFICIEL DU RACHIS Annexe technique: . DE REMPLACEMENT OU DE RENFORT LPP générique 3104616 ***** FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU :	Unité	300	0
91	9	SYSTEME DE FIXATION OU DE SERTISSAGE Annexe technique: . LPP générique 3183633 ***** FOURNISSEUR 1 : H6022612 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 986963 / 993438	Unité	450	0
91	10	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . ***** FOURNISSEUR 1 : H6022682 – RODAA code(s) interne(s) CHU : 986908 / 988439 / 988376 FOURNISSEUR 2 : / H6022682 – RODAB code(s) interne(s) CHU : 977448 / 977449 / 977584 / 977585 / 979352 / 379354 / 991297 / 991515 / 991516 / 991517 / 991876 / 995074 / 995075 / 995076 / 996569 / 996572 / 996710	Unité	0	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
91	11	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p> <p>– CHUSE : 2</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			91	1 417	0
92	PLAQUE VERROUILLABLE POUR RACCOURCISSEMENT ULNAIRE				
92	1	<p>TOUTES TAILLES ET DIMENSIONS</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans tous les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des dimensions et des caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles</p> <p>Le fournisseur précise dans son offre pour chaque sous lot si nécessaire, le coût d'un montage type « standard » en listant les différents éléments et références commerciales concernées</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition avec une gamme de plaque verrouillable avec une angulation maximale de +/- 15°</p> <p>*****</p>	Unité	4	0
92	2	VIS A CORTICALE AUTOTARAUDANTE	Unité	20	0
92	3	VIS DE VERROUILLAGE AUTOTARAUDANTE	Unité	20	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
92	4	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans tous les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des dimensions et des caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles</p> <p>Le fournisseur précise dans son offre pour chaque sous lot si nécessaire, le coût d'un montage type « standard » en listant les différents éléments et références commerciales concernées</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition avec une gamme de plaque verrouillable avec une angulation maximale de +/- 15°</p> <p>*****</p>	Unité	1	0
Total des quantités du lot n°			92	45	0
93	ENCLOUAGE MASSIF TROCHANTERIE ADULTE				
93	1	<p>CLOU TROCHANTERIQUE COURT</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>TOUTES TAILLES ET COURBURES DONT 120°/125° et 130°</p> <p>Dimensions approchées 180mm</p> <p>Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans tous les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des dimensions et des caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles</p> <p>Le fournisseur précise dans son offre pour chaque sous lot si nécessaire, le coût d'un montage type « standard » en listant les différents éléments et références commerciales concernées</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>*****</p>	Unité	65	0
93	2	<p>CLOU TROCHANTERIQUE LONG</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>TOUTES TAILLES ET COURBURES</p> <p>Dont 120°/125° et 130°, dimensions approchées 280mm à 460mm environ</p> <p>*****</p>	Unité	5	0
93	3	<p>VIS DISTALE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>*****</p>	Unité	50	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
93	4	<p>SYSTEME DE FIXATION CERVICALE : Annexe technique: . TECHNIQUE PAR IMPACTION</p> <p>Toutes tailles</p> <p>*****</p>	Unité	70	0
93	5	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>*****</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			93	192	0

94	SYSTEME D'ENCLOUAGE POUR ARTHRODESE DE CHEVILLE Notice technique: H6022682				
94	1	<p>CLOU A COMPRESSION POUR ARTHRODESE DE CHEVILLE Annexe technique: . TOUTES TAILLES</p> <p>Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin</p> <p>Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre</p> <p>Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments.</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane.</p> <p>Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles.</p> <p>Préciser la compatibilité IRM.</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROHAR code(s) interne(s) informatiques(s) : 995739 / 995746 / 995747 / 995736 / 995737 / 995738 / 995740 / 995741 / 995742 / 995743 / 995744 / 995745 / 995518 / 999618 / 999616 / 990932</p>	Unité	14	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
94	2	<p>VIS CORTICALE Annexe technique: . TOUTES TAILLES</p> <p>Préciser la compatibilité IRM</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROHAR Code(s) informatique(s) CHU : 995728 / 995729 / 995730 / 995731 / 995732 / 995733 / 995734 / 995735 / 990933 / 990935 / 990936 / 990937 / 999617 / 999619 / 999973 / 999974</p>	Unité	34	0
94	3	<p>VIS DE COMPRESSION Annexe technique: .</p> <p>TOUS DIAMETRES, TOUTES LONGUEURS</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROHAR Code(s) informatique(s) CHU : 990934 / 995519 / 995723 / 995724 / 995725 / 995727 / 999620 / 999621 / 999640 / 999657 / 999975 / 997392 / 997425 / 997458 / 997536 / 997538 / 995726 / 978191 / 978287 / 991534 / 998293 /</p>	Unité	16	0
94	4	<p>COMPLEMENT DE GAMME : ACCESSOIRES Annexe technique: . Le fournisseur, si nécessaire, fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROHAR code(s) interne(s) informatiques(s) : 999651 / 999692</p> <p>*****</p> <p>H6022682 – ROHBP code(s) interne(s) informatiques(s) :</p>	Unité	0	0
94	5	<p>MISE A DISPOSITION DE L'ANCIILLAIRE Annexe technique: .</p> <p>Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché.</p> <p>Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché</p> <p>Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse</p> <p>Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes</p> <p>Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable.</p> <p>Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage</p> <p>Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire.</p> <p>– CHUSE : 1</p>	Unité	2	0
Total des quantités du lot n°			94	66	0
95	<p>DISPOSITIF EPICRANIEN SIMPLE AILETTE Notice technique: H6022218</p>				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
95	1	TTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT DIAMETRE EXTERNE 0.4(27G) – 0.5(25G) – 0.7MM(22G) LONGUEUR APPROCHEE 19 MM LONGUEUR TUBULURE 30 CM ***** H6022218 – AABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964984	Unité	24 300	0
Total des quantités du lot n°			95	24 300	0
96	FIBROSCOPE A USAGE UNIQUE STERILE POUR VOIES AERIENNES SUPERIEURES Notice technique: H6022248				
96	1	TOUTES TAILLES Annexe technique: . VIDEOSCOPE SOUPLE AVEC : 1 canal opérateur 1 canal pour aspiration INDICATIONS : intubation difficile ***** H6022248 – CIBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964294 / 964292 / 964293 / 964332	Unité	905	0
96	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – 9 systèmes d'acquisition vidéo et accessoires minimum (CHUSE) – 2 systèmes d'acquisition vidéo et accessoires minimum (CH de ROANNE) – 1 système d'acquisition vidéo et accessoires minimum (CH du FOREZ) – 2 systèmes d'acquisition vidéo et accessoires minimum (CH d'ANNONAY)	Unité	11	0
Total des quantités du lot n°			96	916	0
97	TROCARD THORACIQUE TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022258				
97	1	DONT DIAMETRES APPROCHES 6 A 15 MM Annexe technique: . – Obturateur bout mousse favorisant l'écartement des tissus pour une introduction atraumatique – Fixateur intégré pour blocage – Capuchon permettant l'introduction et le maintien des instruments – Trocart pour endochirurgie thoracique ***** H6022258 – LBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965225	Unité	900	0
Total des quantités du lot n°			97	900	0
98	KIT A USAGE UNIQUE POUR PRELEVEMENT ET TRANSPLANTATION DE CARTILAGE				

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
98	1	<p>TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRES 6, 8 ET 10MM</p> <p>Annexe technique: Kit comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 guide de prélèvement / distribution (mise en place) - 1 instrument tranchant (couteau) - 1 chargeur de greffon - 1 piston - 1 foret (mèche) - 1 guide foret (mèche) - 1 tampon universel (dameur universel) - 1 trocart <p>Ou composition permettant de répondre à l'indication prélèvement transplantation de cartilage en orthopédie</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative: Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose un kit disposant d'un système permettant le prélèvement de façon perpendiculaire (tige de perpendicularité)</p> <p>*****</p> <p>H6022258 – REAAA</p> <p>Codes internes: 968684 / 968668</p>	Unité	6	1
Total des quantités du lot n°			98	6	1
99	ECOUVILLON STERILE FLOQUE AVEC MILIEU DE TRANSPORT Notice technique: H6022482				
99	1	<p>POUR RECHERCHE D'AGENTS INFECTIEUX STANDARD</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Bouchon rose</p> <p>Ecouvillon stérile à tige plastique sécable, embout nylon floqué pour prélèvement standard,</p> <p>Milieu liquide 1 mL pour recherche d'agents infectieux aérobies et anaérobies.</p> <p>Tube 95 kPa.</p> <p>Emballage unitaire pelable avec information n° lot et date de péremption.</p> <p>*****</p> <p>H6022482 – WABCA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960512</p>	Unité	34 100	0
99	2	<p>POUR RECHERCHE D'AGENTS INFECTIEUX NASOPHARYNGE</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Bouchon bleu</p> <p>Ecouvillon stérile à tige plastique sécable, embout nylon floqué pour prélèvement très étroit et profond,</p> <p>Milieu liquide 1 mL pour recherche d'agents infectieux aérobies et anaérobies.</p> <p>Tube 95 kPa.</p> <p>Emballage unitaire pelable avec information n° lot et date de péremption.</p> <p>*****</p> <p>H6022482 – WABCA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960511</p>	Unité	5 800	0
99	3	<p>POUR RECHERCHE DE VIRUS STANDARD</p> <p>Annexe technique: .</p> <p>Bouchon rouge</p> <p>Ecouvillon stérile à tige plastique sécable, embout nylon floqué pour prélèvement standard,</p> <p>Milieu liquide 1 mL pour recherche de virus, chlamydiae, mycoplasmes, ureaplasma.</p> <p>Tube 95 kPa.</p> <p>Emballage unitaire pelable avec information n° lot et date de péremption.</p> <p>*****</p> <p>H6022482 – WABCA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960508</p>	Unité	30 350	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
99	4	POUR RECHERCHE DE VIRUS NASOPHARYNGE Annexe technique: . Bouchon rouge Ecouvillon stérile à tige plastique sécable, embout nylon pour prélèvement nasopharyngé, Milieu liquide 1 mL pour recherche de virus, chlamydiae, mycoplasmes, ureaplasma. Tube 95 kPa. Emballage unitaire pelable avec information n° lot et date de péremption. ***** H6022482 – WABCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	1 000	0
Total des quantités du lot n°			99	71 250	0
100	ECOUVILLON STERILE SEC A EMBOUT COTON OU VISCOSE Notice technique: H6022482				
100	1	HYDROPHILE POUR RECHERCHE D'AGENTS INFECTIEUX Annexe technique: . STANDARD Ecouvillon stérile à tige bois ou plastique, embout coton hydrophile ou viscosé pour prélèvement standard bactériologique et fongique. Longueur totale souhaitée de 175 mm. Tube 95 kPa avec information n° lot et date de péremption. ***** H6022482 – WABCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961802	Unité	63 000	0
100	2	CARDE POUR RECHERCHE D'AGENTS INFECTIEUX STANDARD Annexe technique: . Ecouvillon stérile à tige bois ou plastique, embout coton cardé pour prélèvement standard bactériologique et fongique. Longueur totale souhaitée de 175 mm. Tube 95 kPa avec information n° lot et date de péremption ***** H6022482 – WABCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962074	Unité	7 000	0
Total des quantités du lot n°			100	70 000	0
101	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR THERMOABLATION PAR BALLONNET DE L'ENDOMETRE				
101	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: ***** H6022238 – QIAEE Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965089	Unité	30	0
Total des quantités du lot n°			101	30	0
102	KIT POUR LES EPREUVES DE PERMEABILITE TUBAIRE PAR ECHOGRAPHIE				
102	1	. Annexe technique: . Composé des éléments nécessaires à la création et à l'injection d'une mousse visant à distendre la paroi des trompes de Fallope. Indications : Evaluation de la perméabilité tubaire par simple échographie type hystérosalpingosonographie ***** H60222238 – QDBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964277	Unité	170	0

Catalogue des besoins

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.	
			Total des quantités du lot n°	102	170	0
103	CATHETER DE DILATATION URETRAL BALLONNET ACTIF A ELUTION DE PACLITAXEL					
103	1	TOUTES DIMENSIONS LONGUEURS ET DIAMETRES Annexe technique: 18 à 30 Fr longueur 75 cm, ballonnet longueur 3 à 5 cm Indication : traitement de la sténose récurrente de l'urètre antérieur chez l'homme adulte. ***** H6022238 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	5	0	
			Total des quantités du lot n°	103	5	0
104	TUTEUR PROSTATIQUE TEMPORAIRE					
104	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 20F Annexe technique: Longueur partie prostatique 80 mm / partie bulbaire 32mm environ – Indications : rétablissement du flux urinaire permettant la miction chez les hommes atteints de rétention urinaire aigue ou chronique. – Composition : – 1 stent prostatique – 2 dilateurs (22 et 24 fr) ***** H6022238 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	5	0	
			Total des quantités du lot n°	104	5	0
105	CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE DU RACHIS					
105	1	ELECTRODE RADIOFREQUENCE Annexe technique: Système monoportal – toutes dimensions Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une proposition pour une référence compatible avec le système biportal. Indications : neurochirurgie endoscopique pour ablation des hernies discales et pour recalibrage des sténoses du canal rachidien. ***** H6022258 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	150	1	
105	2	CANULE / AIGUILLE SPINALE Annexe technique: Système monoportal – toutes dimensions Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une proposition pour une référence compatible avec le système biportal. ***** H6022258 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	150	3	

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
105	3	<p>FRAISE</p> <p>Annexe technique: Système monoportal – toutes dimensions</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une proposition pour une référence compatible avec le système biportal.</p> <p>Si le fournisseur propose un dispositif réutilisable, il précise la durée de vie estimée en nombre d'utilisations.</p> <p>*****</p> <p>H6022258 –</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	150	3
105	4	<p>KIT ENDOSCOPE + INSTRUMENTS</p> <p>Annexe technique: Système monoportal</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une proposition pour une référence compatible avec le système biportal.</p> <p>Le fournisseur fait une offre pour toutes les configurations : voie transforaminale / voie interlameaire / recalibrage de sténose</p> <p>Il précise pour chaque voie la liste des composants et le prix unitaire de chaque composant.</p> <p>Chaque kit doit être utilisable de façon autonome pour une intervention.</p> <p>Le fournisseur fait une offre pour une maintenance préventive et une maintenance curative.</p> <p>Accompagnement : Le fournisseur décrit dans son offre les modalités d'accompagnement / formation du personnel médical / paramédical au bloc opératoire et à la stérilisation. Il précise notamment l'organisation, les lieux de formation, la durée et la fréquence.</p> <p>*****</p> <p>H6022258 –</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :</p>	Unité	3	0
105	5	<p>COMPLEMENT DE GAMME DONT TUBULURE D'IRRIGATION</p> <p>Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.</p>	Unité	0	3
105	6	<p>GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE</p> <p>Annexe technique: Le fournisseur fait une offre pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'achat : il précise les coûts de maintenance préventive et curative – la location – la mise à disposition : Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : générateur <p>Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent :</p> <ul style="list-style-type: none"> – CHUSE : 1 	Unité	1	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
105	7	<p>MOTEUR POUR FRAISE ET PIECE A MAIN</p> <p>Annexe technique: Le fournisseur fait une offre pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'achat : il précise les coûts de maintenance préventive et curative - la location - la mise à disposition : Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : moteur <p>Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHUSE : 1 	Unité	1	0
105	8	<p>POMPE D'IRRIGATION</p> <p>Annexe technique: Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : pompe d'irrigation</p> <p>Le fournisseur fait une offre pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'achat : il précise les coûts de maintenance préventive et curative - la location - la mise à disposition : Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : pompe <p>Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHUSE : 1 	Unité	1	0

Total des quantités du lot n° 105 456 10

106	BISTOURI ELECTRIQUE-RADIOFREQUENCE MONOPOLAIRE A USAGE UNIQUE				
106	1	<p>ELECTRODE 3 ET 4 MM</p> <p>Annexe technique: AVEC BORD COUPANT ACTIF DE 12,5 MICRONS</p> <p>Indication : incision et hémostase lors des extractions de sondes de stimulation en cardiaque.</p> <p>*****</p> <p>H6022258 – PCEBA</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964973 / 965098</p>	Unité	15	0
106	2	<p>MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL</p> <p>Annexe technique: Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 générateur <p>Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHUSE : 1 	Unité	1	0

Total des quantités du lot n° 106 16 0

107	CATHETER DE DIAGNOSTIC A ULTRASONS				
107	1	<p>POUR GUIDAGE PAR ECHOGRAPHIE INTRACARDIAQUE</p> <p>Annexe technique: COMPATIBLE AVEC ECHOGRAPHE DU PARC CHU ST ETIENNE</p> <p>Indication : Contre-indication de l'échographie transoesophagienne chez des patients candidats à des procédures interventionnelles structurales cardiaques et électrophysiologiques.</p> <p>*****</p> <p>H6022258 –</p> <p>Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964554</p>	Unité	20	0

Total des quantités du lot n° 107 20 0

108	CONSOMMABLE POUR IMMUNOADSORPTION-TECHNIQUE D'ECHANGE PLASMATIQUE : IMMUNOPHERESE ET RHEOPHERESE Notice technique: H6022730				
-----	---	--	--	--	--

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
108	1	COLONNE REUTILISABLE POUR IMMUNOADSORPTION Annexe technique: . H6022730 – YDBAA Code(s) informatique(s) CHU : 991232 ////////////////////////////////	Unité	20	0
108	2	KIT DE TRAITEMENT TYPE REF GLOBAFFIN – ADASORB Annexe technique: . 9798191 OU EQUIVALENT ***** H6022730 – YDAAA Code(s) informatique(s) CHU : 991272 *****	Unité	70	0
108	3	KIT POUR RHEOPHERESE TYPE KIT MONET REF F0010878 OU EQUIVALENT Annexe technique: . Indications : réduction rhéologique des protéines plasmatiques à haut poids moléculaire. (Exemple : fibrinogène a2 macroglobuline, IgM, facteur de Van Willebrand, LDL cholestérol, lipoprotéine (a)) ***** H6022730 – YDBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963404 *****	Unité	15	0
108	4	COMPLEMENT DE GAMME : Annexe technique: . ***** H6022730 – YDAAA Code(s) informatique(s) CHU : *****	Unité	0	0
108	5	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL : Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – CHUSE : 1 moniteur ART Universal et 1 moniteur Adasorb Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. ////////////////////////////////	Unité	1	0
Total des quantités du lot n°			108	106	0
109	SOLUTION VERROU BACTERICIDE POUR VOIE VEINEUSE CENTRALE Notice technique: H6022730				
109	1	PRESENTATION AMPOULE STERILE DE 3ML Annexe technique: . Indication : traitement préventif ou curatif des infections sur tous les types de cathéters et sur les chambres implantables. (silicone ou polyuréthane) ***** H6022730 – YBGAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965109 *****	Unité	285	0

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			109	285	0
110	CHAMP DE CRANE POUR CADRE DE STEREOTAXIE LEKSELL ELEKTA Notice technique: H6022170				
110	1	. Annexe technique: . Champ adhésif transparent de dimensions approchées 213 x 229 cm avec : - 1 bande adhésive sur 1 largeur du champ - 1 fenêtre 18 x 22 cm environ, adhésive pour fixation sur le sommet du crâne du patient - 1 poche de drainage avec bouchon d'évacuation - 2 poches à instruments ***** H6022170 – HFBA Code(s) informatique(s) CHU : 970877 *****	Unité	10	0
Total des quantités du lot n°			110	10	0
111	POCHE OCCLUSIVE STERILE POUR PREVENIR L'HYPOTHERMIE DES NOUVEAU-NES Notice technique: H6022170				
111	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . POCHE TRANSPARENTE COMPOSEE D'UNE DOUBLE COUCHE DE POLYETHYLENE AVEC CAPUCHE POUR TETE ET MOUSSE PREFORMEE POUR AIDE AU MAINTIEN DES VOIES AERIENNES OUVERTES. ***** H6022170 – HIHAA Code(s) informatique(s) CHU : 970857 / 970858 / 970859 *****	Unité	275	0
Total des quantités du lot n°			111	275	0
112	COMPRESSE GAZE NON STERILE Notice technique: H6022170				
112	1	30 X 30 CM A 40 X 40 CM 4 EPAISSEURS SAC 100 Annexe technique: . - QUANTITE EXPRIMEE EN NOMBRE DE SACHETS - LE FOURNISSEUR INDIQUE LE PRIX UNITAIRE DU SACHET ***** H6022170 – VDAAA Code(s) informatique(s) CHU : 962130 *****	Unité	60	0
Total des quantités du lot n°			112	60	0
113	CELLULOSE OXYDEE HEMOSTATIQUE RESORBABLE STERILE TRICOTEE Notice technique: H6022170				
113	1	5 x 7 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME TRICOT ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : 970663 *****	Unité	1 355	3

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
113	2	5 x 35 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME TRICOT ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : 970664 *****	Unité	290	3
113	3	10 x 20 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME TRICOT ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : 970665 *****	Unité	3 895	3
113	4	15 x 20 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME TEXTILE HAUTE DENSITE ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : 970666 *****	Unité	500	3
113	5	COMPLEMENT DE GAMME – AUTRES DIMENSIONS : Annexe technique: . ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : *****	Unité	0	0
Total des quantités du lot n°			113	6 040	12

114	CELLULOSE OXYDEE HEMOSTATIQUE RESORBABLE STERILE FIBRILLAIRE Notice technique: H6022170				
114	1	2,5 x 5 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME FIBRILLAIRE ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : 970668 *****	Unité	140	3
114	2	5 x 10 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME FIBRILLAIRE ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : 970846 *****	Unité	370	3
114	3	10 x 10 CM Annexe technique: . CELLULOSE OXYDEE FORME FIBRILLAIRE ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : *****	Unité	410	3

22/07/2025

Catalogue des besoins

AO093 IMPLANTABLE (remplace AO085 et AO086)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spéc.
114	4	COMPLEMENT DE GAMME – AUTRES DIMENSIONS : Annexe technique: . ***** H6022170 – VDBDC Code(s) informatique(s) CHU : *****	Unité	0	0
			Total des quantités du lot n°	114	920
					9
Nombre de lignes 262					