

RYTHMO 26 DM pour ablation de la fibrillation auriculaire cardiaque par énergie d'électroporation

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative
1		Ablation de la fibrillation auriculaire cardiaque - Electroporation		
1	1	Catheter pour ablation par énergie d'électroporation, par voie percutanée Annexe technique: avec dispositifs associés dédiés (gaine, câble...) – avec système de cartographie non captif.		100
1	2	Dispositifs pour ablation par associés et dédiés (gaine, câble ...) Annexe technique: L'offre devra clairement indiquer s'il s'agit de dispositifs livrés stériles (dans ce cas, préciser le mode de stérilisation), et s'il s'agit de dispositifs à usage unique ou réutilisables (dans ce second cas, combien de fois).		50
1	3	Dispositifs stériles associés non dédiés Annexe technique: L'offre devra préciser les caractéristiques techniques nécessaires pour ces dispositifs (exemples : longueur de l'aiguille pour ponction trans-septale nécessaire pour une ponction directe à l'aide de la gaine dédiée au cathéter d'électroporation, liste des références des guides recommandés).		50
1	4	Système de cartographie Annexe technique: L'offre devra indiquer quels sont les systèmes de cartographie compatibles actuellement sur le marché.		1
1	5	Mise à disposition des équipements associés, et conditions de maintenance. Annexe technique: L'offre devra également détailler les conditions de mise à disposition des équipements associés ainsi que les conditions de maintenance.		1
Nombre de lignes 5				