

SUIVI DES QUESTIONS REPONSES POSÉES EN PHASE DE CONSULTATION

MARCHE 2025-04B

ACQUISITION PAR LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L'UC-IRSA D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE INFORMATIQUE DE TEMPÉRATURES

Date	Question	Réponse
EI. 1 21/10/2025 11:58	Peut-on proposer une solution sur le cloud ? Il n'y a plus de solution client / serveur maintenue. Merci de votre réponse	<p>Bonjour,</p> <p>Je suis désolé, mais non, la solution doit être hébergée sur les serveurs de l'UC-IRSA comme précisé à l'article 18.a</p> <p><i>« Le système de surveillance de températures aura impérativement les caractéristiques suivantes ... - Etre capable de fonctionner sans communication externe à internet »</i></p> <p><i>« La suite logiciel devra : - Être accessible uniquement via le réseau interne de l'UC-IRSA, soit par un navigateur (compatibilité Firefox 128.7 ESR 64 Bits minimum) avec un compte personnalisé type client/serveur léger, soit par l'installation d'un logiciel client sur les postes des utilisateurs. »</i></p> <p>Bien cordialement,</p>