



Direction des Achats du GHT 49

Département Achats Généraux (DAG)

## **Cahier des Clauses Techniques Particulières**

du marché ayant pour objet :

**FOURNITURE DE BOITES DE COMPTAGE STERILES POUR AIGUILLES ET  
LAMES**

Consultation n° DAG2025AO11BOITESAIGUILLES

**Pouvoir Adjudicateur :**

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS**  
4 rue Larrey  
49 933 ANGERS CEDEX 9

1	Objet du marché.....	2
2	<b>Spécifications techniques</b> .....	2
3	<b>Dossier technique</b> .....	2

## 1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture de boîtes de comptage stériles pour aiguilles et lames.

## 2 Spécifications techniques

Deux modèles de capacité différentes sont utilisés par les blocs opératoires des trois établissements du Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire.

Les boîtes de comptage stériles pour aiguilles et lames sont des dispositifs médicaux.

Les produits proposés devront impérativement être conformes à la législation, à la réglementation et aux normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le marquage CE.

### Le « petit modèle »

- Boîte stérile et aimantée sur une face
- 10 cases aimantées souhaitées
- Dimensions approximatives (boîte fermée) : Longueur 11,5 cm environ, largeur 5,5 cm environ, épaisseur 1,5 cm environ
- Sans support pour retrait de lame
- De couleur jaune de préférence pour la face aimantée
- Couvercle transparent
- Equipé d'un adhésif au dos de la boîte (côté aimanté) adapté à tout type support
- Système fermeture définitif après usage
  - Soit avec une unique fermeture inviolable empêchant la réouverture de la boîte
  - Soit avec un système une double fermeture composé d'un fermoir et d'un adhésif de scellage

### Le « grand modèle »

- Boîte stérile et aimantée sur 2 faces
- 30 cases aimantées souhaitées réparties en 2 x 15 cases sur chaque côté de la boîte
- Dimensions approximatives (boîte fermée) : Longueur 12 cm environ, largeur 5.5 cm environ, épaisseur 3,5 cm environ
- De préférence sans support pour retrait de lame
- De couleur jaune de préférence pour les 2 faces
- Equipé d'un adhésif au dos de la boîte (sur une face minimum) adapté à tout type support
- Système fermeture définitif après usage
  - Soit avec une unique fermeture inviolable inviolable empêchant la réouverture de la boîte
  - Soit avec un système une double fermeture composé d'un fermoir et d'un adhésif de scellage

## 3 Dossier technique

Le candidat transmet à l'appui de son offre un dossier technique qui comprend :

- Des fiches produits avec visuel du produit proposé, référence, caractéristiques techniques, conditionnement
- Un mémoire technique indiquant
  - Le délai normal de livraison pour les commandes de réapprovisionnement régulières

- Le délai de livraison urgente pour répondre à un surcroît d'activité ou une situation exceptionnelle
- Une description des modalités d'approvisionnement
- L'organisation mise en place pour faire face à une hausse exceptionnelle de demande des références portées au BPU