

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
1	Stimulateurs cardiaques simple chambre		6	0	18
1	Stimulateurs cardiaques simple chambre Stimulateurs cardiaques, simple chambre multiprogrammables. – possibilité d'hystérésis et de polarité programmables. – mesure d'impédance de sonde. connexion 3,2 mm IS-1 uni ou bipolaire. – sensibilité réglable jusqu'à moins de 0,25 mV en AAI.	Unité	6	0	18
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
2	Stimulateurs cardiaques simple chambre multiprogrammables à fréquence asservie par double capteur VARIANTE : stimulateur accompagné de la sonde dédiée éventuellement		6	0	18
1	Stimulateurs cardiaques simple chambre Stimulateurs cardiaques simple chambre multiprogrammables à fréquence asservie par double capteur (accéléromètre et ventilation-minute). – mesure automatique du seuil de stimulation ventriculaire, avec contrôle permanent de la capture et adaptation automatique de l'amplitude de stimulation. =– ECG endocavitaire mémorisable. – sensibilité réglable jusqu'à moins de 0,25 mV en AAI ou AAI-R. – connexion 3,2 mm IS-1 bipolaire, compatible 3,2 mm LP, à polarité programmable en détection et stimulation, ou connexion 5-6 mm universel.	Unité	6	0	18
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
3	Stimulateurs cardiaques simple chambre multiprogrammables à fréquence asservie par double capteur		210	0	630
1	Stimulateurs cardiaques simple chambre Stimulateurs cardiaques simple chambre multiprogrammables à fréquence asservie par double capteur (accéléromètre et ventilation-minute). – Configuration automatique de polarité d'électrode – ECG endocavitaire mémorisable. – seuil de stimulation automatique en VVI ou VVIR – connexion 3,2 mm IS-1 uni ou bipolaire.	Unité	210	0	630
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		150	0	450
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		60	0	180
4	Stimulateurs cardiaques double chambre multiprogrammables à fréquence asservie		6	0	18
1	Stimulateurs cardiaques double chambre Stimulateurs cardiaques double chambre Annexe : – stimulateurs cardiaques double chambre multiprogrammables à fréquence asservie. – mesure automatique du seuil de stimulation, avec contrôle permanent de la capture et adaptation automatique de l'amplitude de stimulation. – Longévité supérieure à 10 ans en 100% stimulation, 2.5 V, 500 Ohms – sensibilité réglable jusqu'à moins de 0,25 mV en AAI ou AAI-R. – connexion 3,2 mm IS-1 bipolaire, à polarité programmable en détection et stimulation.	Unité	6	0	18
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
5	Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie VARIANTE : stimulateur accompagné de la sonde dédiée éventuellement		180	0	540

## Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
1	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre</b> <b>Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie</b> – Possibilité de programmation de stimulation rapide et d'extra-stimuli. – connexion 3,2 mm IS-1 uni ou bipolaire, compatible 3.2 mm LP – Algorithme évitant le plus possible la stimulation ventriculaire lorsqu'elle est inutile. – sensibilité auriculaire possible inférieure à 0,3 mV. – modèle compatible IRM corps entier	Unité	180	0	540
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		120	0	360
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		60	0	180
6	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie à la ventilation minute double capteur</b> <b>VARIANTE : stimulateur accompagné de la sonde dédiée éventuellement</b>		12	0	36
1	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre</b> <b>Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie à la ventilation minute et par accéléromètre double capteur.</b> – mesure périodique du seuil de stimulation avec adaptation automatique de l'amplitude de stimulation et contrôle permanent de l'efficacité de la stimulation dans le ventricule. – connexion 3,2 mm IS-1 uni ou bipolaire.	Unité	12	0	36
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		6	0	18
7	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie à la ventilation minute</b>		450	0	1 350
1	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre</b> <b>Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie à la ventilation minute et par accéléromètre, avec possibilité de choix du type de capteur utilisé par programmation.</b> – protection avec reprogrammation automatique en cas de tachycardies par réentrée électronique. – commutation automatique de mode en cas de tachycardie atriale. possibilité de stimulation rapide programmée dans les 2 chambres. – mesure périodique du seuil de stimulation. – Algorithme évitant le plus possible la stimulation ventriculaire lorsqu'elle est inutile. – connexion 3,2 mm IS-1 uni ou bipolaire.	Unité	450	0	1 350
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		270	0	810
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		180	0	540
8	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre multiprogrammable à fréquence asservie</b> <b>VARIANTE : stimulateur accompagné de la sonde dédiée éventuellement</b>		6	0	18

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
1	<b>Stimulateur cardiaque DC multiprogramme</b> <b>Stimulateur cardiaque DC multiprogramme</b> <b>à fréquence asservie par double capteur GRANDE LONGEVITE.</b> – Fréquence asservie par double capteur : accéléromètre et ventilation-minute. – Mesure automatique des seuils de stimulation auriculaire et ventriculaire. Pour canal ventriculaire : controle cycle à cycle de la capture et stimulation de secours. – Algorithme de réduction de la stimulation ventriculaire. – Algorithme de suivi de l'apnée du sommeil. – Longévité étendue avec une capacité de pile supérieure à 1ah – ECG endocavitaires mémorisables. – Compatible IRM 3T – Télémétrie RF sans fil – possibilité d'activer la télécadiologie Pour un contrôle à distance.	Unité	6	0	18
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
9	<b>Stimulateurs cardiaques triple chambre à fréquence asservie pour resynchronisation ventriculaire</b>		312	0	936
1	<b>Stimulateurs cardiaques triple chambre</b> <b>Stimulateurs cardiaques triple chambre à fréquence asservie pour resynchronisation ventriculaire, avec :</b> – réglage séparé des trois canaux (oreillette droite, ventricule droit, ventricule gauche) et du délai interventriculaire. – Choix de différentes sondes pour stimulation ventriculaire gauche par le sinus coronaire. – Kit de mise en place et sonde d'angiographie du sinus coronaire. – IRM compatible	Unité	312	0	936
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		300	0	900
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		12	0	36
10	<b>Stimulateurs cardiaques simple chambre Technologie SureScanTM</b>		30	0	90
1	<b>Stimulateurs cardiaques simple chambre Technologie SURESCANTM</b> <b>Certifié conforme (marquage CE) à une utilisation en toute sécurité dans l'environnement IRM 1.5 et 3T.</b> – télécadiologie – Fonctions diagnostiques : 14 mois de données, dont monitoring de l'impédance intrathoracique avec alerte dédiée	Unité	30	0	90
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		30	0	90
11	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre Technologie SureScanTM</b>		90	0	270
1	<b>Stimulateurs cardiaques double chambre Technologi SureScanTM</b> <b>Certifié conforme (marquage CE) à une utilisation en toute sécurité dans l'environnement IRM 1.5 et 3T.</b> – Télécadiologie. – Limitation de la stimulation ventriculaire par fonctionnement AAI(R) avec sécurité du mode DDD(R). – Délivrance de thérapies de stimulation antitachycardique (SAT) automatiques lors d'un épisode de TA/FA soutenu. –Fonctions diagnostiques automatiques : 14 mois de données, dont monitoring de l'impédance avec alerte dédiée	Unité	90	0	270

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		90	0	270
12	Sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active et vis rétractab		6	0	18
1	Sondes endocavitaires de stimulation Sondes endocavitaires de stimulation Annexe : – sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active et vis rétractable. – silicone. – Taille extérieure 6F ou 7F pour le corps de sonde – à libération de stéroïdes, impédance supérieure ou égale à 450 Ohms. – connexion 3,2 mm – IS-1 bipolaire.	Unité	6	0	18
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
13	Sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active		96	0	288
1	Sondes endocavitaires de stimulation Annexe : – sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active et vis rétractable en proposer en 6 french – silicone. – à libération de stéroïdes, impédance supérieure ou égale à 450 Ohms. – connexion 3,2 mm – IS-1 bipolaire.	Unité	96	0	288
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		90	0	270
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
14	Sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active et vis rétractab		6	0	18
1	Sondes endocavitaires de stimulation auriculaire Sondes endocavitaires de stimulation Annexe : – sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active et vis rétractable. – Taille extérieure 6F – à libération de stéroïdes – connexion 3,2 mm – IS-1 bipolaire.	Unité	6	0	18
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		6	0	18
15	Sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active		840	0	2 520
1	Sondes endocavitaires de stimulation Sondes endocavitaires de stimulation auriculaire ou ventriculaire à fixation active et vis rétractable. – silicone. – à libération de stéroïdes, impédance supérieure ou égale à 450 Ohms. – connexion 3,2 mm – IS-1 bipolaire.	Unité	840	0	2 520
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		600	0	1 800
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		240	0	720
16	Défibrillateurs automatiques implantables simple chambre		6	0	18
1	Défibrillateurs automatiques implantables Défibrillateurs automatiques implantables Annexe : Défibrillateurs automatiques implantables simple chambre, délivrant au moins 35 Joules, avec sonde endocavitaire de défibrillation ventriculaire. Télécardiologie, le cas échéant quotidienne.	Unité	6	0	18
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		6	0	18

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
17	Défibrillateurs automatiques implantables simple chambre		45	0	135
1	Défibrillateurs automatiques implantables Défibrillateurs automatiques implantables Annexe : Défibrillateurs automatiques implantables simple chambre, délivrant au moins 35 Joules, analyse de la morphologie des ventriculogrammes, avec sonde endocavitaire de défibrillation ventriculaire.	Unité	45	0	135
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		45	0	135
18	Défibrillateurs automatiques implantables double chambre		6	0	18
1	Défibrillateurs automatiques implantable Défibrillateurs automatiques implantable Annexe : Défibrillateurs automatiques implantables double chambre, délivrant au moins 35 Joules, à fréquence asservie, avec sonde endocavitaire de défibrillation ventriculaire et éventuellement sonde auriculaire. Algorithme de préservation de la conduction AV normale.	Unité	6	0	18
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		6	0	18
19	Défibrillateurs automatiques implantables double chambre		36	0	108
1	Défibrillateurs automatiques implantables Défibrillateurs automatiques implantables Annexe : Défibrillateurs automatiques implantables double chambre, délivrant au moins 35 Joules, à fréquence asservie, avec sonde endocavitaire de défibrillation ventriculaire et éventuellement sonde auriculaire. Algorithme de préservation de la conduction AV normale. IRM compatible.	Unité	36	0	108
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		36	0	108
20	Défibrillateurs automatiques implantables triple chambre		36	0	108
1	Défibrillateurs automatiques implantables Défibrillateurs automatiques implantables Annexe : Défibrillateurs automatiques implantables, délivrant au moins 35 Joules, triple chambre pour la resynchronisation ventriculaire, à fréquence asservie avec stimulation anti-bradycardie, anti-tachycardie, à boîtier actif, connecteurs DF-1 et IS-1, avec sonde endocavitaire de défibrillation ventriculaire et éventuellement sonde auriculaire, et : - réglage séparé des trois canaux (oreillette droite, ventricule droit, ventricule gauche) et du délai interventriculaire ; possibilité de stimuler sur le pôle proximal de la sonde ventriculaire gauche. En option : possibilité d'électrode quadripolaire dans le sinus coronaire donc connecteur IS-4 possible sur le boîtier. - Choix de différentes sondes pour stimulation ventriculaire gauche par le sinus coronaire. - Kit de mise en place et sonde d'angiographie du sinus coronaire.	Unité	36	0	108
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		36	0	108
21	Défibrillateurs sous cutanés avec sondes		15	0	45
1	Défibrillateurs sous cutanés avec sondes	Unité	15	0	45
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		15	0	45
22	Sonde d'électrophysiologie à extrémité orientable		2 100	0	6 300
1	Sonde d'électrophysiologie à extrémité orientable Sonde d'électrophysiologie à extrémité orientable quadripolaire 5F (distance interélectrode 5mm)	Unité	2 100	0	6 300
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		2 100	0	6 300

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
23	Sonde d'électrophysiologie quadripolaire		600	0	1 800
1	Sonde d'électrophysiologie quadripolaire Sonde d'électrophysiologie quadripolaire (modèle 5F et 6F, distance interélectrode 5 mm)	Unité	600	0	1 800
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		600	0	1 800
24	Sonde d'électrophysiologie quadripolaire 4F		15	0	45
1	Sonde d'électrophysiologie quadripolaire 4F Sonde d'électrophysiologie quadripolaire 4F (distance interélectrode 5 mm)	Unité	15	0	45
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		15	0	45
25	Sonde d'électrophysiologie décapolaires 10F orientables		30	0	90
1	Sonde d'électrophysiologie décapolaires 10F orientables	Unité	30	0	90
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		30	0	90
26	Sonde d'ablation par radiofréquence		300	0	900
1	Sonde d'ablation par radiofréquence Sonde d'ablation par radiofréquence, extrémité 8 mm, 7F, dessinée pour l'ablation de flutter, thermocouple ou thermistance en distalité	Unité	300	0	900
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		300	0	900
27	Sonde d'ablation par radiofréquence		300	0	900
1	Sonde d'ablation par radiofréquence Sonde d'ablation par radiofréquence, extrémité 8 mm, thermocouple ou thermistance en distalité 7F ou 8F	Unité	300	0	900
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		300	0	900
28	Sonde d'ablation par radiofréquence		60	0	180
1	Sonde d'ablation par radiofréquence Sonde d'ablation par radiofréquence, extrémité 4 mm, à irrigation	Unité	60	0	180
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		60	0	180
29	Sonde d'ablation par radiofréquence		210	0	630
1	Sonde d'ablation par radiofréquence Sonde d'ablation par radiofréquence, extrémité 4 mm, 7F	Unité	210	0	630
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		210	0	630
30	Kit d'introduction de sonde de stimulation définitive par voie sous-clavière		1 350	0	4 050
1	Kit d'introduction de sonde de stimulation Kit d'introduction de sonde de stimulation définitive par voie sous-clavière de type "désilet long pelable" (6F à 11F)	Unité	1 350	0	4 050
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		1 200	0	3 600
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		150	0	450
31	Aiguille transseptale		1 050	0	3 150
1	Aiguille transseptale	Unité	1 050	0	3 150
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		1 050	0	3 150
32	Gaine intro transseptale		1 500	0	4 500
1	Gaine intro transseptale type Swartz	Unité	1 500	0	4 500

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		1 500	0	4 500
33	Gaine intro transseptale orientable		90	0	270
1	Gaine intro transseptale orientable	Unité	90	0	270
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		90	0	270
34	Sondes de stimulation hissiennes Proposer avec gaine		990	0	2 970
1	Sondes de stimulation hissiennes avec gaine	Unité	990	0	2 970
	GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS		750	0	2 250
	CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT		240	0	720