

## DMANESTH ANESTHESIE 2026-2030 (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi
1		<b>AIGUILLE ANESTHESIE CAUDALE</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
1	1	AIGUILLE 25G L30MM	Unité	25	50
1	2	AIGUILLE 22G L35MM	Unité	85	170
2		<b>AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE</b> Extrémité biseau Quincke Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
2	1	AIGUILLE 18G L90MM	Unité	6 330	12 660
2	2	AIGUILLE 20G L75MM	Unité	50	100
2	3	AIGUILLE 20G L90MM	Unité	5 494	10 988
2	4	AIGUILLE 22G L40MM	Unité	1 408	2 816
2	5	AIGUILLE 22G L75MM	Unité	1 191	2 382
2	6	AIGUILLE 22G L90MM	Unité	13 850	27 700
2	7	AIGUILLE 22G L120MM	Unité	170	340
2	8	AIGUILLE 25G L90MM	Unité	55	110
3		<b>AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE 19G L90MM</b> Extrémité biseau Quincke Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
3	1	AIGUILLE 19G L90MM	Unité	89	178
4		<b>AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE 20G L150MM</b> Extrémité biseau Quincke Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
4	1	AIGUILLE 20G L150MM	Unité	20	40
5		<b>AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE 22G L63MM</b> Extrémité biseau Quincke Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
5	1	AIGUILLE 22G L64MM	Unité	150	300
6		<b>AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE 25G L25MM</b> Extrémité biseau Quincke Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
6	1	AIGUILLE 25G L25MM	Unité	75	150
7		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
7	1	AIGUILLE 22G L90MM	Unité	816	1 632
7	2	AIGUILLE 25G L103MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	1 330	2 660
7	3	AIGUILLE 25G L120MM	Unité	300	600
7	4	AIGUILLE 25G L90MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	7 590	15 180
7	5	AIGUILLE 27G L90MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	339	678
7	6	AIGUILLE 27G L103MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	270	540
7	7	AIGUILLE 27G L120MM	Unité	40	80
8		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE 22G L120MM</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
8	1	AIGUILLE 22G L120MM	Unité	119	238
9		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE 22G L150MM AVEC INTRODUCTEUR</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			

## DMANESTH ANESTHESIE 2026-2030 (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi
9	1	AIGUILLE 22G, L150MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	4	8
10		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE 25G L120MM AVEC INTRODUCTEUR</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
10	1	AIGUILLE 25G L120MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	337	674
11		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE 26G L90MM AVEC INTRODUCTEUR</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
11	1	AIGUILLE 26G L90MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	160	320
12		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE 27G L120MM AVEC INTRODUCTEUR</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
12	1	AIGUILLE 27G L120MM AVEC INTRODUCTEUR	Unité	40	80
13		<b>AIGUILLE RACHIANESTHESIE PEDIATRIQUE</b> Extrémité pointe crayon Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
13	1	AIGUILLE 25G L25MM	Unité	90	180
13	2	AIGUILLE 25G L50MM	Unité	65	130
13	3	AIGUILLE 27G L50MM	Unité	35	70
14		<b>AIGUILLE SPINALE TYPE QUINCKE</b> Embase transparente et mandrin avec ergot indiquant l'orientation du biseau. Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
14	1	AIGUILLE 22G L120MM	Unité	60	120
14	2	AIGUILLE 22G L150MM	Unité	20	40
15		<b>AIGUILLE TUOHY PERIDURALE</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
15	1	AIGUILLE 16G L80MM	Unité	650	1 300
15	2	AIGUILLE 18G L120MM	Unité	380	760
15	3	AIGUILLE 18G L80MM	Unité	610	1 220
15	4	AIGUILLE 18G L150MM	Unité	40	80
16		<b>AIGUILLE TUOHY PERIDURALE 17G L120MM</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
16	1	AIGUILLE 17G L120MM	Unité	381	762
17		<b>CATHETER PERIDURAL</b> Extrémité fermée avec 3 orifices latéraux + raccord stérile Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
17	1	CATHÉTER 20G L100CM	Unité	47	94
18		<b>DIFFUSEUR A DEBIT VARIABLE POUR ANALGESIE LOCO-REGIONALE</b> Débit : 2, 3, 5mL/h et 5, 7, 12mL/h Volume de remplissage : 300mL environ Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
18	1	DIFFUSEUR A DEBIT VARIABLE	Unité	92	184
19		<b>INTRODUCTEUR AIGUILLE RACHIANESTHESIE</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
19	1	INTRODUCTEUR 22G POUR AIGUILLE 25 À 29G	Unité	20	40
19	2	INTRODUCTEUR 20G POUR AIGUILLE 25 À 29G	Unité	25	50
20		<b>SET ANESTHESIE PERIDURALE</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			

## DMANESTH ANESTHESIE 2026-2030 (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi
20	1	AIGUILLE TUOHY 18G L80MM Set comprenant : - 1 aiguille de Tuohy 18G Lg 80mm - 1 seringue Luer, - 1 cathéter avec guide d'introduction - 1 filtre antibactérien 0.2µm	Unité	10 771	21 542
20	2	AIGUILLE TUOHY 16G L80MM Set comprenant : - 1 aiguille de Tuohy 16G Lg 80mm - 1 seringue Luer, - 1 cathéter avec guide d'introduction - 1 filtre antibactérien 0.2µm	Unité	35	70
21		<b>SET ANESTHESIE PERIDURALE CATHETER ARME</b> Kit composé en partie de : - 1 aiguille de Tuohy 17G - 1 cathéter armé 19G L90cm - 1 seringue basse résistance - 1 filtre plat 0,22µm Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
21	1	AIGUILLE TUOHY 17G L90MM	Unité	3 275	6 550
22		<b>SET ANESTHESIE PERIDURALE PEDIATRIQUE</b> Kit composé en partie de : - 1 aiguille de Tuohy 20G, L50mm - 1 cathéter péridural 24G - 1 seringue basse résistance - 1 seringue 3 pièces - 1 filtre plat 0,22µm Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
22	1	SET ANESTHESIE PERIDURALE PEDIATRIQUE	Unité	12	24
23		<b>SET PERI-RACHIANESTHESIE</b> Kit composé en partie de : - 1 aiguille de Tuohy 18G, L80mm - 1 aiguilles Whitacre 27G, L118mm - 1 cathéter péridural radioopaque 20G L90cm - 1 seringue basse résistance 1 filtre plat 0,22µm Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
23	1	SET PERI-RACHIANESTHESIE	Unité	143	286
24		<b>AIGUILLE NEUROSTIMULATION BISEAU 20°</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
24	1	AIGUILLE 21G L90MM	Unité	300	600
24	2	AIGUILLE 22G L50MM	Unité	250	500
24	3	AIGUILLE 24G L35MM	Unité	50	100
25		<b>AIGUILLE NEUROSTIMULATION BISEAU 25°</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
25	1	AIGUILLE 24G L40MM	Unité	390	780
25	2	AIGUILLE 25G L50MM	Unité	3 020	6 040
25	3	AIGUILLE 22G L50MM	Unité	120	240
25	4	AIGUILLE 22G L80MM	Unité	4 451	8 902
26		<b>AIGUILLE NEUROSTIMULATION BISEAU 30°</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
26	1	AIGUILLE 21G L90MM	Unité	250	500
26	2	AIGUILLE 21G L100MM	Unité	654	1 308
26	3	AIGUILLE 22G L30MM	Unité	74	148
26	4	AIGUILLE 22G L50MM	Unité	1 345	2 690

## DMANESTH ANESTHESIE 2026-2030 (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi
26	5	AIGUILLE 24G L25MM	Unité	30	60
27	<b>AIGUILLE POUR BLOC PERIPHERIQUE CONTINU</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.				
27	1	AIGUILLE 18G L100MM	Unité	109	218
27	2	AIGUILLE 18G L50MM	Unité	123	246
28	<b>AIGUILLE POUR BLOC PERIPHERIQUE CONTINU 19G L30MM</b> Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.				
28	1	AIGUILLE 19G L30MM	Unité	10	20
29	<b>AIGUILLE POUR BLOC PERIPHERIQUE D'URGENCE</b> Aiguille acier inoxydable à biseau court 45°, 24G 25mm avec prolongateur fixé sur l'aiguille. Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.				
29	1	AIGUILLE 24G L25MM	Unité	50	100
30	<b>AIGUILLE POUR BLOC PERIPHERIQUE SOUS ULTRASONS</b> Aiguille hyperéchogène avec biseau à 30° Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.				
30	1	AIGUILLE 22G L50MM	Unité	3 191	6 382
30	2	AIGUILLE 22G L80MM	Unité	3 943	7 886
31	<b>AIGUILLE POUR BLOC PERIPHERIQUE SOUS ULTRASONS 21G L90MM</b> Aiguille hyperéchogène avec biseau à 30° Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.				
31	1	AIGUILLE 21G L90MM	Unité	1 584	3 168
32	<b>AIGUILLE POUR BLOC PERIPHERIQUE SOUS ULTRASONS 24G L50MM</b> Aiguille hyperéchogène avec biseau à 30° Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.				
32	1	AIGUILLE 24G L50MM	Unité	1 161	2 322
33	<b>CAPTEUR ARTERIEL POUR SURVEILLANCE HEMODYNAMIQUE ET CARDIAQUE</b>				
33	1	CAPTEUR DEBIT CARDIAQUE A L'AIDE D'UN CATHETER ARTERIEL Capteur central compatible avec moniteur Vigileo	Unité	65	130
33	2	CAPTEUR DIGITAL AVEC MANCHON DE DOIGT PETIT Mise à disposition des moniteurs	Unité	5	10
33	3	CAPTEUR DIGITAL AVEC MANCHON DE DOIGT MOYEN Mise à disposition des moniteurs	Unité	20	40
33	4	CAPTEUR DIGITAL AVEC MANCHON DE DOIGT GRAND Mise à disposition des moniteurs	Unité	15	30
34	<b>CAPTEUR D'ENTROPIE</b> Capteur d'entropie frontal compatible avec moniteur G.E.				
34	1	CAPTEUR D'ENTROPIE	Unité	1 320	2 640
35	<b>CAPTEUR DE MESURE DE LA PROFONDEUR D'ANESTHESIE</b> Usage unique Mise à disposition des générateurs				
35	1	CAPTEUR DE MESURE DE LA PROFONDEUR D'ANESTHESIE	Unité	970	1 940
36	<b>CAPTEUR DE MESURE DE L'OXYMETRIE CEREbraLE POUR MONITEUR MEDTRONIC</b> Usage unique Mise à disposition des générateurs INVOS				
36	1	CAPTEUR MESURE OXYMETRIE CEREbraLE ADULTE	Unité	1 680	3 360

## DMANESTH ANESTHESIE 2026-2030 (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi
36	2	CAPTEUR MESURE OXYMETRIE CEREBRALE PEDIATRIQUE (5-40kg)	Unité	10	20
36	3	CAPTEUR MESURE OXYMETRIE CEREBRALE NEONATAL/NOURRISSON (<5kg)	Unité	30	60
37		<b>CAPTEUR DE NOCICEPTION</b> Usage unique Mise à disposition des générateurs			
37	1	CAPTEUR DE NOCICEPTION	Unité	360	720
38		<b>CAPTEUR DE SURVEILLANCE CEREBRALE</b> Compatible avec moniteur MEDTRONIC BIS XP Mise à disposition des générateurs			
38	1	CAPTEUR DE SURVEILLANCE CEREBRALE ADULTE	Unité	13 030	26 060
38	2	CAPTEUR DE SURVEILLANCE CEREBRALE PEDIATRIQUE	Unité	125	250
39		<b>CAPTEUR PRESSION ARTERIELLE USAGE UNIQUE</b> Mise à disposition des câbles compatibles scopes Spacelabs, Philips et General Electric			
39	1	CAPTEUR PRESSION ARTERIELLE USAGE UNIQUE	Unité	3 654	7 308
39	2	CAPTEUR PRESSION ARTERIELLE 2 LIGNES/2 TETES DE PRESSION	Unité	1 310	2 620
40		<b>SET DE PRESSION</b> Set comprenant : - une tubulure de perfusion connectée au capteur - un capteur muni d'un robinet 3 voies avec un bouchon percé pour la mesure du zéro atmosphérique et un repère de couleur - Des pastilles de différentes couleurs (rouge, bleu, jaune et autres) doivent être disponibles pour repérer le robinet 3 voies. - un régulateur de débit - un système de flush - un prolongateur - un deuxième robinet 3 voies distal avec prolongateur"			
40	1	SET DE PRESSION	Unité	972	1 944
41		<b>KIT MESURE PRESSION SANGUINE</b> Kit comprenant une tête de pression, munie d'un système de purge continue, d'une chambre goutte à goutte, d'un robinet de réglage du zéro et d'une connexion au câble du moniteur, longueur de la tubulure : 150cm environ Compatible avec les moniteurs DRAGER ou SIEMENS			
41	1	KIT MESURE PRESSION SANGUINE	Unité	25	50
41	2	SUPPORT POUR TETE DE PRESSION Présentation par 2	Unité	2	4
42		<b>AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE 22G L180MM</b> Extrémité biseau Quincke Prestation supplémentaire : Ensemble des dispositifs médicaux répondant au libellé du lot conforme à la norme NR FIT.			
42	1	AIGUILLE 22G L180MM	Unité	52	104
43		<b>SYSTEME DE MESURE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE</b> Manomètre de pression composé d'une tubulure graduée en mm de HG et relié entre la sonde de Foley et la poche de diurèse horaire			
43	1	SYSTEME DE MESURE DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE	Unité	202	404
44		<b>CAPTEUR DE MESURE DE L'OXYMETRIE CEREBRALE POUR MONITEUR MASIMO</b> Usage unique Mise à disposition des générateurs			
44	1	CAPTEUR DE MESURE DE L'OXYMETRIE CEREBRALE ADULTE	Unité	500	1 000
44	2	CAPTEUR DE MESURE DE L'OXYMETRIE CEREBRALE PEDIATRIQUE	Unité	20	40
Nombre de lignes 86					