0 1 5 N

BB'

accès

Oculus

I.S. 1UP

Encoffrement promat CF 2H de la canalisation d'azote

Arrivée azote 1m50 du sol

Bonbonne azote

Bonbonne azote

Bonbonne azote

Dépotage Azote
SS-12
Sol : PVC U4P3 + plinthe gorge larmée
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 5,51 m²
HSFP : 2,25 m

Culture
SS-11
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 25,04 m²
HSFP : 2,25 m
IAM
PSMII
4°C
20°C
C02
C02
Etagères

GLACIOS
SS-13
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 31,16 m²
HSFP : 2,80 m

Couloir BSL2
Doublage
SS-
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 21,77 m²
HSFP : 2,25 m

Vitrification
SS-14
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 16,70 m²
HSFP : 2,50 m
Paillasse 0,70Lx6,69lx0,90h
Sorbonne I 1,32Lx1,35lx2,42h
Leica EMIC 1,30Lx0,79lx1,30h

LT Glacios
SS-16
Sol : -
Mur : -
Plaf. : -
S : 34,11 m²
HSP : 3,05 m

AQUILOS
SS-15
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 30,73 m²
HSFP : 2,80 m

Rayon 15m

AA'

Réunion
SS-4
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 13,20 m²
HSFP : 2,10 m

Ouverture coulissante à définir en fonction du modèle d'autoclave choisi

SAS BSL2
SS-8
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 5,00 m²
HSFP : 2,25 m
Basse

Autoclave
SS-9
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 4,37 m²
HSFP : 2,10 m
4 patères fournies

Couloir
SS-2
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 11,14 m²
HSFP : 2,10 m

LT Serveur
Existant
S : 6,90 m²

Distance issue de secours existante du parking : 32m

Opérateur
SS-3
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 11,17 m²
HSFP : 2,10 m

SAS CF
SS-6
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 3,87 m²
HSFP : 2,10 m

I.S.

DASRI
SS-5
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable + PVC mural
Plaf. : -
S : 4,31 m²
HSP : 3,05 m
Benne DASRI
Benne DASRI

WC
SS-
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -
S : 5,36 m²
HSP : 3,05 m
2 patères fournies
Miroir

Stockage
SS-7
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -
S : 15,46 m²
HSFP : 2,50 m
Etagères

accès principal

Parking

Distance 40m

Non aménagé
SS-17
Sol : -
Mur : -
Plaf. : -
S : 75,50 m²
HSP : 3,05 m

Compresseur

SAS CF
SS-18
Sol : Dallage
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -
S : 7,23 m²
HSP : 3,05 m

Distance issue de secours existante du parking : 40m

Local elec.
SS-20
Sol : Dallage
Mur : -
Plaf. : Plafond acoustique
S : 8,09 m²
HSP : 3,05 m
Armoire de distribution électrique
Armoire de commande CVC
Onduleur

Local technique de traitement d'air
SS-19
Sol : -
Mur : -
Plaf. : Plafond acoustique
S : 59,40 m²
HSP : 3,05 m
Centrale de traitement d'air

Point accessible le plus éloigné de l'issue de secours

Légende sécurité

- Locaux à risques moyens
- SAS CF : parois CF 2h et portes PF1/2
- Zone projet non accessible
- Zone hors projet
- Entrée du bâtiment
- I.S. Issue de secours

Maître d'Ouvrage ENS DE LYON

Maître d'Oeuvre Care architecte, fortil, abc décibel, cetis, MANTENNA

# ENS Lyon - Cryo-microscope

## 2025-18.PlanDCE 21 Plan du sous-sol sécurité - projeté

Date : 18/11/2025 Echelle : 1:100 Format : A3 Emetteur : CARE Architecte

2025-18. PlanDCE