

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture de bas de contention

AO n°25212

Groupelement Hospitalier de Territoire Côte-d'Or Haute-Marne
5 Boulevard Mal de Lattre de Tassigny
21000 DIJON



1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture de bas de contention.

2. Caractéristiques des équipements

Le produit devra :

- Etre disponible en bas et en mi-bas
- Posséder plusieurs tailles en bas comme en mi-bas
- Avoir un code couleur pour repérer la taille visuellement
- Avoir une fenêtre de contrôle au niveau des orteils
- Le tissu sera agréable à porter
- La valeur de compression moyenne est de 18mmHg au niveau de la cheville
- Avoir le talon marqué pour un meilleur positionnement
- La bande autofixante sera en silicone et devra être lisse

Le titulaire s'engage à accompagner et former les services aux besoins (équipes de jour et de nuit).

Il fournira à titre gracieux les mètres pour la prise de mesure des patients afin de déterminer la taille du bas ou du mi-bas qui convient au patient.

Il pourra également mettre à disposition des supports pédagogiques pour la mise en place et le choix de la taille du produit.