

Catalogue des besoins STERI2026 - Quantités annuelles

STERI2026 DISPOSITIFS MEDICAUX ET ACCESSOIRES DE STERILISATION (25 LOTS) (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi	Nb spéc.
1	EMBALLAGE DE STERILISATION : SACHET ET GAINÉ PAPIER/PLASTIQUE Notice technique: COMPATIBLE POUR LA STERILISATION A LA VAPEUR D'EAU					
1	1	SACHET PAPIER/PLASTIQUE TOUTES TAILLES Annexe technique: Une face papier et une face plastique Conforme à la norme ISO 11607-1 et EN 868-5 Proposer l'ensemble des tailles de la gamme	Unité	127 600	170 000	1
1	2	GAINÉ PAPIER/PLASTIQUE TOUTES TAILLES Annexe technique: Une face papier et une face plastique Conforme à la norme ISO 11607-1 et EN 868-5 Proposer l'ensemble des tailles de la gamme	Unité	216	240	1
2	EMBALLAGE DE STERILISATION : SACHET ET GAINÉ NON TISSÉ/PLASTIQUE Notice technique: COMPATIBLE POUR LA STERILISATION A LA VAPEUR D'EAU ET AU PEROXYDE D'HYDROGENE					
2	1	SACHET NON TISSÉ/PLASTIQUE TOUTES TAILLES Annexe technique: Une face non tissé et une face plastique. Conforme à la norme ISO 11607-1 et EN 868-5 Proposer l'ensemble des tailles de la gamme	Unité	3 400	4 000	1
2	2	GAINÉ NON TISSÉ/PLASTIQUE TOUTES TAILLES Annexe technique: Une face non tissé et une face plastique. Conforme à la norme ISO 11607-1 et EN 868-5 Proposer l'ensemble des tailles de la gamme	Unité	25	40	1
3	EMBALLAGE DE STERILISATION : SACHET TISSÉ/NON TISSÉ Notice technique: COMPATIBLE POUR LA STERILISATION A LA VAPEUR D'EAU					
3	1	SACHET TISSÉ/NON TISSÉ TAILLE ENVIRON 420x720 MM Annexe technique: Deux faces non tissé. Conforme à la norme ISO 11607-1 et EN 868-5 Proposer l'ensemble des tailles de la gamme couleurs différentes par taille si possible	Unité	4 250	5 100	1
3	2	SACHET TISSÉ/NON TISSÉ TAILLE ENVIRON 470x750 MM Annexe technique: Deux faces non tissé. Conforme à la norme ISO 11607-1 et EN 868-5 Proposer l'ensemble des tailles de la gamme couleurs différentes par taille si possible	Unité	7 500	9 000	1
4	EMBALLAGE DE STERILISATION : 2 FEUILLES NON-TISSÉES SOUDÉES Notice technique: COMPATIBLE A LA STERILISATION A LA VAPEUR D'EAU ET AU PEROXYDE D'HYDROGENE					
4	1	2 FEUILLES NON-TISSÉES SOUDÉES TAILLE ENVIRON 75CMx75CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 90g-100g (pour 2 feuilles soudées), environ équivalent à "H300"	Unité	3 400	3 978	1
4	2	2 FEUILLES NON-TISSÉES SOUDÉES TAILLE ENVIRON 90CMx90CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 90g-100g (pour 2 feuilles soudées), environ équivalent à "H300"	Unité	4 500	5 400	0
4	3	2 FEUILLES NON-TISSÉES SOUDÉES TAILLE ENVIRON 100CMx100CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 90g-100g (pour 2 feuilles soudées), environ équivalent à "H300"	Unité	3 500	4 200	1
4	4	2 FEUILLES NON-TISSÉES SOUDÉES TAILLE ENVIRON 120CMx120CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 90g-100g (pour 2 feuilles soudées), environ équivalent à "H300"	Unité	5 000	6 000	1

Catalogue des besoins STERI2026 - Quantités annuelles

STERI2026 DISPOSITIFS MEDICAUX ET ACCESSOIRES DE STERILISATION (25 LOTS) (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi	Nb spéc.
4	5	2 FEUILLES NON-TISSE SOUDEES TAILLE ENVIRON 137CMx137CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 90g-100g (pour 2 feuilles soudées), environ équivalent à "H300"	Unité	1 000	1 200	1
5	EMBALLAGE DE STERILISATION : FEUILLES NON-TISSE SIMPLE OU INTERFOLIEES Notice technique: COMPATIBLE A LA STERILISATION A LA VAPEUR D'EAU ET AU PEROXYDE D'HYDROGENE					
5	1	FEUILLES NON-TISSE SIMPLE OU INTERFOLIEES TAILLE ENVIRON 75CMx75CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 45g-50g pour une feuille, environ équivalent à "H300"	Unité	7 000	8 400	1
5	2	FEUILLES NON-TISSE SIMPLE OU INTERFOLIEES TAILLE ENVIRON 90CMx90CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 45g-50g pour une feuille, environ équivalent à "H300"	Unité	9 000	10 800	0
5	3	FEUILLES NON-TISSE SIMPLE OU INTERFOLIEES TAILLE ENVIRON 100CMx100CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 45g-50g pour une feuille, environ équivalent à "H300"	Unité	7 000	8 400	0
5	4	FEUILLES NON-TISSE SIMPLE OU INTERFOLIEES TAILLE ENVIRON 120CMx120CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 45g-50g pour une feuille, environ équivalent à "H300"	Unité	6 000	7 200	1
5	5	FEUILLES NON-TISSE SIMPLE OU INTERFOLIEES TAILLE ENVIRON 137CMx137CM Annexe technique: 100% synthétique SMS Conforme à la norme EN 868 et ISO 11607-1 Certificat de barrière microbienne feuille simple et double Grammage environ 45g-50g pour une feuille, environ équivalent à "H300"	Unité	1 000	1 200	1
6	PAPIER ABSORBANT POUR PROCEDE DE STERILISATION					
6	1	PAPIER ABSORBANT POUR PROCEDE DE STERILISATION ENVIRON 30CMx30CM Annexe technique: Matériau : crêpe environ 110g/m²	Unité	20 000	24 000	0
6	2	PAPIER ABSORBANT POUR PROCEDE DE STERILISATION ENVIRON 30CMx60CM Annexe technique: Matériau : crêpe environ 110g/m²	Unité	20 000	24 000	1
7	SACHET DE SUREMBALLAGE (DE PROTECTION) TRANSPARENT Notice technique: POUR LE TRANSPORT OU LE STOCKAGE DE MATERIEL STERILE					
7	1	SACHET DE SUREMBALLAGE (DE PROTECTION) TRANSPARENT TAILLE ENVIRON 200CMx300CM Annexe technique: Fermeture autocollante, proposer toutes les tailles	Unité	100	200	0

Catalogue des besoins STERI2026 - Quantités annuelles

STERI2026 DISPOSITIFS MEDICAUX ET ACCESSOIRES DE STERILISATION (25 LOTS) (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi	Nb spéc.
7	2	SACHET DE SUREMBALLAGE (DE PROTECTION) TRANSPARENT TAILLE ENVIRON 300CMx500CM Annexe technique: Fermeture autocollante, proposer toutes les tailles	Unité	800	1 600	0
7	3	SACHET DE SUREMBALLAGE (DE PROTECTION) TRANSPARENT TAILLE ENVIRON 400CMx550CM Annexe technique: Fermeture autocollante, proposer toutes les tailles	Unité	500	1 000	0
7	4	SACHET DE SUREMBALLAGE (DE PROTECTION) TRANSPARENT TAILLE ENVIRON 400CMx760CM Annexe technique: Fermeture autocollante, proposer toutes les tailles	Unité	500	1 000	1
7	5	SACHET DE SUREMBALLAGE (DE PROTECTION) TRANSPARENT TAILLE ENVIRON 600CMx760CM Annexe technique: Fermeture autocollante, proposer toutes les tailles	Unité	1 000	2 000	0
8	RUBAN ADHESIF INDICATEUR DE PASSAGE A L'AUTOCLAVE ET ACCESSOIRE Notice technique: TAILLE ENVIRON 24MM DE LARGE PAR 50M DE LONG					
8	1	RUBAN ADHESIF INDICATEUR DE PASSAGE A L'AUTOCLAVE ET ACCESSOIRE Annexe technique: Taille environ 24mm de large par 50m de long conformité norme : ISO 11140-1 compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau. Pour les feuilles en non-tissé. Avec dévidoir de préférence (à inclure dans le BPU le cas échéant)	Unité	270	324	1
9	RUBAN ADHESIF INDICATEUR DE PASSAGE A LA STERILISATION BASSE TEMPERATURE Notice technique: AU PEROXYDE D'HYDROGENE ET ACCESSOIRE					
9	1	RUBAN ADHESIF INDICATEUR DE PASSAGE A LA STERILISATION BASSE TEMPERATURE Annexe technique: AU PEROXYDE D'HYDROGENE ET ACCESSOIRE TAILLE ENVIRON 20MM DE LARGE PAR 50M DE LONG conformité norme : ISO 11140-1 compatible à la stérilisation au peroxyde d'hydrogène. Pour les feuilles en non-tissé. Compatible STERIS -VPROMAX. Avec dévidoir de préférence (à inclure dans le BPU le cas échéant)	Unité	15	25	1
10	INDICATEUR D'EMULATION CLASSE 6 AUTOCLAVE A 134°C-18MIN					
10	1	INDICATEUR D'EMULATION CLASSE 6 AUTOCLAVE A 134°C-18MIN Annexe technique: Conformité norme : ISO 11140-1 Indicateur type 6/classe 6 – multi-paramètres : vapeur d'eau , 134°C 18 min. Bandelette ou languette	Unité	2 500	3 000	1
11	BANDELETTE/LANGUETTE AVEC INDICATEUR PHSICO CHIMIQUE Notice technique: DE PASSAGE A LA STERILISATION AU PEROXYDE D'HYDROGENE CLASSE 4					
11	1	BANDELETTE/LANGUETTE AVEC INDICATEUR PHSICO CHIMIQUE Annexe technique: DE PASSAGE A LA STERILISATION AU PEROXYDE D'HYDROGENE CLASSE 4 conformité norme : ISO 11140-1 compatible à la stérilisation au peroxyde d'hydrogène. Compatible STERIS -VPROMAX. Indicateur type 4/ classe 4	Unité	1 500	2 000	1
12	CARTOUCHE DE PEROXYDE D'HYDROGENE Notice technique: POUR STERILISATEUR STERIS-VPROMAX 2 (début d'exécution différée au 01/01/2027)					
12	1	CARTOUCHE DE PEROXYDE D'HYDROGENE POUR STERILISATEUR STERIS-VPROMAX 2 Annexe technique: Compatible Steris VPROMAX 2 proposer tous les formats	Unité	75	100	0
13	TEST INDICATEUR DE SALISSURES A BADIGEONNER POUR LE LAVAGE EN LAVEUR-DESINFECTEUR Notice technique: Norme EN ISO 15 883-5					

Catalogue des besoins STERI2026 - Quantités annuelles

STERI2026 DISPOSITIFS MEDICAUX ET ACCESSOIRES DE STERILISATION (25 LOTS) (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi	Nb spéc.
13	1	TEST INDICATEUR DE SALISSURES A BADIGEONNER POUR LE LAVAGE EN LAVEUR-DESINFECTEUR Annexe technique: Norme EN ISO 15 883-5	Unité	90	120	1
14	TEST INDICATEUR DE SALISSURES POUR INSTRUMENTS CREUX POUR LAVEUR-DESINFECTEUR					
14	1	TEST INDICATEUR DE SALISSURES POUR INSTRUMENTS CREUX POUR LAVEUR-DESINFECTEUR Annexe technique: Proposer les accessoires également. (tube en inox) Norme EN ISO 15 883-5	Unité	200	300	1
15	TEST DE PERFORMANCE DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS					
15	1	TEST DE PERFORMANCE DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS	Unité	12	20	0
16	TEST PCD POUR AUTOCLAVE ET ACCESSOIRE					
16	1	BANDELETTE AVEC INDICATEUR PHYSICOCHIMIQUE - CLASSE 6 Annexe technique: PCD = Process Challenge Device Indicateur physico-chimique pour les tests de routine paramètre 3 min 30 secondes et 134°C	Unité	300	1 100	1
16	2	DISPOSITIF PCD (PROCESS CHALLENGE DEVICE) - TUBE HELICOIDAL	Unité	3	6	1
17	PROTECTEURS PAPIER POUR LES EXTREMITES DES INSTRUMENTS POINTUES ET PIQUANTES					
17	1	PROTECTEURS PAPIER POUR LES EXTREMITES DES INSTRUMENTS POINTUES ET PIQUANTES Annexe technique: Proposer toute la gamme. Compatible stérilisation à 134°C	Unité	20 000	30 000	1
18	PROTECTION SILICONE POUR EXTREMITES DISTALES DES PINCES DU ROBOT DA VINCI					
18	1	PROTECTION SILICONE POUR EXTREMITES DISTALES DES PINCES DU ROBOT DA VINCI Annexe technique: Compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau. Compatible pince du robot Da Vinci XI	Unité	1 200	2 000	1
19	ACCESSOIRE D'IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS					
19	1	BAGUE D'IDENTIFICATION EN SILICONE OU EQUIVALENT Annexe technique: Proposer toutes les tailles et couleurs, compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau 134°C -18 min	Unité	300	600	1
19	2	SPIRALE D'IDENTIFICATION EN SILICONE OU EQUIVALENT Annexe technique: Proposer toutes les tailles et couleurs, compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau 134°C -18 min	Unité	500	1 000	1
19	3	TUBE EN SILICONE A USAGE UNIQUE STERILISABLE ENVIRON 25 METRES OU EQUIVALENT Annexe technique: Proposer toutes les tailles et couleurs, compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau 134°C -18 min	Unité	15	25	1
19	4	BOBINE DE FIL DE SILICONE STERILISABLE Annexe technique: Proposer toutes les tailles et couleurs, compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau 134°C -18 min	Unité	10	20	1
19	5	ETIQUETTE TYPE BAGAGE OU PORTE ETIQUETTE OU SCELLE AVEC INSCRIPTION "A REPARER" Annexe technique: Proposer toutes les tailles et couleurs, compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau 134°C -18 min	Unité	400	700	1
20	COMPTEUR DE CYCLES A DECOUPER A CHAQUE CYCLE OU EQUIVALENT					
20	1	COMPTEUR DE CYCLES A DECOUPER A CHAQUE CYCLE OU EQUIVALENT Annexe technique: Compatible à la stérilisation à la vapeur d'eau 134°C -18 min	Unité	20	50	1
21	SYSTEME DE FIXATION DES ETIQUETTES EN INOX					

26/02/2026

Catalogue des besoins STERI2026 - Quantités annuelles

STERI2026 DISPOSITIFS MEDICAUX ET ACCESSOIRES DE STERILISATION (25 LOTS) (Période du 01/06/2026 au 31/05/2027)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte maxi	Nb spéc.
21	1	SYSTEME DE FIXATION DES ETIQUETTES EN INOX Annexe technique: Clipsable, compatible avec le procédé de stérilisation à la vapeur d'eau à 134°C Utilisable avec les étiquettes Brother TZ de l'étiqueteuse BROTHER P-TOUCH D600VP, marqueur et le gravage laser Proposer toutes les tailles	Unité	50	100	1
22	PRODUIT RENOVATEUR D'INSTRUMENT					
22	1	PRODUIT RENOVATEUR D'INSTRUMENT Annexe technique: Contre les piqûres de rouille, les traces protéiques et les dépôts minéraux. Marquage CE	Unité	10	20	0
23	GELIFIANT POUR EFFLUENTS					
23	1	GELIFIANT POUR EFFLUENTS Annexe technique: En vrac en pot, flacon ou en sachet. Pour gélifier les effluents de lavage. Quantification en KG	Kilogramme	15	30	1
24	MICROPANIER GRILLAGE POUR LAVAGE DES INSTRUMENTS					
24	1	MICROPANIER GRILLAGE POUR LAVAGE DES INSTRUMENTS Annexe technique: Mailles entre 0,8 mm et 1 mm, proposer toutes les tailles	Unité	5	10	0
25	PANIER CYLINDRIQUE POUR LAVAGE DES INSTRUMENTS					
25	1	PANIER CYLINDRIQUE POUR LAVAGE DES INSTRUMENTS Annexe technique: Mailles 0,8mm, proposer toutes les tailles	Unité	5	10	0
Nombre de lignes 46						