

*DIVISION ACHATS
BUREAU EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX - MATERIELS D'EXPLOITATION*

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

APPEL D'OFFRES OUVERT (Art. R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

N°DAF_2025_001841/PFAF-S/ACHATS/EBME du 6 janvier 2026

Relatif à

**Acquisition de lits d'hospitalisations pour les zones opérationnels au profit du Service de
Santé des Armées**

1. GENERALITES

1.1 CONTEXTE DU MARCHÉ

Le marché consiste en l'acquisition de lits permettant d'équiper les zones d'hospitalisation des ROLE 2 du Service de Santé des Armées.

1.2 Allotissement

N° du lot	Objet du lot
1	Acquisition de lits d'hospitalisation superposés
2	Acquisition de lits d'hospitalisation simples

2. EXIGENCES TECHNIQUES

2.1 Lot 1 : Acquisition d'hospitalisation superposés

Ces lits doivent pouvoir être installés dans un espace restreint sous tente, avec un sol pouvant être meuble ou manquer de planéité.

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :

- Être manutentionné par deux personnes maximum,
- Être dans les dimensions suivantes : 100cm de large et 210 cm de long ;
- Être superposables pour permettre d'accueillir deux personnes avec une aide d'accès au lit supérieur (type échelle ou marche pieds),
- Être pliable et facilement transportable,
- Le lit supérieur doit être équipé de barrières de protection antichute,
- Le lit supérieur doit pouvoir accueillir un patient avec un poids pouvant aller jusqu'à 120 kg,
- Être montable et démontable sans outils spécifiques,
- Ne pas nécessiter d'entretien ou de réparation soumis à des formations ou des outillages spécifiques,
- La rigidité de la structure doit être garantie durant son utilisation,
- Avoir une disponibilité de pièces détachées,
- Être facile à entretenir et à réparer,
- Doit être nettoyable et désinfectable sans altérer la qualité même aux niveaux des finitions.

Dans l'idéal, le lit superposé doit pouvoir être individualisé.

De la même manière, des pieds larges et ajustables en hauteur sont souhaités.

Le titulaire fournit le lit avec l'ensemble de ses accessoires (matelas, sur-matelas, potence,...).

2.2 Lot 2 : Acquisition de lits d'hospitalisation simples

Ces lits doivent pouvoir être installés dans un espace restreint sous tente, avec un sol pouvant être meuble ou manquer de planéité.

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :

- Doit être manuel (non électrique),
- Être de largeur maximum 100cm,
- Doit être fournis avec son matelas,
- Doit pouvoir accueillir un patient d'au moins 130 kg,
- Être équipé d'un dossier relevable manuellement (minimum 3 positions),
- Disposer de barrières de protection antichute déverrouillable manuellement,
- Doit être pliables (avec le minimum d'éléments pouvant être désolidarisés) et gérables pendant le transport,
- Doit reposer sur des roulettes pivotantes pour faciliter sa manutention, chacune avec un frein,
- Doit pouvoir être manutentionné par deux personnes maximum,
- Être facile à monter et démonter sans outils spécifiques
- Être facile à entretenir et à réparer,
- Avoir une disponibilité de pièces détachées,
- Doit être nettoyable et désinfectable sans altérer la qualité même aux niveaux des finitions,
- Doit être marqué CE.

Tous système de réglage automatique ou motorisé est exclu.

Le titulaire fournit le lit avec l'ensemble de ses accessoires (matelas, sur-matelas, potence,...).