

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1



Seite
Page 1 / 2

Kunde:
Customer: **WIKAI Instruments SARL**
France

Zeugnis-Nr.
Certificate No. **C01108080485**

Datum
Date **08/11/2024**

Kundenbestellnummer Customer Order No.	P00518617 / R076000227 / P00519873	Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No.	Bestelldatum Order date	11/09/2024
---	---	--	----------------------------	-------------------

Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item	S110214924/1	Artikel-Nr. Item No.	7790.22	
Typ Model	CTD9300-650	Seriennummer Serial number	190913_as_found	Anzeigebereich Scale range 40°C ... 650°C
Fehlergrenze error limits	0,1 K ... 0,6 K	Messstellen-Nr. Tag No.	ID: IR009603	

Referenzgerät Reference 4316756 1109RAGQ	Typ Model Digitalmultimeter PRT	Prüfmittelnr. Inspection Equipm. No. GN A52 58246 D-K 2023 GN A64 A14517 D-K 2024
---	--	--

Ergebnis Result	Luftfeuchte Humidity	40% +/- 25%	Temperatur Temperature	23°C +/- 2°C
--------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

Sollwert Set Value °C	Istwert Actual value °C	Abweichung Deviation K				
100,34	100,00	-0,34				
200,47	200,00	-0,47				
300,28	300,00	-0,28				
399,83	400,00	0,17				
499,41	500,00	0,59				
598,80	600,00	1,20				

Die Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:
Verification was carried out according to the following standard:

Bemerkung / Remarks:

Der Kalibriergegenstand hält die Herstellerspezifikation nicht ein

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1



Seite
Page 2 / 2

Kunde:
Customer: **WIKA Instruments SARL**
France

Zeugnis-Nr.
Certificate No. **C01108080485**

Datum
Date **08/11/2024**

Abnahmebeauftragter (PI-SV)
Inspection Representative **Harald Harth**

Prüfer
Examiner **Jens Schnellbacher**

Dieses Abnahmeprüfzeugnis wurde elektronisch erstellt und wird hiermit vom genannten Abnahmebeauftragten bestätigt. Das Dokument gilt ohne Unterschrift.

The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.