

Sommaire

10 ELECTRODE ENDOCAVITAIRE TEMPORAIRE INTRACARDIAQUE	1
15 ENDOPROTHESE CORONAIRE A ELUTION DE SUBSTANCE	2
18 ENDOPROTHESE POUR REDUCTION DU SINUS CORONAIRE	4
33 CATHETER A BALLONNET PTCA AVEC SUBSTANCE ACTIVE	5
40 CATHETER DE LITHOTRIPSIE INTRA VASCULAIRE	6
77 IMPLANT DE DRAINAGE TUBULAIRE POLYMERE POUR CHIRURGIE DE GLAUCOME	7
109 CATHETER POUR EMBOLECTOMIE	8
110 IMPLANTS POUR FIXATION ORTHOGNATHIQUE ET VIS ASSOCIEES	9
111 DISPOSITIFS MEDICAUX POUR SYSTEME D'ELECTROPORATION POUR ABLATION CARDIAQUE	10

Nombre de lignes **9**

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
10	ELECTRODE ENDOCAVITAIRE TEMPORAIRE INTRACARDIAQUE					
10	ELECTRODE ENDOCAVITAIRE TEMPORAIRE INTRACARDIAQUE	1	ELECTRODE ENDOCAVITAIRE TEMPORAIRE INTRACARDIAQUE Pour stimulation temporaire et exploration électrophysiologique Compatible baie d'analyse BARD/BOSTON Longueur 110 à 125 cm environ Diamètres : – 4 à 7 F Stérile Double emballage	Unité	50	1

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
15	ENDOPROTHESE CORONAIRE A ELUTION DE SUBSTANCE		ENDOPROTHESE CORONAIRE A ELUTION DE SUBSTANCE Stent coronaire thérapeutique libérant un principe actif destiné à prévenir la resténose. Stenting chez les patients à fort risque de resténose (diabétiques, ...) en première intention. Diamètre : - 2,25 à 4 mm environ Longueur : - 8 à 32 mm environ Le fournisseur indiquera la liste complète des références dont il dispose Molécule thérapeutique et matériau : à préciser Stérile Double emballage CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES : Le fournisseur mettra à disposition du CHU ORLEANS un dépôt permanent d'endoprothèses définit qualitativement et quantitativement avec les cliniciens. Le fournisseur indiquera dans un tableau distinct de son offre pour chaque dispositif médical implantable facturable en sus des GHS dans le cadre de la tarification à l'activité : - Le libellé du dispositif médical - Le code article - Le code LPPR - Le tarif LPPR CRITERES DE CHOIX : Critères de choix Techniques : - Principe actif libéré - Résultats des études cliniques - Indications - Gamme de stents			
15	ENDOPROTHESE CORONAIRE A ELUTION DE SUBSTANCE	1		Unité	2 000	1

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			<div>- Ballon porteur</div> <div>Critères de choix Economiques :</div> <div>- Prix</div>			

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
18	ENDOPROTHESE POUR REDUCTION DU SINUS CORONAIRE					
18	ENDOPROTHESE POUR REDUCTION DU SINUS CORONAIRE	1	<p>ENDOPROTHESE POUR REDUCTION DU SINUS CORONAIRE Endoprothèse pour réduction du sinus coronaire.</p> <p>Endoprothèse montée sur cathéter ballonnet destiner à être mis en place dans le sinus coronaire pour créer un rétrécissement permanent.</p> <p>Indications : Angor réfractaire avec ischémie myocardique non traitable par pontage coronaire ou procédure d'angioplastie percutanée.</p> <p>Matériau: à préciser</p> <p>Cathéter à ballonnet: à préciser</p> <p>Stérilisation : à préciser</p> <p>Dimension: à préciser</p> <p>Le fournisseur indiquera si une mise en dépôt est possible et sous quelles conditions. Il indiquera également les modalités de prise en charge financière.</p> <p>CRITERES DE CHOIX : Critères de choix techniques: – Essais services</p> <p>Critères de choix économiques: – Prix</p>	Unité	10	0

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
33	CATHETER A BALLONNET PTCA AVEC SUBSTANCE ACTIVE					
33	CATHETER A BALLONNET PTCA AVEC SUBSTANCE ACTIVE	1	<p>CATHETER A BALLONNET PTCA AVEC SUBSTANCE ACTIVE Cathéter de dilatation à ballonnet recouvert de substance active</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur 135 cm environ - Echange rapide - Semi compliants <p>Stérile</p> <p>Stérilisation: à préciser</p> <p>Tous diamètres et longueurs courants</p> <p>A échange sur guide de longueur 175 cm environ</p> <p>Substance active à préciser</p> <p>CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES : Le fournisseur proposera l'ensemble de la gamme qu'il est susceptible de fournir au CHU ORLEANS.</p> <p>CRITERES DE CHOIX Critères de choix Techniques : <ul style="list-style-type: none"> - Gamme - Nature de la subsatnce - Recul d'utilisation - Essais services </p> <p>Critères de choix Economiques: <ul style="list-style-type: none"> - Prix </p>	Unité	300	1

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
40	CATHETER DE LITHOTRIPSIE INTRA VASCULAIRE					
40	CATHETER DE LITHOTRIPSIE INTRA VASCULAIRE	1	<p>CATHETER DE LITHOTRIPSIE INTRA VASCULAIRE Cathéter de lithotripsie intracoronaire à ballonnet pour traitement des lésions calcifiées avant pose de stent</p> <p>Dimension: à préciser</p> <p>Matériau: à préciser</p> <p>Stérilisation : à préciser</p> <p>Le fournisseur proposera un prix pour l'ensemble de sa gamme.</p> <p>Le fournisseur indiquera si ses cathéters sont captifs d'un générateur .</p> <p>Si oui, le fournisseur précisera les modalités d'acquisition (achat, mise à disposition...)</p> <p>Il indiquera si des dispositifs accessoires sont nécessaire à l'utilisation du dispositif de lithotripsie.</p> <p>CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES : Disponibilité d'une gamme pour l'abord vasculaire périphérique.</p> <p>CRITERES DE CHOIX : Critères de choix Techniques: – Gamme de cathéters – Nombre de choix possibles – essais services</p> <p>Critères de choix Economiques: – Prix</p>	Unité	30	1

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
77	IMPLANT DE DRAINAGE TUBULAIRE POLYMERE POUR CHIRURGIE DE GLAUCOME					
77	IMPLANT DE DRAINAGE TUBULAIRE POLYMERE POUR CHIRURGIE DE GLAUCOME	1	IMPLANT DE DRAINAGE TUBULAIRE POLYMERE POUR CHIRURGIE DE GLAUCOME Implant de drainage tubulaire pour traitement de glaucome. Abord mini invasif. Matériau: Polymère de synthèse (à préciser) Stérilisation: à préciser CRITERES DE CHOIX : Critères de choix Techniques: – Facilité d'implantation – Qualité du drainage Critères de choix Economiques – Prix	Unité	20	1

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
109	CATHETER POUR EMBOLECTOMIE					
109	CATHETER POUR EMBOLECTOMIE	1	CATHETER POUR EMBOLECTOMIE Tous diamètres – Tous usages Longueur de 60 à 100 cm environ Ballon de 4 à 9 mm environ Matériau: Latex Stérile Double emballage Marquage CE à préciser OPTIONS: Clamps pour cathéters d'embolectomie CRITERES DE CHOIX : Critères de choix Techniques : – Gamme – Essais services Critères de choix Economiques : – Prix	Unité	400	1

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
110	IMPLANTS POUR FIXATION ORTHOGNATHIQUE ET VIS ASSOCIEES					
110	IMPLANTS POUR FIXATION ORTHOGNATHIQUE ET VIS ASSOCIEES	1	PLAQUES TITANE POUR FIXATION ORTHOGNATHIQUE	Unité	260	0
110	IMPLANTS POUR FIXATION ORTHOGNATHIQUE ET VIS ASSOCIEES	2	<p>VIS TITANE POUR FIXATION ORTHOGNATHIQUE Implants pour fixation orthognathique et vis associées</p> <p>Matériau : Titane</p> <p>A restériliser</p> <p>Le fournisseur mettra à disposition des établissements du GHT 45 un dépôt d'implants et d'ancillaires de pose pour la durée du marché. Il précisera combien il peut en mettre à disposition pour chaque établissement.</p> <p>Le fournisseur précisera les modalités d'accompagnement des praticiens dans la planification opératoire.</p> <p>Le fournisseur fournira une offre tarifaire pour l'ensemble de son catalogue vis et plaque sous forme de prix unitaire....</p> <p>CRITERES DE CHOIX :</p> <p>Critères de choix techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gammes de vis et plaques - Facilité de montage - Modalité d'accompagnement dans la planification opératoire <p>Critères de choix Economiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prix 	Unité	1 200	0

PROTHINF2026 AO INFRUCTUEUX PROTHESES 2025-09 (Période du 01/06/2026 au 31/12/2026)

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
111	DISPOSITIFS MEDICAUX POUR SYSTEME D'ELECTROPORATION POUR ABLATION CARDIAQUE					
111	DISPOSITIFS MEDICAUX POUR SYSTEME D'ELECTROPORATION POUR ABLATION CARDIAQUE	1	<p>CATHETER D'ABLATION Dispositifs médicaux pour système de délivrance d'impulsions d'électroporation pour ablation cardiaque Matériau : à préciser Stérilisation : à préciser Le fournisseur indiquera la liste des référence et prix des dispositifs accessoires à la réalisation des procédures et ne correspondant pas à l'un des sous-lots. Le fournisseur précisera les câbles nécessaires à l'utilisation des différents cathéters en indiquant qu'ils sont à usage unique ou réutilisables (nombre de réutilisation et modalité de prise en charge en stérilisation) ainsi que leurs prix. Il indiquera les modalités d'acquisition des consoles (achat, mise à disposition) ainsi que les conditions de maintenance de l'équipement et de la mise à disposition des évolutions techniques pendant la durée du marché. Le fournisseur indiquera la liste des DM nécessaires à une procédure. L'achat en kit n'est pas retenu pour permettre la traçabilité à la référence nécessaire au circuit de matériovigilance.</p> <p>CRITERES DE CHOIX : Critères de choix techniques : - Gammes des cathéters - Accompagnement technique - Facilité d'utilisation</p> <p>Critères de choix Economiques : - Prix</p>	Unité	100	0

Nombre de lignes 10