

CHIR26 DM POUR ABORD CHIRURGICAL

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
1		AIGUILLE A PNEUMOPERITOINE STANDARD. Notice technique: Aiguille pour pneumopéritoine. Emballage Unitaire. Présentation Usage Unique Stérile.					
1	1	Aiguille pour pneumopéritoine	Unité	30		270	0/900
2		BISTOURI STERILE USAGE UNIQUE Notice technique: Qualité tranchant supérieure Présentation unitaire thermoformé rigide stérile Emballage permettant une bonne prise en main RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
2	1	Bistouri monté lame acier inox toutes tailles	Unité	36 400		327 600	0/900
2	2	Coupe-suture toutes tailles Annexe technique: Lame recourbée s'utilisant sans manche Acier au carbone / acier inoxydable	Unité	2 980		26 820	0/900
2	3	Lame de bistouri stérile toutes tailles Annexe technique: Stérile, Rayons gamma, emballage individuel Acier au carbone Compatible manche bistouris 3 et 4	Unité	52 980		476 820	0/900
3		CANULES ASPIRATION LAVAGE Notice technique: Système usage unique de canule et tubulure Indication : lavage et aspiration lors des procédures de laparoscopie Canule rigide, longueurs et diamètres disponibles à préciser Tubulure avec poignée ergonomique, boutons de contrôle permettant l'aspiration et l'irrigation Longueur et diamètre tubulures à préciser					
3	1	Canule aspiration lavage	Unité	600		5 400	0/900
4		CANULE ASPIRATION REGLAGE DEBIT INTEGRE Notice technique: Canule à usage unique avec poignée de préhension antidérapante et réglage du débit intégré PVC transparent sans latex Extrémité distale atraumatique Extrémité proximale crantée RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
4	1	Canule aspiration CH18 à réglage de débit intégré	Unité	8 510		76 590	0/900
5		CANULE ASPIRATION YANKAUER AVEC / SANS CONTRÔLE DIGITAL Notice technique: Canule d'aspiration Yankauer semi-rigide avec / sans contrôle digital PVC transparent, stérile, sans latex Extrémité distale atraumatique Connexion proximale conique, adaptable à tout diamètre de tubulure RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
5	1	Canule yankauer fine CH12 2.6mm Annexe technique: 2 oeils Avec contrôle du vide	Unité	4 080		36 720	0/900
5	2	Canule yankauer moyenne CH18 4.6mm Annexe technique: 6 oeils Avec contrôle du vide	Unité	1 870		16 830	0/900
5	3	Canule yankauer forte CH22 5.0mm Annexe technique: 6 oeils Avec contrôle du vide	Unité	870		7 830	0/900
6		CANULE PERFUSION ARTERIELLE POUR PMO Notice technique: Canule perfusion artérielle stérile usage unique Extrémité droite, anneau suture réglable Flexible non armée Longueur 25cm Raccord 3/8 CH18 à CH24 RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
6	1	Canule perfusion artérielle PMO toutes tailles	Unité	60		540	0/900
7		CRAYON DERMOGRAPHIQUE Notice technique: Feutre chirurgical stérile à usage unique Encre au violet de gentiane Non toxique RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					

CHIR26 DM POUR ABORD CHIRURGICAL

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
7	1	Crayon dermographique pointe standard	Unité	29 250		263 250	0/900
7	2	Crayon dermographique pointe fine	Unité	1 800		16 200	0/900
8		SET PONCTION PLEURALE, AIGUILLE SECURISEE Notice technique: Drain pleural en polyuréthane diamètre 2.8mm, longueur 12cm environ Aiguille de ponction à bout mousse rétractable Composition du set : aiguille de ponction 16G, drain pleural, seringue 50ml II, poche de drainage 2l, robinet 3voies et prolongateur Formation de personnel Offre de prix sur l'ensemble de la gamme et accessoires					
8	1	Set ponction pleurale, aiguille sécurisée	Unité	1 710		15 390	0/900
9		ELECTRODES MANCHES BISTOURIS – ARTHROSCOPIE 21.6CM Notice technique: Electrodes stériles usage unique pour manches de bistouris électrochirurgicaux RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
9	1	Electrode arthroscopie 21.6 cm	Unité	30		270	0/900
10		ELECTRODES MANCHES BISTOURIS ELECTROCHIRURGICAUX Notice technique: Electrodes stériles usage unique pour manches de bistouris électrochirurgicaux RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
10	1	Electrode lame Annexe technique: Électrode-lame "type Edge" enduite à usage unique Compatible manche bistouri électrique Diamètre tige 2.4mm Embase cylindrique Longueur 16.5 cm Longueur active 2.54cm	Unité	1 160		10 440	0/900
11		ELECTRODES MANCHES BISTOURIS ELECTROCHIRURGICAUX MICROCHIRURGIE Notice technique: Electrodes stériles usage unique pour manches de bistouris électrochirurgicaux RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
11	1	Electrode aiguille microchir droite 3cm/3mm Annexe technique: Longueur totale 5.4cm Longueur exposée 3cm Longueur active 3mm Diamètre tige 0.06mm	Unité	480		4 320	0/900
11	2	Electrode aiguille microchir droite 9cm/3mm Annexe technique: Longueur totale 10.16cm Longueur exposée 9cm Longueur active 3mm Diamètre tige 0.06mm	Unité	90		810	0/900
12		ELECTRODES MANCHES BISTOURIS ELECTROCHIRURGICAUX gyneco Notice technique: Electrodes stériles usage unique pour manches de bistouris électrochirurgicaux RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
12	1	Electrode-anse de conisation 15x12mm Annexe technique: Longueur totale 13 cm Diamètre tige 2.4mm Dimensions : 15x12mm	Unité	100		900	0/900
12	2	Electrode-anse de conisation 20x15mm Annexe technique: Longueur totale 13 cm Diamètre tige 2.4mm Dimensions : 20x15mm	Unité	240		2 160	0/900
12	3	Electrode lame boule Annexe technique: Électrode-lame enduite à usage unique Compatible manche bistouri électrique Diamètre tige 2.4mm Longueur 13cm Boule acier inox 5mm	Unité	210		1 890	0/900
13		EPINGLE DE SURETE STERILE Notice technique: Entièrement métallique Stérilisation à l'ETO Simple emballage Marquage CE - facilité manipulation Préciser la durée de péremption					
13	1	Epingle de sûreté	Unité	960		8 640	0/900

CHIR26 DM POUR ABORD CHIRURGICAL

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
14		GANT CHIRURGICAL RADIOPROTECTION Notice technique: Gant radio-atténuateur stérile, à usage unique, sans poudre Bonne sensibilité tactile Haute protection sans plomb, hypoallergénique Epaisseur, indice d'atténuation et équivalence en Plomb à préciser RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
14	1	Gant radio-atténuateur toutes tailles	Unité	375		3 375	0/900
15		GANT DE CHIRURGIE LATEX NON POUDRE Notice technique: Gants permettant un enfilage aisé en simple et en double gantage Grip et sensibilité satisfaisants Gants adaptés à toutes chirurgies : fins + standard Taille 6 à 8.5 Fournir la liste des CH où ces gants sont implantés Essais : après présentation à la pharmacie et validation, prévoir des essais gratuits sur 2 semaines Encadrement des essais par le fournisseur RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA (DES) GAMME(S)					
15	1	Gants de chirurgie latex non poudrés	Unité	78 420		705 780	0/900
16		GANT DE CHIRURGIE SYNTHETIQUE Notice technique: Matériau type Néoprène Pour personnes allergiques de type I et type IV Absence carbamates, benzothiazoles, et thiurames RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
16	1	Gant chirurgie synthétique toutes tailles	Unité	469 080		4 221 720	0/900
17		GANT EXAMEN LATEX STERILE NON POUDRE Notice technique: GANT EXAMEN LATEX STERILE NON POUDRE					
17	1	GANT EXAMEN LATEX STERILE NON POUDRE	Unité	181 700		1 635 300	0/900
18		GRATTOIR POUR BISTOURI Notice technique: Stérile à usage unique Permettant d'enlever facilement les débris collés sans endommager l'instrument.					
18	1	Grattoir pour bistouri	Unité	7 140		64 260	0/900
19		POCHE PONCTION ASCITE Notice technique: Poche de prélèvement de 7 litres Tubulure avec clamps, site de prélèvement, connecteur Y, chambre compte-gouttes, protecteur du système de ponction Facilité ponction et prélèvement. Absence Latex RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
19	1	Poche pour ponction d'ascite	Unité	3 215		28 935	0/900
20		POCHE REFRIGERATION NACL 0.9% 250ML Notice technique: Poche de 800ml en PVC stérile contenant NaCl 0.9% 250ml					
20	1	Poche à réfrigération NaCl 0.9%	Unité	450		4 050	0/900
21		SONDES DE FOGARTY Notice technique: Cathéters à ballonnet stérile à uu pour embolectomie artérielle 2F à 6F lg 60 à 80cm Matériau ballonnet à préciser Diamètre ballonnet 4 à 14mm Volume ballonnet 0.08 à 2,5mm Gaine polyester avec renfort en acier inoxydable Absence de latex à préciser RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
21	1	Sondes de fogarty toutes tailles	Unité	15		135	0/900
22		TUBULURE ASPIRATION CHIRURGICALE SOUPLE Notice technique: Tubulure PVC stérile souple sans latex Connexion godet à préciser selon tailles Diamètre 5 à 10mm Longueurs à préciser RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME					
22	1	Tubulure aspiration souple 10mm 300cm	Unité	60		540	0/900
22	2	Tubulure d'aspiration souple 5mm 270cm	Unité	8 505		76 545	0/900
22	3	Tubulure d'aspiration souple 7mm 360cm	Unité	8 655		77 895	0/900

CHIR26 DM POUR ABORD CHIRURGICAL

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
23	IMPLANTS RECONSTRUCTION MAMMAIRE						
23	1	Implants mammaire	Unité	45		405	0/900
23	2	Gabarits	Unité	45		405	0/900
24	EXPANSEURS TISSULAIRES						
24	1	EXPANSEURS TISSULAIRES	Unité	15		135	0/900
25	POCHE DE DRAINAGE STERILES Notice technique: Poche de drainage stériles, vidangeables avec indicateur de mesure, Découpable RÉPONSE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME						
25	1	Poche mini environ 100ml	Unité	2 100		18 900	0/900
25	2	Poche midi environ 300ml	Unité	1 350		12 150	0/900
25	3	Poche maxi environ 500ml	Unité	750		6 750	0/900
26	POCHE ADHESIVE 3 COMPARTIMENTS Notice technique: poche adhésive 3 compartiment 39X45CM COELIO						
26	1	dimension environ 40*45cm	Unité	6 600		59 400	0/900
27	CHAMP SOUS-FESSIER AVEC POCHE RECUEIL GRADUEE Notice technique: champ sous-fessier avec poche de recueil gradué, adapté aux hémorragies post-partum, taille environ 100*120cm						
27	1	dimensions environ 100*120cm	Unité	3 470		31 230	0/900
28	DRAINAGE BILIAIRE POCHE RECHANGE Notice technique: drainage poche à sécrétion 2litres avec tubulure 90cm et embout luer lock mâle, stérile						
28	1	poche à sécrétion 2litres stérile	Unité	750		6 750	0/900
Nombre de lignes 41							