

27/05/2026	Catalogue des besoins AO097 2027	1 / 3
Sommaire		
NI/ AC AIGUILLE ACUPUNCTURE - MESOTHERAPIE ET TUBULURE		1
NI/ AE AIGUILLE PERFUSION INTRA OS		2
NI/ AF EPICRANIENNE		3
NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG		5
NI/ AH CATHETER EPICUTANEO CAVE		12
NI/ AI CATHETER OMBILICAL		15
NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES		17
NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE		37
NI/ AM INTRODUCTEUR		54
NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE		56
NI/ AO REGULATEUR DE DEBIT		71
NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE		72
NI/ AQ FILTRE ANTIPARTICULAIRE / ANTIBACTERIEN		83
NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET		87
NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE		115
NI/ AT BOITIER HOUSSE RAMPE / ROBINET		121
NI/ AU BOUCHON		123
NI/ AV ADMINISTRATION MEDICAMENT VOIE NASALE		124
NI/ AY SERINGUE PRE REMPLIE		125
NI/ BA SERINGUE 3 PIECES		126
NI/ BD POCHE VIDE PERFUSION - POCHE SECHE PHLEBOTOMIE		127
NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE		130
NI/ BF NUTRITION PARENTERALE		138
NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR		143
NI/ BH POCHE A SANG-PRELEVTE MOELLE - TUBE PREPARATION PLASMA RICHE PLAQUETTES		152
NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE		154
NI/ BJ VALVE ASPI - CANULE NASO-OROPHARYNGEE		160
NI/ BK DECONT ASPIRATION TRACHEALE		162
NI/ BL ASPIRATEUR DE MUCOSITES		164
NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE		168
NI/ BN INTUBATION ENDOBRONCHIQUE		177
NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE		182
NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR		192
NI/ BQ INTUBATION DIFFICILE - MASQUE LARYNGE		198
NI/ BR ECHANGEUR CHALEUR+HUMIDITE		202
NI/ BS PRELEVEMENT ENDOBRONCHIQUE		205
NI/ BT HUMIDIFICATION-NEBULISATION - OXYGENATION		207
NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE		209
NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION		233
NI/ BW CPAP- INFANT FLOW - OPTI FLOW - JET VENTILATION		239

27/05/2026	Catalogue des besoins AO097 2027	2 / 3
Sommaire		
NI/ BX TALC STERILE		244
NI/ CA GANTS CHIRURGICAUX		245
NI/ CC ENDOCHIRURGIE		247
NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE		268
NI/ CE OPHTALMOLOGIE		282
NI/ CF GREFFE DE PEAU		315
NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION		316
NI/ CH ORTHOPEDIE		328
NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER		338
NI/ CJ EXTRACTEUR CALCUL URINAIRE		346
NI/ CK BISTOURI - LAME - GRATTOIR - COUPE FILS		347
NI/ CL DERMATOLOGIE - ALLERGOLOGIE		349
NI/ CM ASPIRATION CHIRURGIE		350
NI/ CN MARQUEUR CHIRURGICAL ET ENDOSCOPIQUE - SOLUTION COLORANTE		354
NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE		356
NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV		373
NI/ CQ GLYCEMIE - HOLTER - LANCETTE		395
NI/ CR DISP INJECTION PERFUSION INSULINE		399
NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR		401
NI/ CT SONDE VESICALE		409
NI/ CU SONDE URETERALE - URETEROSTOMIE - CATHETER DILATATION URETERALE		420
NI/ CV POCHE A URINE		424
NI/ CW UROLOGIE		431
NI/ CZ GEL ECHOGRAPHIE - GEL LUBRIFIANT		446
NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE		448
NI/ DB STIMULATION NERF - MONITORAGE NERF		467
NI/ DC DRAINAGE DIGESTIF		472
NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF		475
NI/ DE DRAINAGE AUTRE		482
NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE		487
NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE		502
NI/ DH MESURE PIC - OXYGENE CEREBRAL		513
NI/ DI EL-AIG EMG-EEG-INJ TOXINE B		515
NI/ DJ MONITORAGE TEMPERATURE		518
NI/ DK ABORD BRONCHIQUE		520
NI/ DL DISP DIAGNOSTIC IN VITRO		524
NI/ DN NUTRITION ENTERALE		527
NI/ DO SONDE GASTRODUODENALE		533
NI/ DP SONDE RECTALE - TAMPON ANAL - PROTOSCOPE		534
NI/ DQ POLYPECTOMIE - MUCOSECTOMIE		535

27/05/2026	Catalogue des besoins AO097 2027	3 / 3
Sommaire		
NI/ DR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE		539
NI/ DS CATHETER BILIAIRE		544
NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE		546
NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE		558
NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE		568
NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION		592
NI/ DX EXTRACTION SONDE CARDIOLOGIE		614
NI/ DY ABLATION PEROPERATOIRE FIBRILLATION AURICULAIRE		617
NI/ DZ ABLATION ENDOVEINEUSE		618
NI/ EA URODYNAMIQUE - PRESSION INTRAVESICALE		621
NI/ EB DISP PROTECTION DENTAIRE		626
NI/ EC CAPTEUR OXYMETRIE		627
NI/ ED MEDECINE NUCLAIRE		632
NI/ EE CATHETER DENERVATION RENALE RADIOFREQUENCE		634
NI/ FA PHOTOPHERESE		635
NI/ GA HYGIENE BUCCALE : BAIN DE BOUCHE		637
NI/ VA BIBERON		638
Nombre de lignes 97		

Classe NI/ AC AIGUILLE ACUPUNCTURE - MESOTHERAPIE ET TUBULURE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
1	AIGUILLE ACUPUNCTURE					
1	AIGUILLE ACUPUNCTURE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: dont - 0.18mm x 7mm - 0.20mm x 13mm - 0.25mm x 13mm – 25mm – 40mm - 0.30mm x 25mm H6022258 – VCAAA Codes internes CHU : 985006/ 993727/ 963181/ 963294/ 963292/ 963838 Code DGOS : DN56	Unité	65 300	3
2	AIGUILLE MESOTHERAPIE Notice technique: H6022258					
2	AIGUILLE MESOTHERAPIE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 4X0.40 mm (27G) et 6X0.40 mm (27G) ***** H6022258 – VCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965413 Code DGOS : DN56	Unité	5 800	3
3	TUBULURE Y POUR MESOTHERAPIE Notice technique: H6022258					
3	TUBULURE Y POUR MESOTHERAPIE	1	. Annexe technique: . Connecteur avec 4 voies – Extrémité patient : connecteur luer verrou femelle avec bouchon étanche – Extrémité distale : 4 tubulures luer verrou mâle diam int 1 mm / diam ext 2.5 mm – Longueur totale approchée du dispositif : 1m40 ***** H6022258 – VCBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969285 Code DGOS : DN56	Unité	3 910	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ AE AIGUILLE PERFUSION INTRA OS

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
4	DISPOSITIF POUR LA PERFUSION INTRA OSSEUSE AVEC UN DISPOSITIF MOTORISE Notice technique: H6022218					
4	DISPOSITIF POUR LA PERFUSION INTRA OSSEUSE AVEC UN DISPOSITIF MOTORISE	1	SET AIGUILLES TOUTES TAILLES DONT 15G Annexe technique: . LONGUEURS 15 – 25 ET 45 MM COMPOSITION : – Aiguille – Tubulure avec valve bidirectionnelle et clamp – Réceptacle d'aiguille sécurisé – Stabilisateur ***** H6022218 – AAACA Code(s) interne(s) CHU : 960793 / 960794 / 960795 Code DGOS : DC54	Unité	227	0
4	DISPOSITIF POUR LA PERFUSION INTRA OSSEUSE AVEC UN DISPOSITIF MOTORISE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . LE FOURNISSEUR PRECISE LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DES PERCEUSES MOTORISEES AINSI QUE LEUR PRIX D'ACHAT ***** Compte H6022258 – AAACA Code(s) interne(s) CHU : 999155 Code DGOS : DC54	Unité	16	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ AF EPICRANIENNE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
5	DISPOSITIF EPICRANIEN DOUBLE AILETTE Notice technique: H6022218					
5	DISPOSITIF EPICRANIEN DOUBLE AILETTE	1	TTES DIMENSIONS DONT DIAM EXT 0.5 –0.7MM Annexe technique: . LONGUEUR 20 MM LONGUEUR TUBULURE 30 CM ENVIRON INDICATIONS : PERFUSION ET PRELEVEMENT SANGUIN ***** H6022218 – AABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998921 / 998922 / Code DGOS : DK54	Unité	844 830	5
6	DISPOSITIF EPICRANIEN DOUBLE AILETTE SECURISE Notice technique: H6022218					
6	DISPOSITIF EPICRANIEN DOUBLE AILETTE SECURISE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT DIAMETRE EXTERNE 1,1 MM (19G) LONG 20 MM LONG DE LA TUBULURE 30 CM ENVIRON Gedho : I.HYG.soi 32 ***** H6022218 – AABAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999185 Code DGOS : DK54	Unité	1 850	3
7	DISPOSITIF EPICRANIEN SIMPLE AILETTE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AF EPICRANIENNE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
7	DISPOSITIF EPICRANIEN SIMPLE AILETTE	1	TTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT DIAMETRE EXTERNE 0.5(25G) – 0.7MM(22G) LONGUEUR APPROCHEE 19 ET 22 MM LONGUEUR TUBULURE 30 CM ***** H6022218 – AABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964984 / 965338 Code DGOS : DC54	Unité	17 600	5

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
8	CATHETER COURT VEINEUX POLYURETHANE Notice technique: H6022218					
8	CATHETER COURT VEINEUX POLYURETHANE	1	– Annexe technique: . SANS AILETTES DE FIXATION TOUTES DIMENSIONS DONT 14 à 24G TOUTES LONGUEURS DONT : 20/25/30/45/48 MM Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : le fournisseur fait une proposition pour 1 cathéter avec sécurisation active. ***** H6022218 – AACAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907711 / 907706 / 907710 / 960073 / 907708 / 907707 / 963235 Code DGOS : DC54	Unité	434 750	10
9	CATHETER COURT VEINEUX POLYURETHANE ORX Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
9	CATHETER COURT VEINEUX POLYURETHANE ORX	1	AVEC AILETTES DE FIXATION TTES DIM DONT 20-22-24G Annexe technique: . LONGUEURS 19/25/30 MM POUR LA PEDIATRIE Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE : Le fournisseur fait une proposition pour 1 cathéter avec sécurisation active. ***** H6022218 – AACAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 907695 / 907696 / 907802 Code DGOS : DC54	Unité	15 250	6
10	CATHETER COURT VEINEUX NEONATALOGIE POLYURETHANE ORX Notice technique: H6022218					
10	CATHETER COURT VEINEUX NEONATALOGIE POLYURETHANE ORX	1	AVEC AILETTES DE FIXATION TTES DIMENSIONS DONT 24G Annexe technique: . LONG 14MM POUR LA NEONATALOGIE Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AACCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966216 Code DGOS : DC54	Unité	2 050	3
11	CATHETER COURT VEINEUX DE SECURITE AVEC SECURISATION ACTIVE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
11	CATHETER COURT VEINEUX DE SECURITE AVEC SECURISATION ACTIVE	1	SANS SITE D'INJECTION Annexe technique: . Indication : pour service d'urgence et SAMU POLYURETHANE RADIOOPAQUE TOUTES DIMENSIONS DONT 14 – 16 – 18 – 20 – 22 et 24G LONGUEURS 19 – 25 ET 32 MM Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AACAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907952 / 907745 / 907746 / 907949 / 963832 / 963833 Code DGOS : DC54	Unité	4 050	3
12	CATHETER COURT VEINEUX DE SECURITE AVEC SITE D'INJECTION Notice technique: H6022218					
12	CATHETER COURT VEINEUX DE SECURITE AVEC SITE D'INJECTION	1	. Annexe technique: . POLYURETHANE RADIOOPAQUE TOUTES DIMENSIONS DONT 20G – 22G LONG 25 ET 32 MM SITE D'INJECTION POUR ACCES AU SYSTEME VEINEUX ET ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS SANS AIGUILLE PAR BOLUS Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AACAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985024 / 985025 Code DGOS : DC54	Unité	10 650	6
13	CATHETER PERIPHERIQUE INTRAVEINEUX LONG INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE ADULTE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
13	CATHETER PERIPHERIQUE INTRAVEINEUX LONG INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE ADULTE		TYPE MIDLINE SET CATHETER Annexe technique: . TOUS DIAMETRES DONT 4F - Set avec cathéter, aiguille, introducteur et guide - cathéter polyuréthane radio opaque toutes longueurs dont 20cm - introducteur longueur de gaine 7 cm environ - guide diamètre 018" longueur 45 cm environ - aiguille de ponction 1 INDICATION : Accès veineux périphérique Faible capital veineux Antibiothérapie longue durée Adulte Durée d'utilisation jusqu'à 28 jours (fréquence de changement) Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient Ennov : CHUSE-PRO-01311.1 / CHUSE-PRO-01312.1 ***** H6022218 – AAFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964438 Code DGOS : DC54	Unité	1 025	3
14	CATHETER PERIPHERIQUE INTRAVEINEUX LONG INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE PEDIATRIE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
14	CATHETER PERIPHERIQUE INTRAVEINEUX LONG INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE PEDIATRIE	1	TYPE MIDLINE SET CATHETER Annexe technique: - TOUS DIAMETRES DONT 2F et 3F - Set avec cathéter, aiguille et guide - cathéter polyuréthane radio opaque toutes longueurs dont 6 et 10 cm - guide diamètre 018" longueur 45 cm environ - aiguille de ponction INDICATION : Accès veineux périphérique Faible capital veineux Antibiothérapie longue durée Pédiatrie Durée d'utilisation jusqu'à 28 jours (fréquence de changement) Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient Gedho : I.HYG.soi103 ***** H6022218 – AAFAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965412 / 965505 Code DGOS : DC54	Unité	40	3
15	CATHETER DE SECURITE TYPE MICROPERFUSEUR Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
15	CATHETER DE SECURITE TYPE MICROPERFUSEUR	1	DROIT TOUTES DIMENSIONS DONT : 22-24G LONG 19MM Annexe technique: . - Double ailette de fixation type épicrânienne - Cathéter en polyuréthane radioopaque 19 mm - Tubulure 7 cm avec luer verrouillable INDICATIONS : PEDIATRIE – GERIATRIE Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-01016 ***** H6022218 – AACBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998880 / 998882 Code DGOS : DC54	Unité	20 350	5

Catalogue des besoins

Classe NI/ AG CATHETER PERIPHERIQUE COURT - LONG

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
15	CATHETER DE SECURITE TYPE MICROPERFUSEUR	2	Y TOUTES DIMENSIONS DONT 22 – 24G et LONG 19MM Annexe technique: . – Double ailette de fixation type épicroânienne – Cathéter en polyuréthane radioopaque 19 mm – Tubulure avec luer verrouillable et sortie en y qui permet de bénéficier d'un site d'injection pour l'administration de médicaments Le fournisseur fait également une offre avec un cathéter sécurisé périphérique muni d'un prolognateur et soit d'un Y / soit d'un robinet 3 voies INDICATIONS : PEDIATRIE – GERIATRIE Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00839.4 / CHUSE-PRO-00377.1 / CHUSE-PRO-01087.1 ***** H6022218 – AACBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998881 / 998883 / 993567 Code DGOS : DC54	Unité	11 500	5

Catalogue des besoins

Classe NI/ AH CATHETER EPICUTANEO CAVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
16	CATHETER EPICUTANEO CAVE SILICONE ORX Notice technique: H6022218					
16	CATHETER EPICUTANEO CAVE SILICONE ORX		LONG 30cm-Diam INTERNE 0,3mm-EXTERNE 0,6mm-2F-24G Annexe technique: . - 1 marque à l'extrémité distale du cathéter - 1 marque tous les cm sur toute la longueur du cathéter - 1 introducteur type aiguille à ailettes souples diamètre externe 1 mm 19G longueur 27 mm - 1 raccord intermédiaire amovible type easy-lock 1 Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00349.1 ***** H6022218 – AAGAA Code DGOS : DC54	Unité	5	1
16	CATHETER EPICUTANEO CAVE SILICONE ORX		AIGUILLE DE PONCTION DIAM EXT 1MM 19G Annexe technique: . Diamètre interne 0.76mm LONGUEUR 27 MM 2 Ennov : CHUSE-PRO-00349.1 ***** H6022218 – AAGAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	5	2
17	CATHETER EPICUTANEO CAVE POLYURETHANE ORX Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AH CATHETER EPICUTANEO CAVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
17	CATHETER EPICUTANEO CAVE POLYURETHANE ORX	1	LONG 20 ET 30 CM – DIAM INTERNE 0.17 MM – EXT 0.35 MM Annexe technique: . 1F 28G – Cathéter avec ailettes intermédiaires, prolongateur intégré et marquage tous les centimètres – Aiguille de ponction INDICATION : cathéter introduit par voie périphérique pour prématurés de très faible poids (inférieur à 800 g) et posé en veine cave supérieure. Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969330 Code DGOS : DC54	Unité	40	2
17	CATHETER EPICUTANEO CAVE POLYURETHANE ORX	2	AIGUILLE 24G Annexe technique: . – Aiguille introducteur sécable pour mise en place de cathéter de type épicutanéocave, ou autres cathéters de type PICC néonatal/pédiatrique de diamètre 2Fr – Longueur de l'aiguille 18 mm – Diamètre externe : 0.7 mm ***** H6022218 – AAFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963849 Code DGOS : DC54	Unité	50	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ AH CATHETER EPICUTANEO CAVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
17	CATHETER EPICUTANEO CAVE POLYURETHANE ORX	3	KIT INSERTION POUR CATHETER 1F OU 2F Annexe technique: Le kit contient les éléments suivants : – 1 aiguille 24G biseau 15° long 19mm environ – 1 guide nitinol de 20cm avec extrémités souples et bouloées – Marque à 4.5cm indiquant le passage du guide au delà du biseau de l'aiguille. – 1 ensemble canule pelable / dilateur de 2F longueur 18mm environ. – 1 dispositif d'aide à l'insertion du guide. ***** H6022218 – AAFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962258 Code DGOS : DC54	Unité	180	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ AI CATHETER OMBILICAL

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
18	CATHETER OMBILICAL POLYURETHANE RADIOPAQUE Notice technique: H6022218					
18	CATHETER OMBILICAL POLYURETHANE RADIOPAQUE	1	MONOLUMIERE Annexe technique: . 3,5F DIAM INT 0,8 MM DIAM EXT 1,2 MM ET 5F DIAM INT 1 MM DIAM EXT 1,7 MM LONG 40 CM AVEC MARQUAGE CENTIMETRIQUE ET NUMERIQUE DE 4 A 25 CM DE L'EXTREMITE DISTALE PROLONGATEURS PROXIMAUX DE 5CM MUNIS DE PINCES A CLAMP 1 ORIFICE DISTAL ET 1 ORIFICE LATERAL, EXTREMITE DISTALE EMOUSSEE Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAEEA Code(s) interne(s) CHU : 999126 / 963837 Code DGOS : DC54	Unité	281	5

Catalogue des besoins

Classe NI/ AI CATHETER OMBILICAL

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
18	CATHETER OMBILICAL POLYURETHANE RADIOPAQUE	2	DOUBLE LUMIERE Annexe technique: . 2X20G – 4F DIAM EXT 1.7 MM LONG 40 CM AVEC MARQUAGE CENTIMETRIQUE ET NUMERIQUE DE 4 A 25 CM DE L'EXTREMITE DISTALE PROLONGATEURS PROXIMAUX DE 5CM MUNIS DE PINCES A CLAMP 1 ORIFICE DISTAL ET 1 ORIFICE LATERAL, EXTREMITE DISTALE EMOUSSEE Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAEEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969462 Code DGOS : DC54	Unité	85	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
19	CATHETER INTRAVEINEUX LONG 30 CM POLYURETANE PEDIATRIE INTRODUIT PAR VOIE PERIPHERIQUE					
19	CATHETER INTRAVEINEUX LONG 30 CM POLYURETANE PEDIATRIE INTRODUIT PAR VOIE PERIPHERIQUE	1	1 VOIE 2F/3 ET 4F Annexe technique: – 1 Cathéter court pelable au travers duquel le cathéter est introduit dans la veine – 1 Cathéter de 30 cm polyuréthane radio opaque avec extension et marquage centimétrique toutes dimensions dont diamètre externe 0.66 mm (2F) – 1 raccord de type aiguille mousse – 1 Réglette papier graduée ***** H6022218 – AAGAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964482	Unité	120	2
19	CATHETER INTRAVEINEUX LONG 30 CM POLYURETANE PEDIATRIE INTRODUIT PAR VOIE PERIPHERIQUE	2	2 VOIES 2F Annexe technique: – 1 Cathéter court pelable au travers duquel le cathéter est introduit dans la veine – 1 Cathéter de 30 cm polyuréthane radio opaque avec extension et marquage centimétrique toutes dimensions dont diamètre externe 0.66 mm (2 F) – 1 raccord de type aiguille mousse – 1 Réglette papier graduée ***** H6022218 – AAGBD Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965666	Unité	20	2
20	CATHETER INTRAVEINEUX LONG 50 CM POLYURETHANE PEDIATRIE INTRODUIT PAR VOIE PERIPHERIQUE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
20	CATHETER INTRAVEINEUX LONG 50 CM POLYURETHANE PEDIATRIE INTRODUIT PAR VOIE PERIPHERIQUE	1	1 VOIE 3F / 4F ET 5F Annexe technique: . – 1 Cathéter court pelable au travers duquel le cathéter est introduit dans la veine – 1 Cathéter 50 cm en polyuréthane radioopaque avec extension et marquage numérique tous les 5 cm toutes dimensions dont diamètre externe 1 mm (3F) – 1 mandrin métallique rigidifiant le cathéter Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993435 Code DGOS : DC54	Unité	20	1
21	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
21	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE	1	AVEC EXTENSION-ORX 1 VOIE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT : DIAM EXT 1,7 ET 2 MM (16G – 14G) LONG 15 – 20 CM - 1 aiguille de ponction - 1 guide à extrémité atraumatique - 1 dilateur - 1 cathéter Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960056 / 960003 / 907704 / 907705	Unité	419	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
21	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE	2	AVEC EXTENSION-ORX 2 VOIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT : 14 - 14G / 14 - 18G LONGUEURS 13 - 15 ET 20 CM - 1 aiguille de ponction - 1 guide à extrémité atraumatique - 1 dilatateur - 1 cathéter 2 lumières Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 - AAGBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964934 / 964935 / 965220 / 965221 Code DGOS : DC54	Unité	493	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
21	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE	3	AVEC EXTENSION-ORX 3 VOIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT : 14 - 16 - 16G / 16 - 18 - 18G LONGUEURS 15 ET 20 CM - 1 aiguille de ponction - 1 guide à extrémité atraumatique - 1 dilateur - 1 cathéter 3 lumières Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 - AAGCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960037 / 960151 / 960033 / 965137 Code DGOS : DC54	Unité	1 811	3
21	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE	4	AVEC EXTENSION-ORX 4 VOIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT : 8,5F : 14G x 16G x 18G x 18G LONGUEURS 15 et 20 CM - 1 aiguille de ponction - 1 guide à extrémité atraumatique - 1 dilateur - 1 cathéter Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 - AAGDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960202 / 960203	Unité	1 612	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
22	METHODE SELDINGER : CATHETER POUR PEDIATRIE Notice technique: H6022218					
22	METHODE SELDINGER : CATHETER POUR PEDIATRIE	1	POLYURETHANE ORX 1 VOIE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT : Diam ext 0.8 mm 2F – 22G – 1 mm 3F – 20G – LONG 5 – 6 – 8 cm – 1 aiguille de ponction – 1 guide à extrémité atraumatique – 1 cathéter avec extension Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Fournisseur 1 : 964107 / 965135 Fournisseur 2 : 962152 Code DGOS : DC54	Unité	230	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
22	METHODE SELDINGER : CATHETER POUR PEDIATRIE	2	POLYURETHANE ORX 2 VOIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT cathéter : 3F – 1 mm : 22G x 22G 4F – 1,3 mm : 22G x 22G 5F – 1,7 mm : 18G x 20G 7F – 2,3 mm : 14G x 18G Longueurs approchées 6 – 8 – 10 – 13 – 15 – 20 cm – 1 aiguille de ponction – 1 guide à extrémité atraumatique – 1 dilateur Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Fournisseur 1 : 964108 / 964109 / 960750 / 962075 / 962100 / 962101 Fournisseur 2 : 960771 Code DGOS : DC54	Unité	150	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
22	METHODE SELDINGER : CATHETER POUR PEDIATRIE	3	POLYURETHANE ORX 3 VOIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT Cathéter – 4.5F – 1.5mm 22x22x22G – 5,5F – 1,8 mm 20x22x22G – 5,5F – 1,8 mm 18x20x20G – 7F – 16x18x18G Longueurs approchées 5 – 8 – 10 – 13 – 15 cm – 1 Aiguille de ponction – 1 Guide à extrémité atraumatique Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre pour les longueurs 3,5 et/ou 4 cm ***** H6022218 – AAGCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Fournisseur 1 : 960749 / 966405 / 962097 / 962096 / 962098 / 962099 Code DGOS : DC54	Unité	75	1
23	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE 5 VOIES Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
23	METHODE SELDINGER : CATHETER POLYURETHANE 5 VOIES	1	AVEC EXTENSION ORX Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 9,5F : 16GX14GX18GX18GX18G LONGUEURS 15 ET 20 CM - 1 aiguille de ponction - 1 guide à extrémité atraumatique - 1 dilatateur - 1 cathéter Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN INDICATION : chirurgie cardiaque ***** H6022218 – AAGEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 994832 Code DGOS : DC54	Unité	90	3
24	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
24	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE	1	TYPE PICCLINE 1 VOIE TOUS DIAMETRES DONT 4 ET 5F Annexe technique: . Pose sous amplificateur de brillance Cathéter radioopaque longueur approchée 60 cm - Introducteur longueur de gaine 10 cm - Guide diamètre 018" longueur 70 cm - Aiguille de ponction Cathéter permettant des injections de bolus sous pression (scanner, IRM) Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN INDICATION : - Accès vasculaire central - Faible capital veineux - Voie parentérale à domicile Ennov : CHUSE-PRO-01313.4 / CHUSE-PRO-01430.4 / CHUSE-PRO-01429.5 / CHUSE-PRO-01314 ***** H6022218 – AAGAD Code(s) interne(s) CHU : 963309 Code DGOS : DC54	Unité	1 091	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
24	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE	2	TYPE PICCLINE 2 VOIES TOUS DIAMETRES DONT 5F Annexe technique: . Pose sous amplificateur de brillance Cathéter radioopaque longueur approchée 60 cm – Introducteur longueur de gaine 9 cm – Guide diamètre 018" longueur 70 cm – Aiguille de ponction Cathéter permettant des injections de bolus sous pression (scanner, IRM) Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN INDICATION : – Accès vasculaire central – Faible capital veineux – Voie parentérale à domicile Ennov : CHUSE-PRO-01313.4 / CHUSE-PRO-01430.4 / CHUSE-PRO-01429.5 / CHUSE-PRO-01314 ***** H6022218 – AAGBD Code(s) interne(s) CHU : 963307	Unité	400	3
25	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
25	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE	1	TYPE PICCLINE 1 VOIE TOUS DIAMETRES DONT 4 ET 5F Annexe technique: . POSE SOUS ECG (électrocardiogramme) Cathéter longueur approchée 60 cm - Introducteur longueur de gaine 10 cm - Guide diamètre 018" longueur 70 cm - Aiguille de ponction Cathéter permettant des injections de bolus sous pression (scanner, IRM) Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN INDICATION : - Accès vasculaire central - Faible capital veineux - Voie parentérale à domicile ***** H6022218 Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	525	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
25	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE	2	TYPE PICCLINE 2 VOIES TOUS DIAMETRES DONT 5F Annexe technique: . POSE SOUS ECG (électrocardiogramme) Cathéter longueur approchée 60 cm - Introducteur longueur de gaine 9 cm - Guide diamètre 018" longueur 70 cm - Aiguille de ponction Cathéter permettant des injections de bolus sous pression (scanner, IRM) Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN INDICATION : - Accès vasculaire central - Faible capital veineux - Voie parentérale à domicile ***** H6022218 Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	27	1
25	CATHETER INTRAVEINEUX LONG POLYURETHANE INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT : ECHOGRAPHE Annexe technique: Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permettant à titre gracieux sur la durée du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition à l'établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CH ROANNE : 1 CH ARDECHE NORD : 1 CH LE CORBUSIER FIRMINY / 1 Code DGOS : DC54	Unité	3	0
26	METHODE SELDINGER : CATHETER Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	1	2 VOIES TYPE HICKMAN OU EQUIVALENT Annexe technique: . CATHETER 2 VOIES TYPE HICKMAN SILICONE – ORX – PATCH POLYESTER AVEC KIT D'INTRODUCTION – 1 cathéter avec patch polyester toutes dimensions dont : * 7F diam int – 0.8 mm 1ère voie – 1 mm 2ème voie Longueurs 65 cm * 9F diam int – 0.7 mm 1ère voie – 1.3mm 2ème voie Longueurs 65 et 90 cm – 1 clamp – 1 introducteur pelable – 1 seringue 12 ml – 1 bouchon d'injection – 1 mandrin de tunnélisation – 1 dilateur de vaisseaux – 1 aiguille de ponction – 1 guide Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGBC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968098 / 968148 / 907386 Code DGOS : DC54	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	2	1 VOIE TYPE HICKMAN OU EQUIVALENT Annexe technique: . SILICONE-ORX-PATCH POLYESTER +KIT D'INTRODUCTION - 1 Cathéter avec patch polyester toutes dimensions dont : * 9,6F diamètre interne 1,6 mm – 90 cm - 1 Clamp - 1 Introducteur pelable - 1 Seringue 12 ml - 1 Bouchon d'injection - 1 Mandrin de tunnelisation - 1 Dilatateur de vaisseaux - 1 Aiguille de ponction - 1 Guide Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960295 Code DGOS : DC54	Unité	5	1
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	3	CATHETER 1 VOIE PEDIATRIQUE TYPE BROVIAC OU EQUIVALENT Annexe technique: – SILICONE – ORX – Patch polyester - 1 Cathéter dimensions : 2.7 F diamètre interne 0.5mm – 71cm - 1 introducteur pelable - 1 seringue de 12 ml - 1 Bouchon d'injection - 1 Mandrin de tunnellation - 1 Dilatateur de vaisseaux - 1 Aiguille de ponction - 1 Guide AAGAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963177 Code DGOS : DC54	Unité	6	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	4	CATHETER 1 VOIE PEDIATRIE TYPE BROVIAC OU EQUIVALENT Annexe technique: SILICONE – ORX – PATCH POLYESTER – KIT ITRODUCTION – 1 Cathéter dimensions : * 4.2F diamètre interne 0.7mm – 71cm * 6.6F diamètre interne 1mm – 90cm – 1 introducteur pelable – 1 seringue 12 ml – 1 bouchon d'injection – 1 mandrin de tunnelisation – 1 dilatateur de vaisseaux – 1 aiguille de ponction – 1 guide ***** H6022218 – AAGAC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960204 / 960205 Code DGOS : DC54	Unité	21	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	5	KIT DE REPARATION CATHETER BROVIAC HICKMAN Annexe technique: . CONNECTEURS BLANC- ROUGE – BLEU TOUS DIAMETRES KIT DE REPARATION TYPE SIMPLE Eléments constitutifs : – Segment de remplacement – Gaine de protection – Connecteur – Bouchon d'injection – Clamp – Seringue – Aiguille 18G atraumatique Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAHAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960296 / 960297 Code DGOS : DC54	Unité	10	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	6	KIT D'INTRODUCTION PERCUTANEE PELABLE POUR Annexe technique: . CATHETER AUTRE QUE GROSHONG TOUTES DIMENSIONS DONT 10F Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H602234 – AEADA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 994285 H6022218 – AAHAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	20	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	7	CATHETER 1 VOIE TYPE GROSHONG Annexe technique: . En silicone avec bande radioopaque et marquage centimétrique toutes dimensions dont 7F diamètre externe 2.3 mm / interne 1.3mm longueur 50 cm valve groshong 3 positions pour permettre prélèvement sanguin et injection patch polyester KIT COMPLET COMPRENANT : - catheter type groshong - 3 seringues - 1 mini scalpel - 1 mandrin de tunnelisation - 1 dilateur et son introducteur - 1 bouchon - 4 aiguilles de ponction - 1 guide en J - 1 champ fenêtré - connecteurs Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985044	Unité	3	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ AJ CATHETER LONG CENTRAL - ACCESSOIRES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	METHODE SELDINGER : CATHETER	8	CONNECTEUR 7F POUR CATHETER TYPE GROSHONG Annexe technique: . Connecteur de remplacement luer verrou pour cathéter de type groshong Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AAGAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963180	Unité	2	1
27	DISPOSITIF POUR FIXATION SANS SUTURE DES CATHETERS LONGS PERIPHERIQUES TYPE PICLINE Notice technique: H6022218					
27	DISPOSITIF POUR FIXATION SANS SUTURE DES CATHETERS LONGS PERIPHERIQUES TYPE PICLINE	1	. Annexe technique: Toutes dimensions Ennov : CHUSE-PRO-01313.4 / CHUSE-PRO-01430.4 / CHUSE-PRO-01429.5 / CHUSE-PRO-01314 ***** H6022218 – AAFAA Code(s) interne(s) CHU : 963722	Unité	6 680	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
28	METHODE SELDINGER : CATHETER COURT ARTERIEL ORX Notice technique: H6022258					
28	METHODE SELDINGER : CATHETER COURT ARTERIEL ORX	1	– Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT : DIAMETRE EXTERNE 0,7 – 1 – 1,3 – 1,7 mm (22 – 20 – 18 – 16G) LONGUEURS 2–4–6–8–12–20 CM – 1 aiguille de ponction – Guide à extrémité atraumatique – 1 cathéter avec ailette de fixation Le fournisseur propose tous les matériaux disponibles pour cette gamme. Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – BBBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960348 / 907672 / 907666 / 907669 / 969958 / 963883 / 966440 / 960227 Code DGOS : DC56	Unité	5 315	3
29	DISPOSITIF DE MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
29	DISPOSITIF DE MESURE DE LA PRESSION VEINEUSE CENTRALE	1	Annexe technique: . - Sans équipement moniteur - Tige en PVC rigide et PVC souple graduée de moins 3 à 35 cm munie d'un robinet 3 voies de pinces de fixation pour la potence à sérum et d'un curseur de couleur - Le zéro doit être noté par un repère - Une bille mobile permet de suivre aisément le niveau de liquide - Filtre en bout de tige - Un tube d'extension de 150 cm avec luer mâle verrouillable Ou tout autre système équivalent ***** H6022258 – BBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908209 Code DGOS : DK50	Unité	137	2
30	THERMODILUTION Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
30	THERMODILUTION	1	SYSTEME CLOS A FROID POUR MESURE REPRODUCTIBLE Annexe technique: . DE LA TEMPERATURE DE L'INJECTAT POUR MESURE DU DEBIT CARDIAQUE PAR THERMODILUTION - Une seringue 3 pièces - 10ml munie d'un manchon protecteur de stérilité - Un serpent - Une valve anti-retour - Une sonde permettant de mesurer la température de l'injectat et le delta T Cette sonde devra être compatible avec les moniteurs hémodynamiques référencés au CHU et ceux mis en place pendant la durée de validité du marché ***** H6022258 – BBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964748 Code DGOS : DC56	Unité	11	1
31	CATHETER DE THERMODILUTION					
31	CATHETER DE THERMODILUTION	1	A BALLONET 4 VOIES – 7F – 110 CM – ORX Annexe technique: Mesure : - Pression veineuse centrale (PVC) - Pression artérielle pulmonaire (PAP) - Pression artérielle pulmonaire occlusive (PAPD) Code DGOS : DC56	Unité	3	1
32	CATHETER THERMODILUTION 7F 4 VOIES 110 cm MUNI Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
32	CATHETER THERMODILUTION 7F 4 VOIES 110 cm MUNI	1	DE 3ELECTRODES AURICULAIRES ET 2VENTRICULAIRES Annexe technique: . Compatible avec les moniteurs hémodynamiques référencés au CHU et ceux mis en place sur la durée du marché Mesure : – Pressions hémodynamiques droites – Débit cardiaque par bolus Stimulation séquentielle auriculaire, ventriculaire ou auriculo ventriculaire Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – BBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993510 Code DGOS : DC56	Unité	2	0
33	CATHETER THERMODILUTION A BALLONNET 5 VOIES Notice technique: H6022258					
33	CATHETER THERMODILUTION A BALLONNET 5 VOIES	1	7,5F DEBIT CARDIAQUE CONTINU ASSOCIE A LA SV0² Annexe technique: . Compatible avec les moniteurs hémodynamiques référencés au CHUSE et ceux mis en place sur la durée du marché. – Débit cardiaque automatique et continu – SVO² – Pressions hémodynamiques droites Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – BBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961962	Unité	45	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
34	CATHETER MESURE DES PRESSIONS Notice technique: H6022258					
34	CATHETER MESURE DES PRESSIONS	1	A BALLONNET 2 VOIES – 6F 110cm – ORX Annexe technique: . Compatible avec les moniteurs hémodynamiques référencés au CHU et ceux mis en place pendant la durée de validité du marché Mesure : – Pression veineuse centrale (PVC) – Pression artérielle pulmonaire (PAP) – Pression artérielle pulmonaire occlusive (PAPO) ***** H6022258 – BBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965189 Code DGOS : DC56	Unité	730	3
35	TECHNIQUE PICCO Notice technique: H6022258					
35	TECHNIQUE PICCO	1	KIT FEMORAL Annexe technique: . Cath 5F 20 cm – set monitoring et capteur de température de l'injectat – Mesure du débit cardiaque en continu – Surveillance et monitoring du volume de précharge cardiaque et de l'eau pulmonaire extravasculaire Le fournisseur fait aussi une proposition avec le cathéter seul. ***** H6022258 – BBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968819 Code DGOS : DC56	Unité	123	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
35	TECHNIQUE PICCO	2	CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'INJECTAT Annexe technique: . ***** H6022218 – BBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969534 Code DGOS : DC56	Unité	61	1
35	TECHNIQUE PICCO	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 2 MONITEURS PulsioFlex (CHUSE) Code DGOS : DC56	Unité	2	0
36	MONITEUR HEMODYNAMIQUE CARDIOQ : Notice technique: H6022258					
36	MONITEUR HEMODYNAMIQUE CARDIOQ :	1	SONDE OESOPHAGIENNE DOPPLER MONITORAGE ODM+ ADULTE Annexe technique: . Le fournisseur fait une proposition dans le cadre d'un achat de l'appareil par un établissement du GHT : CHR INDICATION : monitoring du remplissage vasculaire peri opératoire dans les chirurgies majeures et à haut risque ***** H6022258 – BBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC51	Unité	10	0
37	MONITORAGE HEMODYNAMIQUE NON INVASIF Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
37	MONITORAGE HEMODYNAMIQUE NON INVASIF	1	KIT 4 CAPTEURS Annexe technique: . COMPATIBLES MONITEUR STARLING SV SEBAC OU AUTRE MONITEUR POUR MONITORAGE NON INVASIF La quantité est exprimée en nombre de kits 4 capteurs Le fournisseur fait une offre pour le prix unitaire du kit qui comprend 4 capteurs ***** H6022258 – BBCAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964073 Code DGOS : DC56	Unité	175	1
37	MONITORAGE HEMODYNAMIQUE NON INVASIF	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 4 MONITEURS STARLING (CHUSE) Code DGOS : DC56	Unité	4	0
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	1	POUR CATHETER ARTERIEL Annexe technique: . Ce système comprend: - Voir schéma en pièce jointe : référence 441 - Une tubulure 150 cm munie d'une roulette régulatrice de débit, d'un piège à bulles et d'un embout luer lock à son extrémité distale. Son extrémité proximale est faite d'un trocart plastique adapté à la perforation d'un embout trocardable, - un système de flush 3ml/heure (modèle tirette souhaité), - un capteur à usage unique, - un robinet 3 voies luer lock, - une tubulure haute pression de 180 cm avec embout luer lock distal monté sur un robinet 3 voies relié à un connecteur luer lock de 30 cm * Codes couleurs souhaités : rouge PA, bleu PVC, jaune PAP * Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un système comprenant : - Une tubulure 150 cm munie d'une roulette régulatrice de débit, d'un piège à bulles et d'un embout luer lock à son extrémité distale. Son extrémité proximale est faite d'un trocart plastique adapté à la perforation d'un embout trocardable, - un système de flush 3ml/heure (modèle tirette souhaité), - un capteur à usage unique, - un robinet 3 voies luer lock, - une tubulure haute pression de 120cm environ avec embout luer lock distal monté sur un robinet 3 voies relié à un connecteur luer lock 30cm *codes couleurs souhaités : rouge PA, bleu PVC, jaune PAP Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00037 ***** H6022258 – BBDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963616 Code DGOS : DC56	Unité	4 940	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	2	POUR CATHETER DE THERMODILUTION MONTAGE DOUBLE Annexe technique: . Un montage simultané de 2 capteurs de pression conformément au schéma – Une tubulure de 150cm munie d'une roulette régulatrice de débit et d'un piège à bulles. Son extrémité distale en Y comprend deux prolongateurs 25cm avec 2 pinces à clamp et 2 embouts verrouillables. Son extrémité proximale est faite d'un trocart plastique adapté à la perforation d'un embout trocardable – deux capteurs à usage unique – deux robinets 3 voies en aval des capteurs reliés à deux tubulures haute pression de 120cm avec embout terminal luer lock à robinet trois voies suivi d'un connecteur luer lock de 30cm – Voir schéma en pièce jointe : référence 443 * Codes couleurs souhaités : rouge PA, bleu PVC, jaune PAP Ennov : CHUSE-PRO-00037 ***** H6022258 – BBDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963617 Code DGOS : DC56	Unité	600	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	3	POUR CATHETER DE THERMODILUTION MONTAGE TRIPLE Annexe technique: . Un montage simultané de 3 capteurs de pression. – une tubulure de 150cm munie d'une roulette régulatrice de débit et d'un piège à bulles. Son extrémité distale en Y comprend 3 prolongateurs 25cm avec 3 pinces à clamp et 3 embouts verrouillables. Son extrémité proximale est faite d'un trocart plastique adapté à la perforation d'un embout trocardable – trois capteurs à usage unique – trois robinets 3 voies en aval des capteurs reliés à trois tubulures haute pression de 120cm avec embout terminal luer lock à robinet trois voies – Voir schéma en pièce jointe : référence 444 *Codes couleurs souhaités : rouge PA, bleu PVC, jaune PAP Ennov : CHUSE-PRO-00037 ***** H6022258 – BBDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963618 Code DGOS : DC56	Unité	180	3
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	4	CONNECTEUR POUR SET MONTAGE TRIPLE Annexe technique: . HAUTE PRESSION MALE FEMELLE VERROUILLABLE 30cm Ennov : CHUSE-PRO-00037 ***** H6022258 – BBDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963619 Code DGOS : DC56	Unité	400	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	5	CONNECTEUR POUR SET MONTAGE TRIPLE Annexe technique: . HAUTE PRESSION MALE FEMELLE VERROUILLABLE 120CM Ennov : CHUSE-PRO-00037 ***** H6022258 – BBEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963620 Code DGOS : DC56	Unité	1 700	3
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	6	SYSTEME CLOS DE PRELEVEMENT SANGUIN SEUL A USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: Compatible avec les sets de pression avec capteur Composition ou équivalent : – 1 Tubulure luer lock mâle de 15 cm environ à l'extrémité distale, reliée à un robinet 3 voies – 1 Tubulure haute pression de 8cm environ – 1 Système clos de prélèvement sanguin avec tubulure de 25cm luer lock mâle L'ensemble du système est présenté pré-monté dans l'ordre suivant des composants : Tubulure de 15cm, robinet 3 voies, tubulure haute pression de 8cm et système clos de prélèvement sanguin. H6022258 – BBDBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966577 Code DGOS : DC56	Unité	250	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
38	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	7	CABLE DE RACCORDEMENT / PIECE DE FIXATION Annexe technique: . * Les câbles de raccordement permettent l'adaptation du système sur les moniteurs hémodynamiques référencés sur le GHT Loire et ceux mis en place pendant la durée de validité du marché. * Les systèmes de fixation peu encombrants et à noix de serrage métallique, permettent la fixation sur les potences à sérum. * Le prix unitaire indiqué tient compte de la fourniture à titre gracieux des câbles , de leur maintenance, des câbles adaptateurs et interface pour les moniteurs hémodynamiques et des accessoires : supports de têtes de pressions, griffes de fixation, testeur de câbles. Le fournisseur précise la quantité maximale annuelle de câbles mise à disposition à titre gracieux au prorata des consommations annuelles de sets de pression par établissement. Il précise le pris unitaire hors taxe facturé au delà. LE FOURNISSEUR TRANSMET LES PROCEDURES DE NETTOYAGE – DESINFECTION OU STERILISATION Ennov : CHUSE-PRO-00037 ***** H6022258 – BBDBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962278 / 963703 / 963704 / 966577 / 966580 / 966581 Code DGOS : DC56	Unité	86	0
39	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A USAGE UNIQUE STERILE PEDIATRIQUE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
39	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A USAGE UNIQUE STERILE PEDIATRIQUE	1	POUR CATHETER ARTERIEL Annexe technique: Ce système comprend : - 1 tubulure de 10cm environ avec embout luer lock relié à un capteur à usage unique munie d'un système de flush. - 1 tubulure haute pression de 61cm environ avec embout luer lock distal monté sur 2 robinets 3 voies connectés entre eux. * codes couleurs souhaités : rouge PA, bleu PVC, jaune PAP ***** H6022258 – BBDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964733 Code DGOS : DC56	Unité	50	3
40	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE ET SYSTEME CLOS DE PRELEVEMENT SANGUIN Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
40	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE ET SYSTEME CLOS DE PRELEVEMENT SANGUIN	1	POUR CATHETER ARTERIEL Annexe technique: Ce système comprend: – Une tubulure 150 cm environ munie d'une roulette régulatrice de débit, d'un piège à bulles et d'un embout luer lock à son extrémité distale. Son extrémité proximale est faite d'un trocart plastique adapté à la perforation d'un embout trocardable, – un système de flush 3ml/heure (modèle tirette souhaité), – un capteur à usage unique, – un robinet 3 voies luer lock, – une tubulure haute pression de 40cm environ jusqu'à l'économiseur de sang puis de 64cm environ jusqu'au premier robinet 3 voies puis de 70cm environ jusqu'au deuxième robinet 3 voies et enfin un connecteur luer lock de 30 cm environ * Codes couleurs souhaités : rouge PA, bleu PVC, jaune PAP Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LE FOURNISSEUR PROPOSE UN SET DE PRESSION AVEC SYSTEME CLOS DE PRELEVEMENT SANGUIN INTEGRE PERMETTANT DE REDUIRE LES PERTES SANGUINES Ennov : CHUSE-PRO-01681 Code DGOS : DC56	Unité	200	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
40	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE ET SYSTEME CLOS DE PRELEVEMENT SANGUIN	2	CABLE DE RACCORDEMENT – SUPPORTS ET ACCESSOIRES Annexe technique: . * Les câbles de raccordement permettent l'adaptation du système sur les moniteurs hémodynamiques référencés sur le CHUSE et ceux mis en place pendant la durée de validité du marché. * Les systèmes de fixation peu encombrants et à noix de serrage métallique, permettent la fixation sur les potences à sérum. * Les supports pour économiseur de sang à fixer sur la potence. * Le prix unitaire indiqué tient compte de la fourniture à titre gracieux des câbles , de leur maintenance, des câbles adaptateurs et interface pour les moniteurs hémodynamiques et des accessoires : supports de têtes de pressions, griffes de fixation, testeur de câbles. LE FOURNISSEUR TRANSMET LES PROCEDURES DE NETTOYAGE – DESINFECTION OU STERILISATION Code DGOS : DC56	Unité	0	0
41	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE Notice technique: H6022258					
41	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	1	CAPTEUR SANS FLUSH Annexe technique: . – robinet 1 voie ou 3 voies raccord luer male + bouchon – robinet 3 voies raccord luer mobile femelle + bouchon – Voir schéma en pièce jointe : référence 42 LE FOURNISSEUR TRANSMET LES PROCEDURES DE NETTOYAGE – DESINFECTION OU STERILISATION ***** H6022258 – BBDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963698 Code DGOS : DC56	Unité	6 000	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
41	SET DE PRESSION AVEC CAPTEUR A UU STERILE	2	CABLE DE RACCORDEMENT / SUPPORT DE FIXATION Annexe technique: . * Les câbles de raccordement permettent l'adaptation du système sur les moniteurs hémodynamiques référencés sur le GHT Loire et ceux mis en place pendant la durée de validité du marché. * Les systèmes de fixation peu encombrants et à noix de serrage métallique, permettent la fixation sur les potences à sérum. * Le prix unitaire indiqué tient compte de la fourniture à titre gracieux des câbles , de leur maintenance, des câbles adaptateurs et interface pour les moniteurs hémodynamiques et des accessoires : supports de têtes de pressions, griffes de fixation, testeur de câbles. Le fournisseur précise la quantité maximale annuelle de câbles mise à disposition à titre gracieux au prorata des consommations annuelles de sets de pression par établissement. Il précise le pris unitaire hors taxe facturé au delà. LE FOURNISSEUR TRANSMET LES PROCEDURES DE NETTOYAGE – DESINFECTION OU STERILISATION ***** H6022258 – BBDBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966576 / 966579 / 965340 Code DGOS : DC56	Unité	10	0
42	ELECTRODE BIPOLAIRE 5F A BALLONNET Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AK MESURE PRESSIONS - DEBIT CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
42	ELECTRODE BIPOLAIRE 5F A BALLONNET	1	POUR STIMULATION TEMPORAIRE Annexe technique: . - Longueur utile 110 cm - Longueur de l'électrode 2mm, espace interpolaire 1 cm - aiguille de ponction - Positionnement dans le ventricule droit sans l'usage d'un équipement d'amplification de brillance ***** H6022258 – BBAA Code(s) interne(s) CHU : 963406 Code DGOS : DC58	Unité	32	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AM INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
43	INTRODUCTEUR 8,5F - 10 CM POUR CATHETER Notice technique: H6022258					
43	INTRODUCTEUR 8,5F – 10 CM POUR CATHETER	1	7,5 / 8F VALVE HEMOSTATIQUE+GAINE DE STERILITE Annexe technique: . – Une aiguille de ponction de 7cm environ – Seringue 3 pièces avec piston percé et valve hémostatique permettant l'introduction du guide en circuit fermé – Un guide acier inox d'environ 45 cm avec deux extrémités, l'une en J, l'autre droite atraumatique – Un dilateur de 17 cm de longueur environ – Un introducteur 8,5F – 10 cm compatible cathéter 7,5F à valve hémostatique étanche avec système antiplicature et raccord latéral de perfusion – Une gaine de stérilité protectrice transparente extensible de 80 cm avec système de verrouillage aux deux extrémités – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – AEAAC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907894 Code DGOS : DK51	Unité	73	3
44	INTRODUCTEUR VEINEUX 6F 10CM POUR CATHETER DE STIMULATION CARDIAQUE TEMPORAIRE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AM INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
44	INTRODUCTEUR VEINEUX 6F 10CM POUR CATHETER DE STIMULATION CARDIAQUE TEMPORAIRE	1	AVEC VALVE HEMOSTATIQUE ET GAINÉ DE STERILITE Annexe technique: . DIMENSIONS APPROCHEES : – AIGUILLE DE PONCTION 17G / 7 CM – GUIDE DIAM 0.9MM 45 CM – DILATATEUR 16G / 10 A 15 CM – GAINÉ DE STERILITE 80 CM AVEC SYSTEME DE VERROUILLAGE AUX DEUX EXTREMITES ***** H6022258 – AEAAC Code(s) informatique(s) internes(s) au CHU : 964555 Code DGOS : DK51	Unité	26	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
45	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME Notice technique: H6022218					
45	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	1	RACCORD TERMINAL MALE VERROU FIXE Annexe technique: . MUNI D'UN FILTRE Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,2 à 0,5 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre antiparticulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes doit être calibré à XX gouttes par ml. * La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 170 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – un raccord terminal mâle verrou FIXE avec protecteur de stérilité muni d'un filtre anti-bactérien 0,45 à 1,2 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE.	Unité	633 500	10

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

57

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			***** H6022218 – AAIAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963727 Code DGOS : DC54			

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

58

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
--------	---------	------	---------	-------	-------------------	-----------------

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
45	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	2	RACCORD TERMINAL MALE VERROU MOBILE Annexe technique: . MUNI D'UN FILTRE Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,5 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre antiparticulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes doit être calibré à XX gouttes par ml. * La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 170 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – un raccord terminal mâle verrou MOBILE avec protecteur de stérilité muni d'un filtre anti-bactérien 0,45 à 1,2 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAIAA	Unité	176 700	10

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54			
45	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	3	ET ROBINET 3 VOIES Annexe technique: . Raccord terminal MALE VERROU FIXE souhaité muni d'un filtre Mêmes caractéristiques que le sous lot 1 sauf que le perfuseur comporte à 15cm / 30cm environ de son extrémité distale un robinet 3 voies déconnectable. ***** H6022218 – AAIAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963728 Code DGOS : DC54	Unité	70 500	10
45	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	4	ET ROBINET 3 VOIES Annexe technique: . Raccord terminal MALE VERROU MOBILE muni d'un filtre Mêmes caractéristiques que le sous lot 2 sauf que le perfuseur comporte à 15cm / 30cm environ de son extrémité distale un robinet 3 voies déconnectable. ***** H6022218 – AAIAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	75 800	10
46	PERFUSEUR+PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME RACCORD TERMINAL MALE VERROU MOBILE AVEC FILTRE Notice technique: H6022218					
46	PERFUSEUR+PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME RACCORD TERMINAL MALE VERROU MOBILE AVEC FILTRE	1	4 ROBINETS 3 VOIES ET 2 VALVES ANTIRETOUR Annexe technique: . Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,5 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de	Unité	10 200	10

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre antiparticulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes doit être calibré à XX gouttes par ml. * La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 170 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – un raccord terminal mâle verrou mobile avec protecteur de stérilité muni d'un filtre anti-bactérien 0,45 à 1,2 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. L'extrémité distale du perfuseur comporte : – un prolongateur de 15 à 20 cm environ avec 2 robinets 3 voies déconnectables entre eux et 2 valves antiretour sur chaque robinet – un prolongateur de 80 cm environ, avec 2 robinets 3 voies déconnectables entre eux pour permettre un ajout éventuel Longueur totale 240 cm minimum ***** H6022218 Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54			

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
46	PERFUSEUR+PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME RACCORD TERMINAL MALE VERROU MOBILE AVEC FILTRE	2	2 ROBINETS 3 VOIES ET 1 VALVE ANTIRETOUR Annexe technique: . Mêmes caractéristiques que le sous lot 1 sauf l'extrémité distale du perfuseur comporte : – Un prolongateur de 15 à 20 cm, 2 robinets 3 voies solidaires, 1 valve antiretour non démontable et solidaire du 2 ème robinet, déconnexion possible du prolongateur terminal après la valve. Longueur totale 210 cm minimum ***** H6022218 – AAIAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 966584 Code DGOS : DC54	Unité	19 900	10
46	PERFUSEUR+PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME RACCORD TERMINAL MALE VERROU MOBILE AVEC FILTRE	3	2 ROBINETS 3 VOIES SEPARES PAR 1 VALVE ANTIRETOUR Annexe technique: . Mêmes caractéristiques que le sous lot 1 sauf que l'extrémité du perfuseur comporte : – un prolongateur de 15 à 20 cm, 2 robinets 3 voies séparés par une valve antiretour non démontable, déconnexion possible du prolongateur terminal après le robinet Longueur totale 210 cm minimum ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	1	10

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
46	PERFUSEUR+PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME RACCORD TERMINAL MALE VERROU MOBILE AVEC FILTRE	4	2 ROBINETS 3 VOIES ET 1 VALVE ANTIRETOUR Annexe technique: . Mêmes caractéristiques que le sous lot 1 sauf l'extrémité distale du perfuseur comporte : – Un prolongateur de 15 à 20 cm muni d'1 robinet 3 voies avec 1 valve antiretour non démontable qui est solidaire d'un 2ème prolongateur de 80 cm environ qui comporte 1 robinet 3 voies, déconnexion possible de la tubulure après ce robinet. Longueur totale 210 cm minimum ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	4 501	10
47	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME Notice technique: H6022218					
47	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	1	ADMINISTRATION PRODUITS PHOTSENSIBLES Annexe technique: . Raccord terminal male verrou FIXE muni d'un filtre Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,5 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre antiparticulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes	Unité	1 000	5

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			doit être calibré à XX gouttes par ml. * La tubulure doit être opaque, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 180 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – un raccord terminal mâle verrou FIXE avec protecteur de stérilité muni d'un filtre anti-bactérien 0,45 à 1,2 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Une documentation attestant la photoprotection avec indication du pourcentage d'arrêt des rayons UV et des longueurs d'onde concernées devra être fournie. ***** H6022218 – AAIAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998931 Code DGOS : DC54			
48	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME Notice technique: H6022218					
48	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	1	ADMINISTRATION PACLITAXEL ET INFLIXIMAB Annexe technique: . Raccord terminal male verrou muni d'un filtre. Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,5 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de	Unité	2 170	5

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre antiparticulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes doit être calibré à XX gouttes par ml. * La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 190 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – Un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – Un raccord terminal mâle verrou avec protecteur de stérilité muni d'un filtre anti-bactérien 0,45 à 1,2 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – En fin de ligne un filtre antibactérien porosité 0.22 micron avec événements. Ce filtre doit comporter une membrane à faible liaison protéique type polyéther sulfone. Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAIAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963729 Code DGOS : DC54			
49	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME Notice technique: H6022218					
49	PERFUSEUR + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME	1	TUBULURE 200 CM Annexe technique: .	Unité	70 000	10

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			Raccord terminal male verrou FIXE Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,22 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre antiparticulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes doit être calibré à XX gouttes par ml. La chambre est constituée de préférence d'un autre matériau que le PVC * La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 200 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – un raccord terminal mâle verrou FIXE/MOBILE avec protecteur de stérilité muni d'un filtre anti-bactérien 0,22 à 0,45 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAIAA			

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			Code DGOS : DC54			
50	PERFUSEUR DE PRECISION POUR ADMINISTRATION Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
50	PERFUSEUR DE PRECISION POUR ADMINISTRATION	1	DE VOLUMES ET DOSAGES PRECIS Annexe technique: . Un perforateur et une prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,22 micron, obturateur fermé raccord terminal mâle verrou muni d'un filtre. Le perforateur est relié à la chambre compte-gouttes par un petit tube de quelques centimètres de long comportant un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit. La chambre réservoir doit être transparente avec un volume minimum de 120 ml. Elle doit être graduée en millilitres. Elle comporte : * A sa partie supérieure : une prise d'air obturable à membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0.22 micron permettant la ventilation de la chambre. * A sa partie inférieure : un système de fermeture automatique empêche tout passage d'air quand le niveau du liquide est au zéro dans la chambre réservoir. La chambre compte-gouttes moulée semi-rigide et transparente est équipée d'un filtre antiparticulaire de 15 microns et d'un compte-gouttes calibré à 60 gouttes/ml. La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure avec : * régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, * raccord terminal mâle verrouillable avec protecteur de stérilité muni d'un filtre antibactérien 0,22 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge. Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAIAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966586 Code DGOS : DC54	Unité	505	5
51	PERFUSEUR MOYENNE PRESSION + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME Notice technique: H6022218					
51		1		Unité	35 500	10

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
	PERFUSEUR MOYENNE PRESSION + PRISE D'AIR INCORPOREE OBTURATEUR FERME		ROBINET 3 VOIES Annexe technique: . Robinet 3 voies à 15cm/30cm environ de l'extrémité distale, ce robinet 3 voies est déconnectable. PERFUSEUR AVEC PROLONGATEUR RESISTANT AUX MOYENNES PRESSIONS 300 PSI (20 BARS) INDICATION : POUR UTILISATION AVEC INJECTEUR EN RADIOLOGIE Ils doivent s'adapter sur des poches plastiques sans risque de perforation des parois de la poche par un biseau trop long. Perforateur bicanal à grand pouvoir de pénétration plastique. Son canal doit permettre un débit suffisant du soluté. Le perforateur doit être pourvu d'un protecteur individuel de stérilité. * La prise d'air incorporée : membrane hydrophobe avec filtre antibactérien 0,5 micron obturable incorporée. Elle doit être conçue de manière à éviter tout contact de liquide avec le filtre anti-bactérien. Le perfuseur est présenté dans son conditionnement obturateur fermé. * La mise en place du perforateur doit se faire sans provoquer d'entrée d'air dans le flacon : seul l'air filtré doit pouvoir pénétrer par la prise d'air. * La chambre compte-gouttes moulée, solidaire du perforateur, doit être transparente, de grand volume, semi-rigide avec filtre anti particulaire 15 microns, indicateur de niveau, le compte-gouttes doit être calibré à XX gouttes par ml. * La tubulure doit être transparente, souple, résistante à la pliure, de longueur totale 170 cm environ Sur la tubulure doit être placé : – un régulateur de débit à roulette garantissant la stabilité du débit, – un raccord terminal mâle verrou avec protecteur de stérilité muni d'un filtre antibactérien 0,45 à 1,2 micron hydrophobe permettant l'arrêt du liquide lors de la purge.			

Catalogue des besoins

Classe NI/ AN NECESSAIRE PERF PAR GRAVITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			Le protecteur englobe la totalité du luer mâle verrou – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes la et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAIAA Code(s) internes(s) CHU : 966587 Code DGOS : DC54			

Catalogue des besoins

Classe NI/ AO REGULATEUR DE DEBIT

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
52	REGULATEUR DE DEBIT POUR PERFUSION Notice technique: H6022218					
52	REGULATEUR DE DEBIT POUR PERFUSION	1	Annexe technique: . – Régulateur avec molette graduée en ml par heure – Débit de 5 à 250 ml par heure – Connecteur verrouillable femelle fixe longueur 10 cm diamètre intérieur 2,5 mm – Connecteur verrouillable mâle fixe longueur 20 cm diamètre intérieur 2,5 mm – Sans site d'injection – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE ***** H6022218 – AAJAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998932 Code DGOS : DC54	Unité	127 530	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
53	DISPOSITIF SANS AIGUILLE POUR PRELEVEMENT A LA SERINGUE Notice technique: H6022218					
53	DISPOSITIF SANS AIGUILLE POUR PRELEVEMENT A LA SERINGUE	1	DE SOLUTE D'UNE POCHE OU D'UN FLACON Annexe technique: . Le système comprend : * 1 perforateur bicanal pour poche et flacon avec protecteur de stérilité * 1 prise d'air incorporée avec : filtre antibactérien hydrophobe 0,22 micron – obturateur fermé sur poche, ouvert sur flacon * Adaptateur luer verrou femelle avec système ON/OFF pour connexion directe sur seringue et prélèvement sans fuite au retrait de la seringue Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un dispositif sans filtre ***** H6022218 – AAPBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968880 Code DGOS : DC54	Unité	6 480	3
54	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTEME CLOS POUR SERINGUE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
54	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTEME CLOS POUR SERINGUE	1	VALVE BIDIRECTIONNELLE MALE Annexe technique: . – Système clos sans aiguille pour le transfert et le mélange – Il est destiné à être connecté à une seringue luer verrou afin de prélever et transférer sans risque de goutte – Une fois déconnecté il se ferme automatiquement et ne s'ouvre que connecté à un connecteur femelle – Le système garantit une connexion sécurisée et non amovible. ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969820 Code DGOS : DC54	Unité	3 001	3
55	VALVE BIDIRECTIONNELLE DE SECURITE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
55	VALVE BIDIRECTIONNELLE DE SECURITE	1	Annexe technique: . Connecteur sans aiguille mécaniquement et microbiologiquement clos Ouverture automatique de la valve si activation par un luer verrou male Valve transparente Maintien d'une barrière stérile pendant au moins 7 jours Très faible volume mort Luer verrou femelle Luer verrou mâle Pour accès artériel / veineux long terme Ennov : CHUSE-PRO-01313.4 / CHUSE-PRO-01430.4 / CHUSE-PRO-01429.5 / CHUSE-PRO-01314 et CHUSE-PRO-01311.1 / CHUSE-PRO-01312.1 ***** H6022218 – AAFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966588 Code DGOS : DC54	Unité	970	3
56	NECESSAIRE DE TRANSFERT POUR PREPARATION DE MEDICAMENTS Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
56	NECESSAIRE DE TRANSFERT POUR PREPARATION DE MEDICAMENTS	1	A USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . Composition : – une seringue de 10 ml équipée d'un système de réglage du volume à prélever – cette seringue est prémontée sur une tubulure 3 voies de 100 cm environ avec clamp et disposant sur son embout proximal d'une connexion luer verrou femelle et d'un trocart a son extrémité distale Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Indication : reconstitution et préparation de traitement médicamenteux avec de multiples flacons ***** H6022218 – AAPBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966519 Code DGOS : DC54	Unité	130	3
57	PERFORATEUR UNIVERSEL SANS AIGUILLE A VALVE BIDIRECTIONNELLE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
57	PERFORATEUR UNIVERSEL SANS AIGUILLE A VALVE BIDIRECTIONNELLE	1	Annexe technique: . – Connexion luer femelle sécurisée par valve bidirectionnelle auto-obturante – 2 filtres hydrophobes 0.22µm – faible volume mort <à 0.5ml – Conditionnement à l'unité et par sachet de 25 unités ***** H6022218 – AAPBA Code DGOS : DC54	Unité	200	3
58	PRISE D'AIR AIGUILLE METALLIQUE LONGUEUR 40 MM Notice technique: H6022218					
58	PRISE D'AIR AIGUILLE METALLIQUE LONGUEUR 40 MM	1	Diam 1,2 mm + MEMBRANE FILTRANTE HYDROPHOBE Annexe technique: . – Protecteur individuel de stérilité rigide. – Aiguille métal avec biseau spécial pour bouchon latex – Membrane de porosité 0,2 micron. ***** H6022218 – AAPAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998933 Code DGOS : DC54	Unité	5 510	3
59	PERFORATEUR UNIVERSEL SANS AIGUILLE A VALVE BIDIRECTIONNELLE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
59	PERFORATEUR UNIVERSEL SANS AIGUILLE A VALVE BIDIRECTIONNELLE	1	POUR PRODUIT VISQUEUX Annexe technique: . - Connexion luer femelle sécurisée par valve bidirectionnelle auto-obturante - filtre hydrophobe 0.22µm de surface suffisante pour permettre un débit supérieur au couple aiguille 19G/prise d'air 19G - faible volume mort <à 0.5ml - système de fixation au flacon - Conditionnement à l'unité et par sachet de 10 unités - Le dispositif proposé doit répondre aux critères de performance suivants : * Percuteur permettant une perforation facile des septums * Percuteur avec orifice de prélèvement situé à distance de l'orifice de prise d'air pour minimiser l'aspiration de bulles * Situation de l'orifice de prélèvement du percuteur optimisé pour permettre le prélèvement du maximum de produit contenu dans le flacon * Système prévenant le risque d'arrachement du spike du flacon lors de la manipulation, mais ne solidarissant pas complètement l'ensemble afin de pouvoir modifier la position de l'orifice de prélèvement du percuteur si besoin ***** H6022218 – AAPBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963215 Code DGOS : DC54	Unité	3 220	3
59	PERFORATEUR UNIVERSEL SANS AIGUILLE A VALVE BIDIRECTIONNELLE	2	. Annexe technique: .	Unité	76 330	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			- Pour flacon petit et grand modèle - Connexion luer femelle sécurisée par valve bidirectionnelle auto-obturante - filtre hydrophobe 0.22µm de surface suffisante pour permettre un débit supérieur au couple aiguille 19G/prises d'air 19G - faible volume mort <à 0.5ml - système de fixation au flacon - conditionnement à l'unité, par sachet de 10 unités, par sachet de 20 unités et par sachet de 25 unités - Le dispositif proposé doit répondre aux critères de performance suivants : * Percuteur permettant une perforation facile des septums * Percuteur avec orifice de prélèvement situé à distance de l'orifice de prise d'air pour minimiser l'aspiration de bulles * Situation de l'orifice de prélèvement du percuteur optimisé pour permettre le prélèvement du maximum de produit contenu dans le flacon * Système prévenant le risque d'arrachement du spike du flacon lors de la manipulation, mais ne solidarissant pas complètement l'ensemble afin de pouvoir modifier la position de l'orifice de prélèvement du percuteur si besoin le fournisseur précise le nombre maximum d'utilisations possibles et la durée totale d'utilisation ***** H6022218 – AAPBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985090 / 963245 / 962683			

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			/ 985091 / Code DGOS : DC54			
60	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTEME CLOS Notice technique: H6022218					
60	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTEME CLOS	1	PROTECTEUR Annexe technique: . – Dispositif d'égalisation de pression en système clos qui se fixe de manière permanente au flacon de médicament (poudre ou liquide) – toutes tailles toutes dimensions ***** H6022218 – AAPBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993570 Code DGOS : DC54	Unité	150	3
60	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTEME CLOS	2	INJECTEUR Annexe technique: . – Canule d'injection sécurisée qui assure le transfert en système clos entre le protecteur (flacon de médicament) et le connecteur (administration) – Du côté de la seringue l'injecteur est compatible avec les adaptateurs luer verrou male – un manchon de sécurité est automatiquement engagé lorsque l'injecteur est retiré de l'adaptateur à baïonnette afin d'éviter toute piqûre accidentelle ***** H6022218 – AAPBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993571 Code DGOS : DC54	Unité	75	3

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
60	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTEME CLOS	3	CONNECTEUR Annexe technique: . – Dispositif d'accès aux lignes IV – Connecteur luer verrou compatible avec l'injecteur ***** H6022218 – AAPBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993572 Code DGOS : DC54	Unité	75	3
61	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTÈME CLOS					
61	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTÈME CLOS	1	ADAPTATEUR DE FLACON AVEC FILTRE 0,2 µm Annexe technique: . – Adaptateur permettant le transfert du médicament en système clos – Adaptateur compatible avec tous les flacons de médicaments munis d'un capuchon de 20 mm ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	706	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
61	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTÈME CLOS	2	ADAPTATEUR DE SERINGUE AVEC AIGUILLE Annexe technique: . – Adaptateur disposant d'une membrane rétractable de protection de l'aiguille – Adaptateur qui permet le transfert du médicament du flacon à la poche – Une aiguille de prélèvement ne se libérant qu'après la connexion à un autre composant de ce lot (adaptateur flacon) ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	521	3
61	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTÈME CLOS	3	ADAPTATEUR LUER VERROU CLOS ET SECURISE Annexe technique: . – Adaptateur permettant de transformer un luer verrou standard en un luer verrou sécurisé – Adaptateur pouvant être utilisé sur la voie d'administration intraveineuse du patient et/ou sur un autre raccord femelle luer Cet adaptateur convertit une connexion luer verrou standard en une connexion sécurisée compatible avec les autres composants de ce lot ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	581	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AP PRISE AIR - PRELEVEMENT SANS AIG / SYSTEME CLOS - VALVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
61	DISPOSITIF DE TRANSFERT SECURISE EN SYSTÈME CLOS	4	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Le fournisseur peut proposer tous les autres dispositifs composant son système de transfert sécurisé en système clos. ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	0	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AQ FILTRE ANTIPARTICULAIRE / ANTIBACTERIEN

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
62	FILTRE CIRCULAIRE TOUPIE 0,20 MICRON Notice technique: H6022218					
62	FILTRE CIRCULAIRE TOUPIE 0,20 MICRON	1	RACCORD VERROU MALE ET RACCORD VERROU FEMELLE Annexe technique: . UTILISATION : FILTRATION STERILISANTE DE MEDICAMENTS ET DE SOLUTES – Porosité 0,20 microns (antibactérien) – Volume résiduel de l'ordre de 0,1ml après purge – Résistance à la pression 5 bars environ – Surface approchée 2,8 cm ² ***** H6022218 – AAQAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966590 Code DGOS : DC54	Unité	1 002	3
63	FILTRE CIRCULAIRE TOUPIE 0,2 MICRON A FAIBLE LIAISON PROTEIQUE Notice technique: H6022218					
63	FILTRE CIRCULAIRE TOUPIE 0,2 MICRON A FAIBLE LIAISON PROTEIQUE	1	RACCORD ENTREE VERROU FEMELLE / SORTIE LUER MALE Annexe technique: . UTILISATION : FILTRATION STERILISANTE DES SOLUTIONS AQUEUSES ET DES SOLUTIONS CONTENANT DES PROTEINES – Porosité 0,2 micron – Volume résiduel 0,1 ml après purge – Résistance à la pression 5 bars environ – surface de filtration 5,3 cm ² environ ***** H6022218 – AAQAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960448 Code DGOS : DC54	Unité	100	33
64	FILTRE MEMBRANE POLYETHERSULFONE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AQ FILTRE ANTIPARTICULAIRE / ANTIBACTERIEN

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
64	FILTRE MEMBRANE POLYETHERSULFONE	1	POROSITE 0,45MICRONS HYDROPHILE Annexe technique: . Faible liaison protéinique Disque diamètre 33 mm Raccord d'entrée luer verrou femelle Raccord de sortie luer mâle Unité de filtration fonctionnant à l'aide d'une seringue ***** H6022258 – AAQAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907898	Unité	100	3
65	FILTRE MEMBRANE POLYETHERSULFONE POROSITE 1.2 MICRONS Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AQ FILTRE ANTIPARTICULAIRE / ANTIBACTERIEN

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
65	FILTRE MEMBRANE POLYETHERSULFONE POROSITE 1.2 MICRONS	1	SURFACE 4,3 CM² Annexe technique: . POUR PERFUSION VISUDYNE faible liaison protéique / lipido résistant Surface de filtration environ 1,65 cm² Prolongateur 15cm diamètre interne 0,9 mm avec luer verrou femelle – Raccord de sortie luer mâle verrou – Event sur le filtre – Volume résiduel 0,5 ml – Résistance à la pression environ : 2 bars ***** H6022258 – NBBAA code(s) informatique(s) CHU : 963641 Code DGOS : DC54	Unité	50	3
66	FILTRE 0.2 MICRON STERILE AVEC TUBULURE DE 35 CM POUR PERFUSION DE MEDICAMENTS Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AQ FILTRE ANTIPARTICULAIRE / ANTIBACTERIEN

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
66	FILTRE 0.2 MICRON STERILE AVEC TUBULURE DE 35 CM POUR PERFUSION DE MEDICAMENTS	1	. Annexe technique: . - Connecteur luer verrou femelle - Tubulure 35 cm avec connecteur luer mâle - Surface filtrante 10cm² - Elimination de l'air par la membrane hydrophobe au moyen d'events - Débit supérieur à 20ml/min - Faible rétention protéique - Volume résiduel : 4,6 ml - INDICATION : perfusion de médicaments Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation en nombre d'heures Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAQAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU :966617 / 965186 Code DGOS : DC54	Unité	910	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
67	CONNECTEUR LINEAIRE POLYETHYLENE ET/OU PE/PVC POUR PRODUITS PHOTOSENSIBLES LUER VERROU Notice technique: H6022218					
67	CONNECTEUR LINEAIRE POLYETHYLENE ET/OU PE/PVC POUR PRODUITS PHOTOSENSIBLES LUER VERROU	1	FIXE male/femelle 150 cm Diam int 1 mm Annexe technique: . – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. – Une documentation attestant la photoprotection avec indication du pourcentage d'arrêt des rayons UV et des longueurs d'onde concernées devra être fournie. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963498 Code DGOS : DC54	Unité	10 650	3
68	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
68	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	Male/male 200cm Dia int 1.5mm Annexe technique: . – Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. – Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir au minimum 96 heures et au maximum 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907365 Code DGOS : DC54	Unité	110	3
69	CONNECTEUR LINEAIRE POLYETHYLENE OU PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
69	CONNECTEUR LINEAIRE POLYETHYLENE OU PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/FEMELLE 150 CM x DIAMETRE INTERNE 1 MM Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Prestation Eventuelle Facultative : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose aussi la longueur 100 cm. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907663 / 961520 Code DGOS : DC54	Unité	161 590	5
70	CONNECTEUR LINEAIRE POLYETHYLENE OU PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
70	CONNECTEUR LINEAIRE POLYETHYLENE OU PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/FEMELLE 200 CM x DIAMETRE INTERNE 1 MM Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	12 360	3
71	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
71	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 50 CM X DIAMETRE INTERNE 1 MM Annexe technique: . PVC TRANSPARENT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classe 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours. ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962579 Code DGOS : DC54	Unité	80	3
71	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	2	MALE/MALE 300cm x Diam interne 1 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Ennov : CHUSE-PRO-00039 ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960210 Code DGOS : DC54	Unité	200	3
72	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
72	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 700cm x Diam interne 1 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Ennov : CHUSE-PRO-00039 ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993537 Code DGOS : DC54	Unité	500	3
73	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
73	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 150cm x Diam interne 1.5 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960376 Code DGOS : DC54	Unité	300	3
74	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PVC OU PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
74	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PVC OU PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 400 cm x Diam interne 2,5 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998934 Code DGOS : DC54	Unité	2 000	3
75	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
75	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 200cm x Diam interne 2.5 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960735 Code DGOS : DC54	Unité	2 000	3
76	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
76	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 150 CM x DIAM INTERNE 2,5 MM Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960736 Code DGOS : DC54	Unité	1 700	3
77	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
77	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 100 cm x Diam interne 2.5 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Ennov : CHUSE-PRO-00039 ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960737 Code DGOS : DC54	Unité	6 600	3
78	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
78	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/MALE 50 cm x Diam interne 2.5 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960535 Code DGOS : DC54	Unité	200	3
79	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
79	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/FEMELLE 25 cm Diam int 1 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960104 Code DGOS : DC54	Unité	4 880	3
80	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
80	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE / FEMELLE 50 cm x Diam int 1 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907915 Code DGOS : DC54	Unité	4 000	3
81	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PVC OU PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
81	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PVC OU PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/FEMELLE 300 cm x Diam interne 1 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960208 Code DGOS : DC54	Unité	2 580	3
82	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
82	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE / FEMELLE 400 CM x DIAM INTERNE 1 MM Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960421 Code DGOS : DC54	Unité	700	3
83	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE Notice technique: H6022218					
83	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PE/PVC LUER VERROU FIXE	1	MALE/FEMELLE 150 cm x diamètre int 2,5 mm Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960536 Code DGOS : DC54	Unité	11 000	3
84	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PVC LUER VERROU MALE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
84	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE PVC LUER VERROU MALE	1	MOBILE/FEMELLE 50 CM x DIAM INTERNE 1,5 MM Annexe technique: . PVC TRANSPARENT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours ***** H6022218 – AAVAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960209 Code DGOS : DC54	Unité	1 500	3
85	CONNECTEUR ROBINET 3 VOIES 1 VALVE ANTI RETOUR					
85	CONNECTEUR ROBINET 3 VOIES 1 VALVE ANTI RETOUR	1	ET 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE Annexe technique: . Prolongateur en PVC sans DEHP de 20 cm avec un robinet 3 voies, 1 valve anti-retour non démontable et 1 valve bidirectionnelle non démontable Préciser la durée maximale d'utilisation, la Pmax d'utilisation et les volumes résiduels ***** Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	1 400	3
86	CONNECTEUR COURT MULTI ACCES SECURISE AVEC					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
86	CONNECTEUR COURT MULTI ACCES SECURISE AVEC	1	3 ROBINETS- 2 VALVES ANTI RETOUR Annexe technique: . ET 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE Prolongateur en PVC sans DEHP d'environ 55 cm comprenant : - 1 robinet 3 voies avec une valve bidirectionnelle non démontable à environ 20 cm de l'extrémité terminale munie d'un filtre de purge avec obturateur - 1 valve anti retour solidaire du 1er robinet - 2 robinets 3 voies solidaires situés à l'extrémité proximale - 1 valve anti retour solidaire du 3ème robinet L'ensemble des composants sont solidaires entre eux et non démontables Préciser la durée maximale d'utilisation, la Pmax d'utilisation et les volumes résiduels ***** Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	500	3
87	CONNECTEUR EN Y MULTI-ACCES SECURISE POUR ADMINISTRATION					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
87	CONNECTEUR EN Y MULTI-ACCES SECURISE POUR ADMINISTRATION	1	DE MEDICAMENT EN RADIOTHERAPIE INTERNE VECTORISEE Annexe technique: . Composition du kit : - 1 connecteur en Y composé de deux tubulures PVC sans DEHP : * 1 tubulure de 50cm environ avec extrémité terminale munie d'un raccord luer mâle * 1 tubulure de 300cm environ avec valve antiretour et une valve bidirectionnelle sur son extrémité terminale Ce connecteur dispose sur son extrémité proximale d'un système permettant de raccorder un dispositif de transfert sécurisé en système clos pour seringue. Ce dispositif de transfert sécurisé en système clos pour seringue et présenté non monté sachant qu'il est compatible avec le connecteur. ***** H6022218 – AAVHA Code(s) informatique(s) CHU : 964297 Code DGOS : DC54	Unité	200	3
88	CONNECTEUR PE/PVC COURT MULTI ACCES SECURISE AVEC					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
88	CONNECTEUR PE/PVC COURT MULTI ACCES SECURISE AVEC	1	4 VALVES ANTI RETOUR ET 4 VALVES BIDIRECTIONNELLES Annexe technique: . Prolongateur en PE/PVC longueur totale 19 cm de type quadri-tube avec : - diamètre interne < 1.3 mm - 4 valves anti retour - 4 valves bidirectionnelles non démontables - embout terminal Luer verrou avec bouchon protecteur Préciser la durée maximale d'utilisation, la Pmax d'utilisation et les volumes résiduels ***** Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	460	3
89	CONNECTEUR 10 CM AVEC 2 ROBINETS 3 VOIES ET 2 VALVES ANTI RETOUR Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
89	CONNECTEUR 10 CM AVEC 2 ROBINETS 3 VOIES ET 2 VALVES ANTI RETOUR	1	LONGUEUR TOTALE 20 CM Annexe technique: Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) ***** H6022218 – AANAA Code(s) interne(s) CHU : 963155 Code DGOS : DC54	Unité	4 000	3
90	CONNECTEUR PVC 11CM MULTIACCES SECURISES AVEC 3 VALVES BIDIRECTIONNELLES ET 3 VALVES ANTI RETOUR					
90	CONNECTEUR PVC 11CM MULTIACCES SECURISES AVEC 3 VALVES BIDIRECTIONNELLES ET 3 VALVES ANTI RETOUR	1	. Annexe technique: . Prolongateur en PVC type tritube sans DEHP d'environ 11 cm de longueur totale avec 3 voies. Les 3 accès sont directs à l'aide de valves bidirectionnelles présence de 3 valves anti retour diamètre interne 1mm L'extrémité distale est munie d'un luer verrou mâle. Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Préciser la durée maximale d'utilisation, la Pmax d'utilisation et les volumes résiduels Code DGOS : DC54	Unité	600	3
91	CONNECTEUR PE/PVC MULTI ACCES SECURISE 3 VOIES					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	CONNECTEUR PE/PVC MULTI ACCES SECURISE 3 VOIES	1	3 VALVES ANTI RETOUR Annexe technique: . Prolongateur en PE/PVC longueur totale 16 cm de type tri-tube avec : - 1 tube(voie) avec diamètre interne 1.3 mm - 2 tubes(voies) avec diamètre interne 0.7 mm - 3 valves anti retour - 3 bouchons obturateurs - 3 clamps - embout terminal Luer verrou avec bouchon protecteur Préciser la durée maximale d'utilisation, la Pmax d'utilisation et les volumes résiduels ***** Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	4 090	3
92	CONNECTEUR 8 A 10 CM POLYURETHANE OU PU/PVC MULTIACCES SECURISE 3 VOIES Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	CONNECTEUR 8 A 10 CM POLYURETHANE OU PU/PVC MULTIACCES SECURISE 3 VOIES	1	AVEC 3 VALVES ANTI RETOUR Annexe technique: . - transparent - clamps de couleurs différentes pour l'identification des voies - bouchons obturateurs - diamètre interne 1 à 1,5 mm - longueur 8 à 10 cm - connecteur luer verrou mâle INDICATION : Anesthésie Intra Veineuse à Objectif de Concentration (AIVOC) Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAVBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962102 Code DGOS : DC54	Unité	365	3
93	ROBINET UNE VOIE LUER VERROUILLABLE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
93	ROBINET UNE VOIE LUER VERROUILLABLE	1	RESISTANCE A UNE PRESSION DE 10 BARS – 150 PSI Annexe technique: . Matériau résistant aux lipides Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Il précise la pression maximale tolérée Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) ***** H6022218 – AARAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968068 Code DGOS : DC54	Unité	600	3
94	ROBINET TROIS VOIES Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
94	ROBINET TROIS VOIES	1	MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES Annexe technique: . Luer verrou fixe si commercialisé sinon verrou mobile. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) Il précise la pression maximale tolérée Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-00039 ***** H6022218 – AARAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963499 Code DGOS : DC54	Unité	45 600	3
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	1	2 ROBINETS – 4 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES Corps monobloc. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose aussi une rampe avec valves bidirectionnelles permettant des accès sécurisés en système clos sans aiguilles. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907773 Code DGOS : DC54	Unité	2 000	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	2	2 ROBINETS – 4 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . AVEC CONNECTEUR 100 CM MALE / MALE PE/PVC LUER VERROU FIXE DIAMETRE INTERNE DE 2,5 MM MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES Corps monobloc. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	290	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	3	2 ROBINETS – 4 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . AVEC CONNECTEUR 150 CM MALE / MALE PE/PVC LUER VERROU FIXE DIAMETRE INTERNE DE 2,5 MM ET SUPPORT INTEGRE MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES Corps monobloc. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	4 130	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	4	4 ROBINETS – 6 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES Corps monobloc. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance). Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose aussi une rampe avec valves bidirectionnelles permettant des accès sécurisés en système clos sans aiguilles. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907719 Code DGOS : DC54	Unité	6 570	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	5	4 ROBINETS – 6 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . AVEC CONNECTEUR 100 CM MALE / MALE PE/PVC LUER VERROU FIXE DIAMETRE INTERNE DE 2,5 MM MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES Corps monobloc. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance). Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	1 020	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	6	4 ROBINETS – 6 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . AVEC CONNECTEUR 150 CM MALE / MALE PE/PVC LUER VERROU FIXE DIAMETRE INTERNE DE 2,5 MM ET SUPPORT INTEGRE MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES – Corps monobloc. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance). Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	4 520	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE	7	4 ROBINETS – 6 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . AVEC CONNECTEUR 200 CM MALE / MALE VERROU DIAMETRE INTERNE 2,5 MM ET LUER VERROU FIXE SUPPORT INTEGRE. MATERIAU RESISTANT AUX LIPIDES. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose aussi une rampe avec valves bidirectionnelles permettant des accès sécurisés en système clos sans aiguilles. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960286 Code DGOS : DC54	Unité	4 000	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	RAMPE ROBINETS LUER VERROUILLABLE		6 ROBINETS – 8 SORTIES FEMELLES Annexe technique: . Matériau résistant aux lipides. Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours 8 Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose aussi une rampe avec valves bidirectionnelles permettant des accès sécurisés en système clos sans aiguilles. ***** H6022218 – AARAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962095 Code DGOS : DC54	Unité	600	3
96	ROBINET 3 VOIES CONNECTEUR LUER VERROU Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
96	ROBINET 3 VOIES CONNECTEUR LUER VERROU	1	13 CM ENVIRON LUER MOBILE Annexe technique: . MATERIAU PE/PVC ET LIPIDO RESISTANT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) ***** H6022218 – AAVBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	63 390	3
96	ROBINET 3 VOIES CONNECTEUR LUER VERROU	2	25 CM ENVIRON LUER FIXE Annexe technique: . MATERIAU PE/PVC ET LIPIDO RESISTANT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) ***** H6022218 – AAVBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907995 Code DGOS : DC54	Unité	140 025	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AR CONNECTEUR - RAMPE - ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
96	ROBINET 3 VOIES CONNECTEUR LUER VERROU	3	25 CM ENVIRON LUER MOBILE Annexe technique: . MATERIAU PE/PVC ET LIPIDO RESISTANT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) ***** H6022218 – AAVBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	47 250	3
96	ROBINET 3 VOIES CONNECTEUR LUER VERROU	4	100 CM ENVIRON LUER FIXE Annexe technique: . MATERIAU PE/PVC ET LIPIDO RESISTANT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir 7 jours Une documentation attestant de la lipidorésistance et de la durée maximale d'utilisation des robinets devra être jointe (certificat + protocole détaillé de validation de la lipidorésistance) ***** H6022218 – AAVBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907994 Code DGOS : DC54	Unité	33 820	3

Classe NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" - SYSTÈME MULTIBRAS) Notice technique: H6022218					
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" – SYSTÈME MULTIBRAS)	1	DISPOSITIF D'ADMINISTRATION A UNE VOIE Annexe technique: . Dispositif d'administration : – Tubulure ambrée avec accès chimiothérapie munis de valves antiretour – Ligne de rinçage avec clamp de couleur différente de celle des lignes de chimiothérapie – Accès distal (avec protecteur de stérilité) permettant une administration par pompe ou gravité Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) CHU : 964049 Code DGOS : DC54	Unité	20 501	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" – SYSTÈME MULTIBRAS)	2	DISPOSITIF D'ADMINISTRATION A DEUX VOIES Annexe technique: . Dispositif d'administration : – Tubulure ambrée avec accès chimiothérapie munis de valves antiretour – Ligne de rinçage avec clamp de couleur différente de celle des lignes de chimiothérapie – Accès distal (avec protecteur de stérilité) permettant une administration par pompe ou gravité Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) CHU : 964047 Code DGOS : DC54	Unité	8 560	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" – SYSTÈME MULTIBRAS)	3	DISPOSITIF D'ADMINISTRATION A QUATRE VOIES Annexe technique: . Dispositif d'administration : – Tubulure ambrée avec accès chimiothérapie munis de valves antiretour – Ligne de rinçage avec clamp de couleur différente de celle des lignes de chimiothérapie – Accès distal (avec protecteur de stérilité) permettant une administration par pompe ou gravité Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) CHU : 964048 Code DGOS : DC54	Unité	2 713	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" – SYSTÈME MULTIBRAS)	4	RACCORD AVEC VALVE POUR PREPARATION/ADMINISTRATION Annexe technique: . COMPATIBLE DISPOSITIFS SOUS LOTS PRECEDENTS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose fait une proposition avec un multiconditionnement La quantité est exprimée en nombre de raccords. Le fournisseur fait une offre pour le PRIX UNITAIRE DU RACCORD – Tubulure ambrée sans DEHP avec percuteur et protecteur de stérilité et clamp de couleur différente de celle de la ligne de rinçage – Présence d'un site d'injection avec valve bidirectionnelle – Connexion luer verrou distale avec bouchon de protection Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) CHU : 961557 Code DGOS : DC54	Unité	30 001	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" – SYSTÈME MULTIBRAS)	5	RACCORD AVEC VALVE ET FILTRE PLAT 0.22 MICRON Annexe technique: . POUR PREPARATION / ADMINISTRATION COMPATIBLE DISPOSITIFS SOUS LOTS PRECEDENTS Conditionnement unitaire souhaité PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose fait une proposition avec un multiconditionnement La quantité est exprimée en nombre de raccords. Le fournisseur fait une offre pour le PRIX UNITAIRE DU RACCORD – Tubulure ambrée sans DEHP avec percuteur et protecteur de stérilité et clamp de couleur différente de celle de la ligne de rinçage – Présence d'un site d'injection avec valve bidirectionnelle – Connexion luer verrou distale avec bouchon de protection – Filtre à faible liaison protéique Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) CHU : 961558 Code DGOS : DC54	Unité	19 601	3

Classe NI/ AS DISPOSITIF ADMINISTRATION SECURISEE CHIMIOOTHERAPIE / CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
97	DISPOSITIF POUR ADMINISTRATION SECURISEE DES CHIMIOOTHERAPIES (TYPE "ARBRE" – SYSTÈME MULTIBRAS)	6	BOUCHON PROTECTEUR POUR VALVE BIDIRECTIONNELLE Annexe technique: . NON ETANCHE QUANTITE EXPRIMEE EN NOMBRE DE BOUCHONS ***** H6022218 – AAKCA Code(s) informatique(s) CHU : 961401 Code DGOS : DC54	Unité	45 001	3
98	SYSTEME DE VECTORISATION DE MEDICAMENT ANTICANCEREUX POUR CHIMIO-EMBOISATION Notice technique: H602234					
98	SYSTEME DE VECTORISATION DE MEDICAMENT ANTICANCEREUX POUR CHIMIO-EMBOISATION	1	TRANS-ARTERIELLE CONVENTIONNELLE Annexe technique: . SYSTEME DE MELANGE ET D'INJECTION RESISTANT AU LIPIODOL POUR CHIMIO EMBOLISATION TRANS-ARTERIELLE CONVENTIONNELLE (CTACE) ***** COMPOSITION / – 1 seringue de mélange 20ml – 1 filtre à particules pour prélèvement du LIPIODOL – 1 paille de prélèvement pour ampoule LIPIODOL – 1 percuteur pour flacon – 1 robinet 4 portes 3 voies – 1 connecteur – 1 seringue d'injection 1 ml – 1 seringue d'injection 3 ml ***** H602234 – AHEGB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960796 Code DGOS : DC54	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ AT BOITIER HOUSSE RAMPE / ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
99	HOUSSE SOUPLE DE PROTECTION SANS MOUSSE STERILE EN POLYETHYLENE TRANSPARENT Notice technique: H6022218					
99	HOUSSE SOUPLE DE PROTECTION SANS MOUSSE STERILE EN POLYETHYLENE TRANSPARENT	1	POUR ROBINETS 3 VOIES Annexe technique: . - Dimensions dépliée 20 x 12 cm. - Fermeture velcro sur 3 côtés - Présentation non pliée en sachet stérile unitaire. ***** H6022218- AASAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 965386 Code DGOS : DC54	Unité	2 500	3
100	HOUSSE SOUPLE DE PROTECTION SANS MOUSSE STERILE EN POLYETHYLENE TRANSPARENT Notice technique: H6022218					
100	HOUSSE SOUPLE DE PROTECTION SANS MOUSSE STERILE EN POLYETHYLENE TRANSPARENT	1	POUR RAMPE 4 ROBINETS Annexe technique: . Longueur approchée 240 mm, largeur approchée 180 mm Fermeture velcro sur 3 côtés ***** H6022218 - AASAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907991 Code DGOS : DC54	Unité	4 271	3
101	BOITIER DE PROTECTION STERILE POUR RAMPE Notice technique: H6022218					
101	BOITIER DE PROTECTION STERILE POUR RAMPE	1	4 ROBINETS AVEC SUPPORT VISSABLE COMPLET Annexe technique: . Boitier conditionné avec support ***** H6022218 - AASAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961188 Code DGOS : DC54	Unité	930	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AT BOITIER HOUSSE RAMPE / ROBINET

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
101	BOITIER DE PROTECTION STERILE POUR RAMPE	2	2 ROBINETS AVEC SUPPORT VISSABLE COMPLET Annexe technique: . Boitier conditionné avec support ***** H6022218 – AASAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	140	3
102	BOITIER DE PROTECTION STERILE POUR ROBINET 3 VOIES Notice technique: H6022218					
102	BOITIER DE PROTECTION STERILE POUR ROBINET 3 VOIES	1	BOITIER SANS MOUSSE Annexe technique: – ***** H6022218 – AASAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907979 Code DGOS : DC54	Unité	17 550	3
102	BOITIER DE PROTECTION STERILE POUR ROBINET 3 VOIES	2	BOITIER AVEC MOUSSE Annexe technique: . ***** H6022218 – AASAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	150	3

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ AU BOUCHON

123

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
103	BOUCHON MALE LUER VERROU AVEC SITE D'INJECTION Notice technique: H6022218					
103	BOUCHON MALE LUER VERROU AVEC SITE D'INJECTION	1	. Annexe technique: . ***** H6022218 – AATAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963500 Code DGOS : DC54	Unité	3 300	3

Classe NI/ AV ADMINISTRATION MEDICAMENT VOIE NASALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
104	DISPOSITIF D'ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE INTRA NASALE Notice technique: H6022258					
104	DISPOSITIF D'ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE INTRA NASALE	1	Annexe technique: . Dispositif permettant l'administration de médicaments par voie intra nasale sous forme atomisée (particules de 30 à 100 microns) Conçu pour optimiser l'absorption à travers la muqueuse nasale afin d'améliorer la biodisponibilité et d'offrir une action rapide INDICATION : administration de médicaments par voie intra nasale conformément aux protocoles GHT Loire Ennov : CHUSE-PRO-00613 / CHUSE-PRO-00554 ***** H6022248 – CLABC Code(s) informatique(s) CHU : 963468 *****	Unité	2 205	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ AY SERINGUE PRE REMPLIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
105	SERINGUE 3 PIECES VERROU PRE REMPLIE DE NACL A 0,9%					
105	SERINGUE 3 PIECES VERROU PRE REMPLIE DE NACL A 0,9%	1	STERILE INTERIEUR ET EXTERIEUR 10 ML Annexe technique: . Seringue avec graduation par incrément de 0,5 ml Stérile intérieur et extérieur : rinçage en soins stériles INDICATION : rinçage in-situ des dispositifs d'accès vasculaire Code DGOS : DK54	Unité	25 605	3
106	SERINGUE 3 PIECES VERROU PRE REMPLIE DE NACL A 0,9%					
106	SERINGUE 3 PIECES VERROU PRE REMPLIE DE NACL A 0,9%	1	STERILE INTERIEUR 10 ML Annexe technique: - Seringue avec graduation par incrément de 0.5ml Stérile intérieur, rinçage en soins propres Code DGOS : DK54	Unité	95 200	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BA SERINGUE 3 PIECES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
107	SERINGUE 3 PIECES EMBOUT LUER SANS LATEX Notice technique: H6022218					
107	SERINGUE 3 PIECES EMBOUT LUER SANS LATEX	1	VOLUME 2 ML Annexe technique: . – Joint de piston étanche pour injection de produits radioactifs (pression inférieure à 45 PSI) – Adaptation dans les protège seringues lemerpax (Mediclic) ***** H6022218 – AAWDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999132 Code DGOS : DK54	Unité	7 350	3
107	SERINGUE 3 PIECES EMBOUT LUER SANS LATEX	2	VOLUME 5 ML Annexe technique: . – Joint de piston étanche pour injection de produits radioactifs (pression inférieure à 45 PSI) – Adaptation dans les protège seringues lemerpax (Mediclic) ***** H6022218 – AAWDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999040 Code DGOS : DK54	Unité	4 460	3
107	SERINGUE 3 PIECES EMBOUT LUER SANS LATEX	3	VOLUME 10 ML Annexe technique: . – Joint de piston étanche pour injection de produits radioactifs (pression inférieure à 45 PSI) – Adaptation dans les protège seringues lemerpax (Mediclic) ***** H6022218 – AAWDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999041 Code DGOS : DK54	Unité	9 800	3

Classe NI/ BD POCHE VIDE PERFUSION - POCHE SECHE PHLEBOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
108	POCHE VIDE Notice technique: H6022218					
108	POCHE VIDE	1	VOLUME 50 ML – 100 ML Annexe technique: . Poche sans PVC, avec site d'injection et site de perfusion Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Utilisation : préparation de solutés injectables ***** H6022218 – AAKBA Code(s) Informatique(s) interne(s) au CHU : 964643 / Code DGOS : DC54	Unité	80	3
108	POCHE VIDE	2	VOLUME 250 ML Annexe technique: . Poche sans PVC, avec site d'injection et site de perfusion Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Utilisation : préparation de solutés injectables ***** H6022218 – AAKBA Code(s) Informatique(s) interne(s) au CHU : 962674 Code DGOS : DC54	Unité	350	3

Classe NI/ BD POCHE VIDE PERFUSION - POCHE SECHE PHLEBOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
108	POCHE VIDE	3	VOLUME 500 ML Annexe technique: . Poche sans PVC, avec site d'injection et site de perfusion Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Utilisation : préparation de solutés injectables ***** H6022218 – AAKBA Code(s) Informatique(s) interne(s) au CHU : 963526 Code DGOS : DC54	Unité	350	3
109	POCHE SECHE PHLEBOTOMIE EN SYSTEME CLOS					
109	POCHE SECHE PHLEBOTOMIE EN SYSTEME CLOS	1	SYSTÈME PRE ASSEMBLE AVEC TUBULURE+POCHE+RACCORD Annexe technique: . LE SYSTEME PRE ASSEMBLE POUR PRELEVEMENT D'ECHANTILLONAGE EN SYSTEME CLOS DOIT ETRE MUNI D'UN CLAMP ET D'UN RACCORD LUER VERROU Volume 600 ml INDICATION : recueil de sang par ponction veineuse en cas de : – hémochromatose génétique – drépanocytose – Polyglobulie Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Code DGOS : DB50	Unité	401	3

Classe NI/ BD POCHE VIDE PERFUSION - POCHE SECHE PHLEBOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
109	POCHE SECHE PHLEBOTOMIE EN SYSTEME CLOS	2	SYSTÈME PRE ASSEMBLE:TUBULURE+POCHE PRESENTÉE AVEC AIGUILLE 16G Annexe technique: . Volume 600 ml INDICATION : recueil de sang par ponction veineuse en cas de : - hémochromatose génétique - drépanocytose - Polyglobulie Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Code DGOS : DB50	Unité	470	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
110	PCA : TUBULURE RACCORD EN Y AVEC VALVE ANTI RETOUR Notice technique: H6022218					
110	PCA : TUBULURE RACCORD EN Y AVEC VALVE ANTI RETOUR	1	Annexe technique: . Raccord luer verrou femelle (PVC) à connecter à la perfusion principale tubulure (PVC sans DEHP) - diam interne 3.0 mm, externe 4.1mm - long 5cm clamp total raccord en Y luer verrou femelle - 1 valve anti retour est insérée dans chaque branche du Y - la voie latérale est connectée à la solution d'analgsie tubulure (PVC sans DEHP) - diam interne 2.5mm, externe 4.1mm - long 13 cm raccord luer verrou mâle protecteur de stérilité avec filtre antibactérien - Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022218 – AANAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963065 Code DGOS : DC54	Unité	505	3
111	PCA : TUBULURE 150 à 180 CM AVEC VALVE ANTI RETOUR Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
111	PCA : TUBULURE 150 à 180 CM AVEC VALVE ANTI RETOUR	1	ET VALVE ANTISIPHON POUR PCA Annexe technique: . - Valve anti siphon raccord luer verrou femelle (début ligne) - Raccord en Y luer verrou femelle avec valve anti retour - Protecteur de stérilité avec filtre antibactérien - Tubulure 150 à 180 cm en Y avec 1 clamp - Luer verrou mâle terminal Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE ***** H6022218 – AANAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963495 Code DGOS : DC54	Unité	2 195	3
112	POMPE AMBULATOIRE CADD - CONSOMMABLES Notice technique: H6022218					
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	1	TUBULURE D'EXTENSION AVEC ET SANS FILTRE 0,2MICRON Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 114CM ET 152CM VALVE ANTI-SIPHON INTEGREE TUBULURE COMPATIBLE POMPE CADD Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : 960107 Code DGOS : DC54	Unité	1 715	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	2	TUBULURE D'EXTENSION AVEC Y ; AVEC ET SANS FILTRE Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 173 / 175 CM – VALVE ANTI SIPHON INTEGREE – VALVE ANTI RETOUR SUR LE Y TUBULURE COMPATIBLE POMPE CADD Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : 966675 Code DGOS : DC54	Unité	1 491	3
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	3	SET TUBULURE D'ADMINISTRATION 274CM AVEC Annexe technique: . – SYSTEME ANTI DEBIT LIBRE – EXTENSION EN Y – VALVE ANTI RETOUR Tubulure compatible pompe CADD Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : 993660 Code DGOS : DC54	Unité	192	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	4	SET TUBULURE D'ADMINISTRATION 312 CM AVEC Annexe technique: . – LIGNE JAUNE – SYSTEME ANTI DEBIT LIBRE – VALVE ANTI RETOUR – CLAMP TUBULURE COMPATIBLE POMPE CADD VOIE PERIDURALE – Prestation supplémentaire éventuelle facultative : CONNECTIQUE SECURISEE NRFIT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : 999043 Code DGOS : DC54	Unité	4 100	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	5	SET TUBULURE D'ADMINISTRATION 239 CM AVEC Annexe technique: . – SYSTEME ANTI DEBIT LIBRE – VALVE ANTI-RETOUR – FILTRE 1.2 MICRONS – CLAMP TUBULURE COMPATIBLE AVEC POMPE CADD Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	0	3
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	6	SET TUBULURE D'ADMINISTRATION 198 CM AVEC Annexe technique: . – SYSTEME ANTI DEBIT LIBRE – VALVE ANTI RETOUR – CLAMP TUBULURE COMPATIBLE AVEC POMPE CADD Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	0	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	7	CASSETTE RESERVOIR 100 ml Annexe technique: . AVEC SYSTEME ANTI DEBIT LIBRE CASSETTE COMPATIBLE POMPE CADD Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : 999044 Code DGOS : DC54	Unité	2 882	3
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	8	CASSETTE RESERVOIR 250 ML Annexe technique: . AVEC SYSTEME ANTI DEBIT LIBRE CASSETTE COMPATIBLE POMPE CADD Le fournisseur s'il en dispose fait une offre avec une cassette jaune voie péridurale Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : 969894 / Code DGOS : DC54	Unité	130	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
112	POMPE AMBULATOIRE CADD – CONSOMMABLES	9	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Ennov : CHUSE-PRO-01011.4 ***** H6022218 – AAMAA code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	0	0
113	PCA TUBULURE AVEC VALVE ANTIRETOUR + POCHE					
113	PCA TUBULURE AVEC VALVE ANTIRETOUR + POCHE	1	TUBULURE DROITE Annexe technique: . COMPATIBLE POMPE MICREL RYTHMIC EVOLUTION Tubulure droite 150 cm environ avec filtre 0.22µm, valve antisiphon et anti retour Poche souple 200 ml environ avec port de remplissage Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE.	Unité	40	2
113	PCA TUBULURE AVEC VALVE ANTIRETOUR + POCHE	2	TUBULURE EN Y Annexe technique: . COMPATIBLE POMPE MICREL RYTHMIC EVOLUTION Tubulure en Y 150 cm environ avec filtre 0.22µm, valve antisiphon et anti retour Poche souple 160 ml / 200 ml avec port de remplissage Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE.	Unité	111	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ BE NECESSAIRE PERF POUR POMPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
113	PCA TUBULURE AVEC VALVE ANTIRETOUR + POCHE	3	TUBULURE DROITE Annexe technique: . COMPATIBLE POMPE MICREL RYTHMIC EVOLUTION Tubulure droite 220 cm environ de couleur jaune transparent, avec filtre 0.22µm, valve antisiphon et anti retour Percuteur avec prise d'air obturable Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE.	Unité	790	2
113	PCA TUBULURE AVEC VALVE ANTIRETOUR + POCHE	4	TUBULURE DROITE Annexe technique: . COMPATIBLE POMPE MICREL RYTHMIC EVOLUTION Tubulure droite 150 cm environ avec filtre 0.22µm, valve antisiphon et anti retour Poche souple 100 ml environ avec port de remplissage Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE.	Unité	100	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ BF NUTRITION PARENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
114	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE Notice technique: H6022258					
114	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	1	POCHE MONOCOMPARTIMENTALE 250 A 300 ML Annexe technique: . Poche stérile apyrogène en EVA multicouches avec poignée et orifice pour potence, graduation volumétrique, embout percutable universel, site d'injection, tube 90mm environ avec clamp de sécurité et embout verrouillable femelle Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962811 ***** Code DGOS : DC54	Unité	800	3
114	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	2	POCHE MONOCOMPARTIMENTALE 500 ML Annexe technique: . Poche stérile apyrogène en EVA multicouches avec poignée et orifice pour potence, graduation volumétrique, embout percutable universel, site d'injection, tube 90mm avec clamp de sécurité et embout verrouillable femelle Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour une poche 500ml bicompartimentale ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962823 ***** Code DGOS : DC54	Unité	400	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BF NUTRITION PARENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
114	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	3	POCHE MONOCOMPARTIMENTALE 1 L Annexe technique: . Poche stérile apyrogène en EVA multicouches avec poignée et orifice pour potence, graduation volumétrique, embout percutable universel, site d'injection, tube 90mm avec clamp de sécurité et embout verrouillable femelle Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour une poche 1L bicompartimentale ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 979597 ***** Code DGOS : DC54	Unité	300	3
114	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	4	POCHE MONOCOMPARTIMENTALE 2 L Annexe technique: . Poche stérile apyrogène en EVA multicouches avec poignée et orifice pour potence, graduation volumétrique, embout percutable universel, site d'injection, tube 90mm avec clamp de sécurité et embout verrouillable femelle Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour une poche 2 L bicompartimentale ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 979598 ***** Code DGOS : DC54	Unité	50	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ BF NUTRITION PARENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
114	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	5	POCHE MONOCOMPARTIMENTALE 3 L Annexe technique: . Poche stérile apyrogène en EVA multicouches avec poignée et orifice pour potence, graduation volumétrique, embout percutable universel, site d'injection, tube 90mm avec clamp de sécurité et embout verrouillable femelle Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour une poche 3 L bicompartimentale ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 964521 ***** Code DGOS : DC54	Unité	10	2
115	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE Notice technique: H6022218					
115	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	1	TUBULURE CENTRALE 12 VOIES AVEC VALVE ANTI-RETOUR Annexe technique: . SUR CHAQUE VOIE ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962902 Code DGOS : DC54	Unité	250	3
115	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	2	SET DE PRELEVEMENT Annexe technique: . POUR PRELEVEMENT DE SOLUTES EN SYSTEME CLOS CONTIENT 6 LIGNES DONT 4 AVEC TROCARTS + CHAMBRE COMPTE GOUTTES ET 2 AVEC MINI SPIKE ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962903 Code DGOS : DC54	Unité	250	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BF NUTRITION PARENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
115	AUTOMATE MEDIMIX MF41 20S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	3	SET DE SERINGUES Annexe technique: . Le set contient : – 4 seringues 3 pièces en 50ml luer verrou – 8 seringues 3 pièces en 10ml luer verrou ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962904 Code DGOS : DC54	Unité	250	3
115	AUTOMATE MEDIMIX MF41 20S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	4	SERINGUE Annexe technique: . – 10, 20 ET 50 ML – CONDITIONNEMENT UNITAIRE ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962905 / 962906 Code DGOS : DC54	Unité	350	3
115	AUTOMATE MEDIMIX MF41 20S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	5	ADAPTATEUR Annexe technique: . – adaptateur : luer mâle – IMF femelle – adaptateur tubulure centrale pour ajout ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	50	2
115	AUTOMATE MEDIMIX MF41 20S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	6	VALVE DE DOSAGE 90° Annexe technique: – Pour le dosage en ml de nutrition parentérale en système clos – actionné par valve – écrou verrouillable rotatif ***** H6022218 – ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 962969 Code DGOS : DC54	Unité	1 700	3

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ BF NUTRITION PARENTERALE

142

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
115	AUTOMATE MEDIMIX MF4120S DE PREPARATION DE POCHE DE NUTRITION PARENTERALE	7	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . ***** H6022218 - ABAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 961046 / 961045 Code DGOS : DC57	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
116	RECHAUFFEUR - ACCELERATEUR FLUIDO Notice technique: H6022218					
116	RECHAUFFEUR – ACCELERATEUR FLUIDO	1	SET POUR RECHAUFFEUR Annexe technique: . Cassette et ligne avec chambre de purge d'air sans filtre à raccorder à un perfuseur ou un transfuseur débit : 15 à 300 ml/minute Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – ACACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	41	1
116	RECHAUFFEUR – ACCELERATEUR FLUIDO	2	SET POUR RECHAUFFEUR ACCELERATEUR Annexe technique: . Cassette et ligne avec chambre de purge d'air munie d'un filtre 200 microns et d'une tubulure en Y haut débit : 15 à 800 ml/minute Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – ACACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC54	Unité	135	1
117	RECHAUFFEUR ACCELERATEUR RANGER SOLVENTUM Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
117	RECHAUFFEUR ACCELERATEUR RANGER SOLVENTUM	1	SET POUR RECHAUFFEUR Annexe technique: . Cassette, ligne 75cm et ligne 150cm (avec prolongateur) environ avec chambre compte gouttes, piège à bulles Bas à moyen débit 150 ml/minute Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. GedHo A.MED.Per01 ***** H6022218 – ACACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 961838 Code DGOS : DC54	Unité	220	1
117	RECHAUFFEUR ACCELERATEUR RANGER SOLVENTUM	2	SET POUR RECHAUFFEUR ACCELERATEUR Annexe technique: . Cassette, ligne 150cm environ, chambre compte gouttes, piège à bulles, un filtre 150µm, avec deux perforateurs Haut débit de 100 à 500 ml/minute Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. GedHo A.MED.Per01 ***** H6022218 – ACACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 961837 Code DGOS : DC54	Unité	456	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
117	RECHAUFFEUR ACCELERATEUR RANGER SOLVENTUM	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Réchauffement, accélérateur à sang Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 18 réchauffeurs – accélérateurs CH FOREZ : 1 réchauffeur – accélérateur Code DGOS : DC54	Unité	19	0
118	TRANSFUSEUR DOUBLE PERFORATEUR Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
118	TRANSFUSEUR DOUBLE PERFORATEUR	1	. Annexe technique: . Dispositif destiné à la transfusion par gravité du sang et de ses dérivés sans prise d'air, avec filtre de purge Nécessaire à transfusion de longueur totale 210cm environ, sans prise d'air incorporée et sans site d'injection comprenant : – deux perforateurs plastiques – une chambre compte gouttes contigüe au perforateur avec un filtre de porosité de 200 µ environ – une ligne transparente comprenant : * un régulateur de débit à roulette avec une gouttière entraînant l'écrasement progressif de la tubulure * une extrémité distale à conicité luer verrouillable universelle avec membrane de purge hydrophobe couvrante Présentation en sachet unitaire stérile avec protecteurs individuels de stérilité aux extrémités du dispositif. Les inscriptions sur l'emballage permettront de les différencier des nécessaires à perfusion Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et 1b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – ACAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 960449 Code DGOS : DC54	Unité	300	3
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	1	KIT DE RECUPERATION Annexe technique: . incluant réservoir de cardiectomie, ligne d'aspiration anticoagulant pour chirurgien, lignes de vide, lignes de raccordement pour CEC Le fournisseur fait aussi une proposition pour un kit de récupération sans ligne de raccordement pour CEC ***** Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022258 – ACDAA Code(s) interne(s) CHU : 964952 Code DGOS : DC54	Unité	1 415	1
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	2	KIT DE LAVAGE Annexe technique: . incluant bol de lavage avec tubulure, poche de réinfusion, sac à déchet BOL 125, 175 et 225 ml ***** Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022258 – ACDAA Code(s) interne(s) CHU : 964712 / 964713 / 964714 Code DGOS : DC54	Unité	1 055	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	3	POCHE A DECHETS Annexe technique: . Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022258 – ACDAA Code(s) interne(s) CHU : 965367 Code DGOS : DC54	Unité	40	1
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	4	POCHE DE REINFUSION / RETRANSFUSION Annexe technique: . Poche volume 1 litre avec clamp pour connexion avec la tubulure de transfusion de sang lavé au patient. Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022258 – ACDAA Code(s) interne(s) CHU : 965168 Code DGOS : DC54	Unité	40	1
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	5	TUBULURES D'ASPIRATION Annexe technique: . anti coagulant pour chirurgien ***** Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022258 – ACDAA Code(s) interne(s) CHU : 965506 Code DGOS : DC54	Unité	50	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	6	CONNECTEUR 4 VOIES VERROUILLABLE Annexe technique: . pour drainage post opératoire ***** Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022258 – ACDAA Code(s) interne(s) CHU : 960257 Code DGOS : DC54	Unité	15	1
119	DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE STERILES POUR AUTOTRANSFUSEURS	7	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 9 APPAREILS DE TRANSFUSION AUTOLOGUE (CHUSE) ***** Chaque appareil doit être doté des caractéristiques minimales suivantes : - Capteur de quantité d'hémoglobine libre plasmatique - Réglage automatique des paramètres de centrifugation - Plusieurs tailles de bols de centrifugation, avec reconnaissance automatique de la taille positionnée - Filtre d'entrée de la poche réservoir : en indiquer le taux d'efficacité (en µ) - Recueil des déchets avec système de pesage et robinet de vidange - Un module de traçabilité de la transfusion autologue : définir le système d'archivage et de traçabilité (impression ticket, réseau filaire...) - Un programme d'autotest de chaque module essentiel, bloquant en cas de problème - Possibilité d'un mode dit « d'urgence » - Appareil monté sur chariot de transport à roulettes directionnelles	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			Tout accessoire et dispositif complémentaire nécessaires au bon fonctionnement du matériel sont décrits par le candidat, pour appuyer l'intérêt médical et/ou économique, et/ou pour la sécurité, l'hygiène. De même l'ensemble des consommables, type papier d'impression des tickets, est inclus dans la prestation de l'accord-cadre. Par ailleurs, il importe que soit précisé pour chaque modèle proposé : - Une parfaite protection électromagnétique vis à vis des autres appareils du bloc opératoire. - L'utilisation possible en chirurgie pédiatrique : préciser les adaptations d'accessoires et de modules nécessaires dans ce cas. Définir pour tout modèle proposé, tous les dispositifs de sécurité de transfusion et d'alarme sur les paramètres contrôlés, parfaitement conformes aux règles en vigueur, et notamment : - une sécurité, doublée si nécessaire d'une alarme, de démarrage pour parer les risques de montage défectueux pouvant entraîner un accident grave. - les alarmes et sécurités liées à la technique invasive de la transfusion autologue ***** Le fournisseur communique les modalités d'entretien de l'équipement entre deux patients. Cet entretien doit pouvoir être réalisé simplement par l'équipe soignante sans retour de l'équipement au fournisseur. Il fournit des informations documentées sur l'absence de contamination possible entre deux patients Il précise les éléments techniques qui permettent d'éviter la rétro contamination de l'équipement Si des filtres sont présents en donner les caractéristiques techniques et la performance : hydrophile, hydrophobe, porosité... Code DGOS : DC54			
120	LOT SUPPRIME					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BG TRANSFUSION / AUTOTRANSFUSION - RECHAUFFEUR ACCELERATEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
120	LOT SUPPRIME	1	LOT SUPPRIME Annexe technique: . kit comprenant : – couronne de lavage, tubulures nécessaires au fonctionnement de C.A.T.S, poche à C.G.R et une poche à déchets – une réservoir de recueil avec filtre 120 µm de contenance 3L environ – tubulures d'aspiration d'anticoagulant et de sang Code DGOS : DC54	Unité	36	0
121	TRANSFUSEUR ACCELERE Notice technique: H6022218					
121	TRANSFUSEUR ACCELERE	1	POUR ADMINISTRATION RAPIDE DE SANG Annexe technique: . – Un perforateur sans prise d'air – Une chambre compte-gouttes semi-rigide munie d'un filtre de 200 microns de surface utile supérieure ou égale à 40 cm² – Une chambre dont la compression rend aisée l'accélération du rythme de la transfusion – Une tubulure terminée par un raccord mâle Luer à 6 % verrouillable – Un régulateur de débit à roulette Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE ***** H6022218 – AAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963686 Code DGOS : DC54	Unité	94	32

Catalogue des besoins

Classe NI/ BH POCHE A SANG-PRELEVÉ MOELLE - TUBE PREPARATION PLASMA RICHE PLAQUETTES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
122	POCHE SIMPLE VOLUME NOMINAL 300ML POUR PRELEVEMENT SANG PLACENTAIRE Notice technique: H6022218					
122	POCHE SIMPLE VOLUME NOMINAL 300ML POUR PRELEVEMENT SANG PLACENTAIRE	1	Annexe technique: . AVEC ANTICOAGULANT CPD VOLUME DE PRELEVEMENT 200ML POCHE DE RINCAGE ET POCHE DE COLLECTE - 2 aiguilles de 12G -1 clamp rouge et 3 clamps bleus - 2 connecteurs de sortie - 1 sachet de protection - 1 site d'injection Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022248 – OJDCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966486 Code DGOS : DG62	Unité	12	1
123	SYSTÈME POUR LA PREPARATION DE PLASMA RICHE EN PLAQUETTES AUTOLOGUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BH POCHE A SANG-PRELEVÉ MOELLE - TUBE PREPARATION PLASMA RICHE PLAQUETTES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
123	SYSTÈME POUR LA PREPARATION DE PLASMA RICHE EN PLAQUETTES AUTOLOGUE	1	TUBE DE PRELEVEMENT TOUS VOLUMES ET ACCESSOIRES Annexe technique: . INDICATION : injection intra articulaire ou intra tendineuse en orthopédie et injection en chirurgie maxillofaciale Le fournisseur fait une offre de prix a l'unité (Prix de 1 tube) – La quantité est exprimée en nombre de tubes PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES FACULTATIVES : – Le fournisseur fait aussi une proposition avec des tubes contenant de l'acide hyaluronique – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des tubes permettant la récupération de sérum et de thrombine autologue. Ennov : CHUSE-PRO-01674 / CHUSE-PRO-00691 ***** H6022258 – REMAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963820/ 963821 / 962136 Code DGOS : DC54	Unité	1 500	3
123	SYSTÈME POUR LA PREPARATION DE PLASMA RICHE EN PLAQUETTES AUTOLOGUE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 4 CENTRIFUGEUSES (CHUSE) Code DGOS : DC54	Unité	4	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
124	SYSTEME CLOS D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE Notice technique: H6022248					
124	SYSTEME CLOS D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE	1	POUR SONDE D'INTUBATION ET CANULE DE Annexe technique: . TRACHEOTOMIE ADULTE Toutes dimensions dont 14F – Système clos pour aspiration endotrachéale du patient sans déconnexion du circuit de ventilation – Raccord pour sonde d'intubation ou canule de trachéotomie – Raccord pour circuit de ventilation – Port pour instillation de sérum physiologique, d'aérosols médicamenteux ou de médicaments fluidifiants – Site de rinçage de sonde – Sonde graduée protégée par une gaine transparente – Valve de contrôle de l'aspiration – Raccord au vide Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-01464.4 ***** H6022248 – CAACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :966657/ 964749 Code DGOS : DR50	Unité	136	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
124	SYSTEME CLOS D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE	2	POUR SONDE D'INTUBATION ET CANULE DE Annexe technique: . TRACHEOTOMIE PEDIATRIE Toutes dimensions dont 5F/6F et 8F – Système clos pour aspiration endotrachéale du patient sans déconnexion du circuit de ventilation – Raccord pour sonde d'intubation ou canule de trachéotomie – Raccord pour circuit de ventilation – Port pour instillation de sérum physiologique, d'aérosols médicamenteux ou de médicaments fluidifiants – Site de rinçage de sonde – Sonde graduée protégée par une gaine transparente – Valve de contrôle de l'aspiration – Raccord au vide Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-01464.4 ***** H6022248 – CAACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961031 / 960907 / 960923 Code DGOS : DR50	Unité	501	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
124	SYSTEME CLOS D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE	3	SONDE D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE DE Annexe technique: . REMPLACEMENT ADULTE ET PEDIATRIE AVEC PORT POUR INSTILLATION Ennov : CHUSE-PRO-01464.4 ***** H6022248 – CAACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR50	Unité	16	3
124	SYSTEME CLOS D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE	4	DOSETTE DE SOLUTION SALINE 15 ML ENVIRON Annexe technique: . Ennov : CHUSE-PRO-01464.4 ***** H6022248 – CAACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966659 Code DGOS : DR50	Unité	6 696	3
124	SYSTEME CLOS D'ASPIRATION ENDOTRACHEALE	5	DISPOSITIF POUR PRELEVEMENT DE SECRETIONS Annexe technique: . TRACHEALES ET REALISATION DE FIBROSCOPIES Ennov : CHUSE-PRO-01464.4 ***** H6022248 – CAACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR50	Unité	0	3
125	SONDE ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
125	SONDE ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE	1	AVEC GAINÉ SOUPLE SERTIE CH14-16 (4,7 – 5,3mm) Annexe technique: . – Sonde en PVC – Extrémité distale mousse atraumatique avec ouverture et avec oeil latéral – Longueur 65 cm soit une longueur utile de 50 cm Extrémité proximale munie d'un godet, souple coloré suivant la charrière de la sonde. Sur ce raccord, une gaine est sertie protégeant la sonde sur toute la longueur (bonne glisse de la sonde à l'intérieur de la gaine) ***** H6022248 – CAABA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960659 / 966592 Code DGOS : DR50	Unité	52 700	3
126	SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
126	SONDE D'ASPIRATION TRACHEOBRONCHIQUE	1	Annexe technique: . Descriptif : Sonde d'aspiration trachéobronchique toutes dimensions dont : – Longueur environ 40 à 50 cm – Charrière 6 à 18 (avec incrémentation de 2) – Matériau : PVC – Extrémité proximale munie d'un godet coloré indiquant la charrière – Extrémité distale droite ouverte et atraumatique avec au minimum un orifice latéral – Présentation sachet unitaire stérile ***** H6022248 – CAAAA Code(s) informatique(s) CHU : 962841 / 962932 / 962948 / 962952 / 963456 / 963687 / 963688 ***** Code DGOS : DR50	Unité	97 252	3
127	SONDE ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE CH 4 ET CH 5 Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BI SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
127	SONDE ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE CH 4 ET CH 5	1	LONG 30CM POUR LA REANIMATION Annexe technique: . NEONATALE – PVC ORX – Extrémité distale droite ouverte et émoussée – Extrémité proximale avec GRAND GODET ***** H6022248 – CAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963677 / 963678 ***** Code DGOS : DR50	Unité	1 900	3
128	SONDE D'ASPIRATION EN PTFE 60 cm Notice technique: H6022248					
128	SONDE D'ASPIRATION EN PTFE 60 cm	1	POUR BRONCHOSCOPIE Annexe technique: . – Matériau PTFE – Diamètre interne 2 mm ; externe 3 mm – Longueur utile 60 cm – Connecteur femelle PVC Indication : procédures d'endoscopie bronchique ***** H6022248 – CAADA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965047 ***** Code DGOS : DR50	Unité	50	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ BJ VALVE ASPI - CANULE NASO-OROPHARYNGEE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
129	VALVE AUTOMATIQUE D'ASPIRATION STERILE Notice technique: H6022248					
129	VALVE AUTOMATIQUE D'ASPIRATION STERILE	1	ADULTE Annexe technique: . – Valve monobloc (moulée d'une seule pièce) s'adaptant sur sonde d'aspiration de tout diamètre avec maintien de l'étanchéité – Crochet de suspension incorporé – L'arrêt ou la mise en service de l'aspiration s'effectue par simple pression du doigt sur l'orifice situé sur le corps de la valve ***** H6022248 – CADAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908077 Code DGOS : DR50	Unité	28 840	3
129	VALVE AUTOMATIQUE D'ASPIRATION STERILE	2	PEDIATRIE Annexe technique: . – Valve monobloc (moulée d'une seule pièce) s'adaptant sur sonde d'aspiration de tout diamètre avec maintien de l'étanchéité – Crochet de suspension incorporé – L'arrêt ou la mise en service de l'aspiration s'effectue par simple pression du doigt sur l'orifice situé sur le corps de la valve ***** H6022248 – CADAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960378 Code DGOS : DR50	Unité	4 020	3
130	CANULE DE GUEDEL TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BJ VALVE ASPI - CANULE NASO-OROPHARYNGEE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
130	CANULE DE GUEDEL TOUTES DIMENSIONS	1	Annexe technique: . DONT : TAILLE 000 – 35MM ISO 3.5 vert clair TAILLE 00 – 50MM ISO 5.0 bleu TAILLE 0 – 55MM ISO 5.5 gris TAILLE 1.0 – 65MM ISO 6.5 marron TAILLE 1.5 – 70MM ISO 7.0 blanc TAILLE 2.0 – 80MM ISO 8.0 vert TAILLE 3.0 – 90MM ISO 9.0 jaune TAILLE 4.0 – 100MM ISO 10.0 rouge TAILLE 5.0 – 120MM ISO 12.0 violet – Présentation non stérile conditionnement unitaire – Couleur différente suivant la taille ***** H6022248 – CGAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960091 / 960087 / 960166 / 960088 / 960089 / 960090 / 998923 / 998924 Code DGOS : DR51	Unité	7 300	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BK DECONT ASPIRATION TRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
131	SYSTEME POUR DECONTAMINATION DE TUBULURES Notice technique: H6022248					
131	SYSTEME POUR DECONTAMINATION DE TUBULURES	1	D'ASPIRATION TRACHEALE Annexe technique: . BOUCHON + FILTRE + TUBE PLONGEUR PR FLACON EAU STERILE 1000 ML + TUBULURE D'ASPIRATION DIAM 7 MM LONGUEUR 180 CM + VALVE AUTOMATIQUE D'ASPIRATION AVEC CROCHET DE SUSPENSION INCORPORE Utilisation : aspiration et décontamination du circuit d'aspiration bronchique – Système compatible avec toutes les références de flacons d'eau versable stérile et toutes les contenances dont volumes 500ml et 1000ml – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CACAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR50	Unité	578	0
132	SYSTEME POUR DECONTAMINATION DE TUBULURES Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BK DECONT ASPIRATION TRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
132	SYSTEME POUR DECONTAMINATION DE TUBULURES	1	D'ASPIRATION TRACHEALE Annexe technique: . BOUCHON + FILTRE + TUBE PLONGEUR PR FLACON EAU STERILE 500/1000ml Utilisation : décontamination du circuit d'aspiration trachéale – Système compatible avec toutes les références de flacons d'eau versable stérile – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CACAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999160 Code DGOS : DR50	Unité	12 280	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BL ASPIRATEUR DE MUCOSITES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
133	ASPIRATEUR DE MUCOSITES PEDIATRIQUE Notice technique: H6022248					
133	ASPIRATEUR DE MUCOSITES PEDIATRIQUE	1	CH6 ET CH 10 CONTENANCE 25 ML Annexe technique: . ENSEMBLE COMPOSE DE : – Une sonde d'aspiration CH6 et une sonde d'aspiration CH 10 solidaire du collecteur – Un collecteur de mucus gradué de 2 en 2 ml de contenance 25 ml – Un tube de raccordement 50 cm avec un PETIT godet reliant le dispositif à la source de vide – Un bouchon couvercle permettant la fermeture étanche du collecteur après aspiration POUR LE TRANSPORT DU PRELEVEMENT Ensemble complet ne nécessitant pas de montage. ***** H6022248 – CABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966597 Code DGOS : DR50	Unité	5 520	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BL ASPIRATEUR DE MUCOSITES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
133	ASPIRATEUR DE MUCOSITES PEDIATRIQUE	2	CH6 ET CH 10 CONTENANCE 25 ML Annexe technique: . ENSEMBLE COMPOSE DE : – Une sonde d'aspiration CH6 et une sonde d'aspiration CH 10 solidaire du collecteur – Un collecteur de mucus gradué de 2 en 2 ml de contenance 25 ml – Un tube de raccordement 50 cm avec un GRAND godet reliant le dispositif à la source de vide – Un bouchon couvercle permettant la fermeture étanche du collecteur après aspiration POUR LE TRANSPORT DU PRELEVEMENT Ensemble complet ne nécessitant pas de montage. ***** H6022248 – CABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR50	Unité	432	3
134	ASPIRATEUR DE MUCOSITES ADULTE CH 16 Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BL ASPIRATEUR DE MUCOSITES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
134	ASPIRATEUR DE MUCOSITES ADULTE CH 16	1	CONTENANCE 25 ml Annexe technique: . ENSEMBLE COMPOSE DE : – Une sonde d'aspiration CH 16 solidaire du collecteur – Un collecteur de mucus gradué de 2 en 2 ml de contenance 25 ml – Un tube raccordement 50 cm avec grand godet reliant le dispositif à la source de vide – Un bouchon couvercle permettant la fermeture étanche du collecteur après aspiration POUR LE TRANSPORT DU PRELEVEMENT ***** H6022248 – CABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907763 Code DGOS : DR50	Unité	2 525	3
135	ASPIRATEUR DE MUCOSITES Notice technique: H6022248					
135	ASPIRATEUR DE MUCOSITES	1	ADAPTABLE SUR FIBROSCOPE – COLLECTEUR 80 ML Annexe technique: . – Collecteur de mucus gradué – Tubulure 100 cm de raccordement au fibroscope avec luer verrou pour collecteur – Tubulure 100 cm de raccordement au vide avec luer verrou pour collecteur – Prolongateur d'étanchéité 10 cm ***** H6022248 – CABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907764 Code DGOS : DR50	Unité	2 450	3
136	ASPIRATEUR DE MUCOSITES ADAPTABLE SUR Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BL ASPIRATEUR DE MUCOSITES

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
136	ASPIRATEUR DE MUCOSITES ADAPTABLE SUR	1	FIBROSCOPE – COLLECTEUR 175 ML Annexe technique: . – Pour lavage broncho alvéolaire – Raccords permettant de relier le système à tous les types de fibroscopes (luer ou conique) et tubulures d'aspiration – Système verrou pour assurer l'étanchéité lors du transport. – Longueur des tubulures : 100 à 150 cm évitant toute gêne de l'opérateur en cours de travail ***** H6022248 – CABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999159 Code DGOS : DR50	Unité	272	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
137	SONDE INTUBATION ORALE BALLONNET BASSE PRESSION PREFORMEE Notice technique: H6022248					
137	SONDE INTUBATION ORALE BALLONNET BASSE PRESSION PREFORMEE	1	DIAMETRE 3,5 A 9 MM PAR INCREMENT DE 0,5 Annexe technique: . INTUBATION ORALE Extrémité avec deux orifices murphy (2 oeils latéraux) ***** H6022248 – CBABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963562 / 963563 / 963564 / 963565 / 965511 / 965512 / 965513 / 969054 Code DGOS : DR51	Unité	313	2
138	SONDE INTUBATION NASALE BALLONNET BASSE PRESSION PREFORMEE Notice technique: H6022248					
138	SONDE INTUBATION NASALE BALLONNET BASSE PRESSION PREFORMEE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** H6022248 – CBABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963489 / 963490 / 963491 Code DGOS : DR51	Unité	117	3
139	SONDE INTUBATION MICRO LARYNGEE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
139	SONDE INTUBATION MICRO LARYNGEE	1	BALLONNET BASSE PRESSION TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH 17 à 25 – Diam int 4 – 5 et 6 mm INDICATION : CHIRURGIE DU LARYNX – Sonde de petit diamètre (diamètre interne 4 à 6 mm) à biseau atraumatique – Longueur approchée 370 mm – Ballonnet basse pression grand volume – Extrémité murphy (1 oeil latéral) – Ligne opaque aux rayons X – Connecteur standard de 15 mm – Valve anti-retour pour gonflage et dégonflage du ballonnet – Repères indiquant la profondeur de l'intubation et permettant un positionnement approprié de la sonde ***** H6022248 – CBABC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908102 / 908103 / 960879 Code DGOS : DR51	Unité	100	2
140	SONDE INTUBATION BALLONNET BASSE PRESSION Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
140	SONDE INTUBATION BALLONNET BASSE PRESSION	1	ET CANAL D'ASPIRATION Diam int 6 à 9 mm Annexe technique: . PAR INCREMENT DE 0,5 – Sonde en PVC, graduée, à biseau atraumatique, ligne opaque aux rayons X – Extrémité Murphy (1 oeil latéral) – Repères indiquant la profondeur de l'intubation et permettant un positionnement approprié de la sonde – Raccord s'adaptant sur un embout universel 15 mm – Ballonnet grand volume, basse pression – Ballonnet témoin muni d'une valve anti retour – Lumière supplémentaire intégrée à la paroi de la sonde qui aboutit à un orifice postérieur au dessus du ballonnet : aspiration de l'espace sous glottique. – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CBABB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963707 / 963708 / 963709 / 963710 / 964224 Code DGOS : DR51	Unité	2 235	3
141	SONDE INTUBATION BALLONNET BASSE PRESSION Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
141	SONDE INTUBATION BALLONNET BASSE PRESSION	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DIAMETRE INTERNE 2,5 à 10 mm PAR INCREMENT DE 0,5 – Extrémité Murphy (1 oeil latéral) – Sonde en PVC graduée à extrémité atraumatique type couvelaire – Ligne opaque aux rayons X sur toute la longueur – Repères indiquant la profondeur de l'intubation et permettant un positionnement approprié de la sonde – Ballonnet basse pression – Ballonnet témoin muni d'une valve anti retour – Raccord monté – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CBABA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960351 / 960353 / 962006 / 962010 / 962011 / 962012 / 962013 / 908051 / 908049 / 908052 / 908053 / 908054 / 908055 / 965028 Code DGOS : DR51	Unité	18 673	3
142	SONDE INTUBATION ARMEE ET PREFORMEE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
142	SONDE INTUBATION ARMEE ET PREFORMEE	1	BALLONNET BASSE PRESSION TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DIAMETRE INTERNE 3 à 8,5 mm PAR INCREMENT DE 0,5 - Sonde armée d'une spirale métallique dans la paroi de la sonde - Ballonnet basse pression - Repères indiquant la profondeur de l'intubation et permettant un positionnement approprié de la sonde - Connecteur de 15 mm collé à la sonde - Ballonnet témoin muni d'une valve anti retour - Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CBBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906517 / 908062 / 908063 / 908064 / 960123 / 960124 / 960125 / 960126 / 960127 / 960128 / 960129 Code DGOS : DR51	Unité	7 042	3
143	SONDE INTUBATION SANS BALLONNET EN PVC Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
143	SONDE INTUBATION SANS BALLONNET EN PVC	1	TOUTES DIMENSIONS DIAMETRE INTERNE 2 à 6,5 mm Annexe technique: . PAR INCREMENT DE 0,5 – Repères indiquant la profondeur de l'intubation et permettant un positionnement approprié de la sonde – Extrémité Murphy (1 oeil latéral) – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908041 / 908042 / 960235 / 960234 / 960343 / 960344 / 964263 / 965198 / 964991 / 965092 Code DGOS : DR51	Unité	251	3
144	SONDE INTUBATION SOUPLE EN PVC SANS BALLONNET Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
144	SONDE INTUBATION SOUPLE EN PVC SANS BALLONNET	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . Diam int 2 à 6,5 mm par incrément de 0,5 – Sonde en PVC extra souple à biseau atraumatique pour minimiser les lésions trachéales lors d'une intubation longue durée – Raccord s'adaptant sur un embout universel 15 mm – Ligne opaque aux rayons X – Repères indiquant la profondeur de l'intubation et permettant un positionnement approprié de la sonde – Graduation demi centimétrique jusqu'au diamètre 3,5 et marques à 15, 17 et 19 cm pour les autres tailles – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN UTILISATION : Intubation de longue durée dans le cadre de la réanimation néonatale ***** H6022248 – CBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962007 / 962008 / 962009 / 962014 / 962016 Code DGOS : DR51	Unité	856	3
145	SONDE INTUBATION LASER DOUBLE BALLONNET Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
145	SONDE INTUBATION LASER DOUBLE BALLONNET	1	POUR LA CHIRURGIE LARYNGEE Annexe technique: . – Toutes dimensions dont diamètre interne 4,5 – 5 et 6 mm – Extrémité distale biseautée atraumatique avec oeil de murphy – Double ballonnet – Raccord collé et 2 ballonnets de contrôle avec valve luer verrou – Courbure de la sonde de type Magill – Le fournisseur précise les types de laser compatibles ***** H6022248 – CBACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969311 / 969378 / 969400 Code DGOS : DR51	Unité	30	2
146	SONDE NASOPHARYNGEE Notice technique: H6022248					
146	SONDE NASOPHARYNGEE	1	DE TYPE WENDL Annexe technique: . Avec collerette réglable Toutes dimensions dont diamètre interne 6 et 7mm ***** H6022248 – CAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU Code DGOS : DR51	Unité	100	2
147	SONDE INTUBATION ORALE SANS BALLONNET AVEC CANAL INSTILLATION TRACHEALE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BM SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
147	SONDE INTUBATION ORALE SANS BALLONNET AVEC CANAL INSTILLATION TRACHEALE	1	TOUTES TAILLES Annexe technique: . Sonde équipée d'une voie latérale avec tubulure transparente et raccord luer verrou femelle INDICATION : instillation endotrachéale par voie orale de médicament surfactant ***** H6022248 – CBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961091 / 961247 / 961248 Code DGOS : DR51	Unité	206	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ BN INTUBATION ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
148	SONDE INTUBATION BRONCHIQUE Notice technique: H6022248					
148	SONDE INTUBATION BRONCHIQUE	1	2 LUMIERES SANS ERGOT Annexe technique: . GAUCHE CH26 à 41 Diamètre interne 6 à 10 mm * Sonde graduée avec ligne continue ORX et marquages de profondeur, raccords montés, ballonnet trachéal basse pression et ballonnet bronchique basse pression, ballonnets de contrôle avec valve verrou * Mandrin + Sonde d'aspiration * 2 pièces angulaires avec raccord normalisé et raccord à rotule diamètre interne 15 mm et diamètre externe 15 mm (15M/15F), capuchon double muni d'un petit orifice obturable * Raccord Y en plastique 2 x 15 F / 15 M * Déconnecteur * Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969190 / 969480 / 960423 / 960356 / 960424 / Code DGOS : DR51	Unité	412	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BN INTUBATION ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
148	SONDE INTUBATION BRONCHIQUE	2	2 LUMIERES SANS ERGOT Annexe technique: . DROITE CH26 à 41 Diamètre interne 6 à 10 mm * Sonde graduée avec ligne continue ORX et marquages de profondeur raccords montés, ballonnet trachéal basse pression et ballonnet bronchique basse pression, ballonnets de contrôle avec valve verrou * Mandrin + sonde d'aspiration * 2 pièces angulaires avec raccord normalisé et raccord à rotule diamètre interne 15 mm et diamètre externe 15 mm (15 M / 15 F) , capuchon double muni d'un petit orifice obturable * Raccord Y en plastique 2 x 15 F / 15 M * Déconnecteur * Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906752 / 908177 / 969364 / 906753 / 985098 / 964930 Code DGOS : DR51	Unité	36	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BN INTUBATION ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
148	SONDE INTUBATION BRONCHIQUE	3	2 LUMIERES AVEC ERGOT Annexe technique: . GAUCHE CH 35 à 41 Diamètre interne 8 à 10 mm * Sonde graduée avec éperon, ligne continue ORX et marquages de profondeur, raccords montés, ballonnet trachéal basse pression et ballonnet bronchique basse pression, ballonnets de contrôle avec valve verrou * Mandrin + sonde d'aspiration * 2 pièces angulaires avec raccord normalisé et raccord à rotule diamètre interne 15 mm et diamètre externe 15 mm, (15 M / 15 F) capuchon double muni d'un petit orifice obturable * Raccord Y en plastique 2 x 15 F / 15 M * Déconnecteur * Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR51	Unité	7	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ BN INTUBATION ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
148	SONDE INTUBATION BRONCHIQUE	4	2 LUMIERES AVEC ERGOT Annexe technique: . DROITE CH 35 à 41 Diamètre interne 8 à 10 mm * Sonde graduée avec éperon ligne continue ORX et marquages de profondeur, raccords montés, ballonnet trachéal basse pression et ballonnet bronchique basse pression, ballonnets de contrôle avec valve verrou * Mandrin + sonde d'aspiration * 2 pièces angulaires avec raccord normalisé et raccord à rotule diamètre interne 15 mm et diamètre externe 15 mm, (15 M / 15 F) capuchon double muni d'un petit orifice obturable * Raccord Y en plastique 2 x 15 F / 15 M * Déconnecteur * Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR51	Unité	3	0
149	DISPOSITIF DE BLOCAGE ENDOBRONCHIQUE SELECTIF Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BN INTUBATION ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
149	DISPOSITIF DE BLOCAGE ENDOBRONCHIQUE SELECTIF	1	D'ARNDT TOUTES TAILLES Annexe technique: . – Cathéter de blocage 5F, 50 et 65 cm, 7F 65cm et 9F 78cm avec à son extrémité distale ballon silicone basse pression et boucle guide nylon – Adaptateur d'arndt à multiples orifices pour ventilation Indication : intubation bronchique différentielle pour ventilation unilatérale ***** H6022248 – CCCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969451 / 963944 / 965100 / 964578 Code DGOS : DR51	Unité	30	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
150	CANULE DE TRACHEOTOMIE DOUBLE LUMIERE Notice technique: H6022248					
150	CANULE DE TRACHEOTOMIE DOUBLE LUMIERE	1	INTUBATION ENDOBRONCHIQUE Annexe technique: . Diam ext CH 39 (13,9 mm) LONG 7,5 – 8,5 – 9,5 cm POUR INTUBATION BRONCHIQUE GAUCHE ET DROITE – Ballonnet trachéal basse pression avec ballonnet de contrôle valve verrou – Ballonnet bronchique basse pression avec ballonnet de contrôle valve verrou – Ligne opaque aux rayons X – Marquage de profondeur pour un positionnement correct – Lanière de fixation – Sonde d'aspiration – 2 pièces angulaires avec raccord normalisé, raccords à rotule 15 mm femelle et 15 mm mâle, capuchon double – Raccord en Y 2 x 15 F / 15 M – Déconnecteur en plastique – Longueur approchée de la branche intratrachéale : 7,5 – 8,5 et 9,5 cm – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969042 / 968482 / 969041 / 965052 Code DGOS : DR52	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
151	SET DE CRICOTHYROTOMIE D'URGENCE Notice technique: H6022248					
151	SET DE CRICOTHYROTOMIE D'URGENCE	1	CANULE A BALLONNET Diam int 4-5 et 6 mm Annexe technique: . Set de cricothyrotomie d'urgence prémonté avec : . Canule en PVC avec ballonnet diamètre interne 4-5 et 6 mm - Longueurs 4,2 et 9 cm . Aiguille de ponction 18G . Guide extra rigide diamètre 0.038 . Dilatateur radioopaque courbe ***** H6022248 – CHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998947	Unité	25	1
152	SET DE CRICOTHYROTOMIE D'URGENCE Notice technique: H6022248					
152	SET DE CRICOTHYROTOMIE D'URGENCE	1	ENFANT ET ADULTE Diam. int 2 mm et 4 mm Annexe technique: . Set de cricothyrotomie d'urgence prémonté avec : . Canule en plastique diamètre interne 2 mm et 4 mm . Aiguille de ponction extrémité conique . La canule est montée sur 1 aiguille . Raccord diamètre externe 15 mm . Plaquette et lanière de fixation . Butée . Scalpel Indication : coniotomie d'urgence ***** H6022248 – CHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960241 / 960242 Code DGOS : DR52	Unité	30	2
153	CANULE DE MONTANDON BALLONNET BASSE PRESSION Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
153	CANULE DE MONTANDON BALLONNET BASSE PRESSION	1	DIAMETRE INTERNE 7 à 11 mm Annexe technique: . Canule en PVC souple armé avec ballonnet basse pression grand volume pour interventions ORL Connecteur 15 mm Ballonnet de contrôle avec valve anti-retour UTILISATION : TRACHEOTOMIE : interventions chirurgicales (laryngectomie, chirurgie maxillo faciale ...) quand le branchement de la sonde au respirateur doit se faire loin de la face ou du cou du patient ***** H6022248 – CFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965490 / 965491 / 965492 / 965493 Code DGOS : DR52	Unité	82	2
154	CANULE TRACHEOTOMIE ARMEE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
154	CANULE TRACHEOTOMIE ARMEE	1	BALLONNET BASSE PRESSION Annexe technique: . Diam interne 5 à 11 mm (Diam ext 5,3 à 14,2 mm) – Canule armée opaque aux rayons X, avec ballonnet grand volume, basse pression et ballonnet de contrôle avec valve anti-retour – Une collerette avec anneau fileté permet la fixation à hauteur variable – Raccord 15 mm normalisé collé – Lanière de fixation – Sonde d'aspiration / mandrin – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961363 / 961364 / 961365 / 961433 / 961434 / 961435 / Code DGOS : DR52	Unité	48	2
154	CANULE TRACHEOTOMIE ARMEE	2	CHEMISE INTERNE AVEC RACCORD 15 MM Annexe technique: – Verrouillable par rotation ***** H6022248 – CDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961433 / 961434 / 961435 Code DGOS : DR52	Unité	106	2
155	CANULE TRACHEOTOMIE A CHEMISE INTERNE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
155	CANULE TRACHEOTOMIE A CHEMISE INTERNE	1	SANS BALLONNET Annexe technique: . – Toutes dimensions dont diamètre interne de la canule 7,2 – 10,2 mm et longueur de la canule 70 à 86 mm – Chemise interne avec raccord 15 mm "long" et une chemise interne de rechange avec raccord "court" (discret) – diamètre interne 7,5 à 9,5 mm – Une bague de fixation pour la chemise interne – Un mandrin d'introduction – Un capuchon anti-projection (déflecteur de crachats) – Une lanière de fixation – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN. ***** H6022248 – CDACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963569 / 969007 / 969380 Code DGOS : DR52	Unité	37	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
155	CANULE TRACHEOTOMIE A CHEMISE INTERNE	2	BALLONNET BASSE PRESSION Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRE INTERNE CANULE 7,2 à 11,2 MM – DIAMETRE INTERNE CHEMISE 5,5 à 9,5 MM – Canule avec ballonnet grand volume, basse pression et ballonnet de contrôle avec valve anti retour – Matériau thermosensible opaque aux rayons X – Présence d'une chemise interne transparente mobile facile à retirer munie d'un raccord 15 mm et verrouillable par rotation – Mandrin d'introduction à extrémité arrondie – Colletette pivotante souple pour la fixation – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CDABB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969099 / 907935 / 907936 / 907937 Code DGOS : DR52	Unité	239	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
155	CANULE TRACHEOTOMIE A CHEMISE INTERNE	3	FENETREE BALLONNET BASSE PRESSION Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRE INTERNE CANULE 7 à 11,2 MM – DIAMETRE INTERNE CHEMISE 5,5 à 9,5 MM – La canule comporte une fenêtre de phonation, un ballonnet grand volume basse pression et un ballonnet de contrôle avec valve anti retour – Matériau thermosensible opaque aux rayons X – Présence d'une chemise interne transparente mobile facile à retirer munie d'un raccord 15 mm et verrouillable par rotation – Mandrin d'introduction à extrémité arrondie – Colerette pivotante souple pour la fixation – 1 capuchon antiprojection (déflecteur de crachat) souhaité – 1 valve de phonation souhaitée – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CDABB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960168 / 960169 / 960428 / 964026 Code DGOS : DR52	Unité	151	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
155	CANULE TRACHEOTOMIE A CHEMISE INTERNE	4	CHEMISE INTERNE AVEC RACCORD 15 MM (LONG) Annexe technique: . ET RACCORD DISCRET (COURT) ET CHEMISE INTERNE FENETREE AVEC RACCORD DISCRET (COURT) Verrouillable par rotation ***** H6022248 – CJAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960373 / 960374 / 960414 / 960413 / 960409 / 960427 / 960416 / 993429 / 966554 / 966489 Code DGOS : DR52	Unité	5 616	3
155	CANULE TRACHEOTOMIE A CHEMISE INTERNE	5	VALVE DE PHONATION Annexe technique: . AVEC MEMBRANE EN SILICONE ET PRISE POUR OXYGENE INTEGREE ***** H6022248 – CJAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960420 / 960167 /	Unité	179	3
156	CANULE DE TRACHEOTOMIE SOUPLE BALLONNET BASSE PRESSION Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
156	CANULE DE TRACHEOTOMIE SOUPLE BALLONNET BASSE PRESSION	1	ET CANAL D'ASPIRATION Annexe technique: . Canule toutes dimensions dont diamètres internes 6 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 10 mm - Canule avec ballonnet grand volume, basse pression et ballonnet de contrôle avec valve anti retour - Matériau thermosensible opaque aux rayons X - Lumière supplémentaire intégrée à la paroi de la canule qui aboutit à un orifice postérieur au dessus du ballonnet : aspiration de l'espace sous glottique. - Présence d'une chemise interne transparente mobile facile à retirer munie d'un raccord 15 mm et verrouillable par rotation - Mandrin d'introduction à extrémité arrondie - Collerette pivotante souple pour la fixation - Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – Code Famille : CDABD Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963639 / 963638 / 961291 / 963637 / 963636 / 963640 / 961291 Code DGOS : DR52	Unité	74	2
157	CANULE TRACHEOTOMIE PEDIATRIE - NEONATALOGIE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BO CANULE DE TRACHEOTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
157	CANULE TRACHEOTOMIE PEDIATRIE – NEONATALOGIE	1	AVEC ET SANS BALLONNET Annexe technique: . – Canule radioopaque à paroi mince * PEDIATRIE : diamètre interne 3 mm à 6,5 mm diamètre externe 4,5 à 9 mm – longueur 40 à 56 mm * NEONATALOGIE : diamètre interne 2,5 mm à 4,5 mm – Diamètre externe 4,5 mm à 6,5 mm – longueur 30 à 39 mm – Raccord 15 mm incorporé à la plaque cervicale – Mandrin à bout mousse non traumatisant et permettant une insertion facile – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CDAAB – CDAAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907813 / 961471 / 961472 / 961473 / 961474 / 961475 / 961476 / 962265 / 993367 / 993368 / 993369 / 993370 / 993371 / 993372 / 993373 / 993374 / 993375 / 965095 / 965096 Code DGOS : DR52	Unité	14	1

Classe NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
158	GUIDE POUR ECHANGE DE SONDE D'INTUBATION Notice technique: H6022248					
158	GUIDE POUR ECHANGE DE SONDE D'INTUBATION	1	TOUTES DIMENSIONS DONT Annexe technique: . Diamètre externe 19F – Diamètre interne 3,4 mm – longueur 83 cm – Cathéter d'échange creux avec : . Raccord 15 mm démontable pour connexion d'un ballon de ventilation . Extrémité distale ouverte . Oeillets latéraux . Marquage centimétrique UTILISATION : échange de sondes d'intubation de diamètre interne de 7 mm minimum ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960036 Code DGOS : DR53	Unité	32	3

Classe NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
158	GUIDE POUR ECHANGE DE SONDE D'INTUBATION	2	TOUTES DIMENSIONS DONT Annexe technique: . Diamètre externe 11F – Diamètre interne 2,3 mm – Longueur 100 cm – Cathéter radiopaque d'échange creux avec : . Raccord 15 mm démontable pour connexion d'un ballon de ventilation . Extrémité distale ouverte . Oeilletons latéraux . Marquage centimétrique UTILISATION : échange de sondes d'intubation de diamètre interne 4 mm ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960300 Code DGOS : DR53	Unité	67	3
159	MANDRIN GUIDE D'INTUBATION DIFFICILE Notice technique: H6022248					

Classe NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
159	MANDRIN GUIDE D'INTUBATION DIFFICILE	1	CHARRIERE 14 – 70 cm Annexe technique: . Diamètre externe 4,6 mm Diamètre interne 3 mm Pour sonde endotrachéale de diamètre interne 6 mm ou plus Mandrin radiopaque préformable avec repères de positionnement centimétriques charrière 14 longueur 70 cm à extrémité atraumatique Lumière interne et orifices distaux latéraux pour administration d'oxygène PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre pour un mandrin guidé équipé d'un adaptateur avec connecteur de 15mm permettant d'utiliser un dispositif de ventilation pour l'oxygénation pendant les procédures d'échange de sonde d'intubation ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960150 / 964364 Code DGOS : DR59	Unité	2 360	3

Classe NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
159	MANDRIN GUIDE D'INTUBATION DIFFICILE	2	CHARRIERE 8 – 35 cm Annexe technique: . Diamètre externe du cathéter 2,8 mm – Diamètre interne 1,6 mm Pour sonde endotrachéale de diamètre interne 3 mm ou plus Mandrin préformable radiopaque avec repères de positionnement centrimétriques charrière 8 longueur 35 cm à extrémité atraumatique Lumière interne et orifices distaux latéraux pour administration d'oxygène Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose aussi un dispositif charrière 6 pour la pédiatrie ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960298 Code DGOS : DR59	Unité	44	3
160	MANDRIN GUIDE POUR INTUBATION ORO TRACHEALE Notice technique: H6022248					
160	MANDRIN GUIDE POUR INTUBATION ORO TRACHEALE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . INDICATIONS : PEDIATRIE – ADULTE 1 – Mandrin souple à bout mousse ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965562 Code DGOS : DR59	Unité	250	3
161	MANDRIN BI-CANAUX POUR SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
161	MANDRIN BI-CANAUX POUR SONDE INTUBATION ENDOTRACHEALE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT : Annexe technique: . - Mandrin compatible avec sonde intubation de diamètre interne 6 à 10 mm - Mandrin compatible avec sonde intubation de diamètre interne 4 à 5 mm - Mandrin compatible avec sonde intubation de diamètre interne 2,5 à 3,5 mm Guide oro-trachéal pour intubation difficile avec injection d'oxygène et raccord à oxygène. Constitué de deux canaux : - 1 canal transparent fermé au niveau proximal ouvert au niveau distal - 1 canal de couleur ouvert au niveau proximal, fermé au niveau distal Guide présentant des orifices de décompressions afin d'éviter tout risque de barotraumatisme Code DGOS : DR59	Unité	70	0
162	SET POUR EXTUBATION Notice technique: H6022248					
162	SET POUR EXTUBATION	1	. Annexe technique: . Set composé de : - 1 cathéter de réintubation par étapes dégressif (extra rigide avec extrémité souple) 14F longueur 83 cm avec une graduation - 1 guide d'extubation 0,035 (0,89 mm) longueur 145 cm avec repères de profondeur - 1 support de guide - 2 raccords 15 mm démontables pour connexion d'un ballon de ventilation ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962745 Code DGOS : DR59	Unité	20	1
163	SET D'INTRODUCTION PERCUTANEE Notice technique: H6022248					

Classe NI/ BP INTUBATION - TRACHEOTOMIE : FIBROSCOPE - GUIDE - INTRODUCTEUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
163	SET D'INTRODUCTION PERCUTANEE	1	CANULE TRACHEOTOMIE Annexe technique: . COMPOSITION DU SET OU EQUIVALENT ET DIMENSIONS APPROCHEES : . une aiguille cathéter de ponction .une aiguille introductrice de 5 cm . un guide 052 inch (1,32 mm) longueur 55 cm avec J3 mm . un dilateur unique effilé avec un cathéter guide prémonté . un pré-dilatateur 14F longueur 4 cm . trois dilateurs souples 21F – 24F – 28F longueur 20 cm ***** H6022248 – CIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962842 / 963571 / 963572 / 963734 Code DGOS : DR52	Unité	21	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BQ INTUBATION DIFFICILE - MASQUE LARYNGE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
164	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE STERILE POUR INTUBATION DIFFICILE TYPE Notice technique: H6022248					
164	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE STERILE POUR INTUBATION DIFFICILE TYPE	1	FASTRACH OU EQUIVALENT Annexe technique: . TOUTES TAILLES DONT 3,4 et 5 COMPOSANTS : 1 coussinet gonflable dont la pression peut être ajustée afin de se conformer aux modifications du larynx 1 tube de ventilation rigide permettant l'insertion de la sonde d'intubation 1 poignée guide pour insertion ***** H6022248 – CCDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960700 / 998870 / 998871 Code DGOS : DR51	Unité	121	1
164	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE STERILE POUR INTUBATION DIFFICILE TYPE	2	SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SPECIFIQUE AU DISPOSITIF Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS ***** H6022248 – CCDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960404 / 960405 / 960406 / 960407 / 960408 / 962477 / 962357 / 962478 / 962356 / 962355 / 962479 / 962480 / 962354 / 962872 Code DGOS : DR51	Unité	128	1
165	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR INTUBATION DIFFICILE ADULTE ET PEDIATRIE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BQ INTUBATION DIFFICILE - MASQUE LARYNGE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
165	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR INTUBATION DIFFICILE ADULTE ET PEDIATRIE	1	VIDEOLARYNGOSCOPE A USAGE UNIQUE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS "glottiscope" entièrement à usage unique avec système de lentille qui permet la visualisation complète des voies aériennes pendant toute la durée de l'intubation COMPOSITION : – un chenal latéral semi ouvert sert de guide à la sonde endotrachéale – le dispositif comporte un éclairage distal et un système anti buée INDICATIONS : Intubation orale et nasale ***** H6022248 – CCDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960434 / 960545 / 960554 / 960433 / 961105 ***** Code DGOS : DR51	Unité	142	0
165	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR INTUBATION DIFFICILE ADULTE ET PEDIATRIE	2	LAME A USAGE UNIQUE Annexe technique: . Lame rigide jetable de forme anatomique avec : – 1 canal qui se termine par une lentille distale pour insertion de l'optique réutilisable – 1 autre canal ouvert à son extrémité qui sert de guide pour la sonde d'intubation endotrachéale ***** H6022248 – CCDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961614 / 961615 ***** Code DGOS : DR51	Unité	1 101	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ BQ INTUBATION DIFFICILE - MASQUE LARYNGE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
165	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR INTUBATION DIFFICILE ADULTE ET PEDIATRIE	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : OPTIQUES REUTILISABLES ET STATIONS DE RECHARGEMENT (GHT) Le fournisseur fait une proposition de prix pour l'achat de caméra. Il précise les conditions de maintenance préventive et curative de ces caméras. Nombre d'optiques et de stations de rechargement attendu par établissement du GHT LOIRE : Par CHUSE : 8 optiques et 7 stations de rechargement ***** H6022248 – CCDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961036 ***** Code DGOS : DR51	Unité	1	0
166	DISPOSITIF USAGE UNIQUE SUPRAGLOTTIQUE Notice technique: H6022248					
166	DISPOSITIF USAGE UNIQUE SUPRAGLOTTIQUE	1	AVEC BOURRELET NON GONFLABLE Annexe technique: . TOUTES TAILLES DONT 3,4 ET 5 – Bourrelet non gonflable de type gel – Tube de ventilation ***** H6022248 – CCEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960435 / 960436 / 960437 Code DGOS : DR51	Unité	7 710	1

Classe NI/ BQ INTUBATION DIFFICILE - MASQUE LARYNGE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
166	DISPOSITIF USAGE UNIQUE SUPRAGLOTTIQUE	2	AVEC BOURRELET NON GONFLABLE Annexe technique: . PEDIATRIE TAILLE 1 A 2,5 PAR INCREMENT DE 0,5 ***** H6022248 – CCEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR51	Unité	89	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BR ECHANGEUR CHALEUR+HUMIDITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
167	ECHANGEUR CHALEUR ET HUMIDITE STERILE POUR Notice technique: H6022248					
167	ECHANGEUR CHALEUR ET HUMIDITE STERILE POUR	1	TRACHEOTOMIE + SITE D'OXYGENATION INTEGRE Annexe technique: . INDICATION : patient trachéotomisé en respiration spontanée CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (valeurs approchées) : - Humidité restituée élevée 28 mg d'H²O/litre - Température restituée 29°C - Résistance : 30 L / min 0.7 cm H₂O 60 L / min 1.8 cm H₂O 90 L / min 3 cm H₂O - Volume compressible 16 ml - Poids 8.5 g - Surface d'échange > 500 cm² - Site d'oxygénation intégré - Connexion 15 F - Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CKBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907492 Code DGOS : DR57	Unité	2 780	3
168	ECHANGEUR CHALEUR ET HUMIDITE POUR Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BR ECHANGEUR CHALEUR+HUMIDITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
168	ECHANGEUR CHALEUR ET HUMIDITE POUR	1	TRACHEOTOMIE + SITE D'OXYGENATION INTEGRE Annexe technique: . INDICATIONS Patient trachéotomisé en respiration spontanée – Service de réadaptation post réanimation Valve permettant d'éviter les surpressions. La valve permet par ailleurs le passage d'une sonde d'aspiration Efficacité de l'humidification Vt = 500 ml : 24.0 mg/l Résistance 60 l/min : 0.20 cm H²O Volume mort 15 ml Poids 5 g Connecteur pour oxygène Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CKBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960213 Code DGOS : DR57	Unité	2 155	3
169	ECHANGEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BR ECHANGEUR CHALEUR+HUMIDITE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
169	ECHANGEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITE	1	POUR NEONATOLOGIE Annexe technique: . - Espace mort minimal : 2,4 ml - Poids 4,5 grammes - Connexions 15/15 mm - Résistance au débit à 5 L /min : 0,6 cm H²O 10 L /min : 0,9 cm H²O 15 L /min : 1,4 cm H²O - Volume courant 15 – 50 ml - Humidité restituée élevée : 30 mg H²O/litre - Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CKBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960214 Code DGOS : DR57	Unité	80	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BS PRELEVEMENT ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
170	BROSSE DE CYTOLOGIE POUR PRELEVEMENT DE CELLULES EN ENDOSCOPIE BRONCHIQUE Notice technique: H6022248					
170	BROSSE DE CYTOLOGIE POUR PRELEVEMENT DE CELLULES EN ENDOSCOPIE BRONCHIQUE	1	CANAL OPERATEUR 2 MM Annexe technique: . - Diamètre du cathéter : 1,8 mm - Longueur du cathéter 110 cm - Diamètre externe de la brosse 2 à 3 mm longueur 10 mm Indication : cytologie bronchique ***** H6022248 – EBDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963756 Code DGOS : DR61	Unité	77	1
171	MINI BROSSE DE CYTOLOGIE POUR PRELEVEMENT DE CELLULES EN ENDOSCOPIE BRONCHIQUE Notice technique: H6022248					
171	MINI BROSSE DE CYTOLOGIE POUR PRELEVEMENT DE CELLULES EN ENDOSCOPIE BRONCHIQUE	1	MINI BROSSE EN NYLON SANS LATEX Annexe technique: . diamètre de la brosse 1mm longueur de la brosse 6mm cathéter en téflon 3F 105 cm diamètre minimum canal opérateur 1,2 mm INDICATION : cytologie bronchique ***** H6022248 – EBDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969644 Code DGOS : DR61	Unité	15	1
172	PRELEVEMENT DE CELLULES OU ECHANTILLONS DE TISSUS DANS LES VOIES RESPIRATOIRES Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BS PRELEVEMENT ENDOBRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
172	PRELEVEMENT DE CELLULES OU ECHANTILLONS DE TISSUS DANS LES VOIES RESPIRATOIRES	1	KIT GAINÉ GUIDE Annexe technique: . Kit comprenant des éléments de longueur approchant 1050 mm : – 1 gaine de guidage compatible canal opérateur 2mm – 1 pince à biopsie – 1 brosse cytologique Kit comprenant des éléments stériles à usage unique Kit compatible avec mini sonde FUJI, Modèle PB2020M ***** H6022248 – EBDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963580 Code DGOS : DR61	Unité	13	1

Classe NI/ BT HUMIDIFICATION-NEBULISATION - OXYGENATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
173	HUMIDIFICATEUR A USAGE UNIQUE POUR OXYGENOTHERAPIE Notice technique: H6022248					
173	HUMIDIFICATEUR A USAGE UNIQUE POUR OXYGENOTHERAPIE	1	Annexe technique: . – Connecteur adapté pour débitmètre d'oxygène avec pas de vis français – Possibilité de connexion à la tubulure d'oxygène – Dispositif d'alerte de surpression – Conditionnement unitaire stérile Le fournisseur propose un système complet : flacon prérempli d'eau stérile avec connecteur Ennov : CHUSE-PRO-01296.5 ***** H6022248 – CKAAA code interne CHU : 963501 Code DGOS : DR55	Unité	9 860	3
174	ENSEMBLE:FLACON PREREMPLI D'EAU STERILE 760 ml Notice technique: H6022248					

Classe NI/ BT HUMIDIFICATION-NEBULISATION - OXYGENATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
174	ENSEMBLE:FLACON PREREMPLI D'EAU STERILE 760 ml	1	+ ADAPTATEUR POUR NEBULISATION PNEUMATIQUE Annexe technique: . Système comprenant : – un adaptateur pour nébulisation avec Fi O² réglable de 28 à 100% permettant le réchauffement – un flacon de volume approché 760 ml d'eau stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CKEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966650 Code DGOS : DR56	Unité	100	0

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
175	CIRCUIT ADULTE SANS PIEGE A EAU 2 TUBES 150 cm Notice technique: H6022248					
175	CIRCUIT ADULTE SANS PIEGE A EAU 2 TUBES 150 cm	1	2 CONNEXIONS 22F-1 CONNEXION 22M ext / 15F int Annexe technique: . - Voir schéma en pièce jointe : référence 183 - PVC renforce et à surface interne lisse diamètre 22 mm - Circuit adulte avec 2 tubes en Y 150 cm - Raccord Y non collé avec bouchon d'étanchéité - 2 connexions 22F côté respirateur - 1 connexion côté patient 22M externe / 15F interne - Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN - Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour une longueur de tubes 180 cm ***** H6022248 – CLAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960022 Code DGOS : DR57	Unité	1 725	3
176	CIRCUIT ADULTE RESPIRATEUR CARINA Notice technique: H6022248					

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
176	CIRCUIT ADULTE RESPIRATEUR CARINA	1	AVEC VALVE WEINMANN POUR VENTILATION NON INVASIVE Annexe technique: . - Circuit monobranche 150 cm à 180 cm avec valve à fuite pour l'expiration - 1 connexion 22F côté respirateur - 1 connexion 22M/15F côté patient - 1 raccord droit 22F / 22F INDICATION : sevrage patient en réanimation Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960751 Code DGOS : DR57	Unité	85	3
177	CIRCUIT INSUFFLATION ADULTE MAPLESON TYPE C LONGUEUR 180 CM Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
177	CIRCUIT INSUFFLATION ADULTE MAPLESON TYPE C LONGUEUR 180 CM	1	Annexe technique: . - Voir schéma en pièce jointe : référence 190 - Conditionnement unitaire médicalement propre et/ou stérile Sans latex avec ballon de 2L raccord patient 22M/15F raccord machine et évacuation des gaz 15M valve réglable de limitation de pression APL Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960561 Code DGOS : DR57	Unité	350	0
178	SYSTÈME DE REANIMATION NEONATALE/PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE TYPE NEOPUFF OU EQUIVALENT					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
178	SYSTÈME DE REANIMATION NEONATALE/PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE TYPE NEOPUFF OU EQUIVALENT	1	CIRCUIT PIECE EN T AVEC ORIFICE A BEC DE CANARD Annexe technique: . - Circuit 150 cm environ à PEP réglable + - Connexion 10F/ 15 M côté machine - Raccord en T 15F / 22M coté patient PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose un kit comprenant le circuit + le masque, et/ou un kit comprenant le circuit + le masque + la ligne d'alimentation en gaz.	Unité	760	0
178	SYSTÈME DE REANIMATION NEONATALE/PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE TYPE NEOPUFF OU EQUIVALENT	2	MASQUE A USAGE UNIQUE SOUPLE TOUTES TAILLES Annexe technique: - - RACCORD MALE CONIQUE 15M : compatible circuit à pièce en T avec raccord femelle 15mm	Unité	1 300	0
178	SYSTÈME DE REANIMATION NEONATALE/PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE TYPE NEOPUFF OU EQUIVALENT	3	LIGNE D'ALIMENTATION EN GAZ Annexe technique: -	Unité	20	0
179	CIRCUIT PEDIATRIQUE + 1 PIEGE A EAU - 3 TUBES Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
179	CIRCUIT PEDIATRIQUE + 1 PIEGE A EAU – 3 TUBES	1	(2 tubes DE 80 CM + 1 DE 160 CM) Annexe technique: . 2 CONNEXIONS 22F – 1 CONNEXION 22M ext/15F int – Voir schéma en pièce jointe : référence 182 – PVC renforce et à surface interne lisse – Circuit pédiatrie diamètre externe 15mm avec 2 tubes longueur 80 cm et 1 piège à eau ET 1 TUBE 160 CM – 2 connexions 22F côté respirateur – 1 connexion côté patient 22M externe/15F interne – Raccord en Y parallèle 22M–22M/15F – Présenté avec un tube 60/80 cm connexions 22F et 22F Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR57	Unité	15	0
180	CIRCUIT PEDIATRIQUE +2 PIEGES EAU-4 TUBES 80cm Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
180	CIRCUIT PEDIATRIQUE +2 PIEGES EAU-4 TUBES 80cm	1	2 CONNEXIONS 22F – 1 CONNEXION 22M ext/15F int Annexe technique: . – Voir schéma en pièce jointe : référence 184 – PVC renforce et à surface interne lisse – Circuit pédiatrie diamètre externe 15mm avec 4 tubes longueur 80 cm et 2 pièges à eau – 2 connexions 22F côté respirateur – 1 connexion côté patient 22M externe/15F interne – Présenté avec un tube 60/80 cm connexions 22F et 22F Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964240 Code DGOS : DR57	Unité	340	3
181	CIRCUIT PEDIATRIQUE 2 TUBES 240CM					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
181	CIRCUIT PEDIATRIQUE 2 TUBES 240CM	1	2 CONNEXIONS 22F – 1 CONNEXION 22M EXT/15F INT Annexe technique: – – PVC renforcé et à surface interne lisse – Circuit pédiatrique diamètre externe 15mm avec 2 tubes longueur 240cm – 2 connexions 22F côté respirateur – 1 connexion en Y avec raccord L et port luer lock coté patient 22M externe / 15F interne Conditionnement unitaire médicalement propre et stérile. Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR57	Unité	72	3
182	CIRCUIT PEDIATRIQUE CHAUFFE DIAM 15 MM Notice technique: H6022248					
182	CIRCUIT PEDIATRIQUE CHAUFFE DIAM 15 MM	1	1 PIEGE EAU 3TUBES 60–60–135cm 2 CONNEXIONS 22F Annexe technique: . 1 EN Y 22M/15F – Voir schéma en pièce jointe : référence 186 – PVC renforcé et à surface interne lisse – Circuit pédiatrique diamètre externe 15 mm, chauffé avec 3 tubes 60 – 60 – 135 cm et un piège à eau – 2 connexions 22F avec prise de température sur la connexion 22 F de la ligne 135 cm – 1 connexion 22M externe/15F interne sur Y détachable avec 2 prises de température	Unité	20	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			– Présenté avec un tube 30 cm connexions 22F et 22F – Circuit compatible humidificateur chauffant FISCHER & PAYKEL MR850 Livré avec 5 raccords : * 2 raccords 15F/22M * 2 raccords 22M/22M * 1 raccord coudé 22M/15M – 22F avec prise de température PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour un circuit bi chauffé Présentation stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960021 Code DGOS : DR57			
183	CIRCUIT NEONATAL DIAM INTERNE 10 MM 2 TUBES Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
183	CIRCUIT NEONATAL DIAM INTERNE 10 MM 2 TUBES	1	150 CM – CONNEXIONS RESPIRATEUR 10 F Annexe technique: . – Voir schéma en pièce jointe : référence 187 Raccord Y en L avec site de prise de température et ligne de pression de monitoring + 2 tubes en PVC 150 cm avec raccord 15M Présenté avec 2 raccords 15F/10M + 1 raccord en L avec prise température, 2 sorties 10M et une sortie 15F + 2 raccords 15M/15F Circuit pour respirateur de transport Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960320 Code DGOS : DR57	Unité	73	2
184	CIRCUIT ADULTE + 1 PIEGE A EAU - 3 TUBES					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
184	CIRCUIT ADULTE + 1 PIEGE A EAU – 3 TUBES	1	2 TUBES DE 75CM + 1 TUBE DE 150CM ENVIRON Annexe technique: . – PVC renforcé à surface interne lisse – Circuit adulte avec 2 tubes longueur 75cm et un piège à eau – Un tube de 150cm – 2 connexions 22F côté respirateur – Raccord coudé en Y et en L 22M / 15F – Présenté avec un tube 50cm connexion 22F / 22F Conditionnement médicalement propre ou stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN. Code DGOS : DR57	Unité	10	2
185	CIRCUIT CHAUFFE ADULTE 1 PIEGE EAU Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
185	CIRCUIT CHAUFFE ADULTE 1 PIEGE EAU	1	3 TUBES 50–100–150 cm (dimensions approchées) 2 CONNEXIONS 22F Annexe technique: . 1 CONNEXION Y 22M/15F PRISE T° – Voir schéma en pièce jointe : référence 196 – PVC renforcé et à surface interne lisse – Circuit adulte chauffé avec 3 tubes 50–100–150 cm et un piège à eau 2 connexions 22F avec à une extrémité un raccord rigide 22F avec site de prise de température 1 connexion 22M externe/15F interne sur Y détachable avec prise de température et de pression présenté avec un tube 30 cm connexions 22F et 22F Circuit compatible avec l'humidificateur chauffant Fisher Paykel MR730 et MR950 – conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR57	Unité	190	2
186	CIRCUIT RESPIRATEUR ADULTE TYPE COAXIAL Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
186	CIRCUIT RESPIRATEUR ADULTE TYPE COAXIAL	1	LONGUEUR 320 CM Annexe technique: . - Voir schéma en pièce jointe : référence 197 - Raccord en L avec prise capno - Tube coaxial 320 cm avec connexion repirateur 22F - Connexion patient 22M / 15F - Extension expiratoire longueur 40 cm 22F - Ballon d'insufflation de volume approché 2 L - Ligne capno. - Raccord 22M / 22M - Tube 120 cm connexions 22F et 22F - conditionnement unitaire médicalement propre et/ou stérile - Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960288 Code DGOS : DR57	Unité	300	3
187	CIRCUIT ADULTE SANS PIEGE EAU Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
187	CIRCUIT ADULTE SANS PIEGE EAU	1	2 TUBES EXTENSIBLES 2 CONNEXIONS 22F Annexe technique: . 1 CONNEXION 22M ext/15F int – Voir schéma en pièce jointe : référence 191 – Circuit adulte polypropylène ou PVC avec 2 tubes en Y extensibles de 60 à 180 / 200cm – 2 connexions 22F côté respirateur – 1 connexion côté patient 22M externe/15F interne – conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Gedho : DMSftb4 ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966600 Code DGOS : DR57	Unité	3 500	3
188	CIRCUIT ADULTE 2 PIEGES EAU - 4 TUBES 100 cm Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
188	CIRCUIT ADULTE 2 PIEGES EAU – 4 TUBES 100 cm	1	2 CONNEXIONS 22F – 1 CONNEXION 22M ext/15F int Annexe technique: . 1 TUBE 60 à 80 cm – 1 RACCORD DROIT – Voir schéma en pièce jointe : référence 194 – PVC renforce et à surface interne lisse – Circuit adulte avec 4 tubes longueur 100 cm et 2 pièges à eau – 2 connexions 22F côté respirateur – 1 connexion côté patient 22M externe /15F interne présenté avec : 1 tube 60 à 80 cm connexions 22F et 22F 1 raccord droit 22M/22M pour connexion au ballon d'anesthésie – conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN – Prestation supplémentaire éventuelle facultative : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme, propose aussi un circuit avec 4 tubes longueur 80 cm et 4 tubes de longueur 90 cm. ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960016 Code DGOS : DR57	Unité	1 665	3
189	CIRCUIT MONOBRANCHE POUR RESPIRATEUR PORTABLE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
189	CIRCUIT MONOBRANCHE POUR RESPIRATEUR PORTABLE	1	Annexe technique: . – Voir schéma en pièce jointe : référence 198 D 22 mm L 150 cm + VALVE EXPIRATOIRE – PVC renforcé et à surface interne lisse Circuit monobranche avec : – raccord droit 22M/15 F – valve expiratoire – tube longueur 150 cm avec 1 connecteur diamètre 22F – tubulure pour commande de valve en PVC longueur 140 cm Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition avec filtre antibactérien et antiviral intégré au circuit Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LE FABRICANT PRECISE LA COMPATIBILITE AVEC LES DIFFERENTES MARQUES ET REFERENCES DE RESPIRATEURS DE TRANSPORT ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964080 Code DGOS : DR57	Unité	160	3
190	CIRCUIT RESPIRATEUR COMPATIBLE RESPIRATEUR OSIRIS 3 Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
190	CIRCUIT RESPIRATEUR COMPATIBLE RESPIRATEUR OSIRIS 3	1	– Annexe technique: . – 1 tube de 160 cm environ en PVC renforcé et à surface interne lisse prémonté avec valve d'exhalation et capteur de débit – Valve d'exhalation disposant d'une ligne de commande de longueur approchée 2m et de diamètre approché 3.6mm – Capteur de débit prémonté avec une ligne patient de couleur et une ligne machine transparente – 1 connexion 22F souple côté respirateur – 1 connexion 22M/15F protégée par un bouchon côté patient – 1 raccord droit 22M – 22M / 15F Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961284 Code DGOS : DR57	Unité	36	3
191	CIRCUIT RESPIRATEUR PEDIATRIE SANS PIEGE A EAU Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
191	CIRCUIT RESPIRATEUR PEDIATRIE SANS PIEGE A EAU	1	2 TUBES 160 CM – 2 CONNEXIONS 22F Annexe technique: . 1 CONNEXION 22M/15F – Voir schéma en pièce jointe : référence 210 Circuit pédiatrie 15 mm avec 2 tubes en Y Matériau PVC renforcé et à surface interne lisse 2 connexions 22F côté respirateur 1 connexion 22M/15F côté patient Circuit compatible avec le respirateur ELISEE 250 Conditionnement unitaire médicalement propre ou stérile Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963558 Code DGOS : DR57	Unité	55	2
192	CIRCUIT CHAUFFE ADULTE + CHAMBRE D'HUMIDIFICATION Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
192	CIRCUIT CHAUFFE ADULTE + CHAMBRE D'HUMIDIFICATION	1	Annexe technique: . 2 CONNEXIONS 22M – 1 CONNEXION Y 22M/15F – Voir schéma en pièce jointe : référence 150 – Compatible avec l'humidificateur FISHER ET PAYKEL MR 850 – Circuit adulte diamètre 22mm chauffé branche inspiratoire et branche expiratoire – 2 connexions 22M côté respirateur – 1 connexion 15F/22M côté patient – Y détachable 15F/22M avec port pour administration de médicament – 1 tube de liaison humidificateur chauffant – respirateur 22M/22M longueur 50 cm – 1 prise de température avant le Y et 1 sur la connexion 22M de la branche inspiratoire – Longueur branche inspiratoire 150 cm – Longueur branche expiratoire 150 cm – 1 chambre d'humidification avec une tubulure d'alimentation en eau – Présenté avec 1 filtre machine 22F/22M – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient du circuit et du filtre destiné à protéger le respirateur (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963211 Code DGOS : DR57	Unité	1 800	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
193	CIRCUIT CHAUFFE NEONATAL + CHAMBRE D'HUMIDIFICATION Notice technique: H6022248					
193	CIRCUIT CHAUFFE NEONATAL + CHAMBRE D'HUMIDIFICATION	1	. Annexe technique: . - 1 branche inspiratoire et 1 branche expiratoire présentées montées et pré connectées ensemble par une valve rotative 10F/10F extrémité 15F avec capuchon de protection : - Composition branche inspiratoire : 1 branche chauffée 22F/10M de longueur environ 120cm (1 prise de température avant le Y sur la connexion 22F et 1 prise de température sur la connexion 10M), assemblée avec 1 extension de branche 10F/10M non chauffée de longueur environ 30cm. - Composition de la branche expiratoire : branche chauffée 10M/15M de longueur environ 160cm présentant un port de mesure de pression sur l'extrémité 10M. - 1 tube de liaison humidificateur chauffant – respirateur 22F/15M de longueur environ 60cm avec un port de mesure de pression sur la connexion 22F. - 1 chambre d'humidification avec tubulure d'alimentation en eau. - 1 tubulure de longueur environ 180cm - présenté avec raccords - compatible avec les humidificateurs FISHER & PAYKEL MR850. Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CLAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963212 Code DGOS : DR57	Unité	155	2
194	TUBULURE PVC RENFORCE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
194	TUBULURE PVC RENFORCE	1	40 à 50 CM DIAMETRE 15 MM – CONNECTEUR 22 F Annexe technique: . PVC renforcé et à surface interne lisse conditionnement médicalement propre ou stérile. ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964273 Code DGOS : DR57	Unité	100	2
194	TUBULURE PVC RENFORCE	2	180 CM DIAMETRE 15 MM – CONNECTEUR 22 F Annexe technique: . PVC renforcé et à surface interne lisse conditionnement médicalement propre ou stérile. ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964272 Code DGOS : DR57	Unité	50	2
194	TUBULURE PVC RENFORCE	3	80 à 100 CM DIAMETRE 15 MM – CONNECTEUR 22 F Annexe technique: . PVC renforcé et à surface interne lisse conditionnement médicalement propre ou stérile. ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR57	Unité	1	0
195	ADMINISTRATION MELANGE PROTOXYDE AZOTE / OXYGENE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
195	ADMINISTRATION MELANGE PROTOXYDE AZOTE / OXYGENE	1	KIT A USAGE UNIQUE POUR UNE ADMINISTRATION Annexe technique: . KIT COMPRENANT : - 1 ballon avec système antiocclusion monté sur un double raccord rotatif en T avec : * clapet unidirectionnel pour éviter la réinhalation des gaz expirés * connexion patient 22M/15F * évacuation des gaz connexion 30M * filtre antibactérien / antiviral du côté de l'évacuation des gaz expirés - 1 tubulure d'administration des gaz à lumière étoilée de longueur 200 cm - Conditionnement unitaire médicalement propre Si le fournisseur ne dispose pas d'un kit avec filtre intégré, il propose le filtre en satellite au sous lot 4. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un kit comprenant aussi 1 tuyau d'évacuation des gaz à usage unique conditionnement médicament propre ou stérile. Ennov : I.SOI.clu05 ***** H6022248 – CLABB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963718 Code DGOS : DR57	Unité	10 010	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
195	ADMINISTRATION MELANGE PROTOXYDE AZOTE / OXYGENE	2	KIT ODONTOLOGIE POUR 15 ADMINISTRATIONS ET/OU 1 ADMINISTRATION (USAGE UNIQUE) Annexe technique: . QUANTITE EXPRIMEE EN NOMBRE D'ADMINISTRATIONS COMPOSITION : - 15 et/ou 1 filtres antibactérien et antiviral - 1 circuit prémonté avec : * pièce en T avec clapet unidirectionnel pour éviter la ré-inhalation des gaz expirés * connexion patient 22M/15F * évacuation des gaz connexion 30M * ballon de 2 litres (adulte) et 1 litre (pédiatrie) sans latex * tuyau d'évacuation des gaz longueur 10 m environ diamètre 30 mm - 1 tubulure d'administration des gaz à lumière étoilée de longueur 180 cm minimum Le ballon réservoir et la valve expiratoire sont éloignés du patient (champ opératoire dégagé de tout encombrement) Le dispositif doit être validé pour 15 administrations sous la condition de changer le filtre après chaque patient. Conditionnement unitaire médicalement propre Gedho : I.SOI.clu05 / I.SOI.clu04 ***** H6022248 – CLABB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963719 / 964358 Code DGOS : DR57	Unité	120	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
195	ADMINISTRATION MELANGE PROTOXYDE AZOTE / OXYGENE	3	TUYAU EXTENSIBLE JUSQU'A 6M POUR EVACUATION DES GAZ Annexe technique: . CONNEXION 30M conditionnement unitaire médicalement propre. Gedho : I.SOI.clu05 / I.SOI.clu04 ***** H6022248 – CLABB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963720 Code DGOS : DR57	Unité	615	3
195	ADMINISTRATION MELANGE PROTOXYDE AZOTE / OXYGENE	4	FILTRE ANTIBACTERIEN / ANTIVIRAL Annexe technique: . conditionnement médicalement propre ou stérile. Gedho : I.SOI.clu05 / I.SOI.clu04 ***** H6022248 – CLABB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DR57	Unité	50	3
196	RACCORD DROIT COMPATIBLE AVEC LE RESPIRATEUR ACUTRONIC FABIAN Notice technique: H6022248					
196	RACCORD DROIT COMPATIBLE AVEC LE RESPIRATEUR ACUTRONIC FABIAN	1	22F AVEC TUBE LONGUEUR 45CM ET 60 CM DIAMETRE 0.4MM Annexe technique: . POUR CONNEXION AU SYSTEME VSPEP NASALE INFANT FLOW ***** H6022248 – CLBAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 994917 / 964335 Code DGOS : DR57	Unité	600	3

27/05/2026

232

Catalogue des besoins

Classe NI/ BU CIRCUIT RESPIRATEUR / ADMINISTRATION PROTOXYDE AZOTE - OXYGENE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
196	RACCORD DROIT COMPATIBLE AVEC LE RESPIRATEUR ACUTRONIC FABIAN	2	22M/15F – 22M/15F SANS TUBE DE CONNEXION Annexe technique: . ***** H6022248 – CLBAA Code(s) interne(s) CHU : 993394 Code DGOS : DR57	Unité	300	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
197	FILTRE MECANIQUE - HUMIDIFICATEUR Notice technique: H6022248					
197	FILTRE MECANIQUE – HUMIDIFICATEUR	1	CONNEXIONS 22 F / 15 M – 22 M / 15 F Annexe technique: . – Filtre mécanique hydrophobe antibactérien et antiviral – Efficacité de rétention bactérienne et virale – Echangeur de chaleur et d'humidité – humidité absolue (norme iso 9360) – Prise capnomètre intégrée – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LE FABRICANT PRECISE LES PERFORMANCES DU FILTRE DETERMINEES SELON LES NORMES EN VIGUEUR ***** H6022248 – CKCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960086 Code DGOS : DR57	Unité	3 860	3
198	FILTRE MECANIQUE - HUMIDIFICATEUR Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
198	FILTRE MECANIQUE – HUMIDIFICATEUR	1	CONNEXIONS 22 F / 15 M – 22 M / 15 F Annexe technique: . Avec raccord annelé non collé et double rotule avec aspiration bronchique – Filtre mécanique hydrophobe antibactérien et antiviral – Efficacité de rétention bactérienne et virale – Echangeur de chaleur et d'humidité – humidité absolue (norme iso 9360) – Prise capnomètre intégrée – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LE FABRICANT PRECISE LES PERFORMANCES DU FILTRE DETERMINEES SELON LES NORMES EN VIGUEUR ***** H6022248 – CKCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR57	Unité	150	3
199	FILTRE HUMIDIFICATEUR NEONATAL COUDE Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
199	FILTRE HUMIDIFICATEUR NEONATAL COUDE	1	CONNEXIONS 22M / 15F – 15M Annexe technique: . – Filtre hydrophobe antibactérien et antiviral – Efficacité de rétention bactérienne et virale – Echangeur de chaleur et d'humidité – humidité absolue (norme iso 9360) – Volume compressible (espace mort) iso 9360 : 10 ml – Poids 9 g – Prise capnomètre intégrée – Pour néonatalogie – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LE FABRICANT PRECISE LES PERFORMANCES DU FILTRE DETERMINEES SELON LES NORMES EN VIGUEUR ***** H6022248 – CKDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962435 Code DGOS : DR57	Unité	2 645	3
200	FILTRE MECANIQUE CONNEXIONS 22M/15F - 22F/15M Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
200	FILTRE MECANIQUE CONNEXIONS 22M/15F – 22F/15M	1	AVEC RACCORD ANNELE NON MONTE Annexe technique: . – Filtre mécanique hydrophobe antibactérien et antiviral – Efficacité de rétention bactérienne et virale – Prise capnomètre intégrée – Capuchon sur le raccord annelé – Raccord annelé extensible de 7 à 16 cm avec extrémités 15F et 22F – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LE FABRICANT PRECISE LES PERFORMANCES DU FILTRE DETERMINEES SELON LES NORMES EN VIGUEUR ***** H6022248 – CKDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960084 Code DGOS : DR57	Unité	35 010	3
201	FILTRE RESPIRATOIRE POUR EQUIPEMENT Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
201	FILTRE RESPIRATOIRE POUR EQUIPEMENT	1	RESPIRATOIRE Annexe technique: . Protection machine Filtre mécanique hydrophobe antibactérien et antiviral Efficacité de rétention bactérienne et virale Connexions 22M-22F Le fabricant précise les performances du filtre déterminées selon les normes en vigueur Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CKDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961189 Code DGOS : DR57	Unité	4 500	3
202	FILTRE ELECTROSTATIQUE - CONNEXIONS 22M/15F - 22F/15M Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BV FILTRATION-HUMIDIFICATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
202	FILTRE ELECTROSTATIQUE – CONNEXIONS 22M/15F – 22F/15M	1	– Annexe technique: . Faible volume mort < ou = à 25ml Filtre échangeur de chaleur et d'humidité électrostatique antibactérien et antiviral Efficacité de rétention bactérienne et virale Prise capnomètre intégrée Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Indication : ventilation non invasive patient hypercapnique Le fabricant précise les performances du filtre déterminées selon les normes en vigueur ***** H6022248 – CKCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962368 Code DGOS : DR57	Unité	300	3

Classe NI/ BW CPAP- INFANT FLOW - OPTI FLOW - JET VENTILATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
203	VENTILATION SPONTANEE AVEC PRESSION POSITIVE Notice technique: H6022248					
203	VENTILATION SPONTANEE AVEC PRESSION POSITIVE	1	CONTINUE-DISPOSITIF ADAPTABLE SUR MASQUE FACIAL Annexe technique: . Générateur de pression avec tube à oxygène 200 cm tube connecteur pour manomètre Permet le maintien d'une pression positive continue lors du cycle respiratoire Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR60	Unité	13	1
203	VENTILATION SPONTANEE AVEC PRESSION POSITIVE	2	CONTINUE-DISPOSITIF PRESENTE AVEC MASQUE FACIAL Annexe technique: . GENERATEUR DE PRESSION AVEC TUBE A OXYGENE 200 CM, TUBE CONNECTEUR POUR MANOMETRE ET MASQUE FACIAL Permet le maintien d'une pression positive continue lors du cycle respiratoire Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR60	Unité	3	0
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR Notice technique: H6022248					

Classe NI/ BW CPAP- INFANT FLOW - OPTI FLOW - JET VENTILATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	1	DE PRESSION + CIRCUIT JETABLE 10MM Annexe technique: . AVEC FIL CHAUFFANT – Circuit avec fil chauffant compatible avec l'humidificateur chauffant Fisher & Paykel MR850 et le générateur infant flow – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999016 Code DGOS : DR60	Unité	600	1
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	2	EMBOUT NASAL POUR GENERATEUR INFANT FLOW Annexe technique: . TOUTES TAILLES 2 Interfaçage optimum entre le générateur et le nez du patient ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993522 / 993585 Code DGOS : DR60	Unité	50	1
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	3	MASQUE NASAL POUR GENERATEUR INFANT FLOW Annexe technique: . TOUTES TAILLES ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993456 / 993457 / 993458 / 993459 / 993460 Code DGOS : DR60	Unité	1 000	1

Classe NI/ BW CPAP- INFANT FLOW - OPTI FLOW - JET VENTILATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	4	BONNET POUR GENERATEUR INFANT FLOW Annexe technique: . TOUTES TAILLES ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993461 / 993462 / 993463 / 993464 / 993465 / 993466 / 993467 / 993468 / 993469 / 993470 Code DGOS : DR60	Unité	800	1
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	5	HARNAIS DE FIXATION POUR GENERATEUR INFANT FLOW Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993471 / 993472 / 993473 / 993474 / 993475 / 993476 Code DGOS : DR60	Unité	800	1
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	6	LIEN DE FIXATION POUR GENERATEUR INFANT FLOW Annexe technique: . ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR60	Unité	5	0
204	SYSTEME VS PEP NASALE INFANT FLOW GENERATEUR	7	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot. ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR60	Unité	0	0
205	SYSTÈME HAUT DEBIT NASAL OPTIFLOW GENERATEUR					

Classe NI/ BW CPAP- INFANT FLOW - OPTI FLOW - JET VENTILATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
205	SYSTÈME HAUT DEBIT NASAL OPTIFLOW GENERATEUR	1	DE PRESSION + CIRCUIT JETABLE Annexe technique: . – Circuit compatible avec les humidificateurs MR850–AIRVO Fisher&Paykel et le générateur OPTIFLOW – Kit comprenant circuit, chambre et valve de pression Code DGOS : DR60	Unité	635	2
205	SYSTÈME HAUT DEBIT NASAL OPTIFLOW GENERATEUR	2	EMBOUT NASAL POUR GENERATEUR OPTIFLOW Annexe technique: . Toutes tailles dont tailles : Prématuré, néonatal, nouveau-né, adulte Interfaçage optimum entre le générateur et le nez du patient Interface nasale destinée à administrer au patient des gaz respiratoires humidifiés. Code DGOS : DR60	Unité	442	2
206	JET VENTILATION Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ BW CPAP- INFANT FLOW - OPTI FLOW - JET VENTILATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
206	JET VENTILATION	1	CATHETER TRANS TRACHEAL DE RAVUSSIN Annexe technique: . ADULTE : 13 G – ENFANT : 14 G – NOURRISSON : 16 G Description : – Seringue qui sert de manche pour identification de la trachée – Raccord verrou pour le jet ventilateur – Raccord standard 15 mm pour respiration conventionnelle – Canule en téflon : empêche des incinérations trachéales pendant la chirurgie par laser – lignes opaques aux rayons X – forme anatomique – 2 trous latéraux qui minimisent l'effet de "venturi" et stabilisent la canule dans la trachée – Aiguille de ponction avec trocart – Système de fixation et lanière en mousse Cathéter offrant la possibilité de ventiler un patient par voie trans – trachéale, par introduction dans la trachée, au niveau de la membrane crico – thyroïdienne, d'une canule en téflon Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969009 / 969010 / 969194 Code DGOS : DR57	Unité	10	1
206	JET VENTILATION	2	TUBE DE CONNEXION LUER VERROU 100 CM Annexe technique: . ***** H6022248 – CMAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969129 Code DGOS : DR57	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ BX TALC STERILE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
207	TALC STERILE CALIBRE Notice technique: H6022258					
207	TALC STERILE CALIBRE	1	FLACON 4 GRAMMES Annexe technique: . INDICATION : pleurodèse ***** H6022258 – KKAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963009 Code DGOS : DC56	Unité	306	0
208	KIT FLACON TALC STERILE 3G + CANULE + POIRE					
208	KIT FLACON TALC STERILE 3G + CANULE + POIRE	1	– Annexe technique: – Kit à usage unique : – flacon 10ml contenant 3 g de talc – système d'administration pour une application en poudrage : *Canule + poire *Longueur approchée canule 400mm Indication : pleurodèse (recollement des 2 feuillets de la plèvre) ***** H6022258 – KKAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963735 Code DGOS : DC56	Unité	309	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CA GANTS CHIRURGICAUX

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
209	GANT CHIRURGICAL LATEX NON POUDRE A MANCHETTE LONGUE 50 CM Notice technique: H6022258					
209	GANT CHIRURGICAL LATEX NON POUDRE A MANCHETTE LONGUE 50 CM	1	TOUTES TAILLES CONDITIONNE PAR PAIRE Annexe technique: . – Pour gynécologie obstétrique Dont : Tailles 6,5 – 7,5 –8,5 – Stérilisation par irradiation Le fabricant précise : – Résultats des contrôles effectués conformément aux exigences des normes EN455-1, EN455-2 et EN 455-3 – Composition avec additifs chimiques présents – absents, en dessous du seuil de détection PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition avec des gants en matériau synthétique sans latex ***** H6022258 – HBAAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962031 / 962032 / 962033 Code DGOS : DE50	Unité	1 115	3
210	GANT CHIRURGICAL SYNTHETIQUE SANS LATEX NON POUDRE ET/ OU DEPROUDRE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CA GANTS CHIRURGICAUX

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
210	GANT CHIRURGICAL SYNTHETIQUE SANS LATEX NON POUDRE ET/ OU DEPROUDRE	1	TOUTES TAILLES – CONDITIONNE PAR PAIRE Annexe technique: . – Stérilisation par irradiation – Taille 5,5 à 9 par demi taille Le fabricant précise : – Résultats des contrôles effectués conformément aux exigences des normes EN455-1, EN455-2 et EN 455-3 – Composition avec additifs chimiques présents – absents, en dessous du seuil de détection ***** H6022258 – HBBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963581 / 963582 / 963583 / 963584 / 963585 / 963586 / 963587 / 963588 Code DGOS : DE50	Unité	87 150	20

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
211	AIGUILLE A PNEUMOPERITOINE Notice technique: H6022258					
211	AIGUILLE A PNEUMOPERITOINE	1	LONGUEURS 120 ET 150 MM Annexe technique: . ENDOCHIRURGIE - Pointe mousse - Embout de protection automatique - Oeil latéral - Embase transparente raccord verrouillable et site d'injection de gaz ***** H6022258 – LAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966602 / 965185 Code DGOS : DF52	Unité	1 410	3
212	ENDOCHIRURGIE TROCART Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
212	ENDOCHIRURGIE TROCART	1	DIAMETRE 5 MM – TOUTES LONGUEURS DONT 70 ET 100 MM Annexe technique: . Trocart à usage unique équipé d'une chemise et d'un robinet d'insufflation avec réducteur intégré – Trocart tous types d'extrémités dont : * extrémité avec lame et système de sécurité permettant la protection de la lame * extrémité effilée séparatrice des plans tissulaires – Chemise avec et sans filetage ou stries pour assurer sa bonne tenue, de préférence transparente toutes longueurs SI LE SYSTEME DE FIXATION N'EST PAS INTEGRE AU TROCART, LE FOURNISSEUR FAIT UNE OFFRE DE PRIX COMPLEMENTAIRE POUR LE SYSTEME DE FIXATION ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999106 / 993748 Code DGOS : DF52	Unité	721	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
212	ENDOCHIRURGIE TROCART	2	CHEMISE – DIAMETRE 5 MM Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 70 ET 100 MM CHEMISE AVEC PORT D'INSUFFLATION Le fournisseur fait une proposition pour des chemises lisses et des chemises filetées LE FOURNISSEUR QUI NE COMMERCIALISE PAS DE CHEMISE CONDITIONNEE SEULE PROPOSE A LA PLACE UNE OFFRE POUR LES TROCARTS ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	61	3
213	ENDOCHIRURGIE TROCART Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
213	ENDOCHIRURGIE TROCART	1	TROCART DIAM 10-11 ET 12 MM Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 100 A 150 MM ENVIRON Trocart à usage unique équipé d'une chemise et d'un robinet d'insufflation avec réducteur intégré acceptant de l'instrumentation 10 – 11 et 12 mm – Trocart tous types d'extrémités dont : * extrémité avec lame et système de sécurité permettant la protection de la lame * extrémité effilée séparatrice des plans tissulaires – Chemise avec et sans filetage ou stries pour assurer sa bonne tenue, de préférence transparente toutes longueurs SI LE SYSTEME DE FIXATION N'EST PAS INTEGRE AU TROCART, LE FOURNISSEUR FAIT UNE OFFRE DE PRIX COMPLEMENTAIRE POUR LE SYSTEME DE FIXATION ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999008 / 999010 / 960578 / 966375 / 993674 Code DGOS : DF52	Unité	2 810	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
213	ENDOCHIRURGIE TROCART	2	KIT UN TROCART AVEC DEUX CHEMISES Annexe technique: . DIAMETRE 10 – 11 ET 12 MM TOUTES LONGUEURS DONT 100 A 150 MM ENVIRON Trocart à usage unique présenté avec deux chemises et un robinet d'insufflation avec réducteur intégré acceptant de l'instrumentation de 10 – 11 et 12 mm – Trocart tous types d'extrémités dont : * extrémité avec lame et système de sécurité permettant la protection de la lame * extrémité effilée séparatrice des plans tissulaires – Chemise avec et sans filetage ou stries pour assurer sa bonne tenue, de préférence transparentes toutes longueurs SI LE SYSTEME DE FIXATION N'EST PAS INTEGRE AU TROCART, LE FOURNISSEUR FAIT UNE OFFRE DE PRIX COMPLEMENTAIRE POUR LE SYSTEME DE FIXATION LE FOURNISSEUR QUI NE COMMERCIALISE PAS DE KIT TROCART PROPOSE A LA PLACE UNE OFFRE POUR LES TROCARTS SEULS ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962291 Code DGOS : DF52	Unité	61	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
213	ENDOCHIRURGIE TROCART	3	CHEMISE DIAMETRES 10-11-12 et 15 MM Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 100 A 150 MM ENVIRON Chemise avec et sans filetage ou stries pour assurer sa bonne tenue, de préférence transparente toutes longueurs LE FOURNISSEUR QUI NE COMMERCIALISE PAS DE CHEMISE CONDITIONNEE SEULE PROPOSE A LA PLACE UNE OFFRE POUR LES TROCARTS ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960577 Code DGOS : DF52	Unité	476	3
213	ENDOCHIRURGIE TROCART	4	TROCART DIAM 15 MM Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 100 à 150 MM ENVIRON Trocart à usage unique équipé d'une chemise et d'un robinet d'insufflation avec réducteur intégré acceptant de l'instrumentation de 15 mm – Trocart tous types d'extrémités dont : * extrémité avec lame et système de sécurité permettant la protection de la lame * extrémité effilée séparatrice des plans tissulaires – Chemise avec et sans filetage ou stries pour assurer sa bonne tenue, de préférence transparente toutes longueurs SI LE SYSTEME DE FIXATION N'EST PAS INTEGRE AU TROCART, LE FOURNISSEUR FAIT UNE OFFRE DE PRIX COMPLEMENTAIRE POUR LE SYSTEME DE FIXATION ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999009 Code DGOS : DF52	Unité	47	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
214	ENDOCHIRURGIE TROCART 5 MM Notice technique: H6022258					
214	ENDOCHIRURGIE TROCART 5 MM	1	KIT 1 TROCART AVEC 2 CHEMISES FILETEES Annexe technique: . MUNIES D'UN ROBINET Longueurs approchées 60, 100 et 150mm ***** H6022258 – LBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998913 Code DGOS : DF52	Unité	1 160	3
214	ENDOCHIRURGIE TROCART 5 MM	2	KIT 1 TROCART AVEC 2 CHEMISES FILETEES Annexe technique: . MUNIES D'UN ROBINET ET D'UN BALLON 5 ML Longueurs approchées 60, 100 et 150mm ***** H6022258 – LBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960549 / 961339 Code DGOS : DF52	Unité	3 020	3
214	ENDOCHIRURGIE TROCART 5 MM	3	CHEMISE FILETEE 5MM Annexe technique: . LONGUEURS APPROCHEES 60, 100 ET 150MM MUNIE D'UN ROBINET ***** H6022258 – LBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962388 Code DGOS : DF52	Unité	500	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
214	ENDOCHIRURGIE TROCART 5 MM	4	CHEMISE 5MM TOUTES LONGUEURS DONT 60, 100 ET 150MM Annexe technique: . MUNIE D'UN ROBINET ET D'UN BALLON 5 ML ***** H6022258 – LBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962389 Code DGOS : DF52	Unité	1 380	3
215	ENDOCHIRURGIE : TROCART A BALLONNET EXTREMITE MOUSSE Notice technique: H6022258					
215	ENDOCHIRURGIE : TROCART A BALLONNET EXTREMITE MOUSSE	1	DIAMETRE 10-12 MM Annexe technique: . – Ballon gonflable qui permet l'étanchéité interne : maintien et stabilité tout au long de l'intervention – Partie mousse / cône gel qui permet l'étanchéité externe : optimisation de la mobilité des instruments tout en maintenant le pneumopéritoine – Système de réduction du diamètre intégré au trocart – Réalisation d'open coeliochirurgie – Longueur de chemise 100 mm ***** H6022258 – LBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960281 Code DGOS : DF52	Unité	3 360	3
216	SYSTEME POUR ABORD ABDOMINAL LAPAROSCOPIQUE PAR INCISION UNIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
216	SYSTEME POUR ABORD ABDOMINAL LAPAROSCOPIQUE PAR INCISION UNIQUE	1	Annexe technique: . COMPOSITION : - PROTECTEUR / ECARTEUR DE PAROI. - POUR INCISION 1,5 A 3 CM ET 1,5 A 7CM - CAPUCHON AVEC ORIFICE D'INSUFFLATION ET ORIFICE D'EVACUATION DES FUMES - 4 CHEMISES : * soit 1 de diamètre 12 mm, 3 de diamètre 10 mm * soit 4 chemises de diamètre 10mm --> EQUIPEES DE REDUCTEURS DIAMETRE 5 MM LONGUEUR 55 MM SANS ROBINET. - MANDRIN DIAMETRE 5 MM LONGUEUR 55 MM. ***** H6022258 LBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961618 Code DGOS : DF52	Unité	24	1
217	TROCART MULTIVOIES TRANSVAGINAL Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
217	TROCART MULTIVOIES TRANSVAGINAL	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT DIAMETRE DE L'ANNEAU INTERNE DE L'ECARTEUR D'ALEXIS 7 - 9,5 ET 11 CM Composition : - Protecteur / écarteur de paroi avec cordon de retrait - Capuchon avec orifice d'insufflation et orifice d'évacuation des fumées - 3 chemises de 10mm environ - 1 chemise de 12mm environ - 1 mandrin - 1 disque de protection Indications : Chirurgie gynécologique voie vaginale ***** H6022238 – LBAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 961118 / 961047 / 962849 ***** Code DGOS : DF52	Unité	120	1
218	TROCART OPEN COELIOCHIRURGIE AVEC BALLONNET ROND DE DISTENSION Notice technique: H6022258					
218	TROCART OPEN COELIOCHIRURGIE AVEC BALLONNET ROND DE DISTENSION	1	PRE-PERITONEALE Annexe technique: . - Système de distension pré péritonéale - Ballonnet transparent pour visualisation durant la distension ***** H6022258 – LBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960324 Code DGOS : DF52	Unité	122	1
219	INSUFFLATION DE CO2 AVEC FILTRATION FUMÉES PAR ASPIRATION Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
219	INSUFFLATION DE CO2 AVEC FILTRATION FUMÉES PAR ASPIRATION	1	TUBULURE D'INSUFFLATION AVEC EVACUATION DES FUMÉES Annexe technique: . ET FILTRE ULPA de très haute performance Le fabricant précise les performances du filtre déterminées selon les normes en vigueur Indications : Interventions endoscopiques ***** H6022258 – LDAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964680 Code DGOS : DF52	Unité	1 000	1
219	INSUFFLATION DE CO2 AVEC FILTRATION FUMÉES PAR ASPIRATION	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL : Annexe technique: . INSUFFLATEUR DE CO2 Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Quantité : CHUSE = 3 Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.	Unité	3	1
220	TROCART THORACIQUE TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
220	TROCART THORACIQUE TOUTES DIMENSIONS	1	DONT DIAMETRES APPROCHES 5 ET 11,5MM / LONGUEUR 50 ET 100MM Annexe technique: . – Obturateur bout mousse favorisant l'écartement des tissus pour une introduction atraumatique – Fixateur intégré pour blocage – Capuchon permettant l'introduction et le maintien des instruments – Trocart pour endochirurgie thoracique ***** H6022258 – LBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965225 – 965105 Code DGOS : DF54	Unité	1 012	3
221	VALVE EN SILICONE A USAGE UNIQUE POUR TROCART 3MM ET 3.5MM Notice technique: H6022258					
221	VALVE EN SILICONE A USAGE UNIQUE POUR TROCART 3MM ET 3.5MM	1	. Annexe technique: . Valve permettant de passer les instruments de 3mm et 3.5mm tout en assurant l'étanchéité du trocart ***** H6022258 – LBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961570 Code DGOS : DF52	Unité	525	1
222	POMPE ENDOFLOW II TYPE MEN02P SOCOMED CHAUFFANTE IRRIGATION Notice technique: H6022238					
222	POMPE ENDOFLOW II TYPE MEN02P SOCOMED CHAUFFANTE IRRIGATION	1	TUBULURE IRRIGATION ENDOSCOPIE Annexe technique: . Pour laser avec mono percuteur, chambre flush et joint torique pour fibre ***** H6022238 – MFAAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963579 Code DGOS : DF54	Unité	310	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
223	SAC DE COELIOCHIRURGIE COMPATIBLE AVEC TROCART DE 10MM					
223	SAC DE COELIOCHIRURGIE COMPATIBLE AVEC TROCART DE 10MM	1	TOUTES TAILLES DONT 700ML ENVIRON Annexe technique: Indications : Extraction de pièces opératoires en coeliochirurgie ***** H6022258 – LCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964685	Unité	100	1
224	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION Notice technique: H6022258					
224	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	1	AVEC BATTERIE POIGNEE ET TUBULURE 2.5 M Annexe technique: . A USAGE UNIQUE Irrigation à un débit 4 l/min – pression 620 mm/Hg Le fournisseur peut aussi proposer un kit contenant le dispositif de lavage / aspiration et la canule du sous lot 2 INDICATION : Endochirurgie irrigation et aspiration contrôlées ***** H6022258 – LDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969323 Code DGOS : DF52	Unité	271	3
224	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	2	CANULE A CREPINE 5 MM x 32 CM Annexe technique: . ***** H6022258 – LDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969335 Code DGOS : DF52	Unité	161	3
225	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
225	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	1	AVEC COMMANDE MANUELLE POUR SYSTEME A GRAVITE Annexe technique: . * Pour lavage aspiration sans coagulation lors des interventions coelioscopiques * 1 pièce à main * 1 canule aspiration longueur approchée 35 cm – diamètre 5 mm reliée à une tubulure 3 mètres avec à son extrémité proximale : 1 perforateur de poche et 1 clamp côté lavage, 1 connecteur simple côté aspiration ***** H6022258 – LDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963597 Code DGOS : DF52	Unité	2 480	3
226	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION Notice technique: H6022258					
226	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	1	AVEC COMMANDE MANUELLE POUR SYSTEME A GRAVITE Annexe technique: . Pour lavage aspiration sans coagulation lors des interventions coelioscopiques 1 pièce à main 1 canule aspiration longueur 35 cm et 45 cm – diamètres 5 et 10 mm reliée à une tubulure 3 mètres avec à son extrémité proximale : 1 perforateur de poche et 1 clamp côté lavage, 1 connecteur simple côté aspiration ***** H6022258 – LDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969221 / 962717 Code DGOS : DF52	Unité	280	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
226	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	2	AVEC COMMANDE MANUELLE POUR SYSTEME A GRAVITE Annexe technique: . Pour lavage aspiration sans coagulation lors des interventions coelioscopiques 1 pièce à main 1 canule aspiration longueur 35 cm – diamètres 5 et 10 mm ***** H6022258 – LDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969833 Code DGOS : DF52	Unité	515	3
227	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION					
227	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	1	COMPATIBLE EQUIPEMENT TYPE POMPE AHTO STRYKER OU EQUIVALENT Annexe technique: . 1 Le fournisseur fait une offre pour un kit : TUBULURE AVEC CANULE POUR LAPAROSCOPIE A USAGE UNIQUE ET/OU POUR TUBULURE ET CANULE CONDITIONNEES INDIVIDUELLEMENT Code DGOS : DF52	Unité	430	1
227	DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – 2 pompes CHR – 2 pompes CHUSE	Unité	4	1
228	INSTRUMENT POUR SUTURE DES ORIFICES Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
228	INSTRUMENT POUR SUTURE DES ORIFICES	1	D'INTRODUCTION D'UN TROCART Annexe technique: . – Instrument longueur 150 mm – diamètre 1.8 mm – Le stylet possède une extrémité crantée qui permet d'attraper et de maintenir la suture. INDICATION : Procédures laparoscopiques pour le rapprochement des tissus et les sutures percutanées pour la fermeture de site d'incision. ***** H6022258 – LFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907698	Unité	273	3
229	INSTRUMENT USAGE UNIQUE COELIOCHIRURGIE PEDIATRIQUE Notice technique: H6022258					
229	INSTRUMENT USAGE UNIQUE COELIOCHIRURGIE PEDIATRIQUE	1	PINCE PREHENSION DIAMETRE 2,3/2,4 MM Annexe technique: . TOUS TYPES DE MORS ET DE POIGNEES DONT POIGNEE POUCE ***** H6022258 – LFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963889 Code DGOS : DF52	Unité	12	1
230	ECARTEUR Diam 10 mm-ORIENTABLE Notice technique: H6022258					
230	ECARTEUR Diam 10 mm-ORIENTABLE	1	. Annexe technique: . Longueur de l'axe 310mm Indication : endochirurgie ***** H6022258 – LFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	11	0
231	ENDOCHIRURGIE SYSTEME ANTI-BUEE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
231	ENDOCHIRURGIE SYSTEME ANTI-BUEE	1	POUR OPTIQUE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . PRESENTATION : FLACON UNITAIRE STERILE AVEC EPONGE A FOND AUTOCOLLANT ***** H6022258 – LDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963726 Code DGOS : DF52	Unité	3 095	3
232	TUBULURE D'INSUFFLATION STERILE AVEC FILTRE HYDROPHOBE INTEGRE Notice technique: H6022258					
232	TUBULURE D'INSUFFLATION STERILE AVEC FILTRE HYDROPHOBE INTEGRE	1	POUR ENDOCHIRURGIE Annexe technique: . – Ligne 300 cm avec connexion luer verrou mâle côté trocart et connexion 22 – 15 mm côté insufflateur – Filtre antibactérien et antiviral pour insufflateur haut débit – Efficacité de rétention bactérienne et virale Le fabricant précise les performances du filtre déterminées selon les normes en vigueur – compatible avec les insufflateurs de coeliochirurgie référencés sur le GHT (fournir les attestations de compatibilité) ***** H6022258 – LDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999032 Code DGOS : DF52	Unité	3 960	3
233	TUBULURE D'INSUFFLATION STERILE AVEC FILTRE HYDROPHOBE INTEGRE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
233	TUBULURE D'INSUFFLATION STERILE AVEC FILTRE HYDROPHOBE INTEGRE	1	COMPATIBLE AVEC L'INSUFFLATEUR PNEUMOSURE Annexe technique: . ET/OU PNEUMOCLEAR STRYKER – filtre antibactérien et antiviral pour insufflateur haut débit – efficacité de rétention bactérienne et virale. Le fabricant précise les performances du filtre déterminées selon les normes en vigueur – ligne avec connexion luer verrou mâle côté trocart et connexion 22-15mm côté insufflateur Fournir l'attestation de compatibilité ***** H6022258 – LDBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	560	3
234	ECARTEUR DE PAROI ABORD ENDOSCOPIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
234	ECARTEUR DE PAROI ABORD ENDOSCOPIQUE	1	SANS CAPUCHON Annexe technique: . – dispositif compose d'une gaine et d'un anneau à chaque extrémité – tous types d'anneau souple / rigide – conception monobloc – toutes tailles d'incision dont : 2 – 4 CM 2.5 – 6 CM 5 – 9 CM 9 – 14 CM 11 – 17 CM 17 – 25 CM 25 – 32 CM ***** H6022258 – LFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962733 / 962734 / 964029 / 966618 / 964980/ 964985 / 964981 Code DGOS : DF52	Unité	982	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
234	ECARTEUR DE PAROI ABORD ENDOSCOPIQUE	2	AVEC CAPUCHON Annexe technique: . – dispositif compose d'une gaine et d'un anneau à chaque extrémité – tous types d'anneau souple / rigide – conception monobloc – toutes tailles d'incision dont : 2.5 – 6 CM 5 – 9 CM ***** H6022258 – LF AAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963778 / 964979 Code DGOS : DF52	Unité	433	3
235	SAC ETANCHE DE MORCELLATION COELIOCHIRURGIE ET VOIE VAGINALE					
235	SAC ETANCHE DE MORCELLATION COELIOCHIRURGIE ET VOIE VAGINALE	1	. Annexe technique: . Sac rétention/extraction pose voie laparoscopique et voie vaginale permettant le morcellement de pièces anatomiques tumorales en prévenant la dissémination de cellules tumorales. Toutes tailles dont 6500 ml Compatible trocart 12 mm Indication : chirurgie gynécologique hystérectomie, myomectomie. ***** H6022238 – QH AAA Code(s) informatique(s) CHU : 964425 Code DGOS : DF52	Unité	32	1
236	SYSTEME INSTRUMENT ENDOCHIRURGIE CARDIAQUE MINI INVASIVE PAR VIDEO					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CC ENDOCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
236	SYSTEME INSTRUMENT ENDOCHIRURGIE CARDIAQUE MINI INVASIVE PAR VIDEO	1	TROCART DE DILATATION AVEC REDUCTEUR UNIVERSEL Annexe technique: – Diamètres 11 mm longueur 100 mm Sans ballonnet, mandrin strié sur 4 à 5 cm avec lame protégée ***** H6022258 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961894	Unité	15	2
236	SYSTEME INSTRUMENT ENDOCHIRURGIE CARDIAQUE MINI INVASIVE PAR VIDEO	2	TUBULURE D'INSUFFLATION AVEC FILTRE CO2 Annexe technique: – Usage unique stérile H6022258 – OIBCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964442	Unité	15	2
236	SYSTEME INSTRUMENT ENDOCHIRURGIE CARDIAQUE MINI INVASIVE PAR VIDEO	3	JEU DE TUBULURES D'ASPIRATION DES FUMÉES Annexe technique: – Usage unique stérile H6022258 – OIBCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964443	Unité	15	2

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

268

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
237	EMPORTE PIECE CALIBRE POUR VAISSEAU Notice technique: H6022258					
237	EMPORTE PIECE CALIBRE POUR VAISSEAU	1	Annexe technique: . - Emporte pièce automatique pour réaliser des ouvertures circulaires calibrées dans les parois des vaisseaux - Diamètre des trous : 3 à 6 mm - Longueur manche approchée 200 mm ***** H6022258 – OBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966642 / 966643 / 966644 Code DGOS : DF52	Unité	400	3
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE	1	CONTENEUR Annexe technique: . Le conteneur est une sacoche ergonomique avec une fermeture scellable, un porte-document transparent intérieur et extérieur, des rabats de protection ainsi qu'une sangle et des roulettes pour faciliter le transport. Il est constitué de 2 compartiments indépendants (isotherme et non isotherme) Le conteneur est un kit de transport muni de roulettes destiné au transport de greffons (reins/coeur) ou (foie/poumons) Transport en environnement sec (gel eutectique) Grand compartiment conteneur isotherme avec : * 4 plaques de gel eutectique * cuve plastique PS de dimensions intérieures utiles approchées : 230x230x302 mm * système de calage Petit compartiment : – compartiment pour accessoires de dimensions utiles approchées 380x165x470 mm – traçabilité d'utilisation : étiquette de lot + suivi de décontamination, étudiée pour 10 utilisations minimum Qualité des matériaux : – container isotherme : plastique lisse, lessivable et décontaminable avec joint de cuve silicone, muni d'une barrière isotherme assurant ainsi le maintien en température – sacoche : polyamide / polyéthylène pour l'intérieur (compatible avec les produits de nettoyage et de désinfection ANIOS) ***** H6022258 – ODBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999198 Code DGOS : DF52	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE	2	RECIPIENT DE STOCKAGE 2,8 L STERILE Annexe technique: . Le récipient de stockage 2.8L stérile se compose d'un emballage primaire stérile résistant à une pression différentielle de 95kPa garantissant une étanchéité, et de deux sachets pelables et stériles avec fermeture "zip" pour la triple protection de l'organe vis-à-vis des risques issus de l'environnement extérieur. Le récipient de stockage 2.8L a été conçu pour sécuriser le transport de l'organe tout en facilitant sa manipulation Le récipient de stockage 2.8L est un conteneur étanche et stérile destiné au transport, au conditionnement et à la préservation du greffon après son prélèvement en vue d'une éventuelle transplantation. L'utilisation du récipient de stockage 2.8L est préconisé pour le conditionnement d'organes de petites dimensions (rein, coeur ou pancréas) Composition : - couvercle avec poignée en polypropylène et joint silicone - pot en polypropylène d'une contenance de 2.8L - deux sachets pelables avec fermeture par "zip" ***** H6022258 – ODBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999123 Code DGOS : DF52	Unité	60	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE	3	RECIPIENT DE STOCKAGE 1,8 L Annexe technique: . Boite permettant le transfert de produits infectieux en température ambiante. La boîte peut être combinée à une glacière pour les expéditions en température dirigée. La boîte est un module de conditionnement pour transfert de produits infectieux en température ambiante (ou dirigée) Composition : – une enveloppe en carton, fond automatique avec porte document – système de calage – une boîte étanche secondaire conforme aux épreuves de pression différentielle à 95kPa destinée à recevoir le(s) récipient(s) primaire(s) – Fermeture par bouchon vissant équipé d'un joint et d'un anneau d'inviolabilité A l'intérieur du récipient : – 1 feuille de tissu absorbant – système de calage ***** H6022258 – ODBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962398 Code DGOS : DF52	Unité	35	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE	4	RECIPIENT DE STOCKAGE 0,25 L Annexe technique: . La boîte permet le transfert de produits infectieux. Pot de 0.25 litre étanche avec couvercle et joint ***** H6022258 – ODBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964336 Code DGOS : DF52	Unité	80	1
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE	5	EMBALLAGE POUR TRANSPORT Annexe technique: . PAR VOIE TERRESTRE OU AERIENNE D'ECHANTILLONS DE MATIERE BIOLOGIQUE DE CATEGORIE B L'emballage à usage unique permet le transport de produits infectieux en température ambiante. Il est muni d'un système d'inviolabilité, qui garantit à l'expéditeur que l'échantillon réceptionné par son client est bel et bien celui qui a été envoyé. Composition : type boîte en carton, montage instantané associé à un sac plastique avec son absorbant ***** H6022258 – ODBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999703 Code DGOS : DF52	Unité	100	1
238	STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE	6	PLAQUE DE GEL EUTECTIQUE Annexe technique: . Compatible avec les emplacement prévus dans le conteneur du sous lot 1 ***** H6022258 – ODBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964024 Code DGOS : DF52	Unité	5	1
239	STYLO DE CAUTERISATION STERILE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
239	STYLO DE CAUTERISATION STERILE	1	STYLO DE CAUTHERISATION Annexe technique: – Indication : chirurgie cardiaque et vasculaire Pour couper les implants vasculaires : tubes tricotés ou tissés ***** H6022258 – OKAAG Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 953402	Unité	50	2
240	DEVALVULEUR DE CHEVALIER Notice technique: H6022258					
240	DEVALVULEUR DE CHEVALIER	1	. Annexe technique: . – Gaine en acier inoxydable longueur 70 cm – Une olive de dévalvulation et une de désobstruction à chaque extrémité qui se présente sous forme de tulipe inversée à 4 dents – Trois tailles d'olive : * 2,5 mm * 3 mm * 3,5 mm – Dévalvuleur des veines utilisées comme substitut artériel en position non inversée ou laissées en place (pontage in situ) ***** H6022258 – OCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907822 Code DGOS : DF52	Unité	15	1
241	CATHETER A BALLONNET POUR THROMBECTOMIE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
241	CATHETER A BALLONNET POUR THROMBECTOMIE	1	VEINEUSE 6F et 8/10F LONG 80 CM Annexe technique: . – Cathéter PVC – Ballonnet silicone souhaité – Cathéter pour désobstruction des veines ***** H6022258 – YAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963655 / 964568 Code DGOS : DC51	Unité	5	1
242	CATHETER A BALLONNET EMBOLECTOMIE ARTERIELLE Notice technique: H6022258					
242	CATHETER A BALLONNET EMBOLECTOMIE ARTERIELLE	1	CHARRIERE 2F – 60 cm Annexe technique: . – Ballonnet sans latex – Désobstruction des artères ***** H6022258 – YAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962427 Code DGOS : DC51	Unité	131	3
242	CATHETER A BALLONNET EMBOLECTOMIE ARTERIELLE	2	CHARRIERES 3F/4F/5F/6F ET 7F – 80 cm Annexe technique: . – Ballonnet sans latex – Désobstruction des artères ***** H6022258 – YAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962428 / 962429 / 962430 / 962431 Code DGOS : DC51	Unité	481	3
243	CATHETER A BALLONNET POUR EMBOLECTOMIE ARTERIELLE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
243	CATHETER A BALLONNET POUR EMBOLECTOMIE ARTERIELLE	1	CHARRIERE 4F – 40 CM Annexe technique: . INDICATION : NEUROCHIRURGIE ***** H6022258 – YAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 961295 Code DGOS : DC51	Unité	20	1
244	COUTEAU LAME DROITE CRESCENTE LARGEUR LAME 2 MM Notice technique: H6022258					
244	COUTEAU LAME DROITE CRESCENTE LARGEUR LAME 2 MM	1	LONG 5 MM –MANCHE 12,5 CM Annexe technique: . LONGUEUR LAME PLUS EMBOUT 12.7 MM INDICATION : CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE ***** H6022258 – OCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968122 Code DGOS : DF52	Unité	285	3
245	SHUNT INTRACORONAIRE CHIRURGIE COEUR BATTANT Notice technique: H6022315					
245	SHUNT INTRACORONAIRE CHIRURGIE COEUR BATTANT	1	LONGUEUR 14 MM – DIAMETRE BULBE 1 à 3 MM Annexe technique: . Diamètre des bulbes : 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 – 2,25 – 2,5 – 2,75 – 3 mm ***** H6022315 – OIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960839 / 962691 / 993030 / 993038 / 993041 / 993043 / 993072 / 993078 / 993083 Code DGOS : DF52	Unité	250	3
246	MORS AMOVIBLES ATRAUMATIQUES DROITS, COURBES ET A OCCLUSION LATÉRALE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
246	MORS AMOVIBLES ATRAUMATIQUES DROITS, COURBES ET A OCCLUSION LATÉRALE	1	POUR CLAMPS CHIRURGICAUX Annexe technique: . – 2 mors sans latex par conditionnement – Mors droits, courbes et à occlusion latérale – Toutes longueurs dont 30, 45, 60 et 90 mm – Indication : occlusion de tout type d'artère ou de veine nécessitant 1 clampage externe atraumatique, clampage de prothèse vasculaire – Quantité exprimée en nombre de sachets (répondre avec le prix du sachet de 2) ***** / / H6022258 – OHAAA code(s) informatique(s) /) interne(s) au CHU : 968334 / 961241 / 968330 / 969911 / 969912 / Code DGOS : DF52	Unité	1 350	3
246	MORS AMOVIBLES ATRAUMATIQUES DROITS, COURBES ET A OCCLUSION LATÉRALE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE : CLAMPS Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Remplacement de l'ancillaire "usé" (clamp) pendant la durée du marché Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage ***** H6022258 / OBAAA codes interne CHU 966622/ 966623 / 966624 / 966625 / 966626 / 966627 / 996345 / 961328 / 964500 Code DGOS : DF52	Unité	8	0
247	CLAMPS GRIS MORS PARALLELES SOUPLES OUVERTURE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
247	CLAMPS GRIS MORS PARALLELES SOUPLES OUVERTURE	1	6 mm–LONG DES MORS 18mm ou equivalent Annexe technique: . – 2 mors sans latex lisses et atraumatiques à ressort – pression des mors 3 / 4 force INDICATION : clamage des petits vaisseaux. Quantité exprimée en nombre de sachets (répondre avec le prix du sachet de 2) ***** H6022258 – OHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993391 Code DGOS : DF52	Unité	1 300	3
248	MICRO-CLAMP VASCULAIRE					
248	MICRO-CLAMP VASCULAIRE	1	SIMPLE Annexe technique: – POUR ARTERES ET VEINES DE PETIT DIAMETRE : 0.2–1 mm / 1 mm / 1–2 mm / 2–4 mm Mors avec microdents atraumatiques Force de clamage : étalonnage constant Force veine : 15 à 40g / mm² par incrément de 10 Force artère : 40 , 60 et 120 g /mm² ***** H6022258 – RCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969103 / 969383 Code DGOS : DF52	Unité	710	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
248	MICRO-CLAMP VASCULAIRE	2	JUMELE Annexe technique: – POUR ARTERES ET VEINES DE PETIT DIAMETRE : 0.2–1 mm / 1 mm / 1–2 mm / 2–4 mm Mors avec microdents atraumatiques Force de clampage : étalonnage constant Force veine : 15 à 40g / mm² par incrément de 10 Force artère : 40 , 60 et 120 g /mm² ***** H6022258 – RCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968856 Code DGOS : DF52	Unité	30	3
249	PROTECTEURS ATRAUMATIQUES DE CLAMPS Notice technique: H6022258					
249	PROTECTEURS ATRAUMATIQUES DE CLAMPS	1	TOUTES DIMENSIONS ET COULEURS DONT Annexe technique: . ROUGES 1,6 à 2 mm SANS LATEX – RADIO OPAQUE Embouts de protection de pinces hémostatiques Quantité exprimée en nombre de sachets de 10 (répondre avec le prix du sachet) ***** H6022258 – OHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961208 Code DGOS : DF52	Unité	920	3
250	ELECTRODE DE STIMULATION TEMPORAIRE MYOCARDIQUE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
250	ELECTRODE DE STIMULATION TEMPORAIRE MYOCARDIQUE	1	UNIPOLAIRE Annexe technique: . – corps multifilament isolé – une extrémité dénudée : électrode avec à son extrémité distale une aiguille myocardique – une extrémité proximale avec une aiguille thoracique atraumatique Indications : stimulation et détection atriale et ventriculaire Durée implantation : 7 jours ***** H6022315 – PCCEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993208 Code DGOS : DC58	Unité	60	3
250	ELECTRODE DE STIMULATION TEMPORAIRE MYOCARDIQUE	2	BIPOLAIRE Annexe technique: . – corps multifilament isolé – Electrode proximale – Et électrode distale avec leur extrémité une aiguille myocardique, courbe atraumatique . – corps de sonde à conducteur coaxial – une extrémité proximale avec une aiguille thoracique atraumatique Indications : stimulation et détection atriale et ventriculaire atraumatique Durée implantation : 7 jours ***** H6022315 – PCCEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960811 Code DGOS : DC58	Unité	700	3
251	SYSTEME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
251	SYSTEME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE	1	CORONAIRE A COEUR BATTANT Annexe technique: . – Ce dispositif est destiné à stabiliser et minimiser le mouvement de parties sélectionnées du coeur battant pendant des interventions de chirurgie cardiaque. – Le fournisseur peut proposer un système à usage unique stérile et/ou restérilisable avec ou sans écarteur ***** H6022315 – OIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993057 Réf de dépannage : 961619 Réf de dépannage de la réf de dépannage : 962030 Code DGOS : DF52	Unité	65	0
251	SYSTEME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE	2	KIT VAPORISATION Annexe technique: . ***** H6022315 – OIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993056 Code DGOS : DF52	Unité	15	0
251	SYSTEME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE	3	INSERT POUR POINTS DE TRACTION PERICARDIQUE Annexe technique: . Sachet de 2 COMPATIBLE AVEC ANCILLAIRE DU SOUS LOT 4 ***** H6022315 – OIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993084 Code DGOS : DF52	Unité	80	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CD CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
251	SYSTEME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE	4	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire (2 ECARTEURS REUTILISABLES) Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Code DGOS : DF52	Unité	0	0
252	SYSTÈME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE CORONAIRE A CŒUR BATTANT MINI INVASIVE Notice technique: H6022315					
252	SYSTÈME STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE CORONAIRE A CŒUR BATTANT MINI INVASIVE	1	COMPOSE DE : Annexe technique: . - 1 POSITIONNEUR DROIT POUR LE COEUR - 1 STABILISATEUR TISSULAIRE - ET/OU 1 STABILISATEUR D'APEX Le fournisseur fait une offre soit avec 1 positionneur, 1 stabilisateur tissulaire et 1 stabilisateur d'Apex présentés en kit soit conditionnés individuellement. Le fournisseur précise obligatoirement dans son offre, le coût du montage type "standard" en listant les différents éléments et références commerciales concernées : quantités et prix unitaire HT. ***** H6022315 – OIAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Fournisseur 1 : 963395 / 963396 / 963397 Fournisseur 2 : 963403 / 965474 Code DGOS : DC56	Unité	15	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
253	COUTEAU OPHTALMIQUE DROIT Notice technique: H6022258					
253	COUTEAU OPHTALMIQUE DROIT	1	LAME 11 mm ORIENTATION 15°, 30° ET 45° Annexe technique: ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963651 / 963694 / 963695 Code DGOS : DS50	Unité	2 110	3
254	COUTEAU OPHTALMIQUE ANGULE PRECALIBRE Notice technique: H6022258					
254	COUTEAU OPHTALMIQUE ANGULE PRECALIBRE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 2,2 / 2,4 / 2,8 et 3,2 mm POUR PHACOEMLSIFICATION Double biseau ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963600 / 963601 Code DGOS : DS50	Unité	2 585	3
255	COUTEAU OPHTALMIQUE DROIT DE VITRECTOMIE TOUTES TAILLES Notice technique: H6022258					
255	COUTEAU OPHTALMIQUE DROIT DE VITRECTOMIE TOUTES TAILLES	1	DONT 20G – 1,4 MM Annexe technique: . ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907905 Code DGOS : DS50	Unité	60	3
256	GREFFE CORNEE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
256	GREFFE CORNEE	1	TREPAN RECEVEUR TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 6 – 7 – 8 – 8,5 – 9 MM TYPE BARRON AVEC ASPIRATION ***** H6022258 – NDAAA code(s) interne(s) au CHU : 968812 / 968817 / 969017 / 968400 / 969658 Code DGOS : DS50	Unité	20	1
256	GREFFE CORNEE	2	PUNCH DONNEUR TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 6,5 – 7,25 – 8,25 – 8,75 – 9,5 MM TYPE BARRON AVEC ASPIRATION ***** H6022258 – NDAAA code(s) interne(s) au CHU : 968401 / 968815 / 968816 / 969016 / 969657 Code DGOS : DS50	Unité	85	1
257	MILIEU DE CONSERVATION DE GREFFON CORNEEN Notice technique: H6022258					
257	MILIEU DE CONSERVATION DE GREFFON CORNEEN	1	VOLUME 100 ML Annexe technique: . Pour conservation – transport – déturgescence du greffon cornéen ***** H6022258 –NDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964214 Code DGOS : DS50	Unité	320	0
258	CONE DE TONOMETRE STERILE A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
258	CONE DE TONOMETRE STERILE A USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . – Protection des patients – S'adapte à tous les tonomètres – Résultats des mesures de tonométrie similaires à ceux obtenus avec les cônes classiques ***** H6022258 – NBCCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DS50	Unité	850	2
259	VERRE 3 MIROIRS A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					
259	VERRE 3 MIROIRS A USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . Matériau permettant d'obtenir une excellente qualité optique INDICATION Examen du fond de l'oeil et de l'angle iridocornéen ***** H6022258 – NBCCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993346 Code DGOS : DS50	Unité	160	3
260	CHANDELIER A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
260	CHANDELIER A USAGE UNIQUE STERILE	1	POUR ILLUMINATION OPHTALMIQUE COMPATIBLE Annexe technique: . AVEC LE VITREOTOME REFERENCE CHUSE TOUTES TAILLES DONT 25G ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961733 Code DGOS : DS50	Unité	10	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION Notice technique: H6022258					
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	1	VITRECTOMIE SEULE – KIT 23G AVEC SONDE Annexe technique: . KIT composition approchée ou équivalent : ligne d'irrigation + terminal d'infusion 4 mm + cassette de vitrectomie avec sac de recueil + sonde vitrectomie + fibre optique + ligne d'extrusion + robinet 3 voies + cache écran stérile + seringue 20 ml + 3 couteaux montés d'un trocart + 3 canules valvées + connecteurs divers INDICATION : chirurgie rétino vitrénne transclérale Vitrectomie sans suture transconjonctivale réalisée en 23G ***** H6022258 – NCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961427 Code DGOS : DS50	Unité	400	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	2	VITRECTOMIE SEULE – KIT 25G AVEC SONDE Annexe technique: . KIT composition approchée ou équivalent : ligne d'irrigation + terminal d'infusion 4 mm + cassette de vitrectomie avec sac de recueil + sonde vitrectomie + fibre optique + ligne d'extrusion + robinet 3 voies + cache écran stérile + seringue 20 ml + 3 couteaux montés d'un trocart + 3 canules valvées + connecteurs divers INDICATION : chirurgie rétino vitréenne transclérale Vitrectomie sans suture transconjonctivale réalisée en 25G ***** H6022258 – NCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961455 Code DGOS : DS50	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	3	TUBULURE Annexe technique: . POUR EXTRACTION D'HUILE DE SILICONE KIT composition approchée ou équivalent : 1 seringue de 10 ml 1 aiguille 20G 1 aiguille 23G 1 aiguille 25G 1 manche accessoire 1 piston amovible 1 tubulure pour extraction de silicone avec connecteur RFID INDICATION : tubulure pour injection / extraction d'huile de silicone ***** H6022258 – NEGAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 951722 Code DGOS : DS50	Unité	30	1
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	4	SONDE VITRECTOMIE ANTERIEURE 23G Annexe technique: . ***** H6022258 – NCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964679 Code DGOS : DS50	Unité	20	1
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	5	SONDE 25G DIATHERMIQUE Annexe technique: . Le fournisseur s'il ne dispose pas d'une référence à usage unique propose un dispositif réutilisable. INDICATION : Endo coagulation ***** H6022258– NCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963272 Code DGOS : DS50	Unité	50	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	6	FIBRE OPTIQUE ENDOILLUMINATION DROITE 25G Annexe technique: . ***** H6022258 – NCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964411 / Code DGOS : DS50	Unité	12	1
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	7	VITRECTOMIE –PHACOEMULSIFICATION COMBINEES KIT 23G Annexe technique: . Kit avec sonde et cassette KIT composition approchée ou équivalent : – sonde de vitrectomie – cassette combinée avec sac de recueil – fibre optique – tubulure d'infusion – terminal d'infusion – tubulure d'extrusion – 3 couteaux montés d'un trocart – 3 canules valvées – 3 clous – robinet 3 voies – poche stérile pour plateau – chambre test – tubulure d'irrigation – tubulure d'irrigation/aspiration phaco – clef de serrage pour embout irrigation/aspiration – manchons pour embouts – cache écran stérile – seringue 20cc – connecteurs divers ***** H6022258 – NCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965187 Code DGOS : DS50	Unité	200	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	8	VITRECTOMIE -PHACOEMULSIFICATION COMBINEES KIT 25G Annexe technique: . Kit avec sonde et cassette KIT composition approchée ou équivalent : - sonde de vitrectomie - cassette combinée avec sac de recueil - fibre optique - tubulure d'infusion - terminal d'infusion - tubulure d'extrusion - 3 couteaux montés d'un trocart - 3 clous - robinet 3 voies - poche stérile pour plateau - 3 canules valvées - chambre test - tubulure d'irrigation - tubulure d'irrigation/aspiration phaco - clef de serrage pour embout irrigation/aspiration - manchons pour embouts - cache écran stérile - seringue 20cc - connecteurs divers ***** H6022258 – NCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961454 / 961910 Code DGOS : DS50	Unité	5	1
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	9	EMBOUT 30° TYPE KELMAN OU EQUIVALENT Annexe technique: . ***** H6022258 – NCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960815 Code DGOS : DS50	Unité	651	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	10	EMBOUT FRAGMATOME Annexe technique: . INDICATION : pour phacofragmentation du cristallin par le segment postérieur ***** H6022258 – NCAAA Code(s) interne(s) CHU : 963276 Code DGOS : DS50	Unité	12	1
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	11	PHACOEMULSIFICATION Annexe technique: . Le fournisseur fait une proposition pour tous les composants listés ci-dessous conditionnés soit séparément, soit sous forme de kit Le fournisseur peut proposer un équivalent en composants pour phacoémulsification Composants : – cassette – une tubulure irrigation/aspiration – une tubulure GFI – housse stérile pour plateau – chambre test – 1 manchon pour embout irrigation-aspiration ***** H6022258 – NCBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960814 Code DGOS : DS50	Unité	456	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	12	PHACOEMULSIFICATION Annexe technique: Composants : - 1 manchon pour embouts ultrasons 0.9mm environ - 1 manchon pour embouts irrigation / aspiration - 1 clé de peuage - 1 chambre test H6022258 – NCBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965531 Code DGOS : DS50	Unité	665	1
261	VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION	13	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : CHUSE : 2 Phacoémulsificateurs / Vitréotomes et 9 Pièces à main Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition à titre gracieux des pièces à main dont 1 pièce à main pour fragmatome avec échange standard (pas de maintenance sur pièces à mains) PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : laser intégré à l'équipement Code DGOS : DS50	Unité	2	0
262	VITRECTOMIE Notice technique: H6022680					
262	VITRECTOMIE	1	LENTILLE PLAN CONCAVE EN SILICONE 30 DEGRES Annexe technique: . ***** H6022258 – NCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969149 Code DGOS : DS50	Unité	600	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
262	VITRECTOMIE	2	LENTILLE SILICONE PRISMATIQUE 30 DEGRES Annexe technique: . ET LENTILLE BICONCAVE 36 DEGRES ***** H6022258 – NCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969196 / 969197 Code DGOS : DS50	Unité	10	1
262	VITRECTOMIE	3	HUILE SILICONE PURIFIEE EN SERINGUE Annexe technique: . Volume 15 ml Viscosité 1000 cSt Indication : tamponnement prolongé après traitement chirurgical de décollements de rétine graves ***** H6022680 – NECBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 953972 Code DGOS : DS50	Unité	20	1
262	VITRECTOMIE	4	PERFLUOROCARBONE LIQUIDE DECALINE VOLUME 7 ML Annexe technique: . Indication : tamponnement intra oculaire transitoire lors de la chirurgie de la rétine au cours de la vitrectomie ***** H6022258 – NBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968255 Code DGOS : DS50	Unité	170	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
262	VITRECTOMIE	5	TUBULURE POUR RELIER LA SERINGUE D'HUILE Annexe technique: . DE SILICONE A L'EQUIPEMENT DE VITRECTOMIE ***** H6022258 – NEGAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 979745 Code DGOS : DS50	Unité	20	1
263	VITRECTOMIE Notice technique: H6022680					
263	VITRECTOMIE	1	HUILE HAUTE DENSITE SILICONE (DENSIRON 68)PURIFIEE Annexe technique: . Densité 1.06g/cm3 Seringue volume 10 ml environ INDICATION : tamponnement prolongé après traitement chirurgical de décollement de rétine grave ***** H6022680 – NECBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 954312 Code DGOS : DS50	Unité	25	1
263	VITRECTOMIE	2	TUBULURE CONNEXION SERINGUE Annexe technique: . D'HUILE LOURDE ET CONNEXION EQUIPEMENT DE VITRECTOMIE ***** H6022258 – NEGAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 954313 Code DGOS : DS50	Unité	25	1
264	PHACOEMULSIFICATEUR Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
264	PHACOEMULSIFICATEUR	1	PACK COMPLET Annexe technique: . COMPOSITION APPROCHEE OU EQUIVALENT: – Embouts 30° et 45° type Kelman ou équivalent adaptés à la micro incision coaxiale – Cassette – Housse stérile pour plateau – Manchon pour embout ultrasons et manchon pour embout irrigation-aspiration – Clé de serrage pour embout irrigation-aspiration – Chambre test ***** H6022258 – NCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960820 Code DGOS : DS50	Unité	6 710	0
264	PHACOEMULSIFICATEUR	2	VITRECTOMIE ANTERIEURE SONDE Annexe technique: . – Sonde vitrectomie antérieure 23G – Canule pour irrigation ***** H6022258 – NCBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960822 Code DGOS : DS50	Unité	100	1
264	PHACOEMULSIFICATEUR	3	EMBOUT 35°/45° IRRIGATION / ASPIRATION Annexe technique: – Code DGOS : DS50	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
264	PHACOEMULSIFICATEUR	4	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 1 PHACOEMULSIFICATEUR PAR ETABLISSEMENT MCO Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition à titre gracieux des pièces à main avec échange standard (pas de maintenance sur pièces à mains) Descriptif du parc GHT Loire : - CH ARDECHE NORD : 1 Phacoémulsificateur et 18 Pièces à main - CH FOREZ : 1 Phacoémulsificateur et 15 Pièces à main - CH Roanne : 1 Phacoémulsificateur et 16 Pièces à main - CHUSE : 1 Phacoémulsificateur et 16 Pièces à main - Hôpital du Gier : 1 Phacoémulsificateur et 12 Pièces à main - Hôpital Le Corbusier : 1 Phacoémulsificateur et 12 Pièces à main	Unité	5	0
265	KYSTITOME D'IRRIGATION ANGULE 25G					
265	KYSTITOME D'IRRIGATION ANGULE 25G	1	-	Unité	120	1
266	THERMOCAUTERE OPHTALMIQUE A PILE Notice technique: H6022258					
266	THERMOCAUTERE OPHTALMIQUE A PILE	1	PRESENTATION STERILE Annexe technique: . - Cautere à basse température non variable ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993602 Code DGOS : DS50	Unité	779	3
267	CANULE OPHTALMIQUE POUR HYDRODISSECTION 27 G Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
267	CANULE OPHTALMIQUE POUR HYDRODISSECTION 27 G	1	TOUTES LONGUEURS Annexe technique: . DONT 22 MM ANGULATION 30° SUR 8 MM ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906677 Code DGOS : DS50	Unité	45	1
268	CANULE OPHTALMIQUE SOUS TENONNIENNE 19G X 25 MM Notice technique: H6022258					
268	CANULE OPHTALMIQUE SOUS TENONNIENNE 19G X 25 MM	1	AVEC OEILS LATERAUX Annexe technique: . Code DGOS : DS50	Unité	20	2
269	CANULE OPHTALMOLOGIE BACK FLUSH BROSSE 23G ET 25G Notice technique: H6022258					
269	CANULE OPHTALMOLOGIE BACK FLUSH BROSSE 23G ET 25G	1	EMBOUT SILICONE 2 MM 23 ET 25G Annexe technique: . Aspiration par capillarité du liquide résiduel au fond de l'oeil Nettoyage de la rétine de manière atraumatique pendant l'acte chirurgical ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999919 / 999921 Code DGOS : DS50	Unité	300	3
270	CANULE OPHTALMIQUE DE RYCROFT A USAGE UNIQUE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
270	CANULE OPHTALMIQUE DE RYCROFT A USAGE UNIQUE	1	ANGULEE A 45° TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: – Dont 30G Longueur totale approchée 34mm Extrémité angulée de 4mm environ ***** H6022258 – code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DS50	Unité	22	2
271	CANULE OPHTALMIQUE D'INJECTION SOUS RETINIENNE Notice technique: H6022258					
271	CANULE OPHTALMIQUE D'INJECTION SOUS RETINIENNE	1	CANULE D'INJECTION 25G Annexe technique: . EXTENSION 38 A 41G(0.1MM) INDICATION : injection sous rétinienne de fibrinolytique dans les hématomas maculaires ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963652 Code DGOS : DS50	Unité	10	1
272	AIGUILLE POUR INJECTION INTRAOCULAIRE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
272	AIGUILLE POUR INJECTION INTRAOCULAIRE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT : Annexe technique: . - 0.3X12MM / 30G INDICATION : Injection intraoculaire Le fournisseur certifie l'usage intraoculaire de ces dispositifs par une spécification sur la fiche technique ou une attestation. ***** H6022218 – NAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965477 Code DGOS : DS50	Unité	12 100	3
273	SERINGUE 1ML 3 PIECES EMBOUT VERROU POUR INJECTION INTRAOCULAIRE Notice technique: H6022218					
273	SERINGUE 1ML 3 PIECES EMBOUT VERROU POUR INJECTION INTRAOCULAIRE	1	A USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . INDICATION : Injection intraoculaire Le fournisseur certifie l'usage intraoculaire de ce dispositif par une spécification sur la fiche technique ou une attestation. ***** H6022218 – NAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DS50	Unité	2 010	3
274	COUTEAU SCLEROTOME OPHTALMIQUE LAME DROITE MULTIFACES Notice technique: H6022258					
274	COUTEAU SCLEROTOME OPHTALMIQUE LAME DROITE MULTIFACES	1	CONTOUR TRANCHANT Annexe technique: . ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907833 Code DGOS : DS50	Unité	382	3
275	OPHTALMOLOGIE EXAMEN ELECTROPHYSIOLOGIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
275	OPHTALMOLOGIE EXAMEN ELECTROPHYSIOLOGIQUE	1	COQUE SCLERALE / ELECTRODE MONOPOLAIRE Annexe technique: . Coque sclérale (verre de contact) à usage unique avec : * fiche protégée (DIN 42802) * câble souple de raccordement à l'amplificateur inclus INDICATION : examen électrorétinographie Le fournisseur fait aussi une proposition pour une électrode fil placée sur la cornée. ***** H6022258 : NBAAA code(s) interne(s) au CHU : 963320 Code DGOS : DS50	Unité	500	1
276	SOLUTION COLORANTE AU BLEU DE TRYPAN CHIRURGIE Notice technique: H6022258					
276	SOLUTION COLORANTE AU BLEU DE TRYPAN CHIRURGIE	1	CATARACTE Annexe technique: . 0,6 mg de bleu de trypan par ml – seringue volume 0.5 ml à 1 ml INDICATION : CHIRURGIE DE LA CATARACTE ***** H6022258 – NBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965619 Code DGOS : DS50	Unité	3 130	3
277	SOLUTION COLORANTE AU BLEU DE COOMASSIE BRILLANT G - SERINGUE 0.5 ML Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
277	SOLUTION COLORANTE AU BLEU DE COOMASSIE BRILLANT G – SERINGUE 0.5 ML	1	Annexe technique: . Concentration : 0.25g/L INDICATION : coloration sélective de la MLI (membrane limitante interne) dans la chirurgie de la rétine ***** H6022258 – NBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969738 Code DGOS : DS50	Unité	300	2
278	CONFORMATEUR RIGIDE TRANSPARENT AVEC TROUS Notice technique: H6022258					
278	CONFORMATEUR RIGIDE TRANSPARENT AVEC TROUS	1	DIAMETRES 20 – 23 – 26 MM Annexe technique: . Conformateur rigide très fin pour maintenir en place les culs de sac conjontivaux après une énucléation ou une éviscération tout en autorisant une bonne occlusion palpébrale. Les trous permettent le drainage des mucosités et l'instillation de collyres en post opératoire. Le conformateur est transparent afin de surveiller la conjonctive ***** H6022258 – NBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968754 / 968781 / 968780 Code DGOS : DS50	Unité	52	1
278	CONFORMATEUR RIGIDE TRANSPARENT AVEC TROUS	2	ANNEAU DE SYMBLEPHARON 20, 22 ET 25 MM Annexe technique: . ***** H6022258 – NEEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 957556 / 985461 / 979623 Code DGOS : DS50	Unité	5	1
279	SONDE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
279	SONDE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD	1	BOUT MOUSSE DIAMETRE 0,65 MM Annexe technique: . Traitement des larmoiements ***** H6022258 – NAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968891 Code DGOS : DS50	Unité	134	1
280	JEU DE 4 A 6 RETRACTEURS D'IRIS Notice technique: H6022258					
280	JEU DE 4 A 6 RETRACTEURS D'IRIS	1	MICRO CROCHETS A IRIS FLEXIBLES Annexe technique: . Quantité exprimée en nombre de sachets (Répondre avec le prix du sachet de 4 à 6) INDICATION : dilatation mécanique de la pupille ***** H6022258 – NBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993364 Code DGOS : DS50	Unité	206	2
281	PIECE A MAIN COAXIALE STERILE POUR ASPIRATION ET IRRIGATION Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
281	PIECE A MAIN COAXIALE STERILE POUR ASPIRATION ET IRRIGATION	1	USAGE UNIQUE Annexe technique: . Compatible avec équipement PHACOEMULSIFICATION Embout non siliconé angulé à 45° avec manchon Deux ports d'irrigation latéraux de diamètre approché 0,8 mm Port d'aspiration de diamètre approché 0,35 mm ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DS50	Unité	1 506	1
282	LASER VITRA 810 NM Notice technique: H6022258					
282	LASER VITRA 810 NM	1	SONDE DE CYCLOPHOTOCOAGULATION Annexe technique: . ***** H6022258 – NCCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :961678 Code DGOS : DS50	Unité	15	1
283	LASER VITREOTOME SONDE ENDOCULAIRE DIRECTIONNELLE Notice technique: H6022258					
283	LASER VITREOTOME SONDE ENDOCULAIRE DIRECTIONNELLE	1	TOUS DIAMETRES DONT 23 ET 25G Annexe technique: . COMPATIBLE VITREOTOME AVEC LASER LE FOURNISSEUR PRECISE LA LISTE DES EQUIPEMENTS COMPATIBLES ***** H6022258 – NCCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965227 / 965228 Code DGOS : DS50	Unité	100	2
284	CONSOMMABLE POUR LASER EN OPHTALMOLOGIE COMPATIBLE LASER FEMTOSECONDE Z8 ZIEMER Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
284	CONSOMMABLE POUR LASER EN OPHTALMOLOGIE COMPATIBLE LASER FEMTOSECONDE Z8 ZIEMER	1	PACK CATARACTE Annexe technique: . Composition approchée du pack : – 1 poignée capotage pour la pièce à main laser – 1 anneau de succion pour interface liquide BSS (prémonté sur poignée) BSS non fourni – Tube d'aspiration prémonté sur anneau de succion à connecter sur la pompe à vide du laser – Kit de champ : 1 champ de table laser pour poser les éléments du kit 1 champ de coté du laser pour rapprochement du lit opératoire 1 enveloppe transparente pour le bras articulé ***** H6022258 – NHAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 994918 ***** Code DGOS : DS50	Unité	20	0
284	CONSOMMABLE POUR LASER EN OPHTALMOLOGIE COMPATIBLE LASER FEMTOSECONDE Z8 ZIEMER	2	PACK CORNEE Annexe technique: . Composition approchée du pack : – 1 poignée capotage pour la pièce à main laser – 1 anneau de succion par applanation (prémonté sur poignée) – Tube d'aspiration prémonté sur anneau de succion à connecter sur la pompe à vide du laser – Champ de table laser pour poser les éléments du kit ***** H6022258 – NHAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : ***** Code DGOS : DS50	Unité	5	0
285	CONSOMMABLE POUR LASER EN OPHTALMOLOGIE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
285	CONSOMMABLE POUR LASER EN OPHTALMOLOGIE	1	INTERFACE PATIENT POUR LASER FEMTOSECONDE WAVELENGTH Annexe technique: . F5 200 ***** H6022258 – NHAAA Code(s) informatique(s) CHU : 965121 ***** Code DGOS : DS50	Unité	200	1
285	CONSOMMABLE POUR LASER EN OPHTALMOLOGIE	2	ACCESSOIRES LASER EXCIMER WAVELENGTH EX500 Annexe technique: . DONT PLAQUES PMMA, PAPIER TEST FOURNITURE SOUHAITEE A TITRE GRACIEUX PAR LE FOURNISSEUR SUR LA DUREE DU MARCHE DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE ***** H6022258 – NHAAA Code(s) informatique(s) CHU : 993735 / 993731 / 993734 / 963796 Code DGOS : DS50	Unité	0	0
286	OPHTALMOLOGIE : CISEAUX VERTICAUX A USAGE UNIQUE STERILE POUR VITRECTOMIE Notice technique: H6022258					
286	OPHTALMOLOGIE : CISEAUX VERTICAUX A USAGE UNIQUE STERILE POUR VITRECTOMIE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 23G Annexe technique: . ***** H6022258 – NAAAA Code(s) informatique(s) CHU : 960459 Code DGOS : DS50	Unité	25	2
287	OPHTALMOLOGIE : PINCE TYPE END-GRASPING 23 ET 25G Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
287	OPHTALMOLOGIE : PINCE TYPE END-GRASPING 23 ET 25G	1	Annexe technique: . Extrémités fines à usage unique stérile et/ou pince avec manches restérilisables et embouts à usage unique stériles ***** H6022258 – NAAAA code(s) interne(s) au CHU : 961119 / 963954 Code DGOS : DS50	Unité	300	2
288	OPHTALMOLOGIE : PINCE MONOFILAMENT COURBE USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					
288	OPHTALMOLOGIE : PINCE MONOFILAMENT COURBE USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . Pince monobloc avec protections pour les extrémités, longueur approchée 96 mm plateau à nouer 6 mm environ INDICATION Utilisation en chirurgie ophtalmique afin de tenir ou implanter des dispositifs stériles ***** H6022258 – NFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969275 Code DGOS : DS50	Unité	10	2
289	OPHTALMOLOGIE : PINCE DE BONN A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
289	OPHTALMOLOGIE : PINCE DE BONN A USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . Pince monobloc avec protections pour les extrémités INDICATION Utilisation en chirurgie ophtalmique afin de tenir le globe oculaire pour faciliter certaines manipulations du chirurgien ***** H6022258 – NFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960447 Code DGOS : DS50	Unité	302	2
290	OPHTALMOLOGIE : BLEPHAROSTAT A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
290	OPHTALMOLOGIE : BLEPHAROSTAT A USAGE UNIQUE STERILE	1	Annexe technique: . Blépharostat vissé, fil métallique ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) CHU : 994919 Code DGOS : DS50	Unité	333	3
291	OPHTALMOLOGIE : CHOPPER A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
291	OPHTALMOLOGIE : CHOPPER A USAGE UNIQUE STERILE	1	ANGULATION 45° SUR 6MM ENVIRON, POINTE 90° Annexe technique: . SUR 1.5MM ENVIRON ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 993704 Code DGOS : DS50	Unité	10	2
292	PINCE A AIMANT 18G USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
292	PINCE A AIMANT 18G USAGE UNIQUE STERILE	1	– Annexe technique: . Indication : retrait particule métal – chirurgie vitréorétinienne ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961705 Code DGOS : DS50	Unité	10	1
293	OPHTALMOLOGIE : SEPARATEUR / ELEVATEUR STERILE A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					
293	OPHTALMOLOGIE : SEPARATEUR / ELEVATEUR STERILE A USAGE UNIQUE	1	DIMENSIONS APPROCHEES Annexe technique: . Sur un manche métallique : – 1 pointe 0.16mm x 0.28mm x 1mm tige droite de 20mm, longueur 110mm – 1 crochet diamètre 0.5mm x 11.5mm manche 52mm Indications : activité laser Lasik Femto et greffe de cornée ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 994922 Code DGOS : DS50	Unité	10	2
294	PROTECTEUR OCULAIRE PER OPERATOIRE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
294	PROTECTEUR OCULAIRE PER OPERATOIRE	1	Annexe technique: . – Le protecteur oculaire protège le globe oculaire pendant une intervention chirurgicale sur les paupières – Présenté avec un dispositif type ergot pour une mise en place et un retrait faciles Usage unique stérile ***** H6022258 : NFBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993566 Code DGOS : DS50	Unité	142	1
295	SOLUTION OPHTALMIQUE UN ML RIBOFLAVINE 0,1% Notice technique: H6022258					
295	SOLUTION OPHTALMIQUE UN ML RIBOFLAVINE 0,1%	1	Annexe technique: . INDICATION : CROSS – LINKING DU COLLAGENE CORNEEN PAR LA RIBOFLAVINE – UVA LE DISPOSITIF ASSOCIE A UN DISPOSITIF MEDICAL EMETTEUR D'UV_A A USAGE UNIQUE OPHTALMIQUE EST INDIQUE DANS LE TRAITEMENT PARACHIRURGICAL CONSERVATEUR DU KERATOCON ET DES ECTASIES CORNEENNES FOURNITURE A TITRE GRACIEUX DES ACCESSOIRES ***** H6022258 – NDAAA Code(s) interne(s)CHU/CR : 964987 Code DGOS : DS50	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
295	SOLUTION OPHTALMIQUE UN ML RIBOFLAVINE 0,1%	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 1 DISPOSITIF EMETTEUR D'UV_A (CHUSE) Code DGOS : DS50	Unité	1	0
296	OPHTALMOLOGIE : PINCE A CAPSULOREXHIS COURBE USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
296	OPHTALMOLOGIE : PINCE A CAPSULOREXHIS COURBE USAGE UNIQUE STERILE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** H6022258 – NFAAA Code(s) informatique(s) CHU : 993337 Code DGOS : DS50	Unité	235	3
297	SET POUR INJECTION GREFFON D'ENDOTHELIUM CORNEEN Notice technique: H6022258					
297	SET POUR INJECTION GREFFON D'ENDOTHELIUM CORNEEN	1	COMPOSITION DU SET Annexe technique: . – 1 pipette courbe pour chargement du greffon et insertion dans la chambre antérieure – double raccord luer verrou – 1 canule mousse 27G – 1 canule courbe 30G ***** H6022258 – NDAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 993542 Code DGOS : DS50	Unité	80	2
298	LENTILLE OPHTALMIQUE PANSEMENT SANS CORRECTION Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
298	LENTILLE OPHTALMIQUE PANSEMENT SANS CORRECTION	1	Annexe technique: . Lentille à usage thérapeutique utilisée comme pansement en post chirurgical pour aider à la cicatrisation ***** H6022258 – NBAAA Code(s) informatique(s) CHU : 963328 Code DGOS : DS50	Unité	606	0
299	LENTILLE GRAND CHAMP HAUTE RESOLUTION A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
299	LENTILLE GRAND CHAMP HAUTE RESOLUTION A USAGE UNIQUE STERILE	1	PROPOSEE AVEC MANCHE ET ANNEAU SILICONE Annexe technique: . LENTILLE MATERIAU PMMA POUR VISUALISATION ENDOCULAIRE INDICATION : chirurgie ophtalmique, amélioration de la précision et de la netteté des images de la rétine postérieure périphérique et du vitrée pendant l'acte chirurgical ***** H6022258 – NBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963635 / 965741 Code DGOS : DS50	Unité	10	2
300	SET PRELEVEMENT CORNEE USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					
300	SET PRELEVEMENT CORNEE USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . COMPOSITION : - 1 plateau 4 compartiments dimensions approchées 27x18 cm - 1 champ de table 100 x 150 cm - 15 compresses 7.5 x 7.5 cm - 1 champ biplex 50 x 60 cm, avec face absorbante coté non-adhésif et fenêtre adhésive centrée de 6 cm - 1 écouvillon - 1 pince porte tampon pour l'asepsie	Unité	251	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			- 1 blépharostat de liberman vissé - 1 bistouri lame n° 11 - 1 trépan 17 mm - 1 paire microciseaux lame courbe extrémité pointue longueur lame 12.5 mm - 1 pince de Paufigue - 1 pince de Bonn - 1 porte aiguille courbe Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose également un seul pack permettant le prélèvement des cornées oeil droit et oeil gauche. Dans cette hypothèse la quantité totale annuelle est de 125 unités. COMPOSITION : Dans un couvre table 140x140 cm : un premier plateau 27x18 cm environ emballé dans un champ contenant : - 10 compresses 7.5x7.5 cm - 1 champ biplex 50 x 60 cm, avec face absorbante coté non-adhésif et fenêtre adhésive centrée de 6 cm - 1 écouvillon - 1 pince porte tampon pour l'asepsie - 1 blépharostat de liberman vissé - 1 bistouri lame n° 11 - 1 trépan 17 mm - 1 paire microciseaux lame courbe extrémité pointue longueur lame 12.5 mm - 1 pince de Bonn un deuxième plateau 27x18 cm emballé dans un champ contenant : - 10 compresses 7.5x7.5 cm - 1 champ biplex 50 x 60 cm, avec face absorbante coté non-adhésif et fenêtre adhésive centrée de 6 cm - 1 écouvillon - 1 pince porte tampon pour l'asepsie - 1 blépharostat de liberman vissé - 1 bistouri lame n° 11			

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			- 1 trépan 17 mm - 1 paire microciseaux lame courbe extrémité pointue longueur lame 12.5 mm - 1 pince de Bonn - 1 pince de Paufigue - 1 porte aiguille courbe ***** H6022258 – NDAAA Code(s) informatique(s) CHU : 969813 Code DGOS : DS50			
301	DISPOSITIF STERILE POUR PREPARATION DE SERUM AUTOLOGUE Notice technique: H6022258					
301	DISPOSITIF STERILE POUR PREPARATION DE SERUM AUTOLOGUE	1	POCHE VIDE POUR PRELEVEMENT SANGUIN Annexe technique: . Fabrication de sérum autologue en système fermé de la prise de sang jusqu'à l'utilisation du sérum INDICATION : Prévalence du syndrome de l'oeil sec Le fournisseur propose différentes configuration permettant la fabrication du sérum jusqu'à une dilution possible de 20%. ***** H6022258 – ABBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962138 Code DGOS : DS50	Unité	250	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
301	DISPOSITIF STERILE POUR PREPARATION DE SERUM AUTOLOGUE	2	CHAMBRE COMPTE-GOUTTE AVEC FILTRE A MICROAGREGATS Annexe technique: . 15 MICRONS Indication : filtre permettant l'élimination des micro-agrégats avant le remplissage des doses de sérum ***** H6022258 – ABBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961222 Code DGOS : DS50	Unité	200	1
301	DISPOSITIF STERILE POUR PREPARATION DE SERUM AUTOLOGUE	3	ADAPTATEUR AVEC FILTRE 0,22 MICRON INTEGRE Annexe technique: . ***** H6022258 – ABBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961223 Code DGOS : DS50	Unité	200	1
301	DISPOSITIF STERILE POUR PREPARATION DE SERUM AUTOLOGUE	4	KIT DE REMPLISSAGE POUR 36 DOSES DE 1.5ML et 3ML Annexe technique: . ***** H6022258 – ABBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962385 / 961224 Code DGOS : DS50	Unité	150	1
302	GEL STERILE POUR HYDRATATION PEROPERATOIRE DE LA CORNEE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CE OPHTALMOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
302	GEL STERILE POUR HYDRATATION PEROPERATOIRE DE LA CORNEE	1	Annexe technique: . INDICATION : hydratation et protection de la cornée pendant la chirurgie ophtalmique Présentation : flacon unidose volume approché 2 ml Le fournisseur fait une offre avec un prix unitaire à l'unidose ***** H6022258 – NBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963657 Code DGOS : DS50	Unité	800	3
303	CONSOMMABLE POUR TRAITEMENT DU GLAUCOME PAR ULTRASONS COMPATIBLE AVEC LE GENERATEUR EYEOP1 Notice technique: H6022258					
303	CONSOMMABLE POUR TRAITEMENT DU GLAUCOME PAR ULTRASONS COMPATIBLE AVEC LE GENERATEUR EYEOP1	1	SONDE DE THERAPIE A USAGE UNIQUE Annexe technique: . TOUTES TAILLES 11, 12 ET 13 MM SONDE CONSTITUEE DE 6 TRANSDUCTEURS PIEZOELECTRIQUES REPARTIS SUR SA CIRCONFERENCE ***** H6022258 – NCDAA Code informatique CHU : 961296 / 961297 / 961298 Code DGOS : DS50	Unité	5	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CF GREFFE DE PEAU

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
304	GREFFE DE PEAU LAME POUR DERMATOME ZIMMER Notice technique: H6022258					
304	GREFFE DE PEAU LAME POUR DERMATOME ZIMMER	1	Annexe technique: . Prélèvement – expansion de greffe ***** H6022258 – KHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907515 Code DGOS : DF52	Unité	21	0
305	GREFFE DE PEAU LAME POUR DERMATOME ACCULAN 3TI Notice technique: H6022258					
305	GREFFE DE PEAU LAME POUR DERMATOME ACCULAN 3TI	1	AESULAP DE WAGNER Annexe technique: . Prélèvement – Expansion de greffe ***** H6022258 – KHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906566 Code DGOS : DF52	Unité	20	0

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
306	PINCE DE MAGILL A USAGE UNIQUE STERILE					
306	PINCE DE MAGILL A USAGE UNIQUE STERILE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 17 – 20 ET 25 CM Annexe technique: . En acier inoxydable INDICATION : extraction de corps étranger dans le larynx Code DGOS : DR57	Unité	125	3
307	AIGUILLE DENTAIRE STERILE Notice technique: H6022258					
307	AIGUILLE DENTAIRE STERILE	1	. Annexe technique: . Aiguille intraseptale, intra ligamentaire, para apicale et tronculaire toutes dimensions Aiguille pour seringue à carpule Indication : anesthésie dentaire ***** H6022258 – TAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964583 / 968532 / 964203 / 964582 / 965517 Code DGOS : BS70	Unité	9 200	3
308	OPTIQUE STORZ GAINÉ ENDOSCRUB 4 MM - 30° Notice technique: H6022258					
308	OPTIQUE STORZ GAINÉ ENDOSCRUB 4 MM – 30°	1	L 174 MM FOURREAU Annexe technique: . ***** H6022258 – SAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907980 Code DGOS : DS60	Unité	150	1

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
308	OPTIQUE STORZ GAINÉ ENDOSCRUB 4 MM – 30°	2	TUBULURE IRRIGATION Annexe technique: . ***** H6022258 – SAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968745 Code DGOS : DS60	Unité	150	1
309	FIBRE OPTIQUE A USAGE UNIQUE 600µ LONGUEUR 2,50M POUR LASER A DIODE MEDILAS D DORNIER Notice technique: H6022258					
309	FIBRE OPTIQUE A USAGE UNIQUE 600µ LONGUEUR 2,50M POUR LASER A DIODE MEDILAS D DORNIER	1	. Annexe technique: . INDICATION : ORL ENDOSCOPIE NASALE ***** H6022258 – SAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961348 Code DGOS : DS60	Unité	60	0
310	DISPOSITIF "COUPLER" DIAMETRES 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 MM Notice technique: H6022680					
310	DISPOSITIF "COUPLER" DIAMETRES 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 MM	1	POUR ANASTOMOSE DES VEINES ARTERES MICROCHIRURGIE Annexe technique: . ***** H6022258 – TBAFA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 947282 / 957383 / 957518 / 957519 / 957761 / 961282 Code DGOS : DM54	Unité	50	0
311	LAME CALIBREE STERILE POUR DECOUPE DE CARTILAGE Notice technique: H6022258					
311	LAME CALIBREE STERILE POUR DECOUPE DE CARTILAGE	1	POUR COUPE CARTILAGE KURZ PRECISE Annexe technique: . ***** H6022258 – SBABA Code(s) interne(s) CHU : 993749 Code DGOS : DS60	Unité	30	0

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
312	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE ORL TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022258					
312	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE ORL TOUTES DIMENSIONS	1	TOUS DIAMETRES DONT 0,7 – 1 – 1,4 ET 2 mm Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DONT 70 ET 80 MM Avec orifice de contrôle digital d'aspiration Toutes courbures et extrémités distales Le fournisseur propose des raccords pour canules s'il en dispose dans sa gamme INDICATIONS : chirurgie ORL ***** H6022258 – KCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960948 / 960949 / 993714 Code DGOS : DS60	Unité	1 840	3
313	MICRO RESECTEUR M5 POUR RESECTION INTRATURBINALE Notice technique: H6022258					
313	MICRO RESECTEUR M5 POUR RESECTION INTRATURBINALE	1	LAME DROITE ET INCURVEE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT : – Lame sinus cornet inférieur diamètre 2.9 mm et 4 mm – Lame laryngée diamètre 3.5mm longueur 22.5 cm pour traitement du papillomavirus INDICATION : Chirurgie endonasale ***** H6022258 – SCAAC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968995	Unité	50	0

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
313	MICRO RESECTEUR M5 POUR RESECTION INTRATURBINALE	2	FRAISE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT : Fraise ronde 4,5 mm – Fraise ronde 5 mm coudée 15° – Fraise 2,9 mm coudée 15° INDICATION : Chirurgie endonasale ***** H6022258 – SCAAC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969706 / 969707 / 953674 / 962560 / 964235	Unité	30	0
313	MICRO RESECTEUR M5 POUR RESECTION INTRATURBINALE	3	TUBULURE D'IRRIGATION Annexe technique: . ***** H6022258 – SCAAC code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969768	Unité	10	0
314	MOTEUR OSSEO STAP BIENAIR POUR ORL					
314	MOTEUR OSSEO STAP BIENAIR POUR ORL	1	FRAISES TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: – Dont diamètre 0.6 mm ***** H6022258 – SCAAA Code(s) informatique(s) CHU : 964770 Code DGOS : DR57	Unité	10	0
315	MOTEUR STRYKER Notice technique: H6022258					

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
315	MOTEUR STRYKER	1	LAMES ET MICRO LAMES POUR SCIE SAGITTALE Annexe technique: . ET OSCILLANTE TOUTES DIMENSIONS – Orthopédie et chirurgie maxillo faciale MICRO MOTEUR TPX ***** H6022258 TACAA – code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969171 / 969172 / 969173 RDAAA – code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969463 Code DGOS : DS60	Unité	142	0
315	MOTEUR STRYKER	2	LAMES POUR MICRO SCIE ALTERNATIVE Annexe technique: . MICRO MOTEUR TPX POUR CHIRURGIE MAXILLO FACIALE TOUTES REFERENCES ***** H6022258 TACAA – code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969167 / 969168 Code DGOS : DS60	Unité	20	0

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
315	MOTEUR STRYKER	3	FRAISES ET MECHEs POUR MICRO DRILL TPX Annexe technique: . MICRO MOTEUR TPX POUR CHIRURGIE MAXILLO FACIALE TOUTES REFERENCES ***** H6022258 – TACAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969135 / 969136 / 969137 / 969138 / 969139 / 969140 / 969141 / 963385 Code DGOS : DS60	Unité	460	0
315	MOTEUR STRYKER	4	CASSETTE D'IRRIGATION Annexe technique: . MICRO MOTEUR TPX POUR CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ***** H6022258 – TACAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963289 Code DGOS : DS60	Unité	470	0
315	MOTEUR STRYKER	5	LAMES SAGITTALES STANDARD ET RECIPROQUE Annexe technique: . Moteur à batterie pour chirurgie orthopédique TOUTES DIMENSIONS ***** H6022258 – TACAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963299 Code DGOS : DS60	Unité	232	0
316	CONSOMMABLE PIEZOTOME A ULTRASONS POUR BLOC OPERATOIRE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
316	CONSOMMABLE PIEZOTOME A ULTRASON POUR BLOC OPERATOIRE	1	INSERT STERILE A USAGE UNIQUE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . – Indications : Réalisation d'ostéotomie, d'ostéoplastie, de perforations osseuses et de polissage osseux au bloc opératoire. ***** H6022258 – TAEAA Code(s) informatique(s) CHU : 961311 / 961479 ***** Code DGOS : DS60	Unité	130	1
316	CONSOMMABLE PIEZOTOME A ULTRASON POUR BLOC OPERATOIRE	2	TUBULURE IRRIGATION A USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . H6022258 – TAEAA Code(s) informatique(s) CHU : 961312 ***** Code DGOS : DS60	Unité	120	1
316	CONSOMMABLE PIEZOTOME A ULTRASON POUR BLOC OPERATOIRE	3	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot. ***** H6022258 – TAEAA Code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DS60	Unité	0	0
316	CONSOMMABLE PIEZOTOME A ULTRASON POUR BLOC OPERATOIRE	4	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . APPAREIL PIEZOTOME Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. 1 CHUSE Code DGOS : DS60	Unité	1	0
317	TUBULURE IRRIGATION POUR MOTEUR BIEN AIR CHIROPPO					

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
317	TUBULURE IRRIGATION POUR MOTEUR BIEN AIR CHIROPPO	1	. Annexe technique: . Tubulure permettant 2 débits différents 100% et 50% Code DGOS : DS70	Unité	300	1
318	CANULE DE LIPOSTRUCTURE Notice technique: H6022258					
318	CANULE DE LIPOSTRUCTURE	1	INFILTRATION / PRELEVEMENT ET REINJECTION Annexe technique: . POUR ADIPOCYTES Toutes dimensions dont diamètre interne 1 mm longueur 100 mm et diamètre interne 2mm longueur 150 mm ***** H6022258- AAAHA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969431 / 963938 Code DGOS : DM54	Unité	100	3
319	SET A USAGE UNIQUE STERILE POUR MICROTRANSFERT DE GRAISSE Notice technique: H6022258					
319	SET A USAGE UNIQUE STERILE POUR MICROTRANSFERT DE GRAISSE	1	COMPOSITION APPROCHEE Annexe technique: . - 1 canule de prélèvement métallique extrémité atraumatique disposant de 4 oeils, dimensions approchées 14G 2mm, longueur 130mm, extrémité proximale luer verrou femelle - 1 aiguille d'incision 21G, longueur 40mm - 1 aiguille d'incision 14G, longueur 40mm - 1 trocart métallique extrémité atraumatique pour injection 21G 0.8mm, 40mm extrémité proxiimale luer lock femelle - 1 trocart métallique extrémité atraumatique pour injection 19G 1mm, 50mm extrémité proxiimale luer lock femelle - 1 trocart métallique extrémité atraumatique pour injection 21G 0.8mm, 60mm extrémité proxiimale luer lock femelle - 1 raccord femelle / femelle luer lock ***** H6022258 - AAAHA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963812 Code DGOS : DM54	Unité	50	1
320	CATHETER NASAL EN SILICONE POUR EPISTAXIS Notice technique: H6022248					

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
320	CATHETER NASAL EN SILICONE POUR EPISTAXIS	1	CATHETER DOUBLE BALLON Annexe technique: . Longueur approchée 10 à 11 cm Cathéter en silicone avec 2 ballonnets 10 ml et 30 ml qui se gonflent de façon indépendante Diamètre externe 8 mm – interne 4 mm ***** H6022248 – CPAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963725 Code DGOS : DS60	Unité	48	2
321	CATHETER NASAL EN PVC POUR EPISTAXIS ANTERIEURE/POSTERIEURE Notice technique: H6022258					
321	CATHETER NASAL EN PVC POUR EPISTAXIS ANTERIEURE/POSTERIEURE	1	CATHETER DOUBLE BALLON Annexe technique: . 1 BALLON ANTERIEUR / 1 BALLON POSTERIEUR Toutes longueurs dont 9 cm environ Volume approché du ballon antérieur 25 à 30 ml Volume approché du ballon postérieur 10 à 15 ml ***** H6022258 – CPAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DS60	Unité	15	2
321	CATHETER NASAL EN PVC POUR EPISTAXIS ANTERIEURE/POSTERIEURE	2	CATHETER SIMPLE BALLON Annexe technique: – Toutes longueurs dont longueurs 5,5 cm et 7,5 cm environ Diamètre ballon 6mm dégonflé ***** H6022258 – CPAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 971046 Code DGOS : DS60	Unité	187	2

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
322	BOUGIE DILATATION ENDOSCOPIQUE OLIVAIRES DROITE Notice technique: H6022228					
322	BOUGIE DILATATION ENDOSCOPIQUE OLIVAIRES DROITE	1	LONG APPROCHEE 85 CM CH 15 A 39 PAR INCREMENT DE TROIS Annexe technique: . Bougie avec marqueurs radio opaques et indicateurs de calibration ***** H6022228 – DDABA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962306 / 962307 / 962308 / 962309 / 962310 / 962311 / 962312 / 9623114	Unité	20	1
323	ABLATION TISSUS MOUS GENERATION DE PLASMA					
323	ABLATION TISSUS MOUS GENERATION DE PLASMA	1	ELECTRODES TOUTES TAILLES ET FORMES Annexe technique: . Indication : ablation, résection et coagulation de tissu mou et hémostase dans les vaisseaux sanguins en chirurgie ORL notamment amygdalectomies ***** H6022258 – SBJAA Code Interne CHU : 963372 Code DGOS : DC54	Unité	220	0
323	ABLATION TISSUS MOUS GENERATION DE PLASMA	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – 1 GENERATEUR (CH ARDECHE NORD) – 2 GENERATEURS CHU Code DGOS : DC54	Unité	3	0
324	ELECTRODE DE MICRODISSECTION MONOPOLAIRE A USAGE UNIQUE					

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
324	ELECTRODE DE MICRODISSECTION MONOPOLAIRE A USAGE UNIQUE	1	COAGULATION ET INCISION DES TISSUS MOUS Annexe technique: – – Toutes tailles dont taille approchée 150 mm – Diamètre 0.03mm – Coudée 45° Nécessaire pour la chirurgie endoscopique des sinus ***** H6022258 – SBJAB Code Interne CHU : 964699 Code DGOS : BC30	Unité	20	1
325	CATHETER A BALLONNET DE DILATATION DE LA TROMPE D'EUSTACHE A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
325	CATHETER A BALLONNET DE DILATATION DE LA TROMPE D'EUSTACHE A USAGE UNIQUE STERILE	1	– Annexe technique: . Indications : Obstruction de la trompe d'Eustache, otites chroniques de l'oreille moyenne de l'adulte ***** H6022258 – SBMAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 986750 ***** Code DGOS : DS60	Unité	6	0
326	ATTELLE NASALE INTERNE STERILE Notice technique: H6022258					

Classe NI/ CG CHIRURGIE ORL - MAXILLOFACIALE - RECONSTRUCTION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
326	ATTELLE NASALE INTERNE STERILE	1	TOUTES DIMENSIONS TYPE REUTER OU EQUIVALENT Annexe technique: . DONT EPAISSEUR 0.25 MM TAILLE STANDARD 39 X 60 mm MATERIAU : FLUOROPLASTIQUE Conditionnée par paire La quantité est exprimée en nombre de paires d'attelles. INDICATIONS : chirurgie reconstruction du nez et du septum ***** H6022258 – SBEB A Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964789 Code DGOS : DS60	Unité	110	2
327	ATELLE NASALE INTERNE STERILE					
327	ATELLE NASALE INTERNE STERILE	1	TOUTES DIMENSIONS TYPE DOYLE OU EQUIVALENT Annexe technique: – Attelle en silicone avec tube d'aération Conditionnée par paire La quantité est exprimée en nombre de paires d'attelles Indication : chirurgie reconstruction du nez et du septum Code DGOS : DF52	Unité	16	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
328	SYSTEME ASPIRATION IRRIGATION PULSE Notice technique: H6022258					
328	SYSTEME ASPIRATION IRRIGATION PULSE	1	PIECE A MAIN TOUS TYPES D'EMBOUTS Annexe technique: . DONT CONIQUE SOUPLE (DOUCHE) / CANAL COAXIAL / BROSSE – Pièce à main incluant le moteur et la pompe à soufflet – Tubulure 300 cm ***** H6022258 – RAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964589 Code DGOS : DF52	Unité	1 003	3
329	COUTEAU A USAGE UNIQUE POUR CHIRURGIE PAR VOIE CLASSIQUE DU CANAL CARPIEN DIAM 17,8 MM LONG 22,86 CM Notice technique: H6022258					
329	COUTEAU A USAGE UNIQUE POUR CHIRURGIE PAR VOIE CLASSIQUE DU CANAL CARPIEN DIAM 17,8 MM LONG 22,86 CM	1	. Annexe technique: . Ne nécessite pas d'ancillaire pour son utilisation ***** H6022258 – RBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969951 Code DGOS : DF52	Unité	425	3
330	LAMES DE SCIE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
330	LAMES DE SCIE	1	Annexe technique: Le fournisseur fait une proposition pour l'ensemble de la gamme de lames compatible moteurs orthopédie dont il dispose Le fournisseur fait une proposition avec des lames de scie usage unique stériles et réutilisables non stériles. Le fournisseur précise le nombre d'utilisations recommandées. ***** H6022258 – RDAAB Code(s) informatique(s) interne(s) : 999748 / 999749 / 999750 / 999751 / 999752 / 999754 / 999755 ***** H6022258 – RDAAB Code(s) informatique(s) interne(s) : 961250 / 961251 / 961252 / 961253 / 961268 / 995929 / 995930 / 995932 / 995933 / 961274 / 964791 / ***** H6022258 – ROACA Code(s) informatique(s) interne(s) : 964399 / 964400 / 964401 / 964209 ***** H6022258 – TACAA Code(s) informatique(s) interne(s) : 962845 / 962846 / 962847 Code DGOS : DM52	Unité	893	3
331	PORTE LAME A USAGE UNIQUE STERILE POUR SYSTEME DE LIBERATION DU CANAL CARPIEN Notice technique: H6022258					
331	PORTE LAME A USAGE UNIQUE STERILE POUR SYSTEME DE LIBERATION DU CANAL CARPIEN	1	PAR VOIE ENDOSCOPIQUE (CHIRURGIE MINI INVASIVE) Annexe technique: . ***** H6022258 – RBAAA code(s) interne(s) CHU : 968360 Code DGOS : DF52	Unité	265	1
332	PRELEVEUR POUR GREFFE OSSEUSE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
332	PRELEVEUR POUR GREFFE OSSEUSE	1	USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: – – Système de prélèvement du greffon Comprenant un tube externe muni d'une poignée et une canule de collection interne pointe trocart Toutes tailles dont 6 et 8 mm Indications : Manipulation des tissus mous et des os lors des procédures chirurgicales en orthopédie ***** H6022258 – REABA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964982 / 964983 Code DGOS : DF52	Unité	5	0
333	ARTHROSCOPIE : COUTEAUX - FRAISES - POUR SHAVER Notice technique: H6022258					
333	ARTHROSCOPIE : COUTEAUX – FRAISES – POUR SHAVER	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** / H6022258 – RBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966435 / 966636 / 968084 / 993655 / 968085 / 963249 / 963248 / 966639 / 966635 / 964455 / 964456 / 964457 / 964458 Code DGOS : DF52	Unité	1 272	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
333	ARTHROSCOPIE : COUTEAUX – FRAISES – POUR SHAVER	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : CONSOLES ET PIECES A MAIN Descriptif du parc GHT Loire : – CHAN : 2 consoles et 6 pièces à main – CH FOREZ : 1 console et 6 Pièces à main – Hôpital du Gier : 2 consoles et 4 pièces à main – Hôpital Le Corbusier : 1 console et 5 pièces à main – CHUSE : 3 consoles et 13 pièces à main	Unité	9	0
334	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX Notice technique: H6022258					
334	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX	1	TUBULURE SIMPLE FLUX POUR IRRIGATION Annexe technique: . ***** H6022258 – RBCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968737 Code DGOS : DF52	Unité	435	3
334	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX	2	TUBULURE DOUBLE FLUX POUR IRRIGATION ET ASPIRATION Annexe technique: . ***** H6022258 – RBCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969988 Code DGOS : DF52	Unité	321	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
334	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : POMPES Descriptif du parc GHT Loire : - CH Annonay : 1 pompe - CH FOREZ : 1 pompe - CHUSE : 4 pompes - Hôpital du Gier : 1 pompe	Unité	7	0
335	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX					
335	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX	1	TUBULURE ET CASSETTE D'ENTREE SIMPLE FLUX Annexe technique: . COMPATIBLE POMPE CROSSFLOW STRYKER ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DF52	Unité	150	1
335	ARTHROSCOPIE : ARTHROPOMPE SIMPLE ET DOUBLE FLUX	2	TUBULURE ET CASSETTE D'ENTREE DOUBLE FLUX Annexe technique: . COMPATIBLE POMPE CROSSFLOW STRYKER ***** Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DF52	Unité	0	1
336	ARTHROSCOPIE : CANULE AVEC PAS DE VIS Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
336	ARTHROSCOPIE : CANULE AVEC PAS DE VIS	1	DIAM DE 5,5 A 8,5MM – LONG 55 A 75 MM ENVIRON Annexe technique: . ***** H6022258 – RBBAA code(s) informatique(s) CHU : 963288 Code DGOS : DF52	Unité	511	3
337	ARTHROSCOPIE : CANULE DIMENSIONS APPROCHEES					
337	ARTHROSCOPIE : CANULE DIMENSIONS APPROCHEES	1	LONGUEUR 2CM DIAMETRE INTERNE 6MM Annexe technique: INDICATION : Ligamentoplastie de cheville H6022258 – RBBAA code(s) informatique(s) CHU : 980113 Code DGOS : DF52	Unité	55	1
338	AIGUILLE PASSE SUTURE POUR REPARATION DE COIFFE SOUS ARTHROSCOPIE Notice technique: H6022258					
338	AIGUILLE PASSE SUTURE POUR REPARATION DE COIFFE SOUS ARTHROSCOPIE	1	. Annexe technique: . AIGUILLE A USAGE UNIQUE STERILE, SYSTEME USAGE UNIQUE INTEGRAL : aiguille et ancillaire à usage unique ***** H6022258 – REHAA Code(s) interne(s) CHU : 952206 Code DGOS : DF52	Unité	291	3
339	ELECTROCHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
339	ELECTROCHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	1	A RADIOFREQUENCE INSTRUMENT Annexe technique: . POUR L'ABLATION ET LA COAGULATION DES TISSUS INDICATION : CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE Toutes références et dimensions ***** H6022258 – RBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962685 / 993517 Code DGOS : DF52	Unité	455	0
339	ELECTROCHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : - CH FOREZ : 1 générateur - CHUSE : 3 générateurs - Hôpital du Gier : 1 générateur - Le Corbusier : 1 générateur - CHAN : 1 générateur Code DGOS : DF52	Unité	7	0
340	ARTHROSCOPIE : DISPOSITIF COMPATIBLE CONSOLE CROSSFIRE STRYKER					
340	ARTHROSCOPIE : DISPOSITIF COMPATIBLE CONSOLE CROSSFIRE STRYKER	1	ELECTRODE ABLATION PAR RADIOFREQUENCE Annexe technique: . Toutes dimensions - pour ablation et coagulation des tissus - Indication : chirurgie arthroscopique Code DGOS : DF52	Unité	36	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
340	ARTHROSCOPIE : DISPOSITIF COMPATIBLE CONSOLE CROSSFIRE STRYKER	2	DISPOSITIF DOUBLE UTILISATION COUTEAU ET FRAISE Annexe technique: . Toutes dimensions Le fournisseur propose un dispositif intégrant fraise et couteau en un seul instrument. Code DGOS : DF52	Unité	25	0
340	ARTHROSCOPIE : DISPOSITIF COMPATIBLE CONSOLE CROSSFIRE STRYKER	3	COUTEAU-FRAISE Annexe technique: . Toutes dimensions. Le fournisseur dans ce sous lot fait une offre avec des couteaux et / ou des fraises seules. Code DGOS : DF52	Unité	70	0
340	ARTHROSCOPIE : DISPOSITIF COMPATIBLE CONSOLE CROSSFIRE STRYKER	4	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) de l'équipement médical : 2 Pièces à main. CH ROANNE : 2 Code DGOS : DF52	Unité	2	0
341	BRASSARD STERILE POUR GARROT ELECTROPNEUMATIQUE					
341	BRASSARD STERILE POUR GARROT ELECTROPNEUMATIQUE	1	A SIMPLE PORT Annexe technique: – Toutes dimensions Compatible avec les consoles de garrot à simple entrée ***** H6022258 – ROHJA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964512 / 964513 / 964514 / 964515 Code DGOS : DF52	Unité	50	2
342	COUTEAU DROIT 3 MM CROCHET ET COUTEAU DROIT 3MM POINTU MENISCECTOMIE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
342	COUTEAU DROIT 3 MM CROCHET ET COUTEAU DROIT 3MM POINTU MENISCECTOMIE	1	Annexe technique: . EXTREMITES COUPANTES 3 MM ***** H6022258 – REHCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968748 / 968752 Code DGOS : DF52	Unité	5	1
343	KIT A USAGE UNIQUE POUR PRELEVEMENT ET TRANSPLANTATION DE CARTILAGE					
343	KIT A USAGE UNIQUE POUR PRELEVEMENT ET TRANSPLANTATION DE CARTILAGE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRES 6, 8 ET 10MM Annexe technique: Kit comprenant: - 1 guide de prélèvement / distribution (mise en place) - 1 instrument tranchant (couteau) - 1 chargeur de greffon - 1 piston - 1 foret (mèche) - 1 guide foret (mèche) - 1 tampon universel (dameur universel) - 1 trocart 1 Ou composition permettant de répondre à l'indication prélèvement transplantation de cartilage en orthopédie Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative: Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose un kit disposant d'un système permettant le prélèvement de façon perpendiculaire (tige de perpendiculaire) ***** H6022258 – REAAA Codes internes: 981318 / 981709 / 965143 Code DGOS : DF52	Unité	8	0
344	SYSTEME A USAGE UNIQUE D'AIDE AU POSITIONNEMENT DE VIS PEDICULAIRES POUR INTERVENTION SUR LA COLONNE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CH ORTHOPEDIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
344	SYSTEME A USAGE UNIQUE D'AIDE AU POSITIONNEMENT DE VIS PEDICULAIRES POUR INTERVENTION SUR LA COLONNE	1	EMBOUT COURBE EFFILE Annexe technique: . Système équipé de capteurs bipolaires électromagnétiques avec alarme sonore à l'approche de l'os cortical évitant ainsi le risque d'effraction ***** H6022258 – RODAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985128 Code DGOS : DF52	Unité	10	0
345	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE STERILE POUR MESURE DE LA PRESSION DES LOGES Notice technique: H6022258					
345	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE STERILE POUR MESURE DE LA PRESSION DES LOGES	1	. Annexe technique: . – Capteur de pression autocalibrant avec écran digital intégré – Mesure des pressions allant de 199mmHg à +999 mmHg – Orifice d'introduction de fil guide en élastomère avec valve double flux permettant le passage de guide jusqu'à 0.096cm de diamètre – Connecteur luer verrou mâle et femelle Indication : – Mesure des pressions au niveau des loges musculaires en orthopédie ***** H6022258 – RCAAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961106 Code DGOS : DF52	Unité	5	0
346	LAMPE LUMINEUSE FLEXIBLE LONGUEUR 25 cm Notice technique: H6022258					
346	LAMPE LUMINEUSE FLEXIBLE LONGUEUR 25 cm	1	. Annexe technique: . INDICATION : CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ***** H6022258 – RCAA code(s) informatique(s) CHU : 962666 Code DGOS : DF52	Unité	10	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
347	MANCHE DE BISTOURI A USAGE UNIQUE					
347	MANCHE DE BISTOURI A USAGE UNIQUE	1	TOUTES TAILLES ET FORMES Annexe technique: . DONT DIAMETRE APPROCHE 2.34 MM ET FORME COUTEAU Manche de bistouri à usage unique longueur de câble de 3 mètres Connecteur type 3 pin 4,4 mm Code DGOS : DF52	Unité	1 505	3
347	MANCHE DE BISTOURI A USAGE UNIQUE	2	TOUTES TAILLES ET FORMES Annexe technique: . DONT DIAMETRE APPROCHE 2.34 MM ET FORME COUTEAU Manche de bistouri à usage unique longueur de câble 4,5 à 5 mètres environ Connecteur type 3 pin 4,4 mm Code DGOS : DF52	Unité	950	3
348	TRAITEMENT PAR LASER KYSTE PILONIDAL / HEMORROIDE					
348	TRAITEMENT PAR LASER KYSTE PILONIDAL / HEMORROIDE	1	FIBRE LASER POUR KYSTE PILONIDAL Annexe technique: – Fibre laser seule Code DGOS : DF52	Unité	10	0
348	TRAITEMENT PAR LASER KYSTE PILONIDAL / HEMORROIDE	2	KIT FIBRE LASER POUR HEMORROIDES Annexe technique: – Kit composé de : – 1 fibre laser – 1 anoscope – 1 canule Code DGOS : DF52	Unité	6	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
348	TRAITEMENT PAR LASER KYSTE PILONIDAL / HEMORROIDE	3	MISE A DISPOSITION DE L'ESUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical CHUSE : 1 générateur laser CHF : 1 générateur laser Code DGOS : DF52	Unité	1	0
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm Notice technique: H6022258					
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	1	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGEUR 7,2 CM Annexe technique: . LONGUEUR ACTIVE 2,8 CM Coupe et coagulation précises ***** H6022258 – KAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960110 Code DGOS : DF52	Unité	3 265	3
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	2	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGUEUR 16,5 CM Annexe technique: . LONGUEUR ACTIVE 2,54 CM Coupe et coagulation dans des sites chirurgicaux profonds Le fournisseur fait une proposition pour des électrodes lames et des électrodes aiguilles. ***** H6022258 – KAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960111 Code DGOS : DF52	Unité	1 310	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	3	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGUEUR 6,2CM Annexe technique: . LONGUEUR ACTIVE 2,5 CM A utiliser avec des portes électrodes à verrouillage hexagonal Coupe et coagulation ***** H6022258 – KAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960109 Code DGOS : DF52	Unité	12 550	3
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	4	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGUEUR 5,3CM Annexe technique: . Boule diamètre 5mm ***** H6022258 – KAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960849 Code DGOS : DF52	Unité	70	3
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	5	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGUEUR 13CM Annexe technique: . – Electrodes boules tous diamètre dont 3 et 5mm ***** H6022238 – QEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	511	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	6	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGUEUR 10CM Annexe technique: – Avec revêtement Longueur active 2.54 cm ***** H6022238 – KAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965190 Code DGOS : DF52	Unité	1 050	3
349	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4 mm	7	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme, fait une proposition pour une électrode avec revêtement longueur 16cm longueur active 2,54cm ***** H6022258 – KAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	0	0
350	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4MM					
350	ELECTRODE DIAMETRE STANDARD DE TIGE 2,4MM	1	USAGE UNIQUE ELECTRODE LONGUEUR 13CM Annexe technique: – Anse de conisation toutes tailles dont : – 10x10mm – 15x12mm – 20x15mm approchées ***** H6022238 – QEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963773 – 964409 – 968614 Code DGOS : DF52	Unité	285	3
351	ECARTEUR AUTOSTATIQUE STERILE USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
351	ECARTEUR AUTOSTATIQUE STERILE USAGE UNIQUE	1	Dimensions approchées 30,5 x 19 cm Annexe technique: . VOIE D'ABORD UROLOGIE SANS LATEX ***** H6022258 – KIAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968259 Code DGOS : DF52	Unité	6	0
352	ECARTEUR AUTOSTATIQUE STERILE A USAGE UNIQUE					
352	ECARTEUR AUTOSTATIQUE STERILE A USAGE UNIQUE	1	EQUIPE DE TENDEURS A GRIFFES POINTUES Annexe technique: . Dimensions approchées 14 x 14 cm, fourni avec 8 tendeurs à griffes pointues INDICATION : chirurgie digestive Code DGOS : DF52	Unité	11	0
353	CHIMIO HYPERTHERMIE INTRA CAVITAIRE Notice technique: H6022228					
353	CHIMIO HYPERTHERMIE INTRA CAVITAIRE	1	FERMEE Annexe technique: . Set intégrant tous les dispositifs nécessaires à la réalisation de l'intervention Le fournisseur les liste dans son offre ***** H6022228 – DHAAA Code(s) interne(s) au CHU : 963111 / 965551 Code DGOS : DF52	Unité	30	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
353	CHIMIO HYPERTHERMIE INTRA CAVITAIRE	2	EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur propose une offre pour l'achat de l'équipement médical et/ou la location et/ou la mise à disposition (MAD) de cet équipement. Pour l'offre achat : le fournisseur fait une proposition pour la maintenance tous risques (préventive et curative) et la fourniture des pièces détachées Pour l'offre location/maintenance : le fournisseur fait une proposition pour une facturation trimestrielle de la location à terme échu, une maintenance tous risques (préventive et curative dont pièces détachées) à titre gracieux de l'équipement médical est comprise dans la location. 1 POMPE CHIMIO HYPERTHERMIE (CHUSE) Code DGOS : DF52	Unité	1	0
354	BAGUETTE TRANSVERSE LONG 65 et 90 MM Notice technique: H6022258					
354	BAGUETTE TRANSVERSE LONG 65 et 90 MM	1	POUR COLOSTOMIE Annexe technique: . Baguette stérile constituée de 2 parties emboîtables en polyéthylène. INDICATION : permet d'appareiller les colostomies transverses ***** H6022258 – KLAAA code(s) informatique(s) CHU : 963486 Code DGOS : DA57	Unité	46	3
355	DISPOSITIF DE DRAINAGE POUR FISTULE ANALE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
355	DISPOSITIF DE DRAINAGE POUR FISTULE ANALE	1	A USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . Dispositif prémonté composé de : – 1 sonde métallique pointe mousse diamètre 1,5 mm, diamètre tige 0,8 mm – 1 drain silicone de couleur bleue diamètre interne 0,3 mm longueur 180 mm – 1 pièce de raccordement des extrémités du drain : suture de polypropylène 2/0 longueur 20 mm INDICATIONS : traitement et drainage des fistules peri anales ***** H6022258 – KMCCB Code(s) informatique(s) CHU : 966280 Code DGOS : DF54	Unité	76	1
356	CHIRURGIE HEMORROIDES Notice technique: H6022258					
356	CHIRURGIE HEMORROIDES	1	SONDE ANALE AVEC DOPPLER INTEGRE Annexe technique: . et sur chemise opalescente fournie avec sutures résorbables La quantité est exprimée en nombre de procédures ***** H6022258 – DBAAD Code(s) informatique(s) CHU : 961555 / 966207 / 969995 Code DGOS : DF52	Unité	47	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CI CHIRURGIE GENERALE - TECHNOLOGIE LASER

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
356	CHIRURGIE HEMORROIDES	2	PROPOSITION POUR L'ACHAT DE L'EQUIPEMENT MEDICAL : Annexe technique: – Générateur, câbles et ancillaire : pièce à mains, porte aiguille, pousse-noeud... Le fournisseur fait une proposition pour l'achat de l'équipement. ***** H6022228 – DBAAD Code(s) informatique(s) CHU : 964795 Code DGOS : DF52	Unité	0	0
357	TUBE DE CALIBRATION ORO-GASTRIQUE Notice technique: H6022258					
357	TUBE DE CALIBRATION ORO-GASTRIQUE	1	Dont 38F et 48F Annexe technique: . 100% silicone Longueur approchée 80cm Indications : Calibration dans la chirurgie de l'obésité : Bypass et gastrectomie longitudinale ***** H6022258 – DFAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 951888 – 962641 Code DGOS : DF52	Unité	82	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ CJ EXTRACTEUR CALCUL URINAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
358	EXTRACTEUR DE CALCUL URINAIRE Notice technique: H6022258					
358	EXTRACTEUR DE CALCUL URINAIRE	1	CAGE 4 FILS HELICOIDaux Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT CH 3 – Guide / câble de commande logé dans une gaine : . Calibre de gaine disponible CH 3 . Longueur 90 cm . Gaine opaque au rayons X – Cage : . 4 Fils hélicoïdaux en acier inoxydable – Poignée avec raccord luer lock ***** H6022258 – KJAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966651 Code DGOS : DG55	Unité	99	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CK BISTOURI - LAME - GRATTOIR - COUPE FILS

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
359	GRATTOIR A BISTOURI - EPONGE RECOUVERTE Notice technique: H6022258					
359	GRATTOIR A BISTOURI – EPONGE RECOUVERTE	1	1 FACE ABRASIVE – 1 FACE ADHESIVE Annexe technique: . – Radioopaque – Pour nettoyage des embouts de bistouri électrique ***** H6022258 – KBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963502 Code DGOS : DF52	Unité	8 580	3
360	COUPE SUTURE Notice technique: H6022258					
360	COUPE SUTURE	1	LONG – LONGUEUR APPROCHEE 11 CM Annexe technique: . Lame recourbée s'utilisant sans manche rajouté ***** H6022258 – KABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998963 Code DGOS : DF52	Unité	2 501	3
360	COUPE SUTURE	2	STANDARD – LONGUEUR APPROCHEE 6.5 CM Annexe technique: . Lame recourbée s'utilisant sans manche rajouté ***** H6022258 – KABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	2 490	3
361	BISTOURIS AVEC LAMES TOUTES TAILLES Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CK BISTOURI - LAME - GRATTOIR - COUPE FILS

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
361	BISTOURIS AVEC LAMES TOUTES TAILLES	1	. Annexe technique: . Bistouri à usage unique stérile constitué d'un manche en plastique muni d'une lame en acier inoxydable ***** H6022258 – KABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966614 / 966615 Code DGOS : DF52	Unité	64 079	3
362	LAMES DE BISTOURIS TOUTES TAILLES Notice technique: H6022258					
362	LAMES DE BISTOURIS TOUTES TAILLES	1	. Annexe technique: . Lame en acier au carbone ***** H6022258 – KABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907901 / 907902 / 907903 / 907904 / 969774 / 961966 Code DGOS : DF52	Unité	41 852	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CL DERMATOLOGIE - ALLERGOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
363	CURETTE DERMATOLOGIQUE Notice technique: H6022258					
363	CURETTE DERMATOLOGIQUE	1	TOUS DIAMETRES DONT 4 ET 7MM Annexe technique: . – lame tranchante en acier inoxydable manche ergonomique ***** H6022258 – VAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960105 / 962318 Code DGOS : DF57	Unité	17 005	3
364	POINTES DE MICROPUNCTURE EN POLYMETHACRYLATE ET METAL Notice technique: H6022258					
364	POINTES DE MICROPUNCTURE EN POLYMETHACRYLATE ET METAL	1	. Annexe technique: . La quantité est exprimée en nombre d'unités de pointes micropuncture Le prix unitaire proposé par le fournisseur est celui de la pointe de micropuncture Conditionnement par plaquette de 10 pointes INDICATIONS : diagnostic cutané de l'hypersensibilité de type immédiat ***** H6022258 – VBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968256 Code DGOS : DF57	Unité	20 610	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CM ASPIRATION CHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
365	TUBULURE D'ASPIRATION PVC SOUPLE 270 à 300 cm Notice technique: H6022258					
365	TUBULURE D'ASPIRATION PVC SOUPLE 270 à 300 cm	1	Diam int 7 mm Diam ext 11 mm-CONNEXIONS GODET Annexe technique: . - Godets souples femelles à chaque extrémité distale - Double emballage avec sachet externe pelable PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre avec une tubulure de longueur 180 cm ***** H6022258 – KCBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963612 Code DGOS : DF52	Unité	24 150	3
366	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER CH 12 Notice technique: H6022258					
366	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER CH 12	1	CAPACITE STANDARD Annexe technique: . - corps renflé en PVC avec orifice de contrôle digital d'aspiration - Extrémité distale atraumatique incurvée à 120°, orifice terminal muni d'oeils latéraux - Longueur : 25 cm à 27 cm ***** H6022258 – KCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965158 Code DGOS : DF54	Unité	1 805	3
367	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CM ASPIRATION CHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
367	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER	1	CH 12 CAPACITE STANDARD Annexe technique: . - Canule en PVC coudée, renflement facilitant la préhension et l'aspiration, extrémité distale atraumatique, orifice terminal muni d'oeils latéraux - Raccordement proximal universel - Avec orifice de contrôle digital d'aspiration - Longueur 25 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur propose une canule sans contrôle digital d'aspiration. ***** H6022258 – KCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF54	Unité	3 425	3
368	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER Notice technique: H6022258					
368	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER	1	CH 16 CAPACITE STANDARD Annexe technique: . - Canule en PVC coudée, renflement facilitant la préhension et l'aspiration, extrémité distale atraumatique, orifice terminal muni d'oeils latéraux - Raccordement proximal universel - Avec orifice de contrôle digital d'aspiration - Longueur 16 cm ***** H6022258 – KCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF54	Unité	520	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CM ASPIRATION CHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
369	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER Notice technique: H6022258					
369	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER	1	CH 18 CAPACITE STANDARD Annexe technique: . - Canule en PVC coudée, renflement facilitant la préhension et l'aspiration, extrémité distale atraumatique, orifice terminal muni d'oeils latéraux - Raccordement proximal universel - Avec orifice de contrôle digital d'aspiration - Longueur 25 cm – diamètre 6 mm Prestation supplémentaire éventuelle facultative : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour un dispositif sans contrôle digital de l'aspiration. ***** H6022258 – KCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964327 / 965376 Code DGOS : DF54	Unité	11 250	3
370	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CM ASPIRATION CHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
370	CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER	1	CH 22 CAPACITE STANDARD Annexe technique: . - Canule en PVC coudée, renflement facilitant la préhension et l'aspiration, extrémité distale atraumatique, orifice terminal muni d'oeils latéraux - Raccordement proximal universel - Avec orifice de contrôle digital d'aspiration - Longueur 25 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour un dispositif sans contrôle digital de l'aspiration. ***** H6022258 – KCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF54	Unité	250	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CN MARQUEUR CHIRURGICAL ET ENDOSCOPIQUE - SOLUTION COLORANTE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
371	CRAYON DERMOGRAPHIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
371	CRAYON DERMOGRAPHIQUE STERILE	1	. Annexe technique: . – 2 pointes : * Une fine pour la chirurgie plastique * Une normale pour la chirurgie générale – Présenté avec une règlette ***** H6022258 – KBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF57	Unité	3 100	3
372	CRAYON DERMOGRAPHIQUE STERILE Notice technique: H6022258					
372	CRAYON DERMOGRAPHIQUE STERILE	1	. Annexe technique: . – 2 pointes : * Une fine pour la chirurgie plastique * Une normale pour la chirurgie générale – Présenté avec une règlette Indications : Neurochirurgie et chirurgie pédiatrique ***** H6022258 – KBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960821 Code DGOS : DF57	Unité	17 600	3
373	SOLUTION COLORANTE STERILE AU BLEU DE METHYLENE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CN MARQUEUR CHIRURGICAL ET ENDOSCOPIQUE - SOLUTION COLORANTE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
373	SOLUTION COLORANTE STERILE AU BLEU DE METHYLENE	1	1% FLACON DE 1 ML OU 0.5% FLACON DE 2ML SOIT 10MG Annexe technique: . - repérage trajet fistuleux - délimitation per opératoire des limites du kyste pilonidal - test d'étanchiété des sutures uninaires et colorectales pendant l'acte chirurgical ***** H6022228 – KBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 965183 Code DGOS : DF52	Unité	590	3
374	PIGMENT STERILE POUR ENDO PIGMENTATION SERINGUE 5 ML Notice technique: H6022258					
374	PIGMENT STERILE POUR ENDO PIGMENTATION SERINGUE 5 ML	1	. Annexe technique: . COMPOSITION : EAU PPI, PARTICULES DE CARBONE NOIR HAUTEMENT PURIFIEES CONNEXION SERINGUE LUER VERROU INDICATIONS : marquage préopératoire et préchimiothérapie de tumeurs mammaires et du colon. ***** H6022258 – KBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 994979	Unité	63	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
375	AIGUILLE POUR MYELOGRAMME TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022258					
375	AIGUILLE POUR MYELOGRAMME TOUTES DIMENSIONS	1	DONT 15G DIAMETRE 1,8 mm et 18G diamètre 1,2 mm Annexe technique: . – Système avec : . Aiguille à biseau court . Garde réglable et verrouillable à une position déterminée sur une échelle graduée de 8 à 45 mm environ . Mandrin d'extraction facile et rapide avec système de blocage sur l'aiguille . Connexion verrouillable pour seringue . Ailettes ergonomiques ***** H6022258 – EAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907941 / 964449 Code DGOS : DK52	Unité	1 875	3
376	AIGUILLE BIOPSIE DE MOELLE OSSEUSE Notice technique: H6022258					
376	AIGUILLE BIOPSIE DE MOELLE OSSEUSE	1	NIVEAU DE LA CRETE ILIAQUE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 8 / 11G – LONG 10 et 15 cm Elle est composée de 3 éléments : . Une canule avec poignée de préhension ergonomique et extrémité distale trépan . Un mandrin d'introduction à pointe pyramidale . Un extracteur pour retrait de l'échantillon prélevé ***** H6022258 – EAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965662 / 993388 / 993386 Code DGOS : DK52	Unité	372	3
377	AIGUILLE A PRELEVEMENT DE MOELLE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
377	AIGUILLE A PRELEVEMENT DE MOELLE	1	POUR EXPLANTATION / TRANSPLANTATION Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 11G Diam 3 MM Long 10 CM Elle est composée de 3 éléments : . Une aiguille à orifices latéraux avec poignée de préhension ergonomique . Deux mandrins d'introduction à pointe pyramidale . Connexion verrouillable pour seringue ***** H6022258 – EAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965548 Code DGOS : DK52	Unité	35	3
378	SYSTEME BIOPSIE TISSU MOU PISTOLET USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					
378	SYSTEME BIOPSIE TISSU MOU PISTOLET USAGE UNIQUE	1	. Annexe technique: . DIAMETRE 14 – 16 – 18 G LONGUEUR 10 – 16 – 20 cm PENETRATION DE 11 – 22 mm Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre avec un système compatible avec aiguilles coaxiales ***** H6022258 – EBBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963744 / 964179 / 964204 / 964634 / 964717 / 965768 Code DGOS : DK52	Unité	1 314	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
378	SYSTEME BIOPSIE TISSU MOU PISTOLET USAGE UNIQUE	2	Annexe technique: . DIAMETRE 18 G LONGUEUR 20-25 CM INDICATION : BIOPSIE PROSTATE ***** H6022258 – EBBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DK52	Unité	200	3
379	BIOPSIE DE TISSUS MOUS Notice technique: H6022258					
379	BIOPSIE DE TISSUS MOUS	1	AIGUILLE A BIOPSIE + GUIDE COAXIAL Annexe technique: . – Aiguille biopsie à guillotine semi-automatique : toutes dimensions dont 16 – 18 et 20 G, longueur 10 – 15 et 20 cm, stylet interne avec double encoche pour le prélèvement de 10 ou 20 mm avec la même aiguille Repère sur la canule coupante et extrémité échogène améliorant la visualisation au cours de l'imagerie par ultrasons – Guide coaxial externe qui permet de multiples biopsies avec l'aiguille à travers un seul point d'accès ***** H6022258 – EBBCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960893 / 960894 / 960896 / 960897 / 960898 / 960899 / 960900 / 960901 / 960960 Code DGOS : DK52	Unité	1 048	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
379	BIOPSIE DE TISSUS MOUS		AIGUILLE BIOPSIE Annexe technique: . – Aiguille biopsie à guillotine semi-automatique : toutes dimensions dont 14 – 16 – 18 G, longueur 8 – 10 et 15 cm, stylet interne avec double encoche pour le prélèvement de 10 ou 15 mm avec la même aiguille 2 Repère sur la canule coupante et extrémité échogène améliorant la visualisation au cours de l'imagerie par ultrasons ***** H6022258 – EBBCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960895 / 960902 / 960903 / 961659 / 964613 / 965384 Code DGOS : DK52	Unité	100	3
380	AIGUILLE ASPIRATION POINTE CHIBA Notice technique: H6022258					
380	AIGUILLE ASPIRATION POINTE CHIBA		. Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 18 ET 22 G LONGUEUR APPROCHEE 200MM AIGUILLE ECHOGENE AVEC BISEAU COURT ET MANDRIN 1 INDICATIONS : EXAMEN CYTOLOGIQUE SUR TISSUS MOUS ***** H6022258 – EBBDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DK52	Unité	377	2
381	POCHE STERILE POUR PONCTION D'ASCITE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
381	POCHE STERILE POUR PONCTION D'ASCITE	1	POCHE DOUBLE Annexe technique: . – Poche graduée de 200 ml à 3500 ml – Tubulure en Y avec 3 clamps, régulateur de débit, chambre compte gouttes et robinet 3 voies ***** H6022228 – EBEFA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999017 Code DGOS : DA53	Unité	735	3
381	POCHE STERILE POUR PONCTION D'ASCITE	2	POCHE STERILE ADDITIONNELLE Annexe technique: . Poche graduée de 200 ml à 3500 ml ***** H6022228 – EBEFA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998986 Code DGOS : DA53	Unité	160	3
382	AIGUILLE POUR BIOPSIE DE PEAU TOUTES DIMENSIONS DONT 2-3-4-5-6 mm Notice technique: H6022258					
382	AIGUILLE POUR BIOPSIE DE PEAU TOUTES DIMENSIONS DONT 2-3-4-5-6 mm	1	. Annexe technique: . Système composé de 2 parties fixes soudées : . Partie proximale creuse de diamètre de 2 à 8 mm, métallique de 7 mm de hauteur. Cette partie est protégée par un capuchon plastique. . Partie distale composée d'un manche plastique rigide et cannelé, d'environ 9 à 10 cm de long. ***** H6022258 – EBCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960306 / 960307 / 960308 / 960305 / 960304 Code DGOS : DK52	Unité	3 250	3
383	DISPOSITIF POUR ECHOBronchoscope compatible FUJIFILM MODELE EB-710US Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
383	DISPOSITIF POUR ECHOBRONCHOSCOPE COMPATIBLE FUJIFILM MODELE EB-710US	1	AIGUILLE ASPIRATION TRANSBRONCHIQUE Annexe technique: . INDICATION : prélèvement par ponction échoguidée – Diamètre du canal opérateur 2,2 mm – Longueur utile 700 mm – Diamètre de l'aiguille 21G – Longueur de l'aiguille réglable 20 à 40 mm – Longueur de sortie de la gaine réglable – Extrémité distale de l'aiguille creusée pour une excellente visibilité ***** H6022248 – EBDAC Code(s) informatique(s) CHU : 962413 Code DGOS : DR62	Unité	80	1
384	DISPOSITIF POUR ECHOBRONCHOSCOPE COMPATIBLE PENTAX MODELE EB19J10U Notice technique: H6022248					
384	DISPOSITIF POUR ECHOBRONCHOSCOPE COMPATIBLE PENTAX MODELE EB19J10U	1	AIGUILLE ASPIRATION TRANSBRONCHIQUE Annexe technique: . Indications : prélèvements de lésions sous-muqueuses et extramurales au niveau de l'arbre trachéobronchique – diamètre du canal opérateur 2,2mm – longueur utile approchée 700mm 1 Tous diamètres dont 22G longueur de l'aiguille réglable ***** H6022248 – EBDAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961980 ***** Code DGOS : DR63	Unité	75	1
385	BALLONNET POUR ECHO-ENDOSCOPE PENTAX MODELE EBUS					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
385	BALLONNET POUR ECHO-ENDOSCOPE PENTAX MODELE EBUS	1	. Annexe technique: . Pour fixation à l'extrémité distale de l'endoscope afin d'améliorer la visibilité lors de procédures d'écho-bronchoscopie ***** H6022248 – EBDAC Code(s) informatique(s) CHU : 962058 Code DGOS : DS50	Unité	140	0
386	AIGUILLE ASPIRATION TRANSBRONCHIQUE Notice technique: H6022248					
386	AIGUILLE ASPIRATION TRANSBRONCHIQUE	1	. Annexe technique: . – Composition : – Cathéter muni d'une aiguille à son extrémité distale et d'une poignée avec embout luer verrou pour y fixer une seringue d'aspiration *Diamètre de l'aiguille 19-20 et 21G *Longueur de l'aiguille 15 mm *Longueur du cathéter 130 cm – Canal opérateur minimal = 2 mm INDICATION : histologie / cytologie après aspiration dans les lésions de l'éperon trachéal, paratrachéales et hilaires de l'arbre bronchique ***** H6022248 – EBDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969263 Code DGOS : DR62	Unité	55	1
387	PINCE A BIOPSIE BRONCHIQUE LONGUEUR APPROCHEE 100/120 CM Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
387	PINCE A BIOPSIE BRONCHIQUE LONGUEUR APPROCHEE 100/120 CM	1	CANAL OPERATEUR 2 MM Annexe technique: . TOUS DIAMETRES ET FORMES DE MORS – PINCE A CUILLERES BASCULANTES ***** H6022228 – EBEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963946 Code DGOS : DR62	Unité	535	3
388	PINCE A BIOPSIE BRONCHIQUE LONGUEUR APPROCHEE 130 CM Notice technique: H6022248					
388	PINCE A BIOPSIE BRONCHIQUE LONGUEUR APPROCHEE 130 CM	1	CANAL OPERATEUR 1,2MM Annexe technique: . Machoire de diamètre approché 1mm, ouverture 4.1mm. Indications : biopsie ganglionnaire ***** H6022248 – EBEAA Code(s) interne(s) CHU : 966458 Code DGOS : DK52	Unité	10	0
389	VALVE USAGE UNIQUE POUR CANAL OPERATEUR DE BRONCHOSCOPE PENTAX Notice technique: H6022248					
389	VALVE USAGE UNIQUE POUR CANAL OPERATEUR DE BRONCHOSCOPE PENTAX	1	. Annexe technique: . PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'ETANCHEITE LORS DE L'INTRODUCTION DES INSTRUMENTS – Dispositif à usage unique stérile. ***** H6022248 – COCAA code(s) informatique(s) CHU : 963488 Code DGOS : DR63	Unité	200	3
390	VALVE USAGE UNIQUE POUR CANAL OPERATEUR DE BRONCHOSCOPE OLYMPUS Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
390	VALVE USAGE UNIQUE POUR CANAL OPERATEUR DE BRONCHOSCOPE OLYMPUS	1	VALVE A BIOPSIE Annexe technique: . ***** H6022248 – COCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964684 / Code DGOS : DR63	Unité	640	3
390	VALVE USAGE UNIQUE POUR CANAL OPERATEUR DE BRONCHOSCOPE OLYMPUS	2	VALVE D'ASPIRATION Annexe technique: . ***** H6022248 – COCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964683 / Code DGOS : DR63	Unité	230	3
391	GPS PULMONAIRE Notice technique: H6022248					
391	GPS PULMONAIRE	1	KIT AVEC GUIDE LOCALISATION Annexe technique: . BRONCHOSCOPIE GUIDEE PAR SYSTEME BRONCHUS ILLUMISITE Guide de localisation flexible avec capteurs de position et d'orientation à son extrémité distale ***** H6022248 – EBDAB code(s) informatique(s) CHU : 993506	Unité	10	0
391	GPS PULMONAIRE	2	ADAPTATEUR POUR BRONCHOSCOPE PENTAX Annexe technique: . BRONCHOSCOPIE GUIDEE PAR SYSTEME BRONCHUS ILLUMISITE ***** H6022248 – EBDAB code(s) informatique(s) CHU : 964627	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
391	GPS PULMONAIRE	3	PATCH PATIENT Annexe technique: . BRONCHOSCOPIE GUIDEES PAR SYSTEME BRONCHUS ILLUMISITE ***** H6022248 – EBDAB code(s) informatique(s) CHU :	Unité	10	0
391	GPS PULMONAIRE	4	AIGUILLE ASPIRATION TOUTES DIMENSIONS DONT 21 G Annexe technique: . Aiguille aspiration compatible avec le système bronchus de ILLUMISITE toutes dimensions ***** H6022248 – EBDAB code(s) informatique(s) CHU : 962585	Unité	10	0
391	GPS PULMONAIRE	5	COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	0
391	GPS PULMONAIRE	6	EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – Le fournisseur propose une offre pour l'achat de l'équipement médical et/ou la location et/ou la mise à disposition (MAD) de cet équipement. Pour l'offre achat : le fournisseur fait une proposition pour la maintenance tous risques (préventive et curative) et la fourniture des pièces détachées Pour l'offre location/maintenance : le fournisseur fait une proposition pour une facturation trimestrielle de la location à terme échu, une maintenance tous risques (préventive et curative dont pièces détachées) à titre gracieux de l'équipement médical est comprise dans la location. Pour l'offre MAD : le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance tous risques (préventive et curative dont pièces détachées) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.	Unité	0	0
392	GUIDE AIGUILLE ENDOCAVITAIRE 16G et/ou 18G Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
392	GUIDE AIGUILLE ENDOCAVITAIRE 16G et/ou 18G	1	AVEC GAINÉ Annexe technique: . COMPOSITION : 1 guide aiguille pour sonde GE (E721) et GEIC9 1 barrette d'insert 1 protection de sonde 3,5 x 20 cm 1 dose de gel Préciser la nature du matériau entrant dans la composition de la protection. Prestation Supplémentaires Eventuelle Facultative : 1 guide aiguille matériau tout plastique pour sonde 2D P8 et S8 INDICATIONS : réalisation d'interventions biopsies guidées sous échographe par aiguille utilisant le transducteur ultrasonographique à usage diagnostique ***** H6022238 – EBFAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960713 / 964166 Code DGOS : DK52	Unité	732	2
392	GUIDE AIGUILLE ENDOCAVITAIRE 16G et/ou 18G	2	AVEC GAINÉ Annexe technique: COMPOSITION : 1 guide aiguille pour sonde TOSHIBA PVT781VT 1 barrette d'insert 1 protection de sonde 3.5cm x 20cm 1 protection de sonde 3.2cm réduite à mi longueur à 1.9cm x 32cm 1 dose de gel Préciser la nature du matériau entrant dans la composition de la protection Code DGOS : DK52	Unité	200	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
392	GUIDE AIGUILLE ENDOCAVITAIRE 16G et/ou 18G	3	AVEC GAINE Annexe technique: – 1 guide aiguille pour sonde MINDRAY V11–3WS 1 protection de sonde 2cm x 20cm 1 protection de sonde 3.5cm x 20cm 1 dose de gel Préciser la nature du matériau entrant dans la composition de la protection Code DGOS : DK52	Unité	0	0
392	GUIDE AIGUILLE ENDOCAVITAIRE 16G et/ou 18G	4	SANS GAINE Annexe technique: – Composition : – 1 guide aiguille pour sonde CC 41R HITACHI Indication : intervention biopsie guidée sous échographe par aiguille avec le transducteur ultra sonographique à usage diagnostique Code DGOS : DK52	Unité	40	3
393	PINCE A BIOPSIE GAINEE POUR GASTROSCOPE - COLOSCOPE Code LPPR : DA59 Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
393	PINCE A BIOPSIE GAINÉE POUR GASTROSCOPE – COLOSCOPE	1	ADULTE LONGUEUR APPROCHÉE 160 ET 230 CM Annexe technique: . – Double mâchoire pour le prélèvement en forme de cuillère – Cuillère avec bordure dentelée et lisse – Tous diamètres de cuillère – Avec et sans aiguille de stabilisation ***** H6022228 – EBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964870 / 964871 / 965120	Unité	8 350	3
394	PINCE A BIOPSIE GAINÉE POUR GASTROSCOPE - COLOSCOPE Notice technique: H6022228					
394	PINCE A BIOPSIE GAINÉE POUR GASTROSCOPE – COLOSCOPE	1	PEDIATRIE LONGUEUR 160 CM Annexe technique: . Diamètre de la pince 1.8 mm – Double mâchoire pour le prélèvement en forme de cuillère – Toutes formes de cuillères – Sans aiguille de stabilisation ***** H6022228 – EBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964225 Code DGOS : DA59	Unité	590	3
395	PINCE A BIOPSIE CHAUDE GAINÉE POUR GASTROSCOPE - COLOSCOPE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
395	PINCE A BIOPSIE CHAUDE GAINEE POUR GASTROSCOPE – COLOSCOPE	1	Annexe technique: . – Double machoire à mors crantés pour le prélèvement en forme de cuillère – Longueur de tige 230 cm – Diamètre de mors : 2.4 mm – Canal opérateur 2.8 mm – Pince chauffante monopolaire permettant l'ablation des polypes sessiles ***** H6022228 – EBAA Code(s) interne(s) CHU : 961255 Code DGOS : DA59	Unité	128	3
396	DISPOSITIF BIOPSIE INTRA OSSEUSE AVEC DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE Notice technique: H6022258					
396	DISPOSITIF BIOPSIE INTRA OSSEUSE AVEC DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE	1	PLATEAU DE BIOPSIE AVEC AIGUILLE TOUTES DIMENSIONS DONT 11G – 100 ET 150 MM Annexe technique: . Plateau composé de : – Protection contre les objets tranchants – Connecteur avec manchon stérile – Tige d'éjection – Guide d'alignement – Aiguille à biopsie toutes tailles – Repère de profondeur ***** H6022258 – EBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985003 / 985004 Code DGOS : DK52	Unité	40	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
396	DISPOSITIF BIOPSIE INTRA OSSEUSE AVEC DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE	2	PLATEAU DE BIOPSIE AVEC AIGUILLE TOUTES DIMENSIONS DONT 11 /13G – 100/150 MM ET 150/200 MM Annexe technique: Plateau composé de : – Aiguille pour accès osseux – Tige d'éjection – Aiguille à biopsie coaxiale toutes dimensions – Manchon stérile – Protecteur d'objets tranchants – Poignée manuelle – Tige de transfert – Champ fenêtré ***** H6022258 – EBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993526 / 993527 Code DGOS : DK52	Unité	40	1
396	DISPOSITIF BIOPSIE INTRA OSSEUSE AVEC DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE	3	AIGUILLE A BIOPSIE SEULE TOUTES DIMENSIONS DONT 11G – 100 ET 150 MM Annexe technique: . ***** H6022258 – EBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993595 / 993596 Code DGOS : DK52	Unité	5	1
396	DISPOSITIF BIOPSIE INTRA OSSEUSE AVEC DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE	4	AIGUILLE D'ASPIRATION SEULE Annexe technique: . ***** H6022258 – EBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993597 / 966469 Code DGOS : DK52	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
396	DISPOSITIF BIOPSIE INTRA OSSEUSE AVEC DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE	5	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . LE FOURNISSEUR PRECISE LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DES PERCEUSES MOTORISEES AINSI QUE LEUR PRIX D'ACHAT ***** H6022258 – EBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985005 Code DGOS : DK52	Unité	2	0
397	SYSTÈME EXCISION ET BIOPSIE MAMMAIRE PAR ASPIRATION Notice technique: H6022258					
397	SYSTÈME EXCISION ET BIOPSIE MAMMAIRE PAR ASPIRATION	1	AIGUILLE A BIOPSIE STERILE TOUTES DIMENSIONS DONT 9G – 10ET 13CM Annexe technique: . Compatible avec système de biopsie mammaire sous guidage IRM, stéréotaxique et / ou échographique ***** H6022258 – EBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961446 / 961447 Code DGOS : DK52	Unité	100	0
397	SYSTÈME EXCISION ET BIOPSIE MAMMAIRE PAR ASPIRATION	2	GUIDE AIGUILLE STERILE Annexe technique: . ***** H6022258 – EBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964379 Code DGOS : DK52	Unité	100	0
397	SYSTÈME EXCISION ET BIOPSIE MAMMAIRE PAR ASPIRATION	3	BOCAL AVEC CANULE POUR ASPIRATION Annexe technique: . ***** H6022258 – EBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961449 Code DGOS : DK52	Unité	100	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CO PRELEVEMENT BIOPSIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
397	SYSTÈME EXCISION ET BIOPSIE MAMMAIRE PAR ASPIRATION	4	CLIP TITANE STERILE (MARQUEUR) Annexe technique: . TOUTES TAILLES TOUTES FORMES ***** H6022258 – EBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961450 / 961451 Code DGOS : DK52	Unité	100	0
397	SYSTÈME EXCISION ET BIOPSIE MAMMAIRE PAR ASPIRATION	5	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : CONSOLE POUR 1 SYSTEME DE BIOPSIE MAMMAIRE Code DGOS : DK52	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
398	CLAMP OMBILICAL Notice technique: H6022238					
398	CLAMP OMBILICAL	1	. Annexe technique: . ***** H6022238 – QAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963492 Code DGOS : DG62	Unité	9 450	3
399	DOIGTIER 2 DOIGTS POLYETHYLENE STERILE Notice technique: H6022258					
399	DOIGTIER 2 DOIGTS POLYETHYLENE STERILE	1	EMBALLAGE INDIVIDUEL Annexe technique: . – Doigtier non poudré – Résultats des contrôles effectués conformes aux exigences de la norme EN455-1 ***** H6022258 – HDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907749 Code DGOS : DE50	Unité	78 000	3
400	DILATATEUR HYGROSCOPIQUE DU COL Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
400	DILATATEUR HYGROSCOPIQUE DU COL	1	DE L'UTERUS TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT DIAM 4 MM LONG 65 MM COMPOSANTS : - dilatateur en polyacrylonitrile (polymère hydrophile inerte) - manche en polypropylène - fil marqueur en polyamide tressé INDICATIONS : IVG – ITG – Grossesse arrêtée – Accouchement provoqué – hystéroscopie ***** H6022238 – QBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963494 Code DGOS : DG52	Unité	96	1
401	CURETTE RIGIDE EN PVC - COURBE POUR IVG Notice technique: H6022238					
401	CURETTE RIGIDE EN PVC – COURBE POUR IVG	1	. Annexe technique: . Longueur approchée 20cm – raccord mâle Diamètre 6 à 12 mm par incrément de 1 mm Prestation supplémentaire éventuelle facultative : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose aussi des curettes de diamètre supérieur à 12mm ***** H6022238 – QBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906700 / 907960 / 907961 / 906702 / 906703 / 965214 / Code DGOS : DG61	Unité	1 285	3
402	CURETTE RIGIDE EN PVC COURBE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
402	CURETTE RIGIDE EN PVC COURBE	1	POUR IVG LONG APPROCHEE 19 CM CH14 Annexe technique: . ***** H6022238 – QBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963881 Code DGOS : DG61	Unité	172	3
403	SONDE 18F A DOUBLE BALLONNET 80 ML EN SILICONE POUR MATURATION DU COL - LONGUEUR 40 CM Notice technique: H6022238					
403	SONDE 18F A DOUBLE BALLONNET 80 ML EN SILICONE POUR MATURATION DU COL – LONGUEUR 40 CM	1	AVEC STYLET Annexe technique: . INDICATION : DILATATION MECANIQUE DU COL DE L'UTERUS AVANT LE DECLenchement DU TRAVAIL A TERME LORSQUE LE COL EST DEFAVORABLE ***** H6022238 – QBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963576 Code DGOS : DG62	Unité	800	1
404	TUBULURE D'ASPIRATION PVC SOUPLE 300 CM Notice technique: H6022238					
404	TUBULURE D'ASPIRATION PVC SOUPLE 300 CM	1	DIAMETRE INTERNE 10,2 MM DIAMETRE EXTERNE 15,7 MM Annexe technique: . POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE ***** H6022238 – QBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960211 Code DGOS : DG61	Unité	660	3
405	POIGNEE ROTATIVE AVEC CONTROLE DE VIDE POUR ASPIRATION IVG Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
405	POIGNEE ROTATIVE AVEC CONTROLE DE VIDE POUR ASPIRATION IVG	1	. Annexe technique: . ET TUBULURE DIAMETRE 10MM LONGUEUR 2M ***** H6022238 – QBBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 966671 Code DGOS : DG61	Unité	265	3
406	CATHETER A BALLONNET DE MESURE DE LA PRESSION INTRAUTERINE AVEC CAPTEUR INTEGRE Notice technique: H6022238					
406	CATHETER A BALLONNET DE MESURE DE LA PRESSION INTRAUTERINE AVEC CAPTEUR INTEGRE	1	– Annexe technique: . – Cathéter transparent double lumière pour effectuer une perfusion amniotique – Membrane située à l'extrémité du cathéter détectant la pression – Guide d'insertion – Le capteur circonférentiel permet de recueillir des données tout autour de l'extrémité du cathéter – Positionnement du cathéter à l'intérieur de l'espace amniotique Indications : Mesure de la pression intra-utérine pendant le travail ***** H6022238 – BFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961151 Code DGOS : DG62	Unité	37	1
407	AIGUILLE PRELEVEMENT OVOCYTAIRE ECHOGENE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
407	AIGUILLE PRELEVEMENT OVOCYTAIRE ECHOGENE	1	LONGUEUR UTILE 30 CM Annexe technique: . – Aiguille à simple courant de diamètre externe 17 G (1,5 mm), diamètre interne 18 G (1,2 mm), triple biseau, échogène sur les 2 cm terminaux, munie d'un cône luer. – Mandrin plastique. INDICATION : recueil ovocytaire percoelioscopique ou sous échoguidage Mode de stérilisation préconisé : autre méthode que l'oxyde d'éthylène PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose une aiguille de diamètre externe 15G ***** H6022238 – QDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963536 Code DGOS : DG60	Unité	66	3
408	BROSSETTE POUR ECOUVILLONNAGE DE L'ENDOCOL Notice technique: H6022238					
408	BROSSETTE POUR ECOUVILLONNAGE DE L'ENDOCOL	1	3,5 et/ou 5,5 MM Annexe technique: . – Brosse écouvillon cylindrique de 2 cm de long montée sur un manche plastique de 18 cm – Diamètres : 3,5 et 5,5 mm – Présentation stérile INDICATION : écouvillonnage de l'endocol ***** H6022238 – EBFAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907551 Code DGOS : DG64	Unité	640	3
409	SET PONCTION ET PRELEVEMENT OVOCYTES Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
409	SET PONCTION ET PRELEVEMENT OVOCYTES	1	Annexe technique: . Aiguille d'aspiration luer verrou avec tubulure préconnectée luer verrou toutes tailles dont : - aiguille simple lumière taille 1,4 mm (17G) x longueur 30 à 35 cm - tubulure 90 à 100 cm Mode de stérilisation préconisé : autre méthode que l'oxyde d'éthylène PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition avec un set comprenant un flacon collecteur ***** H6022238 – QDAAA Code(s) informatique(s) CHU : 993607 Code DGOS : DG60	Unité	980	3
410	FLACON RECUEIL OVOCYTES Notice technique: H6022238					
410	FLACON RECUEIL OVOCYTES	1	Annexe technique: . APRES PRELEVEMENT PAR AIGUILLE DE PONCTION TUBE INTERIEUR STERILE 15 A 30 ML AVEC BOUCHON VISSE Mode de stérilisation préconisé : méthode autre que l'oxyde d'éthylène ***** H6022238 – QDAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963510 Code DGOS : DG60	Unité	2 500	3
411	CATHETER DE TRANSFERT D'EMBRYON Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
411	CATHETER DE TRANSFERT D'EMBRYON	1	Annexe technique: . Composants / – un cathéter guide – un cathéter de transfert Mode de stérilisation souhaité : autre méthode que l'oxyde d'éthylène INDICATION : FIV : transfert difficile d'embryons ***** H6022238 – QDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963753 Code DGOS : DG60	Unité	500	3
412	CATHETER DE TRANSFERT COUDE SANS METAL Notice technique: H6022238					
412	CATHETER DE TRANSFERT COUDE SANS METAL	1	Annexe technique: . Cathéter en polyéthylène souple transparent diamètre externe 1,6 mm (CH 5) diamètre interne 1,1 mm longueur 205 mm volume 0,20 ml graduation centimétrique et bague de positionnement Mode de stérilisation préconisé : autre méthode que l'oxyde d'éthylène INDICATIONS : FIV : transfert d'embryons et insémination intra utérine ***** H6022238 – QDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968852 Code DGOS : DG60	Unité	1 756	3
413	HYSTEROMETRE CHARRIERE 10-12-14 Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
413	HYSTEROMETRE CHARRIERE 10-12-14	1	SOUPLE Annexe technique: . - Hystéromètre en plastique INDICATION : mesure de la hauteur utérine totale ***** H6022238 – QCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :966670 / 962974 Code DGOS : DG64	Unité	755	3
414	PIPELLE DE CORNIER POUR BIOPSIE D'ENDOMETRE Notice technique: H6022238					
414	PIPELLE DE CORNIER POUR BIOPSIE D'ENDOMETRE	1	TOUTES LONGUEURS ET CH DONT CH9 26CM Annexe technique: . Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose des pipelles de cornier embout lisse et embout dépoli Prélèvement histologique endométrial. ***** H6022238 – EBFAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963667 Code DGOS : DG64	Unité	1 185	3
415	SPECULUM DE COLLIN STERILE ENTIEREMENT Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
415	SPECULUM DE COLLIN STERILE ENTIEREMENT	1	DEMONTABLE – 3 PARTIES : 2 HEMIVALVES ET 1 VIS Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRES 33 MM ET 27 MM LONGUEURS 115 MM ET 110 MM PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme propose aussi le diamètre 15mm longueur 95mm ***** H6022238 – QCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960221 / 963774 / 962451 Code DGOS : DG64	Unité	9 020	3
416	SPECULUM DE CUSCO STERILE TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022238					
416	SPECULUM DE CUSCO STERILE TOUTES DIMENSIONS	1	. Annexe technique: . Polystyrène transparent Système de blocage Largeur de l'ouverture : de 20 à 30 mm par incrément de 2 à 4 mm ***** H6022238 – QCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966465 / 961094 / 962887	Unité	23 005	3
417	DISPOSITIF POUR RETRAIT Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
417	DISPOSITIF POUR RETRAIT	1	D'UN DISPOSITIF INTRA-UTERIN Annexe technique: . – Dispositif en plastique – Manche à la partie inférieure pour une meilleure préhension ***** H6022238 – QCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966676 Code DGOS : DG65	Unité	35	3
418	PERFORATEUR DE MEMBRANE AMNIOTIQUE Notice technique: H6022238					
418	PERFORATEUR DE MEMBRANE AMNIOTIQUE	1	LONGUEUR APPROCHEE 25 CM Annexe technique: . ***** H6022238 – QAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962362 Code DGOS : DG62	Unité	3 000	3
419	KIT POUR LES EPREUVES DE PERMEABILITE TUBAIRE PAR ECHOGRAPHIE					
419	KIT POUR LES EPREUVES DE PERMEABILITE TUBAIRE PAR ECHOGRAPHIE	1	. Annexe technique: . Composé des éléments nécessaires à la création et à l'injection d'une mousse visant à distendre la paroi des trompes de Fallope. Indications : Evaluation de la perméabilité tubaire par simple échographie type hystérosalpingosonographie ***** H60222238 – QDBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964277 Code DGOS : DG64	Unité	260	0
420	TUBULURE A USAGE UNIQUE AVEC FILTRE HYDROPHOBE ET LUER VERROU					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
420	TUBULURE A USAGE UNIQUE AVEC FILTRE HYDROPHOBE ET LUER VERROU	1	COMPATIBLE AVEC POMPE A VIDE COOK MODELE K-MAR-52000 Annexe technique: - Longueur 240 cm – diamètre 9.5F Indication : connexion de la tubulure au dispositif de prélèvement d'ovocyte ***** H6022238 – QDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965516 Code DGOS : DG64	Unité	700	3
421	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR ABLATION DE L'ENDOMETRE Notice technique: H6022238					
421	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR ABLATION DE L'ENDOMETRE	1	PAR EMISSION D 'ONDES DE RADIOFREQUENCE Annexe technique: . INDICATIONS : ménométrorragies fonctionnelles après échec du traitement médicamenteux ***** H6022238 – QIAAC Code informatique chu : 964672	Unité	345	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
421	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR ABLATION DE L'ENDOMETRE	2	EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur propose une offre pour la location et/ou la mise à disposition (MAD) de l'équipement. Pour l'offre location : le fournisseur fait une proposition pour une facturation trimestrielle de la location à terme échu. Une maintenance tous risques (préventive et curative dont pièces détachées) à titre gracieux de l'équipement médical est comprise dans la location et/ou la MAD. - 1 GENERATEUR (CHUSE) - 1 GENERATEUR (ROANNE) - 1 GENERATEUR (HOPITAL DU GIER) - 1 GENERATEUR (HOPITAL LE CORBUSIER) - 1 GENERATEUR (CH FOREZ) - 1 GENERATEUR (CH ANNONAY) code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	6	0
422	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR ABLATION FIBROME UTERIN Notice technique: H6022238					
422	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR ABLATION FIBROME UTERIN	1	PAR EMISSION D'ONDE DE RADIOFREQUENCE ELECTRODES Annexe technique: . Toutes dimensions dont diamètre approché 1.65 mm longueur approchée 35 cm Indication : Ablation des fibromes utérins – adénomyose ***** H6022238 – XAACB Code(s) informatique(s) CHU : 964187 Code DGOS : DF52	Unité	5	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
422	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR ABLATION FIBROME UTERIN	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 1 GENERATEUR DE RADIO-FREQUENCE ET UNE POMPE A REFROIDISSEMENT CHUSE : 1 Code DGOS : DF52	Unité	0	0
423	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR THERMOABLATION PAR BALLONNET DE L'ENDOMETRE					
423	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE POUR THERMOABLATION PAR BALLONNET DE L'ENDOMETRE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: ***** H6022238 – QIAAE Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965089	Unité	10	0
424	GENERATEUR HYSTEROCHIRURGIE BIPOLAIRE Notice technique: H6022238					
424	GENERATEUR HYSTEROCHIRURGIE BIPOLAIRE	1	ELECTRODE A ANSE 24 F Annexe technique: . INDICATION : résection de lésions intrautérines bénignes Code DGOS : DF52	Unité	25	0
424	GENERATEUR HYSTEROCHIRURGIE BIPOLAIRE	2	ELECTRODE 5F TORSADÉ- SPIRALE Annexe technique: . INDICATION : résection de lésions intrautérines bénignes Code DGOS : DF52	Unité	2	0
425	MANIPULATEUR UTERIN USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
425	MANIPULATEUR UTERIN USAGE UNIQUE	1	POUR HYSTERECTOMIE SOUS COELIOSCOPIE Annexe technique: . COMPOSITION : - 1 MANIPULATEUR UTERIN - 1 BOUGIE DE DILATATION PROGRESSIVE - 1 POIGNEE DISTRUANT LE BALLONNET LORS DE LA SUTURE VAGINALE ***** H6022258 – code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	45	1
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE					
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	1	AVEC MONITEUR INTEGRE Annexe technique: . CANAL OPERATEUR 5.5FR EXTREMITE DISTALE ORIENTABLE A 360 DEGRES EQUIPE DE 2 CONNECTEURS LUER VERROU POUR RACCORDEMENT A DES TUBULURES D'ENTREE-SORTIE D'EAU POSSIBILITE DE CONNEXION A UN MODULE D'ENREGISTREMENT PHOTO OU VIDEO ***** H6022238 – QNAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962966 Code DGOS : DF52	Unité	189	0
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	2	INSTRUMENT A USAGE UNIQUE POUR HYSTEROSCOPE Annexe technique: . LASSO TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRES 10MM ET 16MM DIAMETRE MAXI : 5.5FR INDICATION : ABLATION DE TISSUS MOUS DE LA CAVITE UTERINE ***** H6022238 – QNAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	39	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	3	INSTRUMENT A USAGE UNIQUE POUR HYSTEROSCOPE Annexe technique: . PINCE A BIOPSIE DIAMETRE MAXI 5.5FR INDICATION : BIOPSIES UTERINES ***** H6022238 – QNAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962967 Code DGOS : DF52	Unité	133	0
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	4	INSTRUMENT A USAGE UNIQUE POUR HYSTEROSCOPE Annexe technique: . PINCE POUR RETRAIT DE CORPS ETRANGERS PINCE TYPE CROCODILE DIAMETRE MAXI 5.5FR ***** code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	49	0
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	5	CISEAUX A USAGE UNIQUE POUR HYSTEROSCOPE Annexe technique: . ***** code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	21	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	6	TUBULURE A USAGE UNIQUE POUR HYSTEROSCOPE Annexe technique: . SET COMPOSE DE : - 1 TUBULURE D'ENTREE D'EAU AVEC RACCORD PROXIMAL LUER VERROU ET PERFORATEUR A L'EXTREMITÉ DISTALE - 1 TUBULURE DE SORTIE D'EAU AVEC RACCORD PROXIMAL LUER VERROU - 1 POCHE DE RECUEIL - 1 CHAMP DE TABLE ***** code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	30	0
426	HYSTEROSCOPE A USAGE UNIQUE	7	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT Annexe technique: . MODULE D'ENREGISTREMENT Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : MODULE D'ENREGISTREMENT Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 1 CHF : 1 HLC : 1 CHR : 1 Code DGOS : DF52	Unité	4	0
427	MORCELLATEUR MECANIQUE HYSTEROSCOPIE INTERVENTIONNELLE					
427	MORCELLATEUR MECANIQUE HYSTEROSCOPIE INTERVENTIONNELLE	1	COUTEAU POUR TISSU MOU Annexe technique: . ***** H6022238 – QNBAA Code(s) informatique(s) CHU : 964460 Code DGOS : DF52	Unité	60	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
427	MORCELLATEUR MECANIQUE HYSTEROSCOPIE INTERVENTIONNELLE	2	COUTEAU POUR TISSU DENSE Annexe technique: . ***** H6022238 – QNBAA Code(s) informatique(s) CHU : 964461 Code DGOS : DF52	Unité	20	0
427	MORCELLATEUR MECANIQUE HYSTEROSCOPIE INTERVENTIONNELLE	3	TUBULURE POUR GESTION DES FLUIDES COMPATIBLE AVEC Annexe technique: . LE MORCELLATEUR ***** H6022238 – QNBAA Code(s) informatique(s) CHU : 964463 Code DGOS : DF52	Unité	80	0
427	MORCELLATEUR MECANIQUE HYSTEROSCOPIE INTERVENTIONNELLE	4	JOINT D'ETANCHEITE POUR HYSTEROSCOPE INTERVENTIONNEL Annexe technique: . ***** H6022238 – QNBAA Code(s) informatique(s) CHU : 964462 Code DGOS : DF52	Unité	100	0
427	MORCELLATEUR MECANIQUE HYSTEROSCOPIE INTERVENTIONNELLE	5	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : CHUSE : – 1 générateur – 3 pièces à main – 1 pédale de commande – 1 hystéroscope 6mm Code DGOS : DF52	Unité	0	0
428	VENTOUSE OBSTETRICALE STERILE A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
428	VENTOUSE OBSTETRICALE STERILE A USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . – Ventouse avec pompe à main à vide intégrée. ***** H6022238 – QABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962091 Code DGOS : DG62	Unité	1 300	3
429	ELECTRODE FOETALE DE SCALP Notice technique: H6022238					
429	ELECTRODE FOETALE DE SCALP	1	ELECTRODE A SPIRALE UNIQUE Annexe technique: . Electrode compatible avec les moniteurs Stan Neoventa et les moniteurs Philips healthcare INDICATION ECG foetal Surveillance du segment ST lors du travail ***** H6022238 – QKAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966422 Code DGOS : DC54	Unité	180	1
430	SET CATHETER A BALLONNET D'HEMOSTASE POST PARTUM DE BAKRI Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
430	SET CATHETER A BALLONNET D'HEMOSTASE POST PARTUM DE BAKRI	1	Annexe technique: . COMPOSE DE : – 1 cathéter 24F longueur 54 cm à ballonnet en silicone volume max 500 ml – 1 seringue de 60 ml ***** H6022238 – QMAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963598 Code DGOS : DG62	Unité	81	1
431	ECARTEUR / SUSPENSEUR VOIE LAPAROSCOPIQUE Notice technique: H6022238					
431	ECARTEUR / SUSPENSEUR VOIE LAPAROSCOPIQUE	1	Annexe technique: . SUSPENSION STABLE ET EFFICACE DES ORGANES AJUSTEMENT RAPIDE DE LA HAUTEUR DE SUSPENSION DES ORGANES INTRODUCTION PERCUTANEE SANS TROCART INDICATION : chirurgie gynécologique ***** H6022238 – LBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993713 Code DGOS : DF52	Unité	75	1
432	DISPOSITIF LUMINEUX STERILE ADAPTABLE A TOUT INSTRUMENT DE CHIRURGIE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
432	DISPOSITIF LUMINEUX STERILE ADAPTABLE A TOUT INSTRUMENT DE CHIRURGIE	1	– Annexe technique: – Composants : – lentille lumineuse avec corps en silicone – anneau de fixation pour instrument – câble à relier à la console indication : éclairage du site opératoire ***** H6022258 – RCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965476 Code DGOS : DF52	Unité	25	1
432	DISPOSITIF LUMINEUX STERILE ADAPTABLE A TOUT INSTRUMENT DE CHIRURGIE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : CONSOLE D'ALIMENTATION Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 1 console d'alimentation Code DGOS : DF52	Unité	1	0
433	INTRODUCTEUR POUR INSERTION IMPLANT MAMMAIRE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
433	INTRODUCTEUR POUR INSERTION IMPLANT MAMMAIRE	1	– Annexe technique: – – Manchon stérile transparent en forme de cône souple – Film polymère souple avec surface interne recouvert d'un revêtement lubrifiant et hydrophile Indications : faciliter l'insertion des implants mammaires en gel de silicone ***** H6022258 – TBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965116 Code DGOS : DG64	Unité	20	1
434	SET DE PRELEVEMENT SANGUIN AU SCALP FOETAL Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CP GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - FIV

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
434	SET DE PRELEVEMENT SANGUIN AU SCALP FOETAL	1	. Annexe technique: . COMPOSITION DU SET : 1 amnioscope auto-éclairant 1 lancette rétractable d'incision et de prélèvement / porte-capillaire 1 double porte-capillaire 5 capillaires héparinées 10 bouchons capillaires (5 rouges, 5 blancs) 5 adapteurs avec croisillon 5 limailles 1 paraffine 5 longs cotons-tiges 5 compresses ORX 1 pince à badigeon dans un plateau emballé dans un champ stérile, prêt à l'emploi INDICATION : mesure des pH/lactates au scalp foetal durant le travail S'AGISSANT DE LA COMPOSITION DU SET : LE FOURNISSEUR PEUT FAIRE UNE PROPOSITION AVEC UNE COMPOSITION APPROCHEE QUI SERA SOUMISE A L'AVIS DES UTILISATEURS ***** H6022238 – BFAAA Code(s) interne(s) CHU : 962633 Code DGOS : DG62	Unité	40	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CQ GLYCEMIE - HOLTER - LANCETTE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
435	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR SYSTEME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE FREESTYLE LIBRE PRO ABBOTT Notice technique: H6022228					
435	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR SYSTEME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE FREESTYLE LIBRE PRO ABBOTT	1	CAPTEUR Annexe technique: . Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation du dispositif (durée de vie par patient) ***** H6022228 – AAOCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961699 Code DGOS : DA60	Unité	330	0
435	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR SYSTEME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE FREESTYLE LIBRE PRO ABBOTT	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : SYSTEMES COMPLETS DE MESURE DU GLUCOSE EN CONTINU NECESSAIRES A L'ACTIVITE : LECTEUR FREESTYLE LIBRE PRO CHUSE : 5 CHF : 2 CH ST FELICIEN : 2 ***** H6022228 – AAOCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961700 Code DGOS : DA60	Unité	4	0
436	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR SYSTÈME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE FREESTYLE LIBRE 2 ET 3 ABBOTT					
436	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR SYSTÈME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE FREESTYLE LIBRE 2 ET 3 ABBOTT	1	– Annexe technique: – Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation du dispositif (durée de vie par patient) ***** H6022228 – AAOCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	1 088	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CQ GLYCEMIE - HOLTER - LANCETTE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
436	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR SYSTÈME DE MESURE EN CONTINU DU GLUCOSE FREESTYLE LIBRE 2 ET 3 ABBOTT	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : SYSTEMES complets de mesure du glucose en continu : quantité nécessaire à l'activité : Lecteur freestyle libre 2 et 3 Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHAN : 1 CHF : 2 CH PAYS DU GIER : 1 CH LE CORBUSIER FIRMINY : 3 CH SAINT FELICIEN : 10 CH SAINT JUST LA PENDUE : 2 ***** H6022228 – AAOCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	19	0
437	LANCETTE DE SECURITE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CQ GLYCEMIE - HOLTER - LANCETTE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
437	LANCETTE DE SECURITE	1	AVEC BOUTON POUSSOIR Annexe technique: . Lancette toutes dimensions dont dimensions approchées Pointe métal diamètre 28G – 30G – profondeur de pénétration maximale 1,8 mm – 1,5 et 1 mm – rétraction automatique après ponction capillaire Indication : prélèvement pour glycémie capillaire ***** H6022218 – AAAFA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963599 / 964386 / 964467 / Code DGOS : DK53	Unité	772 150	5
438	LANCETTE DE SECURITE Notice technique: H6022218					
438	LANCETTE DE SECURITE	1	RETRACTION AUTOMATIQUE AIGUILLE Annexe technique: . APRES PONCTION CAPILLAIRE – Activation au contact lorsqu'une pression est exercée sur la peau – Profondeur de pénétration contrôlée : 1.5 mm – Dimension aiguille 30G – Indication : prélèvement capillaire en pédiatrie et néonatalogie ***** H6022218 – AAAFA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963679 Code DGOS : DK53	Unité	21 100	3
439	LANCETTE DE SECURITE POUR PRELEVEMENT CAPILLAIRE NEONATALOGIE ET PEDIATRIE Notice technique: H6022482					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CQ GLYCEMIE - HOLTER - LANCETTE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
439	LANCETTE DE SECURITE POUR PRELEVEMENT CAPILLAIRE NEONATALOGIE ET PEDIATRIE	1	Annexe technique: . Avec bouton poussoir Rétraction automatique de la lame après ponction capillaire Dimensions approchées 4 profondeurs de pénétration contrôlée 0,65 – 0,85 – 1 et 1.14 mm 4 longueurs d'incisions : 1,4 – 1,75 – 2,5 et 2.8 mm Lancettes permettant de réaliser un prélèvement sanguin capillaire en néonatalogie et pédiatrie – test de Guthrie ***** H6022218 – AAAFA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962943 / 963507 / 963508 / 964988 Code DGOS : DK53	Unité	2 500	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CR DISP INJECTION PERFUSION INSULINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
440	AIGUILLE HYPODERMIQUE POUR STYLO INJECTEUR Notice technique: H6022228					
440	AIGUILLE HYPODERMIQUE POUR STYLO INJECTEUR	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 31G 6–8mm ET 32G 4 mm Annexe technique: . Aiguille compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs Le fournisseur précise la compatibilité des aiguilles avec la liste des stylos médicaments et insulines figurant en annexe CCTP et joint à son offre les certificats attestant de la compatibilité ***** H6022228 – AAAAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963668 / 963680 / 963681 Code DGOS : DK54	Unité	152 520	3
441	INJECTEUR PORTABLE D'INSULINE PARADIGM MINIMED MMT 640G - 715 ET 780G Notice technique: H6022228					
441	INJECTEUR PORTABLE D'INSULINE PARADIGM MINIMED MMT 640G – 715 ET 780G	1	TOUTES REFERENCES – RESERVOIRS Annexe technique: . – Réservoir seringue en polypropylène – Diamètre intérieur 12 mm – Volumes utiles 1.8 ml et 3 ml ***** H6022228 – AAOAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969265 / 969347 Code DGOS : DR54	Unité	80	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CR DISP INJECTION PERFUSION INSULINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
441	INJECTEUR PORTABLE D'INSULINE PARADIGM MINIMED MMT 640G – 715 ET 780G	2	TUBULURE + CANULE Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS DE TUBULURE DONT 60 ET 110 CM TOUTES LONGUEURS DE CANULE DONT 6 / 9 / 13 ET 17 MM ***** H6022228 – AAOAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961465 / 969775 / 969776 Code DGOS : DR54	Unité	120	0
441	INJECTEUR PORTABLE D'INSULINE PARADIGM MINIMED MMT 640G – 715 ET 780G	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : injecteur portable d'insuline Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. QTE CHUSE : 6 QTE CH LE CORBUSIER : 2 Code DGOS : DR54	Unité	8	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
442	RACCORD STERILE UNIVERSEL POUR SONDE URETERALE CH 3 à 12 Notice technique: H6022238					
442	RACCORD STERILE UNIVERSEL POUR SONDE URETERALE CH 3 à 12	1	Annexe technique: . 2 raccords connectés ensemble : – 1 raccord comportant dans sa partie distale 4 zones de calibres différents (11-12 / 9-10 / 6-8 / 3-5) pouvant s'adapter à tous les diamètres de sondes urétérales (3 CH/FR à 12 CH/FR) et dans sa partie proximale un connecteur Luer verrou femelle. – 1 raccord avec un connecteur Luer verrou mâle sur la sonde et un godet sur le côté de la poche à urine Permet l'injection d'un produit de contraste (luer verrouillable pour connecter la sonde à une seringue) Permet la connexion de la sonde à une poche à urine ***** H6022238 – MAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964373 Code DGOS : DG51	Unité	805	3
443	RACCORD STERILE VISSE SONDE URETERALE / POCHE URINE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
443	RACCORD STERILE VISSE SONDE URETERALE / POCHE URINE	1	POUR SONDE CH 3 à 8 ET CH 9 A 12 Annexe technique: . 2 raccords connectés ensemble : – 1 raccord luer pour connecter la sonde urétérale à la seringue – 1 raccord comportant dans sa partie distale un connecteur luer du côté de la sonde et dans sa partie proximale un godet du côté de la poche à urine ***** H6022238 – MAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964939 Code DGOS : DG50	Unité	20	2
444	RACCORD STERILE CONIQUE SONDE URETERALE - POCHE A URINE Notice technique: H6022238					
444	RACCORD STERILE CONIQUE SONDE URETERALE – POCHE A URINE	1	CH10 / 12 Annexe technique: . – Longueur 6 cm – Charrière 10 et 12 * charrière 10 pour connecter sonde CH 3 à 10 * charrière 12 pour connecter sonde CH 9 à 12 – Extrémité distale : forme conique, percée d'un trou – Extrémité proximale : godet ***** H6022238 – MAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964426 / 964940 / Code DGOS : DG50	Unité	20	2
445	RACCORD STERILE LUER SONDE URETERALE / POCHE A URINE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
445	RACCORD STERILE LUER SONDE URETERALE / POCHE A URINE	1	Annexe technique: . Raccord longueur 62 mm extrémité distale luer verrou mâle extrémité proximale godet ***** H6022238 – MAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964427 Code DGOS : DG50	Unité	22	2
446	RACCORD STERILE SONDE URETERALE / SERINGUE LUER VERROU Notice technique: H6022238					
446	RACCORD STERILE SONDE URETERALE / SERINGUE LUER VERROU	1	Annexe technique: . Raccord pour connexion entre une sonde urétérale et une seringue luer verrou Ecrou serrant muni d'une extrémité luer verrou femelle Pour diamètre de sonde à connecter : CH 3 à 8 et CH 9 à 12 ***** H6022238 – MAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963933 Code DGOS : DG51	Unité	95	3
447	RACCORD STERILE DOUBLE ROTULE CONNEXIONS Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
447	RACCORD STERILE DOUBLE ROTULE CONNEXIONS	1	15M / 15F-22F Annexe technique: . Connexions patient – machine : 15M / 15F – 22F Capuchon pour sonde d'aspiration et orifice pour bronchoscope ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963503 Code DGOS : DR57	Unité	1 115	3
448	RACCORD STERILE ANNELE 15cm A DOUBLE ROTULE CONNEXIONS Notice technique: H6022248					
448	RACCORD STERILE ANNELE 15cm A DOUBLE ROTULE CONNEXIONS	1	22M/15F-ADAPTATEUR 22F PVC ARME Annexe technique: . Capuchon pour sonde d'aspiration et orifice pour bronchoscope ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964328 Code DGOS : DC54	Unité	7 555	3
449	RACCORD EN L FIXE CONNEXIONS 22M ET 22M / 15F Notice technique: H6022248					
449	RACCORD EN L FIXE CONNEXIONS 22M ET 22M / 15F	1	AVEC EMBOUT 6 MM Annexe technique: . – Raccord avec prise de température. – Abord respiratoire – Conditionnement unitaire. ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965212 Code DGOS : DR57	Unité	331	3
450	RACCORD DROIT 22M - 22M ET 22M - 22F Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
450	RACCORD DROIT 22M – 22M ET 22M – 22F	1	ABORD RESPIRATOIRE Annexe technique: . – Raccord sans orifice – Raccord avec orifice 7,6 mm pour aspiration – Raccord avec embout 6 mm pour oxygène – Raccord avec embout 6 mm pour prise de température Conditonnement unitaire ***** H6022248 – CLBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963529 Code DGOS : DR57	Unité	190	3
451	RACCORD STERILE POUR L'ADAPTATION D'UNE SERINGUE Notice technique: H6022258					
451	RACCORD STERILE POUR L'ADAPTATION D'UNE SERINGUE	1	A EMBOUT LUER SUR LE GODET D'UNE SONDE Annexe technique: . Embout conique mâle et embout luer verrou femelle ***** H6022258 – IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960025 Code DGOS : DG51	Unité	1 580	3
452	RACCORD CRANTE BICONIQUE DROIT STERILE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
452	RACCORD CRANTE BICONIQUE DROIT STERILE	1	SYMETRIQUE ET ASYMETRIQUE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRES EXTERNES EN MM : 4.0- 6.0/ 4.0- 6.0 3.0- 5.0/ 7.0-10.0 3.0-5.0/10.0-13.0 5.0- 7.0/10.0-13.0 6.0- 8.0/ 6.0- 8.0 7.0-9.5/ 7.0-9.5 7.0-10.0/10.0-13.0 10.0-13.0/10.0-13.0 13.5-15.5/ 5.5- 7.0 13.5-15.5/12.0-10.0 7.8-15.7/7.8-15.7 ***** H6022258 - IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969091 / 907932 / 907934 / 908207 / 960218 / 965066 / 968299 / 969224 / 969225 / 999091 / 965213 Code DGOS : DG51	Unité	11 470	3
453	RACCORD PVC BICONIQUE DROIT STERILE POUR TUBE DIAMETRE INTERNE 5-11MM Notice technique: H6022258					
453	RACCORD PVC BICONIQUE DROIT STERILE POUR TUBE DIAMETRE INTERNE 5-11MM	1	RACCORD LISSE NON CRANTE Annexe technique: . CONNECTEUR 5 EN 1 ***** H6022258 - IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907931 Code DGOS : DC54	Unité	5 900	3
454	RACCORD CRANTE EN Y STERILE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
454	RACCORD CRANTE EN Y STERILE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT Diam ext 4/6 mm – 6/8 mm – 8/10 mm – 12/14 mm ***** H6022258 – IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960115 / 907759 / 908210 / 969895 Code DGOS : DG51	Unité	634	3
455	RACCORD CRANTE GRAND Y STERILE Notice technique: H6022258					
455	RACCORD CRANTE GRAND Y STERILE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT DIAM 6/13 MM Annexe technique: . ***** H6022258 – IAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 960335 Code DGOS : DG51	Unité	600	3
456	REDUCTEUR STERILE POUR ADAPTATION D'1 SERINGUE Notice technique: H6022258					
456	REDUCTEUR STERILE POUR ADAPTATION D'1 SERINGUE	1	EMBOUT CONE SONDE SUR SONDE PETIT DIAMETRE Annexe technique: . Réducteur constitué d'un godet souple en PVC et d'un embout luer mâle ***** H6022258 – IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906729 Code DGOS : DC54	Unité	405	3
457	RACCORD DOUBLE MALE LUER VERROUILLABLE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CS RACCORD- FOSSET-VALVE ANTIRETOUR

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
457	RACCORD DOUBLE MALE LUER VERROUILLABLE	1	Annexe technique: . Obturbateur sur les 2 luer mâles. Rotating entre les deux luer mâles. ***** H6022258 – IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906861 Code DGOS : DC54	Unité	360	3
458	RACCORD DOUBLE FEMELLE LUER VERROUILLABLE Notice technique: H6022258					
458	RACCORD DOUBLE FEMELLE LUER VERROUILLABLE	1	Annexe technique: . ***** H6022258 – IAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998965 Code DGOS : DC54	Unité	3 050	3
459	FOSSET STERILE POUR SONDE Notice technique: H6022258					
459	FOSSET STERILE POUR SONDE	1	Annexe technique: . Obstruction temporaire de la lumière interne des sondes ***** H6022258 – IAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907786 Code DGOS : DF57	Unité	10 940	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
460	SONDE VESICALE SANS BALLONNET DROITE EXTREMITÉ NELATON Notice technique: H6022238					
460	SONDE VESICALE SANS BALLONNET DROITE EXTREMITÉ NELATON	1	RADIOPAQUE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 LONG 40 cm Extrémité distale fermée et émoussée avec deux orifices latéraux. Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965033 / 965034 / 965035 / 965036 Code DGOS : DG51	Unité	336	3
461	SONDE 3 VOIES GRAND DEBIT BALLONNET 30 A 50 ML					
461	SONDE 3 VOIES GRAND DEBIT BALLONNET 30 A 50 ML	1	EXTREMITÉ COUVELAIRE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH20 ET CH22 Sonde en PVC armée Longueur approchée 40 cm Extrémité droite biseautée 2 oeils opposés Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DG51	Unité	60	0
462	SONDE 3 VOIES BALLONNET 20 à 50 ML SILICONE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
462	SONDE 3 VOIES BALLONNET 20 à 50 ML SILICONE	1	EXTREMITE DROITE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . LONG 40 CM MATERIAU 100% SILICONE – Extrémité distale droite arrondie – 2 Oeils Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBBB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :963626 / 963627 / 963628 Code DGOS : DG51	Unité	1 210	3
462	SONDE 3 VOIES BALLONNET 20 à 50 ML SILICONE	2	EXTREMITE DUFOUR TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . MATERIAU 100% SILICONE – longueur approchée 40 cm – extrémité béquillée biseautée,2 oeils opposés décalés Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBBB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :963625 / 963660 / 963661 / 963659 Code DGOS : DG51	Unité	3 697	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
462	SONDE 3 VOIES BALLONNET 20 à 50 ML SILICONE	3	EXTREMITE COUVELAIRE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . MATERIAU 100% SILICONE – longueur approchée 40 cm – extrémité biseautée ouverte avec 2 oeils latéraux Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DG51	Unité	325	3
462	SONDE 3 VOIES BALLONNET 20 à 50 ML SILICONE	4	EXTREMITE MERCIER TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: – MATERIAU 100% SILICONE – Longueur approchée 40cm – Extrémité mercier fermée béquillée 2 oeils opposés décalés Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965088 Code DGOS : DG51	Unité	110	3
463	SONDE VESICALE BALLON 50 ML 2 VOIES SILICONE EXTREMITE DUFOR Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
463	SONDE VESICALE BALLON 50 ML 2 VOIES SILICONE EXTREMITE DUFOUR	1	TOUTES DIMENSIONS DONT CH 18 Annexe technique: . MATERIAU 100% SILICONE LONGUEUR APPROCHEE 40 CM EXTREMITE BEQUILLEE, 2 OEILS OPPOSES DECALES Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969384 Code DGOS : DG51	Unité	100	3
464	SONDE VESICALE BALLONNET VOLUME 50 ML - 2 VOIES Notice technique: H6022238					
464	SONDE VESICALE BALLONNET VOLUME 50 ML – 2 VOIES	1	DROITE OEILS LATERAUX CH30 – L 40 CM ENVIRON Annexe technique: . Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962837 Code DGOS : DG51	Unité	90	3
465	SONDE VESICALE PEDIATRIE BALLONNET 2 VOIES Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
465	SONDE VESICALE PEDIATRIE BALLONNET 2 VOIES	1	SILICONE DRTE CYLINDRIQUE –OEILS LATERAUX CH 6 Annexe technique: . – Ballonnet 1.5 à 3 ml – Matériau 100% silicone – Longueur 30 cm – Avec mandrin Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MBBAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960333 Code DGOS : DG51	Unité	160	3
465	SONDE VESICALE PEDIATRIE BALLONNET 2 VOIES	2	SILICONE DRTE CYLINDR. –OEILS LATERAUX CH8et10 Annexe technique: . – Ballonnet 3 à 5 ml – Matériau 100% silicone – Longueur 30 cm – Avec mandrin Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MBBAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960352 / 999152 Code DGOS : DG51	Unité	151	3
466	SONDE VESICALE PEDIATRIE BALLONNET 2 VOIES Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
466	SONDE VESICALE PEDIATRIE BALLONNET 2 VOIES	1	LATEX DROITE CYLINDR. –OEILS LATERAUX CH8 et10 Annexe technique: . – Latex avec enduction interne / externe – Ballonnet 3 à 5 ml – Longueur 30 cm – Avec mandrin Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960120 / 960121 Code DGOS : DG51	Unité	290	3
467	SONDE VESICALE BALLONNET 10 ML 2 VOIES LATEX AVEC ENDUCTION Notice technique: H6022238					
467	SONDE VESICALE BALLONNET 10 ML 2 VOIES LATEX AVEC ENDUCTION	1	OLIVIERE BEQUILLEE TIEMANN TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH 12 A 22 – LONG 40 CM – PAR INCREMENT DE 2 Latex avec enduction interne / externe Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBA code(s) informatique(s) CHU : 963481 / 962617 / 963622 / 963623 / 963624 / 963665 / 963481 Code DGOS : DG51	Unité	661	3
468	SONDE VESICALE BALLONNET 5 A 10 ML 2 VOIES LATEX SILICONE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
468	SONDE VESICALE BALLONNET 5 A 10 ML 2 VOIES LATEX SILICONE	1	OLIVAIRE BEQUILLEE TIEMANN TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH12 A CH24 LONGUEUR 40CM ENVIRON PAR INCREMENT DE 2 Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN. Code DGOS : DG51	Unité	2 490	3
469	SONDE VESICALE BALLON 5 - 10 ML 2 VOIES SILICONE Notice technique: H6022238					
469	SONDE VESICALE BALLON 5 – 10 ML 2 VOIES SILICONE	1	DROITE CYLINDR. OEILS LATERAUX TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CHARRIERE 12 à 22 PAR INCREMENT DE 2 – LONGUEUR : 40 CM – Matériau 100% silicone Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963614 / 963615 / 963662 / 963663 / 963664 / 965211 / 965363 Code DGOS : DG51	Unité	10 945	3
470	SONDE VESICALE BALLONNET 10 ML 2 VOIES SILICONE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
470	SONDE VESICALE BALLONNET 10 ML 2 VOIES SILICONE	1	BEQUILLEE TIEMANN CH 12 A 24 – 1 OEIL Annexe technique: . MATERIAU SILICONE Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN LONGUEUR APPROCHEE 40 CM ***** H6022238 – MBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963862 / 963863 / 963864 / 963865 / 963866 / 963867 / 965389 Code DGOS : DG51	Unité	1 520	3
471	SONDE VESICALE BALLONNET 5 - 10 ML 2 VOIES LATEX AVEC ENDUCTION Notice technique: H6022238					
471	SONDE VESICALE BALLONNET 5 – 10 ML 2 VOIES LATEX AVEC ENDUCTION	1	DRTE CYLIND OEILS LATERAUX TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CHARRIERE 12 A 22 PAR INCREMENT DE 2 – 20 CM LONGUEUR 20 CM Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 – MBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962000 Code DGOS : DG51	Unité	50	1
472	SONDE VESICALE BALLON 10 ML 2 VOIES LATEX AVEC ENDUCTION Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
472	SONDE VESICALE BALLON 10 ML 2 VOIES LATEX AVEC ENDUCTION	1	DROITE CYLIND OEILS LATERAUX TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CHARRIERE 12 à 26 PAR INCREMENT DE 2 – LONG 40 CM Latex avec enduction interne / externe Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963525 / 963690 / 963691 / 963692 / 963693 / 963715 Code DGOS : DG51	Unité	10 364	3
473	SONDE VESICALE BALLON 10 ML 2 VOIES LATEX SILICONE					
473	SONDE VESICALE BALLON 10 ML 2 VOIES LATEX SILICONE	1	DROITE CYLINDRIQUE OEILS LATERAUX Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT CH12 A CH30 PAR INCREMENT DE 2 LONGUEUR 40 CM ENVIRON Code DGOS : DG51	Unité	4 380	3
474	SONDE VESICALE SANS BALLONNET Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
474	SONDE VESICALE SANS BALLONNET	1	AUTOLUBRIFIEE POUR AUTOSONDAGE Annexe technique: . ENFANT - FEMME - HOMME DROITE ET BEQUILLEE TOUTES DIMENSIONS DONT CH 6 - 10 - 12 - 14 ET 18 LONGUEURS 20 ET 40 CM PRESENTATION EN SACHET UNITAIRE STERILE Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022238 - MBABA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960644/ 960645 / 963062 / 960643 / 960642/ 963934 Code DGOS : DG51	Unité	7 640	3
475	SONDE VESICALE SANS BALLONNET AUTOLUBRIFIEE					
475	SONDE VESICALE SANS BALLONNET AUTOLUBRIFIEE	1	POUR HETEROSONDAGE Annexe technique: . SONDE DIRECTEMENT RELIEE A UNE POCHE DE RECUEIL URINAIRE DE VOLUME APPROCHE 1 LITRE MUNIE D'UNE VALVE ANTI REFLUX, D'UN DISPOSITIF DE VIDANGE. SYSTEME CLOS SONDES TOUTES DIMENSIONS DONT CH10 - 12 - 14 - 16 - 18 Le fournisseur précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Code DGOS : DG51	Unité	2 610	3
476	SONDE URETRALE SANS BALLONNET DE MERCIER Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CT SONDE VESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
476	SONDE URETRALE SANS BALLONNET DE MERCIER	1	EXTREMITE DISTALE BEQUILLEE Annexe technique: . 2 OEILS OPPOSES ET DECALES DONT 1 AU NIVEAU DE LA BEQUILLE CH6 A 26 LONG 40CM SANS LATEX INDICATION : drainage vésical temporaire ***** H6022238 – MBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961142 / 991143 / 961293 / 961294 Code DGOS : DG51	Unité	56	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CU SONDE URETERALE - URETEROSTOMIE - CATHETER DILATATION URETERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
477	SONDE URETERALE CH 3 A 9 Notice technique: H6022238					
477	SONDE URETERALE CH 3 A 9	1	DROITE OLIVAIRES 2 OEILS Annexe technique: . LONG 70 CM – RADIOPAQUE GRADUEE AU CM- AVEC MANDRIN – Charrière 3 à 9 par incrément de 1 – 1 raccord livré avec chaque sonde ***** H6022238 – MCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908143 / 965037 / 965038 Code DGOS : DG51	Unité	125	2
477	SONDE URETERALE CH 3 A 9	2	DROITE OUVERTE EN BISEAU 2 OEILS Annexe technique: . LONG 70 CM – RADIOPAQUE GRADUEE AU CM- AVEC MANDRIN – Charrière 3 à 9 par incrément de 1 – 1 raccord livré avec chaque sonde ***** H6022238 – MCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :908150 Code DGOS : DG51	Unité	370	2
478	SONDE URETERALE OUVERTE LONG 70 CM Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CU SONDE URETERALE - URETEROSTOMIE - CATHETER DILATATION URETERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
478	SONDE URETERALE OUVERTE LONG 70 CM	1	EXTREMITE DROITE EMOUSSEE SANS OEIL LATERAL – EXTREMITE BEQUILLEE CONIQUE AVEC 2 OEILS LATERAUX Annexe technique: . GRADUEE AU CM RADIO-OPAQUE – tous diamètres dont CH 5 et 7 – avec mandrin – permet le passage d'un guide 0.038 (0,97 mm) – conditionné avec un raccord luer amovible INDICATIONS : sonde pour cathétérisme temporaire de l'uretère admettant le passage d'un guide et permettant l'injection d'eau ou de sérum physiologique stérile, afin de repousser un calcul urétéral vers le bassin, avant lithotripsie extra corporelle ***** H6022238 – MCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906906 / 964431 / 969875 Code DGOS : DG51	Unité	765	2
479	SONDE URETERALE DROITE OUVERTE LONG 70 CM Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CU SONDE URETERALE - URETEROSTOMIE - CATHETER DILATATION URETERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
479	SONDE URETERALE DROITE OUVERTE LONG 70 CM	1	CONIQUE 2 OEILS LATERAUX OPPOSES ET DECALES Annexe technique: . GRADUEE AU CM RADIO-OPAQUE - tous diamètres dont CH 5 et 7 - avec mandrin - permet le passage d'un guide 0.021 (0,54 mm) - conditionné avec un raccord luer amovible INDICATIONS : sonde pour cathétérisme temporaire de l'uretère admettant le passage d'un guide et permettant l'injection d'eau ou de sérum physiologique stérile, afin de repousser un calcul urétéral vers le bassinnet, avant lithotripsie extra corporelle ***** H6022238 – MCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962942 Code DGOS : DG51	Unité	35	2
480	CATHETER A BALLONNET POUR DILATATION URETERALE FOURNI AVEC INFLATEUR Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CU SONDE URETERALE - URETEROSTOMIE - CATHETER DILATATION URETERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
480	CATHETER A BALLONNET POUR DILATATION URETERALE FOURNI AVEC INFLATEUR	1	. Annexe technique: . BALLONNET HAUTE PRESSION CATHETER 6F LONGUEUR 75 CM 1 BALLONNET HAUTE PRESSION 20 ATMOSPHERES DIAMETRE 4 A 10 MM LONGUEUR 40 A 100 MM COMPATIBLITE GUIDE 0.038, VOIE CYSTOSCOPIQUE ***** H6022238 – MEBA Code(s) interne(s) CHU : 964207 / 998872 Code DGOS : DG52	Unité	7	0
481	SONDE URETEROSTOMIE CUTANEE					
481	SONDE URETEROSTOMIE CUTANEE	1	EXTREMITE BISEAU TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH8 – CH10 – CH12 – CH14 – Sonde en silicone – Extrémité distale en biseau 5 oeils opposés et décalés – Longueur approchée 45 cm – Ligne radio opaque – Extrémité proximale godet – graduation sur 30 cm environ Indication : Cathétérisme court terme d'une urétérostomie cutanée / Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DG51	Unité	35	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
482	POCHE URINE 4 LITRES - GRADUEE Notice technique: H6022238					
482	POCHE URINE 4 LITRES – GRADUEE	1	SITE PRELEVEMENT – VALVE ANTIREFLUX Annexe technique: . SYSTEME VIDANGE DISP FIXATION – Poche graduée avec : * Site de prélèvement sur le connecteur de sonde, compatible avec prélèvement en système clos sous-vide sans aiguille * Tubulure large calibre 120 cm avec connecteur à embout crénelé universel muni d'un capuchon de stérilité * Valve anti reflux * Système de vidange de manipulation aisée sans aucun contact direct avec le tube de vidange * Chambre antibactéries * Dispositif de fixation * Présentation sachet individuel stérile pelable LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960483 Code DGOS : DG50	Unité	4 430	3
483	POCHE URINE 2 LITRES - GRADUEE SITE PRELEVEMENT Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
483	POCHE URINE 2 LITRES – GRADUEE SITE PRELEVEMENT	1	VALVE ANTIREFLUX SYSTEME VIDANGE DISP FIXATION Annexe technique: . – Poche graduée avec : * Site de prélèvement sur le connecteur de sonde, compatible avec prélèvement en système clos sous-vide sans aiguille * Tubulure large calibre 120 cm environ avec connecteur à embout crénelé universel muni d'un capuchon de stérilité * Valve anti reflux * Système de vidange de manipulation aisée sans aucun contact direct avec le tube de vidange * Chambre antibactéries * Dispositif de fixation * Prise d'air avec filtre * Présentation sachet individuel stérile pelable LE FABRICANT PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963513 Code DGOS : DG50	Unité	8 800	3
484	POCHE URINE 2 LITRES - GRADUEE - SITE PRELEVEMENT Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
484	POCHE URINE 2 LITRES – GRADUEE – SITE PRELEVEMENT	1	VALVE ANTIREFLUX SYSTEME VIDANGE Annexe technique: . Poche graduée avec : * Site de prélèvement sur le connecteur de sonde, compatible avec prélèvement en système clos sous-vide sans aiguille * Tubulure large calibre 120 cm avec connecteur à embout crénelé universel muni d'un capuchon de stérilité * Valve anti reflux * Système de vidange de manipulation aisée sans aucun contact direct avec le tube de vidange * Présentation sachet individuel stérile pelable LE FABRICANT PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963714 Code DGOS : DG50	Unité	9 070	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
484	POCHE URINE 2 LITRES – GRADUEE – SITE PRELEVEMENT	2	VALVE ANTIREFLUX SYSTEME VIDANGE AVEC DISPOSITIF Annexe technique: . DE FIXATION Le fournisseur si il ne dispose pas d'une poche avec dispositif de fixation fait une offre pour 1 poche et pour un système de fixation. Poche graduée avec : * Site de prélèvement sur le connecteur de sonde, compatible avec prélèvement en système clos sous-vide sans aiguille * Tubulure large calibre 120 cm avec connecteur à embout crénelé universel muni d'un capuchon de stérilité * Valve anti reflux * Système de vidange de manipulation aisée sans aucun contact direct avec le tube de vidange * Système de fixation * Présentation sachet individuel stérile pelable LE FABRICANT PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DG50	Unité	12 050	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
484	POCHE URINE 2 LITRES – GRADUEE – SITE PRELEVEMENT	3	SYSTÈME DE FIXATION SEUL Annexe technique: . – Compatible ave la poche à urine du sous lot 1 Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 Code DGOS : DG50	Unité	1 535	3
485	DISPOSITIF POUR MESURE DE LA DIURESE HORAIRE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
485	DISPOSITIF POUR MESURE DE LA DIURESE HORAIRE	1	DISPOSITIF POUR MESURE DE LA DIURESE HORAIRE Annexe technique: . Système double comprenant : – Un urimètre 200 à 400ml gradué tous les 5 ml. – Une poche graduée vidangeable volume approché 2000ml: * Site de prélèvement sur le connecteur de sonde, compatible avec prélèvement en système clos sous-vide sans aiguille * Prise d'air avec filtre * Tubulure large calibre de 1,20 m avec site de prélèvement et embout cranté universel muni d'un capuchon de stérilité * Système de vidange pour l'urimètre et trop plein automatique vers la poche * Système de vidange de manipulation aisée sans aucun contact direct avec le tube de vidange * Dispositif anti reflux * Dispositif de fixation * Système compact de faible hauteur : environ 30 cm LE FABRICANT PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963514 Code DGOS : DG50	Unité	1 500	3
486	POCHE URINE STERILE DE JAMBE - 500ML et 800ML - SITE PRELEVEMENT Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CV POCHE A URINE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
486	POCHE URINE STERILE DE JAMBE – 500ML et 800ML – SITE PRELEVEMENT	1	VALVE ANTIREFLUX – SYSTEME DE VIDANGE Annexe technique: . LE FABRICANT PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose aussi une poche de volume approché 800 et un système de maintien. Ennov : CHUSE-PRO-00049.3 / CHUSE-PRO-00589 / CHUSE-PRO-00063.2 / CHUSE-PRO-00061.2 ***** H6022238 – MDBAA code(s) informatique(s) CHU : 963515 Code DGOS : DG50	Unité	4 000	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
487	SONDE POUR ENTEROCYSTOPLASTIE TOUTES DIMENSIONS DONT CH8 A 14 - L 120 CM Notice technique: H6022238					
487	SONDE POUR ENTEROCYSTOPLASTIE TOUTES DIMENSIONS DONT CH8 A 14 - L 120 CM	1	RADIOOPAQUE MULTIPERFOREE SUR 10 CM 6 OEILS Annexe technique: . SONDE EN PVC AVEC RACCORD LUER ***** H6022238 – MCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908134 / 908133 / 963383 Code DGOS : DG51	Unité	54	1
488	SONDE DE PEZZER DROITE CH 12 - 40 CM ENVIRON Notice technique: H6022238					
488	SONDE DE PEZZER DROITE CH 12 - 40 CM ENVIRON	1	– Annexe technique: . Par incrément de 2 Longueur approchée 40 cm Indication : cathétérisation de la vessie après intervention chirurgicale ***** H6022238 – MBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965414 / 965415 / 965146 / 965417 Code DGOS : DG51	Unité	16	0
489	TUTEUR PROSTATIQUE TEMPORAIRE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
489	TUTEUR PROSTATIQUE TEMPORAIRE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 20F Annexe technique: Longueur partie prostatique 80 mm / partie bulbaire 32mm environ – Indications : rétablissement du flux urinaire permettant la miction chez les hommes atteints de rétention urinaire aigue ou chronique. – Composition : – 1 stent prostatique – 2 dilateurs (22 et 24 fr) ***** H6022238 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DG51	Unité	5	0
490	EVACUATEUR DE COPEAUX APRES RESECTION TRANS-URETRALE Notice technique: H6022238					
490	EVACUATEUR DE COPEAUX APRES RESECTION TRANS-URETRALE	1	. Annexe technique: . COMPOSITION : – RESERVOIR SOUPLE A PRESSER AVEC FILTRE ET COUVERCLE – TUBE DE CONNEXION UNIVERSEL COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MARQUES DE RESECTEURS DONT OLYMPUS ET STORZ ***** H6022238 – MFDAA Code(s) interne(s) CHU/CR : 964221 Code DGOS : DG51	Unité	750	3
491	NECESSAIRE POUR CYSTOSCOPIE ET IRRIGATION Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
491	NECESSAIRE POUR CYSTOSCOPIE ET IRRIGATION	1	VESICALE Annexe technique: . – Perforateur plastique – Chambre compte gouttes rigide – Tubulure 180 cm – Régulateur de débit par pince à roulette – Raccord cranté prolongé par une tubulure en silicone amovible pour connexion au cystoscope ***** H6022238 – MFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999161 Code DGOS : DG51	Unité	3 750	3
492	NECESSAIRE POUR RESECTION TRANSURETRALE EN Y Notice technique: H6022238					
492	NECESSAIRE POUR RESECTION TRANSURETRALE EN Y	1	. Annexe technique: . – 2 perforateurs plastiques avec 2 clamps sur le Y qui les reliant à la chambre – Chambre compte goutte rigide – Tubulure 180 cm – Régulateur de débit par pince à roulette – Raccord cranté prolongé par une tubulure amovible en silicone de 15 cm pour connexion au cystoscope ***** H6022238 – MFAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999162 Code DGOS : DG51	Unité	3 185	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
493	BOUGIE FILIFORME ARMEE LONG 30 CM CH 3-4-5-6-7 Notice technique: H6022238					
493	BOUGIE FILIFORME ARMEE LONG 30 CM CH 3-4-5-6-7	1	Annexe technique: . – Extrémité distale : droite, bout arrondi – Extrémité proximale : coupe droite comportant une armature filiforme mâle – Pas de vis mâle de diamètre 1,6 mm – Indications : prise en charge des sténoses urétrales ***** H6022238 – MEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968151 / 968152 / 968153 / 968154 / 968155 Code DGOS : DG52	Unité	59	1
494	BOUGIE DE PHILIPS Notice technique: H6022238					
494	BOUGIE DE PHILIPS	1	LONG 34 CM CHARRIERES 8 A 24 PAR INCREMENT DE 2 Annexe technique: . – Extrémité distale : bout effilé comportant une armature femelle – Pas de vis femelle de diamètre 1,6 mm – Extrémité proximale droite munie d'un culot Indication : prise ne charge des sténoses urétrales ***** H6022238 – MEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968432 / 968433 / 968434 / 968435 / 968403 / 968404 / 968405 / 968406 / 968407 Code DGOS : DG52	Unité	68	1
495	BOUGIE URETRALE OLIVIERE DROITE LONG 34 CM Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
495	BOUGIE URETRALE OLIVAIRES DROITE LONG 34 CM	1	1 BOUGIE CH 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 Annexe technique: . – Extrémité distale : droite, bout olivaire – Extrémité proximale : coupe droite – Indications ; dilatation des sténoses de l'urètre et/ou du méat ***** H6022238 – MEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962868 / 962867 / 962866 / 962774 / 962775 / 968410 / 968411 / 968412 / 968413 / 968414 / 968415 / 968416 Code DGOS : DG52	Unité	630	2
496	CATHETER DE DILATATION URETRAL BALLONNET ACTIF A ELUTION DE PACLITAXEL					
496	CATHETER DE DILATATION URETRAL BALLONNET ACTIF A ELUTION DE PACLITAXEL	1	TOUTES DIMENSIONS LONGUEURS ET DIAMETRES Annexe technique: – 18 à 30 Fr longueur 75 cm, ballonnet longueur 3 à 5 cm Le cathéter est proposé avec le dispositif de gonflage du ballonnet. 1 Indication : traitement de la sténose récurrente de l'urètre antérieur chez l'homme adulte. ***** H6022616 – H6022258 Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965508 / 980040 Code DGOS : DG52	Unité	5	0
497	DILATATEUR URETERAL EXTREMITE CONIQUE AVEC UN Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
497	DILATATEUR URETERAL EXTREMITÉ CONIQUE AVEC UN	1	ORIFICE TERMINAL – LONG 60 CM Annexe technique: . – Dilatateur radio – opaque gradué tous les cm avec une double graduation tous les 5 cm – 9 tailles de CH 6/8 à CH 14/16 Diamètre extrémité distale : 6 à 14 par incrément de 1 Diamètre du corps : 8 à 16 par incrément de 1 ***** H6022238 – MEBA code(s) informatique(s) CHU : 968251 / 968252 / 968253 / 962646 Code DGOS : DG52	Unité	147	2
498	AIGUILLE D'INJECTION CYSTOSCOPIQUE DE WILLIAMS Notice technique: H6022238					
498	AIGUILLE D'INJECTION CYSTOSCOPIQUE DE WILLIAMS	1	5F – 23G Annexe technique: . Aiguille d'injection (5F) – 23G – 35 cm long Gaine polyuréthane Embout luer verrou femelle INDICATION : Injection dans les sténoses urétrales, col de la vessie, parois vésicales ***** H6022238 – MFBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968782 Code DGOS : DG51	Unité	98	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
498	AIGUILLE D'INJECTION CYSTOSCOPIQUE DE WILLIAMS	2	AIGUILLE TROCART ACCES PERCUTANE Annexe technique: . 18G – 20 cm long – Aiguille non échogène INDICATION : accès percutané pour néphrostomie ***** H6022238 – EBBEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907564 Code DGOS : DG51	Unité	5	1
498	AIGUILLE D'INJECTION CYSTOSCOPIQUE DE WILLIAMS	3	AIGUILLE TROCART ACCES PERCUTANE Annexe technique: . 18G – 20 CM LONG Aiguille échogène Indication : accès percutané pour nephrostomie ***** H6022238 – EBBEA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985080 Code DGOS : DG51	Unité	4	1
499	MANDRIN DE FREUDENBERG EN ACIER INOXYDABLE STERILE					
499	MANDRIN DE FREUDENBERG EN ACIER INOXYDABLE STERILE	1	EXTREMITE DISTALE COURBE BISEAUTEE Annexe technique: . EXTREMITE PROXIMALE A LARGE BOUCLE EN POSITION FERMEE INDICATION : rigidification et / ou béquillage d'une sonde urinaire et / ou prostatique en cas de difficulté de pose chez l'homme Code DGOS : DG51	Unité	38	0
500	FIBRE LASER					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
500	FIBRE LASER	1	A USAGE MULTIPLE COMPATIBLE AVEC LE LASER LUMENIS Annexe technique: . 100H Tous diamètres de fibres dont 200, 550 et 1000 µm Indication : urologie Code DGOS : DG65	Unité	13	0
500	FIBRE LASER	2	A USAGE UNIQUE COMPATIBLE AVEC LE LASER LUMENIS Annexe technique: . 100H Tous diamètres de fibres dont 200, 300 et 550 µm. Indication : urologie Code DGOS : DG65	Unité	15	0
501	FIBRE LASER A USAGE MULTIPLE					
501	FIBRE LASER A USAGE MULTIPLE	1	LITHOTRITIE, ABLATION OU VAPORISATION DE TISSUS Annexe technique: . Fibre toutes dimensions dont 230 microns, 365 microns et 600 microns longueur 300 cm Compatible générateur laser Calculase II SCB 27750201-1 KARL STORZ Réutilisable 9 fois, un compteur de stérilisation sur le générateur permet de suivre le nombre de stérilisations Code DGOS : DG65	Unité	1	0
502	SET DE DRAINAGE VESICAL SUS PUBIEN Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
502	SET DE DRAINAGE VESICAL SUS PUBIEN	1	METHODE SELDINGER Annexe technique: . LE SET COMPREND 1 AIGUILLE DE PONCTION 18G 120 mm 1 GUIDE METALLIQUE EXTREMITE MOUSSE 1 DILATATEUR SECABLE 1 SONDE DE FOLEY EN SILICONE 2 VOIES TOUTES CHARRIERES DONT CH 8 ET CH 14 LONGUEURS APPROCHEES 40 CM LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) ***** H6022238 – MGAAA code(s) interne(s) CHU : 985062 / 985064 Code DGOS : DG51	Unité	245	1
503	KIT NEPHROSTOMIE PERCUTANEE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
503	KIT NEPHROSTOMIE PERCUTANEE	1	CH8 à 12 Annexe technique: . – Une sonde en J en polyuréthane Longueur 29 cm Extrémité rénale : crosse ouverte avec oeils Extrémité poche munie d'un raccord Luer Un mandrin métallique – Deux aiguilles de CHIBA Longueur 20 cm – Diamètre 1,3 mm (18G) Longueur 20 cm – Diamètre 0,7 mm (22G) – Un guide de Seldinger Longueur 80 cm Diamètre 0,038" (0,97 mm) Extrémité distale flexible en J sur 5 cm Guide très rigide "Extra Stiff" – Un jeu de 1 à 3 dilateurs et 1 dilateur à gaine de travail ***** H6022238 – JIAAA code(s) interne(s) CHU : 993649 / 964694 / Code DGOS : DG51	Unité	115	1
504	GAINE D'ACCES AVEC CANAL D'ASPIRATION POUR URETEROSCOPE SOUPLE					
504	GAINE D'ACCES AVEC CANAL D'ASPIRATION POUR URETEROSCOPE SOUPLE	1	TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS JUSQU'À 50CM ENVIRON Annexe technique: – ***** H6022238 – MEBAA code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DG56	Unité	107	2
505	GAINES D'ACCES POUR URETEROSCOPE SOUPLE ADULTE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
505	GAINE D'ACCES POUR URETEROSCOPE SOUPLE ADULTE	1	TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS JUSQU'A 50 CM ENVIRON Annexe technique: . ***** H6022238 – MEBA Code(s) interne(s) CHU : 963808 / 963809 Code DGOS : DG56	Unité	168	3
506	PINCE BIOPSIE FLEXIBLE POUR URETEROSCOPE SOUPLE Notice technique: H6022228					
506	PINCE BIOPSIE FLEXIBLE POUR URETEROSCOPE SOUPLE	1	. Annexe technique: . – DIAMETRE EXTERNE DE LA PINCE 3F (1 MM) – LONGUEUR UTILE 115 CM ***** H6022228 – EBEA Code(s) interne(s) CHU : 969955 Code DGOS : DK52	Unité	39	1
507	EXTRACTEUR DE CALCULS URINAIRES A CAGE AUTOEXPANSIBLE POUR URETEROSCOPE SOUPLE Notice technique: H6022258					
507	EXTRACTEUR DE CALCULS URINAIRES A CAGE AUTOEXPANSIBLE POUR URETEROSCOPE SOUPLE	1	. Annexe technique: . GAINE FLEXIBLE DIAMETRE EXTERNE 1,9 F LONGUEUR UTILE 120 CM ***** H6022258 – KJAA Code(s) interne(s) CHU : 964028 / 965381 Code DGOS : DG52	Unité	167	1
508	PINCE A ABLATION DE CORPS ETRANGER					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
508	PINCE A ABLATION DE CORPS ETRANGER	1	COMPATIBLE AVEC CYSTOSCOPE OLYMPUS CYF-5 Annexe technique: . - Pour canal opérateur de 2mm minimum - Diamètre 1,8mm - Longueur approchée 60cm - Machoire type dents de rats - Ouverture de mors 9,8mm environ Code DGOS : DG56	Unité	255	0
509	CYSTOSCOPE A USAGE UNIQUE					
509	CYSTOSCOPE A USAGE UNIQUE	1	TOUTES DIMENSIONS Code DGOS : DG56	Unité	1 685	3
509	CYSTOSCOPE A USAGE UNIQUE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: - Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : un moniteur de visualisation. CHUSE : 3 moniteurs CHR : 2 moniteurs CH LE CORBUSIER FIRMINY : 1 moniteur Code DGOS : DG56	Unité	7	0
510	URETEROSCOPE SOUPLE A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
510	URETEROSCOPE SOUPLE A USAGE UNIQUE	1	Annexe technique: . ***** H6022238 – MCDAA Code(s) interne(s) CHU : 962370 / 965107 Code DGOS : DG56	Unité	310	0
510	URETEROSCOPE SOUPLE A USAGE UNIQUE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 2 CONSOLE (CHUSE) 1 CONSOLE (CHAN) 1 CONSOLE (CHR) 1 CONSOLE (CHF) 1 CONSOLE (HLC) Code DGOS : DG56	Unité	6	0
511	MORCELLATEUR UNIDRIVE S3/SELECT POMPE A GALETS K.STORZ UROMAT EASI/SELECT ENDOMAT Notice technique: H6022238					
511	MORCELLATEUR UNIDRIVE S3/SELECT POMPE A GALETS K.STORZ UROMAT EASI/SELECT ENDOMAT	1	HAMOU/UNIMAT SPILOTS2 : TUBULURE D'ASPIRATION USAGE UNIQUE Annexe technique: . ***** H6022238 – QHAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :963747 Code DGOS : DF52	Unité	205	1
511	MORCELLATEUR UNIDRIVE S3/SELECT POMPE A GALETS K.STORZ UROMAT EASI/SELECT ENDOMAT	2	TUBULURE D'IRRIGATION USAGE UNIQUE AVEC 2 PERCUTEURS Annexe technique: . Tubulures avec capteur de pression ***** H6022238 – QHAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962323 Code DGOS : DF52	Unité	770	1
511	MORCELLATEUR UNIDRIVE S3/SELECT POMPE A GALETS K.STORZ UROMAT EASI/SELECT ENDOMAT	3	FILTRE TAMIS DE RECUPERATION DE TISSUS Code DGOS : DF52	Unité	12	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
511	MORCELLATEUR UNIDRIVE S3/SELECT POMPE A GALETS K.STORZ UROMAT EASI/SELECT ENDOMAT	4	LAMES DROITES DIAM 4MM-LONG 40CM RESTERILISABLES Annexe technique: . Pour utilisation avec pièce à main du shaver Drill Cut-X II REF 27702050 Le fournisseur précise les méthodes de traitement et le nombre de traitements validés par lame ***** Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :753902 Code DGOS : DF52	Unité	10	0
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400 Notice technique: H6022238					
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400	1	RESECTION BIPOLAIRE Annexe technique: - Electrode anse toutes dimensions et boule Toutes angulations dont 12 et 30 degrés INDICATIONS : résection de vessie et prostate ***** H6022238 – KAAAB Code(s) interne(s) au CHU : 962736 / 965113 / 963737 / 965114 Code DGOS : DF52	Unité	620	1
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400	2	ANSE DE VAPORISATION BIPOLAIRE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 24 – 28Fr Angulation 12° et 30° INDICATIONS : résection de vessie et prostate ***** H6022238 – KAAAB Code(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	43	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ CW UROLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400	3	ANSE DE RESECTION MONOPOLAIRE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 24F ANGULATION 12 DEGRES ***** H6022258 – KAAAB Code(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DF52	Unité	24	1
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400	4	AIGUILLE DE RESECTION MONOPOLAIRE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 24F – 28F, ANGULATION 45 DEGRES Code DGOS : DF52	Unité	0	1
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400	5	VAPORISATION PLASMA Annexe technique: – Electrode aiguille 12° et 30° et anse coudée 45° ***** H6022238 – KAAAB Code(s) interne(s) au CHU : 963738 Code DGOS : DF52	Unité	24	1
512	ELECTRODE COMPATIBLE RESECTEUR OLYMPUS ESG400	6	MISE A DISPOSITION : GENERATEUR BIPOLAIRE Annexe technique: . 1 GENERATEUR POUR LE CHR Code DGOS : DF52	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ CZ GEL ECHOGRAPHIE - GEL LUBRIFIANT

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
513	GEL ECHOGRAPHIE STERILE SACHET 20 ML Notice technique: H6022258					
513	GEL ECHOGRAPHIE STERILE SACHET 20 ML	1	Annexe technique: . Gel de transmission ultrasonique stérile ***** H6022238 – MADAA Code(s) Informatique(s) interne(s) CHU : 963516 Code DGOS : DK50	Unité	7 736	3
514	GEL LUBRIFIANT NEUTRE Notice technique: H6022238					
514	GEL LUBRIFIANT NEUTRE	1	STERILE SACHET DE 5 A 7 GRAMMES Annexe technique: . Gel médical de couleur neutre non gras Gel compatible avec tous les types de matériaux tels que latex, silicone, PVC, polyoléfine, styrène, polyamide... INDICATIONS : endoscopie – gynécologie / obstétrique – urologie Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose également un conditionnement tube de 5 grammes ***** H6022238 – MADAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961740 Code DGOS : DF57	Unité	15 730	3
515	GEL LUBRIFIANT NEUTRE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ CZ GEL ECHOGRAPHIE - GEL LUBRIFIANT

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
515	GEL LUBRIFIANT NEUTRE	1	STERILE TUBE DE 80 GRAMMES ENVIRON Annexe technique: . – gel médical de couleur neutre non gras – gel compatible avec tous les types de matériaux tels que latex, silicone, PVC, polyoléfine, styrène, polyamide... INDICATION : endoscopie – gynécologie / obstétrique – urologie Code DGOS : DF57	Unité	795	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
516	SET ANESTHESIE PERIDURALE Notice technique: H6022258					
516	SET ANESTHESIE PERIDURALE	1	PEDIATRIE Annexe technique: . Composition et dimensions approchées : – Un Cathéter 20G – 100 cm Extrémité ouverte – radio opaque marquage demi centimétrique à partir de l'extrémité distale – Une Aiguille de Tuohy 18G – Longueur 50 mm avec embase plastique transparente et ailettes amovibles + mandrin – Un Filtre 0,2 microns – Un Raccord intermédiaire à ailettes souples et tube prolongateur – Une Seringue luer pour repérage de l'espace péri-dural Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et/ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968097 Code DGOS : DN50	Unité	40	3
517	SET ANESTHESIE PERIDURALE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
517	SET ANESTHESIE PERIDURALE	1	ADULTE Annexe technique: . Composition et dimensions approchées : – Une aiguille de Tuohy 17G/18G, longueur : 90 mm et mandrin – Un Cathéter radio opaque sur toute la longueur Diam 19 à 20G Graduation de cm en cm Longueur 90 à 100 cm Marquage sur l'extrémité du cathéter pour contrôle de l'intégrité du produit après retrait Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une offre pour un cathéter à extrémité fermée et un cathéter à extrémité ouverte – Un Raccord s'adaptant par simple vissage sur l'extrémité libre du cathéter pour connexion sûre à une seringue ou un filtre – Un filtre plat 0,2 micron à embouts luer verrou mâle/femelle – Une seringue 10 ml embout luer pour repérage de l'espace péri-dural – Dispositif sans latex Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907685 Code DGOS : DN50	Unité	6 300	3
518	CATHETER PERIDURAL 20G EXTREMITÉ FERMÉE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
518	CATHETER PERIDURAL 20G EXTREMITÉ FERMÉE	1	Diam ext 0,85mm – Diam int 0,45mm – 100cm RADIOPAQUE Annexe technique: . – Cathéter gradué de cm en cm avec 3 ouvertures latérales – Cathéter radioopaque sur toute la longueur – Compatible avec introducteur : aiguille Tuohy 18G – Raccord s'adaptant par simple vissage sur l'extrémité libre du cathéter pour connexion sûre à un filtre ou une seringue – Marquage sur l'extrémité du cathéter pour contrôle de l'intégralité du dispositif après retrait Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et/ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960206 Code DGOS : DN50	Unité	165	3
519	AIGUILLE ANESTHESIE RETROBULBAIRE / PERIBULBAIRE Notice technique: H6022258					
519	AIGUILLE ANESTHESIE RETROBULBAIRE / PERIBULBAIRE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . dont : 0,5 x 32 mm – 25G et 0,4 x 32 mm – 27G Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et/ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FDAAA code(s) informatique(s) CHU : 964177 / 965175 Code DGOS : DN50	Unité	862	3
520	AIGUILLE ANESTHESIE BLOC 21 A 24G Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
520	AIGUILLE ANESTHESIE BLOC 21 A 24G	1	Annexe technique: . – Aiguille pour bloc plexique et périphérique Biseau 30° environ Longueur 40 à 110 mm – Aiguille connectée sur prolongateur 60 cm environ – Aiguille échogène INDICATION : bloc simple (injection unique) Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DN50	Unité	330	3
521	AIGUILLE ANESTHESIE BLOC PARACERVICAL Notice technique: H6022258					
521	AIGUILLE ANESTHESIE BLOC PARACERVICAL	1	Annexe technique: . Aiguille à biseau oblique 20G 270mm, munie d'un trocart comprenant une "bille repère" placée à 4 ou 6 mm du bout distal et d'une ligne PVC 200mm avec 1 embout luer verrou femelle et un capuchon. INDICATION : Dispositif pour anesthésie loco-régionale de l'utérus : IVG, conisation, cerclage, hystérectomie Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963355 Code DGOS : DN50	Unité	425	3
522	SET BLOC PLEXIQUE + PERIPHERIQUE CONTINU AVEC Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
522	SET BLOC PLEXIQUE + PERIPHERIQUE CONTINU AVEC	1	CATHETER MONTE DIRECTEMENT DANS AIG NEUROSTIM Annexe technique: . COMPOSITION : – aiguille neurostimulation 18 G et 19 G toutes "pointes" dont tuohy et pointe facettes, avec graduation ; toutes longueurs dont 50 et 100 mm ; aiguille avec câble électrique – cathéter en polyamide 20G avec mandrin gradué radio-opaque, orifice distal – longueur cathéter 50 cm Le cathéter est monté directement à travers l'aiguille sans canule intermédiaire – adaptateur – tubulure d'injection amovible – un filtre 0.2 micron souhaité – un dispositif pour fixation du cathéter et du filtre Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968584 / 969027 / 969495 / 969496 Code DGOS : DN50	Unité	240	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
522	SET BLOC PLEXIQUE + PERIPHERIQUE CONTINU AVEC	2	CATHETER MONTE DIRECTEMENT DANS AIG NEUROSTIM Annexe technique: . COMPOSITION : - l'aiguille et le cathéter sont échogènes - aiguille neurostimulation 18 G et 19 G toutes "pointes" dont tuohy et pointe facettes, avec graduation ; toutes longueurs dont 50 et 100 mm ; aiguille avec câble électrique - Cathéter en polyamide 20G avec mandrin, gradué, radio-opaque, orifice distal – longueur cathéter 50 cm Le cathéter est monté directement à travers l'aiguille sans canule intermédiaire - adaptateur - tubulure d'injection amovible - un filtre 0.2 micron souhaité - un dispositif pour fixation du cathéter et du filtre Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993744 Code DGOS : DN50	Unité	30	3
523	AIGUILLE POUR NEUROSTIMULATION Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
523	AIGUILLE POUR NEUROSTIMULATION	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 20 A 24G LONG. 25 à 150MM Annexe technique: . Aiguilles pour ponction atraumatique et neurostimulation à connecter à un stimulateur de nerfs DESCRIPTION : - Toutes dimensions dont 20G/150 mm (0,80mm) – 21G/100 (0,80 mmm) – 22G/50 mm (0,70 mm) – 24G/25 mm (0,55 mm) - Biseau atraumatique 30° sans bord tranchant - Aiguille isolée par une gaine en téflon assurant en association avec le stimulateur de nerfs une stimulation exclusive à la pointe de l'aiguille - Aiguille reliée à . un câble pour connexion au stimulateur . un prolongateur transparent de 40 cm pour injections Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907522 / 907566 / 965527 / 965528 . Code DGOS : DN50	Unité	4 346	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
523	AIGUILLE POUR NEUROSTIMULATION		TOUTES DIMENSIONS DONT 20G A 24G LONGUEUR 35 A 150 MM Annexe technique: . Aiguilles pour ponction atraumatique et neurostimulation à connecter à un stimulateur de nerfs DESCRIPTION : - Aiguille échogène - Biseau atraumatique 30° sans bord tranchant 2 - Aiguille isolée par une gaine en téflon assurant en association avec le stimulateur de nerfs une stimulation exclusive à la pointe de l'aiguille - Aiguille reliée à . un câble pour connexion au stimulateur . un prolongateur transparent de 40 cm pour injections Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965529 Code DGOS : DN50	Unité	6 895	3
523	AIGUILLE POUR NEUROSTIMULATION		MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 3 3 STIMULATEURS DE NERFS (CHUSE) 2 STIMULATEURS DE NERFS (HDG) 2 STIMULATEURS DE NERFS (CHAN) 2 STIMULATEURS DE NERFS (CHF) 4 STIMULATEURS DE NERFS (CHR) 2 STIMULATEURS DE NERFS (HLC)	Unité	15	0
524	FILTRE PERIDURAL PLAT POROSITE 0,2 MICRON Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
524	FILTRE PERIDURAL PLAT POROSITE 0,2 MICRON	1	RACCORDS VERROUILLABLES MALE ET FEMELLE Annexe technique: . Indication : anesthésie péridurale Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960491 Code DGOS : DN50	Unité	235	3
525	SERINGUE 3 PIECES 10 ML EMBOUT LUER Notice technique: H6022258					
525	SERINGUE 3 PIECES 10 ML EMBOUT LUER	1	REPERAGE ESPACE PERIDURAL Annexe technique: . – Sans latex – Graduation avec impression parabolique souhaitée – Pour le repérage de l'espace péridural par la technique de la perte de résistance (mandrin liquide ou gazeux) Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968131 Code DGOS : DN50	Unité	50	3
526	SET ANESTHESIE PERI-RACHI COMBINEE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
526	SET ANESTHESIE PERI-RACHI COMBINEE	1	Annexe technique: . Dimensions approchées : – 1 aiguille de Tuohy avec mandrin 18G x 9 cm dont l'extrémité permet d'introduire préalablement et simultanément le cathéter péri-dural et l'aiguille rachidienne – 1 cathéter péri-dural gradué 20G x 90cm à extrémité fermée avec 3 orifices latéraux – 1 aiguille rachidienne 27G 135 mm avec extrémité pointe crayon + système de verrouillage pour immobilisation dans l'aiguille de Tuohy – 1 filtre antibactérien plat 0,2 microns – 1 seringue à très faible résistance 10 ml pour détection de l'espace péri-dural – 1 adaptateur tuohy borst Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre avec un set comprenant une aiguille rachidienne 25G ***** H6022258 – FAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU :963537 Code DGOS : DN50	Unité	76	3
527	DISPOSITIF DE FIXATION POUR CATHETER PERIDURAL Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
527	DISPOSITIF DE FIXATION POUR CATHETER PERIDURAL	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960562 Code DGOS : DN50	Unité	6 250	3
528	AIGUILLE RACHI ANESTHESIE BISEAU POINTE ATRAUMATIQUE Notice technique: H6022258					
528	AIGUILLE RACHI ANESTHESIE BISEAU POINTE ATRAUMATIQUE	1	AIGUILLE SANS ET AVEC INTRODUCTEUR TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 22 et 25G LONGUEURS 50MM-90MM ET 120MM Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960516 / 960476 / 964188 / 965462 Code DGOS : DN50	Unité	2 985	3
528	AIGUILLE RACHI ANESTHESIE BISEAU POINTE ATRAUMATIQUE	2	COMPLEMENT DE GAMME : INTRODUCTEUR Annexe technique: . ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DN50	Unité	0	0
529	AIGUILLE RACHI ANESTHESIE BISEAU POINTE ATRAUMATIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
529	AIGUILLE RACHI ANESTHESIE BISEAU POINTE ATRAUMATIQUE	1	27G LONG APPROCHEES 130MM ENVIRON + INTRODUCTEUR Annexe technique: – Aiguille diamètre externe 0.42mm (27G) longueur 130 mm environ avec introducteur – Aiguille pointe crayon Le fournisseur s'il en dispose propose une connectique sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961833 Code DGOS : DN50	Unité	60	3
530	AIGUILLE ANESTHESIE CAUDALE Notice technique: H6022258					
530	AIGUILLE ANESTHESIE CAUDALE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 22 ET 23G Annexe technique: . Aiguille 22G 40 mm et 23G 25 mm Biseau 45° Graduation en demi-centimètres pour connaître avec précision la longueur introduite Embase transparente avec effet loupe pour mieux visualiser lors du test d'aspiration Encoche sur l'embase permettant de connaître à tout moment l'orientation du biseau Mandrin métallique parfaitement ajusté à la lumière de l'aiguille Indication : Anesthésie péridurale caudale chez l'enfant Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969068 / 969067 Code DGOS : DN50	Unité	27	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
531	AIGUILLE ANESTHESIE CAUDALE Notice technique: H6022258					
531	AIGUILLE ANESTHESIE CAUDALE	1	TOUTES DIMENSIONS DONT 25G 30 MM Annexe technique: . – biseau court 32 degrés – graduation en demi centimètres – embase transparente avec encoche permettant de connaitre à tout moment l'orientation du biseau – mandrin métallique parfaitement adapté à la lumière de l'aiguille Le fournisseur fait une offre pour une connectique sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969417 Code DGOS : DN50	Unité	50	2
532	AIGUILLE DE TUOHY TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022258					
532	AIGUILLE DE TUOHY TOUTES DIMENSIONS	1	DONT LONGUEUR 80MM TOUS DIAMETRES DONT 16 ET 18G Annexe technique: . GRADUATION AU CM AVEC MANDRIN Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969536 Code DGOS : DN50	Unité	231	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
532	AIGUILLE DE TUOHY TOUTES DIMENSIONS	2	DONT LONGUEUR 120 ET 150MM TOUS DIAMETRES DONT 18G Annexe technique: . GRADUATION AU CM AVEC MANDRIN Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FAAAA. Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968218 / 985095 Code DGOS : DN50	Unité	250	3
533	AIGUILLE DE TUOHY PEDIATRIQUE Notice technique: H6022258					
533	AIGUILLE DE TUOHY PEDIATRIQUE	1	. Annexe technique: . – Dont diamètre ext 0,9mm (20G) et diam ext 0.73mm (22G) – Longueur 50 mm graduation par incrément de 0.5 cm avec mandrin Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT INDICATION : anesthésie péridurale ***** H6022258 – FAAAA Code(s) informatique(s) CHU : 964115 / 964116 Code DGOS : DN50	Unité	53	3
534	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
534	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN	1	TOUTES DIMENSIONS DONT Annexe technique: . - 18G, 20G, 22G et 25G - Longueurs approchées 40mm - 90mm - Embase translucide pour une vision plus rapide du LCR Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 - FBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960477 / 965364 / 965365 / 965392 / 965496 / 965497 Code DGOS : DK51	Unité	11 307	3
534	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN	2	QUINCKE ET MANDRIN Annexe technique: . LONG 120 / 130 MM TOUS DIAMETRES DONT 22G Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT - Embase translucide pour une vision plus rapide du LCR ***** H6022258 - FBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965644 Code DGOS : DK51	Unité	395	3
535	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
535	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN	1	20G 40MM Annexe technique: – Embase translucide pour une vision plus rapide du LCR Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et/ou sécurisée NF-FIT ***** H6022258 – FBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961206 Code DGOS : DK51	Unité	150	3
536	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN Notice technique: H6022258					
536	AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE AVEC BISEAU DE QUINCKE ET MANDRIN	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . Dont – 18G – 20G– 22G Longueur 150 mm et 180 mm – Embase translucide pour une vision plus rapide du LCR Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR-FIT ***** H6022258 – FBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962438 / 962441 / 962440 Code DGOS : DK51	Unité	435	3
537	AIGUILLE TROCARD DE PRELEVEMENT POUR MEDICAMENT CONNECTIQUE NRFIT Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
537	AIGUILLE TROCARD DE PRELEVEMENT POUR MEDICAMENT CONNECTIQUE NRFIT	1	Annexe technique: . Toutes dimensions dont longueur 40 mm – Diamètres 18G / 19G ***** H6022258 – FAAAA Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DK51	Unité	500	3
538	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE NRFIT VERROU Notice technique: H6022258					
538	CONNECTEUR LINEAIRE SOUPLE NRFIT VERROU	1	Annexe technique: . Toutes configurations et dimensions dont mâle / femelle Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la directive européenne 2007/47/CE Le fabricant précise la durée d'utilisation qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN à savoir au minimum 96 heures et au maximum 7 jours. ***** H6022258 – FAAAA Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC54	Unité	500	3
539	SERINGUE 3 PIECES CONNECTIQUE NRFIT					
539	SERINGUE 3 PIECES CONNECTIQUE NRFIT	1	Annexe technique: . Tous volumes dont 2 à 50 ml Emballage unitaire, stérile à usage unique PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE: Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose des bouchons obturateurs NRFIT. Code DGOS : DK54	Unité	500	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
540	SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POST OPERATOIRE Notice technique: H6022258					
540	SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POST OPERATOIRE	1	CATHETER MULTIPERFORE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . Cathéter avec marquage à l'extrémité distale Cathéter radio opaque Le fabricant précise la durée d'utilisation du cathéter INDICATION : Analgésie post intervention en chirurgie cardiaque, thoracique et pédiatrique Le fournisseur fait une offre pour une connectique luer verrou et / ou sécurisée NR FIT La quantité est exprimée en nombre de cathéters PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose : Un kit avec : – 2 cathéters multiperforés et 2 canules pelables – 1 tunneliseur 25 cm extrémité émoussée – Un connecteur Y ***** H 6022218 – AANBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964324 / 964325 / 964326 Code DGOS : DN56	Unité	1 231	3
541	DIFFUSEUR / POMPE A USAGE UNIQUE PORTATIVE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DA ANESTHESIE LOCO REGIONALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
541	DIFFUSEUR / POMPE A USAGE UNIQUE PORTATIVE	1	COMPATIBLE CATHETER MULTI PERFORE Annexe technique: . POUR ADMINISTRATION AUTOMATIQUE ET CONTINUE D'ANALGESIQUES SYSTEME DE CONNEXION LUER VERROU ET / OU SECURISE NR FIT, SIMPLE, DOUBLE VOIE DEBIT FIXE ET/OU VARIABLE TOUS VOLUMES TUBULURE PVC DE 115CM ENVIRON EQUIPEE D'UN FILTRE 1,2 MICRONS ET D'UN CLAMP INDICATION : Analgésie post intervention en chirurgie cardiaque – thoracique et pédiatrique PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un diffuseur avec raccord Y intégré permettant une connexion à 2 cathéters ou un raccord Y à connecter au diffuseur pour utilisation avec 2 cathéters. ***** H6022258 – AANBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964732 Code DGOS : DC54	Unité	1 200	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DB STIMULATION NERF - MONITORAGE NERF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL Notice technique: H6022258					
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL		STIMULATION MONOPOLAIRE Annexe technique: . – Aiguille de stimulation dans son fourreau + manche du stimulateur avec son câble de raccordement 1 Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908018 / 961932 Code DGOS : DN62	Unité	516	3
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL		STIMULATION BI-POLAIRE Annexe technique: – Aiguille de stimulation dans son fourreau + manche du stimulateur avec son câble Toutes formes dont baïonnette 2 Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964766 Code DGOS : DN62	Unité	30	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DB STIMULATION NERF - MONITORAGE NERF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL	3	ELECTRODE AIGUILLE 27G Annexe technique: – Spécifique du muscle, 2 canaux Toutes dimensions dont 18 mm Présentation par paire Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963684 Code DGOS : DN62	Unité	30	3
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL	4	2 ELECTRODES DOUBLES + 2 ELECTRODES SIMPLES Annexe technique: . Electrodes aiguilles 2 canaux 12 mm long – 0,4 mm diamètre câble silicone 100 cm connecteurs pin 2 mm Electrode simple : 1 pour la stimulation – 1 pour la masse indications : monitoring du nerf facial ou de tout autre nerf crânien moteur (sauf nerf auditif) Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968717 Code DGOS : DN62	Unité	140	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DB STIMULATION NERF - MONITORAGE NERF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL		4 ELECTRODES DOUBLES + 2 ELECTRODES SIMPLES Annexe technique: . Electrodes aiguilles 4 canaux 12 mm long – 0,4 mm diamètre câble silicone 100 cm connecteurs pin 2 mm Electrode simple : 1 pour la stimulation – 1 pour la masse 5 indications : monitoring du nerf facial ou de tout autre nerf crânien moteur (sauf nerf auditif) Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968751 Code DGOS : DN62	Unité	124	3
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL		8 ELECTRODES DOUBLES + 2 ELECTRODES SIMPLES Annexe technique: . Electrodes aiguilles 8 canaux 12 mm long – 0,4 mm diamètre câble silicone 100 cm connecteurs pin 2 mm Electrode simple : 1 pour la stimulation – 1 pour la masse 6 indications : monitoring du nerf facial ou de tout autre nerf crânien moteur (sauf nerf auditif) Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GAAAA Code(s) interne(s) CHU : 964099 Code DGOS : DN62	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DB STIMULATION NERF - MONITORAGE NERF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
542	POUR MONITEUR NERF FACIAL	7	SONDE INTUBATION ARMEE ET NON ARMEE ENDOTRACHEALE Annexe technique: . POUR ELECTROMYOGRAPHIE DIAMETRE 6 A 8.5 MM PAR INCREMENT DE 0.5 SONDE AVEC ELECTRODES DE SURFACE POUR ENREGISTREMENT ELECTROMYOGRAPHIQUE DU NERF LARYNGE INDICATION : MONITORING PER OPERATOIRE DU NERF RECURRENT LARYNGE Le fournisseur précise la compatibilité avec les équipements dont NIM vital – C2X Plore ***** H6022258 – GBAAA Code(s) interne(s) CHU : 962085 / 962483 / 963958 Code DGOS : DN62	Unité	390	3
543	MONITEUR DE NERF AVALANCHE					
543	MONITEUR DE NERF AVALANCHE	1	ELECTRODES AIGUILLES SOUS CUTANEEES DE RECUEIL Annexe technique: . A USAGE UNIQUE POUR EMG Appariées et distinguées par couleur rouge / blanche et vert / bleu Longueur de l'aiguille 15mm Longueur de câble 1,5m Connecteur de norme DIN 42802-1 Indications : monitoring du nerf facial dans la chirurgie de la parotide et de l'oreille Code DGOS : DN62	Unité	2	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ DB STIMULATION NERF - MONITORAGE NERF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
543	MONITEUR DE NERF AVALANCHE	2	ELECTRODES AIGUILLES NEUTRES SOUS CUTANÉES Annexe technique: . A USAGE UNIQUE Nécessaire au branchement des électrodes de recueil par paire et / ou du capteur laryngé Code DGOS : DN62	Unité	2	2
543	MONITEUR DE NERF AVALANCHE	3	CAPTEUR LARYNGE POUR SONDE D'INTUBATION Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS ADAPTABLE A TOUS LES DIAMETRES DE SONDE D'INTUBATION ELECTRODES LARYNGEES A 1 CANAL AVEC CABLES DE LONGUEUR APPROCHEE 75 CM : 1 ELECTRODE TUBE ADHESIVE ET 1 ELECTRODE ADHESIVE A BOUTON POUSSOIR SE RACCORDANT AU CABLE DE DERIVATION EMG CONNECTEUR DE NORME DIN42802 Code DGOS : DN62	Unité	2	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ DC DRAINAGE DIGESTIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
544	DRAIN EN T (KEHR) 80 x 5 x 5 CM TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022258					
544	DRAIN EN T (KEHR) 80 x 5 x 5 CM TOUTES DIMENSIONS	1	DONT CH 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Annexe technique: . Matériaux latex souhaité ***** H6022258 – JAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962443/ 962444/ 962446/ 962447/ 962448 Code DGOS : DA53	Unité	88	2
545	POCHE DRAINAGE BILIAIRE Notice technique: H6022258					
545	POCHE DRAINAGE BILIAIRE	1	. Annexe technique: . Poche de recueil stérile de 2 L embout luer verrou mâle comprenant une tubulure dimensions approchées 90 cm. ***** H6022258 – JAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908245 Code DGOS : DA53	Unité	590	3
546	DRAIN TRANSCYSTIQUE D'ESCAT DIAM TUBE/BULBE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DC DRAINAGE DIGESTIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
546	DRAIN TRANSCYSTIQUE D'ESCAT DIAM TUBE/BULBE	1	CH 5/7 – 6 /8 – 8/10 – 10/12 Annexe technique: . * Drain PVC longueur 150 cm * Diamètre du drain CH 5 à 10 * Diamètre du bulbe CH 7 à 12 * Extrémité distale : biseau, comportant 4 bulbes * 2 oeils latéraux * Extrémité proximale droite équipée d'un raccord luer et d'un robinet 3 voies ***** H6022258 – JAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 906739 / 907851 / 907852 / 962716 Code DGOS : DA53	Unité	107	3
547	DRAIN TRANSCYSTIQUE DE PEDINIELLI DIAM TUBE / BULBE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DC DRAINAGE DIGESTIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
547	DRAIN TRANSCYSTIQUE DE PEDINIELLI DIAM TUBE / BULBE	1	CH 5/7-6/8-8/10 EN PVC -RADIO-OPAQUE Annexe technique: . TOUTES LONGUEURS – extrémité distale : biseau, comportant 2 bulbes – extrémité proximale : droite équipée d'un raccord luer – 1 oeil latéral – 1 mandrin en acier INDICATIONS : cholangiographie – drainage court terme des voies biliaires ***** H6022258 – JAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DA53	Unité	52	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
548	SYSTEME DE DRAINAGE CLOS A FAIBLE DEPRESSION Notice technique: H6022258					
548	SYSTEME DE DRAINAGE CLOS A FAIBLE DEPRESSION	1	DRAIN DIAM INT 3,9 MM Annexe technique: . Le système à faible dépression 25 mm Hg comprend : Le drain, la tubulure, la source d'aspiration et la poche de recueil. * Drain lumière interne 3,9 mm,80 orifices sur une longueur de 18 cm, longueur 75 cm, radioopaque, repère de fin de perforation à 5 cm du dernier orifice d'aspiration * Tubulure de liaison 50 cm indissociable du ballonnet avec raccord pour le drain * Ballonnet d'aspiration avec valve anti retour 1 Tubulure de sortie terminée par un raccord verrouillable pour une connexion sûre à la poche de recueil. Capuchon de fermeture au niveau du raccord verrouillable * Poche de recueil graduée jusqu'à 700 ml (les 100 premiers ml sont gradués de 10 en 10) équipée d'une valve anti retour, d'un filtre à air, d'un capuchon de fermeture, d'une encoche pré-découpée LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) ***** H6022258 – JBCAA code(s) informatique(s) CHU : 907592 Code DGOS : DF54	Unité	120	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
548	SYSTEME DE DRAINAGE CLOS A FAIBLE DEPRESSION	2	POCHE DE RECUEIL 700 ML Annexe technique: . Poche graduée jusqu'à 700 ml (les 100 premiers ml sont gradués de 10 en 10) équipée d'une valve anti retour, d'un filtre à air, d'un capuchon de fermeture, d'une encoche pré-découpée LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) ***** H6022258 – JBCAA code(s) informatique(s) CHU : 907593 Code DGOS : DF54	Unité	50	3
549	DISPOSITIF DRAINAGE COMPLET 40 ML CH 6 ET CH 8 Notice technique: H6022258					
549	DISPOSITIF DRAINAGE COMPLET 40 ML CH 6 ET CH 8	1	. Annexe technique: . – Système de drainage chirurgical composé de : * Un flacon, soufflet de 40 ml * Une tubulure de liaison 10 cm avec clamp et connecteur multicharrière * Un drain de Redon CH 6 et CH 8 perforé sur 7 cm avec aiguille alène * Dépression équivalente à 200 millibars LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) ***** H6022258 – JBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907906 Code DGOS : DF54	Unité	940	3
550	FLACON REDON GRADUE PLASTIQUE VERROUILLABLE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
550	FLACON REDON GRADUE PLASTIQUE VERROUILLABLE	1	SYSTEME COMPLET 150 A 200 ML Annexe technique: . Système complet flacon + tubulure – indicateur de vide – graduation – connexion de la tubulure par verrouillage sur le flacon de recueil – connecteur multi charrière permettant l'utilisation de drains CH 6 à 18 – clamp sur flacon et clamp sur tubulure – tubulure de liaison en PVC – système de fixation du flacon – dépression de l'ordre de 700 à 900 millibars – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN Ennov : CHUSE-PRO-00039 ***** H6022258 – JBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960253 Code DGOS : DF54	Unité	3 200	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
550	FLACON REDON GRADUE PLASTIQUE VERROUILLABLE	2	SYSTEME COMPLET 600 ML Annexe technique: . Système complet flacon + tubulure - indicateur de vide - graduation - connexion de la tubulure par verrouillage sur le flacon de recueil - connecteur multi charrière permettant l'utilisation de drains CH 6 à 18 - clamp sur flacon et clamp sur tubulure - tubulure de liaison en PVC - système de fixation du flacon - dépression de l'ordre de 700 à 900 millibars LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Gedho : I.HYG.soi 32 ***** H6022258 – JBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960252 Code DGOS : DF54	Unité	7 950	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
550	FLACON REDON GRADUE PLASTIQUE VERROUILLABLE	3	FLACON DE RECHANGE 150 A 200 ML Annexe technique: . LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Gedho : I.HYG.soi 32 ***** H6022258 – JBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960254 Code DGOS : DF54	Unité	4 890	3
550	FLACON REDON GRADUE PLASTIQUE VERROUILLABLE	4	FLACON DE RECHANGE 300 A 400 ML Annexe technique: . LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Gedho : I.HYG.soi 32 ***** H6022258 – JBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960255 Code DGOS : DF54	Unité	2 500	3
550	FLACON REDON GRADUE PLASTIQUE VERROUILLABLE	5	FLACON DE RECHANGE 600 ML Annexe technique: . LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE MAXIMALE D'UTILISATION (FREQUENCE DE CHANGEMENT) Gedho : I.HYG.soi 32 ***** H6022258 – JBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960293 Code DGOS : DF54	Unité	2 125	3
551	DRAIN REDON PERFORE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
551	DRAIN REDON PERFORE	1	SUR 15 CM TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH 8 à 16 par incrément de 2 OPAQUE AUX RAYONS X – LONG 50 cm – Extrémité atraumatique ***** H6022258 – JBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963689 / 964334 / 964205 Code DGOS : DF54	Unité	6 570	3
552	DRAIN DE REDON CONNECTE SUR ALENE USAGE UNIQUE					
552	DRAIN DE REDON CONNECTE SUR ALENE USAGE UNIQUE	1	. Annexe technique: . – Drain en PVC perforé sur environ 15 cm longueur approchée 50 cm, toutes dimensions, opaque aux rayons X – Alène droite toutes dimensions, dont CH8 à 16 Code DGOS : DF54	Unité	200	3
553	DRAIN SILICONE ROND ET CANNELE SUR 30 CM ENVIRON LONGUEUR TOTALE 110 CM Notice technique: H6022258					
553	DRAIN SILICONE ROND ET CANNELE SUR 30 CM ENVIRON LONGUEUR TOTALE 110 CM	1	LIGNE ORX TOUTES CHARRIERES DONT 15, 19 et 24 Annexe technique: . DRAIN SANS ALENE ***** H6022258 – JCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964976/ 964978 / 965083 Code DGOS : DF54	Unité	1 340	3

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ DD DRAINAGE ASPIRATIF

481

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
553	DRAIN SILICONE ROND ET CANNELE SUR 30 CM ENVIRON LONGUEUR TOTALE 110 CM	2	LIGNE ORX TOUTES CHARRIERES DONT 10 ET 19 Annexe technique: . DRAIN AVEC ALENE ***** H6022258 – JCAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969468 / 964975 Code DGOS : DF54	Unité	970	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DE DRAINAGE AUTRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
554	DRAIN D'ALBERTINI EN PVC RADIO OPAQUE TOUTES CHARRIERES DONT CH08/10/12 Diam 2,6 MM Notice technique: H6022258					
554	DRAIN D'ALBERTINI EN PVC RADIO OPAQUE TOUTES CHARRIERES DONT CH08/10/12 Diam 2,6 MM	1	LONG 20 CM Annexe technique: . – Système livré avec mandrin d'introduction – Extrémité distale : tête à ailettes – Extrémité proximale : coupe droite – Un embout connecteur pour seringue non monté sur le drain INDICATION : ponction / drainage / lavage des sinus ***** H6022258 – JCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963977 Code DGOS : DF54	Unité	21	1
555	DRAIN TUBULAIRE NON PERFORE Notice technique: H6022258					
555	DRAIN TUBULAIRE NON PERFORE	1	CH 8 à 28 LONGUEUR 30 CM Annexe technique: . ORIFICE TERMINAL TOUS MATERIAUX ***** H6022258 – JCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961075 / 961074 / 961073 / 961048 / 961049 / 961050 / 961072 / 961051 Code DGOS : DF54	Unité	547	3
556	DRAIN TUBULAIRE NON PERFORE CH 14 - 16 - 18 - 20 et 25 Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DE DRAINAGE AUTRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
556	DRAIN TUBULAIRE NON PERFORE CH 14 – 16 – 18 – 20 et 25	1	EN SILICONE LONGUEUR 50 CM Annexe technique: . ***** H6022258 – JCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962889 / 968517 / 968166 / 968167 / 964784 / 964874 Code DGOS : DF54	Unité	50	1
557	DRAIN MULTITUBULAIRE EN SILICONE DIMENSION APPROCHEE 400 x 35 A 45 MM Notice technique: H6022258					
557	DRAIN MULTITUBULAIRE EN SILICONE DIMENSION APPROCHEE 400 x 35 A 45 MM	1	. Annexe technique: . ***** H6022258 – JCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964002 Code DGOS : DF54	Unité	483	2
558	DRAIN ONDULE TOUTES DIMENSIONS DONT LONGUEUR APPROCHEE 30 CM ET LARGEUR 4 A 5 CM Notice technique: H6022258					
558	DRAIN ONDULE TOUTES DIMENSIONS DONT LONGUEUR APPROCHEE 30 CM ET LARGEUR 4 A 5 CM	1	EN SILICONE Annexe technique: . ***** H6022258 – JCAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961177 Code DGOS : DF54	Unité	156	2
559	POCHE DE DRAINAGE POST OPERATOIRE AVEC EVACUATION ET Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DE DRAINAGE AUTRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
559	POCHE DE DRAINAGE POST OPERATOIRE AVEC EVACUATION ET	1	PROTECTEUR CUTANE STERILE Annexe technique: – Poche transparente et voile non tissé hypoallergénique sur sa face interne capacité 700 ml environ – Protecteur cutané intégré à la poche et auto adhésif découpable jusqu'à 70 mm et jusqu'à 100mm – Système d'évacuation adaptable sur collecteur – Système d'obturation non intégré au protecteur cutané permettant une manipulation de la fenêtre indolore pour le malade – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – JDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962661 Code DGOS : DF54	Unité	3 480	3
560	POCHE DE DRAINAGE POST OPERATOIRE AVEC EVACUATION Notice technique: H6022258					
560	POCHE DE DRAINAGE POST OPERATOIRE AVEC EVACUATION	1	ET PROTECTEUR CUTANE STERILE Annexe technique: . – Poche transparente avec voile non tissé hypoallergénique sur sa face interne volume 300 ml environ – Protecteur cutané intégré autoadhésif – Système d'écoulement par tubulure pouvant être relié à un collecteur – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – JDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962673 Code DGOS : DF54	Unité	555	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DE DRAINAGE AUTRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
560	POCHE DE DRAINAGE POST OPERATOIRE AVEC EVACUATION	2	ET PROTECTEUR CUTANE STERILE Annexe technique: . – Poche transparente avec voile non tissé hypoallergénique sur sa face interne capacité 100 ml environ – Protecteur cutané intégré autoadhésif – Système d'écoulement par tubulure pouvant être relié à un collecteur – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN ***** H6022258 – JDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964089 Code DGOS : DF54	Unité	1 876	3
561	DISPOSITIF POUR FIXATION SANS SUTURE DES DRAINS OU SONDES PERCUTANÉES Notice technique: H6022258					
561	DISPOSITIF POUR FIXATION SANS SUTURE DES DRAINS OU SONDES PERCUTANÉES	1	– Annexe technique: . – Système avec protecteur cutané adhésif type hydrocolloïde avec dispositif de fixation par languette crantée permettant une fixation horizontale ou verticale ***** H6022258 – JCAAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 970779 Code DGOS : DF54	Unité	236	3
562	DISPOSITIF DE FIXATION ADHESIF Notice technique: H602234					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DE DRAINAGE AUTRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
562	DISPOSITIF DE FIXATION ADHESIF	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . dont : - petite taille pour cathéter 6-8,5 CH - moyenne taille pour cathéter 10-12 CH - grande taille pour cathéter 12-14 CH - extra large pour cathéter 14-16 CH Indication : fixation des cathéters de drainage percutané ***** H602234 – JCAAB Code(s) informatique(s) CHU : 964957 / 964958 / 964959 / 965019 Code DGOS : DF54		326	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
563	DRAIN THORACIQUE DROIT CH 16 à 36 LONG 50 CM Notice technique: H6022258					
563	DRAIN THORACIQUE DROIT CH 16 à 36 LONG 50 CM	1	Annexe technique: . – Drain en PVC transparent à extrémité distale ouverte, pointe mousse – Extrémité proximale ouverte en biseau – Pour le raccordement à l'unité de drainage le biseau proximal coupé laisse place à un godet – Longueur 50 cm – 4 à 5 oeils disposés en spirale, à bords mousses non traumatiques – oeil pilote sur ligne opaque aux rayons X – CH 16 à 36 – Repères de profondeur réguliers ***** H6022258 – JEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964465 / 998979 / 998980 / 998981 / 993396 Code DGOS : DR53	Unité	665	3
564	DRAIN TROCART THORACIQUE CH 10 à 32 Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
564	DRAIN TROCART THORACIQUE CH 10 à 32	1	LONGUEUR 22 à 40 CM Annexe technique: . - Drain en PVC transparent pré monté sur le trocart - Extrémité mousse atraumatique fermée - Trocart interne rigide ne devant pas dépasser du drain - Oeils latéraux à bords mousses non traumatiques - Ligne et extrémité distale opaques aux rayons X - Repères de profondeur progressifs sur le drain ***** H6022258 – JEBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962462 / 907787 / 907789 / 907524 / 907793 / 907765 / 907771 Code DGOS : DR53	Unité	464	3
565	DRAIN THORACIQUE COUDE CH 16 à 36 LONG 50 CM Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
565	DRAIN THORACIQUE COUDE CH 16 à 36 LONG 50 CM	1	Annexe technique: . – Drain en PVC transparent à extrémité distale ouverte, cylindrique, mousse – Extrémité proximale ouverte en biseau – Pour le raccordement à l'unité de drainage le biseau proximal coupé laisse place à un godet – Longueur 50 cm – 4 à 5 oeils disposés en spirale, à bords mousses non traumatiques – oeil pilote sur ligne opaque aux rayons X – CH 16 à 36 – Repères de profondeur progressifs sur le drain ***** H6022258 – JEABA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998982 / 998983 / 998984 Code DGOS : DR53	Unité	812	3
566	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
566	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE	1	SYSTEME 3 BOUTEILLES + MANODETENDEUR Annexe technique: . Ensemble composé : - D'une chambre de recueil d'une capacité de 2500 ml divisée en 3 chambres qui se remplissent par débordement - D'une chambre de sécurité sous eau avec débimètre incorporé Valve de sécurité anti retour sécurité sous eau - D'un manomètre pour régulation de dépression de -10 à -40 cm H2O environ (correspondant à une chambre de contrôle d'aspiration) Membrane à fonctionnement silencieux pour réguler l'admission du vide dans le système - D'une valve d'évacuation automatique des pressions positives - D'une valve de compensation des pressions négatives excédentaires - D'une tubulure de raccordement au drain (longueur 1,80 m) avec raccord distal mâle universel, un manchon pour la "traite de la tubulure" - Support au sol et crochet de suspension incorporés Système permettant une évacuation sans exposition du personnel aux liquides biologiques Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation chez le patient (fréquence de changement) qui doit être en adéquation avec le protocole CLIN PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, propose un système 4 bouteilles avec double chambre de recueil d'une capacité approchée de 1900ml et 950ml . ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 907943 Code DGOS : DR53	Unité	2 577	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
567	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE Notice technique: H6022258					
567	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE		PAR GRAVITE POUR PNEUMONECTOMIE SYSTEME 3 CHAMBRES Annexe technique: . 1 Chambre pour le recueil des sérosités 2000 ml 1 Chambre de contrôle de la pression négative 1 Chambre de contrôle de la pression positive 1 Tubulure de connexion au drain longueur 1.80 m – Diam int 11 mm – Diam ext 15 mm Embout biconique d'adaptation pour drain. ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999039 Code DGOS : DR53	Unité	10	1
568	NECESSAIRE DE DRAINAGE PLEURAL Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
568	NECESSAIRE DE DRAINAGE PLEURAL	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT : – Aiguille de ponction amovible diamètre extérieur 3,32mm (10G) Long 7,7 cm et diamètre extérieur 2,4 mm (13G) long 5,7 cm – Drain en polyéthylène opaque aux rayons X perforé sur 10 cm – Diamètre externe 2,7 mm (8F) et diamètre externe 1,9 mm (6F) – Longueur 50 cm – Gaine de manipulation stérile sertie sur le drain – Un robinet 3 voies – Un raccord pour tubulure d'aspiration 6 – 13mm ***** H6022258 – JEDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960046 Code DGOS : DR53	Unité	203	0
569	SET DE DRAINAGE PLEURAL / PNEUMO PERICARDIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
569	SET DE DRAINAGE PLEURAL / PNEUMO PERICARDIQUE	1	TECHNIQUE DE SELDINGER TOUTES TAILLES DONT 5 – 8.5 ET 10.2 F Annexe technique: . COMPOSITION DU SET : – un cathéter en polyuréthane radio opaque extrémité pigtail longueur 15 cm environ avec 6 oeils latéraux sur l'extrémité distale – 1 aiguille de ponction toutes dimensions dont 18G long 5 cm – Un dilatateur radio opaque toutes dimensions dont 4 / 5 / 8 et 9.5 F longueur 12 cm – 1 guide rigide 40 cm extrémité en J – Valve à 3 voies – Adaptateur luer verrou mâle INDICATION : évacuation d'air du péricarde ou drainage air / liquide de l'espace pleural ***** H6022258 – JEBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963220 / 963221 / 964550 Code DGOS : DR53	Unité	103	1
570	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE ET OU PERITONEAL PERMETTANT UNE PRISE EN CHARGE A DOMICILE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
570	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE ET OU PERITONEAL PERMETTANT UNE PRISE EN CHARGE A DOMICILE	1	SET DE CATHETERISME PLEURAL Annexe technique: . SET COMPOSE DE : – cathéter de drainage de 15.5F en silicone – matériel de mise en place : * aiguille de l'introducteur * seringues * fil guide en J * introducteur pelable 16Fr * tunneliseur – matériel de drainage : - ligne de drainage avec son embout - adaptateur de tube de drainage 5 en 1 – pansements - compresses de gaze (10.2 cm x 10.2 cm) x8 - plaque de mousse pour cathéter Gedho : DMSftb3 ***** H6022258 – JEDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960470 Code DGOS : DR53	Unité	46	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
570	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE ET OU PERITONEAL PERMETTANT UNE PRISE EN CHARGE A DOMICILE	2	SET DE DRAINAGE AVEC BOUTEILLE SOUS VIDE Annexe technique: . TOUS VOLUMES DONT 500 ET 1000 ML SET COMPOSE DE : – une bouteille contenant la technologie active sous vide et son tube de drainage – pansement adhésif – pack de soins * tampons alcoolisés x3 * paire de gants x1 * bouchon de valve x1 * compresses de gaze (10.2 cm x 10.2 cm)x4 * plaque de mousse pour cathéter Gedho : DMSftb3 ***** H6022258 – JEDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR53	Unité	45	1
570	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE ET OU PERITONEAL PERMETTANT UNE PRISE EN CHARGE A DOMICILE	3	ACCESSOIRES DONT Annexe technique: . valve, tubulure de drainage ... etc Gedho : DMSftb3 ***** H6022258 – JEDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960754 / 960925 Code DGOS : DR53	Unité	50	1
571	POMPE THOPAZ + DRAINAGE THORACIQUE + MONITORAGE DES FUITES AERIENNES Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
571	POMPE THOPAZ + DRAINAGE THORACIQUE + MONITORAGE DES FUITES AERIENNES	1	CASSETTE DE RECUEIL Annexe technique: . TOUS VOLUMES DONT 800 ML ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960976 Code DGOS : DR53	Unité	300	1
571	POMPE THOPAZ + DRAINAGE THORACIQUE + MONITORAGE DES FUITES AERIENNES	2	TUBULURE SIMPLE DRAINAGE Annexe technique: . ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960977 Code DGOS : DR53	Unité	250	1
571	POMPE THOPAZ + DRAINAGE THORACIQUE + MONITORAGE DES FUITES AERIENNES	3	TUBULURE DOUBLE DRAINAGE Annexe technique: H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960978 Code DGOS : DR53	Unité	100	1
571	POMPE THOPAZ + DRAINAGE THORACIQUE + MONITORAGE DES FUITES AERIENNES	4	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . Fourniture du logiciel de relecture des données et des supports de stockage s'ils sont captifs du système Dispositif de protection machine, chargeur pour unité d'aspiration, obturateur ... etc ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964316 Code DGOS : DR53	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
571	POMPE THOPAZ + DRAINAGE THORACIQUE + MONITORAGE DES FUITES AERIENNES	5	ACHAT DE L'EQUIPEMENT : POMPE Annexe technique: - Le fournisseur précise la durée de garantie. Le fournisseur précise la fréquence et le coût de la maintenance des pompes une fois la durée de garantie écoulée. ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR53	Unité	0	0
572	TROCARD DE DRAINAGE PLEURAL Notice technique: H6022258					
572	TROCARD DE DRAINAGE PLEURAL	1	. Annexe technique: . trocart embout mousse diamètre 1,7 mm (15G) longueur 80 mm Composition : - 1 canule en acier avec orifice latéral - 1 mandrin en acier avec pointe tripan - 1 robinet sur le trocart - 1 mandrin en acier avec extrémité mousse - 1 raccord luer verrou mâle - 1 curseur en silicone INDICATION : épanchements pleuraux de faible abondance ***** H6022258 – JEDAA Code(s) informatique(s) CHU : 993656 Code DGOS : DR53	Unité	253	3
573	TROUSSE POUR THORACENTESE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
573	TROUSSE POUR THORACENTESE	1	Annexe technique: . Composition approchée – Une aiguille de ponction – Un cathéter de sécurité 6 à 8F, gradué avec valve à obturation automatique – Une seringue 3 pièces luer verrouillable – Un raccord avec robinet 3 voies INDICATION : * un épanchement pleural non diagnostiqué * Une thoracentèse thérapeutique pour soulager des symptômes dus à un épanchement pleural ou un pneumothorax ENNOV: I.PNM.pon 01 ***** H6022258 – JEDAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964440 Code DGOS : DR53	Unité	151	3
574	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE NEONATALOGIE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
574	DISPOSITIF DE DRAINAGE THORACIQUE NEONATALOGIE	1	Annexe technique: . – Chambre de recueil capacité 150 ml – Chambre de sécurité sous eau – Chambre de contrôle type jeanneret – Valve d'évacuation automatique des pressions positives – Valve de compensation des pressions négatives excédentaires – Manomètre à eau de contrôle – Valve de sécurité anti retour sécurité sous eau – Tubulure de raccordement au drain (longueur 180 cm) avec raccord distal mâle universel multicharrières – Système permettant une évacuation sans exposition du personnel aux liquides biologiques ***** H6022258 – JECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960244 Code DGOS : DR53	Unité	50	1
575	DRAIN THORACIQUE CH8 A CH20 TOUTES LONGUEURS DONT LONGUEURS APPROCHEES DE 18CM A 40CM					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
575	DRAIN THORACIQUE CH8 A CH20 TOUTES LONGUEURS DONT LONGEURS APPROCHEES DE 18CM A 40CM	1	TECHNIQUE SELDINGER Annexe technique: – Kit composé de : – 1 Aiguille introductrice 18G – 1 Guide Amplatz ultra rigide de Ø 0.038 – Dilatateurs gradués en CM – 1 Drain transparent avec bande radio-opaque possédant 3 à 4 oeils latéraux INDICATION : Réanimation néonatale et pédiatrique ***** H6022258 – JEBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962862 / 964615 / 965587 / 965588 / 965589 Code DGOS : DR53	Unité	50	0
576	VALVE ANTI REFLUX POUR DRAINAGE THORACIQUE Notice technique: H6022258					
576	VALVE ANTI REFLUX POUR DRAINAGE THORACIQUE	1	VALVE DOUBLE COMPARTIMENT Annexe technique: . DRAINAGE THORACIQUE – RACCORDS SOUPLES 7 x 11 MM Valve anti reflux avec double compartiment pour drainage thoracique Corps de la valve en polyuréthane souple et transparent avec manchon en caoutchouc en "bec de canard" faisant office de valve anti retour. Cette valve permet de continuer le drainage thoracique sans risque pour le patient même s'il est transporté, la valve anti reflux permettant d'éviter l'opération de clampage. La valve double permet d'exercer une aspiration par compression du compartiment distal marqué d'une flèche ***** H6022258 – JEEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998988 Code DGOS : DR53	Unité	49	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DF DRAINAGE THORACIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
576	VALVE ANTI REFLUX POUR DRAINAGE THORACIQUE	2	VALVE SIMPLE COMPARTIMENT TYPE HEIMLICH Annexe technique: . DRAINAGE THORACIQUE – RACCORDS SOUPLES 7 x 11 MM Valve anti reflux avec simple compartiment pour drainage thoracique Corps de la valve en polyuréthane souple et transparent avec manchon en caoutchouc en "bec de canard" faisant office de valve anti retour. Cette valve permet de continuer le drainage thoracique sans risque pour le patient même s'il est transporté, la valve anti reflux permettant d'éviter l'opération de clamping. La valve simple ne permet pas d'exercer une aspiration par compression du compartiment distal marqué d'une flèche ***** H6022258 – JEEAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DR53	Unité	7	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
577	CATHETER A BALLONNET 1,35 / 3,5 x 15 MM - 64 CM VENTRICULOSTOMIE - NEUROENDOSCOPIE 4F Notice technique: H6022258					
577	CATHETER A BALLONNET 1,35 / 3,5 x 15 MM - 64 CM VENTRICULOSTOMIE - NEUROENDOSCOPIE 4F	1	DIMENSIONS APPROCHEES Annexe technique: . ***** H6022258 - UAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968213 Code DGOS : DN58	Unité	20	0
578	AGRAFE DE MICHEL					
578	AGRAFE DE MICHEL	1	TOUTES DIMENSIONS DONT LONGUEUR 20MM ET LARGEUR 3MM Annexe technique: . ANNEXE TECHNIQUE LA QUANTITE EST EXPRIMEE EN NOMBRE D'AGRAFES TOUTES TAILLES STERILES ET/OU NON STERILES INDICATIONS : NEUROCHIRURGIE DONT CHIRURGIE DU CRANE ***** H6022810 Code(s) informatique(s) CHU : 903275 Code DGOS : DF52	Unité	15 000	3
579	CONSOMMABLES STIMULATION CEREBRALE PROFONDE -MICRODESCENDEUR STARDRIVE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
579	CONSOMMABLES STIMULATION CEREBRALE PROFONDE -MICRODESCENDEUR STARDRIVE	1	MICROELECTRODE Annexe technique: – 28 CM USAGE UNIQUE Indication : Enregistrement per opératoire de l'activité neuronale ***** H6022258 – UDHED Code(s) informatique(s) CHU : 965561 Code DGOS : DN57	Unité	10	0
579	CONSOMMABLES STIMULATION CEREBRALE PROFONDE -MICRODESCENDEUR STARDRIVE	2	TUBE GUIDE Annexe technique: – USAGE UNIQUE ***** H6022258 – UDHED Code(s) informatique(s) CHU : 965563 Code DGOS : DN57	Unité	1	1
579	CONSOMMABLES STIMULATION CEREBRALE PROFONDE -MICRODESCENDEUR STARDRIVE	3	EXTRACTEUR GUIDE Annexe technique: – USAGE UNIQUE ***** H6022258 – UDHED Code(s) informatique(s) CHU : 965564 Code DGOS : DN57	Unité	3	1
579	CONSOMMABLES STIMULATION CEREBRALE PROFONDE -MICRODESCENDEUR STARDRIVE	4	MANCHETTE / HOUSSE Annexe technique: – USAGE UNIQUE ***** H6022258 – UDHED Code(s) informatique(s) CHU : 965565 Code DGOS : DN57	Unité	10	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
579	CONSOMMABLES STIMULATION CEREBRALE PROFONDE -MICRODESCENDEUR STARDRIVE	5	TUBE GUIDE RETRACTABLE STERILE A UU POUR ELECTRODE DE STIMULATION CEREBRALE Annexe technique: - USAGE UNIQUE ***** H6022258 – UDHED Code(s) informatique(s) CHU : 952461 Code DGOS : DN57	Unité	20	0
580	CONSOMMABLES POUR BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE NEUROSMART EN NEUROCHIRURGIE Notice technique: H6022680					
580	CONSOMMABLES POUR BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE NEUROSMART EN NEUROCHIRURGIE	1	CABLE DE CONNEXION Annexe technique: . ENTRE LA BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE ET LES MICROELECTRODES POUR LA CHIRURGIE DE STIMULATION CEREBRALE PROFONDE (DBS) ***** H6022258 – UDHED code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 997991 Code DGOS : DN57	Unité	10	0
581	CONSOMMABLE COMPATIBLE BROYEUR A OS STRYKER REF 5400700000 Notice technique: H6022258					
581	CONSOMMABLE COMPATIBLE BROYEUR A OS STRYKER REF 5400700000	1	SET DE BROYAGE TOUTES DIMENSIONS DE LAME Annexe technique: . Dont lame : – Fine pour particules osseuses jusqu'à 3.2mm – Moyenne pour particules osseuses jusqu'à 5mm – Epaisse pour particules osseuses jusqu'à 8mm ***** H6022258 – UEADA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961186 Code DGOS : DM53	Unité	50	1
582	MOTEUR MIDAS REX 8 - NEUROCHIRURGIE ET ORL Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
582	MOTEUR MIDAS REX 8 – NEUROCHIRURGIE ET ORL	1	FRAISES TOUTES FORMES ET TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** H6022258 – SCAAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962493 / 962494 / 962495 / 962496 / 962497 / 962498 / 962499 / 962505 / 962563 / 962564 / 962565 / 962566 / 962567 / 962568 / 962569 / 962570 H6022258 – UEACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962808 / 962809 / 962810 / 962813 / 962814 / 962816 / 962818 / 962819 / 962820 / 962821 / 962822 / 962824 / 962825 / 962826 / 962827 / 962828 / 962829 / 964330 / 965210 Code DGOS : DM57	Unité	1 300	3
582	MOTEUR MIDAS REX 8 – NEUROCHIRURGIE ET ORL	2	TUBULURE D'IRRIGATION Annexe technique: ***** H6022258 – UEACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962561 / 962810 Code DGOS : DM57	Unité	150	3
583	KIT AIGUILLE A BIOPSIE POUR STEREOTAXIE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
583	KIT AIGUILLE A BIOPSIE POUR STEREOTAXIE	1	STERILE A USAGE UNIQUE Annexe technique: . COMPATIBLE AVEC LE CADRE DE STEREOTAXIE LEKSELL aiguille diam. 2.1 mm à fenêtre latérale – 8 mm cathéter d'aspiration butée diam 2.25 mm guide diam 2.16 mm ***** H6022258 – ECAAA code(s) informatique(s) CHU : 968825 Code DGOS : DN59	Unité	10	0
584	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE NEUROCHIRURGIE USAGE UNIQUE Notice technique: H6022258					
584	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE NEUROCHIRURGIE USAGE UNIQUE	1	CANULE 12F ANGULATION 60° SUR 12 CM Annexe technique: . Canule avec rétracteur à racine à son extrémité pour les dissectomies lombaires ***** H6022258 – KCAAA Code(s) interne(s) CHU : 963911 Code DGOS : DF54	Unité	30	3
584	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE NEUROCHIRURGIE USAGE UNIQUE	2	CANULE 9F ANGULATION 30° SUR 15 CM Annexe technique: . Coudée à 60° à droite ou à gauche ***** H6022258 – KCAAA Code(s) interne(s) CHU : 961817 Code DGOS : DF54	Unité	25	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
584	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE NEUROCHIRURGIE USAGE UNIQUE	3	CANULE GAINÉE 9F ANGULATION 30° SUR 13 CM Annexe technique: . ***** H6022258 – KCAAA Code(s) interne(s) CHU : 963352 / Code DGOS : DF54	Unité	45	3
584	CANULE D'ASPIRATION CHIRURGICALE NEUROCHIRURGIE USAGE UNIQUE	4	COMPLEMENT DE GAMME, CANULE DE NEUROCHIRURGIE Annexe technique: . Code DGOS : DF54	Unité	0	0
585	INSERT A USAGE UNIQUE POUR MONTANT DE FIXATION Notice technique: H6022258					
585	INSERT A USAGE UNIQUE POUR MONTANT DE FIXATION	1	DU CADRE DE STEREOTAXIE LEKSELL – SACHET DE 4 Annexe technique: . Quantité exprimée en nombre de sachets Le fournisseur propose un prix unitaire pour le sachet de 4 ***** H6022258 – ECAAA code(s) informatique(s) CHU : 969066 Code DGOS : DN59	Unité	25	3
586	ELECTRODE DE STIMULATION ET DE RECUEIL Notice technique: H6022258					
586	ELECTRODE DE STIMULATION ET DE RECUEIL	1	COMPATIBLE NEUROSTIMULATEUR PER OPERATOIRE NIMBUS Annexe technique: . ELECTRODE BIPOLAIRE DROITE TOUTES LONGUEURS DONT 100MM ***** H6022258 – UBCCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964566 Code DGOS : DN62	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
586	ELECTRODE DE STIMULATION ET DE RECUEIL	2	COMPATIBLE NEUROSTIMULATEUR PER OPERATOIRE NIMBUS Annexe technique: . ELECTRODE CORTICALE BIPOLAIRE GAINÉE EN Y TOUTES LONGUEURS DONT 30MM ***** H6022258 – UBCCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964564 Code DGOS : DN62	Unité	5	1
586	ELECTRODE DE STIMULATION ET DE RECUEIL	3	ACCESSOIRES Annexe technique: Adaptateur pour connexion sur un neurostimulateur per opératoire NIMBUS ***** H6022258 – UBCCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964794 Code DGOS : DN62	Unité	5	1
587	TUBULURE COMPATIBLE POMPE KARL STORZ CLEARVISION II Notice technique: H6022258					
587	TUBULURE COMPATIBLE POMPE KARL STORZ CLEARVISION II	1	. Annexe technique: . INDICATION : LAVAGE / IRRIGATION NEUROCHIRURGIE Longueur 250cm diamètre interne 1mm 1 embout luer verrou mâle 1 embout trocardable ***** H6022258 – KCBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969661 Code DGOS : DF52	Unité	40	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
588	NEURONAVIGATION BRAINLAB Notice technique: H6022258					
588	NEURONAVIGATION BRAINLAB	1	SPHERE REFLECHISSANTE USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . Sphère de localisation revêtue d'une feuille rétro réfléchive avec lumière IR Sachet de 3 unités Quantité exprimée en nombre de sphères Le fournisseur renseigne le prix unitaire de la sphère ***** H6022258- ECAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964121 Code DGOS : DN59	Unité	300	2
588	NEURONAVIGATION BRAINLAB	2	AIGUILLE A BIOPSIE USAGE UNIQUE STERILE Annexe technique: . – Diamètre extérieur 2,1 mm – Longueur 260 mm – Fenêtre de coupe 10 mm x 1.5 mm – Aiguille pré calibrée pour biopsie crânienne à utiliser avec le système de biopsie de Brainlab ou le varioguide de Brainlab ***** H6022258 – ECAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963791 Code DGOS : DN59	Unité	10	0
589	TRAITEMENT RADIO FREQUENCE LESIONS SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
589	TRAITEMENT RADIO FREQUENCE LESIONS SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE	1	ELECTRODE DE RADIOFREQUENCE A USAGE UNIQUE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS INDICATION : névralgie trigeminale ***** H6022258 – UACAA Code(s) informatique(s) CHU : 964755 / 964756 / 964757 Code DGOS : DN60	Unité	120	0
589	TRAITEMENT RADIO FREQUENCE LESIONS SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE	2	AIGUILLE Annexe technique: . ***** H6022258 – UACAA Code(s) informatique(s) CHU : 963856 / 963857 / 961310 / 961767 Code DGOS : DN60	Unité	400	0
589	TRAITEMENT RADIO FREQUENCE LESIONS SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE	3	CABLE ADAPTATEUR Annexe technique: . ***** H6022258 – UACAA Code(s) informatique(s) CHU : 965673 Code DGOS : DN60	Unité	1	0
589	TRAITEMENT RADIO FREQUENCE LESIONS SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE	4	PLAQUE Annexe technique: . ***** H6022258 – UACAA Code(s) informatique(s) CHU : 964468 Code DGOS : DN60	Unité	120	0
589	TRAITEMENT RADIO FREQUENCE LESIONS SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE	5	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 1 GENERATEUR (CHUSE) Code DGOS : DN60	Unité	1	0
590	TUNNELISEUR A USAGE UNIQUE LONGUEUR APPROCHEE 65 CM ET 30 CM Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
590	TUNNELISEUR A USAGE UNIQUE LONGUEUR APPROCHEE 65 CM ET 30 CM	1	TOUTES TAILLES, TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . INDICATION : neurochirurgie pose de valve ventriculopéritonéale pour hydrocéphalie ***** H6022258 – UDEBA Code(s) produit(s) CHU : 965546 / 964726 Code DGOS : DN58	Unité	70	3
591	PERFORATEUR CRANIEN DEBRAYABLE Notice technique: H6022258					
591	PERFORATEUR CRANIEN DEBRAYABLE	1	– Annexe technique: . DISPOSITIF STERILE A USAGE UNIQUE EXTREMITE HUDSON PERFORATEUR CONCU POUR DEBRAYER AUTOMATIQUEMENT UNE FOIS QUE LA PERFORATION EST ACCOMPLIE ET LORSQU'ON RELACHE LA PRESSION DE LA POINTE DU TREPAN COMPATIBLE AVEC MOTEUR TREPAN MIDAS REX ***** H6022258 – UEABA Code(s) informatique(s) CHU : 961628 / 965560	Unité	550	3
592	RETRACTION CEREBRALE					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DG NEUROENDOSCOPIE - NEUROCHIRURGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
592	RETRACTION CEREBRALE	1	ECARTEUR TUBULAIRE USAGE UNIQUE Annexe technique: – Permettant la visibilité du champ opératoire Extrémité arrondie Toutes dimensions approchées dont diamètre 21 et 28mm Compatible neuro–navigation et guidage informatique Indications : Neurochirurgie, accès aux sites chirurgicaux cérébraux. H6022258 – UCBA Code(s) informatique(s) CHU :	Unité	15	0
593	CARTOGRAPHIE DU CERVEAU Notice technique: H6022258					
593	CARTOGRAPHIE DU CERVEAU	1	ELECTRODE CORTICALE 2X4 CONTACTS Annexe technique: . ***** H6022258 – UBABA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962083 Code DGOS : DN62	Unité	2	0
593	CARTOGRAPHIE DU CERVEAU	2	CABLE POUR ELECTRODE CORTICALE 4 CONTACTS ET PLUS Annexe technique: . Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave – Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – UBABA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961569 Code DGOS : DN62	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DH MESURE PIC - OXYGENE CEREBRAL

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
594	MONITORAGE PRESSION INTRACRANIEENNE Notice technique: H6022258					
594	MONITORAGE PRESSION INTRACRANIEENNE	1	CAPTEUR INTRA PARENCHYMATEUX Annexe technique: . ET CAPTEUR VENTRICULAIRE – Le foret est fourni avec le capteur – Préciser la compatibilité IRM – Possibilité d'exporter le signal sur les scopes INDICATION : monitoring de la pression intracrânienne ***** H6022258 – BGAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993453 / 993478 / 999035 Code DGOS : DN62	Unité	135	0
594	MONITORAGE PRESSION INTRACRANIEENNE	2	PERFORATEUR CRANIEN MANUEL USAGE UNIQUE Annexe technique: . ***** H6022258 – BGBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999036 Code DGOS : DN62	Unité	51	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ DH MESURE PIC - OXYGENE CEREBRAL

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
594	MONITORAGE PRESSION INTRACRANIEUNE	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : - 15 MONITEURS DE PRESSION (BOITIERS INTERFACE) QUI DOIVENT ETRE COMPATIBLES AVEC LES SCOPES DU CHU (CHUSE) - 2 MONITEURS (CHR) - 1 MONITEUR (CHAN) - Fourniture des câbles de connexion à titre gracieux. Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave - Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU Code DGOS : DN62	Unité	18	0
595	PERFORATEUR CRANIEN MANUEL Notice technique: H6022258					
595	PERFORATEUR CRANIEN MANUEL	1	COMPATIBLE AVEC FORET 2,7 MM Annexe technique: . Dispositif stérile à usage unique ***** H6022258 – BGAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969789 Code DGOS : DN62	Unité	8	1
595	PERFORATEUR CRANIEN MANUEL	2	FORET A USAGE UNIQUE TOUS DIAMETRES DONT 2,7 MM Annexe technique: . COMPATIBLE AVEC LE PERFORATEUR DU SOUS LOT 1 ***** H6022258 – BGAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960567 Code DGOS : DN62	Unité	5	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DI EL-AIG EMG-EEG-INJ TOXINE B

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
596	EEG ELECTRODE AIGUILLE NEUROLOGIE Notice technique: H6022258					
596	EEG ELECTRODE AIGUILLE NEUROLOGIE	1	0,35 x 12 MM STERILE SACHET DE UN Annexe technique: . - Electrode aiguille montée sur minifil - Cordon : câble extra souple - Connecteur : pin mâle 1 mm ***** H6022258 – UBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960493 Code DGOS : DN62	Unité	500	3
596	EEG ELECTRODE AIGUILLE NEUROLOGIE	2	0,35 x 12 MM STERILE SACHET DE DIX Annexe technique: . Répondre avec le prix du sachet de 10, la quantité est exprimée en nombre de sachets - Electrode aiguille montée sur minifil - Cordon : câble extra souple - Connecteur : pin mâle 1 mm ***** H6022258 – UBAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :960494 Code DGOS : DN62	Unité	1 520	3
597	EMG/POTENTIEL EVOQUE ELECTRODE AIGUILLE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DI EL-AIG EMG-EEG-INJ TOXINE B

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
597	EMG/POTENTIEL EVOQUE ELECTRODE AIGUILLE	1	MONOFILAIRE CONCENTRIQUE STERILE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 0,30 x 25 mm – 0,35 x 30 mm – 0,45 x 25 mm 0,45 x 38 mm – 0,45 x 50 mm – 0,65 x 75 mm – Pour électromyogramme et potentiels évoqués – Aiguille constituée d'une âme en platine et d'une canule en acier inoxydable ***** H6022258 – UBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968702 / 906733 / 960446 Code DGOS : DN62	Unité	1 560	3
597	EMG/POTENTIEL EVOQUE ELECTRODE AIGUILLE	2	MISE A DISPOSITION Annexe technique: . DES CABLES DE RACCORDEMENT AUX MONITEURS Mise à disposition et maintenance à titre gracieux sur la durée totale du marché Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave CHUSE : 5 CHAN : 2 CHR : 3 HLC : 1 Code DGOS : DN62	Unité	6	0
598	ELECTRODE - AIGUILLE POUR INJECTION TOXINE Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DI EL-AIG EMG-EEG-INJ TOXINE B

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
598	ELECTRODE – AIGUILLE POUR INJECTION TOXINE	1	BOTULINIQUE AVEC ELECTROMYOGRAPHIE (EMG) Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 0,3 x 25 mm – 30G 0,3 x 36 mm – 30G 0,36 x30 mm –28G 0,4 x 35 mm – 27G 0,45 x 38 mm – 26G 0,5 x 50 mm – 25G 0,55 x 75 mm – 24G – Aiguille avec câble muni d'une connexion sécurisée – Aiguille en acier inoxydable avec revêtement – Connexion luer verrou au corps de la seringue – Biseau effilé pour une pénétration indolore – Embout avec code couleur ***** H6022218 – AAAGA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962744 / 998995 / 998998 / 998999 / 964933 Code DGOS : DN62	Unité	1 850	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DJ MONITORAGE TEMPERATURE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
599	SONDE DE TEMPERATURE POUR USAGE Notice technique: H6022258					
599	SONDE DE TEMPERATURE POUR USAGE	1	UNIVERSEL CH 9 ET CH 12 Annexe technique: . Sonde avec raccord thermistor série 400 Voie oesophagienne et voie rectale ***** H6022258 – BEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960058 Code DGOS : DK50	Unité	17 500	3
599	SONDE DE TEMPERATURE POUR USAGE	2	MISE A DISPOSITION Annexe technique: . DES CABLES DE RACCORDEMENT AUX MONITEURS Mise à disposition et maintenance à titre gracieux sur la durée totale du marché Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave Besoins estimés en câbles sur la durée du marché : – CHUSE : 40 câbles – CHF : 13 câbles – HLC : 5 câbles – HDG : 14 câbles – CHAN : 2 câbles – CHR : 24 câbles ***** H6022258 – BEBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960190 / 960267 / 963741 Code DGOS : DK50	Unité	98	0
600	SONDE VESICALE DEUX VOIES A BALLONNET POUR Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DJ MONITORAGE TEMPERATURE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
600	SONDE VESICALE DEUX VOIES A BALLONNET POUR	1	MONITORAGE DE LA TEMPERATURE VESICALE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT CH 14 – 16 ET 18 Matériau : silicone Sonde avec raccord thermistor 400 ***** H6022258 – BEAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968326 / 969097 Code DGOS : DK50	Unité	1 605	3
600	SONDE VESICALE DEUX VOIES A BALLONNET POUR	2	MISE A DISPOSITION Annexe technique: . DES CABLES DE RACCORDEMENT AUX MONITEURS Mise à disposition et maintenance à titre gracieux sur la durée totale du marché Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave CHUSE : 10 HDG : 1 HLC : 1 CHR : 24 ***** H6022258 – BEBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960190 / 960267 / 963741 Code DGOS : DK50	Unité	36	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DK ABORD BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
601	GAINE TRANSPARENTE LARGEUR 60 A 100 MM POUR FIBROSCOPE STERILE Notice technique: H6022258					
601	GAINE TRANSPARENTE LARGEUR 60 A 100 MM POUR FIBROSCOPE STERILE	1	LONG UTILE 70 à 90 cm Annexe technique: . Gaine en polyéthylène Un adhésif pour fixation sur le fibroscope Gaine pour maintien de la stérilité des fibroscopes ***** H6022258 – HFDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960888 Code DGOS : DS60	Unité	6 000	3
601	GAINE TRANSPARENTE LARGEUR 60 A 100 MM POUR FIBROSCOPE STERILE	2	LONG UTILE 120 cm Annexe technique: . Gaine en polyéthylène Gaine pour maintien de la stérilité des fibroscopes ***** H6022258 – HFDA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960941 Code DGOS : DS60	Unité	750	3
602	PISTON D'ASPIRATION A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022248					
602	PISTON D'ASPIRATION A USAGE UNIQUE STERILE	1	COMPATIBLE BRONCHOSCOPE PENTAX REFERENCE EB1 5J10 Annexe technique: . Piston avec : – Bague de verrouillage – Raccord d'aspiration – Section d'étanchéité ***** H6022248 – COCA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 966480 ***** Code DGOS : DR64	Unité	800	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DK ABORD BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
603	GUIDE NITINOL - POSE IMPLANT BRONCHIQUE ENDOSCOPIQUE					
603	GUIDE NITINOL – POSE IMPLANT BRONCHIQUE ENDOSCOPIQUE	1	REVETU PTFE ET/OU POLYURETHANE Annexe technique: – Longueur approchée 180 cm 0.035 inch ***** H6022248 – COCAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 993638 / 993639 Code DGOS : DR54	Unité	20	1
604	CATHETER DILATATION PULMONAIRE A BALLONNET Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DK ABORD BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
604	CATHETER DILATATION PULMONAIRE A BALLONNET	1	TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS DE BALLONNET Annexe technique: . Longueur du cathéter 110 cm Le cathéter de dilatation pulmonaire à ballonnet a la capacité d'atteindre progressivement 3 diamètres différents Les diamètres de ballonnets indiqués sont atteints à température corporelle Le cathéter de dilatation pulmonaire à ballonnet est conçu pour être passé sur guide de .035 in. / 0.89 mm à travers la lumière réservée au guide Le cathéter peut également être introduit à travers le canal de travail d'un bronchoscope d'un diamètre supérieur ou égal à 2,8 mm 2 marqueurs radioopaques sont placés sous le segment du ballonnet du cathéter, procurant des points de référence visuels pour le positionnement radioscopique du ballonnet à l'intérieur du rétrécissement INDICATION Le cathéter de dilatation pulmonaire à ballonnet est préconisé pour la dilatation endoscopique des sténoses de l'arbre bronchique ***** H6022248 – COBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963528 Code DGOS : DR64	Unité	3	0
605	DISPOSITIF DE RECUPERATION DE CORPS ETRANGER Notice technique: H6022248					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DK ABORD BRONCHIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
605	DISPOSITIF DE RECUPERATION DE CORPS ETRANGER	1	POUR VOIE AERIENNE Annexe technique: . Le dispositif de récupération se compose d'un corps tubulaire (ou canule) logé dans une gaine flexible diamètre externe 0,8 et 1 mm ainsi que d'un panier diamètres 12 et 16 mm environ rétractable placé à l'extrémité distale d'un câble multidirectionnel à 360° 1 poignée est ensuite fixée proximale à l'aide d'un raccord luer pour ouvrir et refermer le panier Le panier de récupération de corps étranger dans les voies aériennes est conçu pour être utilisé à travers le canal de travail (2 mm de large) d'un endoscope INDICATION : Le dispositif de récupération pour les voies aériennes est indiqué pour le retrait d'un corps étranger dans l'appareil respiratoire au cours d'une procédure endoscopique ***** H6022248 – COAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969093 Code DGOS : DR64	Unité	6	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DL DISP DIAGNOSTIC IN VITRO

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
606	MICRO-METHODE Notice technique: H6022482					
606	MICRO-METHODE	1	TUBE AVEC HEPARINE DE LITHIUM Annexe technique: . ET GEL SEPARATEUR DE PLASMA – Prélèvement de micro volume de sang 0,8 à 1,3 ml – Tube plastique gradué – Tube stérile intérieurement avec obturateur de sécurité – L'obturateur du tube doit être conçu de manière à assurer une protection efficace évitant tout contact avec le sang lors des manipulations ***** H6022482 – WAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) : 964232 Code DGOS : LH11	Unité	9 200	3
606	MICRO-METHODE	2	TUBE EDTA K2 Annexe technique: . – Prélèvement de micro volume de sang 0,5 à 1,3 ml – Tube plastique gradué – Tube stérile intérieurement avec obturateur de sécurité – L'obturateur du tube doit être conçu de manière à assurer une protection efficace évitant tout contact avec le sang lors des manipulations ***** H6022482 – WAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964208 Code DGOS : LH11	Unité	6 600	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DL DISP DIAGNOSTIC IN VITRO

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
606	MICRO-METHODE	3	TUBE SEC AVEC GEL SEPARATEUR DE SERUM Annexe technique: . – Prélèvement de micro volume de sang 0,5 à 1,3 ml – Tube plastique gradué – Obturateur plastique évidé en son centre – Tube stérile intérieurement avec obturateur de sécurité – L'obturateur du tube doit être conçu de manière à assurer une protection efficace évitant tout contact avec le sang lors des manipulations ***** H6022482 – WAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963649 Code DGOS : LH11	Unité	3 600	3
606	MICRO-METHODE	4	TUBE CITRATE DE SODIUM 3,2% Annexe technique: . – Prélèvement de micro volume de sang inférieur à 1,5 ml – Tube plastique gradué – Obturateur plastique évidé en son centre – Tube stérile intérieurement avec obturateur de sécurité – L'obturateur du tube doit être conçu de manière à assurer une protection efficace évitant tout contact avec le sang lors des manipulations ***** H6022482 – WAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962511	Unité	5 000	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DL DISP DIAGNOSTIC IN VITRO

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
606	MICRO-METHODE	5	TUBE FLUORURE DE SODIUM / OXALATE DE POTASSIUM Annexe technique: . – Prélèvement de micro volume de sang 0,5 ml – Tube plastique gradué – Obturateur plastique évidé en son centre – Tube stérile intérieurement avec obturateur de sécurité – L'obturateur du tube doit être conçu de manière à assurer une protection efficace évitant tout contact avec le sang lors des manipulations ***** H6022482 – WAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : LH11	Unité	100	0
606	MICRO-METHODE	6	PROLONGATEUR AJOUTE AU MINI TUBE Annexe technique: . permettant d'obtenir la dimension d'un tube standard 13 x 75 mm ***** H6022482 – WAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963650 Code DGOS : LH11	Unité	6 700	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DN NUTRITION ENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
607	SONDE NASO-JEJUNALE POLYURETHANE RADIO OPAQUE Notice technique: H6022228					
607	SONDE NASO-JEJUNALE POLYURETHANE RADIO OPAQUE	1	1 LUMIERE CH 8 ET 10 – LONG 145 CM AVEC GUIDE Annexe technique: . – Pour nutrition entérale post pylorique – Marquage centimétrique – Connecteur en polyuréthane – Extrémité distale en spirale sur 23 cm environ : 3 boucles à mémoire de forme qui facilitent le passage transpylorique et permettent une fixation optimale dans l'intestin grêle. Extrémité bolus à 4 oeils latéraux – Guide en téflon 150 cm ***** H6022228 – DACAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993615 Code DGOS : DC54	Unité	15	1
608	SONDE NASO ENTERALE SILICONE NON LESTEE ENFIT					
608	SONDE NASO ENTERALE SILICONE NON LESTEE ENFIT	1	TOUTES DIMENSIONS DONT CH 6-8-10-12 ET 14 Annexe technique: – Longueur 125cm ***** H6022228 – DABAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961099 / 961033 / 962963 / 962964 / 964476 Code DGOS : DC54	Unité	166	3
609	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT ACCESSOIRES Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DN NUTRITION ENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
609	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT ACCESSOIRES	1	DISPOSITIF POUR PRELEVEMENT MEDICAMENT Annexe technique: . Longueur approchée 5 cm, connexion ENFIT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022228 – DAABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 960739 Code DGOS : DA50	Unité	39 715	3
609	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT ACCESSOIRES	2	DISPOSITIF POUR PRELEVEMENT DE LAIT Annexe technique: . Longueur approchée 20 et 30cm, connexion ENFIT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022228 – DAABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 961089 / 961090	Unité	10 305	3
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES Notice technique: H6022218					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DN NUTRITION ENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	1	SERINGUE DE 1 ML Annexe technique: . Dispositifs médicaux utilisés en pédiatrie pour la nutrition entérale de petits volumes Seringue spécifique à la nutrition entérale 1 Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218- DAACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962147 Code DGOS : DA50	Unité	56 007	3
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	2	SERINGUE DE 2.5 ML Annexe technique: . Dispositifs médicaux utilisés en pédiatrie pour la nutrition entérale de petits volumes Seringue spécifique à la nutrition entérale 2 Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 - DAACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 999131 Code DGOS : DA50	Unité	30 805	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DN NUTRITION ENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	3	SERINGUE DE 5 ML Annexe technique: . Dispositifs médicaux utilisés en pédiatrie pour la nutrition entérale de petits volumes Seringue spécifique à la nutrition entérale Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – DAACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 999129 Code DGOS : DA50	Unité	56 530	3
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	4	SERINGUE DE 10 ML Annexe technique: . Dispositifs médicaux utilisés en pédiatrie pour la nutrition entérale de petits volumes Seringue spécifique à la nutrition entérale Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. CLADIMED : ***** H6022218 – DAACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 999130 Code DGOS : DA50	Unité	26 640	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DN NUTRITION ENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	5	SERINGUE DE 20 ML Annexe technique: . Dispositifs médicaux utilisés en pédiatrie pour la nutrition entérale de petits volumes Seringue spécifique à la nutrition entérale Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – DAACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964066 Code DGOS : DA50	Unité	17 260	3
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	6	SERINGUE DE 60 ML Annexe technique: . Dispositifs médicaux utilisés en pédiatrie pour la nutrition entérale de petits volumes Seringue spécifique à la nutrition entérale Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022218 – DAACA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 999133 Code DGOS : DA50	Unité	72 210	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DN NUTRITION ENTERALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	7	BOUCHON POUR SERINGUE SECURISEE ENFIT Annexe technique: . Présentation en sachet individuel La quantité est exprimée en nombre de bouchons. Le fournisseur dans son offre indique le prix du bouchon et du conditionnement sachet ***** H6022218 – DAABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962712 Code DGOS : DA50	Unité	30 541	3
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	8	BOUCHON POUR SERINGUE SECURISEE ENFIT Annexe technique: . Présentation en sachet de plusieurs (maxi 10) La quantité est exprimée en nombre de bouchons. Le fournisseur dans son offre indique le prix du bouchon et du conditionnement sachet ***** H6022218 – DAABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962304 Code DGOS : DA50	Unité	66 000	3
610	DISPOSITIF DE NUTRITION ENTERALE PEDIATRIQUE ENFIT SERINGUES	9	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme peut proposer des seringues d'un volume différent Code DGOS : DA50	Unité	0	0

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ DO SONDE GASTRODUODENALE

533

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
611	SONDE DE BLAKEMORE SENGSTAKEN 3 VOIES Notice technique: H6022228					
611	SONDE DE BLAKEMORE SENGSTAKEN 3 VOIES	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT CH 18 – 20 – LONG 100 CM ET 125 CM 2 BALLONNETS – Ballonnet gastrique de volume approché 100 à 150 ml – Ballonnet oesophagien de volume approché 35 à 50 ml ***** H6022228 – DDBCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961334 / 961333 Code DGOS : DA51	Unité	50	0

Classe NI/ DP SONDE RECTALE - TAMPON ANAL - PROSCOPE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
612	TAMPON OBTURATEUR POUR INCONTINENCE ANALE					
612	TAMPON OBTURATEUR POUR INCONTINENCE ANALE	1	TOUTES TAILLES Annexe technique: . MUNI D'UN CORDON DE RETRAIT INDICATION : incontinence anale Le fournisseur peut proposer un dispositif médical équivalent et conforme à l'indication. ***** H6022228 – DBACA Code(s) informatique(s) CHU : 964388	Unité	65	3
612	TAMPON OBTURATEUR POUR INCONTINENCE ANALE	2	APPLICATEUR Annexe technique: . Non stérile, réutilisable (le fournisseur précise les méthodes de traitement) Si nécessaire à la pose du tampon ***** H6022228 – DBACA Code(s) informatique(s) CHU : 964397	Unité	2	1
612	TAMPON OBTURATEUR POUR INCONTINENCE ANALE	3	SET DE PRIMO-UTILISATION SI NECESSAIRE Annexe technique: . Contenant : – 1 à plusieurs exemplaires de tampon à tester pour déterminer la taille la plus appropriée – 1 applicateur ***** H6022228 – DBACA Code(s) informatique(s) CHU : 964341	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DQ POLYPECTOMIE - MUCOSECTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
613	ANSE A POLYPECTOMIE FROIDE CONVERTIBLE A CHAUD Notice technique: H6022228					
613	ANSE A POLYPECTOMIE FROIDE CONVERTIBLE A CHAUD	1	ANSE FORMEE DE MULTIBRINS FINS EFFICACE A FROID Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT ANSE DIAMETRE 10 MM ET 15 MM CATHETER 230CM DIAMETRE 2.4 MM CANAL OPERATEUR 2.8 MM 1 INDICATION : RESECTION DES POLYPES INFERIEURS A 10 MM PAR VOIE COLOSCOPIQUE UTILISATION POSSIBLE SANS ENERGIE DIATHERMIQUE ***** H6022228 – DBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964151 / 964152 Code DGOS : DA65	Unité	2 420	3
614	ANSE A MUCOSECTOMIE MULTIBRINS Notice technique: H6022228					
614	ANSE A MUCOSECTOMIE MULTIBRINS	1	. Annexe technique: . ANSE RIGIDE DIATHERMIQUE RONDE TOUTES DIMENSIONS DONT DIAMETRE 20 MM CATHETER 240 CM DIAMETRE 2,4 MM Diamètre du canal opérateur 2,8 mm ***** H6022228 – DBBAA Code(s) informatique(s) CHU : 963819 Code DGOS : DA65	Unité	50	3
615	ANSE DIATHERMIQUE A POLYPECTOMIE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DQ POLYPECTOMIE - MUCOSECTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
615	ANSE DIATHERMIQUE A POLYPECTOMIE	1	ANSE OVALE ET HEXAGONALE Annexe technique: . – Toutes dimensions dont diamètre anse 10 / 15 / 25 / 30 mm – Toutes formes dont ovale et hexagonale – Toutes rigidités – Longueur 240 cm – Diamètre cathéter 2.4 mm – Canal opérateur 2,8 mm PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait également une proposition avec les anses rotatives INDICATION : retrait et cautérisation des polypes ***** H6022228 – DBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960721 / 969599 / 969600 / 969601 / 969602 / 969699 Code DGOS : DA65	Unité	685	3
616	ANSE A FILET POUR RECUPERATION DE POLYPES ET DE CORPS ETRANGERS Notice technique: H6022228					
616	ANSE A FILET POUR RECUPERATION DE POLYPES ET DE CORPS ETRANGERS	1	VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . – Largeur du filet : toutes dimensions dont 30 x 60 mm et 40 x 75 mm – Cathéter diamètre 2.6 mm et longueur 230 cm – Diamètre du canal opérateur 2.8 mm ***** H6022228 – DBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963523 / 963524 / Code DGOS : DA64	Unité	142	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DQ POLYPECTOMIE - MUCOSECTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
617	PIEGE A POLYPES Notice technique: H6022228					
617	PIEGE A POLYPES	1	POUR LE RECUEIL ET TRANSPORT DES POLYPES ENLEVES Annexe technique: . USAGE UNIQUE – Composé de 8 compartiments dont 4 séparés pour recueillir des polypes et 4 autres ouverts pour une aspiration directe dans le récipient – Possibilité de choisir entre recueil sélectif (paniers de 1 à 4) ou un recueil global (fond du récipient) – Identification requise pour chaque polype ***** H6022228 – DBBAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 960520 Code DGOS : DA67	Unité	2 010	3
618	CATHETER 7F LONGUEUR APPROCHEE 220 CM EXTREMITE SPRAY RADIOOPAQUE Notice technique: H6022228					
618	CATHETER 7F LONGUEUR APPROCHEE 220 CM EXTREMITE SPRAY RADIOOPAQUE	1	VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . STYLET LONGEUR 100 CM CATHETER DIAMETRE 2,3 MM VOIE ENDOSCOPIQUE 2.8MM INDICATION : vaporisation de la muqueuse gastro intestinale ***** H6022228 – DBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969625 Code DGOS : DA67	Unité	10	1
619	SYSTEME POSE LIGATURE DE POLYPE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DQ POLYPECTOMIE - MUCOSECTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
619	SYSTEME POSE LIGATURE DE POLYPE	1	VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . Cathéter d'introduction en téflon longueur 230 cm Ligature en polyéthylène La ligature prémontée sur le cathéter est introduite dans l'endoscope canal opérateur 2.8 mm puis placée sur le site INDICATION Prévention d'une hémorragie de polypes lors d'une polypectomie endoscopique ***** H6022228 – DBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961078 Code DGOS : DA65	Unité	36	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
620	KIT DE GASTROSTOMIE PERCUTANEE PAR ENDOSCOPIE Notice technique: H6022228					
620	KIT DE GASTROSTOMIE PERCUTANEE PAR ENDOSCOPIE	1	CATHETER TOUTES CHARRIERES DONT 12 – 16 ET 20 Annexe technique: . – Technique pull – Retrait sans endoscopie par traction – Le kit comprend tous les dispositifs nécessaires à la mise en place d'une sonde de première intention : * Sonde en silicone ou polyuréthane radio opaque toutes dimensions dont CH16 avec boucle de fixation au fil guide à son extrémité proximale * Sonde avec connectique Enfit * Extrémité distale avec système de rétention interne type dôme * Dispositif de fixation externe * Fil guide * Aiguille de ponction ***** H6022228 – DADAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993678 Code DGOS : DA50	Unité	48	1
620	KIT DE GASTROSTOMIE PERCUTANEE PAR ENDOSCOPIE	2	ADAPTATEUR UNIVERSEL EN Y Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONQS DONT CH 16 ET 20 CONNECTIQUE ENFIT ***** H6022228 – DADAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993675 / 993676 Code DGOS : DA50	Unité	59	3
621	SYSTEME STERILE POUR GASTROSTOMIE REMPLACEMENT Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
621	SYSTEME STERILE POUR GASTROSTOMIE REMPLACEMENT	1	BOUTON A BALLONNET TOUTES DIMENSIONS DONT Annexe technique: . 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24F LONG 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,7 - 2 - 2,3 - 2,5 - 2,7- 3 - 3,5 - 4 - 4,5 cm Matériau silicone Ligne radioopaque Volume du ballonnet : 5 ml Site de connexion Enfit Fourniture à titre gracieux des mesureurs de trajet ***** H6022680 - DADBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 987625 / 987626 / 987627 / 987628 / 987630 A 987676 / 953933 / 951976 / 952021 / 995537 / 999661 / 999425 / 995974 / 995208 H6022680 - DADBB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 967660 Code DGOS : DA50	Unité	60	1
621	SYSTEME STERILE POUR GASTROSTOMIE REMPLACEMENT	2	PROLONGATEUR COUDE 2 VOIES POUR ALIMENTATION Annexe technique: . AVEC CONNECTIQUE ENFIT ***** H6022228 - DADBB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993623 Code DGOS : DA50	Unité	164	3
622	GASTROSTOMIE PERCUTANEE POSE SOUS CONTROLE RADIOLOGIQUE OU PAR ENDOSCOPIE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
622	GASTROSTOMIE PERCUTANEE POSE SOUS CONTROLE RADIOLOGIQUE OU PAR ENDOSCOPIE	1	KIT INTRODUCTEUR POUR SONDE Annexe technique: . OU BOUTON GASTROSTOMIE ET SONDE OU BOUTON TRANSGASTRIQUE JEJUNAL TOUTES DIMENSIONS TECHNIQUE PUSH Composants : – aiguille d'introduction – 4 aiguilles sécurisées avec ancre radioopaque et fils résorbables – Dilatateur télescopique avec cathéter pelable intégré – Guide type amplatz Indication : mise en place de sonde de gastrostomie en première intention ***** H6022228 – DADAA Code(s) informatique(s) CHU : 993332 / 993333 / 993334 / 962424 Code DGOS : DA50	Unité	189	1
622	GASTROSTOMIE PERCUTANEE POSE SOUS CONTROLE RADIOLOGIQUE OU PAR ENDOSCOPIE	2	SONDE GASTROSTOMIE 3 VOIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT CH 12 à 24 PAR INCREMENT DE 2 BALLONNET 3 – 5 ML ANNEAU DE RETENTION Matériau silicone Connectique enfit ***** H6022228 – DADAA Code(s) informatique(s) CHU : 962871 / 963531 / 963532 / 963533 / 963534 / 963900 / 966434	Unité	586	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
623	SONDE DE GASTRO-JEJUNOSTOMIE STERILE DOUBLE LUMIERE LESTEE AVEC BALLONNET Notice technique: H6022680					
623	SONDE DE GASTRO-JEJUNOSTOMIE STERILE DOUBLE LUMIERE LESTEE AVEC BALLONNET	1	LIGNE RADIO OPAQUE ET MARQUAGE CENTIMETRIQUE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT CH16 ET CH18 LONGUEURS JEJUNALES 15-22-30-45 CM ENVIRON Sonde disposant d'une boucle en partie distale Voie endoscopique ou voie radiologique Connectique ENFIT Sonde présentée avec guide 0.035 – 150cm ***** H6022680 – DAEAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964165 / 995999 / 995998 Code DGOS : DA50	Unité	23	1
624	DISPOSITIF POUR NUTRITION ENTERALE PAR VOIE JEJUNALE POSE CHIRURGICALE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
624	DISPOSITIF POUR NUTRITION ENTERALE PAR VOIE JEJUNALE POSE CHIRURGICALE	1	KIT POUR JEJUNOSTOMIE INTRA MURALE A L'AIGUILLE Annexe technique: . Composé de : - 1 cathéter en silicone dimensions approchées 2 mm x 60 cm radio opaque avec mandrin - 1 introducteur - 1 aiguille 17G pour tunnelisation - 1 aiguille alène CH10 - 1 guide métallique droit - 1 raccord proximal pour le cathéter en silicone - 2 raccords mâles luer verrou / mâle luer verrou Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose une sonde avec une connexion ENFIT ***** H6022228 – DAEAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 964718 Code DGOS : DA50	Unité	7	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DS CATHETER BILIAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
625	CATHETER A BALLONNET BILIAIRE SIMPLE VOIE Notice technique: H6022258					
625	CATHETER A BALLONNET BILIAIRE SIMPLE VOIE	1	5F ET 6F LONGUEURS APPROCHEES 25 ET 40 CM Annexe technique: . DESCRIPTION Cathéter en PVC, ballonnet, ligaturé et collé – Sur la partie proximale, un embout luer permet la connexion avec une seringue luer – Marquage tous les cm à partir de 5,5 cm de l'extrémité distale – Mandrin en acier inoxydable INDICATION Exploration du canal biliaire et cholécystectomie en chirurgie ***** H6022258 – KGBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993409 Code DGOS : DA55	Unité	9	1
626	CATHETER CHOLANGIOGRAPHIE TOUS DIAMETRES DONT CH 4 ET 6 Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DS CATHETER BILIAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
626	CATHETER CHOLANGIOGRAPHIE TOUS DIAMETRES DONT CH 4 ET 6	1	LONGUEUR 40 CM Annexe technique: . – Cathéter en PVC semi rigide gradué sur 30 cm environ – Extrémité proximale avec embout luer obturable – Extrémité distale cylindrique fermée – Trois orifices à proximité de l'extrémité distale INDICATION : utilisé par voie transcystique en per opératoire pour effectuer le contrôle radiologique des voies biliaires ***** H6022258 – KGAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960647 / 963158 Code DGOS : DK51	Unité	189	3
627	CATHETER CHOLANGIOGRAPHIE PERCUTANEE 6F					
627	CATHETER CHOLANGIOGRAPHIE PERCUTANEE 6F	1	AVEC INTRODUCTEUR Annexe technique: . Cathéter 6F longueur 33cm environ Cathéter prémonté avec poignée et tubulure permettant l'injection de produit de contraste Cathéter disposant d'une extrémité expansible en forme de parapluie de 6 à 20F Extrémité distale 3F rigide et effilée atraumatique pour faciliter le passage du canal cystique Code DGOS : DK51	Unité	34	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
628	PAPILLOTOME COUTEAU AIGUILLE Notice technique: H6022228					
628	PAPILLOTOME COUTEAU AIGUILLE	1	PAPILLOTOME 5F LONGUEUR 200 CM ENVIRON Annexe technique: . – Droit gradué – Poignée proximale avec orifice d'injection – Tige en PTFE – Longueur du couteau aiguille 7 mm de long environ – Diamètre minimal du canal opérateur 2 mm – Compatible avec des guides 0.035 ***** H6022228 – DBBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963967 Code DGOS : DA63	Unité	5	1
629	SPHINCTEROTOME TRIPLE LUMIERE EXTREMITE EFFILEE Notice technique: H6022228					
629	SPHINCTEROTOME TRIPLE LUMIERE EXTREMITE EFFILEE	1	AVEC GUIDE 0.035 INCH (0.89 mm) 260CM PREMONTE Annexe technique: . spinctérotome préchargé longueur 200cm extrémité effilée de diamètre approché 4,4F et 5mm de longueur approchée – Technique monorail pour échange rapide – fil de coupe orientable longueur approchée 20 mm ***** H6022228 – DECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969527 Code DGOS : DA63	Unité	541	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
629	SPHINCTEROTOME TRIPLE LUMIERE EXTREMITÉ EFFILÉE	2	SANS GUIDE Annexe technique: . spinctérotome non préchargé – Technique monorail pour échange rapide – fil de coupe orientable longueur approchée 20 mm ***** H6022228 – DECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DA63	Unité	10	0
630	INFUNDIBULOTOME TRIPLE LUMIERE Notice technique: H6022228					
630	INFUNDIBULOTOME TRIPLE LUMIERE	1	AIGUILLE A BOUT ROND – LONG AIGUILLE 4 A 6 MM Annexe technique: . – Longueur approchée 180 à 210 cm – Pose avec guide 0.035 inch (0.89 mm) échange rapide technique monorail ***** H6022228 – DECAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969674 Code DGOS : DA63	Unité	140	1
631	CATHETER TRIPLE LUMIERE A BALLONNET POUR Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
631	CATHETER TRIPLE LUMIERE A BALLONNET POUR	1	EXTRACTION CALCULS CHOLEDOCIENS Annexe technique: . VOIE ENDOSCOPIQUE BALLONNET MULTI TAILLE TOUS DIAMETRES CATHETER : 7 – 6F – LONGUEUR 200 CM – MARQUEURS RADIOOPAQUES POUR UTILISATION AVEC GUIDE 0.035 ECHANGE RAPIDE TECHNIQUE MONORAIL ***** H6022228 – DEBAA Code(s) interne(s) CHU : 969574 Code DGOS : DA55	Unité	460	2
632	GUIDE .035 LONG 260 ET 450 CM Notice technique: H6022228					
632	GUIDE .035 LONG 260 ET 450 CM	1	EXTREMITE HYDROPHILE 5 CM Annexe technique: . – Toutes extrémités dont droite – Standard et rigide – Voie endoscopique ***** H6022228 – DEAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968649 / 969526 / 969567 Code DGOS : DA62	Unité	151	1

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
632	GUIDE .035 LONG 260 ET 450 CM	2	EXTREMITE HYDROPHILE 10 CM Annexe technique: . – Toutes extrémités dont droite – Standard et rigide – Voie endoscopique ***** H6022228 – DEAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969594 / 969595 Code DGOS : DA62	Unité	51	1
633	GUIDE 0.25 LONG 260 ET 450 CM					
633	GUIDE 0.25 LONG 260 ET 450 CM	1	EXTREMITE HYDROPHILE 5 CM Annexe technique: . – Toutes extrémités dont droite – Standard et rigide – Voie endoscopique ***** H6022228 – DEAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961506 / 961507 Code DGOS : DA62	Unité	20	1
634	GUIDE 0,25 LONG 450CM					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
634	GUIDE 0,25 LONG 450CM	1	EXTREMITÉ HYDROPHILE 7 CM EFFILÉE FLEXIBLE SOUPLE Annexe technique: . – Extrémité droite et angulée – Rigide – Voie endoscopique ***** H6022228 – DEAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964206 Code DGOS : DA62	Unité	10	1
635	CYSTOTOME : CATHETER EXTERIEUR 10F / 165 CM - CATHETER INTERIEUR 5F / 190 CM Notice technique: H6022228					
635	CYSTOTOME : CATHETER EXTERIEUR 10F / 165 CM – CATHETER INTERIEUR 5F / 190 CM	1	ANNEAU DIATHERMIQUE 10F Annexe technique: . VOIE ENDOSCOPIQUE – Compatible guide 0.035 INDICATION : ponction électro chirurgicale dans la paroi transgastrique ou transduodénale et pénétration de kyste pancréatique ***** H6022228 – DECAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU 969618 Code DGOS : DA63	Unité	5	1
636	CYSTOTOME : CATHETER EXTERIEUR 6F / 180 CM Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
636	CYSTOTOME : CATHETER EXTERIEUR 6F / 180 CM	1	VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . – Embout diathermique INDICATION : ponction électro chirurgicale dans la paroi transgastrique ou transduodénale et pénétration de kyste pancréatique Hépatocogastrotomie ***** H6022228 – DECAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963538 Code DGOS : DA63	Unité	20	1
637	BROSSE DE CYTOLOGIE BILIAIRE A DOUBLE LUMIERE Notice technique: H6022228					
637	BROSSE DE CYTOLOGIE BILIAIRE A DOUBLE LUMIERE	1	VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: – Cathéter longueur 200 cm – Repère radioopaque à l'extrémité du cathéter – Brosse diamètre 3 mm – Canal opérateur minimum 3,2 mm diamètre de guide compatible 0.035 – Lumières distinctes pour le produit de contraste / guide et la brosse permettant l'échange d'instruments sans retirer le guide INDICATION : prélèvement de cellules dans les voies biliaires ***** H6022228 – DEBDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993658 Code DGOS : DA63	Unité	25	3
638	CATHETER DE CPRE POUR OPACIFICATION DE VOIES BILIAIRES Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
638	CATHETER DE CPRE POUR OPACIFICATION DE VOIES BILIAIRES	1	2 VOIES Annexe technique: . Cathéter 6F double lumière Extrémité radio opaque "dome tip" Longueur de stylet 100 cm Canal opérateur 2,8 mm Compatible avec guide 0.035 Cathéter avec mandrin et raccord latéral pour injection de produit de contraste ***** H6022228 – DEBBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969616 Code DGOS : DA63	Unité	5	1
639	CATHETER DILATATION BILIAIRE A BALLONNET Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
639	CATHETER DILATATION BILIAIRE A BALLONNET	1	VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . - Diamètre du cathéter 1.9 mm – 5.8/6F - Longueur cathéter 180 cm - compatible avec guide diamètre .035 (0.89 mm) échange rapide - Technique monorail - Longueur du ballonnet 4 cm - Diamètres externes du ballonnet gonflé : 4 – 6 – 8 et 10 mm - Repères radioopaques - Cathéter à double lumière possédant à son extrémité distale un ballonnet non compliant haute pression jusqu'à 12 bars - Ce cathéter de dilatation à ballonnet permet d'exercer une force radiale afin de dilater les parois étroites ***** H6022228 – DEBCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965086 / 993401 / 993402 / 993403 Code DGOS : DA64	Unité	52	1
640	PANIER D'EXTRACTION FILOGUIDE POUR CALCUL BILIAIRE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
640	PANIER D'EXTRACTION FILOGUIDE POUR CALCUL BILIAIRE	1	COMPATIBLE LITHOTRITIE MECANIQUE D'URGENCE Annexe technique: Compatible système court (fil guide supérieur ou égal à 260 cm) Panier de 35 mm environ Diamètre cathéter 2,8 mm ***** H6022228 – DEBDA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962726 Code DGOS : DA64	Unité	2	0
640	PANIER D'EXTRACTION FILOGUIDE POUR CALCUL BILIAIRE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente de deux gaines et de deux poignées sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Code DGOS : DA64	Unité	1	0
641	SET DE DRAINAGE BILIAIRE PAR VOIE NASALE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
641	SET DE DRAINAGE BILIAIRE PAR VOIE NASALE	1	CATHETER TOUTES DIMENSIONS DONT 5 A 10 F Annexe technique: . Set à usage unique stérile composé de : - 1 cathéter long 235 et/ou 250 cm environ, extrémité pigtail, 5 orifices latéraux, compatible guide 0.035 - 1 guide 0.035 - 1 mandrin - 1 tube de transfert nasal INDICATION : drainage endoscopique temporaire du canal biliaire par les voies nasales au moyen d'un cathéter à demeure ***** H6022258 – JAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964122 / 968473 Code DGOS : DA53	Unité	40	1
642	CHOLANGIO - PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE Notice technique: H6022228					
642	CHOLANGIO – PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE	1	CATHETER D'ACCES ET D'ADMINISTRATION Annexe technique: . CATHETER COMPATIBLE AVEC L'ENDOSCOPE SPYSCOPE OU EQUIVALENT LE FOURNISSEUR PRECISE LE CODE LPP ***** H6022616 – KGBAE code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961058 Code DGOS : DA64	Unité	15	0
642	CHOLANGIO – PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE	2	ANSE POUR CAPTURE DE CORPS ETRANGERS Annexe technique: . ANSE COMPATIBLE AVEC L'ENDOSCOPE SPYSCOPE OU EQUIVALENT ***** H6022228 – KGBAE code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DA64	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
642	CHOLANGIO – PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE	3	PANIER D'EXTRACTION CALCUL DES VOIES BILIAIRES Annexe technique: . COMPATIBLE AVEC L'ENDOSCOPE SPYSCOPE OU EQUIVALENT ***** H6022228 – KGBAE code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	1	0
642	CHOLANGIO – PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE	4	PINCE A BIOPSIE Annexe technique: . COMPATIBLE AVEC L'ENDOSCOPE SPYSCOPE OU EQUIVALENT ***** H6022228 – KGBAE Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961466 Code DGOS : DA64	Unité	2	0
642	CHOLANGIO – PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE	5	SONDE DE LITHOTRIPSIE ELECTROHYDRAULIQUE BIPOLAIRE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS DONT 1.9F LONGUEUR APPROCHEE 375 CM ***** H6022228 – KGBAE code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961467 Code DGOS : DA64	Unité	15	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DT ENDOSCOPIE BILIAIRE ET PANCREATIQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
642	CHOLANGIO – PANCREATOSCOPE A USAGE UNIQUE A SYSTÈME DE VISUALISATION DIRECTE	6	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur propose une offre pour l'achat de l'équipement médical et/ou la location et/ou la mise à disposition (MAD) de cet équipement. Pour l'offre achat : le fournisseur fait une proposition pour la maintenance tous risques (préventive et curative) et la fourniture des pièces détachées Pour l'offre location/maintenance : le fournisseur fait une proposition pour une facturation trimestrielle de la location à terme échu, une maintenance tous risques (préventive et curative dont pièces détachées) à titre gracieux de l'équipement médical est comprise dans la location. 1 contrôleur numérique compatible avec le cathéter d'accès et d'administration du sous lot 1 1 lithotripteur électrohydraulique bipolaire compatible avec la sonde du sous lot 5 Code DGOS : DA64	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
643	GUIDE RIGIDE LUNDERQUIST DIAMETRE 0,035 LONGUEUR 230CM Notice technique: H6022228					
643	GUIDE RIGIDE LUNDERQUIST DIAMETRE 0,035 LONGUEUR 230CM	1	POSE PROTHESE OESOPHAGIENNE VOIE ENDOSCOPIQUE Annexe technique: . Extrémité souple 10 cm ***** H6022228 – DEAAA Code produit interne CHU : 993524 Code DGOS : DA62	Unité	30	2
644	CATHETER BALLONNET DE DILATATION A EXPANSION RADIALE CONTROLEE Notice technique: H6022228					
644	CATHETER BALLONNET DE DILATATION A EXPANSION RADIALE CONTROLEE	1	TOUS DIAMETRES Annexe technique: . Trois diamètres distincts possibles par ballonnet en fonction des pressions de gonflage Présenté avec fil guide prémonté Cathéter pour canal opérateur 2.8 mm INDICATION : oesophage – pylore – colon et biliaire PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre avec un cathéter sans fil guide prémonté ***** H6022228 – DDADA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964123 / 964124 / 964125 / 964126 Code DGOS : DA54	Unité	106	2
645	CATHETER 90 CM BALLONNET DILATATION POUR ACHALASIE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
645	CATHETER 90 CM BALLONNET DILATATION POUR ACHALASIE	1	Annexe technique: . Cathéter 14F avec fil guide super stiff Ballonnet longueur 10 cm tous diamètres dont 30mm ***** H6022228 – DDAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 969598 Code DGOS : DA54	Unité	5	0
646	AIDE AU DIAGNOSTIC POUR LA COLOSCOPIE - DEPLISSEUR DE COLON Notice technique: H6022228					
646	AIDE AU DIAGNOSTIC POUR LA COLOSCOPIE – DEPLISSEUR DE COLON	1	CAPUCHON A CILS POUR ENDOSCOPE Annexe technique: . Ce dispositif est destiné à être fixé à l'extrémité distale de l'endoscope pour faciliter un traitement endoscopique, aux fins suivantes : – Maintenir les tissus à la distance appropriée afin de garantir un champ de vision optimal de l'endoscope – Favoriser l'insertion de l'endoscope dans le tractus gastro-intestinal ***** H6022228 – HFCAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963671 Code DGOS : DA63	Unité	605	3
647	SYSTEME LIGATURES MULTIPLES A ELASTIQUES Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
647	SYSTEME LIGATURES MULTIPLES A ELASTIQUES	1	Annexe technique: . Canal opérateur 2,8 mm INDICATION : ligature de varice oesophagienne PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un dispositif sans latex ***** H6022228 – DDBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968179 Code DGOS : DA51	Unité	126	2
648	AIGUILLE A INJECTION POUR SCLEROSE Notice technique: H6022228					
648	AIGUILLE A INJECTION POUR SCLEROSE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . DONT 0.5 MM/25G ET 0.7 MM/22G LONGUEURS 4 ET 5 mm LONGUEURS UTILES GAINÉ 180 CM ET 230 CM ***** H6022228 – DDBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969627 / 963575 Code DGOS : DA51	Unité	795	3
649	AIGUILLE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
649	AIGUILLE PONCTION SOUS ECHO ENDOSCOPE	1	SOUPLE PENTAX Annexe technique: . – Aiguilles tous calibres dont 19–20–22 et 25G et tous types d'extrémités – Aiguille hautement échogénique INDICATIONS : – Prélèvement de lésions gastro intestinales dont pancréas sous muqueuses ciblées par le canal opérateur d'un écho endoscope – Administration d'agents neurolytiques au plexus coeliaque sous guidage échoendoscopique ***** H6022228 – EBEBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965641 / 969571 / 969573 / 969695 Code DGOS : DA63	Unité	220	1
650	LIGATEUR HEMORROIDES INTERNES Notice technique: H6022228					
650	LIGATEUR HEMORROIDES INTERNES	1	4 LIGATURES PRECHARGEES Annexe technique: . Dispositif en forme de pistolet porteur de 4 ligatures à brancher sur l'aspiration Voie endoscopique par anoscope PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose un dispositif sans latex ***** H6022228 – DDBAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969273 Code DGOS : DA51	Unité	40	3
651	PINCE GAINEE EXTRACTION DE CORPS ETRANGER Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
651	PINCE GAINÉE EXTRACTION DE CORPS ETRANGER	1	LONGUEUR MINIMALE APPROCHÉE 230CM DIAMETRE Annexe technique: . APPROCHE MAXIMUM 2,5MM – Pince à usage unique – Toutes formes de machoires dont dent de rat alligator – Toutes largeurs ouverture de machoire Indication : Retrait de corps étrangers et/ou de polypes en formation dans l'appareil gastro-intestinal. ***** H6022228 – EBEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963672 Code DGOS : DA64	Unité	265	3
652	BLOQUEUR A USAGE UNIQUE POUR CANAL A BIOPSIE Notice technique: H6022228					
652	BLOQUEUR A USAGE UNIQUE POUR CANAL A BIOPSIE	1	COMPATIBLE ENDOSCOPE PENTAX Annexe technique: . Composé d'un bouchon avec valve intégrée et d'un dispositif de verrouillage du fil guide présenté à part. Dispositif de blocage du guide ***** H6022228 – HFCAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 969612 Code DGOS : DA57	Unité	560	3
653	EMBOUT DISTAL POUR ENDOSCOPES Notice technique: H6022228					
653	EMBOUT DISTAL POUR ENDOSCOPES	1	LONGUEUR 4MM TOUS DIAMETRES D'ENDOSCOPE Annexe technique: . Pour dégager le champ de vision lors de la dissection endoscopique sous muqueuse. ***** H6022228 – DBBAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963539 / 963540 / 963541 Code DGOS : DA63	Unité	445	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
654	KIT PISTON AIR/EAU+VALVE POUR CANAL OPERATEUR A USAGE UNIQUE STERILE Notice technique: H6022228					
654	KIT PISTON AIR/EAU+VALVE POUR CANAL OPERATEUR A USAGE UNIQUE STERILE	1	COMPATIBLE ENDOSCOPE OLYMPUS SERIES Annexe technique: . 140/160/190/240/250 et PENTAX Kit composé de : - 1 piston air/eau - 1 piston d'aspiration - 1 valve pour canal opérateur ***** H6022228 Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DA67	Unité	2 525	3
655	BALLONNET CAPUCHON STERILE POUR ECHOENDOSCOPE Notice technique: H6022228					
655	BALLONNET CAPUCHON STERILE POUR ECHOENDOSCOPE	1	. Annexe technique: . GAMME COMPATIBLE ECHO ENDOSCOPE PENTAX - Ballonnets 1 ouverture et 2 ouvertures conçu pour résister aux contraintes de l'échoendoscope tout en garantissant une image de très bonne qualité PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition pour des ballonnets sans latex ***** H6022228 – HFCAB code(s) interne(s) au CHU : 969510 / 993589 Code DGOS : DA67	Unité	880	3
656	POMPE LAVAGE CANAL OPERATEUR ENDOSCOPE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
656	POMPE LAVAGE CANAL OPERATEUR ENDOSCOPE	1	TUBULURE IRRIGATION Annexe technique: . TUBULURE AVEC VALVE ANTI RETOUR COMPATIBLE TOUS TYPES DE POMPES DONT : POMPE EGP100E – ABS BOLTON ET POMPE OLYMPUS OFP2 ***** H6022228 – DEABA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 963570 Code DGOS : DA67	Unité	1 420	3
656	POMPE LAVAGE CANAL OPERATEUR ENDOSCOPE	2	CONNECTEUR POUR CANAL AUXILIAIRE Annexe technique: . AVEC VALVE ANTI RETOUR A USAGE UNIQUE ***** H6022228 – Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DA67	Unité	3 400	3
657	SERINGUE D'INFLATION AVEC MANOMETRE Notice technique: H6022228					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
657	SERINGUE D'INFLATION AVEC MANOMETRE	1	– Annexe technique: ANNEXE TECHNIQUE POUR CATHETER DE DILATATION A BALLONNET EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE Seringue de 25 ml munie d'un piston fileté d'une tubulure à haute pression et d'un robinet à 3 voies Manomètre intégré de 22 atmosphères étalonné de 0 à 22 atmosphères (0 à 330 psi) de pression positive pour contrôler la pression d'un ballonnet La pression du manomètre est d'un atm dans l'intervalle de pressions ci-dessus INDICATION Gonfler et dégonfler les ballonnets de dilatation Mesurer la pression à l'intérieur du ballonnet pendant l'intervention ***** H6022228 – DEBCA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993413 Code DGOS : DA54	Unité	163	3
658	TUBULURE D'INSUFFLATION ET D'IRRIGATION POUR ENDOSCOPE					
658	TUBULURE D'INSUFFLATION ET D'IRRIGATION POUR ENDOSCOPE	1	TUBULURE AVEC CAPUCHON Annexe technique: . POUR CONNEXION DIRECTE ENTRE L'ENDOSCOPE ET LA BOUTEILLE D'EAU STERILE VALIDEE POUR UNE UTILISATION PENDANT 24 H COMPATIBLE ENDOSCOPE OLYMPUS ET PENTAX INDICATION : alimentation des endoscopes en air ou CO² et en eau stérile pendant les interventions endoscopiques Code DGOS : DA67	Unité	850	3
659	ENDOSCOPIE DIGESTIVE : SONDE DE COAGULATION PAR PLASMA D'ARGON Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
659	ENDOSCOPIE DIGESTIVE : SONDE DE COAGULATION PAR PLASMA D'ARGON	1	COMPATIBLE COAGULATEUR ARGON ERBE MEDICAL APC300 Annexe technique: . MODULE APC2 SONDES TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS DONT DIAMETRE 2,3 MM LONGUEUR 2,2 M TOUS TYPES DE JETS DONT JETS CIRCULAIRES EMBOUT DISTAL GRADUE ET FILTRE ANTIBACTERIEN INTEGRE Le fournisseur propose à titre gracieux les adaptateurs nécessaires selon le type de coagulateur au branchement des sondes ***** H6022258 – KAABA Code(s) informatique(s) CHU : 965621 Code DGOS : DA65	Unité	182	1
660	ENDOSCOPIE DIGESTIVE : COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022228					
660	ENDOSCOPIE DIGESTIVE : COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	1	COMPATIBLE POMPE OLYMPUS OFP-2 Annexe technique: . Couteau pointe extrémité distale arrondie et injection directe et forme crochet Toutes dimensions lames dont lame sortie 1,5 mm – lame rentrée 0,1 mm et lame de 4.5mm Possibilité d'injection lors de l'incision Toutes longueurs utiles dont 2300 mm Indications : incision et dissection des lésions planes et / ou volumineuses > à 1 cm par endoscopie (rectum, colon, œsophage, estomac) ***** H6022228 – DBBAE code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964439 Code DGOS : DA63	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DU ENDOSCOPIE DIGESTIVE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
660	ENDOSCOPIE DIGESTIVE : COUTEAU ELECTROCHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	2	TUBULURE CANAL DE LAVAGE INTEGRE Annexe technique: . POUR IRRIGATION Compatible avec le couteau de dissection demandé au sous-lot 1 et la pompe OLYMPUS OFP-2 Toutes longueurs dont 3500 mm ***** H6022228 – DBBAE code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961805 Code DGOS : DA63	Unité	10	0
661	OVERTUBE POUR DIVERTICULE DE ZENKER Notice technique: H6022228					
661	OVERTUBE POUR DIVERTICULE DE ZENKER	1	TOUTES DIMENSIONS DONT DIAM EXTERNE 22MM-LONG 30CM Annexe technique: . MATERIAU SILICONE INDICATION : isolation et exposition du septum en présence d'un diverticule de Zenker. Ce dispositif agit comme un diverticuloscope afin de créer une diverticulectomie. Extrémité distale en bec de canard Marqueur à 22 cm de l'extrémité distale ***** H6022228 – DBBAA Code(s) informatique(s) CHU : 969758 Code DGOS : DA63	Unité	5	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
662	PACK COMPLET-CIRCUIT + OXYGENATEUR MEMBRANE Notice technique: H6022315					
662	PACK COMPLET-CIRCUIT + OXYGENATEUR MEMBRANE	1	ET RESERVOIR INTEGRE Annexe technique: . – Voir schéma en pièce jointe : référence 528 – Le circuit et l'oxygénateur sont pré connectés 1 – Le circuit Le circuit de CEC est composé de plusieurs parties : * Matière : PVC d'une dureté entre 50 et 60 en 1/2* 3/32 pour la ligne veine et pour la ligne artérielle (3/8* 3/32) et entre 40 et 60 en 3/8* 3/32 pour les corps de pompe en silicone. * Le tubing ne devra comporter aucun défaut physique, mécanique et chimique, ceci à une température allant de 20° à 44°. * Présence d'un sac plastique (150 x 50 cm) pour rassembler tout le matériel après l'intervention et faciliter ainsi l'évacuation. 2 – L'oxygénateur à réservoir intégré : L'oxygénateur avec le réservoir veineux intégré est éventuellement séparable. Il devra répondre aux conditions ci-dessous : * Facilité de montage * Membrane à fibre creuse – le sang circulant à l'extérieur de la fibre * Volume d'amorçage le plus faible possible * Débits acceptés de 0 à 7 litres * Transferts gazeux et échange thermique les plus performants * Perte de charge minimale * Ergonomie adaptée à notre technique de perfusion (position du chirurgien, position de la console, tubing, etc...) * Bonne solidité de l'ensemble (collage, raccord, chocs externes, etc...) * Résistance élevée aux pressions internes * Events et recirculations permettant le piégeage des bulles * Facilité et rapidité du débullage * Site de prise de température artère et veine * Raccord Hansen pour le bac chaud froid * L'entrée du sang dans la membrane se fera en haut et la sortie en bas ;	Unité	550	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
			une sortie cardioplégie au sang est obligatoire * Filtre artériel intégré à l'oxygénateur Le réservoir veineux et/ou cardiectomie a les caractéristiques suivantes : * Entrée veineuse et annexes orientables * Contenance minimale 3800 ml * Filtration de l'entrée veineuse porosité inférieure à 200 microns et inférieure à 40 microns pour les entrées cardiectomies. * Ergonomie : facilité de montage ; bonne lecture des niveaux Au minimum 5 entrées 1/4 – trois entrées luer, une entrée 3/8, une entrée veineuse en 1/2 Réservoir rigide offrant une faible résistance au drainage veineux, une restitution rapide et un traumatisme sanguin minimum * surveillance SVO2 et hémocrite en continu (1 capteur) intégré au circuit. * mise à disposition à titre gracieux des différents supports pour oxygénateur pour le fonctionnement du système * triple emballage pour le pack instrumentiste ***** Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fournisseur s'engage à respecter la date de livraison précisée sur le bon de commande avec la disponibilité d'un stock de sécurité correspondant à 45 jours de consommation du CHUSE. Le fournisseur confirme au CHUSE, le délai de livraison à réception du bon de commande conformément à l'article 15.8 du CCAP. ***** H6022315 – OJAAA Code(s) informatique(s) CHU : 993252 Code DGOS : DC53			

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
662	PACK COMPLET-CIRCUIT + OXYGENATEUR MEMBRANE	2	ET RESERVOIR INTEGRE AVEC TETE POUR POMPE Annexe technique: . CENTRIFUGE Même annexe technique que le sous lot 1 sauf : – Retour assisté par tête centrifuge – Voir schéma en pièce jointe : référence 529 Le fournisseur s'engage à respecter la date de livraison précisée sur le bon de commande avec la disponibilité d'un stock de sécurité correspondant à 45 jours de consommation du CHUSE. Le fournisseur confirme au CHUSE, le délai de livraison à réception du bon de commande conformément à l'article 15.8 du CCAP. ***** H6022315 – OJAAA Code(s) informatique(s) CHU : 993232 Code DGOS : DC53	Unité	80	0
662	PACK COMPLET-CIRCUIT + OXYGENATEUR MEMBRANE	3	TETE DE POMPE CENTRIFUGE Annexe technique: . ***** H6022315 – OJABA Code(s) informatique(s) CHU : 993247 Code DGOS : DC53	Unité	20	0
662	PACK COMPLET-CIRCUIT + OXYGENATEUR MEMBRANE	4	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 2 consoles de CEC et 1 console de secours Code DGOS : DC53	Unité	3	0
663	CELLULE POUR CAPTEUR DE NIVEAU Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
663	CELLULE POUR CAPTEUR DE NIVEAU	1	COMPATIBLE AVEC LE MODULE DE CONTROLE DE NIVEAU Annexe technique: . COMPATIBLE AVEC CONSOLES CEC REFERENCEES AU CHUSE INDICATION : circulation extracorporelle chirurgie cardiaque ***** H6022315 – OJGAA Code(s) interne(s) CHU : 993253 Code DGOS : DC53	Unité	650	3
664	CIRCUIT DE CARDIOPLEGIE CRISTALLOIDE Notice technique: H6022315					
664	CIRCUIT DE CARDIOPLEGIE CRISTALLOIDE	1	. Annexe technique: . – Voir schéma en pièce jointe : référence 535 MATIERE : tubing PVC et corps de pompe silicone Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. ***** H6022315 – OJDCA Code(s) interne(s) CHU : 993266 Code DGOS : DC53	Unité	150	0
665	CATHETER A BALLONNET DE CONTREPULSION Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
665	CATHETER A BALLONNET DE CONTREPULSION	1	INTRA AORTIQUE 7F – 7.5F ET 8F Annexe technique: . DOUBLE LUMIERE+ KIT D'INTRODUCTION – Ballons de volume nominal 25, 35, 40 et 50 ml – Cathéter de diamètre externe 7 – 7,5F ET 8F – Compatible avec console de contre pulsion aortique cardiosave GETINGE ***** H6022315 – OAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993172 / 993173 / 993256 / 993174 / 961775 Code DGOS : DC55	Unité	15	0
665	CATHETER A BALLONNET DE CONTREPULSION	2	KIT D'INSERTION POUR CATHETER A BALLONNET DE CONTRE PULSION Annexe technique: . ***** H6022315 – OAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993198	Unité	2	0
666	ASSISTANCE CARDIO CIRCULATOIRE - CIRCUIT AVEC TRAITEMENT DE SURFACE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
666	ASSISTANCE CARDIO CIRCULATOIRE – CIRCUIT AVEC TRAITEMENT DE SURFACE	1	AVEC OXYGENATEUR ET TETE DE POMPE CENTRIFUGE Annexe technique: . Voir schéma en pièce jointe : réf 544 LE FOURNISSEUR PRECISE LA DUREE D'UTILISATION POUR LAQUELLE LE CIRCUIT EST VALIDE : FREQUENCE DE CHANGEMENT Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fournisseur s'engage à respecter la date de livraison précisée sur le bon de commande avec la disponibilité d'un stock de sécurité correspondant à 45 jours de consommation du CHUSE. Le fournisseur confirme au CHUSE, le délai de livraison à réception du bon de commande conformément à l'article 15.8 du CCAP. ***** H6022315 – OJAAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 993640 Code DGOS : DC53	Unité	20	1
666	ASSISTANCE CARDIO CIRCULATOIRE – CIRCUIT AVEC TRAITEMENT DE SURFACE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché de l'équipement médical : 2 CHARIOTS, 2 CONSOLES A POMPE CENTRIFUGE DONT UNE AUTONOME AVEC BATTERIES (CHUSE) Code DGOS : DC53	Unité	2	1
666	ASSISTANCE CARDIO CIRCULATOIRE – CIRCUIT AVEC TRAITEMENT DE SURFACE	3	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE Annexe technique: . Le fournisseur fait une offre pour une maintenance préventive et curative tous risques des 2 consoles à pompe centrifuge Code DGOS : DC53	Unité	0	1
667	ASSISTANCE CARDIO CIRCULATOIRE PEDIATRIQUE CIRCUIT AVEC TRAITEMENT DE SURFACE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
667	ASSISTANCE CARDIO CIRCULATOIRE PEDIATRIQUE CIRCUIT AVEC TRAITEMENT DE SURFACE	1	AVEC OXYGENATEUR ET TETE POMPE CENTRIFUGE A SANG Annexe technique: . INCLUDE – Voir schéma en pièce jointe : référence 550 L'oxygénateur inclus est un oxygénateur pour enfant à utiliser sur des patients ayant un poids < 20 kg Le fournisseur précise la durée d'utilisation pour laquelle le circuit est validé : fréquence de changement Le plastifiant rentrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes 1a et b (classification selon le règlement 1272/2008). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le fournisseur s'engage à respecter la date de livraison précisée sur le bon de commande avec la disponibilité d'un stock de sécurité correspondant à 45 jours de consommation du CHUSE. Le fournisseur confirme au CHUSE, le délai de livraison à réception du bon de commande conformément à l'article 15.8 du CCAP. ***** H6022315 – OJAAB Code(s) informatique(s) CHU : 993268 Code DGOS : DC53	Unité	5	0
668	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE TOUTES DIMENSIONS DONT Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
668	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE TOUTES DIMENSIONS DONT	1	LONGUEUR APPROCHEE 30CM – TOUS DIAMETRES DONT Annexe technique: . 18-20-22F Canule extrémité atraumatique fusiforme : – Introducteur à extrémité émoussée sans fil guide – Bouchon d'hémostase – Marquage pour positionnement – Bague de suture radio opaque – Connecteur 3/8 avec event ***** H6022315 – OJBAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 960844 / 960845 / 960846 ***** Code DGOS : DC53	Unité	400	3
669	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE PEDIATRIQUE 10 ET 12F Notice technique: H6022315					
669	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE PEDIATRIQUE 10 ET 12F	1	LONGUEUR APPROCHEE 23CM Annexe technique: . Extrémité de 10 cm environ Introducteur de type percutané ***** H6022315 – OJBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961313 / 961314 Code DGOS : DC56	Unité	10	3
670	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
670	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE	1	TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS Annexe technique: . DONT : 13 – 15 – 17 – 19 , 21 et 25F LONGUEURS 15, 23 et 55 CM CANULE AVEC : – traitement de surface – introducteur – raccord 3/8 – le fournisseur précise la durée d'utilisation pour laquelle la canule est validée : fréquence de changement INDICATION : assistance cardio circulatoire ***** H6022315 – OJBAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 965262 / 965263 / 965264 / 993216 / 993217 Code DGOS : DC53	Unité	130	3
670	CANULE FEMORALE ARMEE ARTERIELLE	2	KIT DILATATEUR VASCULAIRE POUR INSERTION Annexe technique: . PERCUTANEE Composition : – 4 dilateurs – 1 scalpel – 1 aiguille d'introduction – 1 fil guide 100cm extrémité en J ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 993220 Code DGOS : DC53	Unité	110	3
671	CANULE AORTIQUE BOUT COURBE METAL Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
671	CANULE AORTIQUE BOUT COURBE METAL	1	20 ET 22F – LONGUEUR APPROCHEE 25 CM CONNEXION 3/8 Annexe technique: . ***** H6022315 – OJBBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993014 / 993015 Code DGOS : DC53	Unité	200	3
672	CANULE AORTIQUE BOUT COURBE PLASTIQUE OU METAL AVEC AILETTE DE FIXATION Notice technique: H6022315					
672	CANULE AORTIQUE BOUT COURBE PLASTIQUE OU METAL AVEC AILETTE DE FIXATION	1	POUR DEBIT INFÉRIEUR A 4 LITRES Annexe technique: . 12F LONGUEUR 22 CM CONNEXION 1/4 INDICATION : PATIENT FAIBLE POIDS (<50 kg) ET DEBIT CARDIAQUE INFÉRIEUR A 4 LITRES ***** H6022315 – OJBBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC53	Unité	20	1
673	CANULE VEINEUSE ATRIOCAVE ARMÉE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
673	CANULE VEINEUSE ATRIOCAVE ARMEE	1	DOUBLE ETAGE TOUTES TAILLES Annexe technique: . en particulier dimensions distal / proximal : 32/40F 36/46F – Longueur 40 cm CONNECTEUR INTEGRE A LA CANULE ***** H6022315 – OJCAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993233 / 993234 Code DGOS : DC53	Unité	440	3
674	CANULE VEINEUSE ARMEE DROITE Notice technique: H6022315					
674	CANULE VEINEUSE ARMEE DROITE	1	SIMPLE ETAGE TOUTES TAILLES Annexe technique: . Dont 22–28 et 32F – LONGUEUR 30 à 40CM en fonction de la taille. Veine cave inférieure ***** H6022315 – OJCAA Code(s) informatique(s) CHU : 963673 / 963675 / 964282 Code DGOS : DC53	Unité	40	3
675	CANULE VEINEUSE ARMEE COUDEE 90° Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
675	CANULE VEINEUSE ARMEE COUDEE 90°	1	SIMPLE ETAGE TOUTES DIMENSIONS DONT 22, 28 ET 32F Annexe technique: . Embout PVC allongé et multiperforé – Longueur 38 cm – Connexion 3/8 – Veine cave supérieure ***** H6022315 – OJCAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962578 / 993224 / 993263 Code DGOS : DC53	Unité	220	3
676	CANULE CORONAIRE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE SELECTIVE Notice technique: H6022315					
676	CANULE CORONAIRE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE SELECTIVE	1	EMBOUT PANIER TOUTES DIMENSIONS DONT 10 – 12F Annexe technique: . – Longueur 15 cm – Son extrémité distale, coudée à 135° environ sera la moins traumatisante possible pour les ostiums coronariens ***** H6022315 – OJDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908260 / 908577 Code DGOS : DC53	Unité	100	3
676	CANULE CORONAIRE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE SELECTIVE	2	BOUT SOUPLE CONVEXE ET CONCAVE 14F Annexe technique: . – Longueur 15 cm – Son extrémité distale, coudée à 135° environ sera la moins traumatisante possible pour les ostiums coronariens ***** H60223215 – OJDAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993033 Code DGOS : DC53	Unité	50	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
677	CANULE CORONAIRE PERFUSION POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE Notice technique: H6022315					
677	CANULE CORONAIRE PERFUSION POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE	1	DROITE EXTREMITÉ A BALLONNET Annexe technique: . – BALLONNET AUTOGONFLANT – DIAMÈTRE EXTERNE EXTREMITÉ : 3 MM – DIAMÈTRE DE L'EXTREMITÉ DISTALE AVEC BALLON 6 MM – CONNECTEUR LUER VERROU FEMELLE ***** H6022315 – OJDAA Code(s) informatique(s) CHU : 993267 Code DGOS : DC53	Unité	100	3
678	CANULE DE RACINE AORTIQUE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE Notice technique: H6022315					
678	CANULE DE RACINE AORTIQUE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE	1	LONGUEUR 13 CM Annexe technique: . Diamètre de l'aiguille 4,5F, 6F et 8F Diamètre de l'extrémité 3,1 – 3,7 et 4mm Connexion luer verrou femelle ***** H6022315 – OJDAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961986 Code DGOS : DC53	Unité	500	3
678	CANULE DE RACINE AORTIQUE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE	2	RACCORD EN Y POUR CANULE Annexe technique: . ***** H6022315 – OJDAB Code(s) informatique(s) CHU : 993245 Code DGOS : DC53	Unité	600	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
679	CANULE DE RACINE AORTIQUE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE					
679	CANULE DE RACINE AORTIQUE POUR CARDIOPLEGIE ANTEROGRADE	1	LONGUEUR 30 CM ENVIRON Annexe technique: Dont 7F accès à l'aorte lors de mini thoracotomie ***** H6022315 – OJDAB Codes informatiques CHU : 965103	Unité	40	3
680	CANULE CORONAIRE ARMEE PERFUSION POUR CARDIOPLEGIE RETROGRADE Notice technique: H6022315					
680	CANULE CORONAIRE ARMEE PERFUSION POUR CARDIOPLEGIE RETROGRADE	1	DROITE EXTREME A BALLONNET Annexe technique: . BALLONNET GONFLAGE MANUEL LONGUEUR 32 CM DIAMETRE EXTERNE 5 MM (15F) .. Présentée avec stylet ***** H6022315 – OJDAC Code(s) interne(s) au CHU : 962880 Code DGOS : DC53	Unité	30	3
681	CANULE DE DECHARGE VENTRICULE GAUCHE Notice technique: H6022315					
681	CANULE DE DECHARGE VENTRICULE GAUCHE	1	DROITE TOUTES TAILLES DONT 13F – LONGUEUR APPROCHEE 32CM ET 16F LONGUEUR APPROCHEE 40CM Annexe technique: . CONNEXION 1/4 1 Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme, fait aussi une offre avec des canules coudées. ***** H6022315 – OJEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965226 – 965250 Code DGOS : DC53	Unité	300	3

27/05/2026

582

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
682	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMEE MULTI-ETAGE Notice technique: H6022315					
682	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMEE MULTI-ETAGE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . - Dont longueur utile 61 cm et diamètre 21 et 25F - Traitement de surface - Canule avec introducteur ***** H6022315 - OJCBA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 961606 / 964927 Code DGOS : DC53	Unité	40	1
683	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMEE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
683	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMEE	1	TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS Annexe technique: . DONT : 19-21-23-25 ET 29F LONGUEURS 38 ET 55 CM CANULE AVEC : - traitement de surface - introducteur - raccord 3/8 - le fournisseur précise la durée d'utilisation pour laquelle la canule est validée : fréquence de changement INDICATION : assistance cardio circulatoire ***** H6022315 – OJCBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 993211 / 993212 / 993218 / 993265 / 965265 Code DGOS : DC53	Unité	70	1
684	KIT DILATATEUR VASCULAIRE POUR INSERTION PERCUTANE DE CANULE VEINEUSE FEMORALE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
684	KIT DILATATEUR VASCULAIRE POUR INSERTION PERCUTANE DE CANULE VEINEUSE FEMORALE	1	COMPOSE DE 5 DILATATEURS DE 8F A 24F Annexe technique: . - Taille incrémentée de 4F (8; 12; 16; 20 et 24F) - D'un scalpel - D'une aiguille d'introduction - D'un fil guide 180 cm Indications : Dilatation d'un vaisseau pour faciliter l'introduction d'un cathéter ou d'une canule. ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961108 Code DGOS : DC53	Unité	150	3
685	HEMOCONCENTREUR ET CIRCUIT INTEGRE ULTRA Notice technique: H6022315					
685	HEMOCONCENTREUR ET CIRCUIT INTEGRE ULTRA	1	FILTRATION Annexe technique: . - Matériaux biocompatibles non traumatisants pour les éléments sanguins - Montage et débullage faciles - Ultra filtration importante avec PTM (pression transmembranaire) faible - Sac à déchet de 2 litres - Circuit Voir schéma en pièce jointe : référence 538 ***** H6022315 – OJABA Code(s) informatique(s) CHU : 993073 Code DGOS : DC53	Unité	170	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
686	RACCORD CRANTE STERILE A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022315					
686	RACCORD CRANTE STERILE A USAGE UNIQUE	1	TOUTES TAILLES DROIT Annexe technique: . Il doit avoir au minimum deux crans de fixation Raccord luer et luer verrou ***** H6022315 – QJFAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908587 / 908246 / 908259 / 908576 / 908588 / 993199 Code DGOS : DC53	Unité	255	3
686	RACCORD CRANTE STERILE A USAGE UNIQUE	2	TOUTES TAILLES Y Annexe technique: . Il doit avoir au minimum deux crans de fixation Raccord luer et luer verrou ***** H6022315 – QJFAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908683 / 993080 / 993008 / 993035 / 908251 / 993034 / 908250 / 993109 Code DGOS : DC53	Unité	300	3
687	RACCORD CANULE CARDIOPLEGIE Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
687	RACCORD CANULE CARDIOPLEGIE	1	. Annexe technique: . - 1 extrémité mâle verrou - 1 extrémité luer 1/4 ***** H6022315 – OJDBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908612 / 993042 Code DGOS : DC53	Unité	40	3
687	RACCORD CANULE CARDIOPLEGIE	2	EN Y Annexe technique: – 1 extrémité mâle verrou – 2 extrémités luer verrou femelle avec un clamp sur chaque voie H6022315 – OJDBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993042 Code DGOS : DC53	Unité	20	2
688	CIRCUIT POUR SHUNT FEMOROCAROTIDIEN Notice technique: H6022315					
688	CIRCUIT POUR SHUNT FEMOROCAROTIDIEN	1	. Annexe technique: . – Voir schéma en pièce jointe : référence 542 ***** H6022315 – OEAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908828 Code DGOS : DC53	Unité	30	3
689	AIGUILLE 16G PURGE AIR Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
689	AIGUILLE 16G PURGE AIR	1	. Annexe technique: Longueur aiguille 14mm – longueur totale 5 cm Raccord LUER Indication : aspiration air racine aortique. ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993246 Code DGOS : DC53	Unité	30	3
690	CANULE ASPIRATION CARDIAQUE 20 F 33 CM Notice technique: H6022315					
690	CANULE ASPIRATION CARDIAQUE 20 F 33 CM	1	ANGULEE A 30° Annexe technique: . INDICATION : ASPIRATION INTRAPERICARDIQUE ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993241	Unité	600	3
691	CANULE ASPIRATION CARDIAQUE 20F LONGUEUR 40 CM ENVIRON Notice technique: H6022315					
691	CANULE ASPIRATION CARDIAQUE 20F LONGUEUR 40 CM ENVIRON	1	EXTREMITE LESTEE ET GAINEE Annexe technique: . Raccord proximal 1/4" ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 993258 Code DGOS : DC53	Unité	60	3
691	CANULE ASPIRATION CARDIAQUE 20F LONGUEUR 40 CM ENVIRON	2	EXTREMITE LESTEE ET NON GAINEE Annexe technique: Raccord proximal 1/4 H6022315 – OJFAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964522 Code DGOS : DC53	Unité	110	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
692	SET TOURNIQUET REPERAGE CANULE CEC Notice technique: H6022315					
692	SET TOURNIQUET REPERAGE CANULE CEC	1	SET 8 DRAINS TUBULAIRES VALVE CARDIAQUE Annexe technique: . Composition : - 6 drains 12F longueur 18 cm (2rouges, 2 bleus, 2 transparents) - 2 drains 16F longueur 18 cm transparents - 1 tirette métallique ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 961192 Code DGOS : DC53	Unité	601	3
692	SET TOURNIQUET REPERAGE CANULE CEC	2	SET 3 DRAINS TUBULAIRES VEINE CAVE Annexe technique: . Composition : - 3 drains 12F longueur 18 cm transparents - 1 tirette métallique ***** H6022315 – OJFAA Code(s) informatiques(s) interne(s) au CHU : 961193 Code DGOS : DC53	Unité	220	3
693	SYSTÈME EPURATION SANGUINE LORS DE PROCEDURE DE CEC Notice technique: H6022315					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
693	SYSTÈME EPURATION SANGUINE LORS DE PROCEDURE DE CEC	1	VISANT A ELIMINER LE TICAGRELOR Annexe technique: . Membrane épuration sanguine pouvant être reliée au circuit de CEC et permettant l'élimination des substances hydrophobes de bas et moyen poids moléculaire. INDICATION : Chirurgie cardiaque urgente sous TICAGRELOR ***** H6022315 – OJHAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961577 Code DGOS : DC53	Unité	9	0
694	DISPOSITIF ASSISTANCE MECANIQUE ELECTRIQUE PERCUTANE A FLUX AXIAL MONOVENTRICULAIRE GAUCHE Code LPPR : 5235080 Notice technique: H6022616					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
694	DISPOSITIF ASSISTANCE MECANIQUE ELECTRIQUE PERCUTANE A FLUX AXIAL MONOVENTRICULAIRE GAUCHE	1	DE COURTE DUREE Annexe technique: . Micro pompe axiale électrique intracardiaque fournissant une assistance circulatoire mécanique temporaire continue non pulsatile. Débit moyen : 3,7 à 4,3 L/min Kit complet comprenant : - 1 cathéter 14F - 1 cassette de purge - 1 guide de mise en place 0.018 – 260cm - 1 câble de connexion - 1 paire de bouchons en silicone - 1 kit d'introduction composé de : 2 introducteurs pelables de 14 Fr (13cm et 25cm); 4 dilateurs – 8 F, 10 Fr, 12 Fr et 14 Fr : – 1 Fil guide d'accès rigide de 0,89mm (0,035 po) Préciser le CODE LPP INDICATION PRISE EN CHARGE : Prise en charge des patients présentant une réduction de la fonction ventriculaire gauche en raison d'un choc cardiogénique post infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) avant ou après une intervention coronaire percutanée. Sont exclus les patients qui ont eu un arrêt cardiaque avant le transfert à l'hôpital et qui ont un score <= 7 sur l'échelle de coma de Glasgow persistant après le retour de la circulation spontanée ainsi que les patients ayant une défaillance sévère du ventricule droit. ***** H6022616 – OLAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DV CIRCULATION EXTRACORPORELLE - CONTREPULSION - ASSISTANCE CARDIAQUE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
694	DISPOSITIF ASSISTANCE MECANIQUE ELECTRIQUE PERCUTANE A FLUX AXIAL MONOVENTRICULAIRE GAUCHE	2	LOCATION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL : CONSOLE DE SURVEILLANCE Annexe technique: . Le fournisseur précise dans son offre le coût de la location de l'équipement médical incluant la maintenance préventive et curative ainsi que la fourniture des pièces détachées. CHUSE : 2 ***** H6022616 – OLAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :	Unité	2	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
695	EXPLORATION CATHETER 5F et 6F 120 CM QUADRIPOLAIRE Notice technique: H6022258					
695	EXPLORATION CATHETER 5F et 6F 120 CM QUADRIPOLAIRE	1	Annexe technique: . - Courbure fixe cournard - Caractéristiques cliniques : souplesse, maniabilité, stabilité dans le temps du signal. - Espacement inter électrode 5 mm ***** H6022258 – PAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963125 – 964551 Code DGOS : DC58	Unité	636	2
695	EXPLORATION CATHETER 5F et 6F 120 CM QUADRIPOLAIRE	2	CABLE DE CONNEXION Annexe technique: . Fourniture des câbles de connexion à titre gracieux. Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave – Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – PAACA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968349 Code DGOS : DC58	Unité	170	0
696	EXPLORATION CATHETER 5F ET 6F - 110 CM QUADRIPOLAIRE ORIENTABLE Notice technique: H6022258					

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
696	EXPLORATION CATHETER 5F ET 6F – 110 CM QUADRIPOLAIRE ORIENTABLE	1	Annexe technique: . Courbure orientable Espacement inter électrode : 2-5-2 mm 2-2-2 mm 5-5-5 mm Caractéristiques cliniques : souplesse, maniabilité, stabilité dans le temps du signal ***** H6022258 – PAAAA Code(s) informatique(s) CHU : 963764 / 993424 Code DGOS : DC58	Unité	553	1
696	EXPLORATION CATHETER 5F ET 6F – 110 CM QUADRIPOLAIRE ORIENTABLE	2	CABLES DE CONNEXION Annexe technique: . Fourniture des câbles de connexion à titre gracieux. Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – PAACA Code(s) informatique(s) CHU : 993425 Code DGOS : DC58	Unité	25	0
697	EXPLORATION DE TACHYCARDIE Notice technique: H6022258					

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
697	EXPLORATION DE TACHYCARDIE	1	CATHETER 5F ET 6F DECAPOLAIRE COURBURE ORIENTABLE Annexe technique: . TOUS TYPES DE COURBURES DONT COURNAND – Caractéristiques cliniques : maniabilité, qualité du signal obtenu, stabilité dans le temps du signal. ***** H6022258 – PAAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993426 / 964542 / 964579 Code DGOS : DC58	Unité	535	1
697	EXPLORATION DE TACHYCARDIE	2	CABLE CONNEXION Annexe technique: . Fourniture des câbles de connexion à titre gracieux. Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave – Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – PAACA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993427 Code DGOS : DC58	Unité	25	0
698	CATHETER DE DIAGNOSTIC A ULTRASONS					
698	CATHETER DE DIAGNOSTIC A ULTRASONS	1	POUR GUIDAGE PAR ECHOGRAPHIE INTRACARDIAQUE Annexe technique: COMPATIBLE AVEC ECHOGRAPHE DU PARC CHU ST ETIENNE Indication : Contre-indication de l'échographie transoesophagienne chez des patients candidats à des procédures interventionnelles structurelles cardiaques et électrophysiologiques. ***** H6022258 – PAABA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964554 Code DGOS : DC58	Unité	20	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
699	ABLATION CATHETER Notice technique: H6022258					
699	ABLATION CATHETER	1	POUR RADIOFREQUENCE Annexe technique: . – Cathéter quadripolaire orientable toutes courbures, tous diamètres et longueurs – Longueurs de l'électrode distale : 4 mm et 8 mm – Espacement entre électrodes : longueurs disponibles à préciser – Toutes indications en clinique dont : * flutter auriculaire * faisceau de Kent et de réentrée intranodale * faisceau de His ***** H6022258 – PAABA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU FOURN 1: 963984/ 985038 / 968112 Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU FOURN 2 :969325 / 968479 / 968209 / 969329 Code DGOS : DC58	Unité	530	0
699	ABLATION CATHETER	2	CABLE DE CONNEXION Annexe technique: . – Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave ***** H6022258 – PAACA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU FOURN 1 : 963337 / 969562 / 969563 Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU FOURN 2 : 961598 Code DGOS : DC58	Unité	100	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
699	ABLATION CATHETER	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : GENERATEURS DE RADIOFREQUENCE ET DISPOSITIFS ASSOCIES (POMPES D'IRRIGATION A REFROIDISSEMENT) : CHUSE : 6 générateurs de radiofréquence et 3 pompes d'irrigation à refroidissement CHR : 1	Unité	7	0
700	CATHETERISME TRANS-SEPTAL Notice technique: H6022258					
700	CATHETERISME TRANS-SEPTAL	1	INTRODUCTEUR TRANS-SEPTAL STANDARD Annexe technique: . TOUTES TAILLES ET COURBURES DONT 8.5F LONGUEUR APPROCHEE GAINE 60CM ET 80CM – Introducteur avec valve hémostatique et voie latérale extrémité souple ***** H6022258 – PAACC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969032 / 963104 Code DGOS : DC58	Unité	750	2
700	CATHETERISME TRANS-SEPTAL	2	AIGUILLE TRANS-SEPTALE 18G LONG 70 CM ET 98 CM Annexe technique: . TOUTES COURBURES ***** H6022258 – PAACC Code(s) informatique(s) CHU : 968578 / 993563 Code DGOS : DC58	Unité	400	2
701	CATHETERISME TRANS-SEPTAL Notice technique: H6022258					

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
701	CATHETERISME TRANS-SEPTAL	1	AIGUILLE RADIO-FREQUENCE TRANS-SEPTALE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS ET COURBURES Indication : – Faciliter la ponction trans-septale dans les cas de septum anevrysmal ou épais – Permettre au médecin de choisir le point précis de la ponction trans-septale ***** H6022258 – PAACC Code(s) informatique(s) : 964382 / 993535 / 993739 Code DGOS : DC58	Unité	800	0
701	CATHETERISME TRANS-SEPTAL	2	CABLE DE CONNEXION Annexe technique: . – Fourniture des câbles à titre gracieux. Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU. ***** H6022258 – PAACC Code(s) informatique(s) : 993741 Code DGOS : DC58	Unité	30	0
701	CATHETERISME TRANS-SEPTAL	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 2 GENERATEURS (CHUSE) ***** H6022258 – PAACC Code(s) informatique(s) : Code DGOS : DC58	Unité	2	0
702	CATHETERISME TRANS-SEPTAL Notice technique: H6022258					

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
702	CATHETERISME TRANS-SEPTAL	1	GAINÉ ORIENTABLE 8,5F Annexe technique: . TOUTES COURBURES LONGUEUR APPROCHÉE 70 CM ***** H6022258 – PAACC Code(s) interne(s) CHU : 964229 / 965581 / 993642 / 993643 Code DGOS : DC58	Unité	1 000	1
703	CABLE DE CONNEXION SONDE DE STIMULATION - STIMULATEUR EXTERNE Notice technique: H6022258					
703	CABLE DE CONNEXION SONDE DE STIMULATION – STIMULATEUR EXTERNE	1	POUR STIMULATION TEMPORAIRE Annexe technique: . Compatible tous types de stimulateurs externes Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme propose plusieurs couleurs de câbles pour un repérage facile. Le fournisseur fournit les protocoles de nettoyage et stérilisation. Il indique le nombre de traitements maximum par câble (durée de vie du dispositif). ***** H6022258 – PAACA Code(s) interne(s) CHU : 960810 Code DGOS : DC58	Unité	52	3

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
703	CABLE DE CONNEXION SONDE DE STIMULATION – STIMULATEUR EXTERNE	2	POUR MESUREUR DE SEUIL Annexe technique: – – Longueur 240 cm – 2 broches protégées – Muni de pinces crocodile Le fournisseur fournit les protocoles de nettoyage et stérilisation. Il indique le nombre de traitements maximum par câble (durée de vie du dispositif). ***** H6022258 – PAACA Code(s) interne(s) CHU : 965341 Code DGOS : DC58	Unité	5	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE Notice technique: H6022258					
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	1	CATHETER CRYOABLATION A BALLONNET TOUS DIAMETRES Annexe technique: DONT 23 ET 28 MM ou équivalent CATHETER 10,5F LONGUEUR TOTALE 140 CM LONGUEUR UTILE 95 CM INDICATIONS : traitement de la fibrillation atriale paroxystique ***** H6022258 – PAAGA Code(s) interne(s) CHU : 960831 Code DGOS : DC58	Unité	150	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	2	CATHETER DE CRYOABLATION FOCAL Annexe technique: 7F ET 9F ELECTRODES 4 – 6 et 8 MM, TOUTES COURBURES ou équivalent ***** H6022258 – PAAGA Code(s) interne(s) CHU : 963082 Code DGOS : DC58	Unité	1	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	3	GAINÉ D'INTRODUCTION POUR CATHETER DE CRYOABLATION Annexe technique: . DIAMETRE INTERNE 12 F DIAMETRE EXTERNE 15 F ORIENTABLE LONGUEUR TOTALE 80 CM – UTILE 65 CM GAINÉ EQUIPEE D'UNE VALVE HEMOSTATIQUE ou équivalent ***** H6022258 – PAAGB Code(s) interne(s) CHU : 964992 / 964993 Code DGOS : DC58	Unité	150	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	4	CATHETER D'EXPLORATION Annexe technique: . – BOUCLE CIRCULAIRE, TAILLE 15 ET 20 MM AVEC 8 ELECTRODES – DIAMETRE DU CATHETER 3.3 F – LONGUEUR UTILE 146 CM – LONGUEUR TOTALE 165 CM ou équivalent ***** H6022258 – PAAGA Code(s) interne(s) CHU : 993548 Code DGOS : DC58	Unité	150	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	5	CABLE OMBILICAL COAXIAL Annexe technique: POUR CATHETER DES SOUS LOTS 1 ET 2 Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave – Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU à la charge du fournisseur. ***** H6022258 – PAAGB Code(s) interne(s) CHU : 963083 / 993552 Code DGOS : DC58	Unité	150	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	6	CABLE OMBILICAL COAXIAL A USAGE UNIQUE Annexe technique: COMPATIBLE CATHETER DU SOUS LOT 4 ***** H6022258 – PAAGB Code(s) interne(s) CHU : 961485 Code DGOS : DC58	Unité	5	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	7	BOUTEILLE DE PROTOXYDE D'AZOTE Annexe technique: . ***** H6022258 – PAAGA Code(s) interne(s) CHU : 993339 Code DGOS : DC58	Unité	20	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	8	BOUTEILLE DE PROTOXYDE D'AZOTE CONSIGNE Annexe technique: . Préciser les modalités de consigne. ***** H6022258 – PAAGA Code(s) interne(s) CHU : 993502 Code DGOS : DC58	Unité	20	0
704	CRYOABLATION CARDIAQUE	9	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 2 CONSOLES DE CRYOABLATION (CHUSE) Code DGOS : DC58	Unité	2	0
705	CARTOGRAPHIE - ABLATION PAR RADIOFREQUENCE - ELECTROPORATION Notice technique: H6022258					

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	1	PATCH DE REFERENCE EXTERNE Annexe technique: . – Utilisé avec système de navigation et cartographie électroanatomique tridimensionnelle – Fourniture à titre gracieux des câbles de connexion Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – PAAEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969696 H6022258 – PAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 985078 H6022258 – PAAEB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993331 Code DGOS : DC58	Unité	600	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	2	CATHETER TYPE LASSO POUR CARTOGRAPHIE NAVIGATION Annexe technique: . DES VEINES PULMONAIRES Caractéristiques cliniques : maniabilité, qualité et stabilité du signal obtenu, atraumaticité du cathéter (lasso) – Fourniture à titre gracieux des câbles de connexion Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – PAAEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : / 993503 / 993724 / 964192 / 964193 / 964195 / 964727 / 964728 H6022258 – PAAEB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969992 / 964189 Code DGOS : DC58	Unité	600	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	3	CATHETER POUR CARTOGRAPHIE NAVIGATION Annexe technique: . DES VEINES PULMONAIRES CATHETER DROIT ET FLEXIBLE COURBURES D ET F – Fourniture à titre gracieux des câbles de connexion Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU ***** H6022258 – PAAEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966534 Code câble : 969759 Code DGOS : DC58	Unité	10	0
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	4	CATHETER ABLATION RADIOFREQUENCE IRRIGUE Annexe technique: . Quadripolaire extrémité orientable utilisé avec le système de navigation cartographie magnétique – Fourniture à titre gracieux des câbles de connexion Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU – Fourniture à titre gracieux des tubulures ***** H6022258 – PAAEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964032 / 964033 / 969558 / 985045 / 965468 / 965469 Code DGOS : DC58	Unité	400	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	5	CATHETER ABLATION HYBRIDE Annexe technique: – Ablation point par point – Cathéter 7.5 F double énergie : radiofréquence et électroporation – Multipolaire extrémité orientable utilisé avec le système de navigation cartographie magnétique. – Fourniture à titre gracieux des câbles de connexion. Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Il doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave. – Fourniture à titre gracieux des tubulures H6022258 – PAAEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC58	Unité	200	0
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	6	CATHETER ABLATION ELECTROPORATION TIR UNIQUE Annexe technique: – – Cathéter 7.5 F bidirectionnel, irrigué – 10 électrodes – Forme panier et/ou boucle variable H6022258 – PAAEA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DC58	Unité	20	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
705	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	7	EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – Pour l'équipement acheté CHUSE : 2 systèmes de cartographie : Le fournisseur fait une proposition pour la maintenance "tous risques" (préventive et curative) et la fourniture de pièces détachées. Pour l'équipement mis à disposition permanente à titre gracieux sur la durée du marché CHUSE : 1 système de cartographie et 1 générateur électroporation : le fournisseur assure à titre gracieux la maintenance totale (préventive et curative) Code DGOS : DC58		1	0
706	CARTOGRAPHIE - ABLATION PAR RADIOFREQUENCE - ELECTROPORATION Notice technique: H6022258					
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	1	KIT ELECTRODES + PATCHS DE LOCALISATION Annexe technique: . Utilisé avec système de navigation et cartographie électro anatomique tridimensionnelle. ***** H6022258 – PAAEE Code(s) interne(s) CHU : 964243 Code DGOS : DC58	Unité	50	0
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	2	CATHETER POUR CARTOGRAPHIE DES VEINES PULMONAIRES Annexe technique: . Toutes configurations pour ablations paroxystiques et persistantes. Technologie omnipolaire ***** H6022258 – PAAEE Code(s) interne(s) CHU : 965223 Code DGOS : DC58	Unité	50	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	3	CATHETER D'ABLATION RADIOFREQUENCE IRRIGUE Annexe technique: . – Quadripolaire, – Toutes courbures uni ou bidirectionnelles multiples – Utilisé avec le système de navigation par impédance ou magnétique Fourniture souhaitée à titre gracieux des tubulures. ***** H6022258 – PAAEE Code(s) interne(s) CHU : 965261 H6022258 – PAAEF Code(s) interne(s) CHU : 964247 Code DGOS : DC58	Unité	25	0
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	4	CATHETER D'ABLATION HYBRIDE Annexe technique: – – Ablation point par point – Double énergie radiofréquence et électroporation. – Quadripolaire, – Toutes courbures unies ou bidirectionnelles multiples – Utilisé avec le système de navigation impédance ou magnétique – Fourniture souhaitée à titre gracieux des tubulures ***** H6022258 – PAAEE Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC58	Unité	25	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	5	CATHETER D'ABLATION ELECTROPORATION TIR UNIQUE Annexe technique: – Configuration distale : panier avec ballon intégré et cannelures Cathéter 12,5F La forme ballon est destinée à favoriser une meilleure efficacité de l'énergie délivrée : ondes de forme optimisée compatibles avec une prise en charge du patient avec sédation pouvant éviter l'anesthésie générale ***** H6022258 – PAAEE Code(s) interne(s) CHU : 965735 Code DGOS : DC58	Unité	10	0
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	6	GAINE ORIENTABLE POUR GUIDAGE DU CATHETER D'ABLATION ELECTROPORATION Annexe technique: – Gaine diamètre interne 13F toutes courbures ***** H6022258 – PAAEE Code(s) interne(s) CHU : 965737 / 965738 / 965739 Code DGOS : DC58	Unité	100	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	7	CABLES TOUTES TECHNIQUES Annexe technique: – Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHUSE : autoclave. Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique à la charge du fournisseur. ***** H6022258 – PAAEF : Code(s) interne(s) CHU : 965273 / 965271 H6022258 – PAAHC : Code(s) interne(s) CHU : 965223 Code DGOS : DC58	Unité	25	0
706	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE – ELECTROPORATION	8	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – 1 générateur de radiofréquence – 1 pompe à irrigation – 1 module de connexion pour le cathéter d'ablation par radiofréquence – 1 générateur d'électroporation ***** H6022258 – PAAEF Code(s) interne(s) CHU : 965272 Code DGOS : DC58	Unité	1	0
707	CARTOGRAPHIE - ABLATION PAR ELECTROPORATION - CHAMP ELECTRIQUE PULSE Notice technique: H6022258					

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	1	PATCH DE REFERENCE POUR LA LOCALISATION Annexe technique: . Utilisé avec système de navigation et cartographie électroanatomique tridimensionnelle en continu et de haute résolution Autorise la localisation des cathéters par champ magnétique et champ d'impédance 1 patch de référence contient 10 électrodes ECG ***** H6022258 – PAAEG Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962246 Code DGOS : DC58	Unité	100	0
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	2	CATHETER DE CARTOGRAPHIE HAUTE RESOLUTION Annexe technique: . BIDIRECTIONNEL 64 ELECTRODES Cathéter orientable permettant une cartographie en continu ***** H6022258 – PAAEG Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962763 Code DGOS : DC58	Unité	20	0
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	3	CATHETER D'ABLATION POINT PAR POINT Annexe technique: – Toutes tailles Indications :Flutter , fibrillation auriculaire persistante et tachycardie auriculaire / ventriculaire ***** H6022258 – PAAHA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC58	Unité	20	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	4	GAINE ORIENTABLE Annexe technique: – POUR GUIDAGE DU CATHETER ***** H6022258 – PAAHA Code(s) interne(s) CHU : 964990 Code DGOS : DC58	Unité	200	0
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	5	CATHETER D'ABLATION TIR UNIQUE Annexe technique: TOUTES TAILLES – Diagnostic et Electroporation – Electroporation Indications : traitement de la fibrillation atriale. ***** H6022258 – PAAHA Code(s) interne(s) CHU : 964418 / 964419 / 965249 Code DGOS : DC58	Unité	200	0
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	6	CABLE POUR TOUTES TECHNIQUES Annexe technique: Pour connexion avec les équipements ***** H6022258 – PAAHB Code(s) interne(s) CHU : 965252 / 964629 Code DGOS : DC58	Unité	20	0
707	CARTOGRAPHIE – ABLATION PAR ELECTROPORATION – CHAMP ELECTRIQUE PULSE	7	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – 2 Systèmes de navigation et de cartographie – 2 Générateurs d'électroporation Code DGOS : DC58	Unité	0	0
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE	1	PATCH DE REFERENCE Annexe technique: . ***** H6022258 – PAAHB Code(s) interne(s) CHU : 964721 Code DGOS : DC58	Unité	300	0
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE	2	CATHETER SPHERE MULTIFONCTIONS Annexe technique: . – ELECTROPORATION POINT PAR POINT – DIAGNOSTIC – ABLATION PAR RADIOFREQUENCE ***** H6022258 – PAAHB Code(s) interne(s) CHU : 964719 / 964720 Code DGOS : DC58	Unité	300	0
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE	3	CATHETER SPHERE MULTIFONCTIONS Annexe technique: – ELECTROPORATION A DELIVRANCE SEQUENTIELLE DIAGNOSTIC POSITION UNIQUE Indication : Fibrillation Auriculaire Paroxystique ***** H6022258 – PAAHB Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC58	Unité	20	0

Classe NI/ DW ELECTROPHYSIOLOGIE - DIAGNOSTIC - ABLATION

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE	4	CABLE D'EXTENSION PATIENT Annexe technique: . Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave – Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU à la charge du fournisseur. ***** H6022258 – PAAHB Code(s) interne(s) CHU : 964723 Code DGOS : DC58	Unité	300	0
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE	5	TUBULURE D'IRRIGATION Annexe technique: ***** H6022258 – PAAHB Code(s) interne(s) CHU : 964722 Code DGOS : DC58	Unité	300	0
708	ELECTROPORATION SYSTEME D'ABLATION PAR CHAMP ELECTRIQUE PULSE TECHNIQUE HYBRIDE	6	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . CHUSE : 2 Code DGOS : DC58	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DX EXTRACTION SONDE CARDIOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
709	EXTRACTION DE SONDE DE STIMULATEUR ET DE DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE Notice technique: H6022258					
709	EXTRACTION DE SONDE DE STIMULATEUR ET DE DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE	1	SET D'ANSES DE RETRAIT Annexe technique: . – Dispositif de récupération avec boucle logée dans deux gaines 8 et 12F – Extraction voie basse femorale – Introducteur 16F – Aiguille 18G – Guide 0.038 – 145 cm ***** H6022258 – PCEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969466 Code DGOS : DC58	Unité	3	0
709	EXTRACTION DE SONDE DE STIMULATEUR ET DE DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE	2	SET INTRODUCTEUR 16F COURBE Annexe technique: . ***** H6022258 – PCEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 963244 Code DGOS : DC58	Unité	3	0
709	EXTRACTION DE SONDE DE STIMULATEUR ET DE DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE	3	GAINE D'INTRODUCTION COURBE 12F – LONGUEUR 90 CM Annexe technique: . POUR PASSAGE DU VENTRICULE GAUCHE ***** H6022258 – PCEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 969467 Code DGOS : DC58	Unité	3	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DX EXTRACTION SONDE CARDIOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
709	EXTRACTION DE SONDE DE STIMULATEUR ET DE DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE	4	STYLET DE VERROUILLAGE Annexe technique: . Ce stilet peut être introduit par la lumière conductrice d'une sonde cardiaque après retrait du connecteur proximal. Le stilet peut ensuite être verrouillé en position pour saisir fermement l'extrémité distale de la sonde. Le stilet est compatibles avec les sondes dont la lumière mesure entre 0.016 et 0.032 inch (0.41 et 0.81 mm) de diamètre. ***** H6022258 – PCEAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 968679 Code DGOS : DC58	Unité	2	0
710	SYSTEME A USAGE UNIQUE STERILE POUR EXTRACTION DE SONDES DE STIMULATION ET DEFIBRILLATION CARDIAQUE Notice technique: H6022258					
710	SYSTEME A USAGE UNIQUE STERILE POUR EXTRACTION DE SONDES DE STIMULATION ET DEFIBRILLATION CARDIAQUE	1	GAINE LASER TOUTES TAILLES DONT 14 – 16 F Annexe technique: . Préciser code LPP ***** H6022616 – PCEAB Code(s) interne(s) CHU : 985087 / 963098 Code DGOS : DC58	Unité	3	0
710	SYSTEME A USAGE UNIQUE STERILE POUR EXTRACTION DE SONDES DE STIMULATION ET DEFIBRILLATION CARDIAQUE	2	DISPOSITIF DE BLOCAGE Annexe technique: . POUR EXTRACTION SIMPLE OU PAR GAINES LASER ***** H6022258 – PCEAB Code(s) interne(s) CHU : 969715 Code DGOS : DC58	Unité	15	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DX EXTRACTION SONDE CARDIOLOGIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
710	SYSTEME A USAGE UNIQUE STERILE POUR EXTRACTION DE SONDES DE STIMULATION ET DEFIBRILLATION CARDIAQUE	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur précise par écrit les conditions de mise à disposition permanente (location) sur la durée totale du marché en incluant la maintenance totale (préventive et curative) de l'équipement médical : 1 GENERATEUR (CHUSE) Code DGOS : DC58	Unité	1	0

Classe NI/ DY ABLATION PEROPERATOIRE FIBRILLATION AURICULAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
711	ABLATION PER OPERATOIRE FIBRILLATION AURICULAIRE TECHNIQUE RADIOFREQUENCE ENDOCAVITAIRE Notice technique: H6022258					
711	ABLATION PER OPERATOIRE FIBRILLATION AURICULAIRE TECHNIQUE RADIOFREQUENCE ENDOCAVITAIRE	1	PINCE D'ABLATION POUR INTERVENTION PAR STERNOTOMIE ET MINITHORACOTOMIE Annexe technique: . Fourniture à titre gracieux des accessoires : câbles ... Les protocoles de nettoyage et de stérilisation des accessoires sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU ***** H6022258 – OIBAA Code(s) interne(s) CHU : 964253 ***** Code DGOS : DR59	Unité	20	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DZ ABLATION ENDOVEINEUSE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
712	ABLATION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR RADIOFREQUENCE Notice technique: H6022258					
712	ABLATION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR RADIOFREQUENCE	1	CATHETER D'ABLATION TOUTES DIMENSIONS DONT : 6F ET 7F LONGUEURS UTILES 60-100CM Annexe technique: . INDICATION : traitement de l'insuffisance veineuse chronique, varices. ***** H6022258 – OCBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964008 / 964007 / 966348 Code DGOS : DC58	Unité	25	0
712	ABLATION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR RADIOFREQUENCE	2	KIT POUR PROCEDURE D'ABLATION : COMPOSANTS OU EQUIVALENT Annexe technique: . – Tubulure pour infiltration pour pompe à tumescence – Une aiguille échogène de tumescence 18G – Une aiguille de ponction – Un guide ***** H6022258 – OCBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964009 / 966347 Code DGOS : DC58	Unité	25	0
712	ABLATION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR RADIOFREQUENCE	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : CHUSE : 1 POMPE A TUMESCENCE, 1 GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE HDG : 1 POMPE A TUMESCENCE, 1 GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE Code DGOS : DC58	Unité	2	0
713	OCCLUSION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR LASER					

Catalogue des besoins

Classe NI/ DZ ABLATION ENDOVEINEUSE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
713	OCCLUSION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR LASER	1	FIBRE LASER 360° Annexe technique: TOUTES TAILLES, TOUTES DIMENSIONS LONGUEUR D'ONDE DE 1470 A 1940 NANOMETRES ***** H6022258 – OCBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965078 Code DGOS : DC58	Unité	200	1
713	OCCLUSION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR LASER	2	TUBULURE POUR POMPE DE TUMESCENCE Annexe technique: ***** H6022258 – OCBAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965079 Code DGOS : DC58	Unité	200	1
713	OCCLUSION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR LASER	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance tous risques (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : pompe de tumescence – CHUSE : 1 Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. Code DGOS : DC58	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ DZ ABLATION ENDOVEINEUSE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
713	OCCLUSION ENDOVEINEUSE SEGMENTAIRE PAR LASER	4	MISE A DISPOSITION DE L'QUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: – Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance tous risques (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : générateur – CHUSE : 1 Le nombre d'équipements à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. Code DGOS : DC58	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ EA URODYNAMIQUE - PRESSION INTRAVESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
714	POUR BILAN URODYNAMIQUE SONDE 3 VOIES Notice technique: H6022238					
714	POUR BILAN URODYNAMIQUE SONDE 3 VOIES	1	CH 9 - LONGUEUR 40CM Annexe technique: . Sonde droite 3 connecteurs luer verrou femelle Indication : mesure des pressions des voies vésicale et urétrale selon la méthode de Brown et Wickham et mesure des transmissions dynamiques des pressions ***** H6022238 – BHAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 908179 Code DGOS : DG57	Unité	201	2
715	LIGNE DE PRISE DE PRESSION URETRALE DEBIT Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ EA URODYNAMIQUE - PRESSION INTRAVESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
715	LIGNE DE PRISE DE PRESSION URETRALE DEBIT	1	URETRAL 2 ml/min – 150 CM Annexe technique: . – La ligne comporte un percuteur protégé par un capuchon standard – Deux tubes calibrés transparents en Y assurent la distribution du liquide sur les voies de mesure de façon totalement indépendante . La voie urétérale est équipée d'un tube capillaire dont les dimensions ont été calibrées de façon à obtenir un débit de 2ml/min sous pression de 300 mHg. Sur cette même voie une autre tubulure est munie d'un clamp. Ces deux tubulures sont raccordées de par et d'autre à la voie urétérale par l'intermédiaire de deux Y. – Le dispositif est à usage journalier (cette utilisation doit être garantie par le fabricant) INDICATION : Purge et mesure des pressions des voies vésicale et urétrale selon la méthode de Brown et Wickham et mesure des transmissions dynamiques des pressions ***** H6022238 – BHBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU :993342 Code DGOS : DG57	Unité	150	2
716	URODYNAMIQUE CONNECTEUR TRANSMISSION PRESSION Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ EA URODYNAMIQUE - PRESSION INTRAVESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
716	URODYNAMIQUE CONNECTEUR TRANSMISSION PRESSION	1	140 CM – diamètre 2 mm Annexe technique: . – Luer verrouillable femelle et luer verrouillable mâle. – Luer verrouillable mâle protégé par un protecteur luer verrouillable femelle qui permet la purge du connecteur sans le retirer INDICATION : transmission des pressions vésicale et urétrale entre la sonde pour bilan urodynamique et les capteurs de pression ***** H6022238 – BHBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961526 Code DGOS : DG57	Unité	350	3
717	URODYNAMIQUE : MESURE DE LA PRESSION ABDOMINALE A AIR OU A EAU Notice technique: H6022238					
717	URODYNAMIQUE : MESURE DE LA PRESSION ABDOMINALE A AIR OU A EAU	1	SET DE PRISE DE PRESSION ABDOMINALE A AIR Annexe technique: . Connecteur mâle/femelle longueur approchée 5 cm muni d'un robinet pour mise en purge de la sonde abdominale ***** H6022238 – BHBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961500 Code DGOS : DC54	Unité	100	3
718	URODYNAMIQUE DOME DE PRESSION Notice technique: H6022238					
718	URODYNAMIQUE DOME DE PRESSION	1	. Annexe technique: . Connexion mâle / mâle Le dispositif est à usage journalier (cette utilisation doit être garantie par le fabricant) ***** H6022238 – BHBA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964698 Code DGOS : DG57	Unité	400	2

Catalogue des besoins

Classe NI/ EA URODYNAMIQUE - PRESSION INTRAVESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
719	URODYNAMIQUE COMPATIBLE AVEC LA BAIE URODYNAMIQUE ALBYN MEDICAL SMART DYN Notice technique: H6022238					
719	URODYNAMIQUE COMPATIBLE AVEC LA BAIE URODYNAMIQUE ALBYN MEDICAL SMART DYN	1	LIGNE DE REMPLISSAGE Annexe technique: . Longueur souhaitée 3,7 m Une extrémité luer verrou mâle mobile Une extrémité avec percuteur à prise d'air et capuchon La tubulure permet le remplissage de la vessie en reliant la poche d'eau à la voie de remplissage de la sonde. ***** H6022238 – BHBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993341 Code DGOS : DG57	Unité	150	3
720	POUR BILAN URODYNAMIQUE COMPATIBLE AVEC LA BAIE URODYNAMIQUE ALBYN MEDICAL SMART DYN Notice technique: H6022238					
720	POUR BILAN URODYNAMIQUE COMPATIBLE AVEC LA BAIE URODYNAMIQUE ALBYN MEDICAL SMART DYN	1	SONDE ABDOMINALE A EAU AVEC BALLONET FENDU DE PROTECTION 4,5CH Annexe technique: . Longueur 200 cm ***** H6022238 – BHBAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960718 Code DGOS : DG57	Unité	220	3
721	SYSTEME DE MESURE DE LA PRESSION INTRA ABDOMINALE Notice technique: H6022238					

Catalogue des besoins

Classe NI/ EA URODYNAMIQUE - PRESSION INTRAVESICALE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
721	SYSTEME DE MESURE DE LA PRESSION INTRA ABDOMINALE	1	Annexe technique: . COMPRENANT : - Filtre hydrophobe avec luer verrou intégré sur raccord Y - Raccord Y avec clamp, connecteur souple femelle - Tubulure soudée sur le raccord Y avec graduation en mm de Hg, connecteur rigide mâle avec site de prélèvement sans aiguille ***** H6022238 – MDCAA Code(s) informatique(s) CHU : 965672 Code DGOS : DG57	Unité	110	2

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ EB DISP PROTECTION DENTAIRE

626

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
722	DISPOSITIF DE PROTECTION DENTAIRE Notice technique: H6022258					
722	DISPOSITIF DE PROTECTION DENTAIRE	1	Annexe technique: . Bouclier protecteur "type gouttière dentaire" utilisé pour protéger les dents contre les dommages accidentels et le contact avec les instruments Conditionné sous blister INDICATIONS : - Intubation oro-trachéale - Endoscopie - Sismothérapie ***** H6022258 – TAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962061 Code DGOS : DR57	Unité	260	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ EC CAPTEUR OXYMETRIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
723	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXYMAX OU EQUIVALENT Notice technique: H6022258					
723	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXYMAX OU EQUIVALENT	1	DIGITAL ADULTE – PEDIATRIE Annexe technique: . LONGUEURS DE CABLE 45 ET 90 CM – Capteur usage unique – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une offre pour un capteur repositionnable – Les références proposées doivent être compatibles avec les moniteurs d'oxymétrie référencés sur le GHT LOIRE pendant la durée totale du marché – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation : fréquence de changement ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966410 / 960068 Code DGOS : DK50	Unité	7 635	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ EC CAPTEUR OXYMETRIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
723	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXYMAX OU EQUIVALENT	2	DIGITAL NOURRISSON – NOUVEAU NE Annexe technique: . – Longueur de câble 90 cm – Capteur usage unique – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une offre pour un capteur repositionnable – Les références proposées doivent être compatibles avec les moniteurs d'oxymétrie référencés sur le GHT LOIRE pendant la durée totale du marché – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation : fréquence de changement ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960071 Code DGOS : DK50	Unité	13 600	3
723	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXYMAX OU EQUIVALENT	3	NASAL ADULTE Annexe technique: . – Capteur usage unique – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une offre pour un capteur repositionnable – Les références proposées doivent être compatibles avec les moniteurs d'oxymétrie référencés sur le GHT LOIRE pendant la durée totale du marché – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation : fréquence de changement ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960072 Code DGOS : DK50	Unité	1 001	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ EC CAPTEUR OXYMETRIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
723	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXYMAX OU EQUIVALENT	4	FRONTAL ADULTE Annexe technique: . – Capteur usage unique – Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une offre pour un capteur repositionnable – Les références proposées doivent être compatibles avec les moniteurs d'oxymétrie référencés sur le GHT LOIRE pendant la durée totale du marché – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation : fréquence de changement ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DK50	Unité	1	2
723	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXYMAX OU EQUIVALENT	5	CABLE DE RACCORDEMENT AU MONITEUR Annexe technique: . ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DK50	Unité	52	0
724	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXISENSOR OU EQUIVALENT Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ EC CAPTEUR OXYMETRIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
724	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXISENSOR OU EQUIVALENT	1	Annexe technique: . Le fournisseur fait une offre pour l'ensemble de la gamme : * Adulte, pédiatrie, néonatalogie * digital, nasal, frontal... Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une offre pour un capteur repositionnable – Capteur usage unique – Les références proposées doivent être compatibles avec les moniteurs d'oxymétrie référencés sur le GHT LOIRE pendant la durée total du marché – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation : fréquence de changement ***** H6022258 – BDAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 960530 / 960531 / 960532 / 960533 Code DGOS : DK50	Unité	29 840	3
724	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE OXISENSOR OU EQUIVALENT	2	CABLE DE RACCORDEMENT AU MONITEUR Annexe technique: . ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 840252 Code DGOS : DK50	Unité	82	0
725	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE MASIMO OU EQUIVALENT Notice technique: H6022258					

Catalogue des besoins

Classe NI/ EC CAPTEUR OXYMETRIE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
725	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE MASIMO OU EQUIVALENT	1	Annexe technique: . Le fournisseur fait une offre pour l'ensemble de la gamme : * Adulte, pédiatrie, néonatalogie * digital, nasal, frontal... – Capteur usage unique Le fournisseur, s'il en dispose dans sa gamme, fait une offre pour un capteur repositionnable – Les références proposées doivent être compatibles avec les moniteurs d'oxymétrie référencés sur le GHT LOIRE pendant la durée total du marché – Le fabricant précise la durée maximale d'utilisation : fréquence de changement ***** H6022258 – BDAAA Code DGOS : DK50	Unité	4 230	0
725	CAPTEUR OXYMETRIE ADHESIF TECHNOLOGIE MASIMO OU EQUIVALENT	2	CABLE DE RACCORDEMENT AU MONITEUR Annexe technique: . ***** H6022258 – BDAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DK50	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ ED MEDECINE NUCLAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
726	CONSOMMABLES PREPARATION DISPENSATION DE MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES COMPATIBLE ENCEINTE TRASIS Notice technique: H6022218					
726	CONSOMMABLES PREPARATION DISPENSATION DE MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES COMPATIBLE ENCEINTE TRASIS	1	TROUSSE DE PREPARATION DE MEDICAMENT Annexe technique: . RADIOPHARMACEUTIQUE (MRP) FLUORE COMPATIBLE DISPENSEURS TRASIS UNIDOSE UTILISATION 24H STERILE ***** H6022218 – AAVHA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960890 Code DGOS : DC54	Unité	350	2
726	CONSOMMABLES PREPARATION DISPENSATION DE MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES COMPATIBLE ENCEINTE TRASIS	2	CARPULE D'ADMINISTRATION DE MRP FLUORE Annexe technique: . STERILE COMPATIBLE DISPENSEUR TRASIS UNIDOSE ***** H6022218 – AAVHA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960891 Code DGOS : DC54	Unité	8 000	3
726	CONSOMMABLES PREPARATION DISPENSATION DE MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES COMPATIBLE ENCEINTE TRASIS	3	ETIQUETTES POUR AUTOMATE Annexe technique: . COMPATIBLE DISPENSEUR TRASIS UNIDOSE La quantité est exprimée en nombre d'étiquettes ***** H6022218 – AAVHA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 961039 Code DGOS : DC54	Unité	8 000	3

Catalogue des besoins

Classe NI/ ED MEDECINE NUCLAIRE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
726	CONSOMMABLES PREPARATION DISPENSATION DE MEDICAMENTS RADIOPHARMACEUTIQUES COMPATIBLE ENCEINTE TRASIS	4	SET D'INJECTION DE PEPTIDES RADIOMARQUES Annexe technique: . AU GALLIUM-68 COMPATIBLE SYNTHETISEUR TRASIS – EASYONE, STERILE SET PRET A L'EMPLOI COMPRENANT LES DISPOSITIFS POUR LA PRODUCTION DU GALLIUM Le fournisseur fait aussi une proposition pour la cassette d'élution ***** H6022218 – AAVHA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960889 / 961605 Code DGOS : DC54	Unité	8 000	3

Classe NI/ EE CATHETER DENERVATION RENALE RADIOFREQUENCE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
729	CATHETER DE DENERVATION RENALE PAR RADIOFREQUENCE					
729	CATHETER DE DENERVATION RENALE PAR RADIOFREQUENCE	1	Annexe technique: . Cathéter longueur approchée 117 cm doté à son extrémité distale de multi-électrodes radio opaques compatible avec un cathéter guide 6F Cathéter conçu pour traiter les vaisseaux de diamètre compris entre 3 et 8 mm Indications : patient hypertendu non contrôlé malgré un traitement bien conduit incluant au moins une quadrithérapie antihypertensive selon les recommandations en vigueur et en l'absence d'hypertension artérielle secondaire identifiée. Le fournisseur précise le code LPP ***** H6022616 – XAABA Code(s) informatique(s) CHU : 979398 Code DGOS : DK50	Unité	10	0
729	CATHETER DE DENERVATION RENALE PAR RADIOFREQUENCE	2	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : – CHUSE : 1 générateur de radiofréquence / 1 pédale Code DGOS : DK50	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ FA PHOTOPHERESE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
727	TRAITEMENT PAR LES RAYONS UV DES CELLULES SANGUINES Notice technique: H6022258					
727	TRAITEMENT PAR LES RAYONS UV DES CELLULES SANGUINES	1	POCHE D'ILLUMINATION OU EQUIVALENT Annexe technique: . Poche de 300 ml environ compatible avec machine d'illumination extracorporelle Macogenic G2 MACO PHARMA ou équivalent INDICATION : photochimiothérapie extracorporelle Le fournisseur fait 2 offres de prix : 1 offre pour équipement acheté et 1 offre pour équipement mis à disposition. ***** H6022258 – YFAAA Code(s) interne(s) CHU : 963950 Code DGOS : DB50	Unité	160	0
727	TRAITEMENT PAR LES RAYONS UV DES CELLULES SANGUINES	2	SOLUTION DE METHOXSALENE (8-MOP) OU EQUIVALENT Annexe technique: . 20 microgrammes par ml Flacon de 5 ml souhaité Pour utilisation en photophérèse extracorporelle Le fournisseur fait 2 offres de prix: 1 offre pour équipement acheté et 1 offre pour équipement mis à disposition. ***** H6022258 – YFAAA Code(s) interne(s) CHU : 963482 Code DGOS : DB50	Unité	160	0
727	TRAITEMENT PAR LES RAYONS UV DES CELLULES SANGUINES	3	LAME POUR SOUDEUSE OU EQUIVALENT Annexe technique: – ***** H6022258 – YFAAA Code(s) interne(s) CHU : 962996 Code DGOS : DB50	Unité	160	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ FA PHOTOPHERESE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
727	TRAITEMENT PAR LES RAYONS UV DES CELLULES SANGUINES	4	EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur propose une offre pour l'achat de l'équipement médical et pour la mise à disposition (MAD) de cet équipement . Pour l'offre MAD :Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 1 MACHINE D'ILLUMINATION – 1 MACHINE A CONNEXION STERILE – 1 TABLE DE SUPPORT – 1 SOUDEUSE OU EQUIVALENT Pour l'offre d'achat : le fournisseur fait une proposition pour la maintenance tous risques (préventive et curative) et la fourniture des pièces détachées. ***** H6022258 – YFAAA Code(s) interne(s) CHU : 962996	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe NI/ GA HYGIENE BUCCALE : BAIN DE BOUCHE

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
728	KIT DE SOINS DE BOUCHE POUR 3 SOINS / 24 H Notice technique: H6022258					
728	KIT DE SOINS DE BOUCHE POUR 3 SOINS / 24 H	1	KIT COMPLET Annexe technique: . COMPOSITION : – 1 brosse à dents aspirante + 1 batonnet (1er soin) – 1 batonnet aspirant + 1 batonnet (2ème soin) – 1 batonnet aspirant + 1 batonnet (3ème soin) – 1 canule d'aspiration utilisable sur 24 heures INDICATIONS : prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) ***** H6022258 – SBJBB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 999122 Code DGOS : DF51	Unité	3 000	3

27/05/2026

Catalogue des besoins

Classe NI/ VA BIBERON

638

AO097 AO097 NON IMPLANTABLE Remplace AO088 et AO089

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
730	DISPOSITIF POUR SUSPENSION DES FLACONS / BIBERONS A USAGE UNIQUE Notice technique: H6022228					
730	DISPOSITIF POUR SUSPENSION DES FLACONS / BIBERONS A USAGE UNIQUE	1	. Annexe technique: . ***** H6022228 – DAFBA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 993698 ***** Code DGOS : DA60	Unité	300	3
Nombre de lignes 1 169						