

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
1		ANESTH. AIGUILLE POUR PL OU AUTRE TYPE DE PRELEVEMENT BISEAU TYPE QUINCKE Notice technique: DESCRIPTIF: Aiguille à biseau type Quincke pour ponction lombaire : - Différents diamètres de la canule : de 18G à 25G, - Différentes longueurs de la canule : de 38mm à 180 mm, - Connectiques Luer-Lock et NR-Fit. Préciser le détail de la gamme disponible. Une évolution des références Luer vers le NR-Fit pourra être envisagée en cours de marché. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. Spécimens : Envoyer 2 aiguilles en 22G 90 mm en LUER et NR-Fit. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
1	1	TYPE QUINCKE TTES TAILLES CONNECTIQUE LUER Code GEF : 29035	Unité	44 240	35 392	176 960	80/400	2
1	2	TYPE QUINCKE TTES TAILLES CONNECTIQUE NR-FIT Code GEF : 315704	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	2
1	3	Z- COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 1				46 240	36 992	184 960		4
2		ANESTH. AIGUILLE POUR RACHIANESTHESIE ET/OU PL BISEAU ATRAUMATIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Aiguille à pointe type crayon atraumatique pour rachianesthésie et/ou ponction lombaire avec et sans introducteur : - Différents diamètres de la canule : de 22G à 27G, - Différentes longueurs de la canule : de 35mm à 160mm, - Différents diamètres et longueurs de l'introducteur : 18 à 22G et 25mm à 45mm, - Connectiques NR-Fit et Luer-Lock. Préciser le détail de la gamme disponible. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. Spécimens : Envoyer 2 aiguilles NR-Fit 25G 90mm avec introducteur, 2 aiguilles Luer-Lock 25G 90mm avec introducteur et 2 introducteurs 20G 35mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
2	1	INTRODUCTEUR Code GEF : 312590	Unité	350	280	1 400	80/400	2
2	2	POINTE CRAYON 35mm à 160mm LUER LOCK Code GEF : 300306	Unité	7 200	5 760	28 800	80/400	2
2	3	POINTE CRAYON 35mm à 160mm NR-FIT Code GEF : 313092	Unité	7 700	6 160	30 800	80/400	2
2	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 2				15 250	12 200	61 000		6

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
3		ANESTH. AIGUILLE TUOHY OBESE Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille à biseau de Tuohy : - Diamètre : 17G ou 18G, - Longueur 120 mm, - Connectique NR-Fit. Embase métallique ou plastique avec ailettes, amovibles ou fixes. Préciser le marquage des graduations. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. Spécimens : Envoyer 2 aiguilles 17G 120mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME : Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
3	1	BISEAU TYPE TUOHY TTES TAILLES CONNECTIQUE NRFIT Code GEF : 313104	Unité	220	176	880	80/400	2
3	2	Z- COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			3	220	176	880		2
4		ANESTH. ALR AIGUILLE BLOC PERINERVEUX SOUS ECHOGUIDAG Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille d'anesthésie locorégionale hyperéchogène (y compris pour TAP bloc) pour bloc nerveux à injection unique. L'aiguille comprend des repères hyperéchogènes, un prolongateur pour injection, sans stimulation : - Différents diamètres : 20G à 24G, - Différentes longueurs : de 35 à 110mm, - Connectiques NR-Fit et Luer. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. Spécimens : Envoyer 2 aiguilles NR-Fit 22G 50mm et 2 aiguilles Luer-Lock 22G 80mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
4	1	ALR ECHOGUIDEE TTES TAILLES CONNECTIQUE LUER Code GEF : 35145	Unité	1 200	960	4 800	80/400	2
4	2	ALR ECHOGUIDEE TTES TAILLES CONNECTIQUE NRFIT Code GEF : 35702	Unité	24 200	19 360	96 800	80/400	2
4	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			4	25 400	20 320	101 600		4

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
5		ANESTH. ALR AIGUILLE POUR ANESTHESIE CAUDALE Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille biseau court atraumatique : - Diamètre 22G, - Embase plastique translucide avec ailettes, - Avec ou sans prolongateur, - Connectique NR-Fit. Préciser longueur, marquage des graduations et volume mort de l'aiguille, avec ou sans prolongateur. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. Spécimens : Envoyer 2 aiguilles 22G. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme"						
5	1	AIG.22G CONNECTIQUE NR-FIT Code GEF : 313099	Unité	210	168	840	80/400	2
5	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 5				210	168	840		2
6		ANESTH. ALR AIGUILLE POUR BLOC ECHOGUIDE AVEC NEUROSTIMULATION (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille d'anesthésie locale mixte échoguidage et neurostimulation. L'aiguille comprendra un revêtement isolant visible à l'échographie, un prolongateur pour injection et un câble pour connexion au stimulateur. - Différents diamètres : 20G à 22G, - Différentes longueurs : de 35 à 100mm, - Connectique NR-Fit. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU les neurostimulateurs nécessaires pour leurs utilisation en quantité suffisante pour chaque site utilisateur (environ 20 au total). L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. Spécimens : Envoyer 2 aiguilles 22G 50mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
6	1	AIG. ECHOGUID AVEC NEUROSTIMULATION CONNECTIQUE NR-FIT Code GEF : 314880	Unité	3 150	2 520	12 600	80/400	2
6	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 6				3 150	2 520	12 600		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
7		ANESTH. ALR KIT PERI-RACHIANESTHESIE COMBINEE Notice technique: DESCRIPTIF : Le kit doit être sans latex et doit permettre de réaliser successivement une rachianesthésie et une péridurale : - une aiguille de Tuohy avec orifice complémentaire 17G ou 18G, 90mm avec ailettes et système de verrouillage efficace de l'aiguille spinale, - une aiguille spinale avec biseau pointe crayon atraumatique 25G ou 27G de longueur adaptée, - une seringue plastique de faible résistance pour recherche de l'espace péridural 7 - 10ml, - un cathéter péridural multiperforé, - un connecteur du cathéter - un filtre plat 0,22µm - +/- système de fixation du cathéter à la peau L'ensemble des connectiques doit être NR-Fit. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données au kit. Spécimens : Envoyer 2 kits. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
7	1	KIT PERI-RACHI COMBINEE Code GEF : 313103	Unité	570	456	2 280	80/400	2
7	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 7				570	457	2 284		2
8		ANESTH. ALR KIT PERIDURALE AVEC CATHETER ARME Notice technique: DESCRIPTIF: Le kit doit être sans latex et doit comprendre : - une aiguille de Tuohy 90 mm, graduée avec ailettes amovibles ou non, - un cathéter péridural 19G à 22G, armé multiperforé sans mandrin métallique, - une seringue plastique de repérage de l'espace péridural (7 à 10 ml), - un système de raccord, - un filtre plat 0.22µ, - +/- un système de fixation du cathéter à la peau. Préciser les matériaux de la seringue et du cathéter ainsi que le détail des perforations et documenter le taux de latéralisation observé pour ce cathéter. L'ensemble des connectiques doit être en NR-Fit. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données au kit. Spécimens : Envoyer 2 kits. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
8	1	KIT PERIDURALE Code GEF : 35160	Unité	12 000	9 600	48 000	80/400	2
8	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 8				12 000	9 600	48 000		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
9	ANESTH. ALR KIT PERIDURALE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF: Le kit doit être sans latex et doit comprendre : - une aiguille de Tuohy adaptée à la pédiatrie, graduée avec ailettes amovibles ou non, - un cathéter péri-dural de 20 à 24G ouvert ou multiperforé sans mandrin métallique, armé ou non, - une seringue plastique de repérage de l'espace péri-dural (7 à 10 ml), - un système de raccord, - un filtre plat 0.22µ, - +/- un système de fixation à la peau. Préciser les matériaux de la seringue et du cathéter ainsi que le détail des perforations et documenter le taux de latéralisation observé pour ce cathéter. L'ensemble des connectiques doit être en NR-Fit. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données au kit. Spécimens : Envoyer 2 kits. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
	1	KIT PERIDURALE PEDIATRIQUE Code GEF : 314562	Unité	50	40	200	80/400	2
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 9				50	40	200		2
10	ANESTH. ALR KIT RACHI-ANESTHESIE CONTINUE Notice technique: DESCRIPTIF : Kit pour rachi-anesthésie continue sans latex comprenant : - une aiguille adaptée à la mise en place du cathéter intrarachidien 16G à 21G, - un cathéter de 18G à 25G, - un filtre plat 0.22µ, - une seringue verrouillable, - +/- un système de fixation du cathéter à la peau. Préciser les matériaux de la seringue et du cathéter. L'ensemble des connectiques doit être en connectique NR-Fit. Détailler si d'autres accessoires sont présents. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données au kit. Spécimens : Envoyer 2 kits types. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
	1	KIT RACHIANESTHESIE Code GEF : 315042	Unité	555	444	2 220	80/400	2
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 10				555	444	2 220		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
11	ANESTH. CAPTEURS MONITORAGE SPO2 TECHNOLOGIE AVANCEE TYPE MASIMO SET OU EQUIVALENT Notice technique: DESCRIPTIF: Capteurs et câbles interface pour monitoring de la SpO2 avec un moniteur ou un défibrillateur équipé de la technologie Masimo Set. Préciser la longueur du câble et les moniteurs compatibles. Faire proposition de prix pour câbles adaptés aux moniteurs Philips, Spacelabs, Corpuls, Dinamap, Mindray, GE et RAD97. Fournir un certificat de compatibilité issu d'un organisme européen. La vérification de la compatibilité sera réalisée par des essais conduits avec le biomédical. L'offre comprend la fourniture à titre gracieux de câbles pour l'équipement du parc de moniteurs de l'établissement Le fournisseur s'engage à faire évoluer les références de câbles en fonction des évolutions technologiques des moniteurs. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique et Multiple. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. SPECIMEN : Envoyer 2 capteurs adulte à usage unique. Des produits pourront être demandés après dépouillement des offres pour procéder à une évaluation par les services techniques et/ou la pharmacie. Ces dispositifs seront livrés sur demande à titre gracieux (cf. art 11.1 du Règlement de Consultation). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CABLES INTERFACE COMPATIBLES AVEC MONITEURS Code GEF : 306227	Unité	102	82	408	80/400	0
	2	CAPTEURS USAGE MULTIPLE ADULTE ET PEDIATRIQUE Code GEF : 515101	Unité	704	564	2 816	80/400	0
	3	CAPTEURS USAGE UNIQUE ADHESIFS ADULTE ET NEONATOLOGIE Code GEF : 315683	Unité	4 700	3 760	18 800	80/400	2
	4	CAPTEURS USAGE UNIQUE NON ADHESIFS NEONATOLOGIE Code GEF : 304749	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 11				5 906	4 726	23 624		2
12	ANESTH. CAPTEURS MONITORAGE SPO2 TECHNOLOGIE AVANCEE TYPE NELLCOR OXIMAX OU EQUIVALENT Notice technique: DESCRIPTIF: Capteurs et câbles interface pour monitoring de la SpO2 avec un moniteur ou un défibrillateur équipé de la technologie Nellcor Oximax. Préciser la longueur du câble et les moniteurs compatibles. Faire proposition de prix pour câbles adaptés aux moniteurs Philips, Spacelabs, Corpuls, Dinamap, Mindray, GE et RAD97. Fournir un certificat de compatibilité issu d'un organisme européen. La vérification de la compatibilité sera réalisée par des essais conduits avec le biomédical. L'offre comprend la fourniture à titre gracieux de câbles pour l'équipement du parc de moniteurs de l'établissement Le fournisseur s'engage à faire évoluer les références de câbles en fonction des évolutions technologiques des moniteurs. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique et Multiple. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. SPECIMEN : Envoyer 2 capteurs adulte à usage unique. Des produits pourront être demandés après dépouillement des offres pour procéder à une évaluation par les services techniques et/ou la pharmacie. Ces dispositifs seront livrés sur demande à titre gracieux (cf. art 11.1 du Règlement de Consultation). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
12	1	CABLES INTERFACE COMPATIBLES AVEC MONITEURS Code GEF : 305866	Unité	101	81	404	80/400	0
12	2	CAPTEURS MULTISITES ADULTE ET PEDIATRIQUE Code GEF : 516805	Unité	205	164	820	80/400	0
12	3	CAPTEURS USAGE MULTIPLE ADULTE ET PEDIATRIQUE Code GEF : 311373	Unité	55 000	44 000	220 000	80/400	0
12	4	CAPTEURS USAGE UNIQUE ADULTE ET NEONATOLOGIE Code GEF : 35252	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	2
12	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 12				56 606	45 285	226 424		2

13	ANESTH. CAPTEURS MONITORAGE SPO2 TECHNOLOGIE STANDARD (HORS TECHNOLOGIES AVANCEES) Notice technique: DESCRIPTIF : Capteurs SPO2 et câbles interface pour monitoring de la SpO2 compatibles avec des moniteurs ne possédant pas de technologie avancée embarquée. Préciser la longueur du câble et les moniteurs compatibles. Faire proposition de prix pour câbles adaptés aux moniteurs Philips, Spacelabs, Corpuls, Dinamap, Mindray, GE et RAD97. Fournir un certificat de compatibilité issu d'un organisme européen. La vérification de la compatibilité sera réalisée par des essais conduits avec le biomédical. L'offre comprend la fourniture à titre gracieux de câbles pour l'équipement du parc de moniteurs de l'établissement. Le fournisseur s'engage à faire évoluer les références de câbles en fonction des évolutions technologiques des moniteurs. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. SPECIMEN : Envoyer 2 capteurs adulte à usage unique. Des produits pourront être demandés après dépouillement des offres pour procéder à une évaluation par les services techniques et/ou la pharmacie. Ces dispositifs seront livrés sur demande à titre gracieux (cf. art 11.1 du Règlement de Consultation). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CABLES INTERFACE COMPATIBLES AVEC MONITEURS Code GEF : 506200	Unité	120	96	480	80/400	0
	2	CAPTEUR ADULTE ET NEONATOLOGIE Code GEF : 34678	Unité	180 030	144 024	720 120	80/400	2
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 13				180 150	144 120	720 600		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
14		ANESTH. MANCHETTE A PRESSION Notice technique: DESCRIPTIF : Manchette à pression usage multiple permettant la transfusion ou perfusion des poches de sang ou de soluté : - avec manomètre intégré, - pour poche de contenance 500 mL, 1L et 3L. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires en 1L. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
14	1	Manchette à pression pour poche 1 L Code GEF : 29050	Unité	710	568	2 840	80/400	2
14	2	Manchette à pression pour poche 3 L Code GEF : 512192	Unité	65	52	260	80/400	0
14	3	Manchette à pression pour poche 500 mL Code GEF : 305446	Unité	15	12	60	80/400	0
14	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 14				790	632	3 160		2
15		ANESTH. MONITOR. PRESSION CAPTEUR ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : La ligne de capteur de pression sera constituée de : - une chambre de perfusion - une ligne de perfusion environ 150cm munie d'un clamp à roulette - un flush - un capteur - un prolongateur luer verrouillable de 120cm - un robinet 3 voies - un prolongateur luer verrouillable de 30cm environ; Le tout sera monté en série et peut-être muni d'un système de clos de prélèvement; Proposer l'ensemble de la gamme; L'offre comprend la fourniture à titre gracieux de câbles pour l'équipement du parc des moniteurs du CHU (environ 900). Faire offre de prix détaillée pour l'acquisition de câbles au-delà des gratuits prises en compte dans l'offre. Faire offre de prix pour supports de fixation. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de set monitoring pression Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
15	1	CABLE POUR MONITEURS Code GEF : 318281	Unité	50	40	200	80/400	0
15	2	SET DE MONITORAGE PRESSION ARTERIELLE Code GEF : 35708	Unité	31 500	25 200	126 000	80/400	2
15	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 15				31 550	25 240	126 200		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
16		ANESTH. MONITOR. PRESSION CAPTEUR PEDIA-NN Notice technique: DESCRIPTIF : Le dispositif doit permettre de réaliser un montage composé de : - un flush 3mL/h, - un capteur de pression, - un robinet 3 voies, - un prolongateur 120cm et 80 /100 cm Luer Lock, - un prolongateur de 10 cm et 2 robinets 3 voies. Le tout sera monté en série. Préciser la taille du réservoir et les dimensions des tubulures qui doivent être adaptées à un usage en néonatalogie et pédiatrie. Faire offre de prix pour l'ensemble de la gamme, y compris pour les grands enfants/adolescents. L'offre comprend la fourniture à titre gracieux de câbles pour l'équipement du parc des moniteurs du CHU. Faire offre de prix détaillée pour l'acquisition de câbles au-delà des gratuités prises en compte dans l'offre. Faire offre de prix pour supports de fixation. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. SPECIMEN : envoyer 2 échantillons de set de monitoring. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
16	1	CABLES POUR MONITEURS Code GEF : 304560	Unité	30	24	120	80/400	0
16	2	SET DE MONITORAGE PRESSION ARTERIELLE Code GEF : 314911	Unité	700	560	2 800	80/400	2
16	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 16				730	584	2 920		2
17		ANESTH. SET DE POSE ANESTHESIE BLOC NERVEUX Notice technique: DESCRIPTIF : Ce set de pose doit comprendre le matériel nécessaire à la préparation d'une anesthésie locorégionale, avec ou sans pose de cathéter : - 1 champ enveloppant de 70 x 90 cm, - 1 aiguille de prélèvement NR-Fit 18G 50mm sans filtre, - 1 seringue NR-Fit 20mL, - 5 compresses non tissées 10x10cm, - 1 gaine d'échographe de 13 à 15cm de diamètre et de 60 à 62cm de long environ avec un élastique, - 1 dose de gel ultrason 20mL. L'ensemble des connectiques doit être en NR-Fit. Seuls les emballages strictement nécessaires devront être présents dans un souci de limitation des déchets Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Les quantités sont données à l'unité. Indiquer conditionnement. SPECIMEN : Envoyer 2 sets de pose. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
17	1	SET DE POSE ANESTHESIE BLOC NERVEUX Code GEF : 568949	Unité	9 300	7 440	37 200	80/400	2
17	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n° 17				9 300	7 440	37 200		2
18		BAND. BANDAGE TUBULAIRE COMPRESSIF ROULEAU Notice technique: DESCRIPTIF : Bandage tubulaire compressif en tricot, extensible dans le sens de la largeur. Rouleau de 10 m. Préciser toutes les largeurs disponibles. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire largeur 37 cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
18	1	LARGEUR 20CM Code GEF : 305928	Unité	20	16	80	80/400	0
18	2	LARGEUR 32CM Code GEF : 305929	Unité	60	48	240	80/400	0
18	3	LARGEUR 37CM Code GEF : 305930	Unité	805	644	3 220	80/400	1
18	4	AUTRES TAILLES Code GEF : 305927	Unité	90	72	360	80/400	0
18	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 18				975	780	3 900		1
19		BAND. BANDE COMP. VEINEUSE ALLONGEMENT LONG ETALONNEEE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande de compression veineuse pour Contention : forte (classe 3), légère (classe 1). Bande à allongement long supérieur à 120 %, avec fixateurs individuels, étalonnée. Bande élastique et extensible dans les 2 sens, longueur 4M et 5M. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 de chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
19	1	CONTENTION FORTE toutes dimensions Code GEF : 35503	Unité	1 070	856	4 280	80/400	1
19	2	CONTENTION LEGERE toutes dimensions Code GEF : 35504	Unité	1 600	1 280	6 400	80/400	1
19	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 19				2 670	2 136	10 680		2
20		BAND. BANDE CONT. ALLONGEMENT COURT EXTENSIBLE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande de contention à allongement court. Bande extensible de longueur 5M. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire largeur 10 cm et 1 exemplaire largeur 6 à 8 cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
20	1	LARGEUR 10CM Code GEF : 300691	Unité	2 950	2 360	11 800	80/400	1
20	2	LARGEUR 12 CM Code GEF : 548883	Unité	550	440	2 200	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
20	3	LARGEUR 3 à 4CM Code GEF : 547160	Unité	150	120	600	80/400	0
20	4	LARGEUR 6 à 8CM Code GEF : 300690	Unité	1 450	1 160	5 800	80/400	1
20	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			20	5 100	4 080	20 400		2
21	BAND. BANDE MOUSSE SOUS CONTENTION Notice technique: DESCRIPTIF : Bande de mousse de latex malaxé et émulsionné. Biseautée - élastique - perméable à l'air - perméable aux rayons X - lavable - autoclavable. Longueur 1M. Préciser les dimensions de la gamme : largeur, épaisseur. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire de bande Larg.10cm Ep.12mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
21	1	Largeur 08cm Epaisseur 08mm Code GEF : 300686	Unité	300	240	1 200	80/400	0
21	2	Largeur 10cm Epaisseur 08mm Code GEF : 313634	Unité	700	560	2 800	80/400	0
21	3	Largeur 10cm Epaisseur 12mm Code GEF : 300687	Unité	800	640	3 200	80/400	1
21	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			21	1 800	1 440	7 200		1
22	BAND. BANDE PROTECTION SS CONTENTION ADHESIVE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande de protection des téguments sous contention adhésive. Présentation en rouleau de 20 mètres. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
22	1	Largeur 7cm Code GEF : 305545	Unité	270	216	1 080	80/400	0
22	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			22	270	216	1 080		0
23	BAND. COMPRESSION SYSTEME COHESIF MULTIBANDE Notice technique: DESCRIPTIF : Système de compression veineuse composé de plusieurs bandes et destiné au traitement par compression médicale des ulcères d'origine veineuse (ou à composante veineuse prédominante) et des troubles trophiques associés. Préciser : - composition du set : nombre et type de bandes (compression, protection, cohésive) et références satellites disponibles. - caractéristiques techniques, spécificités/contraintes liées la pose de ce système. - dimensions, largeur/longueur, tailles, ... des références disponibles. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire de chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
23	1	SET COMPRESSION BI-BANDE Code GEF : 549770	Unité	1 675	1 340	6 700	80/400	1
23	2	SET AUTRES Code GEF : 554326	Unité	520	416	2 080	80/400	1
23	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			23	2 195	1 756	8 780		2

24	CARDIO. CABLES ECG Notice technique: DESCRIPTIF : Câble ECG avec embases et jeux pour connexion ECG, adaptés aux différents appareils présents au CHU de Toulouse. Préciser les longueurs de câble disponibles et faire une offre de prix détaillée pour chaque sous-lot en fonction du descriptif ci-dessous. Les jeux de dérivations doivent être livrés préassemblés (brins prémontés) en configuration prête à l'emploi. De préférence, les systèmes de connexion débroschables proposés intègrent un détrompage mécanique par géométrie, distinct du codage couleur, afin de sécuriser l'interconnexion. De préférence, les dispositifs de fixation (vis) sont livrés préassemblés avec les visseries compatibles et conformes aux spécifications des équipements ciblés dans le lot. Le candidat devra fournir un catalogue technique détaillé incluant les références proposées, leurs caractéristiques et une documentation iconographique (photographies). 1 - Appareils MINDRAY : Modèle BENEVIEW T1 : - Câble ECG avec embase adulte 3 brins - Câble ECG avec embase adulte 5 brins - Câble ECG avec embase adulte 10 brins - Câble ECG avec embase pédiatrie 3 brins protégé - Câble ECG monobloc 3 brins terminaison pincés - Câble ECG monobloc 5 brins terminaison pincés - Câble ECG monobloc 10 brins terminaison pincés Modèle ECG R12 : - Câble ECG avec embase adulte 10 brins - Câble ECG monobloc 10 brins terminaison pincés - Câble ECG monobloc 10 brins terminaison banane 2 - Appareils NIHON KOHDEN Modèle CARDIOFAX 1350 : - Câble ECG avec embase adulte 10 brins - Câble ECG monobloc 10 brins terminaison pince - Câble ECG monobloc 10 brins terminaison banane 3 - Appareils PHILIPS : Tous modèles PHILIPS - Câble ECG avec embase adulte 3 brins type M1510A - Câble ECG avec embase pédiatrique protégée 3 brins type M1510A - Câble ECG avec embase adulte 5 brins type M1530A - Câble ECG monobloc 3 brins terminaison pincés - Câble ECG monobloc 5 brins terminaison pincés 4 - Appareils SPACELABS Modèle ULTRAVIEW : - Câble ECG avec embase adulte 5 brins - Câble ECG avec embase adulte 10 brins - Câble ECG avec embase adulte 3 brins - Câble ECG monobloc 5 brins terminaison pincés - Câble ECG monobloc 10 brins terminaison pincés 5 - Jeux de dérivations (fouets) compatibles avec les différents câbles ECG avec embases. Préciser les longueurs disponibles - Jeux 3 brins terminaison pince - Jeux 5 brins terminaison pince, longueur 1 m - Jeux 5 brins terminaison pince, longueur 1,5 m - Jeux 10 brins terminaison pincés - Jeux 10 brins terminaison banane ENVOYER UN SPECIMEN POUR CHAQUE REFERENCE DEMANDEE NB: Faire offre en complément pour des câbles Câble ECG monoblocs, pour des jeux blindés et fournir un certificat de compatibilité avec l'appareil pour chaque câble. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et
----	---

Catalogue des besoins

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
24	1	Câbles ECG avec embase ET câbles monobloc compatibles avec les appareils MINDRAY Code GEF : 306460/312744/315944	Unité	383	307	1 532	80/400	10
24	2	Câbles ECG avec embase ET câbles monobloc compatibles avec les appareils NIHON KOHDEN Code GEF : 519287	Unité	50	40	200	80/400	3
24	3	Câbles ECG avec embase ET câbles monobloc compatibles avec les appareils PHILIPS Code GEF : 504575/315927/315925	Unité	736	589	2 944	80/400	5
24	4	Câbles ECG avec embase compatibles ET câbles monobloc avec les appareils SPACELABS Code GEF : 514436/503964/503319	Unité	307	246	1 228	80/400	5
24	5	Jeux de dérivations (fouets) compatibles avec les différents câbles ECG avec embases Code GEF : 318019/505480/316060	Unité	1 308	1 047	5 232	80/400	5
24	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			24	2 784	2 229	11 136		28

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
25		CHIR. ASPIRATION CHIRURGICALE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF: Les dispositifs sont destinés à l'aspiration chirurgicale et comprennent : A- Des bouches à usage unique de 12L avec couvercle et tubulures B- Des bouches réutilisables rigides de 1L, 1.5L et 3L C- Des poches adaptées à usage unique d'environ 1L, 1.5L et 3L avec tubulure de 1.80m D- Des poches adaptées à usage unique d'environ 1L, 1.5L et 3L sans tubulure E- Des tubulures en PVC sans DEHP et sans latex destinées à la connexion à l'aspiration murale de diamètre d'environ 7mm et armées. Les quantités sont exprimées en rouleau de 30m F- Des dispositifs de prélèvement type chaussette connecteur mâle diamètre 10mm. G- Supports notamment rail / bocal mais vous préciserez les différents types de supports existants : fixes, rail, clip, etc... Présentation médicalement propre.						
		PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse des dispositifs réutilisables divers nécessaires aux différentes situations d'aspiration. La mise à disposition de l'ensemble des éléments nécessaires aux différentes situations d'aspiration est obligatoire à la mise en place du marché (support, rail, etc...). Vous proposerez éventuellement le prix de l'ensemble des accessoires en cas de renouvellement au cours du marché. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. La qualité des matériaux : résistance et nettoyabilité pour les parties réutilisables, la résistance des poches, la facilité d'utilisation du système (détrompage des voies, rapidité de mise en place, qualité d'aspiration), la sécurité vis-à-vis des projections, la qualité des supports, et la présentation des poches en boîtes distributrices seront des éléments de choix prépondérants en matière qualitative. Le fournisseur devra préciser son engagement spécifique sur ce lot via une formation, accompagnement au changement pour les établissements du GHT le nécessitant. Cf. annexe 2 CCTP fiche prestation fournisseur. Complément : des solutions d'élimination des liquides biologiques peuvent être proposées dans l'offre du candidat. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit						
	1	A- Bouches à usage unique 12L Code GEF : 304029	Unité	450		1 800	0/400	0
	2	B- Bouches réutilisables 1.5L Code GEF : 34675	Unité	1 142		4 568	0/400	0
	3	B- Bouches réutilisables 3L Code GEF : 34674	Unité	283		1 132	0/400	0
	4	C- Poche 1.5L + tubulure 1.8m Code GEF : 34673	Unité	164 400		657 600	0/400	0
	5	C-Poche 3L + tubulure 1.8m Code GEF : 34672	Unité	84 020		336 080	0/400	0
	6	D-Poches sans tubulures Code GEF : 558389	Unité	2 000		8 000	0/400	0
	7	E-Tubulure vide 8mm Code GEF : 308998	Unité	236		944	0/400	0
	8	F-Dispositif de prélèvement Code GEF : 558371	Unité	100		400	0/400	0

Catalogue des besoins

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
25	9	G-Support rail / bocal Code GEF : 304037	Unité	300		1 200	0/400	0
25	10	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 25				252 931		1 011 724		0
26		CHIR. ASPIRATION PORTATIVE Notice technique: DESCRIPTIF: Les dispositifs sont destinés à l'aspiration portative et comprennent : - Des bocal réutilisables rigides, avec connexion en T, de 1L et 1,5L. La qualité des matériaux : résistance et nettoyabilité pour les parties réutilisables, la facilité d'utilisation du système (détrompage des voies, rapidité de mise en place, qualité d'aspiration), la sécurité vis-à-vis des projections seront des éléments de choix prépondérants en matière qualitative. Dispositif Médicalement Propre. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
26	1	Bocaux en T de 1.5L Code GEF : 558873	Unité	5		20	0/400	0
26	2	Bocaux en T de 1L Code GEF : 558874	Unité	10		40	0/400	0
26	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 26				15		60		0
27		CHIR. CALE TETE POUR BLOC OPERATOIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Cale tête protégeant et maintenant la tête du patient lors des chirurgies et évitant l'apparition des pressions excessives : - Matériau réutilisable et permettant une désinfection, - Radiotransparent, - Sans latex. Préciser le matériau. A- rond adulte diamètre B- rond pédiatrique diamètre C- fer à cheval pédiatrique diamètre D- fer à cheval adulte haut E- cale tête pronation moyen ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS. LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES DISPOSITIFS. Présentation Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
27	1	A-Cale tête rond adulte Code GEF : 501480	Unité	20		80	0/400	0
27	2	B-Cale tête rond pédiatrique Code GEF : 301089	Unité	6		24	0/400	0
27	3	C-Cale tête fer à cheval enfant Code GEF : 508052	Unité	15		60	0/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
27	4	D-Cale tête fer à cheval adulte haut Code GEF : 505119	Unité	20		80	0/400	0
27	5	E-Cale tête pronation Code GEF : 303204	Unité	15		60	0/400	0
27	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 304701 – 568711 – 50	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 27				76		304		0
28	CHIR. CALE TETE POUR CASQUE PRONEVIEW Notice technique: DESCRIPTIF : Cale tête protégeant et maintenant la tête du patient lors de l'utilisation du casque Proneview : - Matériau réutilisable et permettant une désinfection. Préciser le matériau. - Radiotransparent - Sans latex Dispositif Médicalement Propre. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES DISPOSITIFS. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
28	1	A-Cale tête Code GEF : 557909	Unité	20		80	0/400	0
28	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 28				20		80		0
29	CHIR. GELIFIANT POUR LIQUIDES D'ASPIRATION Notice technique: DESCRIPTIF : Agent gélifiant servant à solidifier les liquides d'aspiration pour élimination dans le circuit des ordures ménagères. Présentation en sachet hydrosoluble, pouvant s'insérer dans un dispositif d'aspiration jetable. Préciser le nombre de sachets nécessaires par litre de liquide d'aspiration, pour une gélification optimale. Préciser le conditionnement. La qualité des matériaux, la facilité d'utilisation du système (détrompage des voies, rapidité de mise en place, qualité d'aspiration), la sécurité vis-à-vis des projections seront des éléments de choix prépondérants en matière qualitative. Dispositif Médicalement Propre. Les quantités estimées sont au conditionnement de sachet de 15g. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
29	1	Sachet Code GEF : 318685	Unité	21 800		87 200	0/400	0
29	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 29				21 800		87 200		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
30		CHIR. INSTRUMENTATION LAMES POUR SCIES DE MARQUE BBRAUN AESCULAP / ConMed-Hall / STRYKER Notice technique: DESCRIPTIF : Lame en acier inoxydable pour scies de marque Bbraun Aesculap / ConMed-Hall / Stryker. Stérilisable à 134°C-18 min ou livré stérile. SPECIMEN : Envoyer un exemplaire de lame pour chaque sous-lot Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
30	1	Lame de scie alternative pour moteur encliquetage BBRAUN 34 x 0,70 mm Code GEF : 300973	Unité	300	240	1 200	80/400	1
30	2	Lame de scie alternative pour moteur encliquetage ConMed-Hall 32,80 X 0,60mm Code GEF : 315310	Unité	600	480	2 400	80/400	1
30	3	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage BBRAUN 51,10X40X0,60 mm Code GEF : 302787	Unité	30	24	120	80/400	1
30	4	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage BBRAUN 82X30X0,60 mm Code GEF : 307142	Unité	120	96	480	80/400	1
30	5	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 10X90X1,27 mm Code GEF : 318174	Unité	100	80	400	80/400	1
30	6	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 18,40X63,50X0,60 mm Code GEF : 315300	Unité	40	32	160	80/400	1
30	7	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 18,40X71X0,80 mm Code GEF : 315302	Unité	100	80	400	80/400	1
30	8	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 19,05X100X1,27 mm Code GEF : 315157	Unité	200	160	800	80/400	1
30	9	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 19,05X90X0,89 mm Code GEF : 315163	Unité	400	320	1 600	80/400	1
30	10	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 25,40X90X1 mm Code GEF : 315307	Unité	100	80	400	80/400	1
30	11	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 51,10X40X0,60 mm Code GEF : 317266	Unité	1 600	1 280	6 400	80/400	1
30	12	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 53,50X30X0,60 mm Code GEF : 317265	Unité	30	24	120	80/400	1
30	13	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage ConMed-Hall 9,80X25X0,40 mm Code GEF : 315298	Unité	120	96	480	80/400	1

Catalogue des besoins

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
30	14	Lame de scie oscillante pour moteur encliquetage Stryker 82X25X0,60 mm Code GEF : 315672	Unité	30	24	120	80/400	1
30	15	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			30	3 770	3 016	15 080		14
31		CHIR. POSITIONNEUR DE MEMBRES POUR BLOC OPERATOIRE Notice technique: DESCRIPTIF: Positionneur pour bloc opératoire pour adulte et enfant : - Matériau réutilisable et permettant une désinfection. - Radiotransparent - Sans latex. Préciser le matériau. Faire offre pour les différentes tailles disponibles dans la gamme, les tailles sont indiquées ci dessous à quelques cm près. A- Positionneur à fond plat pour décubitus ventral 50x15x10cm B- Positionneur à fond plat pour décubitus ventral 25x5cm C- Positionneur 1/2 cylindrique pour les genoux, 36x15x7,5cm env. D- Film adhésif élastique pour réparation des déchirures et perforations, 90x10cm environ ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES DISPOSITIFS. Présentation Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
31	1	A- Positionneur à fond plat pour décubitus ventral 50x15x10cm Code GEF : 307001	Unité	30		120	0/400	0
31	2	B- Positionneur 25X5cm Code GEF : 509419	Unité	15		60	0/400	0
31	3	C- Positionneur demi cylindrique Code GEF : 516198	Unité	2		8	0/400	0
31	4	D- Film de réparation 90x10cm Code GEF : 505402	Unité	2		8	0/400	0
31	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 317325 - 508224 - 51	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			31	49		196		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
32		CHIR. PROTECTION DE MEMBRES POUR BLOC OPERATOIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Plaques protégeant les membres du patient lors des chirurgies et évitant l'apparition des pressions excessives : - Matériau réutilisable et permettant une désinfection, - Radiotransparent, - Sans latex. Préciser le matériau. Les tailles sont indiquées ci dessous à quelques cm près. A- Protection coude petit modèle 38X10cm B- Protection coude sur moulée moyen modèle. C- Protection genoux moyen modèle 43X28cm ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES DISPOSITIFS. Présentation Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme; Proposer notamment un prix pour les housses de forme adaptée aux plaques décrites dans les sous-lots.						
32	1	A- COUDE PETIT MODELE Code GEF : 506626	Unité	40		160	0/400	0
32	2	B- COUDE SUR MOULEE MOYEN MODELE Code GEF : 511680	Unité	20		80	0/400	0
32	3	C- GENOUX MOYEN MODELE Code GEF : 505117	Unité	50		200	0/400	0
32	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 307147 - 505624 - 50	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			32	110		440		0
33		CHIR. PROTECTION TABLES DE BLOC OPERATOIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Surmatelas protégeant et maintenant le patient lors des chirurgies et évitant l'apparition des pressions excessives : - Matériau réutilisable et permettant une désinfection. - Radiotransparent - Sans latex Taille : - Grand modèle (180 x 50 cm) - Moyen modèle (120 x 50 cm) - Petit modèle (50 x 50 cm) Préciser le matériau. Les tailles indiquées sont attendues à quelques centimètres près. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES EQUIPEMENTS Présentation Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
33	1	SURMATELAS PETIT MODELE Code GEF : 514330	Unité	5		20	0/400	0
33	2	SURMATELAS MOYEN MODELE Code GEF : 307145	Unité	10		40	0/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
33	3	SURMATELAS GRAND MODELE Code GEF : 300682	Unité	5		20	0/400	0
33	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 33				20		80		0

34		CHIR. PROTECTION TYPE GOUTTIERE DE QUENU Notice technique: DESCRIPTIF : Protection type gouttière se glissant sous la table d'opération pour assurer un excellent maintien des bras et des jambes des patients : - Matériau réutilisable et permettant une désinfection - Radiotransparent - Sans latex - Compatible avec tout type de tables opératoires Préciser le matériau. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES EQUIPEMENTS Présentation Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
34	1	GOUTTIERE DE QUENU Code GEF : 505202	Unité	10		40	0/400	0
34	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 34				10		40		0

35		CONDIT. DISPOSITIF DE SUSPENSION OPAQUE POUR POCHE MEDICAMENTEUSE Notice technique: DESCRIPTIF : Pochette opaque indiquée pour la suspension et la protection de solutions médicamenteuses photosensibles. Préciser la composition Polymère avec propriétés d'absorbance pour les longueurs d'onde inférieures à 460 nm et de 99% pour les longueurs d'onde entre 460 et 680 nm. L'ouverture en fond de pochette est de 70 mm. Dimension de la pochette adaptée pour des solutions de 500 mL et de 1000 mL. Emballage unitaire. SPECIMEN : Envoyer 10 unités de pochettes. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
35	1	DISPOSITIF DE SUSPENSION OPAQUE POUR POCHE Code GEF : 511073/318631	Unité	12 000	9 600	48 000	80/400	10
35	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 35				12 000	9 600	48 000		10

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
36		DIAL. AIGUILLE FISTULE ARTERIELLE ET VEINEUSE SECURISEE Notice technique: DESCRIPTIF : Aiguille à fistule artérielle et veineuse avec ailettes mobiles et dispositif de mise en sécurité. Tailles : - 15G en 20 et 25 mm, - 16G en 20 et 25 mm, - 17G en 20 et 25 mm. Longueur de la tubulure : 15 cm. Un clamp et une connexion luer-lock. Présence d'un oeil latéral sur l'aiguille artérielle. Préciser la longueur de l'aiguille. Le mode de stérilisation doit être par irradiation. Présentation Unitaire pour chacune des 2 références (artérielle et veineuse). Dispositif à Usage Unique Stérile. La formation des utilisateurs sera un critère de choix. SPECIMEN : 2 aiguilles 16G 25MM en arteriel et veineux. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
36	1	AIGUILLE ARTERIELLE Code GEF : 300168/540106	Unité	8 000	6 400	32 000	80/400	2
36	2	AIGUILLE VEINEUSE Code GEF : 300302/300301/541827	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	2
36	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			36	9 500	7 600	38 000		4
37		DIAL. CATHETER A FISTULE SECURISE AVEC VALVE ANTI RETOUR INTEGREE Notice technique: DESCRIPTIF: Cathéter à fistule sécurisé avec valve anti retour. La valve anti retour doit être intégrée dans le corps du cathéter. Le fournisseur proposera tous les diamètres (exprimés en diamètres extérieurs OD) et longueurs des cathéters de sa gamme exprimés en mm. Préciser le mode de stérilisation. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. La formation des utilisateurs sera un critère de choix. SPECIMEN : 2 cathéters 16G (diamètre extérieur) 25mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
37	1	CATHETER Code GEF : 543665	Unité	65 005	52 004	260 020	80/400	2
37	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			37	65 005	52 004	260 020		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
38		DIAL. DISPOSITIF DE COMPRESSION POUR FISTULE Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositif permettant d'exercer une compression à l'endroit où les aiguilles à fistule ont été introduites lors d'une hémodialyse. Préciser si le dispositif est à usage unique ou usage multiple. Dans le cas d'un dispositif à usage multiple, préciser les modalités de nettoyage et désinfection recommandées par le fournisseur. SPECIMEN : 2 échantillons de chaque dispositif proposé dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
38	1	DISPOSITIF USAGE MULTIPLE Code GEF : 306175	Unité	100	80	400	80/400	2
38	2	DISPOSITIF USAGE UNIQUE Code GEF : NC	Unité	27 000	21 600	108 000	80/400	2
38	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 38				27 100	21 680	108 400		4
39		DIAL. PANSEMENT CATHETER CENTRAL DIALYSE EMERGENCE ET BRANCHES EXTERNES Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement pour cathéter central de dialyse pour site d'urgence et branches externes du cathéter : - Le pansement pour site d'urgence du cathéter central de dialyse doit être imperméable, permettre un maintien prolongé jusqu'à 7 jours, une visibilité au point d'urgence grâce à une fenêtre transparente non adhésive. L'adhésivité et la tolérance du pansement seront des critères évalués. - Le pansement pour les branches externes doit être imperméable et assurer une protection des branches externes entre les séances de dialyse. L'adhésivité, la tolérance du pansement seront des critères évalués. Chaque pansement doit être conditionné en présentation unique stérile, indépendante l'une de l'autre. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons pour chaque type de pansement. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
39	1	PANSEMENT BRANCHES EXTERNES DU CATHETER	Unité	20 200	16 160	80 800	80/400	0
39	2	PANSEMENT SITE D' EMERGENCE DU CATHETER	Unité	7 000	5 600	28 000	80/400	0
39	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 39				27 200	21 760	108 800		0
40		DIAL. SERINGUE PRE-REMPLEIE CITRATE SODIUM Notice technique: DESCRIPTIF : Seringue préremplie de citrate de sodium 4% pour anticoagulation locale des cathéters. Graduation de 0,1 ml. Préciser le volume des seringues. Préciser le mode de stérilisation et le nombre de seringues par conditionnement. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : 2 échantillons de seringues. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
40	1	SERINGUE Code GEF : 549767	Unité	20 000	16 000	80 000	80/400	2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
40	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			40	20 000	16 000	80 000		2
41		DIAL. SET BRANCHEMENT/DEBRANCHEMENT Notice technique: DESCRIPTIF: Set de soins préconisé lors du branchement et du débranchement d'un patient pour une dialyse sur fistule et sur cathéter. Les sets de branchement et débranchement seront présentés en emballages individuels type sachet pelable, souples, stériles, à usage unique. La composition des différents sets est détaillée dans les 4 sous-lots. Ces 4 sous-lots feront l'objet d'une offre de prix séparée. Préciser le mode de stérilisation des sets Sous-lot 1 : set de branchement cathéter avec champ patient bi-matière : - Un champ de table enveloppant de dimension 75x60cm - Une blouse stérile avec col apparent - Un champ patient bi-matière de 60x45cm imperméable, prédécoupé, plié, avec fenêtre de 5-6cm maximum, excentrée positionnée à 1/3-2/3 sur la longueur. Ce champ bi matière doit comporter sur toute sa longueur une bande centrale non tissée et 2 parties latérales transparentes avec adhésifs pour permettre le maintien une fois le champ replié, - 15 compresses non tissées 10x10cm (en 3 tas distincts de 5) en 40g - 2 seringues de 5mL Luer Lock - 3 cupules dont 2 de volume 60mL et 1 cupule de 90mL - Organisation du set : à l'intérieur du champ de table les dispositifs doivent être accessibles dans l'ordre suivant : blouse puis compresses puis champ patient . Les cupules doivent être dans le champ enveloppant positionnées sur le côté, à l'endroit, vides, non empilées. Les seringues doivent être également positionnées sur le côté. Identification visuelle et aisée du type de set (code couleur, abréviation...) Sous-lot 2 : set de branchement cathéter avec champ patient non tissé : - Un champ de table enveloppant de dimension 75x60cm - Une blouse stérile avec col apparent - Un champ patient non tissé de 60x45cm imperméable, prédécoupé, plié, avec fenêtre de 6 à 7cm, excentrée positionnée à 1/3-2/3 sur la longueur. - 15 compresses non tissées 10x10cm (en 3 tas distincts de 5) en 40g - 2 seringues de 5mL Luer Lock - Un pansement adhésif 8x10cm - 3 cupules dont 2 de volume 60mL et 1 cupule de 90mL - Organisation du set : à l'intérieur du champ de table les dispositifs doivent être accessibles dans l'ordre suivant : blouse puis compresses puis champ patient et puis pansement. Les cupules doivent être dans le champ enveloppant positionnées sur le côté, à l'endroit, vides, non empilées. Les seringues doivent être également positionnées sur le côté. Identification visuelle et aisée du type de set (code couleur, abréviation...) Sous-lot 3 : set de débranchement cathéter : - Un champ de table enveloppant de dimension 75x60cm - Une blouse stérile avec col apparent - Un champ patient de 60x45cm imperméable - 5 compresses non-tissées 10x10cm (en 1 tas distincts de 5) en 40g - 2 cupules de volume 60mL dont une de couleur - Organisation du set : à l'intérieur du champ de table les dispositifs doivent être accessibles dans l'ordre suivant : blouse puis compresses puis champ patient. Les cupules doivent être dans le champ enveloppant positionnées sur le côté, à l'endroit, vides, non empilées de couleur différentes si possible. Identification visuelle et aisée du type de set (code couleur, abréviation...) Sous-lot 4 : set de branchement fistule - Un champ de table enveloppant de dimension 75x60cm - Un champ patient imperméable et absorbant de 60x45cm - 5 compresses non-tissées 10x10cm (en 1 tas distincts de 5) en 40g - Un garrot (sans latex) non lisse de 50cm maximum - 3x2 bandelettes adhésives 15x1.25cm - 2 bandelettes adhésives 15x2.5cm - 1 cupule de 90mL et 1 cupule à 60ml - Organisation du set : à l'intérieur du champ de table les dispositifs doivent être accessibles dans l'ordre suivant : compresses puis champ patient et seringues. Les cupules doivent être dans le champ enveloppant positionnées sur le côté, à l'endroit, vide. Identification visuelle et aisée du type de set (code couleur, abréviation...) Spécimen : Envoyer 5 spécimens pour chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et						
41	1	CATH.SET BRANCHEMENT AVEC CHAMP PATIENT BI MATIERE Code GEF : 542868	Unité	26 000	20 800	104 000	80/400	1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
41	2	CATH.SET BRANCHEMENT AVEC CHAMP PATIENT NON TISSE Code GEF : NC	Unité	13 000	10 400	52 000	80/400	1
41	3	CATH.SET DEBRANH. Code GEF : 543197	Unité	30 000	24 000	120 000	80/400	1
41	4	FISTULE SET BRANCH. Code GEF : 542867	Unité	30 000	24 000	120 000	80/400	1
41	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			41	99 000	79 200	396 000		4

42	DIG STD. SYSTÈME FIXATION DRAIN Notice technique: DESCRIPTIF : Systèmes de fixation auto-adhésifs pour drains, sondes et cathéters percutanés. Spécifications communes : - Usage unique, stérile (préciser le mode de stérilisation), en conditionnement unitaire - support flexible avec barrière cutanée protectrice (hydrocolloïde ou équivalent, à préciser) et adhésif assurant une bonne tolérance cutanée (composition de l'adhésif à préciser) - dispositif atraumatique, permettant la fixation du drain sans recours à la suture. - Maintien sécurisé limitant les risques de traction, migration et arrachement - Temps de port attendu : 5 à 7 jours minimum (à préciser) - Compatibilité avec différents calibres de dispositifs - Bonne tenue en conditions humides Sous-lot 1 : système de fixation horizontal Sous-lot 2 : système de fixation vertical SPECIMEN : 1 système de fixation horizontal, 1 système de fixation vertical. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
42	1	Système de fixation horizontal Code GEF : 545174	Unité	372	298	1 488	80/400	1
42	2	Système de fixation vertical Code GEF : 541602	Unité	1 465	1 172	5 860	80/400	1
42	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			42	1 837	1 470	7 348		2

43	DIV STD. LUBRIFIANT SPRAY POUR INSERTION DM Notice technique: DESCRIPTIF : Lubrifiant médical à base de silicone pour application en spray. Lubrifiant destiné à faciliter l'introduction des dispositifs médicaux (en caoutchouc, latex, PVC, PUR) en réduisant les phénomènes d'adhérence aux muqueuses et d'incrustation. Caractéristiques techniques : - Huile de silicone en aérosol - Lubrification efficace, non collante - Compatible avec dispositifs en caoutchouc, latex et PVC : à préciser - pH neutre - Pulvérisation facile via bouton pression - Application homogène. Le produit ne contient pas de latex. Préciser le volume du flacon aérosol (de préférence 500 ml). Les quantités transmises sont au flacon de 500 ml. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
43	1	LUBRIFIANT SPRAY Code GEF : 29683	Unité	1 620	1 296	6 480	80/400	0
43	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			43	1 620	1 296	6 480		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
44		DRAINAGE. DRAIN TYPE JACKSON PRATT Notice technique: DESCRIPTIF : Drain rond ou plat pour faciliter le rapprochement tissulaire. Drain en silicone, avec ligne radio-opaque sur toute la longueur et paroi interne ondulée. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
44	1	DRAIN PLAT 4MM TYPE JACKSON PRATTE Code GEF : 308329	Unité	5	4	20	80/400	0
44	2	DRAIN ROND 10FR TYPE JACKSON PRATT Code GEF : 317344	Unité	150	120	600	80/400	0
44	3	DRAIN ROND 12FR TYPE JACKSON PRATT Code GEF : 317345	Unité	75	60	300	80/400	0
44	4	DRAIN ROND 16FR TYPE JACKSON PRATT Code GEF : 317347	Unité	50	40	200	80/400	0
44	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 44				280	224	1 120		0
45		DRAINAGE. DRAIN TYPE PENROSE Notice technique: DESCRIPTIF : Drain en silicone, avec ligne radio-opaque sur toute la longueur et paroi interne ondulée : - Longueur 50cm environ, - Diamètre externe 16mm environ. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
45	1	DRAIN TYPE PENROSE Code GEF : 303054	Unité	100	80	400	80/400	0
45	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 45				100	80	400		0
46		DRAPAGE. HOUSSE POUR MISCOSCOPE LEICA Notice technique: DESCRIPTIF : Housse en polyéthylène, stérile, pour microscope Leica, de dimension : - 117x305cm env., pour lentille Armathec oblique et système de fixation clipsable, - 137x267cm env., pour lentille standard ou Clearlens. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de housse de chaque dimension . Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
46	1	HOUSSE MICROSC 137X267 Code GEF : 540689	Unité	30	24	120	80/400	2
46	2	HOUSSE MICROSC LEICA 117X305 Code GEF : 548527	Unité	1 700	1 360	6 800	80/400	2
46	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 46				1 730	1 384	6 920		4

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
47		DRAPAGE. TROUSSE EPISIOTOMIE Notice technique: DESCRIPTIF : La trousse devra contenir : - 1 champ de soins 100 x 100 cm - 1 champ abdominal 45 x 75 cm - 1 champ sous fessier 75 x 120 cm, avec revers - 10 compresses gaze 10X20cm 17 fils 12 plis - 1 tampon vaginal rigide et de forme oblongue 38x70mm Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : un exemplaire de trousse Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
47	1	TROUSSE EPISIO Code GEF : 543474	Unité	200	160	800	80/400	1
47	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 47				200	160	800		1
48		ELTD. ELECTRODE STIMULATION POUR REEDUCATION Notice technique: DESCRIPTIF : Electrodes de stimulation pré-gélifiées, utilisées en physiothérapie et rééducation pour électrostimulation transcutanée : - gel conducteur semi solide - pré-cablée 140mm long environ - connexion type douille surmoulée 2 mm - repositionnable Présentation unitaire par 2 ou 4 électrodes. Précisez l'étendue de votre gamme. Vous préciserez les compatibilités avec les appareils d'électrostimulation. Le PUHT doit être à l'électrode et vous préciserez dans le libellé le conditionnement minimum (par 2 ou 4 électrodes). NB : Les quantités sont indiquées à l'unité (l'électrode). SPECIMEN : ENVOYER POUR CHAQUE SOUS-LOT UN JEU DE 2 ELECTRODES. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
48	1	ELECTRODE 50X50 MM Code GEF : 306255	Unité	9 131	7 305	36 524	80/400	2
48	2	ELECTRODE RONDE 30 MM Code GEF : 306257	Unité	1 790	1 432	7 160	80/400	2
48	3	ELECTRODE STIMUL P/REEDUC 50X89 Code GEF : 306256	Unité	9 680	7 744	38 720	80/400	2
48	4	ELECTRODE STIMUL P/REEDUC D50MM Code GEF : 306258	Unité	2 300	1 840	9 200	80/400	2
48	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 48				22 901	18 321	91 604		8
49		GYN. BALLON HEMOSTATIQUE POUR HEMORRAGIE DU POST PARTUM Notice technique: DESCRIPTIF : Ballon en silicone destiné au tamponnement de la cavité utérine lors d'hémorragie du post partum. Système d'injection rapide de serum physiologique dans le ballonnet SPECIMEN : Envoyer 2 ballons hémostatiques. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
49	1	BALLON Code GEF : 548881	Unité	195	156	780	80/400	2
49	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 49				195	156	780		2
50	GYN. CEINTURE ABDOMINALE POUR CARDIOTOCOGRAPHE Notice technique: DESCRIPTIF : Ceinture abdominale pour monitoring foetal compatible avec cardiotocographe de marque PHILIPS, EDAN, NEOVENTA. Préciser les moniteurs compatibles. Dispositif à Usage Unique. SPECIMEN : Envoyer 2 ceintures abdominales. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
50	1	CEINTURE ABDOMINALE Code GEF : 502072	Unité	30 000	24 000	120 000	80/400	2
50	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 50				30 000	24 000	120 000		2
51	GYN. GUIDE A USAGE UNIQUE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE Notice technique: DESCRIPTIF : Guide pour sonde endocavitaire compatible avec la sonde IC9 de General Electric. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 guides pour sonde. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
51	1	GUIDE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE Code GEF : 560505	Unité	120	96	480	80/400	2
51	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 51				120	96	480		2
52	GYN. MATERIEL POUR ABLATION DE L'ENDOMETRE PAR RADIOFREQUENCE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Matériel pour ablation de l'endomètre par radiofréquence. L'offre devra inclure les différents consommables nécessaires au fonctionnement du matériel. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Dans le cas où un générateur est nécessaire à l'utilisation du dispositif, le fournisseur s'engager à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse le matériel nécessaire (générateur). L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Le matériel devra être installé dès le 01/04/2027 dans les services après avoir pris contact avec le service biomédical et la pharmacie. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
52	1	SONDE Code GEF : 303041	Unité	70	56	280	80/400	2
52	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 555661	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 52				70	56	280		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
53	GYN. MATERIEL POUR ABLATION DE TISSUS PAR HYSTEROSCOPIE (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Matériel pour ablation de tissus (polypes, fibromes, résidus trophoblastiques...) par hysteroscopie. L'offre devra inclure l'ensemble des consommables nécessaires au fonctionnement du matériel. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Dans le cas où un générateur est nécessaire à l'utilisation du dispositif, le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse le matériel nécessaire (générateur) ainsi que le nombre de dispositifs réutilisables nécessaires à la réalisation des hystérosopies (hystérosopes). La qualité, la résistance et le diamètre des hystérosopes seront analysés. Le matériel devra être compatible avec une utilisation hors bloc. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Le matériel devra être installé dès le 01/04/2027 dans les services après avoir pris contact avec le service biomédical et la pharmacie. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
	1	Matériels pour ablation de tissus Code GEF : 557560	Unité	220	176	880	80/400	0
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
	Total des quantités du lot n° 53			220	176	880		0
54	GYN. PMA-CATH DE TRANSFERT EMBRYON COL PERMEABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter utilisé en PMA pour le transfert d'embryon pour col perméable : - Extrémité distale flexible avec une ouverture distale. - Longueur totale 17,5cm environ. - Diamètre externe de l'extrémité flexible 16G environ. NB : Ce produit doit être conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation selon l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Précisez le mode de stérilisation. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de cathéters. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
	1	CATHETER Code GEF : 301417	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	2
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
	Total des quantités du lot n° 54			3 500	2 800	14 000		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
55		GYN. PMA-SET DE TRANSFERT EMBRYON POUR COL DIFFICILE Notice technique: DESCRIPTIF : Set de transfert pour passage difficile du col. Le set est constitué de : - 1 cathéter introducteur gradué de longueur 14cm environ et de diamètre externe 14G environ. - 1 mandrin malléable. - 1 cathéter de réimplantation. Précisez les références disponibles en satellite. NB : Ce produit doit être conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation selon l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Précisez le mode de stérilisation. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de sets Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
55	1	SET Code GEF : 301707	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	2
55	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 55				2 000	1 600	8 000		2
56		GYN. PRESERVATIF FEMININ LUBRIFIE SANS LATEX Notice technique: DESCRIPTIF : Préservatif interne féminin lubrifié sans latex à usage unique. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
56	1	Préservatif féminin sans latex Code GEF : 541350	Unité	4 500	3 600	18 000	80/400	0
56	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 56				4 500	3 600	18 000		0
57		GYN. PROTHESE EN POLYPROPYLENE POUR CURE DE PROLAPSUS Notice technique: DESCRIPTIF : Prothèse en polypropylène pour cure de prolapsus par promontofixation. Tissu en polypropylène monofilament tricoté. Préciser épaisseur, dimensions, grammage, taille des pores. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de prothèses. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
57	1	PROTHESE Code GEF : 558335	Unité	35	28	140	80/400	2
57	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 57				35	28	140		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
58		GYN. VENTOUSES OBSTETRIQUES (MAD) Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositif d'extraction fœtale comprenant une ventouse, un lac et une poignée de traction. Le lac de traction devra être souple et mobile dans toutes les directions. Préciser le type de système utilisable pour faire le vide (système intégré à la poignée ou non). Dispositif à Usage Unique Stérile. LE CAS ECHEANT : PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE Dans le cas où une pompe à vide est nécessaire en satellite, le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse le matériel nécessaire à l'utilisation du dispositif. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Le matériel devra être installé dès le 01/04/2027 dans les services après avoir pris contact avec le service biomédical et la pharmacie. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de ventouses Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
58	1	VENTOUSES OBSTETRIQUES Code GEF : 303998	Unité	760	608	3 040	80/400	2
58	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			58	760	608	3 040		2
59		HEMOSTATIQUE. DM POUR HEMOSTASE D'URGENCE Notice technique: DESCRIPTIF : COUSSIN HEMOSTATIQUE : Coussin hémostatique pour prise en charge des hémorragies sévères en remplacement de la compression manuelle. Dispositif prêt à l'emploi avec système de fixation rapide et facilement positionnable (bande élastique et accroche velcro par exemple). De préférence présenté sous forme de kit (préciser la composition du kit : étiquette pour heure de pose, gants, etc.). Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. GARROT TOURNIQUET : Garrot tourniquet pour prise en charge d'hémorragie massive en préhospitalier ou médecine de catastrophe. Taille adulte et pédiatrique. Dispositif Médicalement Propre. KIT HEMORRAGIE : Kit destiné à la prise en charge des hémorragies externes en situation d'urgence. Dispositif prêt à l'emploi, facilement transportable. Composition à préciser (ex : garrot, pansement compressif, compresses, gants, étiquette heure de pose, etc.) Conditionnement compact et résistant. PANSEMENT COMPRESSIF D'URGENCE (TYPE PANS. ISRAELIEN) : Ppansement permettant l'exercice d'une pression localisée sur une plaie hémorragique. Dispositif prêt à l'emploi avec bande intégrée et système de serrage ou de maintien. Mise en place rapide et sécurisée, adaptée aux situations d'urgence. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. L'étendue de la gamme sera un critère de choix. SPECIMEN : 1 garrot adulte, 1 coussin hémostatique, 1 kit pour hémorragie, 1 pansement compressif d'urgence. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
59	1	COUSSIN HEMOSTATIQUE Code GEF : 521087	Unité	5	4	20	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
59	2	GARROT ADULTE Code GEF : 553730	Unité	120	96	480	80/400	0
59	3	GARROT PEDIATRIQUE Code GEF : 553731	Unité	50	40	200	80/400	0
59	4	KIT PRISE EN CHARGE HEMORRAGIE Code GEF : 306517	Unité	5	4	20	80/400	0
59	5	PANSEMENT COMPRESSIF D'URGENCE Code GEF : 553732	Unité	500	400	2 000	80/400	0
59	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			59	680	544	2 720		0

60	HYG. FILTRES A EAU (MAD) (FIL) Notice technique: DESCRIPTIF : Filtre pour une eau bactériologiquement maîtrisée jusqu'à 1 mois, pour le lavage chirurgical des mains, le rinçage des endoscopes et la douche des patients. Filtre anti tous germes, répondant à la norme internationale ASTM F 838. Présentation sous plusieurs formes : - Pommeau de douche, - Robinet sortie droite, - Robinet sortie douchette, - En ligne. Proposer en complément de gamme les filtres dont la fréquence de changement est supérieure à 1 mois Présentation Unitaire avec étiquette de traçabilité. Dispositif à Usage Unique Médicalement Propre. Maintien de l'écoulement de l'eau au retrait du filtre demandé. Ce lot est identifié "FIL : fort impact logistique". Précisez les différents conditionnements qui existent : boîte distributrice, unité, carton etc.. PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur s'engage à Mettre A Disposition (MAD) du CHU de Toulouse de les adaptateurs pour les robinets des blocs et services d'endoscopies, ainsi que les éléments nécessaires au montage du pommeau de douche. Les adaptateurs seront installés par le fournisseur au démarrage si nécessaire. L'annexe n°2 MAD au CCAP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. PRESTATION TECHNIQUE: Le fournisseur proposera une prestation de remplacement des filtres, à la fréquence de changement des filtres choisis, sur les points filtrés en continu dans l'établissement. Décrire précisément le circuit proposé: planification, mise à disposition des filtres, rapport, facturation, Proposer un forfait à la journée pour intervention sur l'établissement. En complément, proposer un taux horaire de main d'oeuvre et un forfait déplacement. Cette prestation sera organisée en lien avec les services techniques de l'établissement. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
60	1	EN LIGNE Code GEF : 303219	Unité	100	80	400	80/400	0
60	2	POMMEAU DOUCHE Code GEF : 35287	Unité	12 090	9 672	48 360	80/400	0
60	3	ROBINET SORTIE DOUCHETTE Code GEF : 35259	Unité	2 140	1 712	8 560	80/400	0
60	4	ROBINET SORTIE DROITE Code GEF : 35288	Unité	20 120	16 096	80 480	80/400	0
60	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			60	34 450	27 560	137 800		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
61		HYG. SPRAY ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° Notice technique: DESCRIPTIF: Spray d'alcool isopropylique 70°, pour désinfection du matériel de fabrication et des locaux. Isopropanol conforme à la pharmacopée européenne et filtré à 0,2 µ (microns). Présentation stérile et non stérile. Préciser le conditionnement. Les quantités transmises sont en spray de 1 litre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
61	1	SPRAY NON STERILE Code GEF : 318141	Unité	60	48	240	80/400	0
61	2	SPRAY STERILE Code GEF : 318140	Unité	30	24	120	80/400	0
61	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 61				90	72	360		0
62		HYG. TUYAU SILICONE AUTOCLAVABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Tuyau en silicone stérilisable à 134°C - 18min, en rouleau de 25M. Les diamètres indiqués ci-dessous sont attendus à quelques millimètres près. Dispositif Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme						
62	1	TUYAU DIA 1.57MM X 3.18MM Code GEF : 308950	Unité	50	40	200	80/400	0
62	2	TUYAU DIA 2MM X 4MM Code GEF : 302566	Unité	200	160	800	80/400	0
62	3	TUYAU DIA 3.35MM X 4.65MM Code GEF : 308952	Unité	60	48	240	80/400	0
62	4	TUYAU DIA 4MM X 6MM Code GEF : 302567	Unité	40	32	160	80/400	0
62	5	TUYAU DIA 5MM X 9MM Code GEF : 507096	Unité	20	16	80	80/400	0
62	6	TUYAU DIA 5X8MM Code GEF : 308953	Unité	50	40	200	80/400	0
62	7	TUYAU DIA 7X13MM Code GEF : 29181	Unité	970	776	3 880	80/400	0
62	8	TUYAU DIA 8X14MM Code GEF : 29182	Unité	700	560	2 800	80/400	0
62	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 62				2 090	1 672	8 360		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
63		NEURODIAG. AIGUILLE BOUT EMOUSSEE Notice technique: DESCRIPTIF: Aiguille émoussée pour insertion de gel dans les électrodes et préparation du scalp à l'aide d'une seringue. Canule en acier inox durant les EEG. Taille 16G 15mm. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN: 2 échantillons d'aiguille Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme."						
63	1	AIGUILLE Code GEF : 541685	Unité	7 400	5 920	29 600	80/400	2
63	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 63				7 400	5 921	29 604		2
64		NEURO. MOTEUR NEURO (MAD) Notice technique: Les descriptif complet du besoin est présent au CCTP Article 6. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme. Z-PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Transmettre le catalogue de prix des accessoires et pièces détachées en cas de remplacement (perte / vol) par le CHU de Toulouse						
64	1	FRAISE RONDE MULTPANS 3 MM Code GEF : 557476	Unité	80	64	320	80/400	0
64	2	FRAISE RONDE MULTPANS 4 MM Code GEF : 557477	Unité	350	280	1 400	80/400	0
64	3	FRAISE RONDE MULTPANS 5 MM Code GEF : 557478	Unité	200	160	800	80/400	0
64	4	LAMES DE CRANIOTOMIE Code GEF : 557471	Unité	1 100	880	4 400	80/400	0
64	5	LAMES DE CRANIOTOMIE Code GEF : 557493	Unité	20	16	80	80/400	0
64	6	MECHE PASSE FIL 1,5MM Code GEF : 557480	Unité	250	200	1 000	80/400	0
64	7	MECHE PASSE FIL 2MM Code GEF : 557481	Unité	25	20	100	80/400	0
64	8	TREPAN CRANIOTOME UU 11/14 MM (AUTO-DEBRAYABLES) Code GEF : 557495	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	0
64	9	TREPAN CRANIOTOME UU 8/11MM (AUTO-DEBRAYABLES) Code GEF : 557494	Unité	200	160	800	80/400	0
64	10	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
64	11	Z-PIECES DETACHES ET ACCESSOIRES	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 64				3 525	2 820	14 100		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
65		ORTH-FAB. MATERIAU THERMOFORMABLE POUR ORTHESE Notice technique: DESCRIPTIF: Plaque thermoformable pour fabrication d'orthèses : - lisse ou perforée. - Matériaux divers, conformables avec un rapport rigidité/malléabilité optimal. - Radiotransparent aux rayons X de préférence. Préciser le matériau et l'étendue de votre gamme en % perforation, épaisseur, dimensions. CE LOT EST EN MULTI-ATTRIBUTION : Ce lot est attribué à plusieurs fournisseurs. La répartition des quantités vis-à-vis des fournisseurs ayant présentés une offre conforme se fait à part égale avec une variation possible de +/- 15 %. Exemple : Si 4 fournisseurs sont référencés, la quantité estimative annoncée totale du lot sera répartie en 4 parts égales par fournisseur avec un pourcentage de variation possible de 15% de cette part. Ainsi: Quantité estimée annoncée sur le lot x = 100 unités. Si 4 fournisseurs sont référencés, les 100 unités seront réparties en 4 parts pouvant varier de 21 à 29 unités. Les bons de commande seront effectués chez l'un ou l'autre des fournisseurs retenus de manière alternative durant la durée du marché. SPECIMEN : Envoyer UNE découpe pour chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
65	1	BORDURE FINITION ROULEAU Code GEF : 314577	Unité	350	280	1 400	80/400	1
65	2	PLAQUE NON PERFOREE (LISSE) Code GEF : 300447	Unité	25	20	100	80/400	1
65	3	PLAQUE PERFOREE Code GEF : 315552 à 315556 315	Unité	1 000	800	4 000	80/400	1
65	4	PLAQUE THERMOPLASTIQUE PARTICULIER Code GEF : 307343	Unité	250	200	1 000	80/400	1
65	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 65		1 625	1 300	6 500		4
66		ORTH-FAB. MOUSSE CAPITONNAGE Notice technique: DESCRIPTIF : Mousse souple pour rembourrage ou capitonnage d'attelles thermoformées : - Mousse et/ou tissu bouclette coton présenté en PLAQUE, - Auto agrippant et auto adhésif, - Lavable. Préciser les dimensions exactes et couleurs disponibles : - Longueur au mètre linéaire, - Epaisseur : 1.6 et 3-3,2 et 4 mm. CE LOT EST EN MULTI-ATTRIBUTION : Ce lot est attribué à plusieurs fournisseurs. La répartition des quantités vis-à-vis des fournisseurs ayant présentés une offre conforme se fait à part égale avec une variation possible de +/- 15 %. Exemple : Si 4 fournisseurs sont référencés, la quantité estimative annoncée totale du lot sera répartie en 4 parts égales par fournisseur avec un pourcentage de variation possible de 15% de cette part. Ainsi: Quantité estimée annoncée sur le lot x = 100 unités. Si 4 fournisseurs sont référencés, les 100 unités seront réparties en 4 parts pouvant varier de 21 à 29 unités. Les bons de commande seront effectués chez l'un ou l'autre des fournisseurs retenus de manière alternative durant la durée du marché. SPECIMEN : Envoyer un exemplaire de mousse pour épaisseurs 1,6 et 3,2 mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
66	1	PLAQUE MOUSSE OU BOUCLETTE (ttes réf) Code GEF : 314578	Unité	1 350	1 080	5 400	80/400	1
66	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 66		1 350	1 080	5 400		1
67	ORTH-FAB. RUBAN POUR ORTHESES Notice technique: DESCRIPTIF : Ruban autoagrippant type Velcro (dit velours et crochet) utilisé dans la fabrication des orthèses : - Polyamide et polyester. - Deux qualités différentes : adhésif et non adhésif. - Lavable à haute température (90°C environ). Préciser les dimensions : largeur 25 et 50 mm, longueur 25m; ATTENTION : les quantités sont indiquées par rouleau de 25 mètres. Indiquer le prix au Rouleau. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon de ruban en largeur 25mm (velours et crochets). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
67	1	CROCHET ADH 25MM Code GEF : 316135	Unité	220	176	880	80/400	1
67	2	CROCHET ADH 50MM Code GEF : 316136	Unité	60	48	240	80/400	0
67	3	CROCHET NON ADH 25MM Code GEF : 309212	Unité	10	8	40	80/400	0
67	4	CROCHET NON ADH 50MM Code GEF : 519252	Unité	25	20	100	80/400	0
67	5	VELOURS ADHESIF 25MM Code GEF : 309213	Unité	50	40	200	80/400	0
67	6	VELOURS ADHESIF 50MM Code GEF : 309210	Unité	10	8	40	80/400	0
67	7	VELOURS ELASTIQUE 25MM Code GEF : 307537	Unité	20	16	80	80/400	0
67	8	VELOURS ELASTIQUE 50MM Code GEF : 307539	Unité	10	8	40	80/400	0
67	9	VELOURS STANDARD 25MM Code GEF : 511981	Unité	320	256	1 280	80/400	1
67	10	VELOURS STANDARD 50MM Code GEF : 309214	Unité	150	120	600	80/400	0
67	11	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 67		875	700	3 500		2
68	ORTH-IMMO. ATTELLE DE SYNTHESE PRETE A L'EMPLOI Notice technique: DESCRIPTIF : Résine de synthèse prête à l'emploi pour la confection d'attelle, présentée sous forme prédécoupée ou en rouleau. Composition : fibre de verre ou polypropylène +/- polyéthylène. Toutes tailles. Dimensions à préciser : longueur/largeur. Présentation unitaire sous emballage propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
68	1	BANDE RESINE PRE DECOUPEE Code GEF : 312379	Unité	400	320	1 600	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
68	2	BANDE RESINE ROULEAU Code GEF : 312654	Unité	30	24	120	80/400	0
68	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 68				430	344	1 720		0
69		ORTH-IMMO. BANDE PLATREE A PRISE RAPIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande plâtrée à prise ultra rapide entre 105 et 130 secondes. Largeur 5 à 20 cm. Longueur minimum 3 mètres. Préciser temps d'immersion, température et angle d'inclinaison. Présentation unitaire sous emballage propre par 1 ou 2 bandes maximum. ATTENTION: Les quantités sont indiquées pour des bandes de 3 mètres. SPECIMEN : Envoyer un échantillon de bande plâtrée largeur 10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
69	1	BANDE 05 CM Code GEF : 29064	Unité	7 060	5 648	28 240	80/400	0
69	2	BANDE 10 CM Code GEF : 29065	Unité	15 060	12 048	60 240	80/400	1
69	3	BANDE 15 CM Code GEF : 29066	Unité	11 560	9 248	46 240	80/400	0
69	4	BANDE 20 CM Code GEF : 29067	Unité	6 000	4 800	24 000	80/400	0
69	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 69				39 680	31 744	158 720		1
70		ORTH-IMMO. BANDE POUR ECHARPE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande non extensible en mousse avec un revêtement en tissu de largeur 5cm. Présentation en rouleau de 15 mètres. Présentation Unitaire. Dispositif médicalement propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
70	1	ROULEAU 15M Code GEF : 500753	Unité	100	80	400	80/400	0
70	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 70				100	80	400		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
71		ORTH-IMMO. BANDE RESINE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande résine d'immobilisation RIGIDE et SEMI-RIGIDE. Préciser composition : fibre de verre ou polypropylène +/- polyéthylène. Largeur selon sous-lots. Longueur à préciser : minimum 3 m. Toutes couleurs. Présentation Unitaire. Dispositif médicalement propre. Préciser : conditions de mise à disposition des ciseaux, engagement accompagnement - formation (technique et prévention des risques d'émanation de particules et substances chimiques). PRESTATION A INTEGRER DANS L'OFFRE : Le fournisseur devra préciser son engagement spécifique sur ce lot via un accompagnement - formation (technique et prévention des risques d'émanation de particules et substances chimiques). Cf. annexe 2 CCTP fiche prestation fournisseur. SPECIMEN : Envoyer un échantillon de bande 7,5cm - rigide et 5cm - semi-rigide. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
71	1	RIGIDE 5 cm Code GEF : 29019	Unité	6 504	5 204	26 016	80/400	0
71	2	RIGIDE 7,5 cm Code GEF : 29021	Unité	14 809	11 848	59 236	80/400	1
71	3	RIGIDE 10 cm Code GEF : 29022	Unité	7 000	5 600	28 000	80/400	0
71	4	RIGIDE 12,5 cm Code GEF : 29029	Unité	920	736	3 680	80/400	0
71	5	SEMI-RIGIDE 2,5 cm Code GEF : 303165	Unité	245	196	980	80/400	0
71	6	SEMI-RIGIDE 5 cm Code GEF : 306808	Unité	655	524	2 620	80/400	1
71	7	SEMI-RIGIDE 7,5 cm Code GEF : 503224	Unité	560	448	2 240	80/400	0
71	8	SEMI-RIGIDE 10 cm Code GEF : 303166	Unité	340	272	1 360	80/400	0
71	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 316888 559859	Unité	0		4	80/400	0
Total des quantités du lot n°			71	31 033	24 828	124 136		2
72		ORTH-IMMO. BANDE SOUS PLATRE : OUATE SYNTHETIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Bande de rembourrage en ouate pour protection sous plâtre ou résine ou pour tout type d'appareillage orthopédique : - Largeur de 5 à 20cm, - Longueur 3m. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : UN échantillon de bande de largeur 10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
72	1	BANDE LARGEUR 7,5 CM Code GEF : 29692	Unité	9 000	7 200	36 000	80/400	0
72	2	BANDE LARGEUR 10 CM Code GEF : 29693	Unité	34 330	27 464	137 320	80/400	1
72	3	BANDE LARGEUR 15 CM Code GEF : 29694	Unité	20 300	16 240	81 200	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
72	4	BANDE LARGEUR 20 CM Code GEF : 29695	Unité	4 024	3 220	16 096	80/400	0
72	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0		4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 72				67 654	54 124	270 620		1
73		ORTH-IMMO. BANDE SOUTIEN ORTHOPEDIQUE POUR COLLIER Notice technique: DESCRIPTIF : Bande orthopédique de soutien multi-usages notamment cervical, en mousse de densité moyenne recouverte d'un jersey ou tricot tubulaire aéré. Présentation Unitaire en rouleau. Dispositif Médicalement Propre. ATTENTION : les quantités sont indiquées pour des rouleaux de longueur de 4 mètres. SPECIMEN : Envoyer un échantillon de largeur 9 cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
73	1	BANDE 7 CM Code GEF : 34072	Unité	400	320	1 600	80/400	0
73	2	BANDE 9 CM Code GEF : 34070	Unité	800	640	3 200	80/400	1
73	3	BANDE 11 CM Code GEF : 34071	Unité	300	240	1 200	80/400	0
73	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 73				1 500	1 200	6 000		1
74		ORTH-IMMO. CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL Notice technique: DESCRIPTIF: Ceinture pour un maintien abdominal ou thoracique optimal. Elastique. Fermeture par bande auto-agrippante. Renfort de la partie ventrale. - 3 hauteurs demandées : 16cm, 25cm, et 33 cm. Pour chaque hauteur, proposer 3 tailles fonction de la circonférence abdominale ou thoracique couvrant les tours de taille de 60 à 150cm. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : envoyer un échantillon Taille "Grand" pour chaque hauteur (16-25-33cm). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
74	1	16CM TOUR DE TAILLE MOYEN Code GEF : 303111	Unité	600	480	2 400	80/400	0
74	2	16CM TOUR DE TAILLE GRAND Code GEF : 303110	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	1
74	3	25CM TOUR DE TAILLE MOYEN Code GEF : 303113	Unité	1 800	1 440	7 200	80/400	0
74	4	25CM TOUR DE TAILLE GRAND Code GEF : 555658	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	1
74	5	25CM TOUR DE TAILLE TRES GRAND Code GEF : 303119	Unité	2 200	1 760	8 800	80/400	0
74	6	33CM TOUR DE TAILLE MOYEN Code GEF : 303120	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
74	7	33CM TOUR DE TAILLE GRAND Code GEF : 555660	Unité	2 500	2 000	10 000	80/400	1
74	8	33CM TOUR DE TAILLE TRES GRAND Code GEF : 303122	Unité	1 500	1 200	6 000	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
74	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 74			74	14 600	11 680	58 400		3
75		ORTH-IMMO. JERSEY TUBULAIRE COTON Notice technique: DESCRIPTIF : Jersey tubulaire en tricot coton, pour protection sous plâtre ou résine, non stérile : - Rouleau de longueur 25 mètres, - largeur de 3 à 20cm. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Préciser le conditionnement secondaire (nombre d'unités par carton) SPECIMEN : Envoyer UNE découpe (1m maxi) de jersey en largeurs 7cm et 10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
75	1	JERSEY COTON LARG 3 cm Code GEF : 29598	Unité	351	281	1 404	80/400	0
75	2	JERSEY COTON LARG 5 cm Code GEF : 29158	Unité	503	403	2 012	80/400	0
75	3	JERSEY COTON LARG 7 cm Code GEF : 29159	Unité	2 700	2 160	10 800	80/400	1
75	4	JERSEY COTON LARG 10 cm Code GEF : 29160	Unité	3 723	2 979	14 892	80/400	1
75	5	JERSEY COTON LARG 15 cm Code GEF : 29161	Unité	1 008	807	4 032	80/400	0
75	6	JERSEY COTON LARG 20 cm Code GEF : 29162	Unité	252	202	1 008	80/400	0
75	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 75			75	8 537	6 832	34 148		2
76		ORTH-IMMO. JERSEY TUBULAIRE HYDROFUGE Notice technique: DESCRIPTIF : Jersey tubulaire hydrofuge 100 % polyester, pour protection sous plâtre ou résine, non stérile : - Tricot tubulaire côte 2 x 2. - Rouleau de longueur 25 mètres. Préciser les largeurs disponibles dans la gamme. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Préciser le conditionnement secondaire (nombre d'unités par carton). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
76	1	JERSEY HYDROF LARG 3CM Code GEF : 304847	Unité	45	36	180	80/400	0
76	2	JERSEY HYDROF LARG 5CM Code GEF : 34073	Unité	93	75	372	81/400	0
76	3	JERSEY HYDROF LARG 7CM Code GEF : 34074	Unité	98	79	392	81/400	0
76	4	JERSEY HYDROF LARG 10CM Code GEF : 34075	Unité	160	128	640	80/400	0
76	5	JERSEY HYDROF LARG 15CM Code GEF : 34076	Unité	41	33	164	80/400	0
76	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0		4	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
		Total des quantités du lot n°	76	437	351	1 752		0
77		ORTH-IMMO. MATERIEL DE TRACTION Notice technique: DESCRIPTIF : Matériel utilisé pour traction continue des os des membres inférieurs par étirement de la peau dans les cas de luxation congénitale de la hanche, réduction ou contention de fracture. Dispositif permettant une traction de 7 à 10 kg composée de plaque rigide, bande en mousse souple, bande de maintien élastique et fil de traction. Proposer 3 tailles (nourrisson, enfant, adulte) avec 2 types pour chacune : Adhésif et Non Adhésif. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire en taille adulte (adhésif + non adhésif). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
77	1	ADHESIF ADULTE Code GEF : 308858	Unité	41	33	164	80/400	1
77	2	ADHESIF ENFANT Code GEF : 308859	Unité	20	16	80	80/400	0
77	3	ADHESIF NOURRISSON Code GEF : 308860	Unité	20	16	80	80/400	0
77	4	NON ADHESIF ADULTE Code GEF : 308861	Unité	420	336	1 680	80/400	1
77	5	NON ADHESIF ENFANT Code GEF : 308862	Unité	15	12	60	80/400	0
77	6	NON ADHESIF NOURRISSON Code GEF : 308863	Unité	35	28	140	80/400	0
77	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0		4	80/400	0
		Total des quantités du lot n°	77	551	441	2 208		2
78		ORTH-IMMO. MB.INF-ATTELLE GENOU ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF: Attelle Monobloc pour immobilisation du genou en post opératoire. Face interne en coton éponge de préférence. Fermeture par bande autoagrippante. La taille de l'attelle est caractérisée par la hauteur, le diamètre maximal de la cuisse (et le diamètre maximal du mollet), à un ou deux centimètres près. Préciser l'étendue de votre gamme en tailles. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire de la taille H 53CM / D 54CM. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
78	1	H 48CM / D 40CM Code GEF : 34664	Unité	302	242	1 208	80/400	0
78	2	H 53CM / D 45CM Code GEF : 34665	Unité	400	320	1 600	80/400	0
78	3	H 53CM / D 54CM Code GEF : 34663	Unité	1 202	962	4 808	80/400	1
78	4	H 53CM / D 59CM Code GEF : 34660	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0
78	5	H 53CM / D 66CM Code GEF : 34700	Unité	600	480	2 400	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
78	6	H 61CM / D 54CM Code GEF : 34662	Unité	600	480	2 400	80/400	0
78	7	H 61CM / D 62CM Code GEF : 34661	Unité	602	482	2 408	80/400	0
78	8	H 61CM / D 68CM Code GEF : 34666	Unité	602	482	2 408	80/400	0
78	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 78				5 308	4 248	21 232		1

79	ORTH-IMMO. MB.INF-ATTELLE GENOU ENFANT Notice technique: DESCRIPTIF: Attelle Monobloc pour immobilisation du genou en post opératoire. Face interne en coton eponge de préférence. Fermeture par bande autoagrippante. La taille de l'attelle est caractérisée par la hauteur, le diamètre maximal de la cuisse (et le diamètre maximal du mollet), à un ou deux centimètres près. Ce lot concerne exclusivement les tailles destinées aux ENFANTS : nouveau né, enfant. Soit hauteurs 20-30-40cm et diamètre cuisse 19-24-29cm. Préciser l'étendue de votre gamme en tailles. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire de la taille H40CM / Cuisse 32CM environ. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
79	1	H 20CM / D 19CM Code GEF : 306235	Unité	15	12	60	80/400	0
79	2	H 30CM / D 24CM Code GEF : 306263	Unité	60	48	240	80/400	0
79	3	H 40CM / D 29CM Code GEF : 306265	Unité	90	72	360	80/400	1
79	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 79				165	132	660		1

80	ORTH-IMMO. MB.SUP-ATTELLE DOIGT ALU-MOUSSE Notice technique: DESCRIPTIF : Attelle pour immobilisation des phalanges lors de fractures ou entorses. Forme droite, découppable, composée d'aluminium malléable et recouvert de mousse. Forme grenouille en 3 tailles. Préciser l'étendue de votre gamme de tailles avec largeur et longueur en mm. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. NB : Les quantités sont indiquées à l'unité. SPECIMEN : 1 exemplaire forme droite 2,5x23cm + 1 forme grenouille. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
80	1	ATTELLE DROITE 1,3X23CM Code GEF : 300550	Unité	251	201	1 004	80/400	0
80	2	ATTELLE DROITE 1,9X23CM Code GEF : 300552	Unité	436	349	1 744	80/400	0
80	3	ATTELLE DROITE 1.3X48CM Code GEF : 300551	Unité	100	80	400	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
80	4	ATTELLE DROITE 1.9X48CM Code GEF : 300553	Unité	50	40	200	80/400	0
80	5	ATTELLE DROITE 2.5X23CM Code GEF : 300554	Unité	600	480	2 400	80/400	0
80	6	ATTELLE DROITE 2.5X48CM Code GEF : 300555	Unité	202	162	808	80/400	1
80	7	ATTELLE DROITE 5.0X48CM Code GEF : 509556	Unité	300	240	1 200	80/400	0
80	8	ATTELLE GRENOUILLE GRAND Code GEF : 300540	Unité	180	144	720	80/400	0
80	9	ATTELLE GRENOUILLE MOYEN Code GEF : 300541	Unité	400	320	1 600	80/400	1
80	10	ATTELLE GRENOUILLE PETIT Code GEF : 300542	Unité	200	160	800	80/400	0
80	11	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			80	2 719	2 176	10 876		2

81	ORTH-IMMO. MB.SUP-ATTELLE DOIGT TYPE LEVAME Notice technique: DESCRIPTIF : Attele pour immobilisation des phalanges tout en permettant une mise en extension progressive des articulations digitales. Forme droite en acier "flexible" recouvert sur une face de mousse en polyuréthane. Préciser l'étendue de votre gamme en tailles : largeur 10mm, longueur 200mm, épaisseur 0.3 et 0.4mm. Présentation par sachet de 50 attelles. Dispositif Médicalement Propre. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. NB : Les quantités sont indiquées au sachet de 50 attelles. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon en taille 0.4x10x200mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
81	1	ATTELLE 0.3x10x200mm Code GEF : 518672	Unité	100	80	400	80/400	0
81	2	ATTELLE 0.4x10x200mm Code GEF : 313686	Unité	200	160	800	80/400	1
81	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : NC	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			81	300	240	1 200		1

82	ORTH-IMMO. MB.SUP-ATTELLE DOIGT TYPE STACK Notice technique: DESCRIPTIF : Attele doigt pour immobilisation lors de la rupture du tendon extenseur. Matériau plastique aéré, radio-transparent, ongle découvert. Préciser l'étendue de votre gamme en tailles, circonférence de la première phalange sous l'ongle de 4,5cm à 7,2cm. Dispositif Médicalement Propre. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. NB : les quantités sont indiquées à l'unité. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire d'attelle T3. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
82	1	T1 - 4.5cm Code GEF : 300589	Unité	61	49	244	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
82	2	T2 – 4.8cm Code GEF : 300590	Unité	161	129	644	80/400	0
82	3	T3 – 5.1cm Code GEF : 300591	Unité	205	164	820	80/400	1
82	4	T4 – 5.7cm Code GEF : 300592	Unité	161	129	644	80/400	0
82	5	T5 – 6cm Code GEF : 300593	Unité	181	145	724	80/400	0
82	6	T6 – 7.2cm Code GEF : 300594	Unité	125	100	500	80/400	0
82	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0		4	80/400	0
Total des quantités du lot n°			82	894	716	3 580		1

83	ORTH-IMMO. MB.SUP-ATTELLE EPAULE A/MANCHON Notice technique: DESCRIPTIF : Bandage constitué d'un manchon dont les sangles croisent dans le dos et d'une ceinture ou écharpe permettant l'immobilisation de l'humérus : - Modèle bilatéral. - Intérieur éponge. - Fermeture par bande autoagrippante. Préciser votre gamme pour 5 tailles demandées : très petit, petit, moyen, grand, très grand. Dispositif Médicalement Propre. Préciser les conditions de lavage et de décontamination. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire de taille moyen. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.								
	83	1	IMMO EPAULE TAILLE 1 – TRES PETIT Code GEF : 518821	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	83	2	IMMO EPAULE TAILLE 2 – PETIT Code GEF : 518817	Unité	893	715	3 572	80/400	0
	83	3	IMMO EPAULE TAILLE 3 – MOYEN Code GEF : 518818	Unité	3 183	2 547	12 732	80/400	1
	83	4	IMMO EPAULE TAILLE 4 – GRANDE Code GEF : 518819	Unité	1 763	1 411	7 052	80/400	0
	83	5	IMMO EPAULE TAILLE 5 – TRES GRANDE Code GEF : 518820	Unité	323	259	1 292	80/400	0
	83	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
	Total des quantités du lot n° 83				6 562	5 252	26 248		1

84	ORTH-IMMO. MB.SUP-ATTELLE EPAULE/BRAS UNIVERSELLE Notice technique: DESCRIPTIF : Attelle d'immobilisation de bras et de l'épaule composée d'un manchon en contre-collé, de sangles auto agrippantes réglables pour le bras et d'une sangle réglable pour suspension sur l'épaule. Taille unique. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire taille unique. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.								
	84	1	ATTELLE TAILLE UNIQUE Code GEF : 29127	Unité	4 000	3 200	16 000	80/400	1
	84	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			84	4 000	3 200	16 000		1
85		ORTH-IMMO. MB.SUP-ATTELLE POIGNET Notice technique: DESCRIPTIF : Attelle pour immobilisation du poignet sans immobilisation du pouce. Face interne en coton éponge. Mousse d'épaisseur 10 mm environ. Fermeture par bande auto-agrippante repositionnable. Modèle sans blocage des phalanges de préférence : - Ambidextre : 4 tailles (très petit, enfant, adulte, très grand), - Gauche + Droite : 3 tailles (petit, moyen, grand). Préciser les conditions de lavage et de décontamination. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire de chaque type d'attelle : ambidextre, droite et gauche. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
85	1	AMBIDEXTRE 4 TAILLES Code GEF : 34077	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	1
85	2	DROITE 3 TAILLES Code GEF : 517152	Unité	334	268	1 336	80/400	1
85	3	GAUCHE 3 TAILLES Code GEF : 508328	Unité	353	283	1 412	80/400	1
85	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			85	4 187	3 351	16 748		3
86		ORTH-IMMO. MB.SUP-ECHARPE BRAS CONTENTION LEGERE Notice technique: DESCRIPTIF : Echarpe de Bras en Filet (ou tissu), légère pour soutien temporaire de la main ou du bras. Fermeture par bande autoagrippante. Préciser l'étendue de votre gamme en tailles (5 tailles entre 28cm et 50cm). Préciser les conditions de lavage et de décontamination. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire Taille moyenne. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
86	1	ECHARPE BRAS Code GEF : 305049	Unité	380	304	1 520	80/400	1
86	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			86	380	304	1 520		1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
87	ORTH-S/M. CEINTURES THORACIQUES et COLLIERS CERVICAUX SUR-MESURE Notice technique: DESCRIPTIF : Ce lot comprend la fourniture de Ceinture médico-chirurgicale de maintien lombaire sur mesure en tissu armé (LPP 201E01.023), de colliers cervicaux avec appui occipital sur mesure ainsi que les adjonctions, les réparations et les frais accessoires à ces fournitures. Vous indiquerez le pourcentage de remise consenti par rapport aux prix LPPR pour les produits inscrits au tarif des prestations ou par rapport à votre tarif pour les produits non remboursés par la sécurité sociale. PRESTATIONS SPECIFIQUES ATTENDUES : Les dispositifs concernés par ces lots sont le plus souvent des orthèses fabriquées sur mesure. Le service de soins contactera le fournisseur par mail ou téléphone pour prendre RV pour une prise de mesure. Le produit sera livré pour essayage et finalisation pour le patient concerné, le bordereau de livraison sera signé par un infirmier du service ayant constaté le service effectué. Ce bordereau signé sera joint à la facture pour permettre la vérification du service effectué. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CEINTURE MAINTIEN ABDOMINAL LPP201E01.023 Code GEF : 506232	Unité	5	4	20	80/400	0
	2	COLLIER CERVICAL C4 APPUI OCCIPITAL Code GEF : 514776	Unité	210	168	840	80/400	0
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 87				215	172	860		0
88	ORTH-S/M. CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET ATTELLES RELEVEUR PIED Notice technique: DESCRIPTIF : Ce lot comprend les attelles releveurs de pied, les chaussures orthopédiques et thérapeutiques, les moulages, la réparation et les frais accessoires à cette fourniture. Vous indiquerez le pourcentage de remise consenti par rapport aux prix LPPR pour les produits inscrits au tarif des prestations ou par rapport à votre tarif pour les produits non remboursés par la sécurité sociale. PRESTATIONS SPECIFIQUES ATTENDUES : Les dispositifs concernés par ces lots sont le plus souvent des orthèses fabriquées sur mesure. Le service de soins contactera le fournisseur par mail ou téléphone pour prendre RV pour une prise de mesure. Le produit sera livré pour essayage et finalisation pour le patient concerné, le bordereau de livraison sera signé par un infirmier du service ayant constaté le service effectué. Ce bordereau signé sera joint à la facture pour permettre la vérification du service effectué. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE SUR MESURE Code GEF : 555788	Unité	190	152	760	80/400	0
	2	CHUT POUR AUGMENTATION DU VOLUME DE L'AVANT PIED Code GEF : 516217	Unité	150	120	600	80/400	0
	3	CORRECTION ORTHOPEDIQ. PIED, ATTELLE,RELEVEUR PIED Code GEF : 307406	Unité	120	96	480	80/400	0
	4	MOULAGE Code GEF : 304170	Unité	320	256	1 280	80/400	0
	5	ORTHESE PLANTAIRE Code GEF : 500101	Unité	140	112	560	80/400	0
	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 88				920	736	3 680		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
89		ORTH-S/M. ORTHESES et PROTHESES SUR MESURE type CORSETS et MINERVES, TRONC, MEMBRES SUPERIEURS ET IN Notice technique: DESCRIPTIF : Ce lot concerne la fourniture de : 1 - Orthèses en forme de minerves et de corsets pour la prise en charge chez l'adulte : minerves et minerves à base thoracique, corsets à colliers, corsets cuirasse, corsets siège, corsets trochanters omoplate, corsets de maintien, ... (à l'exclusion de la pédiatrie), 2 - Orthèses et prothèses, pour la prise en charge chez l'adulte et de l'enfant, au niveau du tronc et des membres supérieurs et inférieurs tels que : orthèses épaule-bras, avant bras et bras, orthèses mains et doigts, orthèses cuissard-jambière, gouttières cruro-pédieuses, bottes-pied, cuisses, ... etc. Sont prévus également les adjonctions nécessaires, accessoires et interventions pour réparations. Vous indiquerez le pourcentage de remise consentie par rapport aux prix LPPR pour les produits inscrits au tarif des prestations ou par rapport à votre tarif pour les produits non remboursés par la sécurité sociale. PRESTATIONS SPECIFIQUES ATTENDUES : Les dispositifs concernés par ce lot sont des orthèses fabriquées sur mesure. Le service de soins contactera le fournisseur par mail ou téléphone pour prendre RV pour une prise de mesure. Le produit sera livré pour essayage et finalisation pour le patient concerné, le bordereau de livraison sera signé par un infirmier du service ayant constaté le service effectué. Ce bordereau signé sera joint à la facture pour permettre la vérification du service effectué. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
89	1	CORSET type JEWETT Code GEF : 302502	Unité	150	120	600	80/400	0
89	2	CORSETS AUTRES ET MINERVES Code GEF : 20 réf	Unité	650	520	2 600	80/400	0
89	3	ORTHESES Code GEF : 19 réf	Unité	220	176	880	80/400	0
89	4	PROTHESES Code GEF : 33 réf	Unité	120	96	480	80/400	0
89	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 89				1 140	912	4 560		0
90		PANS. ALGINATE CALCIUM PLAQUE ET MECHE STERILE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement à base d'alginate de calcium, sous forme de plaque et de mèche, destiné au traitement des plaies chroniques modérément à fortement exsudatives (à l'exclusion des plaies chirurgicales et/ou hémorragiques). Composition et caractéristiques : - Préciser la composition exacte du produit proposé : % d'alginate, absence de CMC, ... - Préciser les qualités intrinsèques et techniques du produit proposé : absorption ET drainage ET Présentation : formes plaque et mèche (plate, ronde, ...), dimensions, nombre de pansements par boîte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 mèches + 2 plaques. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
90	1	MECHE toutes dimensions Code GEF : 35071	Unité	7 650	6 120	30 600	80/400	2
90	2	PLAQUE toutes dimensions Code GEF : 35069	Unité	39 000	31 200	156 000	80/400	2
90	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 90				46 650	37 320	186 600		4

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
91		PANS. CHARBON ACTIF Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement absorbant contenant du charbon activé. Préciser les dimensions disponibles et la possibilité de découpage ou non. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire en 10x10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
91	1	10 x 10 cm Code GEF : 34250	Unité	3 600	2 880	14 400	80/400	1
91	2	10 x 20 cm Code GEF : 34251	Unité	1 310	1 048	5 240	80/400	0
91	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			91	4 910	3 928	19 640		1
92		PANS. COMPRESSE FENDUE TRACHEOTOMIE Notice technique: DESCRIPTIF : Compresse de trachéotomie, non tissé, voile d'aluminium, fendue en T, non adhérente pour canule trachéotomie 8 x 9 cm. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
92	1	Compresse 8x9cm Code GEF : 88698	Unité	14 700	11 760	58 800	80/400	1
92	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			92	14 700	11 760	58 800		1
93		PANS. FIBRES A HAUT POUVOIR D'ABSORPTION - CARBOXY-METHYLCELLULOSE (COMP. 4 x 20) Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement à base de fibres à haut pouvoir d'absorption, destiné à la prise en charge de plaies fortement exudatives (absorption, détersion). Pansement composé de carboxy-méthylcellulose sodique (100% CMC). Dimension : 4x20cm uniquement. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
93	1	Pansement compresse 4 x 20 cm Code GEF : 88703	Unité	40 220	32 176	160 880	80/400	1
93	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			93	40 220	32 176	160 880		1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
94		PANS. FIBRES A HAUT POUVOIR D'ABSORPTION - CARBOXY-METHYLCELLULOSE (COMP. ET MECHE) Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement à base de fibres à haut pouvoir d'absorption, destiné à la prise en charge de plaies fortement exudatives (absorption, déterision). Pansement composé de carboxy-méthylcellulose sodique (100% CMC). Préciser les dimensions disponibles pour les formes compresses et mèches. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire de la taille en 12,5 x 12,5 cm et un exemplaire de mèche taille moyen. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
94	1	Pansement compresse 12,5 x 12,5 cm Code GEF : 35206	Unité	36 000	28 800	144 000	80/400	1
94	2	Pansement compresse 20 x 24 cm Code GEF : 570875	Unité	220	176	880	80/400	0
94	3	Pansement compresse 15 x 15 cm Code GEF : 35205	Unité	12 150	9 720	48 600	80/400	0
94	4	Mèches toutes dimensions Code GEF : 547204	Unité	5 210	4 168	20 840	80/400	1
94	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 94		53 580	42 864	214 320		2
95		PANS. FIBRES A HAUT POUVOIR D'ABSORPTION - POLYALCOOL VINYLE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement à base de fibres à haut pouvoir d'absorption, destiné à la prise en charge de plaies fortement exudatives (absorption, déterision). Pansement composé de polyalcool vinyle. Préciser les dimensions disponibles pour les formes compresses et mèches. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 compresse et 1 mèche. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
95	1	Compresse toutes dimensions	Unité	2 110	1 688	8 440	80/400	1
95	2	Mèche toutes dimensions Code GEF : 315077 315078	Unité	4 310	3 448	17 240	80/400	1
95	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 95		6 420	5 136	25 680		2
96		PANS. FILM PROTECTION CUTANEE SPRAY Notice technique: DESCRIPTIF : Spray cutané créant un film pour couvrir et/ou protéger la peau lésée par pulvérisation. Préciser le volume du pulvérisateur, la présence ou non d'un applicateur. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 pulvérisateur. Les quantités transmises sont au spray de 50 ml. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
96	1	Flacon pulvérisateur Code GEF : 35387	Unité	955	764	3 820	80/400	1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
96	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 96				955	764	3 820		1
97	PANS. HUILE SOIN PREVENTION ESCARRES (LIQUIDE) Notice technique: DESCRIPTIF : Huile de soins ou effleurage : - Forme liquide présentée en flacon goutte-à-goutte et sous forme de spray. Faire une proposition pour chaque contenance : 20 et 50 ml. Présentation unitaire. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire pour chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
97	1	Flacon goutte 20ml Code GEF : 35102	Unité	11 100	8 880	44 400	80/400	1
97	2	Flacon pulvérisateur 50ml Code GEF : 35104	Unité	17 900	14 320	71 600	80/400	1
97	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 19 réf	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 97				29 000	23 200	116 000		2
98	PANS. HYDROCELLULAIRE FORME ANATOMIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrocellulaire, sous forme de plaque anatomique ou multisite bordée, destiné au traitement des plaies du sacrum et du talon (non préformé, coque exclue). Composition des différentes couches constitutives à décrire. Préciser les dimensions extérieures et utiles exactes pour les formes sacrum et talon. Préciser le nombre de pansements par boîte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire pour chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
98	1	FORME SACRUM Code GEF : 35451	Unité	25 450	20 360	101 800	80/400	1
98	2	FORME TALON Code GEF : 35450	Unité	11 910	9 528	47 640	80/400	1
98	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 98				37 360	29 888	149 440		2
99	PANS. HYDROCELLULAIRE MICRO ADHERENT - ABSORPTION IMPORTANTE - AVEC ET SANS BORDURE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrocellulaire d'absorption IMPORTANTE, sous forme de plaques micro adhésives, destiné au traitement des plaies fortement exsudatives. Préciser la composition des différentes couches constitutives (matériaux, enduction,...) Préciser les dimensions extérieures et/ou utiles (formes standards, multisites, ...) et le nombre de pansements par boîte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire de plaque avec et sans bordure. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
99	1	Plaque avec bordure toutes dimensions Code GEF : 35675	Unité	222 500	178 000	890 000	80/400	1
99	2	Plaque sans bordure toutes dimensions Code GEF : 35679	Unité	24 500	19 600	98 000	80/400	1
99	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n°	99	247 000	197 600	988 000		2

100	PANS. HYDROCELLULAIRE MICRO ADHERENT - ABSORPTION MOYENNE - AVEC ET SANS BORDURE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrocellulaire d'absorption MOYENNE sous forme de plaques micro adhérentes bordées et non bordées minces et extra-minces, destiné au traitement des plaies modérément exsudatives. Préciser la composition des différentes couches constitutives (matériaux, enduction, ...) Préciser les dimensions extérieures et/ou utiles (formes standards, multisites, ...) et le nombre de pansements par boîte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire de plaque avec et sans bordure. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
100	1	Plaque avec bordure toutes dimensions Code GEF : 35685	Unité	25 000	20 000	100 000	80/400	1
100	2	Plaque sans bordure toutes dimensions Code GEF : 35672	Unité	12 150	9 720	48 600	80/400	1
100	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n°	100	37 150	29 720	148 600		2

101	PANS. HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF NON MICROADHERENT Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrocellulaire sous forme de plaque non adhésive, non bordée et non micro-adhésive. Pansement absorbant, à base de mousse de polyuréthane, destiné à la prise en charge des plaies modérément exsudatives. Le pansement doit pouvoir être découpé en conservant ses propriétés. Préciser la composition des différentes couches constitutives. Dimensions : plaques 10X10cm et 10X20cm a minima (préciser les dimensions utiles exactes) Préciser le nombre de pansements par boîte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : 1 exemplaire 10x20cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
101	1	PLAQUE 10X10 cm Code GEF : 35660	Unité	2 000	1 600	8 000	80/400	0
101	2	PLAQUE 10X20 cm Code GEF : 35659	Unité	3 050	2 440	12 200	80/400	1
101	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n°	101	5 050	4 040	20 200		1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
102		PANS. HYDROCELLULAIRE SUPER ABSORBANT - SANS BORDURE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrocellulaire sous forme de plaque non bordée, destiné à la prise en charge de plaie fortement exsudative avec forte capacité de rétention des exsudats. Fixation par un dispositif approprié type sparadrap, bande. Composition : billes de type polyacrylate. Dimensions et présentation : - Préciser les formes et dimensions - Préciser le nombre de pansements par boîte Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire en 10x10, 15x20 et 20x25cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
102	1	10 x 10cm Code GEF : 315040	Unité	2 600	2 080	10 400	80/400	1
102	2	15 x 20cm Code GEF : 315041	Unité	3 100	2 480	12 400	80/400	1
102	3	20 x 25cm Code GEF : 315050	Unité	1 560	1 248	6 240	80/400	1
102	4	20 x 40cm Code GEF : 315168	Unité	760	608	3 040	80/400	0
102	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : 315630 (10x20)	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 102				8 020	6 416	32 080		3
103		PANS. HYDROCOLLOIDE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrocolloïde destiné à la prise en charge de plaies non ou faiblement exsudatives. Composition et caractéristiques : - pansement composé de carboxyméthylcellulose sodique (CMC). - préciser les dimensions et présentations disponibles. - préciser si le pansement est résistant à l'eau. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire de plaque épaisse 10x10cm, un exemplaire extra mince 15x15cm et une forme sacrée. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
103	1	PLAQUE EPAISSE 10 x 10 cm Code GEF : 34297	Unité	18 350	14 680	73 400	80/400	1
103	2	PLAQUE EPAISSE 15 x 15 cm Code GEF : 34298	Unité	5 115	4 092	20 460	80/400	0
103	3	PLAQUE EXTRA MINCE 15 x 15 cm Code GEF : 35465	Unité	23 200	18 560	92 800	80/400	1
103	4	PLAQUE EXTRA MINCE autres dimensions Code GEF : 317691	Unité	1 550	1 240	6 200	80/400	0
103	5	PLAQUE FORME SACREE Code GEF : 34292	Unité	1 740	1 392	6 960	80/400	0
103	6	PLAQUE FORME TALON Code GEF : 34291	Unité	1 550	1 240	6 200	80/400	1
103	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 103				51 505	41 204	206 020		3

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
104		PANS. HYDROGEL EN PLAQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrogel sous forme de plaque non bordée. Préciser les dimensions et présentations disponibles. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire plaque 10x10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
104	1	PLAQUE TOUTES DIMENSIONS Code GEF : 35691	Unité	2 550	2 040	10 200	80/400	1
104	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 104				2 550	2 040	10 200		1
105		PANS. HYDROGEL UNIDOSE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement hydrogel sous forme de gel destiné à la détersion des plaies. Préciser la présentation et la contenance du tube ou du flacon. Préciser les conditions de conservation après ouverture. Quantité exprimée en tube/flacon de 15g. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire unidose 15g. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
105	1	HYDROGEL UNIDOSE 15g Code GEF : 35065	Unité	6 700	5 360	26 800	80/400	1
105	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 105				6 700	5 360	26 800		1
106		PANS. IMPREGNE VASELINE PLAQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement imprégné de vaseline sous forme de plaque stérile. Préciser la composition et les dimensions de la gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire plaque 10x10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
106	1	10 x 10 cm Code GEF : 315017	Unité	28 250	22 600	113 000	80/400	1
106	2	10 x 40 cm Code GEF : 315018	Unité	11 100	8 880	44 400	80/400	0
106	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 106				39 350	31 480	157 400		1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
107		PANS. IMPREGNE VASELINE ROULEAU Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement imprégné de vaseline sous forme de rouleau stérile. Préciser la composition et les dimensions de la gamme. Rouleau de 2M maximum Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire rouleau. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
107	1	Rouleau 2mx15cm Code GEF : 88781	Unité	4 000	3 200	16 000	80/400	1
107	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 107				4 000	3 200	16 000		1
108		PANS. INTERFACE A MAILLES SERREES Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement interface à mailles serrées. Préciser la composition. Décrire les caractéristiques de la gamme : dimensions, largeur/longueur, nombre d'unités par boîte, ... Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire plaque 10x10cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
108	1	10 x 10 cm Code GEF : 88568	Unité	90 300	72 240	361 200	80/400	1
108	2	10 x 40 cm Code GEF : 35389	Unité	11 040	8 832	44 160	80/400	0
108	3	15 x 20 cm Code GEF : 34295	Unité	14 110	11 288	56 440	80/400	0
108	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 108				115 450	92 360	461 800		1
109		PANS. INTERFACE SILICONE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement interface siliconé, micro-adhérent. Préciser la composition et les caractéristiques : dimensions, largeur/longueur, nombre d'unités par boîte, ... y compris forme adaptée au doigt pied/main, rectangulaire, autres. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 exemplaire en 5 x 7,5cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
109	1	Pansement 5 x 7,5 cm Code GEF : 35582	Unité	14 310	11 448	57 240	80/400	1
109	2	Plaque autres dimensions Code GEF : 310111	Unité	570	456	2 280	80/400	0
109	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 109				14 880	11 904	59 520		1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
110		PAPIER. PAPIERS MEDICAUX POUR ECG ET IMAGERIE (RSE) Notice technique: DESCRIPTIF : Papiers d'enregistrement et supports d'impression pour dispositifs médicaux compatibles avec le parc d'équipement installé dans l'établissement. Exigences communes pour tous les produits proposés : - Produit d'origine constructeur (obligatoire) - Préciser le nombre de feuilles par liasse et par conditionnement (obligatoire) - Le grammage doit être conforme au cahier des charges du fabricant - Pour les présentations en rouleaux : offre exprimée en mètre linéaire × largeur (diamètre extérieur non pris en compte) - Compatibilité démontrée par tests techniques ou validation constructeur. De préférence, les papiers proposés seront issus de fibres certifiées garantissant une gestion durable des forêts (certifications de type FSC, PEFC ou équivalentes). De préférence, la matière première (bois) sera issue de forêts européennes. Le candidat précisera : - Les références du lot bénéficiant d'une certification environnementale. - La provenance de la matière première (bois) 1. Papiers ECG en liasses - Papier ECG liasse – Corpuls 01816 – 70 × 100 mm - Papier ECG liasse – Fukuda FX4010 – 210 × 150 mm - Papier ECG liasse – Fukuda – FX7202 (0P222) – 140 × 110 mm - Papier ECG liasse – Hellige/Marquette Cardiosmart (P1609P) – 210 × 295 mm - Papier ECG liasse – Nihon Kohden CMNK008 – 210 × 140 mm - Papier ECG liasse – Nihon Kohden CMNK008 – 210 × 140 mm quadrillé - Papier ECG liasse – Nihon Kohden CMNK014 – 210 × 295 mm - Papier ECG liasse – Philips 1991A – 150 × 100 mm - Papier ECG liasse – Philips 2483A – 210 × 300 mm - Papier ECG liasse – Schiller AT102 – 210 × 280 mm - Papier ECG liasse – Siemens/Megacard SICARD 740 – 210 × 300 mm - Papier ECG liasse – Spacelabs – 50 × 120 mm - Papier ECG liasse – Zoll (défibrillateur) – 90 × 90 mm - Papier ECG liasse – Marquette VELO MAC 5500 2. Papiers ECG en rouleaux - Papier ECG rouleau – Corpuls / Physio-Control – Corpuls 3 / Lifepak 11 – 106 mm × 20 m - Papier ECG rouleau – Philips M4816A – 50 mm × 25 m - Papier ECG rouleau – Philips (défibrillateur) – 50 mm × 30 m 3. Supports d'impression échographie - Papier échographie – Mitsubishi K61B - Papier échographie – Mitsubishi K65HM - Papier échographie – Sony UPC21L - Papier échographie – Sony UPP110HD - Papier échographie – Sony UPP110HG - Papier échographie – Sony UPP110S - Papier échographie – Sony UPP210HD - Papier échographie – Sony UPP210SE - Papier échographie – Sony UPP84HG 4. Papiers thermiques monitoring / divers - Papier thermique liasse – Sonicaid – 143 × 150 mm - Papier thermique liasse – Nihon Kohden / Nippon Colin BP 308 PA – 50 mm x 20 m - Papier thermique rouleau – Dynamap – 110 mm × 25 m - Papier thermique rouleau – 112 mm × 25 m - Papier thermique rouleau – Mindray BeneHeart P5012 / D3 – 50 mm × 30 m - Papier thermique rouleau – Mindray BeneHeart D6 – 80 mm × 20 m - Papier thermique rouleau – SEIKO / Bladderscan AF50KSE / Bladderscan EX – 57 mm × 12 m - Papier thermique rouleau – Stericlave / Rhinomano / Colin KT55FA– 57 mm × 25 m 5. Papiers spécifiques - Papier dialyse – Epson M188B – 50 mm x 20 m - Papier rouleau thermique pour Soluscope – 57 mm x 30 m Ce lot est identifié « RSE » Responsabilité Sociétale des Entreprises. L'annexe 4 : RSE au CCTP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits complémentaires non décrits ci-dessus mais présents dans votre gamme et compatibles avec les dispositifs de l'établissement.						
110	1	PAPIERS ECG LIASSES ET ROULEAUX Code GEF : 305970/508082/507082	Unité	13 000	10 400	52 000	80/400	0
110	2	PAPIERS SPECIFIQUES POUR EQUIPEMENTS DEDIES (DIALYSE, LAVEUR-DESINFECTEUR ET ASSIMILES) Code GEF : 514872	Unité	700	560	2 800	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
110	3	PAPIERS THERMIQUES POUR MONITORING Code GEF : 307044	Unité	3 044	2 436	12 176	80/400	0
110	4	SUPPORTS IMPRESSION POUR ECHOGRAPHIE Code GEF : 306307	Unité	2 230	1 784	8 920	80/400	0
110	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 110				18 974	15 180	75 896		0

111	PAR. ATTELLE-PLANCHETTE DE PERFUSION Notice technique: DESCRIPTIF : Plaque (attelle ou planchette) rigide et modelable couverte d'une mousse textile. Préciser le matériau. Préciser les systèmes d'attache intégrés et/ou fournis avec la planchette. Produit Réutilisable : fournir notice d'entretien. Dispositif médicalement propre. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires de la taille 40X120cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
111	1	PLANCHETTE PERFUSION 30X60 cm Code GEF : 306239	Unité	701	561	2 804	80/400	0
111	2	PLANCHETTE PERFUSION 35X70 cm Code GEF : 306240	Unité	2 201	1 761	8 804	80/400	0
111	3	PLANCHETTE PERFUSION 40X120 cm Code GEF : 306242	Unité	5 330	4 264	21 320	80/400	2
111	4	PLANCHETTE PERFUSION 40X80 cm Code GEF : 33 réf	Unité	145	116	580	80/400	0
111	5	PLANCHETTE PERFUSION 50X150 cm Code GEF : 306236	Unité	6 030	4 824	24 120	80/400	0
111	6	PLANCHETTE PERFUSION 50X200 cm Code GEF : 306237	Unité	2 500	2 000	10 000	80/400	0
111	7	PLANCHETTE PERFUSION 60X300 cm Code GEF : 306238	Unité	250	200	1 000	80/400	0
111	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 111				17 157	13 727	68 632		2

112	PAR. CATHETER /ABORD ARTERIEL ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter de ponction artérielle adulte selon la méthode Seldinger. Composition minimum du set de Seldinger : - un guide souple à l'extrémité, - une aiguille de ponction, - un cathéter radio-délectable, - avec ou sans prolongateur, - longueur 4 cm à 16 cm environ, - diamètres entre 3 et 4 Fr (environ). Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 cathéters environ 4Fr et 5 cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
112	1	3 Fr environ Code GEF : 35179	Unité	8 425	6 740	33 700	80/400	0
112	2	4 Fr environ Code GEF : 35177	Unité	4 025	3 220	16 100	80/400	2
112	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 112				12 450	9 960	49 800		2

113	PAR. CATHETER /ABORD ARTERIEL PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéter de ponction artérielle pédiatrique selon la méthode Seldinger. Composition minimum du set de Seldinger : - un guide souple à l'extrémité, - une aiguille de ponction, - un cathéter radio-délectable, - avec ou sans prolongateur, - longueur 2 cm à 8 cm environ, - diamètres : 2 et 3 Fr environ. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 cathéters 3 Fr 4cm (Sous-lot 2) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
113	1	2 FR Code GEF : 545824	Unité	305	244	1 220	80/400	0
113	2	3 FR Code GEF : 560092	Unité	1 205	964	4 820	80/400	2
113	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 113				1 510	1 208	6 040		2

114	PAR. CATHETER LONG IMPLANTABLE / ABORD VEINEUX CENTRAUX Notice technique: DESCRIPTIF : Cathéters veineux centraux destinés à une utilisation de longue durée, de type Hickman/Broviac : - Longueurs : de 60 à 90 cm, - Diamètre externe environ : de 2 à 12 F, - Préciser les diamètres internes des voies et les débits, - Embase de fixation avec anneau de polyester, - Matériau : polyuréthane ou silicone résistant haute pression, - Radio-délectable. Matériel de pose méthode de Seldinger présentant à minima : - Une aiguille de ponction échogène, - Un guide métallique d'accès à extrémité distale recourbée (< 60 cm), - Un Introducteur, - Un stylet de tunellisation, - Un système de fixation de l'embase de sortie, - Un carnet de traçabilité pour le patient. Kits de réparations pour les cathéters Hickman et Broviac. ATTENTION : Le dispositif doit être en Conformité avec la norme NF EN ISO 10555 parties 1 & 3. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : ENVOYER 1 CATH EN 2 VOIES 9F 90CM HICKMAN et 1 CATH 4,2F 75CM BROVIAC. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
114	1	CATHETER BROVIAC Code GEF : 556507	Unité	20	16	80	80/400	1
114	2	CATHETER HICKMAN Code GEF : 549822	Unité	45	36	180	80/400	1
114	3	KIT DE REPARATION Code GEF : 541820	Unité	30	24	120	80/400	0
114	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 114				95	76	380		2

115	PAR. DIFFUSEUR PORTABLE DEBIT FIXE 270ML Notice technique: DESCRIPTIF : Diffuseur portable élastomérique ou mécanique en 270ml. Enveloppe extérieure du réservoir souple. Tubulure d'administration avec filtre à air, système de clamping et connexions compatibles luer lock. Les produits demandés sont définis en volume nominal approximatif par rapport au débit en ml/h et à la durée attendue de perfusion. Fournir les études de compatibilité avec les principaux médicaments : anticancéreux, antibiotiques, analgésiques et anesthésiques locaux et les contre-indications. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires du diffuseur 270ml 5ml/h. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
115	1	DIFFUSEUR PORTABLE 270ML 10ML/H Code GEF : 543009	Unité	350	280	1 400	80/400	0
115	2	DIFFUSEUR PORTABLE 270ML 5ML/H Code GEF : 543010	Unité	1 400	1 120	5 600	80/400	2
115	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 115				1 750	1 400	7 000		2

116	PAR. FILTRE TOUPIE 0.45 µm POUR SERINGUE Notice technique: DESCRIPTIF : Filtre toupie pour préparation et administration des médicaments à la seringue (sans tubulure) : - Porosité 0,45µm, - Membrane filtrante en polyethersulfone, - Connexion luer-lock femelle à l'entrée et luer lock mâle en sortie, - Filtre exempt de phtalates (DEHP). Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
116	1	FILTRE TOUPIE 0.45 µm Code GEF : 564827	Unité	900	720	3 600	80/400	2
116	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 116				900	721	3 604		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
117		PAR. PANSEMENT FIXATEUR PICC ET MIDLINE Notice technique: DESCRIPTIF : Pansement stabilisateur universel adapté aux différents fournisseurs de picc et de midline avec clips transparents pour voir les ailettes des cathéters : - toutes tailles, - sans latex, - avec ou sans pansement supplémentaire. Présentation Unitaire. Dispositif Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
117	1	PANS STABILISATEUR Code GEF : 88784	Unité	12 850	10 280	51 400	80/400	2
117	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 117		12 850	10 280	51 400		2
118		PAR. PROLONGATEUR 3 VOIES Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'administration pour connexion aux cathéters équipés de 3 voies : Chaque voie est constituée : - D'une tubulure libre d'une longueur maximale de 150mm, en polymère inerte, - Les tubulures sont équipées de clamp. - Leur extrémité proximale est constituée d'une embase verrouillable. - Deux tubulures présentent un diamètre interne d'environ 1 mm et sont dotées à leur embase proximale de valve bidirectionnelle, pouvant être désolidarisée si besoin. - La troisième tubulure à un diamètre interne d'environ 1mm afin d'assurer le débit de base et son embase proximale est dotée d'une valve antiretour. Elles sont réunies à leurs extrémités distales au sein d'une embase unique avec conicité Luer verrouillable permettant un branchement étanche à tout type de cathéter intravasculaire. Présentation Unitaire. Dispositif Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
118	1	PROLONGATEUR Code GEF : 34987	Unité	29 005	23 204	116 020	80/400	2
118	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 118		29 005	23 204	116 020		2
119		PAR. ROBINET UNE VOIE Notice technique: DESCRIPTIF : Robinet d'arrêt à une voie avec un embout luer lock mâle et un embout luer lock femelle. Présentation Unitaire. Dispositif Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
119	1	ROBINET Code GEF : 307385	Unité	6 400	5 120	25 600	80/400	2
119	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0

Catalogue des besoins

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			119	6 400	5 120	25 600		2
120		PAR. TUBULURE POUR POMPE PCA Notice technique: DESCRIPTIF : Tubulure polyvalente pour pompes PCA composée d'une tubulure équipée : - d'une valve unidirectionnelle anti siphon: environ 160 cm, équipée d'un clamp - d'une valve unidirectionnelle anti-retour fixe : environ 10 cm, - d'une connectique patient d'environ 10 cm, avec luer-lock mobile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN ISO 8536-9. Présentation Unitaire. Dispositif Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 tubulures PCA. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
120	1	TUBULURE PCA Code GEF : 88323	Unité	20 310	16 248	81 240	80/400	2
120	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			120	20 310	16 248	81 240		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.							
121		REEDUC. DISPOSITIFS ET CONSOMMABLES DE RÉÉDUCATION ET THERMOTHÉRAPIE Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositifs et consommables destinés à la rééducation fonctionnelle, au renforcement musculaire et à la prise en charge par thermothérapie (chaud). Utilisation en services de rééducation, kinésithérapie, ergothérapie ou soins. Exigences communes à tous les sous-lots : - Dispositifs conformes à la réglementation en vigueur - Matériaux adaptés à un usage médical - Facilité d'utilisation, d'entretien et de stockage - Absence de latex (sauf mention contraire) - Durée de garantie de 2 ans ou plus Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme, ergonomie, facilité d'entretien, durée de garantie, étendue de la gamme. Vous préciserez le conditionnement pour l'ensemble des produits que vous proposez. A- Dynamomètre de main hydraulique : - Dispositif de mesure de la force de préhension manuelle - Système hydraulique permettant une mesure fiable et reproductible - Affichage lisible des résultats (kg ou autre unité) - Ergonomique, adapté à différentes tailles de main B- Pâtes de rééducation : - Pâte destinée à la rééducation de la main - Non toxique, non grasse - Niveaux de résistance demandés : pâte molle, mi-molle, mi-ferme, ferme, très ferme C- Manchettes de charge : - Manchette lestée à positionner au niveau des membres - Poids demandés : 1 kg et 2 kg - Fixation sécurisée (type velcro) - Confort d'utilisation, maintien stable - Réutilisable : fournir le protocole de nettoyage et de désinfection D- Poids de 1 kg : - Poids destiné aux exercices de rééducation E- Bandes d'exercice 5,5 m sans latex : - Bande élastique pour exercices de renforcement - Longueur 5,5 m - Résistance demandées : souple, moyenne, forte - Sans latex F- Pain de paraffine 1 kg type Parafango : - Paraffine destinée à la thermothérapie - Utilisation en bain de paraffine - Conditionnement en pain de 1 kg de préférence G- Paraffine blanche 5 kg : - Paraffine pour usage thérapeutique - Conditionnement en volume adapté à usage intensif, 5 kg de préférence H- Feuilles de protection type parafilm ou Parafoil : - Feuilles de protection pour enveloppement lors des soins à la paraffine - Conditionnement en boîte (type 1000 feuilles) I- Compresse autochauffante 20 x 42 cm - Dispositif de thermothérapie produisant de la chaleur sans source externe - Convient pour une utilisation sur les zones lombaires et cervicales - Dimensions 20 x 42 cm environ - Réutilisable : fournir le protocole de nettoyage et de désinfection ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF DU FAIT DE LA DUREE DE VIE VARIABLE DES EQUIPEMENTS. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et													
	121	1	A- Dynamomètre de main hydrolrique Code GEF : 519779	Unité	3		12	0/400	0						

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
121	2	B- Pâtes de rééducation (mou, mi-mou, mi-ferme, ferme, très ferme) Code GEF : 307413/307411/307412	Unité	15		60	0/400	0
121	3	C- Manchette de charge 1KG jaune Code GEF : 504716	Unité	2		8	0/400	0
121	4	C- Manchette de charge 2KG verte Code GEF : 518756	Unité	2		8	0/400	0
121	5	D- Poids de 1KG Code GEF : 503550	Unité	15		60	0/400	0
121	6	E- Bande exercice forte 5,5m bleu sans latex Code GEF : 310938	Unité	20		80	0/400	0
121	7	E- Bande exercice moyenne 5,5m vert sans latex Code GEF : 310940	Unité	12		48	0/400	0
121	8	E- Bande exercice souple 5.5m rouge sans latex Code GEF : 310939	Unité	18		72	0/400	0
121	9	F- Pain de paraffine 1 kg type Parafango Code GEF : 305983	Unité	220		880	0/400	0
121	10	G- Paraffine blanche 5 kg Code GEF : 305984	Unité	1		4	0/400	0
121	11	H- Feuilles de protection type parafilm ou Parafoil Code GEF : 304149	Unité	16		64	0/400	0
121	12	I- Compresse autochauffante 20 x 42 cm Code GEF : 508788	Unité	20		80	0/400	0
121	13	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 121				344		1 376		0

122	RESP. CIRCUIT MONOBRANCHE DE VENTILATION POUR NEOPUFF® Notice technique: DESCRIPTIF : Circuit de ventilation à usage pédiatrique et néonatalogie pour le ventilateur Néopuff® composé : - d'un tuyau annelé entre 1.2 et 2m, - d'un raccord machine spécifique des générateurs de débits Néopuff®, - d'un raccord 22M/15F. Présentation Unitaire. Dispositif Médicament Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CIRCUIT DE VENTILATION Code GEF : 542857	Unité	3 510	2 808	14 040	80/400	2
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 122				3 510	2 808	14 040		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
123		RESP. CONNECTEUR Notice technique: DESCRIPTIF : Connecteur biconique droit (sous-lots 1 à 5) de diamètre externe en mm : - 10-13/10-13 environ, - 4-7/7-10 environ, - 5-7/10-13 environ, - 6.5-15 /6.5-15 environ, - 6-8/6-8 environ. Connecteurs en Y (sous-lots 6 à 8) de diamètre externe en mm : - 12-14, - 7, - 8-10. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 connecteur de chaque taille indiquée ci dessus soit 8 unités. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
123	1	CONNECTEUR BICONIQUE 10-13/10-13 Code GEF : 302402	Unité	50	40	200	80/400	1
123	2	CONNECTEUR BICONIQUE 4-7/7-10 Code GEF : 302399	Unité	940	752	3 760	80/400	1
123	3	CONNECTEUR BICONIQUE 5-7/10-13 Code GEF : 302400	Unité	1 140	912	4 560	80/400	1
123	4	CONNECTEUR BICONIQUE 6-8/6-8 Code GEF : 302395	Unité	120	96	480	80/400	1
123	5	CONNECTEUR BICONIQUE 6.5-15/6.5-15 Code GEF : 302396	Unité	6 520	5 216	26 080	80/400	1
123	6	CONNECTEUR Y 12-14 Code GEF : 545794	Unité	50	40	200	80/400	1
123	7	CONNECTEUR Y 7 Code GEF : 560054	Unité	190	152	760	80/400	1
123	8	CONNECTEUR Y 8-10 Code GEF : 302428	Unité	180	144	720	80/400	1
123	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 123				9 190	7 352	36 760		8
124		RESP. CONNECTEUR A RENFLEMENT Notice technique: DESCRIPTIF : Connecteur à renflement pour tube de diamètre interne 3-10 mm et 5-10 mm. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de chaque. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
124	1	3-10 MM Code GEF : 88039	Unité	7 440	5 952	29 760	80/400	2
124	2	5-10 MM Code GEF : 29804	Unité	11 540	9 232	46 160	80/400	2
124	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 124				18 980	15 184	75 920		4

Catalogue des besoins

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
125		RESP. DEBITMETRE DE POINTE Notice technique: DESCRIPTIF : Appareil destiné à mesurer le débit expiratoire de pointe (DEP) type Peak Flow Mini-Wright. - Appareil adulte, - Appareil Enfant, - Embouts carton UU adultes, - Embouts carton UU enfants. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN: Envoyer 1 exemplaire de chaque sous lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
125	1	Appareil Adulte Code GEF : 519775	Unité	81	65	324	80/400	1
125	2	Appareil Enfant Code GEF : 300673	Unité	6	5	24	83/400	1
125	3	Embout carton UU adulte Code GEF : 306252	Unité	3 510	2 808	14 040	80/400	1
125	4	Embout carton UU enfant Code GEF : 306253	Unité	100	80	400	80/400	1
125	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			125	3 697	2 958	14 788		4
126		RESP. LAME LARYNGOSCOPE REUTILISABLE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Lame de laryngoscope réutilisable métallique modulaire compatible avec les manches ISO bague verte. Ces lames sont destinées à l'usage pédiatrique : - lame MAC 0, - lame MILLER 00 à MILLER 2, Faire une offre en complément pour les modules de lumières. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
126	1	LAME MAC Code GEF : 517215	Unité	50	40	200	80/400	0
126	2	LAME MILLER Code GEF : 517571	Unité	252	202	1 008	80/400	0
126	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			126	302	242	1 208		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
127		RESP. LAME LARYNGOSCOPE USAGE UNIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Lame de laryngoscope usage unique : - Lame métallique MAC 0 à MAC 4, - Lame métallique Miller 00 à 3. Manche métallique de laryngoscope ISO bague verte à LED : - Adulte, - Court, - Pédiatrique. Faire une offre en complément pour les pièces détachées. ATTENTION: LES QUANTITES POUR CE LOT SONT DONNEES POUR 1 AN ET SANS MINIMUM CONTRACTUEL. LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires MAC 4 métallique, MILLER 00 métallique et 1 exemplaire de chaque manche adulte, court et pédiatrique. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
127	1	LAMES METALLIQUES MAC Code GEF : 35471	Unité	40 648		162 592	0/400	2
127	2	LAMES METALLIQUES MILLER Code GEF : 35473	Unité	144		576	0/400	2
127	3	MANCHE DE LARYNGO ADULTE Code GEF : 35475	Unité	70		280	0/400	1
127	4	MANCHE DE LARYNGO COURT Code GEF : 35476	Unité	65		260	0/400	1
127	5	MANCHE DE LARYNGO PEDIA Code GEF : 306277	Unité	37		148	0/400	1
127	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME Code GEF : NC	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 127				40 964		163 856		7
128		RESP. MANDRIN LONG BEQUILLE ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Introducteur de sonde endotrachéale radio opaque avec extrémité béquillée pour adulte : - Longueur 60 à 70 cm – Taille 14 à 15 F, - Marquage de profondeur. Préciser le matériau. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
128	1	MANDRIN Code GEF : 35502	Unité	8 205	6 564	32 820	80/400	2
128	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 128				8 205	6 564	32 820		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
129		RESP. MASQUE ANESTHESIE A BOURRELET USAGE UNIQUE (FIL) Notice technique: DESCRIPTIF : Masques faciaux d'anesthésie usage unique transparents pour adulte, enfant et néonatalogie (jusqu'à la taille 6) : - en matériau plastique : à préciser si PVC et phtalates - sans latex - avec bourrelet pré-gonflé ou gonflable. Proposer la gamme de masque la plus étendue. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Ce lot est identifié "FIL : fort impact logistique". Précisez les différents conditionnements qui existent : boîte distributrice, unité, carton etc... SPECIMEN : Envoyer 2 masques tailles 0 ou 1 (sous-lot 1),3 (sous-lot 3) et 5 (sous-lot 5). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
129	1	MASQUE ANESTHESIE PETITES TAILLES Code GEF : 35943	Unité	2 320	1 856	9 280	80/400	2
129	2	MASQUE ANESTHESIE T2 Code GEF : 35942	Unité	5 620	4 496	22 480	80/400	0
129	3	MASQUE ANESTHESIE T3 Code GEF : 35487	Unité	14 178	11 343	56 712	80/400	2
129	4	MASQUE ANESTHESIE T4 Code GEF : 35488	Unité	25 021	20 017	100 084	80/400	0
129	5	MASQUE ANESTHESIE T5 Code GEF : 35489	Unité	65 815	52 652	263 260	80/400	2
129	6	MASQUE ANESTHESIE T6 Code GEF : 35490	Unité	41 793	33 435	167 172	80/400	0
129	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 129				154 747	123 799	618 988		6
130		RESP. MASQUE FACIAL (naso-buccal) POUR VENTILATION NON INVASIVE AVEC FUITE (VNI) Notice technique: DESCRIPTIF : Masque transparent facial (naso-buccal) pour ventilation non invasive avec fuite (VNI) : - en matériau plastique sans latex : préciser la présence de PVC, phtalates, - disponible en taille grand, moyen, petit : précisez vos dimensions pour chaque taille, - patient unique. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 masques grands avec fuite. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
130	1	MASQUE VNI GRAND A/FUITE Code GEF : 307485	Unité	283	227	1 132	80/400	2
130	2	MASQUE VNI MOYEN A/FUITE Code GEF : 306408	Unité	754	604	3 016	80/400	0
130	3	MASQUE VNI PETIT A/FUITE Code GEF : 306411	Unité	410	328	1 640	80/400	0
130	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 130				1 447	1 159	5 788		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
131		RESP. MASQUE FACIAL (naso-buccal) POUR VENTILATION NON INVASIVE SANS FUITE (VNI) Notice technique: DESCRIPTIF : Masque transparent facial naso-buccal pour ventilation non invasive sans fuite (VNI) : - en matériau plastique sans latex: préciser la présence de PVC, phtalates, - disponible en taille grand, moyen, petit : précisez vos dimensions pour chaque taille, - patient unique, - avec et sans valve anti-asphyxie. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 masques grands sans fuite avec et sans valve anti-asphyxie (sous-lot 1 et sous-lot 4). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
131	1	MASQUE VNI GRAND S/FUITE Code GEF : 35961	Unité	1 703	1 363	6 812	80/400	2
131	2	MASQUE VNI GRAND S/FUITE A/ VALVE ANTI-ASPHYXIE Code GEF : 313124	Unité	254	204	1 016	80/400	2
131	3	MASQUE VNI MOYEN S/FUITE Code GEF : 35960	Unité	7 200	5 760	28 800	80/400	0
131	4	MASQUE VNI MOYEN S/FUITE A/ VALVE ANTI-ASPHYXIE Code GEF : 313123	Unité	450	360	1 800	80/400	0
131	5	MASQUE VNI PETIT S/FUITE Code GEF : 35959	Unité	3 600	2 880	14 400	80/400	0
131	6	MASQUE VNI PETIT S/FUITE A/ VALVE ANTI-ASPHYXIE Code GEF : 313122	Unité	210	168	840	80/400	0
131	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 131				13 417	10 735	53 668		4
132		RESP. MASQUE LARYNGE USAGE UNIQUE ADULTE ET PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Masque laryngé pour intubation des adultes et enfants, avec une forme anatomique/souple. Gamme de la taille 1 à 5 (pouvant convenir chez un patient de plus de 100 kg). ATTENTION: LES QUANTITES POUR CE LOT SONT DONNEES SANS MINIMUM CONTRACTUEL. LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 masques n°2 et 2 masques n°4. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
132	1	MASQUE LARYNGE 1.0 Code GEF : 34231	Unité	90		360	0/400	0
132	2	MASQUE LARYNGE 1.5 Code GEF : 34232	Unité	370		1 480	0/400	0
132	3	MASQUE LARYNGE 2.0 Code GEF : 34233	Unité	2 000		8 000	0/400	2
132	4	MASQUE LARYNGE 2.5 Code GEF : 34234	Unité	1 400		5 600	0/400	0
132	5	MASQUE LARYNGE 3.0 Code GEF : 34235	Unité	3 200		12 800	0/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
132	6	MASQUE LARYNGE 4.0 Code GEF : 34236	Unité	13 300		53 200	0/400	2
132	7	MASQUE LARYNGE 5.0 jusqu'à plus de 100 kg Code GEF : 34237	Unité	6 380		25 520	0/400	0
132	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 132				26 740		106 960		4

133		RESP. MATERIEL REEDUCATION RESPIRATOIRE D'ENTRAINEMENT Notice technique: DESCRIPTIF : Spiromètre débitmétrique d'entrainement à inspiration profonde. Spiromètre volumétrique d'entrainement à l'inspiration profonde composé : - d'une chambre dans laquelle s'élève un piston en fonction du volume inspiré par le patient, - d'une chambre avec valve flottante, - d'un curseur permettant de régler le niveau de l'exercice, - d'une poignée de préhension, - volumes demandés environ 2500 et 5000ml. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 exemplaires du spiromètre débitmétrique et spiromètre volumétrique 2500ml . Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
133	1	SPIROMETRE débimétrique Code GEF : 302353	Unité	2 401	1 921	9 604	80/400	2
133	2	SPIROMETRE volumétrique 2500 Code GEF : 302352	Unité	1 001	801	4 004	80/400	2
133	3	SPIROMETRE volumétrique 5000 Code GEF : 309836	Unité	2 701	2 161	10 804	80/400	0
133	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 133				6 103	4 883	24 412		4

134		RESP. PINCE MAGILL USAGE MULTIPLE Notice technique: DESCRIPTIF : Pince coudée à bec long permettant d'enlever un objet obturant les voies aériennes, le larynx et la trachée ou pour sondes endotrachéales. Pince en acier inoxydable. Autoclavable à 134°C - 18 min. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon taille adulte. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
134	1	ADULTE Code GEF : 35506	Unité	105	84	420	80/400	1
134	2	ENFANT Code GEF : 506879	Unité	30	24	120	80/400	0
134	3	NOURRISSON Code GEF : 306374	Unité	100	80	400	80/400	0
134	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 134				235	188	940		1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
135		RESP. RACCORD TYPE COBB STD PVC Notice technique: DESCRIPTIF : Raccord standard double rotule 22 M / 15F -15M présentant un capuchon pour la sonde d'aspiration et un orifice pour le fibroscope. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN ISO 5356-1. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
135	1	RACCORD Code GEF : 540681	Unité	400	320	1 600	80/400	2
135	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 135		400	320	1 600		2
136		RESP. RACCORD TYPE MAYENCE Notice technique: DESCRIPTIF : Raccord universel modèle Mayence, pour intubation fibroscopique sous anesthésie au masque : - Sortie côté masque : 15M - Sortie côté circuit : 22 M - Orifice de passage du fibroscope adapté dans toutes les inclinaisons Préciser matière plastique et absence de latex. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN ISO 5356-1. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
136	1	RACCORD MAYENCE Code GEF : 544369	Unité	1 000	800	4 000	80/400	2
136	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 136		1 000	800	4 000		2
137		RESP. RACCORDS PVC DIVERS Notice technique: DESCRIPTIF : Raccords de formes diverses : - Droit : du sous lot 1 à 9, - Droit avec prise capno : sous lot 10, - en T : sous lot 11 et 12, - En Y : sous lot 13. Préciser le matériau et la présence ou non de Phtalates / Latex. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN ISO 5356-1. SPECIMEN : Envoyer 1 spécimen de chaque taille de raccord décrit. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
137	1	DROIT 15F/22F Code GEF : 303164	Unité	10	8	40	80/400	1

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
137	2	DROIT 15M-22F Code GEF : 505927	Unité	100	80	400	80/400	1
137	3	DROIT 22F-22F Code GEF : 566559	Unité	1 400	1 120	5 600	80/400	1
137	4	DROIT 22M-22M /15F Code GEF : 540678	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	1
137	5	DROIT 22M-30F Code GEF : 514005	Unité	1 700	1 360	6 800	80/400	1
137	6	DROIT avec embout 6mm 15F-22M Code GEF : 518224	Unité	370	296	1 480	80/400	1
137	7	DROIT avec embout 6mm 22F Code GEF : 303163	Unité	300	240	1 200	80/400	1
137	8	DROIT avec embout 6mm 22F-22M Code GEF : 506834	Unité	1 900	1 520	7 600	80/400	1
137	9	DROIT avec embout 6mm 22M-22M Code GEF : 568169	Unité	260	208	1 040	80/400	1
137	10	DROIT avec prise luer-lock 22M/15F-15M Code GEF : 506291	Unité	30	24	120	80/400	1
137	11	EN T 22M- 22M/15F-22M Code GEF : 566558	Unité	130	104	520	80/400	1
137	12	EN T 22M/15F-22M/15F (SUR LE T)-22F Code GEF : 540680	Unité	1 030	824	4 120	80/400	1
137	13	EN Y 22M/15F (SUR LE Y)-22M-22M Code GEF : 309194	Unité	10	8	40	80/400	1
137	14	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			137	10 740	8 592	42 960		13

138	RESP. SONDE ENDOBRONCHIQUE SELECTIVE A/B BP Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation bronchique en PVC, munie de 2 ballonnets basse pression en PVC (sans latex) : - RadiodéTECTable, - Marquage pour repérage profondeur, - A double canal de ventilation, - Droite, gauche CH 26 à 41 - Gauche avec ergot CH 35 à 41, - Valve anti-retour sur le ballonnet témoin. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN 1782+A1-2009 et à la norme NF EN ISO 5361. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes gauche CH39 avec et sans ERGOT (sous-lot 2 et sous-lot 3). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	DROITE Code GEF : 307637	Unité	55	44	220	80/400	0
	2	GAUCHE Code GEF : 307640	Unité	1 300	1 040	5 200	80/400	2
	3	GAUCHE AVEC ERGOT Code GEF : 307645	Unité	10	8	40	80/400	2
	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			138	1 365	1 092	5 460		4

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
139		RESP. SONDE ENDOTRACHEALE A/B BP ARMEE ADULTE ET PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation armée en PVC à ballonnet basse pression (sans latex) : - Radio détectable, - Marquage pour repérage profondeur, - Valve anti retour sur le ballonnet témoin. Tailles : de 3.5 mm à 8 mm de diamètre interne, en demi taille. Préciser le matériau de la sonde, de l'armature et du ballonnet. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN 1782+A1-2009 et à la norme NF EN ISO 5361. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes en diamètre 7mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
139	1	SONDE Code GEF : 307675	Unité	8 640	6 912	34 560	80/400	2
139	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 139				8 640	6 912	34 560		2
140		RESP. SONDE ENDOTRACHEALE A/B BP COURTE DUREE ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation transparente avec ballonnet basse pression (sans latex) : - Radiodétectable - Marquage pour repérage profondeur. - Valve anti-retour sur le ballonnet témoin. Toutes tailles et demi-tailles de 5 à 8,5 mm de diamètre interne. Préciser le matériau, le diamètre et la longueur du ballonnet. Préciser le matériau de la sonde. Précisez l'étendue de votre gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN 1782+A1-2009 et à la norme NF EN ISO 5361. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes en diamètre 7mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
140	1	SONDE Code GEF : 29583	Unité	49 350	39 480	197 400	80/400	2
140	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 140				49 350	39 480	197 400		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
141		RESP. SONDE ENDOTRACHEALE A/B BP COURTE DUREE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation transparente avec ballonnet basse pression (sans latex) : - Radiodélectable. - Marquage pour repérage profondeur. - Valve anti-retour sur le ballonnet témoin. Toutes tailles et demi-tailles de 2,5 à 5 mm de diamètre interne. Préciser le matériau, le diamètre et la longueur du ballonnet. Préciser le matériau de la sonde. Précisez l'étendue de votre gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN 1782+A1-2009 et à la norme NF EN ISO 5361. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes en diamètre 3 mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
141	1	SONDE Code GEF : 88461	Unité	1 700	1 360	6 800	80/400	2
141	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 141				1 700	1 360	6 800		2
142		RESP. SONDE ENDOTRACHEALE A/B BP PREFORMEE ORALE ADULTE ET PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation préformée orale avec ballonnet basse pression (sans latex) : - Radiodélectable, - Marquage pour repérage profondeur, - Valve anti-retour sur le ballonnet témoin. Toutes tailles et demi-tailles de 4 à 8 mm de diamètre interne. Préciser le matériau, le diamètre et la longueur du ballonnet. Préciser le matériau de la sonde. Précisez l'étendue de votre gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN 1782+A1-2009 et à la norme NF EN ISO 5361. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes en diamètre 7mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
142	1	SONDE Code GEF : 307751	Unité	1 220	976	4 880	80/400	2
142	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 142				1 220	976	4 880		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
143		RESP. SONDE ENDOTRACHEALE A/B BP PREFORMEE SOUPLE NASALE ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation préformée souple nasale en PVC à ballonnet basse pression (sans latex) destinée pour la chirurgie faciale et maxillaire : - Radiodéetectable, - Marquage pour repérage profondeur, - Valve anti-retour sur le ballonnet témoin. Toutes tailles et demi tailles de 6 à 8 mm de diamètre interne. Précisez l'étendue de votre gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes en diamètre 6 mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
143	1	SONDE Code GEF : 543047	Unité	750	600	3 000	80/400	2
143	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			143	750	600	3 000		2
144		RESP. SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde d'intubation endotrachéale pédiatrique souple sans ballonnet : - Radiodéetectable - Marquage pour repérage profondeur. Toutes tailles et demi-tailles de 2,5 à 5 mm de diamètre interne. Préciser le matériau de la sonde. Préciser l'étendue de votre gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. ATTENTION : Le dispositif doit être en conformité avec la norme NF EN 1782+A1-2009 et à la norme NF EN ISO 5361. SPECIMEN : Envoyer 2 sondes en diamètre 2,5 mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
144	1	SONDE INTUBATION S/B Code GEF : 570098	Unité	1 720	1 376	6 880	80/400	2
144	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			144	1 720	1 376	6 880		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
145		RESP. SYST. ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE CLOS ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde aspiration graduée, multi-perforée, a-traumatique, recouverte d'une gaine rétractable pour adulte. Taille : - système aspiration/intubation CH12 à CH16, - système aspiration/trachéotomie CH14 à CH16. Le système complet intégrant la sonde permet la connexion à l'embout distal par une double rotule. L'aspiration se fait sans débranchement de la ventilation ni chute de la pression ventilatoire. L'extrémité proximale du système est équipée d'une valve de régulation du vide et d'une connexion permettant le branchement à l'aspiration. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 SYST. ASP/INTUBATION CH16 et 2 SYST. ASP/TRACHEO CH14. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
145	1	ASPI/INTUB Code GEF : 549980	Unité	4 300	3 440	17 200	80/400	2
145	2	ASPI/TRACHEO Code GEF : 544811	Unité	770	616	3 080	80/400	2
145	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 145		5 070	4 056	20 280		4
146		RESP. SYST. ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE CLOS PEDIATRIQUE ET NEONAT Notice technique: DESCRIPTIF : Sonde aspiration graduée, multi-perforée, a-traumatique, recouverte d'une gaine rétractable. Le système complet intégrant la sonde permet la connexion à l'embout distal par une double rotule L'aspiration se fait sans débranchement de la ventilation ni chute de la pression ventilatoire. L'extrémité proximale du système est équipée d'une valve de régulation du vide et d'une connexion permettant le branchement à l'aspiration. Formes pédiatrique et néonate. Taille : système aspiration /intubation CH5 à CH12. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 SYST. ASP/INTUBATION CH6. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
146	1	ASPI/INTUB Code GEF : 546233	Unité	1 000	800	4 000	80/400	2
146	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 146		1 000	800	4 000		2
147		RESP. SYSTEME D'ARRET DE VIDE (FIL) Notice technique: DESCRIPTIF : Valve d'arrêt de vide non stérile usage unique, disponible en taille adulte et enfant, sans latex avec crochet. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Ce lot est identifié "FIL : fort impact logistique". Précisez les différents conditionnements qui existent : boîte distributrice, unité, carton etc... SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de chaque taille. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
147	1	ADULTE Code GEF : 35467	Unité	190 350	152 280	761 400	80/400	2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
147	2	ENFANT Code GEF : 35468	Unité	67 000	53 600	268 000	80/400	2
147	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
		Total des quantités du lot n° 147		257 350	205 881	1 029 404		4
148		RESP. TRACHEO CANULE ARMEE A/BALLONNET ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule armée souple en PVC, avec ballonnet basse pression, collerette réglable et chemise interne. Tous diamètres de 7 à 10 mm pour adulte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de canule en taille 8 mm et 2 chemises internes en 8 mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
148	1	CANULE ARMEE A/B Code GEF : 301158	Unité	55	44	220	80/400	2
148	2	CHEMISE INTERNE Code GEF : 312324	Unité	45	36	180	80/400	2
148	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 148		100	80	400		4
149		RESP. TRACHEO CANULE ARMEE RALLONGEE A/BALLONNET ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Canule armée souple rallongée en PVC, avec ballonnet basse pression. Tous diamètres de 7 à 9 mm pour adulte. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de canule en taille 8 mm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
149	1	CANULE ARMEE A/B Code GEF : 542137	Unité	40	32	160	80/400	2
149	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 149		40	32	160		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
150		RESP. TRACHEO CANULE NON ARMEE ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : BOUCHON OBTURATEUR - Bouchon permettant le sevrage du patient. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. CANULE SOUPLE NON ARMEE ET CHEMISE INTERNE - Canule en PVC, non armée, avec chemise interne, fenêtrée et non fenêtrée. - Tous diamètres de 7 à 11 mm pour adultes - Soit avec ballonnet sans latex basse pression, - Soit sans ballonnet. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. LANIERE - Lanière de fixation mousse pour canule de trachéotomie, adaptable pour adulte et enfant. Préciser votre gamme de tailles et faire une offre pour les différentes références. Dispositif Médicalement propre. VALVE DE PHONATION - Diamètre universel. - Valve de phonation adaptable sur canule de trachéotomie toutes références. Faire une offre pour valve de phonation avec et sans raccord oxygène. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer pour les canules et chemises 2 échantillons en taille 7MM FENETREES et NON FENETREES. Envoyer 2 lanières adulte et 2 lanières enfant et 2 valves de phonation. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et						
	1	BOUCHON OBTURATEUR Code GEF : 544371	Unité	245	196	980	80/400	0
	2	CANULE FENETREE A/B Code GEF : 88570	Unité	255	204	1 020	80/400	2
	3	CANULE FENETREE S/B Code GEF : 88576	Unité	55	44	220	80/400	0
	4	CANULE NON FENETRE A/B Code GEF : 88528	Unité	1 265	1 012	5 060	80/400	2
	5	CANULE NON FENETREE S/B Code GEF : 544636	Unité	365	292	1 460	80/400	0
	6	CHEMISE INTERNE FENETREE Code GEF : 88695	Unité	2 815	2 252	11 260	80/400	2
	7	CHEMISE INTERNE NON FENETREE Code GEF : 88527	Unité	9 145	7 316	36 580	80/400	2
	8	LANIERE ADULTE ET ENFANT Code GEF : 34679	Unité	16 015	12 812	64 060	80/400	2
	9	VALVE DE PHONATION AVEC ET SANS RACCORD O2 Code GEF : 34734	Unité	1 575	1 260	6 300	80/400	2
	10	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			150	31 735	25 388	126 940		12

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
151		RESP. TRACHEO CANULE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Conformité à la norme ISO 5366-3 Canule non armée en matière plastique : - Soit avec ballonnet sans latex basse pression, - Soit sans ballonnet. - Possibilité de modèle à canule allongée Tous diamètres de 3 à 6.5 mm (de 0.5 mm en 0.5mm). Préciser la présence de PVC et phtalates. Préciser l'étendue de votre gamme. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN ; Envoyer un échantillon de chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
151	1	CANULE SOUPLE A/ BALLONNET Code GEF : 543743	Unité	55	44	220	80/400	1
151	2	CANULE SOUPLE SANS BALLONNET Code GEF : 301166	Unité	55	44	220	80/400	1
151	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 151				110	88	440		2
152		RESP. TRACHEO ECH POUR CANULE DE TRACHEOTOMIE Notice technique: DESCRIPTIF : Echangeur de chaleur et d'humidité (ECH) pour respiration spontanée adaptable à la canule de trachéotomie pédiatrique ou adulte. Ce dispositif doit permettre l'apport d'oxygène via un raccord. Un kit complet ou les éléments séparés sont acceptés. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre ou Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de chaque dispositif. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
152	1	ECH ADULTE OU PEDIATRIQUE Code GEF : 35429	Unité	28 010	22 408	112 040	80/400	2
152	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 152				28 010	22 408	112 040		2
153		RESP. TRACHEO KIT PERCUTANE PAR TECHNIQUE CIAGLIA Notice technique: DESCRIPTIF : Kit pour pose d'une canule de trachéotomie en percutané. ATTENTION : Le kit ne doit pas comprendre la canule. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
153	1	SET TRACHEO CIAGLIA Code GEF : 541935	Unité	215	172	860	80/400	2
153	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			153	215	172	860		2
154		RESP. TUYAU ANNELE Notice technique: DESCRIPTIF: Tubulure annelée (interne-externe) utilisée pour la transmission d'O2 ou d'aérosol sur respirateur : - non stérile - sans latex - légèrement teintée - segmentée tous les 15 cm environ - diamètre interne de 22mm Présentation en longueur de 1,80M et en Rouleau. Préciser la longueur du rouleau : le prix sera reporté au mètre pour comparer les offres. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Fournir un morceau de tuyau de 45 cm de long / rouleau. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
154	1	ROULEAU Code GEF : 308941	Unité	110	88	440	80/400	1
154	2	TUB 1.8M Code GEF : 308940	Unité	300	240	1 200	80/400	0
154	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			154	410	328	1 640		1
155		RESP. VNI CONSOMMABLE COMPATIBLE POUR APPAREIL CPAP A DEBIT VARIABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Consommables compatibles avec les appareils pour ventilation en mode CPAP à débit variable. Les consommables doivent s'adapter aux appareils présents en réanimation néonatale et pédiatrique (NV8, Fabian Therapy). Les candidats doivent fournir les tests de compatibilité. Préciser la gamme de tailles existantes. Préciser la largeur de gamme allant à minima de XS à XL pour les masques nasaux, canules nasales et harnais. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 GENERATEURS, 2 MASQUES NASAUX TAILLE 1, 2 CANULES NASALES TAILLE XS, 2 BONNETS TAILLE 0, 2 HARNAIS TAILLE M. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
155	1	Générateur Code GEF : 507405	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	2
155	2	Interfaces de type canules nasales (XS à XL) Code GEF : 307352	Unité	160	128	640	80/400	2
155	3	Interfaces de type masque nasal (XS à XL) Code GEF : 518576	Unité	4 500	3 600	18 000	80/400	2
155	4	Système de fixation de type bonnet (T000 à T4) Code GEF : 309848	Unité	2 500	2 000	10 000	80/400	2
155	5	Système de fixation de type harnais (XS à XL) Code GEF : 307357	Unité	3 000	2 400	12 000	80/400	2
155	6	Valve surpression pour lunette haut débit Code GEF : 308296	Unité	1 000	800	4 000	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
155	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 155				14 160	11 328	56 640		10
156		RESP. VNI INTERFACE CPAP NASALE PEDIATRIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Interface pour faire de la CPAP nasale chez les nourrissons. Elle doit s'adapter aux ventilateurs présents en réanimation pédiatrique. Préciser la gamme de tailles existantes. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 MASQUES NASAUX , 2 TUYAUX NASAUX, 2 BONNETS, 2 HARNAIS. (2 de chaque sous-lot) Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
156	1	INTERFACE DE TYPE MASQUE NASAL Code GEF : 521124	Unité	1 855	1 484	7 420	80/400	2
156	2	INTERFACE OU TUYAU NASAL Code GEF : 521128	Unité	1 020	816	4 080	80/400	2
156	3	SYSTEME DE FIXATION DE TYPE BONNET Code GEF : 521118	Unité	1 200	960	4 800	80/400	2
156	4	SYSTEME DE FIXATION DE TYPE HARNAIS Code GEF : 521121	Unité	710	568	2 840	80/400	2
156	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 156				4 785	3 828	19 140		8
157		SOINS. ACCESSOIRES EQUIPEMENTS SOINS : PLATEAUX,CUPULES INOX Notice technique: DESCRIPTIF : Plateaux, haricots et cupules en inox : - Pouvant servir à la confection de sets de soins, et pour la collecte d'instruments, etc... - Les cupules sont à fond plat avec bec verseur. - Les haricots et plateaux a bords non tranchants dits bords roulés. Préciser les différents diamètres et contenances. Stérilisable à 134°-18min. Préciser le conditionnement par carton. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
157	1	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 100 MM Code GEF : 302720	Unité	130	104	520	80/400	0
157	2	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 120 MM Code GEF : 302719	Unité	50	40	200	80/400	0
157	3	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 160 MM Code GEF : 302721	Unité	21	17	84	81/400	0
157	4	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 200 MM Code GEF : 501254	Unité	8	7	32	88/400	0
157	5	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 250 MM Code GEF : 507409	Unité	20	16	80	80/400	0
157	6	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 50 MM Code GEF : 302722	Unité	101	81	404	80/400	0
157	7	CUPULE INOX A BEC DIAMETRE 70 MM Code GEF : 302723	Unité	201	161	804	80/400	0
157	8	HARICOT INOX BORD ROULE 250 X 95 X 35 CM Code GEF : 34114	Unité	360	288	1 440	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
157	9	PLATEAU INOX BORD ROULE 24X18X3CM Code GEF : 311117	Unité	101	81	404	80/400	0
157	10	PLATEAU INOX BORD ROULE 35x26x4CM Code GEF : 518434	Unité	51	41	204	80/400	0
157	11	PLATEAU INOX BORD ROULE 40x30x4CM Code GEF : 510270	Unité	21	17	84	81/400	0
157	12	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 157				1 064	854	4 260		0
158	SOINS. AIDE A LA MARCHE Notice technique: DESCRIPTIF: Matériel médical pour l'aide à la marche. Conformément à l'Arrêté du 24 février 2026 fixant la liste des dispositifs médicaux à usage individuel pouvant faire l'objet d'une remise en bon état d'usage, pris en application de l'article L. 5212-1-1 du Code de la santé publique : le candidat précisera clairement dans son offre la part de dispositifs neufs et/ou reconditionnés. Emballage unitaire. Présentation médicalement propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
158	1	Canne anglaise adulte réglable Code GEF : 34648	Unité	200	160	800	80/400	0
158	2	Canne poignée a bec Code GEF : 306997	Unité	15	12	60	80/400	0
158	3	Canne poignée en T Code GEF : 306998	Unité	40	32	160	80/400	0
158	4	Canne tripode adulte Code GEF : 300534	Unité	12	10	48	83/400	0
158	5	Cannes axillaires (LA PAIRE) Code GEF : 304040	Unité	2	2	8	100/400	0
158	6	Déambulateur 4 ROUES avec appui antébrachial Code GEF : 313623	Unité	8	7	32	88/400	0
158	7	Déambulateur 4 ROUES avec siège et panier Code GEF : 300533	Unité	31	25	124	81/400	0
158	8	Déambulateur fixe réglable 78 à 96cm Code GEF : 304039	Unité	10	8	40	80/400	0
158	9	Déambulateur sans roulette fixe Code GEF : 503974	Unité	4	4	16	100/400	0
158	10	Déambulateur à roulettes 2 roues réglable/siège Code GEF : 302817	Unité	62	50	248	81/400	0
158	11	Embout caout pour déambulateur D22 et D25 Code GEF : 306809/305725	Unité	50	40	200	80/400	0
158	12	Embout pour canne Code GEF : 303402/519390/519391	Unité	40	32	160	80/400	0
158	13	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 158				474	382	1 896		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
159	SOINS. AIGUILLE ACUPUNCTURE Notice technique: DESCRIPTIF: AIGUILLES D'ACUPUNCTURE Pour toutes les aiguilles demandées : Présentation Usage Unique Stérile (préciser le mode de stérilisation). Le candidat fournira une fiche technique détaillée avec iconographie (photo) et le marquage CE conforme à la réglementation des dispositifs médicaux (UE) 2017/745. L'étendue de la gamme sera un critère de choix Sous-lot 1 : Aiguille bi-métallique : fil d'acier inoxydable avec manche argenté sans boucle avec tube guide. Dimensions demandées (environ) : 0,25x13mm ; 0,30x25mm Emballage unitaire individuel Conditionnement en boîte (préciser le nombre d'unités, idéalement 100 unités/boîte) Sous-lot 2 : Aiguille avec revêtement silicone : fil d'acier inoxydable avec manche cuivré, enduite de silicone sur la pointe de l'aiguille. Dimensions demandées (environ) : 0,14x13mm ; 0,16x25mm Emballage unitaire ou par tube de 5 aiguilles Conditionnement en boîte (préciser le nombre d'unités d'emballage, idéalement 100 unités/boîte) Sous-lot 3 : Aiguille d'acupuncture semi-permanente type Pyonex Aiguille courte destinée à une pose prolongée, montée sur support adhésif permettant le maintien sur la peau Dimensions demandées (environ) : 0,17x0,9mm Emballage unitaire individuel Conditionnement en boîte (préciser le nombre d'unités d'emballage, idéalement 100 unités/boîte) SPECIMEN : Envoyer 10 échantillons de chaque type d'aiguilles (1 taille par sous-lot) Z-COMPLEMENT DE GAMME: Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme							
	1	AIG ACUPUNCTURE METALLIQUE Code GEF : 308236/308237	Unité	56 000	44 800	224 000	80/400	10
	2	AIG ACUPUNCTURE SILICONE Code GEF : 570118/570119	Unité	3 500	2 800	14 000	80/400	10
	3	AIG SEMI-PERMANENTE SUR ADHESIF Code GEF : 318853	Unité	1	1	4	100/400	10
	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			159	59 501	47 601	238 004		30
160	SOINS. BANDES ESMARCH Notice technique: DESCRIPTIF : Bande d'ESMARCH à Usage Unique pour exsanguination pendant une intervention chirurgicale. Taille demandée : 500 cm x 10 cm (environ). Les dispositifs devront être exempts de : - Latex - DEHP - Bisphénols - De tous résidus de procédé de traitement (stérilisation ou autre) Précisez l'étendue de votre gamme. Préciser le mode de traitement appliqué. Dispositif à Usage Unique Stérile. Le conditionnement devra être précisé pour tous les produits. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	Bande ESMARCH 5Mx100MM Code GEF : 300679	Unité	15	12	60	80/400	0
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			160	15	12	60		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
161		SOINS. BATONNETS MOUSSE POUR SOINS DE BOUCHE (RSE) et RANG 2 Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositif médical composé : - D'un manche en matière bois de préférence, longueur environ 15 cm et d'un diamètre d'environ 5 mm - Terminé à son extrémité distale d'une mousse en polymère, alvéolée, fermée, cylindrique cannelée : diamètre base environ 2cm, hauteur environ 2.3 cm. Préciser matériau et compatibilité. Présentation du sachet médicalement propre. Préciser le conditionnement. LOT AVEC 2 ATTRIBUTAIRES : RANG 1 et RANG 2 POUR DEPANNAGE (cf. RC et CCAP). Vous avez la possibilité de proposer un second prix en option pour la proposition de RANG 2. A défaut, le prix de l'offre de base sera appliqué pour le classement de RANG 1 et le classement de RANG 2. Ce lot est identifié « RSE » Responsabilité Sociétale des Entreprises. L'annexe 4 : RSE au CCTP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. SPECIMEN : Envoyer 2 sachets de bâtonnets sous-lot n°1 Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
161	1	BATONNET TOUTES FORMES Code GEF : 34093	Unité	929 500	743 600	3 718 000	80/400	2
161	2	BATONNET TOUTES FORMES GOUT CITRON	Unité	27 400	21 920	109 600	80/400	0
161	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 161		956 900	765 520	3 827 600		2
162		SOINS. BIBERONS ET ACCESSOIRES (RSE) Notice technique: DESCRIPTIF : BIBERON A USAGE UNIQUE STERILE : - avec bouchon à pas de vis UNIVERSELS. - Volumes attendus (env) : 60, 130 et 240 ml BOUCHON POUR NUTRITION ENTERALE : - permettant le raccordement à des bouteilles d'eau et réservoirs. TETINES STERILES : - 1er âge - 2ème âge - prématurés Les dispositifs devront être exempts de : - Latex - DEHP - Bisphénols - Tous résidus de procédé de traitement (stérilisation ou autre) Pour les produits présentés stériles, vous préciserez le mode de traitement appliqué. Le conditionnement devra être précisé pour tous les produits. Ce lot est identifié « RSE » Responsabilité Sociétale des Entreprises. L'annexe 4 : RSE au CCTP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. ATTENTION : CE LOT EST SANS MONTANT ET SANS QUANTITE MINIMUM CONTRACTUELS, LES QUANTITES SONT A TITRE INDICATIF. SPECIMEN : UN exemplaire biberon avec bouchon 60 ml – UN exemplaire de chaque type de tétines - UN exemplaire de bouchon pour nutrition entérale. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
162	1	Biberon avec bouchon 130ml Code GEF : 35163	Unité	287 000		1 148 000	0/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
162	2	Biberon avec bouchon 240ml Code GEF : 35164	Unité	175 680		702 720	0/400	0
162	3	Biberon avec bouchon 60ml Code GEF : 35165	Unité	215 000		860 000	0/400	1
162	4	Bouchon pour nutrition entérale Code GEF : 35183	Unité	13 550		54 200	0/400	1
162	5	Tétine 1er age Code GEF : 35166	Unité	13 600		54 400	0/400	1
162	6	Tétine 2ème age Code GEF : 35167	Unité	20 000		80 000	0/400	1
162	7	Tétine pour prématuré Code GEF : 305723	Unité	1 100		4 400	0/400	1
162	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 162				725 930		2 903 720		5

163	SOINS. BRACELET DE CATEGORISATION DE COULEUR POUR ADULTE Notice technique: DESCRIPTIF : Bracelet d'identification de couleur avec support d'étiquette pour adultes pour permettre la catégorisation des patients : - Réglable en longueur avec système de fermeture inviolable - Palette de couleurs comprenant : Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Violet. Matériau exempt de DEHP, hypoallergénique, résistant aux toilettes, non absorbant, rebords atraumatiques. Présentation en boîte de 100. Quantité exprimée en nombre de bracelets unitaires. SPECIMEN : envoyer 1 bracelet de chaque couleur Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
163	1	BRACELET COULEUR Code GEF : 307398	Unité	44 000	35 200	176 000	80/400	1
163	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0	1	4	80/400	0
Total des quantités du lot n° 163				44 000	35 201	176 004		1

164	SOINS. BRACELET IDENTIFICATION Notice technique: DESCRIPTIF : Bracelet d'identification avec support d'étiquette pour adultes et enfants et nouveaux-nés : - Fixation de l'étiquette par rabat autocollant - Dimension de l'étiquette à couvrir : 52 x 35 mm - Réglable en longueur avec système de fermeture inviolable Couleurs demandées : - Adulte : blanc ou transparent - Adulte : bleu - Enfant et nouveau-nés : blanc ou transparent Tailles demandées (longueur étirée environ) : - Taille Adulte : 25cm – Taille Enfant et nouveaux-nés : 17 cm Précisez s'il existe dans votre gamme une taille intermédiaire Adolescent : 20cm environ. Matériau exempt de DEHP, hypoallergénique, résistant aux toilettes, non absorbant, rebords atraumatiques. Présentation en boîte de 100 unités. Quantité exprimée en nombre de bracelets unitaires. SPECIMEN : envoyer 5 exemplaires de bracelets enfant et UNE BOITE DE 100 bracelets adulte (analyse du conditionnement). Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
164	1	BRACELET ADULTE BLANC OU TRANSPARENT Code GEF : 34667	Unité	952 000	761 600	3 808 000	80/400	100
164	2	BRACELET ADULTE BLEU Code GEF : 318393	Unité	27 200	21 760	108 800	80/400	0
164	3	BRACELET ENFANT/NOUVEAU-NES BLANC OU TRANSPARENT Code GEF : 35416	Unité	99 900	79 920	399 600	80/400	5
164	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 164				1 079 100	863 280	4 316 400		105

165	SOINS. CEINTURE DE MAINTIEN POSTURAL (RSE) Notice technique: DESCRIPTIF : Ceinture et plastron avec maintien périnéal pour les patients présentant un déficit de posture au niveau du tronc. Dispositif destiné à éviter le glissement ou la chute des patients de leur fauteuil ou de leur fauteil roulant. Ceinture réglable avec sangles et clips. Double couture en extrémité avec système d'arrêt. Dimension de tour de taille : proposer 3 tailles (S, M, XL) et préciser les dimensions pour chacune. L'étendue de la gamme sera un critère de choix. Présentation unitaire. Ce lot est identifié « RSE » Responsabilité Sociétale des Entreprises. L'annexe 4 : RSE au CCTP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. Specimen : Envoyer 1 unité de ceinture périnéale taille L. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
165	1	CEINTURES POUR FAUTEUIL ROULANT toutes tailles Code GEF : 316815	Unité	26	21	104	81/400	0
165	2	CEINTURES POUR FAUTEUIL ttes tailles Code GEF : 300885	Unité	231	185	924	80/400	1
165	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 165				257	206	1 028		1

166	SOINS. COUPE-BAGUES ELECTRIQUE ET MECANIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Ce lot comprend : - Kit coupe-bague électrique complet : comprenant le coupe-bague électrique fourni avec les piles, 1 disque rouge/diamanté (découpe du titane et de l'inox), 2 disques bleus/carbones (découpe or, argent, platine, pierret, verre, plastique, cuivre, aluminium, laiton), 1 protège-doigt, un tournevis plat. - Disques rouge et bleu de rechange, compatibles avec le coupe-bague électrique, - Protège-doigt, - Pince coupe-bague mécanique de taille 19cm, - Lame de rechange pour coupe-bague mécanique, diamètre 30mm (découpe or, argent, platine, pierret, verre, plastique, cuivre, aluminium, laiton). Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
166	1	Coupe bague électrique complet Code GEF : 310004	Unité	3	3	12	100/400	0
166	2	Coupe-bague électrique – disque bleu (carbone) Code GEF : 317253	Unité	9	8	36	89/400	0
166	3	Coupe-bague électrique – disque rouge (ou diamanté) Code GEF : 504921	Unité	110	88	440	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
166	4	Coupe-bague électrique – protège-doigt Code GEF : 312618	Unité	7	6	28	86/400	0
166	5	Lame pour pince coupe bague Code GEF : 311838	Unité	14	12	56	86/400	0
166	6	Pince coupe bague 19cm Code GEF : 517654	Unité	9	8	36	89/400	0
166	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 166		152	125	608		0

167	SOINS. COUVERTURE DE SURVIE Notice technique: DESCRIPTIF: Couverture survie non stérile imputrescible et imperméable. 2 dimensions 220x140cm et 110x 140cm Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon taille 220x140cm et 110x140cm. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	110x 140cm Code GEF : 501357	Unité	400	320	1 600	80/400	1
	2	220x 140cm Code GEF : 34641	Unité	3 100	2 480	12 400	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 167		3 500	2 800	14 000		2

168	SOINS. CUPULES EN PLASTIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Cupules en plastique, pouvant servir à la confection de sets de soins, et pour la collecte d'instruments, etc... Préciser les différents diamètres et contenances. Stérilisable à 134°-18min. Préciser le conditionnement par carton. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	CUPULE OVALE 120X80X40 MM Code GEF : 34657	Unité	300	240	1 200	80/400	0
	2	CUPULE RONDE DIA 60MM Code GEF : 34656	Unité	400	320	1 600	80/400	0
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 168		700	560	2 800		0

169	SOINS. CURETTE DERMATOLOGIQUE Notice technique: DESCRIPTIF : Diamètres demandés en 4mm et 7mm. Proposer la gamme complète. Préciser le matériel (lame, manche, bouchon) et la composition . Préciser le mode de stérilisation Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. Prêt à l'emploi avec bouchon de protection de la lame. SPECIMEN : 2 curettes de chaque sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
169	1	CURETTE DERMATOLOGIQUE Diamètre 4MM Code GEF : 35508	Unité	102 020	81 616	408 080	80/400	1
169	2	CURETTE DERMATOLOGIQUE Diamètre 7MM Code GEF : 35509	Unité	8 140	6 512	32 560	80/400	1
169	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 169				110 160	88 128	440 640		2

170	SOINS. GEL BUCCAL POUR BOUCHE SECHE Notice technique: DESCRIPTIF : Présentation en gel facilement applicable, volume de 50 g environ. Préciser la composition centésimale du produit et le pH. Préciser la présence ou non de parfum. Communiquer les études cliniques de performance. Présentation Unitaire. SPECIMEN : Envoyer 10 gels. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
170	1	GEL hydratant buccal Code GEF : 35464	Unité	8 700	6 960	34 800	80/400	10
170	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 170				8 700	6 960	34 800		10

171	SOINS. HOUSSE FUNERAIRE (RSE) Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositifs destinés à la prise en charge des défunts, assurant la protection, l'étanchéité et la dignité du corps lors du transport et du stockage. Exigences communes à tous les sous-lots : - Housse funéraire usage unique, conforme à la réglementation en vigueur (art. R. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales) - Matériau : PVC biodégradable, résistant, étanche, imperméable aux liquides et combustible. Le produit ne devra pas contenir de substances dangereuses identifiées (ex : phtalates, substances CMR), sauf justification - fermeture droite à glissière robuste et sécurisée. Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme, robustesse, facilité de manutention, étendue de la gamme. Vous préciserez le conditionnement pour l'ensemble des produits que vous proposez. Ce lot est identifié « RSE » Responsabilité Sociétale des Entreprises. L'annexe 4 : RSE au CCTP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. De plus, le candidat devra préciser : - La composition exacte du matériau - Les conditions et délais estimatif de biodégradation Seront valorisés l'utilisation de matières recyclées/biosourcées, les emballages réduits et recyclables, les modalités de fin de vie. Des justificatifs devront être fournis. Dimensions attendues : - Housse enfant 60x120cm environ - Housse nouveau-né 60x80cm environ - Housse adulte 80x225cm ou 90x215cm environ Veuillez préciser les autres dimensions disponibles . Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : 1 échantillon par sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
171	1	60X120CM Code GEF : 307318	Unité	300	240	1 200	80/400	1
171	2	60X80CM Code GEF : 307320	Unité	8 000	6 400	32 000	80/400	1
171	3	80X225CM ou 90X215CM Code GEF : 35993	Unité	215	172	860	80/400	1
171	4	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			171	8 515	6 812	34 060		3

172	SOINS. HOUSSE FUNERAIRE GRANDE TAILLE (RSE) Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositifs destinés à la prise en charge des défunts, assurant la protection, l'étanchéité et la dignité du corps lors du transport et du stockage. Exigences communes à tous les sous-lots : - Housse funéraire usage unique, conforme à la réglementation en vigueur (art. R. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales) - Matériau : PVC biodégradable, résistant, étanche, imperméable aux liquides et combustible. Le produit ne devra pas contenir de substances dangereuses identifiées (ex : phtalates, substances CMR), sauf justification - fermeture droite à glissière robuste et sécurisée. Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme, robustesse, facilité de manutention, étendue de la gamme. Vous préciserez le conditionnement pour l'ensemble des produits que vous proposez. Ce lot est identifié « RSE » Responsabilité Sociétale des Entreprises. L'annexe 4 : RSE au CCTP doit être obligatoirement renseignée et transmise dans l'offre. De plus, le candidat devra préciser : - La composition exacte du matériau - Les conditions et délais estimatif de biodégradation Seront valorisés l'utilisation de matières recyclées/biosourcées, les emballages réduits et recyclables, les modalités de fin de vie. Des justificatifs devront être fournis. Dimensions attendues : -100X255CM environ -150X230CM environ Veuillez préciser les autres dimensions disponibles . Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon par sous-lot. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	100x255cm environ Code GEF : 518575	Unité	300	240	1 200	80/400	1
	2	150x230cm environ Code GEF : 312338	Unité	470	376	1 880	80/400	1
	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			172	770	616	3 080		2

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
173		SOINS. LUNETTE ANTI-UV P/PHOTOTHERAPIE PREMAT/NOUVEAU NE Notice technique: DESCRIPTIF : Protection oculaire pour les nouveaux-nés traités par photothérapie. Bandeau de tissu pour le maintien. 2 tailles demandées en fonction de la circonférence de la tête du nouveau-né : - de 28 à 34 cm environ - supérieure à 34 cm environ Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de chaque taille. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
173	1	NOUVEAU NE, > 34cm environ Code GEF : 305120	Unité	1 000	800	4 000	80/400	2
173	2	PREMA, de 28 à 34cm environ Code GEF : 511653	Unité	1 400	1 120	5 600	80/400	2
173	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
		Total des quantités du lot n° 173		2 400	1 920	9 600		4
174		SOINS. MATERIEL MEDICAL POUR SOINS DIVERS - CONFORT MEDICAL Notice technique: DESCRIPTIF : Matériel médical pour soins divers. Emballage unitaire. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. Précisions : - sous-lot 8 = Abaisse-langue : bois sans échardes. Conditionné en emballage individuel. SPECIMEN : 1 paire de lunettes anti-uv, 1 Abaisse-langue, 1 protège-dent, 1 tire-lait manuel. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
174	1	Abaisse-langue emballage individuel Code GEF : 317631	Unité	17 775	14 220	71 100	80/400	1
174	2	Arceau de lit Code GEF : 507129	Unité	20	16	80	80/400	0
174	3	Chronomètre digital simple Code GEF : 518400	Unité	55	44	220	80/400	0
174	4	Ciseaux à ongles droits de longueur 10cm environ. Code GEF : 302007	Unité	20	16	80	80/400	0
174	5	Gobelet avec découpe nasale Code GEF : 517659	Unité	471	377	1 884	80/400	0
174	6	Gobelet tête lait Code GEF : 510854	Unité	50	40	200	80/400	0
174	7	Goniomètre 20CM Code GEF : 304035	Unité	21	17	84	81/400	0
174	8	Kit tire-lait manuel complet et accessoires Code GEF : 508343	Unité	790	632	3 160	80/400	1
174	9	Lunettes anti-uv adulte Code GEF : 317153	Unité	30	24	120	80/400	1
174	10	Pince à tique en plastique usage unique Code GEF : 510219	Unité	105	84	420	80/400	0
174	11	Protection mousse pour barriere de lit Code GEF : 518815	Unité	70	56	280	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
174	12	Protège dent type Camo Code GEF : 517758	Unité	1 830	1 464	7 320	80/400	1
174	13	Règle coulissante 130CM Code GEF : 317214	Unité	2	2	8	100/400	0
174	14	Règle coulissante 63CM Code GEF : 307327	Unité	2	2	8	100/400	0
174	15	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 174				21 241	16 994	84 964		4

175	SOINS. PANIERS PORTE SERUM, PIEDS PORTE SERUM Notice technique: DESCRIPTIF : Panier porte serum en fil d'acier avec anse d'accrochage. Modèle ouvert pour le passage du tube d'alimentation. Capacités demandées : - 250mL - 500mL - 1000mL Pied porte serum pour destiné à poter les poches de perfusion simples (sans équipement type pousse-seringue) : - pied à 5 branches à roulette - tige en inox - nombre de crochets : 2 ; 4 - Pour chaque modèle : préciser la charge maximale et si possibilité d'ajouter un système "alourdisseur" sur le pied. Dispositif Médicalement Propre. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	PANIER PORTE SERUM 1000ML Code GEF : 29339	Unité	141	113	564	80/400	0
	2	PANIER PORTE SERUM 250ML Code GEF : 556731	Unité	71	57	284	80/400	0
	3	PANIER PORTE SERUM 500ML Code GEF : 556732	Unité	201	161	804	80/400	0
	4	PIED 2 CROCHETS Code GEF : 501701	Unité	1 510	1 208	6 040	80/400	0
	5	PIED 2 CROCHETS ALOURDI Code GEF : 501464	Unité	71	57	284	80/400	0
	6	PIED 4 CROCHETS Code GEF : 300481	Unité	71	57	284	80/400	0
	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 175				2 065	1 653	8 260		0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
176		SOINS. PREVENTION ESCARRE - DECHARGE TALONNIERE AIR ET MOUSSE Notice technique: DESCRIPTIF : DECHARGES TALONNIERES ET ACCESSOIRES DE PREVENTION DE FORMATION DES ESCARRES Dispositifs destinés aux patients alités ou à mobilité réduite, permettant la décharge du talon, la réduction des pressions, et le maintien du positionnement du membre inférieur, notamment en service de gériatrie. 1. Décharge talonnière avec soutien du genou à air statique pour prévention des escarres et maintien du membre inférieur. Le dispositif permet une légère flexion du genou (5-10°) et une répartition des pressions sur les muscles du mollet, tailles demandées : - 41-46 cm environ - 45-50 cm environ - 49-55 cm environ 2. Repose talon à air statique pour prévention des escarres par répartition des pressions : le dispositif est gonflable, permet de libérer le talon au-dessus d'un espace vide, le mollet est maintenu par des sacs d'air latéraux, fourni avec une pompe manuelle - 29 cm environ (taille XS) - 33 cm environ (taille S) - 38 cm environ (taille standard) - 51 cm environ (taille L) 3. Dispositif anti-équien avec décharge de l'appui des talons permettant la décharge complète du talon ; le maintien du pied en position neutre ; la limitation des rotations du membre inférieur ; un soutien du genou limitant l'hyperextension. - En mousse à mémoire de forme ou technologie équivalente - Livré avec housse de protection, adaptée à un usage multipatients (lavable, respirante) - Dimension demandée, environ : 63x22x30 cm. Pour tous, sont demandés : - une durée de garantie de 2 ans ou plus - le protocole de nettoyage et de désinfection, notamment pour les housses si présentes Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme ergonomique, encombrement, facilité d'entretien, durée de garantie, étendue de la gamme. SPECIMEN : Envoyer - UNE décharge talonnière à air statique - UN repose talon à air statique - UN dispositif anti-équien en mousse Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
176	1	DECHARGE TALONNIERE ET SOUTIEN GENOU A AIR 41-46 CM Code GEF : 315518	Unité	7	6	28	86/400	1
176	2	DECHARGE TALONNIERE ET SOUTIEN GENOU A AIR 45-50 CM Code GEF : 315519	Unité	7	6	28	86/400	0
176	3	DECHARGE TALONNIERE ET SOUTIEN GENOU A AIR 49-55 CM Code GEF : 315520	Unité	7	6	28	86/400	0
176	4	REPOSE TALON A AIR L Code GEF : 8051984	Unité	7	6	28	86/400	0
176	5	REPOSE TALON A AIR S Code GEF : 8101256	Unité	5	4	20	80/400	0
176	6	REPOSE TALON A AIR STANDARD (M) Code GEF : 8082005	Unité	7	6	28	86/400	1
176	7	REPOSE TALON A AIR XS Code GEF : 8100289	Unité	4	4	16	100/400	0
176	8	TALONNIERE ANTI-EQUIN MOUSSE Code GEF : 518141	Unité	32	26	128	81/400	1
176	9	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			176	76	64	304		3

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
177	SOINS. PREVENTION ESCARRE-COUSSIN ET POSITIONNEMENT TYPE FLOTECH Notice technique: DESCRIPTIF : Coussin de prévention et de positionnement à base de mousse et insert de gel viscoélastique 38x40x9cm environ, 45x40x9cm environ, 50x53x9cm environ, 42x53x9 cm environ type FLOTECH. Sont demandés : - une durée de garantie de 2 ans ou plus, - le protocole de désinfection des housses. Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme, housse, durée de garantie, encombrement. SPECIMEN : UN Coussin de prévention et de positionnement à base de mousse et de gel viscoélastique Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	COUSSIN toutes tailles Code GEF : 558310	Unité	20	16	80	80/400	1
	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
	Total des quantités du lot n° 177			20	16	80		1
178	SOINS. PREVENTION ESCARRE-COUSSIN et ACCESSOIRES FAUTEUIL ET LIT Notice technique: DESCRIPTIF : Coussins et accessoires de positionnement pour prévenir la formation des escarres. Le candidat devra fournir un catalogue technique détaillé incluant les références proposées, leurs caractéristiques et une documentation iconographique (photographies). Coussins utilisés sur fauteuils et fauteuils roulants : 1. Coussin gel viscoélastique, protection faible 40x40x2,5 cm environ, 45x45x2,5cm environ et 43x45x2,5cm environ 2. Coussin mousse à mémoire de forme pour patients à risque modéré. 36x36x8 cm environ, 38x41x8 cm environ, 40x40x8 cm environ, 40x43x8 cm environ, 45x45x8 cm environ, 50x44x8 cm environ, 60x50x8 cm environ, 3. Coussin alvéolé à cellules pneumatiques pour patient à fort risque mono-compartmenté 40x40x10cm environ, 40x46x10cm environ, 43x43x10cm environ, 45x45x10cm environ, 51x40x10cm environ, 56x46x10cm environ 4. Coussin alvéolé à cellules pneumatiques pour patient à fort risque bi-compartmenté 43x43x10cm environ, 40x46x10cm environ, 56x46x10cm environ, 51x50x10cm environ, Les coussins seront équipés d'une housse imperméable sur le dessus, de préférence respirante. Accessoires de positionnement au fauteuil et au lit : 5. Dossieret pour fauteuils en mousse viscoélastique à mémoire de forme de 49 x44x9 cm environ, 49x50x10 cm environ 6. Repose bras fauteuil 7. Repose bras lit Pour tous, sont demandés : - une durée de garantie de 2 ans ou plus - le protocole de désinfection des housses Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme, housse, durée de garantie, encombrement, étendue de la gamme. CONDITIONNEMENT UNITAIRE Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	Coussin a air bicompartimenté ttes tailles Code GEF : 311455	Unité	6	5	24	83/400	0
	2	Coussin a air monocompartimenté ttes tailles Code GEF : 558317	Unité	5	4	20	80/400	0
	3	Coussin gel viscoelastique toutes tailles Code GEF : 305019	Unité	8	7	32	88/400	0
	4	Coussin mousse à mémoire de forme ttes tailles Code GEF : 520045	Unité	65	52	260	80/400	0
	5	DOSSERET toutes tailles Code GEF : 558314	Unité	3	3	12	100/400	0
	6	REPOSE BRAS DE LIT Code GEF : 305512	Unité	5	4	20	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
178	7	REPOSE BRAS FAUTEUIL Code GEF : 314812	Unité	2	2	8	100/400	0
178	8	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 178				94	77	376		0

179	SOINS. PREVENTION ESCARRE-POSITIONNEMENT DU PATIENT Notice technique: DESCRIPTIF : Accessoires de positionnement des patients pour prévenir la formation d'escarres En billes osselets ou granulats de polystyrène ou fibres longues creuses à effet mémoire : - coussin traversin long de décubitus latéral de 180 à 200 x 35cm environ - coussin cylindrique de 70x20cm environ - coussin demi lune - coussins universels rectangulaires de tailles 35x25, 55x40, 40x15cm environ - coussin tremplins pour membre supérieur et inférieur de 48x30x12cm environ - coussin rond de 90x18cm environ NB : faire offre en complément gamme sur autres modèles de positionnement permettant autres protections . Sont demandés : - une durée de garantie de 2 ans ou plus - le protocole de désinfection des housses Ces éléments entreront dans les critères de choix : forme, housse, durée de garantie, encombrement. SPECIMEN : UN coussin cylindrique, UN coussin demi lune, UN coussin universels, UN coussin tremplins pour membre supérieur et inférieur, UN coussin traversin. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
	1	COUSSIN CYLINDRIQUE 70X20CM Code GEF : 305688	Unité	12 650	10 120	50 600	80/400	1
	2	COUSSIN DEMI LUNE Code GEF : 560506	Unité	62	50	248	81/400	1
	3	COUSSIN TRAVERSIN LONG Code GEF : 300441	Unité	2	2	8	100/400	1
	4	COUSSIN TREMPIN PR MEMBRE SUP ET INF 48X30X12CM Code GEF : 312756	Unité	17	14	68	82/400	1
	5	COUSSIN UNIV RECT 35x25, 55x40, 40x15cm environ Code GEF : 310869	Unité	46	37	184	80/400	1
	6	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 179				12 777	10 223	51 108		5

180	SOINS. PROTECTION MAMMAIRE Notice technique: DESCRIPTION : Bouts de seins en silicone. Résistance en température : de PLUS 50 ° à PLUS 180° C. Taille : Petit-moyen et grand Précisez la gamme disponible en termes de diamètre. Autoclavable. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 2 échantillons de chaque.							
	Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
180	1	BOUT DE SEIN PAIRE ttes tailles Code GEF : 300843	Unité	3 504	2 804	14 016	80/400	2
180	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 180				3 504	2 804	14 016		2
181	SOINS. SAC DE CALAGE SABLE Notice technique: DESCRIPTIF : Sac de calage constitué de sable pour maintien et positionnement des membres du patient lors d'examens de radiologie avec de préférence une double enveloppe renforcée, recouvert d'une housse enduite facilement nettoyable. Tailles demandées : - Taille 10x15 cm - poids 400g (environ) - Taille 17 x 25 cm - poids 2000 g, (environ) - Taille 13 x20 cm - poids 900 g, (environ) - Taille 12 x 30 cm - forme boudin (environ) Précisez l'étendue de votre gamme . Présentation Unitaire. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
181	1	0,4KG 10X15CM Code GEF : 311874	Unité	12	10	48	83/400	0
181	2	0,9KG 13X20CM Code GEF : 307565	Unité	35	28	140	80/400	0
181	3	2,0KG 25X17CM Code GEF : 307566	Unité	30	24	120	80/400	0
181	4	BOUDIN 12x30CM Code GEF : 307563	Unité	20	16	80	80/400	0
181	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 181				97	78	388		0
182	SOINS. SUCETTES PHYSIOLOGIQUES NEONATALOGIE Notice technique: DESCRIPTIF : Sucette physiologique pour prématurés et nouveau-nés pour besoin non nutritif de succion avec embout de forme orthodontique. Les embouts doivent être composés de silicone exclusivement. 2 tailles demandées selon le poids du bébé : - pour bébé de mois de 1500g (environ) - pour bébé de 1500 à 2500g (environ) Les dispositifs devront être exempts de : - Latex - DEHP - Bisphénols - De tous résidus de procédé de traitement (stérilisation ou autre). Pour les produits présentés stériles et/ou médicalement propre, vous préciserez le mode de traitement appliqué. Le conditionnement devra être précisé pour tous les produits. SPECIMEN : 1 sucette de chaque taille. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
182	1	Sucette physiologique pour bébé pesant entre 1500 et 2500g	Unité	100	80	400	80/400	1
182	2	Sucette physiologique pour bébé pesant moins de 1500g	Unité	90	72	360	80/400	1
182	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Total des quantités du lot n°			182	190	152	760		2
183		SOINS. SUSPENSOIRS Notice technique: DESCRIPTIF: Suspensoir à ceinture élastique, poche en jersey coton et boucle en acier utilisé dans les orchites et soutien du scrotum. Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer 1 échantillon taille 9. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
183	1	SUSPENSOIR T10 Code GEF : 34626	Unité	140	112	560	80/400	0
183	2	SUSPENSOIR T11 Code GEF : 34627	Unité	60	48	240	80/400	0
183	3	SUSPENSOIR T12 Code GEF : 34628	Unité	15	12	60	80/400	0
183	4	SUSPENSOIR T9 Code GEF : 34625	Unité	200	160	800	80/400	1
183	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			183	415	332	1 660		1
184		SOINS. SYSTEME D'ATTACHE PATIENT Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'attache membres standard avec un système de fermeture par bande autograppante, clip de sécurité et sangle de fixation : 1- Attache poignet ou cheville adulte, longueur : environ 30cm 2- Attache poignet ou cheville enfant, longueur : environ 26 cm 3- Attache poignet pour bébé d'environ 12cm avec un système de fermeture par bande autograppante et sangle de fixation en coton 4- Body de maintien intégral pour empêcher le glissement du patient vers l'avant tout en maintenant le buste droit : - Grand modèle : tour de taille de 95 à 135cm environ - Modèle moyen : tour de taille de 68 à 108cm environ - Petit modèle : tour de taille de 46 à 76cm environ Présentation Unitaire. Dispositif Médicalement Propre. SPECIMEN : Envoyer UN exemplaire de chaque attache poignet. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
184	1	Attache adulte Code GEF : 34163	Unité	6 300	5 040	25 200	80/400	1
184	2	Attache enfant Code GEF : 304036	Unité	140	112	560	80/400	1
184	3	Attache poignet bébé Code GEF : 307421	Unité	300	240	1 200	80/400	1
184	4	Body grand modèle Code GEF : 312323	Unité	5	4	20	80/400	1
184	5	Body moyen modèle	Unité	5	4	20	80/400	0
184	6	Body petit modèle	Unité	2	2	8	100/400	0
184	7	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			184	6 752	5 402	27 008		4

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
185		SOINS. SYSTEME D'ATTACHE PATIENT FERMETURE SECURISEE Notice technique: DESCRIPTIF: Système d'attache sûr et efficace avec un système de fermeture magnétique . Attache cheville avec une sangle de fixation au lit : - supérieur à 27cm - 20-27 cm environ - inférieur à 20cm Attache poignet avec une sangle de fixation au lit : - 21-27cm environ - 15-21 cm environ - 10-15cm environ Bouton de fermeture magnétique Ceinture abdominale avec un système à déplacement contrôlé. - Grand modèle : tour de taille de 95 à 135cm environ - Modèle moyen : tour de taille de 68 à 108cm environ - Petit modèle : tour de taille de 46 à 76cm environ Clé magnétique Attache universelle cheville et poignet. Dispositifs réutilisables, faciles à nettoyer : indiquer dans la réponse les modalités préconisées pour le nettoyage. Préciser la durée de garantie de vos dispositifs. SPECIMEN : UN exemplaire de ceinture abdominale taille moyenne - UN exemplaire d'attache cheville 20-27cm - UN exemplaire d'attache poignet 15-21cm - UN exemplaire de fermeture et de clé Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
185	1	Attache cheville grand Code GEF : 515558	Unité	19	16	76	84/400	0
185	2	Attache cheville moyen Code GEF : 515559	Unité	50	40	200	80/400	1
185	3	Attache cheville petit Code GEF : 309913	Unité	15	12	60	80/400	0
185	4	Attache poignet grand Code GEF : 515556	Unité	65	52	260	80/400	0
185	5	Attache poignet moyen Code GEF : 507411	Unité	100	80	400	80/400	1
185	6	Attache poignet petit Code GEF : 517534	Unité	30	24	120	80/400	0
185	7	Attache universelle cheville et poignet Code GEF : NC	Unité	1	1	4	100/400	0
185	8	Bouton magnétique Code GEF : 519930	Unité	170	136	680	80/400	0
185	9	Ceinture abdominale grand modèle Code GEF : 510159	Unité	20	16	80	80/400	0
185	10	Ceinture abdominale moyen modèle Code GEF : 519105	Unité	40	32	160	80/400	1
185	11	Ceinture abdominale petit modèle Code GEF : 302574	Unité	10	8	40	80/400	0
185	12	Clé magnétique Code GEF : 511513	Unité	660	528	2 640	80/400	1
185	13	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n°			185	1 180	945	4 720		4

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
186		SOINS. SYSTEME D'ATTACHE PATIENT FERMETURE SECURISEE A SERRURE Notice technique: DESCRIPTIF : Système d'attache sûr et efficace avec un système de fermeture à clés. Attache cheville avec serrure : - Bracelet de 6 x 37 cm pour les chevilles, doublé d'une sangle avec système de fixation au membre par double auto-agrippant et 1 sangle avec anneaux en U. - Fixation lit par 1 sangle avec serrure. Préciser si 1 ou 2 clés sont fournies. Attache cheville à boucle rapide : - Bracelet de 6 x 37 (chevilles) doublé d'une sangle avec système de fixation au membre par double auto agrippant et renforcé par une 2° fermeture par une sangle à boucle rapide. - Fixation au lit par une sangle à boucle rapide. Attache poignet avec serrure : - Bracelets de 6 x 30,5 cm pour les poignets avec ajustement par double auto-agrippant renforcé d'une sangle avec serrure. - Fixation lit par 1 sangle avec serrure. Préciser si 1 ou 2 clés sont fournies. Clé supplémentaire. Dispositifs réutilisables, faciles à nettoyer : indiquer dans la réponse les modalités préconisées pour le nettoyage. Préciser la durée de garantie de vos dispositifs. SPECIMEN : UN exemplaire d'attache cheville avec serrure - UN exemplaire d'attache cheville à boucle rapide - UN exemplaire d'attache poignet avec serrure Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
186	1	ATTACHE CHEVILLE A BOUCLE RAPIDE Code GEF : NC	Unité	40	32	160	80/400	1
186	2	ATTACHE CHEVILLE AVEC SERRURE Code GEF : 520013	Unité	50	40	200	80/400	1
186	3	ATTACHE POIGNET AVEC SERRURE Code GEF : 520012	Unité	60	48	240	80/400	1
186	4	CLE SUPPLEMENTAIRE Code GEF : NC	Unité	260	208	1 040	80/400	0
186	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 186				410	328	1 640		3
187		SOINS. TOISES Notice technique: DESCRIPTIF: Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humain. 1- Toise adulte en aluminium télescopique pour montage mural. Plage de mesure : de 6 à 200cm 2- Toise en bois pour bébé Plage de mesure : de 0 à 100cm 3- Toise murale à ruban en plastique avec curseur . Composé d'un boîtier et ruban en métal coulissant et 3 vis de fixation. Plage de mesure : 0 à 200cm 4- Toise Enfant / bébé en aluminium - Pied à coulisse en plastique - Reglette en métal Plage de mesure de 0 à 99cm Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.						
187	1	Toise adulte Code GEF : 308130	Unité	15	12	60	80/400	0

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
187	2	Toise bois bébé Code GEF : 514985	Unité	3	3	12	100/400	0
187	3	Toise murale ruban Code GEF : 517607	Unité	30	24	120	80/400	0
187	4	Toise nourrisson Code GEF : 308830	Unité	15	12	60	80/400	0
187	5	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 187				63	51	252		0

188	URO STD. COLLECTEUR A URINES GRADUE Notice technique: DESCRIPTIF : Dispositifs destinés à la collecte et à la mesure des urines, adaptables sur cuvettes de toilettes standards, pour une utilisation en établissement de santé. Caractéristiques minimales : Dispositif stable avec rebords permettant une bonne fixation sur la cuvette Matériau plastique résistant, étanche et nettoyable (réutilisable) Graduation lisible en millilitres (capacité ~800 mL minimum) Bec verseur facilitant le transfert des liquides, de préférence Forme adaptée à la collecte des urines À préciser par le fournisseur : Fournir une fiche technique avec une photographie ou iconographie du dispositif Capacité et précision des graduations Matériau et conditions de réutilisation Dimensions et compatibilité avec les cuvettes Nombre d'unité par conditionnement et conditionnement minimal livrable Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
188	1	COLLECTEUR URINE Code GEF : 318152	Unité	360	288	1 440	80/400	0
188	2	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 188				360	288	1 440		0

189	URO STD. RACCORDS SONDES URINAIRES Notice technique: DESCRIPTIF : Raccords pour dispositifs de l'abord urinaire. CONNECTEUR UNIVERSEL Système de raccordement permettant la connexion sécurisée de sondes urétrales à un système de recueil urinaire. Le dispositif est composé de deux raccords connectés : - Raccord distal cranté, compatible avec les sondes urinaires de diamètres 3 à 12 CH, et extrémité proximale avec connecteur Luer-Lock femelle - Second raccord avec extrémité distale Luer-Lock mâle et connectique godet proximale. RACCORD LUER-LOCK POUR GODET Raccord permettant la connexion d'une seringue Luer-Lock sur le godet d'une sonde. Présentation Unitaire. Dispositif à Usage Unique Stérile. SPECIMEN : Envoyer 1 Connecteur universel, 1 Raccord Luer Lock pour godet. Z-COMPLEMENT DE GAMME Offre de prix à proposer pour les produits en complément de gamme limité aux références correspondant au descriptif de ce lot et permettant au CHU de Toulouse d'acheter un produit complémentaire non décrit à ce jour et présent dans votre gamme.							
189	1	Connecteur universel Code GEF : 34186	Unité	3 710	2 968	14 840	80/400	1
189	2	Raccord Luer-Lock pour godet Code GEF : 558458	Unité	455	364	1 820	80/400	1
189	3	Z-COMPLEMENT DE GAMME	Unité	0			80/400	0
Total des quantités du lot n° 189				4 165	3 332	16 660		2

02/06/2026

Catalogue des besoins

FMEDS AO FOURNITURE DE DISPOSTIFS MEDICAUX STANDARDS (Période du 01/04/2027 au 31/03/2029)

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	Nb spéc.
Nombre de lignes	796	Total général		5 906 691	3 870 197	23 626 812		567