



**GCS UniHA**  
**Groupeement de Coopération Sanitaire**  
**9 rue des Tuiliers**  
**69003 LYON**

## Questions / réponses

**Objet :** Fourniture de dispositifs médicaux de l'abord parentéral – PAR24

**Références** N°M\_2917

**Rappel DLRO : Le 21/04/2033 à 12h00**

Conformément à l'article 5.6 du règlement de consultation, les candidats ont la possibilité de formuler des questions et des demandes de renseignements complémentaires par le biais de la plateforme des achats de l'Etat Place, à l'adresse URL suivante : [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr).

Vous trouverez ci-dessous, les réponses aux questions posées par les candidats.

| N° | Date et heure de la question | Question du candidat                                                                                                                                                                                                                                         | Réponse du pouvoir adjudicateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 25/04/2023<br>10:30          | Bonjour,<br>Afin de savoir si nous pouvons nous positionner, pouvez-vous dire : -Si nous devons répondre à toutes les lignes composant un lot ? -Si nous pouvons proposer des variantes ? -Si nous devons envoyer des échantillons ? Merci pour votre retour | Bonjour,<br>Nous vous rappelons qu'il n'est pas attendu d'offres au stade de la candidature, ni d'échantillons.<br>Selon l'article 6.3 du règlement de consultation, vous devez remettre l'annexe 1 du RC « Tableau de synthèse des capacités ». Ce tableau est à renseigner avec les références avec lesquelles vous êtes susceptible de vous positionner lors de la phase des offres mais ne constitue pas un allotissement.<br><br>Chaque fournisseur dont la candidature aura été retenue, aura la possibilité de se positionner sur l'ensemble des lots décrits dans les marchés spécifiques. |
| 2  | 25/04/2023<br>11:03          | Bonjour,<br>Je viens de télécharger votre dossier et je n'arrive pas à ouvrir 2 fichiers : l'annexe 1 au CCTP (format pdf) et l'attestation sur l'honneur relative aux sanctions prises contre les opérateurs russes (format word). Cordialement             | Bonjour,<br>Après vérification, les 2 fichiers mentionnés s'ouvrent correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 25/04/2023<br>15 :47 | Bonjour,<br>Dans l'Annexe_1_Tableau de synthèse des capacités concernant les Cathéters courts périphériques avec ailettes, doit-on mettre toutes les références produits commercialisées ou seulement quelques-unes ? merci                               | Bonjour,<br>Le tableau de synthèse des capacités est à renseigner avec les références avec lesquelles vous êtes susceptible de vous positionner lors de la phase des offres mais ne constitue pas un allotissement.                                                                                                                                                              |
| 4 | 27/04/2023<br>15:12  | Bonjour,<br>Pourriez-vous nous confirmer que la date limite de réception des candidatures est fixée au 5 mai (jour ouvrés) pour pouvoir répondre au premier marché spécifique prévu le 22 mai 2023 soit 15 jours avant la publication du premier marché ? | Bonjour,<br>La date limite de réception des candidatures pour pouvoir répondre au premier marché spécifique est fixée au 22 mai 2023.<br>Le premier marché spécifique ne sera pas publié avant le mois de juin 2023.                                                                                                                                                             |
| 5 | 28/04/2023<br>15:10  | Bonjour,<br>Merci de nous confirmer que nous devons fournir que la candidature ? pas besoin d'offre ou de dossier technique ?<br>Merci                                                                                                                    | Bonjour,<br>A ce stade, il n'est attendu que la remise de votre dossier de candidature.<br>Seules les candidatures acceptées à la date du lancement de chaque marché spécifique seront invitées à remettre une offre.<br>Le premier marché spécifique ne sera pas publié avant le mois de juin 2023. Lors de la publication de celui-ci, vous serez invité à remettre une offre. |
| 6 | 28/04/2023<br>15:44  | Bonjour<br>Je ne vois pas l'annexe 2 au RC du modèle dossier de candidature équivalent au DC1 et DC2. Pouvez-vous me dire où je peux trouver ce document? Merci. Cordialement                                                                             | Bonjour,<br>Le RC a été modifié, nous avons ajouté dans l'article 5.1 contenu de la consultation, la mention de l'annexe 2 Modèle dossier de candidature équivalent DC1 et DC2.<br>Le DCE initial a également été modifié, nous avons ajouté cette annexe dans le nouveau DCE V2.                                                                                                |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 03/05/2023<br>10:05 | Bonjour,<br>Pouvons-nous répondre au lot 159 si nous disposons de poches non-captives compatibles avec l'automate BAXA ainsi qu'un adaptateur permettant d'effectuer des contrôles physico-chimiques mais pas de tubulures ni de valves captives ?     | Bonjour,<br>Lors de la phase de candidature, il n'est pas attendu d'offres ni de dossier technique. Selon l'article 6.3 du règlement de consultation, vous devez remettre l'annexe 1 du RC « Tableau de synthèse des capacités ». Ce tableau est à renseigner avec les références avec lesquelles vous êtes susceptible de vous positionner en face du libellé auxquelles elles correspondent. Ce tableau ne constitue pas un allotissement. Un allotissement sera ensuite proposé dans le cadre de chaque marché spécifique. |
| 8 | 11/05/2023<br>11:40 | Bonjour, Il nous faudrait les jauges et tailles pour pouvoir répondre aux lots 1, 2, 13 à 22 et 24 à 26. Pouvez-vous confirmer que le lot 23 est 1ml en luer slip? Pouvez-vous confirmer que le lot 25 est avec impression de la tuberculine.          | Bonjour,<br>L'annexe 1 au CCTP « Estimation des besoins des premiers marchés spécifiques » et l'annexe 1 au RC « Tableau de synthèse de capacités » ne constituent pas un allotissement mais des exemples de dispositifs qui pourraient être demandés dans des marchés spécifiques. Un allotissement avec un descriptif technique précisant les caractéristiques techniques de chaque lot sera proposé dans le cadre de chaque marché spécifique.                                                                             |
| 9 | 11/05/2023<br>11:52 | Bonjour, Dans le tableau de synthèse des capacités, colonne "volume de vente annuel n-1", est-il possible de renseigner uniquement les établissements les plus représentatifs et joindre en annexe un fichier XLS , détaillé, de tous établissements ? | Bonjour,<br>Oui, ce type de réponse sera accepté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | 11/05/2023<br>11:52 | Bonjour Si nous remplissons le DC1 et DC, devons nous également remplir le modèle de dossier de candidature ?                                                                                                                        | Bonjour,<br>Vous avez la possibilité de transmettre le DC1 et DC2 ou le modèle de dossier de candidature UniHA équivalent DC1 et DC2                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11</b> | 15/05/2023<br>17:11 | Bonjour, certaines gamme comportent beaucoup de références, est-il obligatoire d'indiquer toutes les références dans l'Annexe_1_Tableau de synthèse des capacités pour la candidature si nous indiquons le nom général de la gamme ? | Bonjour,<br>Il n'est pas obligatoire de renseigner de manière exhaustive ce tableau si vous mentionnez le nom général de la gamme et les volumes de vente correspondants. Toutefois, une réponse détaillée sera appréciée.                                                                                                                                                                          |
| <b>12</b> | 21/07/2023<br>16:06 | Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) spécifie une fontaine équipée d'un système infrarouge. Est-il possible de proposer des fontaines sans système infrarouge?                                                      | Nous ne sommes pas concernés par les dispositifs mentionnés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13</b> | 21/07/2023<br>16:20 | Validez-vous qu'un système sans contact cutané, tel que le système à pédale, puisse se substituer à l'infrarouge?                                                                                                                    | Nous ne sommes pas concernés par les dispositifs mentionnés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>14</b> | 08/08/2023<br>11:28 | Quels documents permettent de prouver les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes permettant d'assurer la bonne exécution du présent marché pour la durée ?                                                | Les candidats doivent remettre un dossier complet selon les pièces mentionnées à l'article 6.3 du règlement de consultation. Pour la capacité économique et financière, le candidat devra remettre une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les |

|    |                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                          | <p>trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles</p> <p>Pour la capacité technique, vous trouverez l'ensemble des documents mentionnés à l'article 6.3 du règlement de consultation au point 2 « Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat »</p> |
| 15 | 11/08/2023<br>16:42 | Nous sommes concernés par cette procédure, or nous n'avons pas été invités à concourir ; peut-on tout de même répondre ? | <p>Nous vous confirmons que tous les candidats admis à la première phase du SAD ont été invités à concourir au marché spécifique. La date limite de réponse au marché spécifique était fixée au 04/08/2023 à 12h00. Vous n'avez plus la possibilité de déposer d'offre.</p>                                                                                                                                                                                       |