

« ENDOPROTHESES VASCULAIRES PERIPHERIQUES ET DM CONSOMMABLES :

Endoprothèses vasculaires périphériques artérielles, Endoprothèses pour dissection et anévrismes de l'aorte et consommables associés, Endoprothèses vasculaires et Shunts carotidiens, Endoprothèses des membres inférieurs, Endoprothèses héparinées, Veineuses et Biliaires, Filtres veine cave, Ballons d'embolectomie et Ballons d'occlusion, Systèmes d'accès vasculaire difficile, Systèmes de fermeture artérielle »

Pour tous les lots

- * Le candidat fournira le MARQUAGE CE de conformité, valide selon les règlements européens (UE) n°2017/745 et n°2023/607 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux ainsi que toutes les déclarations CE de conformité s'y rattachant ou selon ancienne directive DM (MDD), si concerné par périmètre des clauses de prolongation du règlement (UE) n°2023/607. Il joindra la lettre d'engagement signée entre candidat et organisme notifié pour les dispositifs encore sous statut MDD et en cours d'évolution vers MDR.
- * Le fournisseur devra proposer un système de traçabilité pour les DMI et indiquera dans l'offre de prix (colonne ad hoc) l'ensemble des codes UDI pour tous les DMI
- * Le fournisseur devra proposer une notice d'utilisation en Français

Spécimens

- * Les spécimens devront être présentés, soit dans leur conditionnement de commercialisation, soit dans un conditionnement clairement identifié

Critères de choix

Les dispositifs conformes aux caractéristiques énoncées seront évalués notamment en fonction des éléments indiqués dans le tableau ci-après dans la colonne Critères de choix

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLOTHEQUE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
1) Endoprothèses vasculaires périphériques artérielles sans libération de principe actif (endoprothèses expansibles sur ballon et endoprothèses auto expansibles) (lots 1 à 22)						
1	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt, expansible par ballon, pré sertie, non couverte, compatible avec un guide 0,014", de diamètre ≥ 4 mm	Endoprothèses vasculaires périphériques en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - non couverte - compatibles avec un guide 0,014" - de diamètre ≥ 4 mm Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	100	LOTS N° 1 à 12 : * Performances techniques et cliniques : 28% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 27% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 40% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
2 (=3)	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt, expansible par ballon, pré sertie, non couverte, compatible avec un guide 0,035"	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - non couverte - compatibles avec un guide 0,035" Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	150		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
3 (=2)	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt, expansible par ballon, pré sertie, non couverte, compatible avec un guide 0,035"	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - non couverte - compatibles avec un guide 0,035" Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique..	150		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
4	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt expansible par ballon, pré sertie, non couverte, de Diamètre > 12 mm	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - non couverte - utilisée notamment dans les cardiopathies congénitales, et/ou dans les vaisseaux tortueux - notamment de Diamètre > 12 mm Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
5	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L, expansible par ballon, pré sertie, non couverte, compatibles avec un guide 0,018"	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L : - expansible par ballon - pré sertie - non couverte - compatibles avec un guide 0,018" Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	30		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
6	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L, expansible par ballon, pré sertie, non couverte, compatible avec un guide de 0,035" avec système de pose co-axial	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L : - expansible par ballon - pré sertie - non couverte - avec système de pose co-axial - compatible avec un guide de 0,035" Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
7 (=8)	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L, expansible par ballon, pré sertie, couverte	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L : - expansible par ballon - pré sertie - couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	500		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
8 (=7)	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L, expansible par ballon, pré sertie, couverte	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L : - expansible par ballon - pré sertie - couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	200		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLONNAGE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
9	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L, expansible par ballon, pré sertie, couverte, héparinée, compatible fil guide 0,035", Compatible introducteur 6, 7, 8F	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base d'acier 316L : - expansible par ballon - pré sertie - couverte - héparinée - compatible fil guide 0,035" - Compatible introducteur 6, 7, 8F Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR) au plus tard au 30/04/2028, soit 1 ans après le début du marché. L'exécution du marché ne pourra se faire avant l'inscription LPPR. Au bout d'un an si pas d'inscription, le marché sera résilié. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
10 (=11)	Endoprothèses vasculaires périphériques en alliage à base de chrome-cobalt, expansible par ballon, pré sertie, couverte	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	1 050		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
11 (=10)	Endoprothèses vasculaires périphériques en alliage à base de chrome-cobalt, expansible par ballon, pré sertie, couverte	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	350		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
12	Endoprothèses vasculaires périphériques en alliage à base de chrome-cobalt, de type "stent de pontage", expansible sur ballon - couvert de PTFE - diamètre dégressif	Endoprothèses vasculaires périphériques en alliage à base de chrome-cobalt, de type "stent de pontage", notamment : - expansible sur ballon - couverte de PTFE - diamètre dégressif. Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée. Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR) au plus tard au 30/04/2028, soit 1 ans après le début du marché. L'exécution du marché ne pourra se faire avant l'inscription LPPR. Au bout d'un an si pas d'inscription, le marché sera résilié. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
13	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt, expansible par ballon, pré sertie, couverte de PTFE, de diamètre > 12 mm	Endoprothèse vasculaire périphérique en alliage à base de chrome-cobalt : - expansible par ballon - pré sertie - couverte de PTFE - notamment utilisée dans les cardiopathies congénitales, - notamment de diamètre > 12 mm Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée. Le candidat précisera la démarche entamée en terme de financement (inscription LPPR ou autre démarche). Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50	LOT n° 13 : * Performances techniques et cliniques : 30% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 30% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 35% de la note globale	SANS OBJET	
14	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, couverte	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	160	LOTS n° 14 à 25 : * Performances techniques et cliniques : 28% de la note globale * Adaptation à l'usage : 27% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 40% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
15	Endoprothèses vasculaires périphérique autre matériau que nitinol, auto-expansible, non couverte	Endoprothèses vasculaires périphérique autre matériau que nitinol : - auto-expansible - non couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	
16	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, compatibles avec un introducteur de 5-6-7 F	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - compatibles avec un introducteur de 5-6-7 F Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLOTHEQUE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
17	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, compatible avec un introducteur de 4 F	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - compatible avec un introducteur de 4 F Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	30		SANS OBJET	
18	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, de gros diamètre (> 15 mm)	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - de gros diamètre (> 15 mm) Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	
19	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, compatible avec un guide de 0,018"	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - compatible avec un guide de 0,018" Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	120		SANS OBJET	
20 (=21)	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, compatible avec un guide de 0,035" avec système de pose co-axial	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - compatible avec un guide de 0,035" - avec système de pose co-axial Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	1 000		SANS OBJET	
21 (=20)	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, compatible avec un guide de 0,035" avec système de pose co-axial	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - compatible avec un guide de 0,035" - avec système de pose co-axial Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	300		SANS OBJET	
22	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, auto-expansible, non couverte, compatible avec un guide de 0,014" et/ou 0,018", avec système de pose co-axial, avec maillage ultra-flexible tressé	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - auto-expansible - non couverte - compatible avec un guide de 0,014" et/ou 0,018", - avec système de pose co-axial - avec maillage ultra-flexible tressé Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLOTHEQUE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
2) Endoprothèses vasculaires périphériques artérielles avec libération de principe actif et ballon avec libération de principe actif (lots 23 à 29)						
23	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol, autoexpandible à élution de principe actif "paclitaxel"	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - autoexpandible - à élution de principe actif de type "paclitaxel" Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR). Le code LPP devra correspondre à une inscription, de préférence, en nom de marque avec libération de substance pharmacologiquement active. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	200		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
24	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol de type, autoexpandible, à élution de principe actif de type "limus"	Endoprothèse vasculaire périphérique en nitinol : - autoexpandible - à élution de principe actif de type "limus" Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR). Le code LPP devra correspondre à une inscription, de préférence, en nom de marque avec libération de substance pharmacologiquement active. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
25	Endoprothèse vasculaire périphérique résorbable, expansible sur ballon, à élution de principe actif de type "limus"	Endoprothèse vasculaire périphérique résorbable : - expansible sur ballon - à élution de principe actif de type "limus" Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR) au plus tard au 30/04/2028, soit 1 ans après le début du marché. L'exécution du marché ne pourra se faire avant l'inscription LPPR. Au bout d'un an si pas d'inscription, le marché sera résilié. Le code LPP devra correspondre à une inscription, de préférence, en nom de marque avec libération de substance pharmacologiquement active. Dispositif médical stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
26 (=27)	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique à élution de principe actif paclitaxel de diamètre ≥ 4 mm	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique : - à élution de principe actif paclitaxel - de diamètre ≥ 4 mm Le candidat précisera s'il développe un dispositif avec un autre principe actif. Dispositif médical stérile à usage unique.	900	LOTS n° 26 à 29 : * Performances techniques et cliniques : 30% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation (dont Avis de la Haute Autorité de Santé), Qualité et caractéristiques des matériaux (dont cinétique de libération du principe actif) * Adaptation à l'usage : 30% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 35% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
27 (=26)	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique à élution de principe actif paclitaxel de diamètre ≥ 4 mm	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique : - à élution de principe actif paclitaxel - de diamètre ≥ 4 mm Le candidat précisera s'il développe un dispositif avec un autre principe actif. Dispositif médical stérile à usage unique.	450		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
28	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique à élution de principe actif paclitaxel de diamètre < 4 mm	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique : - à élution de principe actif paclitaxel - de diamètre < 4 mm Le candidat précisera s'il développe un dispositif avec un autre principe actif. Dispositif médical stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
29	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique à élution de principe actif de type "limus" toute taille de diamètre.	Cathéter à ballonnet pour angioplastie périphérique : - à élution de principe actif de type "limus" Dispositif médical stérile à usage unique.	300		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
3) Endoprothèses pour dissection et anévrismes de l'aorte et consommables associés (introduceurs longs gros diamètre et ballons) (lots 30 à 49)						
30	Endoprothèse vasculaire pour dissection aortique avec armature en acier 316L recouverte de polyester et extension couverte et/ ou non couverte.	Endoprothèse vasculaire pour dissection aortique (thoracique et/ou abdominale) avec armature en acier 316L recouverte de polyester et extension couverte et/ou non couverte Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR). Le candidat pourra proposer une extension utilisable en association avec les endoprothèses corps principaux dans les dissections aortiques. Une extension non LPPR peut-etre acceptée. Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	30	LOTS n° 30 à 43 : * Performances techniques et cliniques : 28% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 27% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 40% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLONNAGE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
31	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol,- recouverte de polyester, avec barre de flexion longitudinale pour le ciblage de la crosse aortique	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol : - recouverte de polyester - avec barre de flexion longitudinale pour le ciblage de la crosse aortique Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	30		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
32	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol, recouverte de polyester, sans barre de flexion	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol : - recouverte de polyester - sans barre de flexion Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	20		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
33	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol, de type : - recouverte de polyester - munie de crochets de fixation	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol : - recouverte de polyester - munie de crochets de fixation Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	70		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
34	Endoprothèses vasculaires pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol recouvertes de PTFE	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique avec armature en nitinol : - recouverte de PTFE Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	200		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
35	Endoprothèses vasculaires pour anévrisme et ou dissection aortique thoracique (et/ou sous clavrière) avec armature en nitinol recouvertes de PTFE avec branche héparinée	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique thoracique (et/ou sous clavrière) avec armature en nitinol : - recouverte de PTFE - branche héparinée Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée. Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR) au plus tard au 30/04/2028, soit 1 ans après le début du marché. L'exécution du marché ne pourra se faire avant l'inscription LPPR. Au bout d'un an si pas d'inscription, le marché sera résilié. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	80		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
36	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol, recouverte de polyester, armature annulaire ou de type "Z stents", composée de 3 parties ("tricarps")	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol : - recouverte de polyester - armature annulaire ou de type "Z stents" - composée de 3 parties ("tricarps") Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	20		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
37	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol, FENETREE SUR MESURE, recouverte de polyester avec armature annulaire	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol : - FENETREE SUR MESURE - recouverte de polyester - armature annulaire Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	15		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
38	Endoprothèses vasculaires pour anévrisme aortique abdominal avec armature sinusoidale en armature métallique (nitinol et/ou acier) avec couverture de polyester, composées de 3 parties ("tricarps"), avec stents liés	Endoprothèses vasculaires pour anévrisme aortique abdominal avec armature sinusoidale en armature métallique (nitinol et/ou acier) avec couverture de polyester, composées de 3 parties ("tricarps"), avec stents liés. Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
39	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol, FENETREE, recouverte de polyester avec armature sinusoidale	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol, de type : - FENETREE - recouverte de polyester - armature sinusoidale Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	80		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLOTHEQUE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
40	Endoprothèse vasculaire pour artères iliaques et rénales en chrome cobalt, constituée d'une double couverture de PTFE compatible avec un introducteur 5F	Endoprothèse vasculaire pour artères iliaques et rénales en chrome cobalt, constituée d'une double couverture de PTFE notamment indiqué dans les procédures BEVAR, compatible avec un introducteur 5F Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR) au plus tard au 30/04/2028, soit 1 ans après le début du marché. L'exécution du marché ne pourra se faire avant l'inscription LPPR. Au bout d'un an si pas d'inscription, le marché sera résilié. Le code LPP devra correspondre à une inscription, de préférence, en nom de marque avec libération de substance pharmacologiquement active. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	80		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
41	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol, recouverte de polyester, composée de 2 parties ("bicorps")	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol : - recouverte de polyester - composée de 2 parties ("bicorps") Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
42	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol, recouverte de PTFE	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme aortique abdominal en nitinol : - recouverte de PTFE Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	200		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
43	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme dans la zone thoracoabdominale, en nitinol recouverte de PTFE, avec et ou sans branche	Endoprothèses vasculaires pour anévrisme dans la zone thoracoabdominale avec et ou sans branche, avec armature en nitinol recouvertes de PTFE Le candidat proposera notamment le tronc principal de la prothèse. Le candidat pourra proposer des accessoires spécifiques associés à la pose. Le candidat précisera s'il existe une autre indication (anévrisme de l'aorte abdominale pararénales). Le DM devra être inscrit sur la Liste des Produits et Prestation Remboursable (LPPR) au plus tard au 30/04/2028, soit 1 ans après le début du marché, en précisant la ou les indications couvertes. L'exécution du marché ne pourra se faire avant l'inscription LPPR. Au bout d'un an si pas d'inscription, le marché sera résilié. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	35		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
44 (=45)	Cathéters à ballonnet de gros diamètre pour le modelage des endoprothèses vasculaires pour anévrisme de l'aorte compatibles avec un introducteur ≥ 10F	Cathéters à ballonnet (UN SEUL BALLONNET) de gros diamètre pour le modelage des endoprothèses vasculaires pour anévrisme de l'aorte compatibles avec un introducteur ≥ 10F Dispositif médical stérile à usage unique.	450	LOTS n° 44 à 53 : * Performances techniques et cliniques : 30% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 30% de la note globale Maniabilité /Facilité de mise en place et d'utilisation (dont gonflement et dégonflement pour les lots 44 à 46), Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 35% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
45 (=44)	Cathéters à ballonnet de gros diamètre pour le modelage des endoprothèses vasculaires pour anévrisme de l'aorte compatibles avec un introducteur ≥ 10F	Cathéters à ballonnet (UN SEUL BALLONNET) de gros diamètre pour le modelage des endoprothèses vasculaires pour anévrisme de l'aorte compatibles avec un introducteur ≥ 10F Dispositif médical stérile à usage unique.	130		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
46	Cathéters à ballonnet de gros diamètre pour le modelage des endoprothèses vasculaires pour anévrisme de l'aorte de type tri-lobé compatible avec un introducteur supérieur ou égale à 10F	Cathéters à ballonnet de gros diamètre pour le modelage des endoprothèses vasculaires pour anévrisme de l'aorte de type tri-lobé compatible avec un introducteur supérieur ou égale à 10F Dispositif médical stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
47 (=48)	Introducteurs artériels à usage vasculaire périphérique de diamètre ≥ 12 F	Introducteurs artériels à usage vasculaire périphérique de diamètre ≥ 12 F Usage adulte. L'introducteur doit être composé : - d'une gaine contenant un dilateur, - d'une valve hemostatique proximale (amovible ou fixe) munie d'une tubulure latérale ayant à son extrémité une valve avec un robinet 3 voies. Dispositif médical stérile à usage unique.	1500		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation ad hoc Si le candidat répond aux 2 lots (47et 48) de façon identique, il pourra fournir des spécimens que pour l'un des deux lots	CIRCUIT DIRECT
48 (=47)	Introducteurs artériels à usage vasculaire périphérique de diamètre ≥ 12 F	Introducteurs artériels à usage vasculaire périphérique de diamètre ≥ 12 F Usage adulte. L'introducteur doit être composé : - d'une gaine contenant un dilateur, - d'une valve hemostatique proximale (amovible ou fixe) munie d'une tubulure latérale ayant à son extrémité une valve avec un robinet 3 voies. Dispositif médical stérile à usage unique.	500		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation ad hoc Si le candidat répond aux 2 lots (47et 48) de façon identique, il pourra fournir des spécimens que pour l'un des deux lots	CIRCUIT DIRECT

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLOTHEQUE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
49	Introduceur gaine orientable percutanée périphérique pour pose d'endoprothèse aortique compatible avec un introduceur de diamètre 6 à 9F	Introduceur gaine orientable percutanée périphérique pour pose d'endoprothèse aortique compatible avec un introduceur de diamètre 6 à 9F Dispositif médical stérile à usage unique.	600		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation ad hoc	CIRCUIT DIRECT
4) Endoprothèses vasculaires et shunts carotidiens (lots 50 à 53)						
50	Endoprothèse carotidienne en nitinol, autoexpansible, double maille, constitué d'une "micromaille"	Endoprothèse carotidienne en nitinol : - autoexpansible - double maille, type "micromaille" Le candidat précisera la nature de la micromaille Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	150		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
51	Endoprothèse carotidienne, autre matériau que nitinol, auto-expansible	Endoprothèse carotidienne, autre matériau que nitinol : - auto-expansible Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	350		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
52	Shunt carotidien avec ballonnet	Shunt carotidien avec ballonnet Dispositif médical stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
53	Shunt carotidien sans ballonnet en silicone de type "Sundt"	Shunt carotidien sans ballonnet en silicone de type "Sundt" Dispositif médical stérile à usage unique.	40		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
5) Endoprothèses vasculaires périphériques du membre inférieur (lots 54 à 55)						
54	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme de l'artère poplitée en nitinol recouverte de PTFE	Endoprothèse vasculaire pour anévrisme de l'artère poplitée en nitinol : - recouverte de PTFE Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	20	LOTS n° 54 à 57 : * Performances techniques et cliniques : 28% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 27% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 40% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
55	Endoprothèse vasculaire périphérique artériopathie oblitérante des membres inférieurs, en nitinol, héparinée, recouverte de PTFE	Endoprothèse vasculaire périphérique artériopathie oblitérante des membres inférieurs, en nitinol : - héparinée - recouverte de PTFE Endoprothèse artérielle héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	900		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
6) Autres endoprothèses vasculaires périphériques : héparinées, veineuses et biliaires percutanées (lots 56 à 59)						
56	Endoprothèse biliaire métallique, en nitinol, auto-expansible, non couverte, maillage tressé, pour pose percutanée	Endoprothèse biliaire métallique, en nitinol : - auto-expansible - non couverte - maillage tressé - pour pose percutanée. Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	40		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
57	Endoprothèse biliaire métallique, en nitinol, auto-expansible, couverte, maillage tressé, pour pose percutanée	Endoprothèse biliaire métallique, en nitinol : - auto-expansible - couverte - maillage tressé - pour pose percutanée Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	10		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
58	Endoprothèse biliaire non couverte biorésorbable pour pose percutanée	Endoprothèse biliaire non couverte biorésorbable pour pose percutanée dans les sténose bénigne des voies biliaires Dispositif médical stérile à usage unique.	30	LOT n° 58 : * Performances techniques et cliniques : 30% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 30% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accessibilité des lésions, Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 35% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLONNAGE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
59	Endoprothèse veineuse métallique iliofémorale, non couverte	Endoprothèse veineuse métallique iliofémorale : - non couverte Endoprothèse artérielle ne libérant pas de substance pharmacologiquement active et non héparinée, et inscrite à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical implantable stérile à usage unique.	100	LOTS n° 59 à 61 : * Performances techniques et cliniques : 28% de la note globale Efficacité et tolérance (dont durée documentée de pose pour les lots 60 et 61), Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux * Adaptation à l'usage : 27% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accès aux lésions(et de retrait, le cas échéant, pour les lots 60 et 61), Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 40% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
7) Filtres veine cave, ballons embolectomie et ballons d'occlusion (lots 60 à 67)						
60 (=61)	Filtre veine cave	Filtre veine cave Le fournisseur précisera, le cas échéant, le système de retrait associé Le fournisseur pourra proposer un système de retrait associé Le candidat précisera la nature des matériaux. Dispositif inscrit à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical stérile à usage unique.	400		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
61 (=60)	Filtre veine cave	Filtre veine cave Le fournisseur précisera, le cas échéant, le système de retrait associé Le fournisseur pourra proposer un système de retrait associé Le candidat précisera la nature des matériaux. Dispositif inscrit à la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Dispositif médical stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
62	Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle simple lumière	Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle : - simple lumière Dispositif médical stérile à usage unique.	2000	LOTS n°62 à 73 : * Performances techniques et cliniques : 30% de la note globale Efficacité et tolérance, Recul clinique d'utilisation, Qualité et caractéristiques des matériaux (dont temps de résorption de la substance pour les lots 69 à 71) * Adaptation à l'usage : 30% de la note globale Maniabilité /Facilité d'accès aux lésions (et pour les lots 68 -73, facilité de mise en place), Etendue de gamme, Appropriation de l'utilisateur * Développement durable : 5% de la note globale * Prix : 35% de la note globale	SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
63	Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle, simple lumière, sans latex	Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle : - simple lumière - sans latex Dispositif médical stérile à usage unique.	250		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
64	Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle, double lumière	Cathéter à ballonnet pour embolectomie artérielle : - double lumière Dispositif médical stérile à usage unique.	800		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
65	Cathéter à ballonnet pour occlusion vasculaire, simple lumière, de diamètre ≤ à 20 mm	Cathéter à ballonnet pour occlusion vasculaire : - simple lumière - de diamètre ≤ à 20 mm Dispositif médical stérile à usage unique.	350		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
66	Cathéter à ballonnet pour occlusion vasculaire, simple lumière, de diamètre ≥ à 20 mm	Cathéter à ballonnet pour occlusion vasculaire : - simple lumière - de diamètre ≥ à 20 mm Dispositif médical stérile à usage unique.	100		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
67	Cathéter à ballonnet pour occlusion vasculaire, double lumière	Cathéter à ballonnet pour occlusion vasculaire : - double lumière Dispositif médical stérile à usage unique.	50		SANS OBJET	CIRCUIT DIRECT
8) Systèmes d'accès vasculaire difficile et systèmes de fermeture artérielle (lots 68 à 73)						
68	Système d'accès de franchissement et/ou de ré-entrée vasculaire	Système d'accès de franchissement et/ou de ré-entrée vasculaire Dispositif médical stérile à usage unique.	50		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation ad hoc	CIRCUIT DIRECT
69 (=70)	Système de fermeture artérielle percutanée (autre que suture) à base de substance biodégradable	Système de fermeture artérielle percutanée (autre que suture) à base de substance biodégradable. Dispositif médical stérile à usage unique.	8000		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation ad hoc Si le candidat répond aux 2 lots (69 et 70) de façon identique, il pourra fournir des spécimens que pour l'un des deux lots	CIRCUIT DIRECT
70 (=69)	Système de fermeture artérielle percutanée (autre que suture) à base de substance biodégradable	Système de fermeture artérielle percutanée (autre que suture) à base de substance biodégradable. Dispositif médical stérile à usage unique.	2000		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation ad hoc Si le candidat répond aux 2 lots (69 et 70) de façon identique, il pourra fournir des spécimens que pour l'un des deux lots	CIRCUIT DIRECT

N° DE LOT	LOTS	CARACTERISTIQUES	QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES	CRITERES DE CHOIX et éléments d'appréciation	SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT / CHOIX et ECHANTILLONNAGE (C+E)	CIRCUIT DE LIVRAISON
71	Système de fermeture artérielle percutanée (autre que suture) à base de substance biodégradable pour ponction de gros diamètre	Système de fermeture artérielle percutanée (autre que suture) à base de substance biodégradable pour ponction de gros diamètre . Le système comprendra un système de type plus/bouchon de collagène, et notamment des tailles de 14 F et 18F Dispositif médical stérile à usage unique.	530		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation <i>ad hoc</i>	CIRCUIT DIRECT
72	Système de fermeture artérielle percutanée utilisant une "suture" pour ponction de gros diamètre Dispositif médical stérile à usage unique.	Système de fermeture artérielle percutanée de type "suture" pour ponction de gros diamètre - Toutes tailles - Le candidat précisera la nature du matériau. Dispositif médical stérile à usage unique.	6150		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation <i>ad hoc</i>	CIRCUIT DIRECT
73	Système de fermeture artérielle percutanée mécanique utilisant un "clip" Dispositif médical stérile à usage unique.	Systèmes de fermeture artérielle percutanée mécanique de type "clip" - Toutes tailles - Le candidat précisera la nature du matériau. Dispositif médical stérile à usage unique.	90		1 à 2 spécimen(s) et / ou système de visualisation <i>ad hoc</i>	CIRCUIT DIRECT