

Acquisition de divers matériels de laboratoire pour le CRITT – CCI Réunion 2026

Bordereau de Prix - N° 2326SGCRIT15

Lot 1 – Divers petits équipements de laboratoire

Désignation	Caractéristiques minimales attendues	Qté	PU € HT	TVA (8,5%)	Montant € TTC	Garantie	Délai	Référence / observations
Calibrateur multifonction	Étalonnage multimètres, ampèremètres, voltmètres et oscilloscopes ; fonctions tension/courant AC-DC, résistance, simulation TC/RTD, capacité ; option oscilloscope ; interfaces GPIB et RS-232 ou USB ; logiciel inclus ; certificat d'étalonnage ISO/CEI 17025.	1						
Multimètre numérique de table	Résolution minimale 6,5 chiffres ; mesure TRMS ; étalonnage automatique interne ; vitesse minimale 20 mesures/s ; interfaces GPIB et USB et/ou LAN ; commandes SCPI ; logiciel inclus ; certificat d'étalonnage ISO/CEI 17025.	1						
Total lot 1								

Lot 2 – Balance et jauges portables

Désignation	Caractéristiques minimales attendues	Qté	PU € HT	TVA (8,5%)	Montant € TTC	Garantie	Délai	Référence / observations
Comparateur de masses	Portée d'utilisation comprise entre 500 g et 10 kg ; étalonnage de masses classe F1 ; répétabilité cycle EMME $\leq 0,1$ mg ; résolution minimale 0,1 mg ; stabilité inférieure à 30 secondes ; connectique USB ; SAV, maintenance préventive et disponibilité des pièces de rechange.	1						
Jauge portable 10 L	Jauge portable en acier inoxydable ; capacité nominale 10 L ; conforme à l'approbation LNE 14764 révision 0 du 03/09/2009 ; certificat d'étalonnage sous accréditation ILAC-COFRAC ou équivalent ; documentation technique en français.	1						
Jauge portable 20 L	Jauge portable en acier inoxydable ; capacité nominale 20 L ; conforme à l'approbation LNE 14764 révision 0 du 03/09/2009 ; certificat d'étalonnage sous accréditation ILAC-COFRAC ou équivalent ; documentation technique en français.	1						
Total lot 2								

Lot 3 – Étalonneur infrarouge / Bain d'étalonnage avec corps noir

Désignation	Caractéristiques minimales attendues	Qté	PU € HT	TVA (8,5%)	Montant € TTC	Garantie	Délai	Référence / observations
Bain d'étalonnage portable avec source corps noir	Équipement portable pour étalonnage de thermomètres infrarouges ; plage bain -35 °C à +140 °C ; stabilité bain $\pm 0,01$ °C et corps noir $\pm 0,03$ °C ; résolution 0,001 °C ; homogénéité axiale et radiale conforme ; bloc source corps noir ; afficheur numérique ; mallette de transport ; logiciel d'acquisition ; constat de vérification ou certificat d'étalonnage.	1						
Total lot 3								

Fait à.....

Date.....

Nom-Prénom et qualité du signataire (cachet entreprise)

BP/ Acquisition de divers matériels de laboratoire-CRITT 2026