

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	CATHETER P/CHOLANGIOGRAPHIE P/COELIOCHIRURGIE Système pour cholangiographie par coeliochirurgie. Cathéter d'environ 65 cm, diamètre externe inférieur ou égal à CH5 pour un passage à travers un trocard Ø 5 mm. Préciser le matériau constitutif Préciser les dimensions du cathéter Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le cathéter pour cholangiographie devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale. Classe : DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE					
1	Cathéter p/cholangiographie p/pince coeliochirurgie	Unité	405	203	2 430	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	2 400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS ABORD URINAIRE

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
2	BOUGIE DILATATION URETRALE Bougie de dilatation urétrale stérile à usage unique ou à usage MULTIPLE (préciser les conditions de stérilisation) Caractéristiques : droite, extrémité olivaire en NEOPLEX, longueur 34 cm environ Préciser la gamme des CH disponibles. Présentation unitaire Préciser la présentation et le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS ABORD URINAIRE					
1	Droite, olivaire, néoplex	Unité	745	373	4 470	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	2 400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		240	120	1 440	0
	GH70 DE VESOUL		100	50	600	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS EXPLORATION FONCTIONNELLE ET HEMATO

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
3	AIGUILLE HYPODERMIQUE POUR INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE 27G x 40 mm environ Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer d'autres tailles Classe : DMS EXPLORATION FONCTIONNELLE ET HEMATO					
1	27G x 40 mm	Unité	3 020	1 510	18 120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 400	1 200	14 400	2
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		500	250	3 000	0
	GH70 DE VESOUL		120	60	720	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0
2	PSEF : Autres tailles disponibles	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0
4	TROCART BIOPSIE CUTANEE Trocart utilisé en dermatologie pour prélèvements cutanés Tailles 3/3,5/4,5/6 et 8 mm Préciser : - le matériau constitutif - le conditionnement Présentation unitaire stérile Classe : DMS EXPLORATION FONCTIONNELLE ET HEMATO					
1	Trocart à biopsie cutanée	Unité	500	250	3 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		500	250	3 000	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS EXPLORATION FONCTIONNELLE ET HEMATO

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS STANDARD

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
5	AIGUILLE ACUPUNCTURE Aiguille d'acupuncture stérile, à USAGE UNIQUE, sans guide, en acier inoxydable, indiquée dans un contexte obstétrical Caractéristiques souhaitées : - diamètre 0,22 mm x longueur 25 mm environ - diamètre 0,20 mm x longueur 15 mm environ - diamètre 0,25 mm x longueur 40 mm environ Présentation unitaire stérile Préciser : - la gamme de tailles disponibles - les matériaux constitutifs - la présentation et le conditionnement Les aiguilles pour acupuncture devront avoir été présentées aux sage-femmes diplômées pour cette activité Classe : DMS STANDARD					
1	Aiguille acupuncture	Aiguille	58 200	29 100	349 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		35 000	17 500	210 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		15 000	7 500	90 000	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		8 000	4 000	48 000	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		200	100	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents
Classe : PANSEMENTS GROUPE "A"

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
6	TAMPON NASAL – Tampon nasal avec ou sans tube, sans fil, non adhérent, longueur environ 8 cm, pour tamponnement post-opératoire – Préciser la composition – Présentation unitaire stérile – Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Autres tailles disponibles. Ces DM sont ou peuvent être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons * FOURNIR POUR CHAQUE DM, la valeur de la quantité résiduelle d'oxyde d'éthylène. Classe : PANSEMENTS GROUPE "A"					
1	Tampon nasal sans tube	Unité	55	28	330	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	300	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0
2	Tampon nasal avec tube	Unité	165	83	990	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		110	55	660	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	300	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0
3	PSEF : Autres tailles disponibles	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : PANSEMENTS GROUPE "A"

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents
Classe : SUTURES ET LIGATURES

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
7	SYSTEME DE CERCLAGE P/FERMETURE STERNALE Système de cerclage pour fermeture sternale après une STERNOTOMIE. Le système comportera un ou plusieurs implants permettant l'arthrodèse du Sternum. Préciser : - le nombre de dispositif nécessaire pour une intervention - le matériau constitutif Présentation unitaire stérile OU conditionnement multiple Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les systèmes de cerclage DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les systèmes de cerclage devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : SUTURES ET LIGATURES					
1	Système de cerclage p/fermeture sternale	Unité	10	5	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CH JURA SUD LONS LE SAUNIER		0	0	0	0
	CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE		0	0	0	0
	CHI DU PAYS DE REVERMONT		0	0	0	0
	GCS ETS SANITAIRE MEDICO SOCIAUX NORD FRCHE COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
	HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE(CH BELFORT-MONTBELIARD)		0	0	0	0