Fiche client

Air Liquide HEALTHCARE

Poste technique SAP:			
Nom :	**CENTRE HOSPITALIER**	**Secteur commercial**	
Rue :	**265 BD ACHILLE SOUQUES**	Commercial(le) :	J.POUCHAIN
Code Postal :	**12100**	Synoptique :	
Ville :	**MILLAU**	Date contrat :	

Date de la dernière maintenance:	**22 octobre 2025**

Interlocuteurs

Nom :	MR CARTAILLAC	MR COUSINIE Sébastien	Atelier biomedical
Fonction :	SERVICE TECHNIQUE	Responsable Biomédical (Audit MGA)	
Téléphone :	05 65 59 55 06 directe	05 65 59 33 15	05 65 59 32 03
Télécopie :	0762339258	bio.tech@ch-millau.fr	standard 05 65 59 30 00
Mail :	freddy.cartaillac@ch-millau.fr	sebastien.cousinie@ch-millau.fr	

Prises	Gaz	Contrôlées	Maintenues	Ent. Quinquénal
BM	Tous gaz	1	58	
	Vide		35	
	Total:	1	93	
BL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
BK	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
THEO	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
DKD	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFC	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
AGA	Tous gaz	96	23	
	Vide	93	18	
	Total:	189	41	
AGA S	Tous gaz	58	88	
	Vide	50	58	
	Total:	108	146	
Autres	Total:	14		
TOTAL GLOBAL:		**312**	**280**	

UD	Contrôlées	Maintenues
3,5/40		
3/30		
3/20		
3/16		
4,5/80	2	
Coffret sécurité		
DKD A		
DKD B		8
CF		
ALPIREG SMT	4	
DAMAO	7	
UD2 CAHOUET		
TOTAL	**13**	**8**

Nombre d'anomalies	Priorité		
	1	2	3
	323		

GAZ	TYPE	RAMPES PRINCIPALES			RAMPE SECOURS			Changement DI	
								Fait	A faire
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				

Commentaires :
Entretien et contrôle de 580 prises, 21 détendeurs et 25 alarmes.
13 prises non faites car chambres en isolements
Centrale O2 et Air sous contrat LINDE jusqu'en mai 2027.
Centrale N2O femrée.