Fiche client

Air Liquide HEALTHCARE

Poste technique SAP:			
Nom :	**EHPAD LES PERGOLINES**	**Secteur commercial**	
Rue :		Commercial(le) :	POUCHAIN J
Code Postal :	**34200**	Synoptique :	
Ville :	**SETE**	Date contrat :	
Date de la dernière maintenance:		**13 août 2025**	

Interlocuteurs

Nom :	MR TOURENE	MR Fabien JAUSSAN (copie)	
Fonction :	REPONSABLE TECHNIQUE	TSH CVC Plomberie et FM	
Téléphone :	0467465752 directe	04 67 46 57 30	
Télécopie :	06 30 09 92 98	06 32 33 45 18	
Mail :	ntourene@ch-bassindethau.fr	fjaussan@ch-bassindethau.fr	

Prises	Gaz	Contrôlées	Maintenues	Ent. Quinquénal
BM	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
BL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
BK	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
THEO	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
DKD	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFC	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
AGA	Tous gaz		187	
	Vide		187	
	Total:		374	
AGA S	Tous gaz		54	
	Vide		54	
	Total:		108	
Autres	Total:			
TOTAL GLOBAL:			**482**	

UD	Contrôlées	Maintenues
3,5/40		
3/30		
3/20		
3/16		
4,5/80		
Coffret sécurité		
DKD A		
DKD B		10
CF		
ROTAREG		
DAMAO		
UD2 CAHOUET		
TOTAL		**10**

Nombre d'anomalies	Priorité		
	1	2	3
	128		

GAZ	TYPE	RAMPES PRINCIPALES			RAMPE SECOURS			Changement DI	
								Fait	A faire
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				

Commentaires :
Entretien et contrôle de 478 prises et 10 détendeurs et 3 alarmes.
Ch 81 et Ch 82 non faites, car en isolements.