Air Liquide HEALTHCARE

FORMULAIRE
PROCES VERBAL DE VISITE CONTRADICTOIRE
CONTRAT ENTRETIEN RESEAUX

Etablissement : Ehpad les Pergolines 34200 Sète
Adresse : 12 chemin du bord de l'eau
Personne Contactée : Mr Tourane
Intervention effectuée par : Bianchi Reybone
Clé dynamométrique N°

N° d'OS ALSF :
N° de contrat :
En date du Du : 08/08/25 au 13/08/25
Contrôleur de pression N°
Tournevis Dynamométrique N° THLA18623757

Récapitulatif des entretiens, contrôles et vérifications réalisés conformément au contrat en cours

Entretien et contrôle des prises	Quantité	Entretien des détendeurs et centrales	Quantité
Type BM/BL avec changement Kit		Type UD 3/30, UD 3,5/40, Coffret de sécurité pression avec changement kit	
Type BK avec changement Kit		Type UD CARBO avec changement kit	
Type CARBO avec changement Kit		Type UD AGA DKD avec changement kit	1
Type AGA DI avec changement Kit	374	Type UD ROTAREG, UD2 CAHOUET avec changement kit	
Type AGA SECURISTAR avec changement Kit	104	Type UD 4,5/80, DAMAO avec changement kit	
Type DKD avec changement Kit		Contrôle UD sans changement kit	9
Type THEO avec changement Kit		Type centrale inférieur ou égal à 2x2 bts	
Contrôle prise sans changement kit		Type centrale supérieur à 2x2 bts	
Maintenance 5 ANS des prises	**Quantité**	**Maintenance 5 ANS des prises**	**Quantité**
Type BL avec changement kit		Type AGA DI avec changement kit	
Type BK avec changement kit		Type AGA SECURISTAR changement kit	
Type DKD avec changement kit		Type THEO avec changement Kit	

Travaux de maintenance réalisés hors contrat avec accord de l'établissement

Liste des pièces	Quantité	Liste des pièces	Quantité

Les interruptions d'alimentation ont été réalisées conformément à notre demande Oui ☐ Non ☐

Commentaires sur les travaux réalisés :

478 prises + 1 unités déjà entretenues
3 Alarmes contrôlées
9 UD contrôlés
4 prises non faites

Mise à jour du schéma Synoptique : OUI (NON) (Le schéma synoptique mis à jour sera remis ultérieurement à l'établissement.)

Air Liquide Santé France déclare avoir procédé aux opérations d'entretien, de contrôle et de vérification de l'installation de distribution de gaz médicaux conformément au contrat susmentionné.

Date : 07/10/2025

Pour l'Etablissement
Nom : TOURENE
Fonction : TSH
Signature :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU ★★ DESL - DTP SERVICE TECHNIQUE

Pour Air Liquide Santé France
Nom :
Fonction : Bianchi Reybone
Signature : Technicien

Ce document est la propriété d'AIR LIQUIDE Santé FRANCE. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite.