16815 NEUROSCAN LOOP X SALLE 10 – PLAN PROJET – Ech 1:100e

643

Doublage Plomb 2mm sur les 4 murs de dalle à dalle
Habillage Plaque de plâtre BA13
HSD 3m96 - HSP 3m00 - surf 39m²91

3217
SALLE 10
SALLE D'INTERVENTION

TION

200

ZONE TVX
ISOLEE
ETANCHE

625

630

Neuro-navigation
Ecran tactile

Neuro-navigation
Caméra infrarouge

PP 120 Etanche AntiX 2mm
Chassis AntiX 2mm 40x40

540

SAS TVX ETANCHE

215

ARSENAL
3228

R 865
R 865

BRAS
CHIRURGIE

R 865

R 600

BRAS
ANESTHESIE

PP 120 Etanche AntiX 2mm
Chassis AntiX 2mm 40x40

Tablette de controle sans fil

SAS TVX ETANCHE

BOX
ANESTHESIE
3239

Bras Existants
conservés

ARSE
32